



PREFEITURA
DE CAMPO GRANDE

Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Saúde Pública
CNPJ 03.501.509/0001-06
SUPERINTENDÊNCIA DE ECONOMIA EM SAÚDE
GERÊNCIA DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



Parecer Técnico
Processo Administrativo nº 79.049/2023-18

ESPECIFICAÇÃO SIGA CATÁLOGO			EMPRESA	MARCA - AVALIAÇÃO	RESULTADO			
LOTE	ITEM	COTA	Cama Hospitalar - Tipo: fowler; Movimentos: no mínimo fowler, semi fowler, elevação, flexão, cardíaco e sentado; Acionamento: manual com 3 manivelas em aço inoxidável escamoteáveis; Cabeceira e pesseira: removíveis em lietiemo ou PU injetado; Grade lateral: 02 unidades em polietileno, PU injetado de alta resistência ou tubo de aço inoxidável com movimentos articuláveis e trava de segurança; Leito: em chapa de aço 1,5 mm revestida; Acompanha: colchão com espuma D-33, impermeável, de uso hospitalar, de mesma medida que leito; Sistema de freio: individual em 02 rodas na diagonal; Rodízio: mínimo de 3"; Capacidade: carga máxima suportada de no mínimo 150 kg; Dimensão: mínima de 1,90 x 0,80 x 0,60 m (C x L x A); Tipo de Pintura: eletrostática em epóxi na cor branca; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.			WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA (CNPJ: 37.430.252/0001-60)	Marca: SL Modelo: 8800C	Aprovado. Atende a especificação técnica.
1	1							

Isabel Cristina Martins Assunção
Chefe Divisão de Compras Judiciais
ISABEL C. M. ASSUNÇÃO
EQUIPE TÉCNICA
DCJIGGCLIS/SAU

Loise Karoline de O. G. Fernandes
Enfermeira - Divisão de Compras Judiciais
Loise Karoline de O. G. Fernandes
Assessora Técnica
Enfermeira
DCJIGGCLIS/SAU