


Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Saúde Pública
CNPJ 03.501.509/0001-06
SUPERINTENDÊNCIA DE ECONOMIA EM SAÚDE
GERÊNCIA DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



PREFEITURA
DE CAMPO GRANDE



Parecer Técnico
Processo Administrativo nº 79.049/2023-18

ESPECIFICAÇÃO SIGA CATÁLOGO			EMPRESA	MARCA - AVALIAÇÃO	RESULTADO	
LOTE	ITEM	COD				
2	1	18105	Cama Hospitalar - Tipo: fowler; Movimentos: no mínimo fowler, semi fowler, elevação, flexão, cardíaco e sentado; Acionamento: manual com 3 manivelas em aço inoxidável escamoteáveis; Cabeceira e peseira: removíveis em polietileno ou PU injetado; Grade lateral: 02 unidades em polietileno, PU injetado de alta resistência ou tubo de aço inoxidável com movimentos articuláveis e trava de segurança; Leito: em chapa de aço 1,5 mm revestida; acompanha: colchão com espuma D-33, impermeável, de uso hospitalar, de mesma medida que leito; Sistema de freio: individual em 02 rodas na diagonal; Rodizio: mínimo de 3"; Capacidade: carga máxima suportada de no mínimo 150 kg; Dimensão: mínima de 1,90 x 0,80 x 0,60 m (C x L x A); Tipo de Pintura: eletrostática em epóxi na cor branca; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	DIMED COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ: 37573425/0001-08)	Marca: DELLAMED Modelo: DX3	A cama atende especificação técnica. Porém, o colchão ofertado é densidade 23, contrariando o exigido (D33). Reprovado.

Isabel Cristina Martins
ISABEL CRISTINA MARTINS
COORDENADORA DE LICITAÇÃO DE COMPRAS JUDICIAIS
EQUIPE TÉCNICA
DC/JGGCL/SESau

Loise Karoline de O. G. Fernandes
Loise Karoline de O. G. Fernandes
Enfermeira - Divisão de Compras Judiciais
Assessora Técnica
Enfermeira
DC/JGGCL/SESau