




PREFEITURA
DE CAMPO GRANDE

Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Saúde Pública
CNPJ 03.501.509/0001-06
SUPERINTENDÊNCIA DE ECONOMIA EM SAÚDE
GERÊNCIA DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



Parecer Técnico
Processo Administrativo nº 79.049/2023-18

LOTE	ITEM	CÓD	ESPECIFICAÇÃO SICA CATÁLOGO	EMPRESA	MARCA - AVALIAÇÃO	RESULTADO
1	1		Aparelho Bipap - Tipo: automático; Marca: Philips Respironics - Trilogy; Intervalo de pressão: IPAP 3-60 cm H2O, EPAP/ CPAP 3-25 cm H2O, PEEP 0-35 cm H2O para circuitos de exaustão ativa 3-25 cm H2O para circuitos passivos; Modos de terapia: A/C-PC, A/C-VC, CPAP, PSV, S/T, SIMV-PC, SIMV-VC e AVAPS-AE; Frequência respiratória: 0 - 80 BPM; Tensão: Bivolt; Acompanha: bateria removível, dispositivo de expiração passiva, dispositivo de expiração ativa, tubulação da linha da válvula de expiração, filtros, cabo de força AC e manual; Registro: ANVISA.	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ: 62334156/0001-66)	Marca: PHILIPS - RESPIRONICS Modelo: Trilogy EVO	Aprovado. Atende a especificação técnica.
1	2		Máscara - Tipo: nasal ou facial (oronasal); Modelo: adulto; Fixação: fixador ajustável; Requisito: compatível para uso em aparelho BIPAP; Acompanha: fixador, conector e almofada; Tamanho: M; Registro: ANVISA; Borda: coxim de silicone; Conector: giratório; Dados complementares: com fenda exalatória.	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ: 62334156/0001-66)	Marca: PHILIPS RESPIRONICS PICO - Modelo: 1104915	Aprovado. Atende a especificação técnica.

Isabel C. M. Assunção
Chefe da Divisão de Compras Judiciais
ISABEL C. M. ASSUNÇÃO
EQUIPE TÉCNICA
DC/JGGC/SES AU

Loise Karoline de O. G. Fernandes
Enfermeira - Divisão de Compras Judiciais
Loise Karoline de O. G. Fernandes
Assessora Técnica
Enfermeira
DC/JGGC/SES AU