



SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

Planilha Aquisição 001/2022

DADOS DO PROCESSO			
Processo:	069315/2022-14	Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO
Órgão:	SESAU		
Objeto:	Cabine Audiométrica, Cadeira Oftalmológica, Coluna Oftalmológica, Campímetro, Lâmpada de Fenda, Lensômetro, Projetor oftalmológico, Refrator de Greens, Tonômetro, Equipamento para teste de audiologia tipo emissões otoacústicas (uso: triagem) e Equipamento para teste de audiologia tipo BERA.		

DADOS DA PLANILHA DE AQUISIÇÃO			
Planilha:	001/2022	Solicitante:	SESAU
Telefone:	(67) 2020-1614	Número do PED:	
Tipo da Planilha:	Material	Unidade Orçamentária:	1011S
Descrição Global:	Cabine Audiométrica, Cadeira Oftalmológica,	Qtde Meses do Serviço:	
Observações:			

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
Órgão	Exercício	Data de Criação	Nº Dot. Orçamentária	Item Despesa	Natureza Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
SESAU	2022	19/07/2022		44905208	449052	1030200014002 - SESAU	0103 - RECURSOS DO FIS/SAUDE	0,00
SESAU	2022	19/07/2022		44905208	449052	1030200014002 - SESAU	0106 - REC. IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS-SAUDE (15%)	0,00
SESAU	2022	19/07/2022		44905208	449052	1030200014002 - SESAU	0203 - BLOCO DE ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00
SESAU	2022	19/07/2022		44905208	449052	1030200014002 - SESAU	0206 - BLOCO DE INVESTIMENTO	380.281,97
SESAU	2022	19/07/2022		44905208	449052	1030200014002 - SESAU	0219 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS -	0,00
SESAU	2022	19/07/2022		44905208	449052	1030200014002 - SESAU	0260 - BLOCO DE ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00
SESAU	2022	19/07/2022		44905208	449052	1030200014002 - SESAU	0263 - BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00
SESAU	2022	19/07/2022		44905208	449052	1030200014002 - SESAU	0402 - TRANSFERENCIAS CONVENIOS SAUDE (CONTRAP.)	0,00
SESAU	2022	19/07/2022		44905208	449052	1030200014002 - SESAU	0408 - TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA SAUDE / ESTADO (CONTRAP.)	0,00

Tipo	Item	Código	Descrição	Unidade	Item Despesa	Qtde	Valor Unit	Valor Total
LOTE 001	1	00022158	Cabine - Tipo: acústica; Uso: audiometria; Material: MDF mínimo 9 mm; Acompanha: mínimo interruptor, tomada e extensão para alimentação de energia; Visor: com 3 vidros	1 - Un.	44905208	1	6.707,3178	6.707,31



SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

Planilha Aquisição 001/2022

Tipo	Item	Código	Descrição	Unidade	Item Despesa	Qtde	Valor Unit	Valor Total
LOTE 001	1	00022158	mínimo 3 mm; Acabamento interno: com eucatex perfurado; Acabamento externo: em MDF branco; Piso: antiderrapante; Dimensão: mínimo 1,50 x 1,50 x 2,00 m (C x L x A); Iluminação: lâmpada fluorescente compacta ou LED; Requisito: isolamento acústico; Porta: com vedação; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	1 - Un.	44905208	1	6.707,3178	6.707,31
LOTE 002	1	00018298	Cadeira - Tipo: otorrinológica e oftalmológica; Base: com pés reguláveis e com rodízios; Assento: espuma injetada com estofado em curvin; Requisito: com perneira e apoio de pés; Material: aço com pintura eletrostática; Movimento: encosto do tórax e posição tipo maca elétricos; Apoio dos braços: escamoteáveis; Sistema de acionamento: pedal; Apoio de cabeça: regulável; Tensão: 127 v ou bivolt.	1 - Un.	44905208	1	13.985,3530	13.985,35
LOTE 003	1	00018120	Coluna oftalmológica - Tipo: pantográfica; Braço: pantográfico balanceado com ajuste longitudinal para refrator e auxiliar com bandeja para projetor e acessórios; Fonte de Alimentação: de oftalmoscópio e retinoscópio com variação de 2,5 a 6,0 volts; Alimentação elétrica: 110v ou bivolt; Controle: de intensidade de luz e liga/desliga.	1 - Un.	44905208	1	12.784,5927	12.784,59
LOTE 004	1	00022328	Equipamento hospitalar / laboratorial - Tipo: campímetro; Alimentação: bivolt; Uso: perimetria ocular; Padrão de estímulos: goldmann tamanhos I-V; Deve possuir: interface externa; Testes campos: 30-2 30°, 24-2 24°, 10° mácula e central; Resultados: mínimo 04 mapas; Estratégias: mínimo threshold, fast-threshold, advanced (SITA), screening; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	1 - Un.	44905208	1	110.197,5169	110.197,51
LOTE 005	1	00018123	Lâmpada de fenda - Tipo: binocular; Iluminação: led ou halógena; Ampliação geral: 10x, 16x e 25x; Oculares: mínimo 12,5x; Largura da fenda: mínimo 0 a 13 mm; Comprimento da fenda: mínimo 0 a 13 mm; Filtro: azul, verde (red-free); Alimentação: 127 v ou bivolt.	1 - Un.	44905208	1	22.211,0741	22.211,07
LOTE 006	1	00018074	Lensômetro - Tipo: digital; Potência esférica: 0 a +/- 25D (com gradações); Potência cilíndrica: 0 a +/- 10D (com gradações); Eixo cilíndrico: 0° a 180° ou 1° a 180°; Potência prismática: 0 a 10 (com gradações); Modo do cilindro: MIX +/-; Modo de prisma: coordenadas ortogonais e coordenadas polares; Detecção de lentes: automática; Visor/monitor: LCD; Dados do Display: S, C, A, P, ADD e R/L; Conector de dados: no mínimo RS232C; Alimentação elétrica: 110v ou bivolt.	1 - Un.	44905208	1	13.757,6442	13.757,64
LOTE 007	1	00018119	Projetor - Tipo: oftalmológico; Acompanha: controle remoto sem fio e a pilha; Modo de projeção: distância de 2 a 6 metros e ampliação superior a 24x; Voltagem: 110 v ou bivolt; Iluminação: led ou halogênio; Slides: mínimo de 30; Auto desligamento: ativo entre 5 e 10 minutos; Filtro de Verde Vermelho: sim.	1 - Un.	44905208	1	7.022,3912	7.022,39



SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

Planilha Aquisição 001/2022

Tipo	Item	Código	Descrição	Unidade	Item Despesa	Qtde	Valor Unit	Valor Total
LOTE 008	1	00018117	Refrator - Tipo: manual; Uso: oftalmológico; Poder esférico: 16,75D a -19,00D com leitura mínima 0,25D ou 0,12D quando lentes auxiliares 0,12D ou opcional +/-0,12D estiver em uso; Poder cilíndrico: 0 a -6,00D ou 0 a -8.00D com leitura mínima 0,25D ou 0,12D quando lentes auxiliares -2,00D estiver em uso; Eixo cilíndrico: 0° a 180° em passos de 5°; Cilindro cruzado: +/-0,25D tipo reversa (sincronizado com o eixo do astigmatismo) e +/- 0,50D; Prisma rotativo: 0 a 20D em passos de 1D; Ajuste interpupilar: 48 a 75 mm ou 50 a 75 mm ou 57 a 80 mm (com passos de 1 mm); Ajuste da convergência: 380 mm ou 400 mm.	1 - Un.	44905208	2	10.895,8181	21.791,63
LOTE 009	1	00018216	Tonômetro - Modelo: aplanção com acoplador; Tipo de base: fixo; Faixa de medição: 0 a 80mmhg; Acompanha: estojo com 10 prismas e calibrador.	1 - Un.	44905208	1	6.916,6073	6.916,60
LOTE 010	1	00018597	Equipamento para teste de audiologia - Tipo: emissões otoacústicas; Tipo de testes realizados: DPOAE (produto de distorção) e TEOAE (transiente); Uso: Triagem; Armazenamento mínimo: 200 exames; Requisito: Portátil, automático e realizar impressão do resultado; Itens inclusos: Conjunto de olivas TE e DP, impressora térmica, software, maleta para transporte, cabo de conexão e manual de operação em português; Faixa de frequência mínima DPOAE: de 2 a 5KHz; Faixa de frequência mínima TEOAE: de 1.5 a 4KHz.	1 - Un.	44905208	3	35.202,6276	105.607,88
LOTE 011	1	00018620	Equipamento para teste de audiologia - Tipo: BERA; Tipo de testes realizados: ABR; Uso: Triagem; Requisito: portátil e automático; Itens inclusos: eletrodos, software, conjunto de olivas de vários tamanhos, cabo para comunicação com computador.	1 - Un.	44905208	1	59.300,0000	59.300,00
Valor Total Unitário							298.980,9429	
Valor Total Global							380.282,01	