




PREFEITURA
DE CAMPO GRANDE

Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Saúde Pública
CNPJ 03.501.509/0001-08
SUPERINTENDÊNCIA DE ECONOMIA EM SAÚDE
GERÊNCIA DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Parcer Técnico
Pedido de Aquisição de Materiais Permanentes
Processo Administrativo nº 32.920/2024-56 Pregão Eletrônico nº 139/2024



ITEM	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	EMPRESA	MARCA/MODELO	REGISTRO ANVISA	SITUAÇÃO	PARCER TÉCNICO
001	1	Lâmpada de fenda - Tipo: binocular. Iluminação: led ou halógena. Ampliação: 10x, 16x e 25x. Oculares: mínimo 1 2,5x. Lâmpada de fenda: mínimo 0 a 13 mm; Comprimento da fenda: mínimo 0 a 13 mm; Filtro: azul, verde (red-free), Al inentação: 127 v ou bivolt	ANDES COMERCIAL LTDA	LUXVISION / SL-1100	81325990354	VIGENTE	Aprovado. Atende as especificações técnicas solicitadas no item 3 do Anexo III do Edital, conforme resposta à diligência; o produto ofertado possui dimensões de controle de intensidade na base do equipamento ao lado do joystick.
002	1	Retinoscópio - Lâmpada: xenônio ou halógeno de 3,5V. Rotação de fenda: 360° (graus). Cabo: recarregável com bateria e regulagem de intensidade de luz; lentes inclusos: 1 cabeça retinoscópio com lâmpada de 3,5 v, 1 cabo recarregável com bateria e 1 carregador 110 ou bivolt.	CIRUMED COMÉRCIO LTDA	MD / STREAK 3.5V	80070219007	VIGENTE	Aprovado. Atende as especificações técnicas solicitadas no item 3 do Anexo III do Edital, conforme resposta à diligência; o produto ofertado deverá ser (1) acompanhado de estojo para transporte e (2) Cabo Recarregável 3.5V MD em ABS com Bateria de Lítio e carregador de Mesa.
003	1	Refrator - Tipo: manual. Uso: oftalmológico. Poder esférico: 16,75D a -19,00D com leitura mínima 0,25D ou 0,12D quando lentes auxiliares: 0,12D ou opcional +/-0,12D estiver em uso. Poder cilíndrico: 0 a -6,00D ou 0 a -8,00D com leitura mínima 0,25D ou 0,12D quando lentes auxiliares -2,00D estiver em uso. Eixo cilíndrico: 0° a 180° em passos de 5°. Cilíndrico cruzado: +/- 0,25D tipo reversa (sincronizado com o eixo do astigmatismo) e +/- 0,50D. Prisma rotativo: 0 a 20D e m passos de 1D. Ajuste interpupilar: 48 a 75 mm ou 50 a 75 mm ou 57 a 80 mm (com passos de 1 mm); Ajuste da convergência: 380 mm ou 400 mm.	MAGNA MÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	CHINA WENZHOU / TW 1430A	81253559001	VIGENTE	Aprovado. Atende as especificações técnicas solicitadas no item 3 do Anexo III do Edital.
004	1	Projetor - Tipo: oftalmológico. Acompanha: controle remoto sem fio e a pilha. Modo de projeção: distância de 2 a 6 metros e ampliação superior a 24x. Voltagem: 110 v ou bivolt; Iluminação: led ou halógeno; Slides: mínimo de 30; Auto de silagem: ativo entre 5 e 10 minutos; Filtro de Verde Vermelho: sim.	MAGNA MÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	MAGNA MÉDICA / VISIO PRO	81253550004	VIGENTE	Aprovado. Atende as especificações técnicas solicitadas no item 3 do Anexo III do Edital.
005	1	Cadeira - Tipo: oftalmológica e oftalmológica. Base: com pés reguláveis e com rodízios. Assento: espuma injetada com estofado em curvín. Requisito: com peneira e apoio de pés. Material: aço com pintura eletrolítica. Movimento: encosto do tórax e posição tipo maca elétricos. Apoio dos braços: escamoteáveis. Sistema de acionamento: pedal. Apoio de cabeça: regulável. Tensão: 127 v ou bivolt.	GIGANTE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	GIGANTE / CE9000X	80681020006	VIGENTE	Aprovado. Atende as especificações técnicas solicitadas no item 3 do Anexo III do Edital.



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Saúde Pública
CNPJ 03.501.509/0001-06
SUPERINTENDÊNCIA DE ECONOMIA EM SAÚDE
GERÊNCIA DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Parecer Técnico
Pedido de Aquisição de Materiais Permanentes
Processo Administrativo nº 32.920/2024-56 Pregão Eletrônico nº 139/2024



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	EMPRESA	MARCA/MODELO	REGISTRO ANVISA	SITUAÇÃO	PARECER TÉCNICO
006	1 Lensômetro - Tipo: digital. Potência esférica: 0 a +/- 25D (com graduação); Potência cilíndrica: 0 a +/- 10D (com graduação); Eixo cilíndrico: 0° a 180° ou 1° a 180°. Potência prismática: 0 a 10 (com graduação); Modo do cilindro: MIX +/-; Modo de prisma: coordenadas ortogonais e coordenadas polares; Detecção de lentes: automática; Visor/monitor: LCD; Dados do Display: S, C, A, P, ADD e R/L; Conector de dados: no mínimo RS232C; Alimentação elétrica: 110v ou bivolt.	MAGNA MÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	4 NEW VISION / NV 3000	ISENTO		Aprovado. Atende as especificações técnicas solicitadas no item 3 do Anexo III do Edital.
007	1 Tonômetro - Modelo: apilação com acoplador; Tipo de base: fixo; Faixa de medição: 0 a 80mmHg; Acompanha: estiojo com 10 prismas e calibrador.	MAGNA MÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	CHINA WENZHOU / TW 2417R	81253559002	VIGENTE	Aprovado. Atende as especificações técnicas solicitadas no item 3 do Anexo III do Edital.
008	1 Coluna oftalmológica - Tipo: pantográfica; Braço: pantográfico balanceado com ajuste longitudinal para refrator e auxiliar com bandeja para projetor e acessórios; Fonte de Alimentação: de oftalmoscópio e reftinoscópio com variação de 2,5 a 6,0 volts; Alimentação elétrica: 110v ou bivolt; Controle: de intensidade de luz e ligad/desliga.	GIGANTE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	GIGANTE / COLUNA SLIM	80681020005	VIGENTE	Aprovado. Atende as especificações técnicas solicitadas no item 3 do Anexo III do Edital.
009	1 Refrator - Tipo: autorrefrator com ceratômetro; Monitor: LCD colorido; Medição refrativa esférica: -25 a +22d; Astigmatismo: 0 a 10d; Ângulo axial: 1 a 180 graus; Diâmetro da pupila: mínimo de 2,0 mm; Faixa de medição da córnea: 5 a 10 mm; Refração da córnea: 67,50 a 53,75d; Variação da medição da distância pupilar: 20 a 85 mm; Alimentação: 127 v ou bivolt; Requisito: sistema de impressão, suporte de testa e queixo, regulação de altura e distância com sistema de ajuste da posição do olho e foco, captura automática e manual das medidas.	ANDES COMERCIAL LTDA	CYCLOPS / CY KR	80581680001	VIGENTE	Aprovado. Atende as especificações técnicas solicitadas no item 3 do Anexo III do Edital.
010	1 Oftalmoscópio - Tipo: binocular indireto; Sistema de iluminação: LED; Requisito: capacete ajustável; Acompanha: mini mo 01 carregador e 01 malete/estiojo para transporte; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	MAGNA MÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	APPASAMY ASSOCIATES PRIVATE LIMITED / AAO WIRELES	81793140020	VIGENTE	Aprovado. Atende as especificações técnicas solicitadas no item 3 do Anexo III do Edital.

Em 05/09/2024, Campo Grande/MS

Os catálogos foram analisados pela equipe técnica que compõe a Comissão de Julgamento e Análise de Amostras e Catálogos das áreas temáticas "Equipamentos e Materiais Médico-Hospitalares", publicada no DIÁRIO GRANDE do dia 11/04/2023, nas páginas 14 a 18. A análise foi realizada pelo(a) técnico(a) responsável pelo processo administrativo nº 32.920/2024-56, a depender da data.

COREN-MS 440.487 ENF

Assessora Técnica

DICMARGOLSES AU

Divisão de Compras de Material Permanente

Assessor Técnico
Coordenador da Rede de Atenção Especializada

Coordenadoria de Rede de Atenção Especializada