



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Fundo Municipal de Saúde
Outras Solicitações FMS/00170/TR/2024

ANEXO I - QUADRO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

-
DEMANDANTE: Fundo Municipal de Saúde - FMS

SC n°: FMS/00170/TR/2024

OBJETO: Aquisição de CATETER VENOSO PERIFÉRICO para atender as Unidades de Urgência e Emergência (UPAs e CRSs) da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande/MS

1. QUADRO

Itens								
Tipo	Item	Código	Descrição	Un. Aquisição	Qtd.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Vlr. Acum.



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Fundo Municipal de Saúde
Outras Solicitações FMS/00170/TR/2024

ITEM 001	1	0000953	Cateter - Espécie: venoso periférico; Aguilha: cilíndrica, reta, trifacetada, polida e afiada; Medida: calibre 14 G; Requisito: deve possuir dispositivo de segurança, sistema fechado, câmara de refluxo para visualização, não apresentar efeito memória e canhão de plástico que obedeça código de cores para identificação do calibre; Material: cânula em poliuretano; Requisito do material: resistente, radiopaco, bicompatível, liso, flexível e de paredes finas; Apresentação: atóxico, apirrogênico, estéril; Método de esterilização: óxido de etileno ou raios gama; Comprimento: 45 mm; Aplicação: conexão universal em dispositivos de infusão e seringas; Requisito da embalagem: embalada individualmente com abertura asséptica, contendo dados de calibre, número do lote, validade e registro no Ministério da Saúde; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	1 - Unidade	13.280	1,3300	17.662,40	17.662,40
----------	---	---------	--	-------------	--------	--------	-----------	-----------



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Fundo Municipal de Saúde
Outras Solicitações FMS/00170/TR/2024

ITEM 002	1	0000955	Cateter - Espécie: venoso periférico; Agulha: cilíndrica, reta, trifacetada, polida e afiada; Medida: calibre 16 G; Requisito: deve possuir dispositivo de segurança, sistema fechado, câmara de refluxo para visualização, não apresentar efeito memória e canhão de plástico que obedeça código de cores para identificação do calibre; Material: cânula em poliuretano; Requisito do material: resistente, radiopaco, bicompatível, liso, flexível e de paredes finas; Apresentação: atóxico, apirogênico, estéril; Método de esterilização: óxido de etileno ou raios gama; Comprimento: 50 mm; Aplicação: conexão universal em dispositivos de infusão e seringas; Requisito da embalagem: embalada individualmente com abertura asséptica, contendo dados de calibre, número do lote, validade e registro no Ministério da Saúde; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	1 - Unidade	14.940	1,4100	21.065,40	21.065,40
----------	---	---------	--	-------------	--------	--------	-----------	-----------



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Fundo Municipal de Saúde
Outras Solicitações FMS/00170/TR/2024

ITEM 003	1	0000956	Cateter - Espécie: venoso periférico; Aguilha: cilíndrica, reta, trifacetada, polida e afiada; Medida: calibre 18 G; Requisito: deve possuir dispositivo de segurança, sistema fechado, câmara de refluxo para visualização, não apresentar efeito memória e canhão de plástico que obedeça código de cores para identificação do calibre; Material: cânula em poliuretano; Requisito do material: resistente, radiopaco, bicompatível, liso, flexível e de paredes finas; Apresentação: atóxico, apirrogênico, estéril; Método de esterilização: óxido de etileno ou raios gama; Comprimento: 32 mm; Aplicação: conexão universal em dispositivos de infusão e seringas; Requisito da embalagem: embalada individualmente com abertura asséptica, contendo dados de calibre, número do lote, validade e registro no Ministério da Saúde; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	1 - Unidade	30.711	1,2800	39.310,08	39.310,08
----------	---	---------	--	-------------	--------	--------	-----------	-----------



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Fundo Municipal de Saúde
Outras Solicitações FMS/00170/TR/2024

ITEM 004	1	0000958	Cateter - Espécie: venoso periférico; Aguilha: cilíndrica, reta, trifacetada, polida e afiada; Medida: calibre 20 G; Requisito: deve possuir dispositivo de segurança, sistema fechado, câmara de refluxo para visualização, não apresentar efeito memória e canhão de plástico que obedeça código de cores para identificação do calibre; Material: cânula em poliuretano; Requisito do material: resistente, radiopaco, bicompatível, liso, flexível e de paredes finas; Apresentação: atóxico, apirrogênico, estéril; Método de esterilização: óxido de etileno ou raios gama; Comprimento: 30 mm; Aplicação: conexão universal em dispositivos de infusão e seringas; Requisito da embalagem: embalada individualmente com abertura asséptica, contendo dados de calibre, número do lote, validade e registro no Ministério da Saúde; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	1 - Unidade	37.350	1,4000	52.290,00	52.290,00
----------	---	---------	--	-------------	--------	--------	-----------	-----------



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Fundo Municipal de Saúde
Outras Solicitações FMS/00170/TR/2024

ITEM 005	1	0000959	Cateter - Espécie: venoso periférico; Aguilha: cilíndrica, reta, trifacetada, polida e afiada; Medida: calibre 22 G; Requisito: deve possuir dispositivo de segurança, sistema fechado, câmara de refluxo para visualização, não apresentar efeito memória e canhão de plástico que obedeça código de cores para identificação do calibre; Material: cânula em poliuretano; Requisito do material: resistente, radiopaco, bicompatível, liso, flexível e de paredes finas; Apresentação: atóxico, apirogênico, estéril; Método de esterilização: óxido de etileno ou raios gama; Informação Adicional: estéril; Comprimento: 25 mm; Aplicação: conexão universal em dispositivos de infusão e seringas; Requisito da embalagem: embalada individualmente com abertura asséptica, contendo dados de calibre, número do lote, validade e registro no Ministério da Saúde; Dados complementares: informações complementares ao Termo de	1 - Unidade	47.310	1,2500	59.137,50	59.137,50
----------	---	---------	---	-------------	--------	--------	-----------	-----------



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Fundo Municipal de Saúde
Outras Solicitações FMS/00170/TR/2024

			Referência.					
--	--	--	-------------	--	--	--	--	--



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Fundo Municipal de Saúde
Outras Solicitações FMS/00170/TR/2024

ITEM 006	1	0002950	Cateter - Espécie: venoso periférico; Agulha: cilíndrica, reta, trifacetada, polida e afiada; Medida: calibre 24 G; Requisito: deve possuir dispositivo de segurança, sistema fechado, câmara de refluxo para visualização, não apresentar efeito memória e canhão de plástico que obedeça código de cores para identificação do calibre; Material: cânula em poliuretano; Requisito do material: resistente, radiopaco, bicompatível, liso, flexível e de paredes finas; Apresentação: atóxico, apirogênico, estéril; Método de esterilização: óxido de etileno ou raios gama; Informação Adicional: estéril; Comprimento: 19 mm; Aplicação: conexão universal em dispositivos de infusão e seringas; Requisito da embalagem: embalada individualmente com abertura asséptica, contendo dados de calibre, número do lote, validade e registro no Ministério da Saúde; Dados complementares: informações complementares ao Termo de	1 - Unidade	33.200	1,3600	45.152,00	45.152,00
----------	---	---------	---	-------------	--------	--------	-----------	-----------



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Fundo Municipal de Saúde
Outras Solicitações FMS/00170/TR/2024

			Referência.					
Total (R\$):						8,0300	234.617,38	234.617,38

1.1. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

1.1.1. Justificativa dos quantitativos:

1.1.1.1. A definição das quantidades solicitadas foi baseada na demanda estimada pela Gerência de Suprimento e Abastecimento (GSA) para atender as unidades de urgência e emergência (UPAs e CRSs).

1.1.1.2. Diante dos estoques zerados desses itens na GSA, e a essencialidade de manter o fornecimento dos mesmos para as unidades de urgência e emergência, os quantitativos definidos serão para o atendimento dos casos mais urgentes de pacientes nas UPAs e CRSs, que totalizam 10 unidades com atendimento ininterrupto.

1.1.1.3. O levantamento da CUR levou em consideração a quantidade de atendimentos médicos que utilizaram os dispositivos entre os meses de Junho e Agosto de 2024, dos quais foram estimados a média diária e a média mensal, para se obter a média de atendimentos por 45 dias. Considerando que pode haver a utilização de mais de um cateter por atendimento/paciente, o que determinado pelo quadro clínico e pela terapia endovenosa adotada, foi necessário a previsão de uma margem de segurança para estas situações no valor de 21,505%.

1.1.1.4. A distribuição dos tamanhos de cada cateter foi realizado de modo empírico, pois a frequência de uso está atrelada a faixa etária do paciente, a patologia clínica e ao tipo de terapia a ser adotada.

1.1.1.5. O levantamento da CUR foi apreciado juntamente com a SUPES, a fim de prever o recurso orçamentário necessário para esta contratação.

1.1.2. Descrição complementar:

1.1.2.1. **Cateter venoso periférico** deverá apresentar controle de extravasamento sanguíneo, evitando contato com material biológico durante a punção. Deverá ser de fácil inserção, maleável no interior do vaso, permitindo uso prolongado, sem ocasionar irritação da íntima e a formação de trombos. Deverá manter velocidade de fluxo apropriada. Deverá ser resistente em toda a sua extensão, evitando torções, rachaduras ou quebras, sem riscos de transfixação ou perda da veia.



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Fundo Municipal de Saúde
Outras Solicitações FMS/00170/TR/2024

A câmara deverá ser transparente para visualização do refluxo do sangue. O produto deverá permitir conexão universal com segurança nos diversos tipos de dispositivos de infusão e seringas, não permitindo vazamentos. Embalagem individual devendo conter dados do método de esterilização. Se importado conter os dados da importadora, além de atender a NR 32.

Campo Grande/MS, 11 de Setembro de 2024

Elaborado por:

NAJLA MOREIRA AMARAL BORGES

Aprovado por

ROSANA LEITE DE MELO

Secretária Municipal de Saúde

concluído por

Marcelo Cesar de Arruda Ferreira

Gerente de Gestão de Compras e Licitação