



ITEM	ESPECIFICAÇÃO SIGA CATÁLOGO	EMPRESA	MARCA - AVALIAÇÃO	RESULTADO
1	Camã Hospitalar - Tipo: elétrica; Movimentos: elevação de altura, trendelemburg, proclive, fowler, cabeça e cardíaco; Acionamento: controle com fio; Cabeceira e pesseira: removíveis em material termoplástico de alta resistência, com, ao menos, dois encaixes para suporte de soro; Grade lateral: 04 unidades em material termoplástico de alta resistência; Leito: em chapa de aço de no mínimo 1,2 mm, revestida, com dimensões mínimas de 900 x 1960 mm (L x C); Acompanha: colchão com espuma D-28, impermeável, de uso hospitalar, de mesma medida que o leito; Rodízio: mínimo de 4" de diâmetro em PU ou material termoplástico similar, com pelo menos 1 freio; Capacidade: mínima de 160 kg; Tipo de Pintura: eletrostática em epóxi na cor branca; Capacidade da bateria: mínima 1 hora; Tensão: bivolt; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA LTDA (CNPJ: 36.957.099/0001-61)	Marca: DESEMAT Modelo: DSM111	Reprovado. Registro da Anvisa cancelado em 09/12/2019
2	Colchão - Tipo: pneumático; Dimensão: mínima de 195 x 85 x 6 cm (C x L x A) inflado; Requisito: vinil resistente, leve, flexível e impermeável; Material: PVC; Acompanha: unidade de controle (compressor) de 110 V; Capacidade mínima: paciente até 130 Kg.	C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA LTDA (CNPJ: 36.957.099/0001-61)	Marca: DELLAMED Modelo: AIR PLUS ESCARA	Aprovado. Atende especificação técnica.

Loise Karoline de O. G. Fernandes
Enfermeira - Divisão de Compras Judiciais

Loise Karoline de O. G. Fernandes
Assessora Técnica
Enfermeira
DCJ/GGCL/SESau

Eliane Alves Cardoso Torres
Auxiliar Social II - Divisão de Compras Judiciais
Eliane Alves Cardoso Torres
Auxiliar Social II
DCJ/GGCL/SESau