



Parecer Técnico
Processo Administrativo nº 69.497/2024-95

ITEM	ESPECIFICAÇÃO SIGA CATÁLOGO	EMPRESA	MARCA - AVALIAÇÃO	RESULTADO
1	Cama Hospitalar - Tipo: elétrica; Movimentos: elevação de altura, trendelenburg, proclive, fowler, cabeceira e cardíaco; Acionamento: controle com fio; Cabeceira e péssera: removíveis em material termoplástico de alta resistência, com, ao menos, dois encaixes para suporte de soró; Grade lateral: 04 unidades em material termoplástico de alta resistência; Leito: em chapa de aço de no mínimo 1,2 mm, revestida, com dimensões mínimas de 900 x 1960 mm (L x C); Acompanhã: colchão com espuma D-28, impermeável, de uso hospitalar, de mesma medida que leito; Rodízio: mínimo de 4" de diâmetro em PU ou material termoplástico similar, com pelo menos 1 freio; Capacidade: mínima de 160 kg; Tipo de Pintura: eletrostática em epóxi na cor branca; Capacidade da bateria: mínima 1 hora; Tensão: bívolt; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	CIRUMED COMÉRCIO LTDA (CNPJ: 26.853.028/0001-65)	Marca: PORTAL Modelo: PE - 1400	Aprovado. Atende especificação técnica.

Loise Karoline de O. G. Fernandes
Enfermeira - Divisão de Compras Judiciais

Loise Karoline da O. G. Fernandes
Assessora Técnica
Enfermeira
DC/JGGC/SES AU

Eliane Alves Cardoso Torres
Auxiliar social II - Divisão de Compras Judiciais
Eliane Alves Cardoso Torres
Auxiliar Social II
DC/JGGC/SES AU