




PREFEITURA
DE CAMPO GRANDE

Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Saúde Pública
CNPJ 03.501.509/0001-06
SUPERINTENDÊNCIA DE ECONOMIA EM SAÚDE
GERÊNCIA DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Parecer Técnico
Processo Administrativo nº 107.960/2023-13



LOTE	ITEM	COTA	ESPECIFICAÇÃO SIGA CATALOGO	EMPRESA	MARCA - AVALIAÇÃO	RESULTADO
1	1		Aparelho CPAP - Modo de funcionamento: fixo e automático; Requisito: com umificador; Intervalo de pressão: 4 a 20 cm H2O; Rampas: ajustável de 0 – 45 min; Nível de ruído: máximo de 30 dB; Capacidade Mínima: 325 ml de água; Armazenamento de dados: cartão SD; Acompanhã: máscara nasal e bolsa de transporte. Voltagem: bivolt.	NOVA OPÇÃO PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP (CNPJ: 24.198.128/0001-70)	Marca: BMC Medical Modelo: E-20A-H-O + Máscara	Aprovado. Atende a especificação técnica.


ISABEL C. M. ASSUNÇÃO
EQUIPE TÉCNICA
DCJ/GGCL/SESau
Chefe Divisão de Compras Judiciais


Loise Karoline de O. G. Fernandes
Enfermeira - Divisão de Compras Judiciais
Assessora Técnica
Enfermeira
DCJ/GGCL/SESau


Eliane Alves Cardoso Torres
Auxiliar Social II - Divisão de Compras Judiciais
DCJ/GGCL/SESau