



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

OFÍCIO N. 4.543/DDJS/SESAU

Campo Grande, 03 de maio de 2024.

Senhor Procurador-Geral:

Em atenção ao ofício nº 9.348/GACR/PGM (C.I. nº 26.860/DDJS/SESAU), referente aos autos de nº 0827915-39.2023.8.12.011, ajuizado por EMÍDIO ALVES MENDONÇA, que determina o fornecimento de aparelho bipap automático com máscara oronasal, informamos a V.Sa., visando atender a demanda foi elaborado um processo de compra, por dispensa de licitação, de n. 24.539/2024-41, embasado pelas informações contidas nos autos judiciais. Para maiores informações, observou-se os orçamentos elencados pela parte autoria no processo, que vislumbra um equipamento de menor complexidade, entre os bipaps disponíveis no mercado. Contudo, no momento da disputa, houve um pedido de esclarecimento da empresa Multmed, que afirma que o CID do paciente não é compatível com o equipamento do processo (anexo). Desse modo, solicitamos pela intimação da parte autora para que se manifeste no processo com as informações pertinentes, visando o esclarecimento do referido questionamento.

Sem mais para o momento, apresentamos nossos protestos de estima e consideração e colocamo-nos à disposição para qualquer outro esclarecimento que se fizer necessário.

Ofício de lavra da Divisão de Demanda Judicial em Saúde/SESAU, redigido pela servidora Marcia Estigarribia.

Aos cuidados da Dra. Viviani Moro.
Atenciosamente,


Rosana Leite de Melo
Secretária Municipal de Saúde

Ao Ilmo. Sr. Alexandre Ávalo Santana
Procurador-Geral do Município

RUA BAHIA, 280 - CENTRO - CEP: 79002530 - Fone: (67)3314-3000 - E-mail: ouvidoria@sesau.campogrande.ms.gov.br



a6e9b64495845fdb17726a54655644164476e7f1



Extrato do Documento

Nº Documento/Ano 9117 / 2024

Tipo OFÍCIO	Status ABERTO	Data Abertura 28 de ago de 2024
Órgão PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	Aberto por CAROLINA GONÇALVES ABRÃO DO CARMO SANTANA	
Sector de Abertura PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	Assunto INFORMAÇÃO E SOLICITAÇÃO	
Destino Inicial / INTERNO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU / INTERNO	Destinatário ROSANA LEITE DE MELO	
		1º Envio 28/08/2024 14:20

Texto de Abertura

ENCAMINHAMOS ABAIXO A SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE AÇÕES CÍVEIS E RESIDUAIS, ELABORADA SOB SUA RESPONSABILIDADE REGIMENTAL:

Encaminhamos os documentos médicos juntados pela parte autora, acerca do tratamento a ser dispensado, conforme CID 10 regularizado.

Solicitamos informações acerca do cumprimento da obrigação, do processo judicial nº 0827915-39.2023.8.12.0110, movido por Emidio Alves Mendonça.

Resposta até 03/09/2024.

Procuradora responsável: Marací Silviane Marques Saldanha Rodrigues.

Servidor responsável pelo ofício: Isadora Zimmermann.

Atenciosamente,

Tramite 4

Data Recebimento 29/08/2024 14:55	Setor Origem DIVISÃO DE DEMANDA JUDICIAL EM SAÚDE - SESAU	Setor Destino DIVISÃO DE COMPRAS JUDICIAIS - SESAU
Data Envio	Data Despacho	Autor Despacho

Texto de despacho

Tramite 3

Data Recebimento 28/08/2024 14:53	Setor Origem COORDENADORIA-GERAL JURÍDICA	Setor Destino DIVISÃO DE DEMANDA JUDICIAL EM SAÚDE - SESAU
Data Envio 29/08/2024 09:01	Data Despacho 29/08/2024 09:01	Autor Despacho MYLLER ALVES BORGES



Extrato do Documento

Texto de despacho

Segue para providências quanto o atendimento da demanda conforme solicitado no texto de abertura do presente e-doc., informando as medidas e providências adotadas para cumprir a determinação judicial no prazo solicitado, juntando-se documentos a fim de que tais informações sejam encaminhadas para a Procuradoria-Geral do Município e para o Poder Judiciário, evitando-se, assim, a responsabilização indevida da Administração Pública, bem como improbidade administrativa e sequestro de valores.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I c/c artigo 490, ambos do CPC, com resolução do mérito, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por EMIDIO ALVES MENDONÇA representado por seu curador especial Christian Ferreira Mendonça em face do MUNICÍPIO DE CAMPOGRANDE (MS), para determinar ao Requerido que forneça à parte autora os materiais individuados na inicial (equipamento BIPAP automático com máscara oronasal e acessórios), na forma e no tempo determinado por prescrição médica, confirmando a r. decisão interlocutória (fls. 48/49), nos termos do pedido, consoante fundamentação supra.

Necessita de BIPAP, com máscara oronasal, continuamente, para manutenção de sua vida e qualidade de vida. Trata-se de condição incapacitante, incurável e progressiva. ctD G12.2

Verificar processo anexo.

Atentar-se ao prazo estabelecido no texto de abertura.

Att.

Tramite 2

Data Recebimento 28/08/2024 14:33	Setor Origem SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU	Setor Destino COORDENADORIA-GERAL JURÍDICA
Data Envio 28/08/2024 14:36	Data Despacho 28/08/2024 14:36	Autor Despacho TIAGO SANTOS DUARTE
Texto de despacho A DDJS PARA CIÊNCIA E PROVIDÊNCIAS.		

Tramite 1

Data Recebimento 28/08/2024 14:25	Setor Origem PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	Setor Destino SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU
Data Envio 28/08/2024 14:32	Data Despacho 28/08/2024 14:32	Autor de Elaboração VANIA DUARTE GERMANO DE AMORIM
Texto de despacho Encaminhamos para conhecimento e proceder do setor.		

Encaminhada

Autos: 0827915-39.2023.8.12.0110 11:15

A defensoria pública pediu um Laudo atualizado e os 3 orçamentos atualizados e entreguei nesta data 11:15

Encaminhada



Venda Fácil8202.pdf

1 página • PDF • 207 KB



11:16

Encaminhada



APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA - ORÇAMENTO
Nº 009
Em 19/08/2024, às 18:23
Código de Verificação: 0827915-39.2023.8.12.0110
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0827915-39.2023.8.12.0110 e código frBFOeNH.

Proposta Nº 009

File

ORÇAMENTO - EMÍDIO ALVES MENDONÇA

Número da Proposta: 009



Orçamento - Emidio Alves
Mendonca.pdf

2 páginas • PDF • 615 KB



11:16

Encaminhada



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JANE VIVEIROS BARROS, liberado nos autos em 19/08/2024 às 18:23.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0827915-39.2023.8.12.0110 e código frBFOeNH.

15200
0827915-39.2023.8.12.0110



+55 67 9936-6059

visto por último hoje às 17:29



fls. 132

Porque me ligaram sexta feira perguntando se estava em andamento o processo ou tinha desistido, aí pediram pra mandar

15:27

Proc. n. 0827915-39.2023.8.12.0110

Autor: Emidio Alves Mendonça

Município de Campo Grande, já qualificado nos autos em epígrafe, por sua procuradora municipal (mandato *ex lege*) que esta subscreeve, vem respeitosamente diante de V.Exª, manifestar e requerer, nos seguintes termos:

Foi determinado que o Requerido forneça à parte autora os materiais elencados na inicial (equipamento BIPAP automático com máscara oronasal e acessórios).

O requerido no intuito de cumprir com a determinação judicial (sentença), foi elaborado um processo de compra, por dispensa de licitação. Contudo, houve pedido de esclarecimento da empresa Multimed, que afirmou que o CID do paciente não é compatível com o equipamento do processo de compra.

Desse modo, requer a intimação da parte autora para que forneça informações pertinentes, visando o esclarecimento do referido questionamento.

15:30

No novo laudo o médico especificou certo

15:31

+55 67 9936-6059 - Christian Clube Real Hunting

Logo mando o laudo atualizado

o problema foi com o CID, então precisa do laudo

15:31 ✓

Encaminhada

Dr. Thiago Dias Fernandes
Neurologia e Neurofisiologia Clínica
CRM: 4045 / RJ
Telefones: (21) 3515-7705 (21) 3515-7705
Rua Paulista, 675 - Conj. 02, Jardim das Escolas
Campo Grande - MS



Emidio Alves Mendonça
CPF: 988.871.428-52



Laudo Medico Emidio Alves
Mendonca.pdf



0 2 4 4 5 2 - 2 0 2 4 - 4 1

2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JANE VIVEIROS BARROS, liberado nos autos em 19/08/2024 às 18:23. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0827915-39.2023.8.12.0110 e código frBFOeNH.

Dr. Thiago Dias Fernandes


Neurologia e Neurofisiologia Clínica

5826 MS - RQE: 4568 | 4851

Telefones: (67) 3015 - 7765 (67) 98100-7765

Rua Piratininga, 570 - Conj 02. Jardim dos Estados

Campo Grande - MS

**Emidio Alves Mendonça**

CPF: 166.971.629-53

Laudo Médico

Paciente acima em seguimento, com diagnóstico de Doença do Neurônio Motor - Esclerose Lateral Amiotrófica (CID G12.2), necessita de fonoterapia 3x por semana, fisioterapia motora/respiratória 3x por semana, avaliação com nutricionista quinzenal, em regime domiciliar e cuidados de enfermagem (técnico) contínuo.

Atualmente acamado, com gastrostomia, anártrico.

Necessita de BiPAP, com máscara oronasal, continuamente, para manutenção de sua vida e qualidade de vida.

Trata-se de condição incapacitante, incurável e progressiva.

CID G12.2

Dr. Thiago Dias Fernandes
Neurologia
CRM-MS/5826

28 de Junho de 2024

Dr. Thiago Dias Fernandes
CRM: 5826 - MS
Rua Piratininga, 570 - sala 2 - Ca

Documento gerado por iClinic - Sistema para gestão de clínicas e consultórios



234
bar

SleepCare

Equipamentos Respiratórios e Produtos Hospitalares

Orçamento de Equipamentos Respiratórios

Paciente : Emidio Alves Mendonca

CPF: 166.971.629-53



235
barr

Orçamento de Equipamentos Respiratórios

A Empresa Sleep Care é constituída por fisioterapeutas especializados na área respiratória e com experiência em sono, atuantes desde 2007 no setor de tratamento de doenças neuromusculares (TDN). Visto a demanda cada vez maior da população brasileira diagnosticada com Síndrome da Apnéia e Hipopnéia Obstrutiva do Sono (SAHOS) e considerando seu impacto na saúde pública, observou-se a importância de profissionais capacitados para o atendimento e acompanhamento desse grupo de pacientes.

A partir de então surgiu a idéia de iniciarmos um serviço único abrangendo suporte, conhecimento na área, profissionais qualificados, e atendimento individualizado.

Nosso diferencial baseia-se na adaptação, instalação, orientação e acompanhamento personalizados, a nível ambulatorial, domiciliar e hospitalar.

OBJETIVO GERAL:

- Realizar processos de instalação e adaptação de equipamentos respiratórios
- Fornecer profissionais habilitados para o atendimento ambulatorial e domiciliar
- Acompanhar a evolução dos usuários e a adesão ao tratamento, na forma de relatórios mensais, orientações e encaminhamentos necessários

226
10/08/2024

EQUIPAMENTO BIPAP PRESSÃO AUTOMÁTICA

1 - BIPAP BMC RESmart T-25A GII



Design ergonômico, adequado para terapia domiciliar, possui tecnologia avançada com sensores de alta sensibilidade que se ajustam durante o sono, permitindo ao paciente respirar confortavelmente.

Visor colorido com 3,5" e fácil acesso às informações de tratamento das últimas 24h em apenas um toque.

É um equipamento de Pressão positiva de dois níveis das vias respiratórias, que se destina a fornecer ventilação não invasiva aos pacientes com insuficiência respiratória ou apneia obstrutiva do sono (OSA).

ESPECIFICAÇÕES:

Fabricante: BMC Medical Co

Modelo: Bipap GII T-25A;

Intervalo de Pressão: 4 a 25cm/H₂O

Modo de Funcionamento: S, CPAP, Auto

IPAP: 4,0 - 25,0 CmH₂O; Pressão Inspiração

EPAP: 4,0 - 25,0 CmH₂O; Pressão

Expiração Rampa: 0 a 60 min

Compensação de Altitude: Auto Altitude Operação até 2600 metros (~ 8500 pés)

Alívio de Pressão Expiratória: Sim

Armazenamento de Dados Completo no Cartão: sim

Nível de Ruído: 30dbA

Dimensão do Produto(C x L x A): 170mm x 196mm x 118mm

Peso do Produto: 4,200KG

Voltagem: 100 V - 240 V (BiVolt)

2 - EQUIPAMENTO BIPAP PRESSÃO AUTOMÁTICA

BIPAP Resmart ST GII T-30T - BMC



Design ergonômico, adequado para terapia domiciliar, possui tecnologia avançada com sensores de alta sensibilidade que se ajustam durante o sono, permitindo ao paciente respirar confortavelmente.

Visor colorido com 3,5" e fácil acesso às informações de tratamento das últimas 24h em apenas um toque.

É um equipamento de Pressão positiva de dois níveis das vias respiratórias, que se destina a fornecer ventilação não invasiva aos pacientes com insuficiência respiratória ou apneia obstrutiva do sono (OSA).

ESPECIFICAÇÕES

Fabricante: BMC Medical Co

Modelo: T-30T

Intervalo de Pressão: 4 a 30
cm/H₂O;

Modo de Funcionamento: CPAP,
Auto, S, S/T, T

Rampa: 0 a 60 min;

Compensação de Altitude: Auto
Altitude

Alívio de Pressão Expiratória: Sim;

Armazenamento de Dados

Completo no Cartão: sim

Nível de Ruído: <30dbA;

Dimensão do Produto (C x L x A):

170mm x 196mm x 118mm ;

Peso do Produto: 1,5 kg, ou 2,5 kg

(com o umidificador / vendido
separadamente).

Voltagem: 100 V - 240 V (BiVolt)

Garantia: 12 meses

23/6/24

Registro ANVISA: 80117580501

Valores de venda de bipap automático

Equipamento	Valor a prazo (10x no cartão)	A vista (dinheiro ou transferência)
1 - BIPAP Resmart ST GII T-25A - BMC	R\$7.999,00	R\$7.199,00
2 - BIPAP Resmart ST GII T-30T - BMC	R\$8.700,00	R\$7.830,00

Máscara:

Acessórios	Valor	A vista (dinheiro ou transferência)
Máscara Nasal DreamWear	R\$540,00	R\$486,00

O valor de venda das máscaras nasais varia entre R\$400 a R\$1.300,00 reais. A escolha da máscara é realizada através de teste para que seja verificado o conforto e tamanho adequado para cada paciente. Essa verificação através de teste é de extrema importância para adaptação do paciente. Colocamos este modelo acima apenas para completar o pedido de orçamento.

Obs: Verificar disponibilidade em estoque.**Prazo de entrega: 2 dias úteis após confirmação de pagamento.****Confirmação de aquisição e entrega apenas mediante o pagamento prévio (depósito bancário, dinheiro ou cartão). Não aceitamos empenho como comprovação de pagamento.**

Dados bancários para transferência:

SICREDI AG: 0911 CC: 03200-3

CNPJ: 30.103.445/0001-68 – Empresa: SleepCare Comércio de Equipamentos Respiratórios.

Orçamento válido por 15 dias.

Campo Grande, 17 de Julho de 2024.

Ft. Cristiane Leite Cirilo

Fisioterapeuta – SleepCare – Campo Grande/Ms



Shopmedical Produtos Hospitalares Ltda.
CNPJ 34.175.758/0001-82
IE: 28.441.819-0
Av. Antônio Teodorowick, 181. Loja 02.
Carandá Bosque, Campo Grande - MS.
CEP 79.032-570
www.shopmedicalms.com.br
comercial@shopmedicalms.com.br

Proposta Nº 809**Para**

Emidio Alves Mendonca
CPF: 16697162953,
Rua Kioto, 930, Vila Nascente
79036340 - Campo Grande, MS
Celular: (67) 9936-6059, vinteydos_38@hotmail.com

Número da Proposta	809
Data	17/07/2024


Vendedor(a): Vinícius

Itens da proposta comercial

Imagem	Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço lista.	Desconto %	Preço un.	Preço total
	BIPAP YH-730 - Yuwell			1,0000000000	7.875,00	15,00	6.693,75	6.693,75

Outros itens ou serviços

- BIPAP YH-730 - Yuwell



O BIPAP Yuwell YH730 com umidificador é um equipamento médico para o tratamento de insuficiência respiratória crônica. Foi desenvolvido especialmente para pacientes adultos, oferecendo cinco opções de modos ventilatórios que atendem a diferentes circunstâncias e possíveis complicações na evolução das doenças respiratórias. Apresenta um amplo intervalo de pressão, de 4 a 30 cmH2O.

Este equipamento BPAP Yuwell utiliza um motor de origem alemã com redução de ruídos, proporcionando uma experiência agradável tanto em ambientes hospitalares quanto domiciliares. Ele também possui um display LCD colorido e grande, um filtro de ar lavável e um umidificador removível. Este dispositivo médico também é indicado para o tratamento da apneia obstrutiva do sono e outras doenças respiratórias. Possui tecnologia para trabalhar com 2 níveis de pressão inspiratória e expiratória (IPAP e EPAP) e é equipado com 5 modos ventilatórios (CPAP, S, ST, T e VGPS), oferecendo facilidade e conforto para os pacientes.

~~~~PAGAMENTO~~~~

Parcelamento no cartão de crédito:

- 12x R\$ 656,25.



Fwd: Solicitação de Esclarecimento - CD 35/2024 - Mult Med

6 mensagens

COMPRAD - SUPLIC/SECOMP <comprad.suplic@secomp.campogrande.ms.gov.br>
Para: ggcl.judiciais.sesau@gmail.com

25 de abril de 2024 às 13:46

Boa tarde!

Segue abaixo, questionamento recebido da empresa MULT MED a respeito do processo n. 24.539/2024-41 - Aquisição de aparelho Bipap automático, para esclarecimentos.
Informamos também, que a compra se encontra em andamento no sistema eletrônico e encerra-se às 15h.

Atenciosamente,

Auxiliadora P. Queiroz
Coordenadoria de Compras Diretas - COMPRAD
Secretaria-Executiva de Compras Governamentais - SECOMP
Contato: (67) 3314-3267 Ramal 2505

SECOMP
Secretaria-Executiva
de Compras Governamentais



CAMPO GRANDE
PREFEITURA

De: "Maria Eduarda - Mult Med" <licitacao3@multmed.com.br>

Para: "Comprad Suplic Secomp" <comprad.suplic@secomp.campogrande.ms.gov.br>

Cc: "Maria Carolina - Mult Med" <licitacao1@multmed.com.br>, "Gabriela - Mult Med" <licitacao@multmed.com.br>, "Stephanie - Mult Med" <licitacao2@multmed.com.br>

Enviadas: Quinta-feira, 25 de abril de 2024 12:32:36

Assunto: Solicitação de Esclarecimento - CD 35/2024 - Mult Med

Prezados, boa tarde!

Interessados em participar da Compra Direta nº 35/2024 - Processo nº 24.539/2024-41, vimos através deste apresentar questionamento quanto as características técnicas conforme documento em anexo.

Pedimos a gentileza de confirmarem o recebimento deste e-mail.

Ficamos no aguardo de um retorno.

Obrigada!

Atenciosamente,

Eduarda Garcia

Licitações

(15) 3237-4414 R.4444 (15) 99646 9514



As melhores soluções para você exercer a arte de cuidar das pessoas

024539-2024-41
242
1000

PHILIPS DIXITAL Santonic Ester & Byrne Edwards FANEM

RESPIRONICS Tecme CISA BARRFAB UNICO

2 anexos

 CONTRATO - 18ª Alteração Consolidada - Autenticado - Val. 10.07.2024.pdf
1494K

 Esclarecimento - Compra Direta Campo Grande.pdf
454K

GGCL JUDICIAIS <ggcl.judiciais.sesau@gmail.com>
Para: COMPRAD - SUPLIC/SECOMP <comprad.suplic@secomp.campogrande.ms.gov.br>

25 de abril de 2024 às 14:12

Boa tarde.

O laudo médico de solicitação não traz as informações dadas pelo fornecedor e os orçamentos elencados pela parte autora é totalmente compatível com o material padronizado neste processo de compra. Além disso, percebe-se que o valor da ação não condiz com um aparelho de suporte à vida.

A preocupação do fornecedor é válida, porém esta Divisão de Compras Judiciais não tem por prerrogativa alteração de laudos ou acesso ao processo judicial. Com isso, não será possível resposta imediata ao questionamento, visto a necessidade de encaminhamento ao setor jurídico da Secretaria.

Att
Enf Loise Karoline
404092/04
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Atenciosamente,
DIVISÃO DE COMPRAS JUDICIAIS/ GGCL
SESAU – SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMPO GRANDE/MS
Fone: (0xx67) 2020-1615/ 2020-1619
Rua Bahia, nº 280 – Centro. Campo Grande/MS Cep: 79002-530
E-mail: ggcl.judiciais.sesau@gmail.com

GGCL JUDICIAIS <ggcl.judiciais.sesau@gmail.com>
Para: COMPRAD - SUPLIC/SECOMP <comprad.suplic@secomp.campogrande.ms.gov.br>

3 de maio de 2024 às 14:45

Boa tarde,

Diante da resposta da Divisão de Demandas Judiciais em Saúde, que encaminhou à Procuradoria Geral do Município o Ofício n. 4543/DDJS/SESAU, de 03/05/2024 cópia em anexo, solicitando intimação da parte autora para manifestação.

Desta forma, solicitamos a devolução do processo de dispensa de licitação de n. 24.539/2024-41.

Atenciosamente,

Isabel Assunção.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

 OFICIO - 4543.pdf
71K

 EDOC 26860_2024.pdf
27K

GGCL JUDICIAIS <ggcl.judiciais.sesau@gmail.com>
Para: COMPRAD - SUPLIC/SECOMP <comprad.suplic@secomp.campogrande.ms.gov.br>

30 de agosto de 2024 às 14:03

Boa tarde.
Segue processo judicial atualizado, com as mesmas informações da inicial do processo. Com isso, se mantém o descritivo do material. Quanto à máscara, foi informado "máscara oronasal".
Informação também anexada no SGC (processo 24.539/2024-41)

Att
Loise Karoline
[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

 EDOC_9117_2024.pdf
25K

 PROCESSO JUDICIAL ATUALIZADO.pdf
25139K

243
Karline



A mensagem é muito grande

Não foi possível entregar a mensagem a **comprad.suplic@secomp.campogrande.ms.gov.br** porque ela excede o tamanho limite. Reduza o tamanho da mensagem e envie-a novamente.

A resposta do servidor remoto foi:

552 5.2.3 Message size exceeds maximum value

Final-Recipient: rfc822; comprad.suplic@secomp.campogrande.ms.gov.br
Action: failed
Status: 5.2.3
Remote-MTA: dns; mx2.campogrande.ms.gov.br. (177.53.204.31, the server for the domain secomp.campogrande.ms.gov.br.)
Diagnostic-Code: smtp; 552 5.2.3 Message size exceeds maximum value
Last-Attempt-Date: Fri, 30 Aug 2024 11:04:33 -0700 (PDT)

----- Mensagem encaminhada -----
From: GGCL JUDICIAIS <ggcl.judiciais.sesau@gmail.com>
To: "COMPRAD - SUPLIC/SECOMP" <comprad.suplic@secomp.campogrande.ms.gov.br>
Cc:
Bcc:
Date: Fri, 30 Aug 2024 14:03:13 -0400
Subject: Re: Solicitação de Esclarecimento - CD 35/2024 - Mult Med
----- Message truncated -----

GGCL JUDICIAIS <ggcl.judiciais.sesau@gmail.com>

30 de agosto de 2024 às 14:08

Para: Comprad Suplic Secomp <comprad.suplic@secomp.campogrande.ms.gov.br>

Boa tarde.

Segue processo judicial atualizado, com as mesmas informações da inicial do processo. Com isso, se mantém o descritivo do material. Quanto à máscara, foi informado "máscara oronasal".

Informação também anexada no SGC (processo 24.539/2024-41)

Att

Loise Karoline



PROCESSO JUDICIAL

ATUALIZADO_compressed.pdf

[Texto das mensagens anteriores oculto]



EDOC_9117_2024.pdf

25K



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Estado de Mato Grosso do Sul
Gerência de Gestão de Compras e Licitações - GGCL - SESAU

Processo 24.539/2024-41

Rubrica: *Loise* Pág.: *244*

À SECOMP

Anexo processo judicial e Edoc atualizados. Paciente menciona o mesmo equipamento inicial do processo de compra. Com isso, encaminho para continuidade, visto que ele confirma que o aparelho atende sua atual condição clínica. Também respondido e-mail enviado para esta Divisão.

Atenciosamente

Loise Karoline de O. G. Fernandes
Assessora Técnica
Enfermeira
DC/JGGCL/SESAU

Loise Karoline de O. G. Fernandes
Divisão de Compras Judiciais
GGCL/SUPES/SESAU

Marcelo Cesar de Arruda Ferreira
Marcelo Cesar de Arruda Ferreira
Gerente de Gestão de Compras e Licitação

RECEBIDO

EM *02* / *09* / *24*

ÀS *15:01* HORAS

huxiano

Campo Grande, 02 de setembro de 2024

RECEBIDO

EM *3* / *9* / *24*

ÀS *15:14* HORAS

Deiana