



TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	EMPRESA	MARCA/MODELO	REGISTRO ANVISA	SITUAÇÃO	PARÊCER TÉCNICO
	003	1 Reminador - Tipo: infantil; Limpeza e esterilização: todas as peças devem ser autoclaváveis; Manuseio: pode ser desmontado e montado de forma rápida e fácil; Balo: em silicone, com capacidade mínima de 200 ml; Válvula: unidirecional em polímero, resistente, e com membrana de segurança; Máscara facial: transparente (bojo em policarbonato e coxim anatômico em silicone); Reservatório de oxigênio: em silicone, com capacidade mínima de 1000 ml; Registro: ANVISA; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	INSPIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALAR LTDA	MIKATOS/MIKATOS	80218930007	VIGENTE	REPROVADO. Não atende as especificações técnicas exigidas: (1) Reservatório de oxigênio em silicone autoclavável.
	005	1 Termômetro - Tipo: digital Infravermelho; Requisito: com mira laser, visor LCD com iluminação, beep sonoro e desligamento automático; Faixa de medição: -30 a +350°C ou superior; Distância focal: mínima 12:1.	LIGA MEDICAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	PREMIUM/PREMIUM	ISENTO		REPROVADO. Não atende as especificações técnicas solicitadas: (1) Faixa de medição: -30 a 350°C ou superior
	007	1 Esfigmomanômetro - Tipo: infantil; Modelo: manômetro analógico; Dados complementares: contém pera insufladora e válvula de regulação; Requisito: resistente à queda, com rotação de 360 graus, anel externo de borracha, certificado INMETRO e registro Anvisa; Requisito da embalagem: embalado individualmente em esticóio; Isento; Visor: gravado com mostrador graduado em 0 a 300 mmHg; Braçadeira: em brim ou nylon, com fechamento por velcro, com capacidade para braços de diâmetro de no mínimo 16 cm.	CIRUMED COMÉRCIO LTDA	DYASYS/INFANTIL	10332170039	VIGENTE	REPROVADO. Não atende as especificações técnicas exigidas.
	009	1 Otoscópio - Quantidade de espécios: 5 de tamanhos diferentes; Cabo: em metal inoxidável, revestido por capa antiderrapante; Iluminação: halógena de 2,5 V, com recostio para controle de intensidade da luz; Transmissão da luz: direta ou por fibra óptica; Campo de visão: com aumento de no mínimo de 3 x; Alimentação: pilhas AA ou Tipo "C"; Acompanha: esticóio para otoscópio e seus acessórios; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	NOVA OPÇÃO PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	MD/MARK II	80070210012	VIGENTE	REPROVADO. Não atende as especificações técnicas exigidas: (1) cabo de metal inoxidável.

Handwritten signature



PREFEITURA
DE CAMPO GRANDE

Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Saúde Pública
CNPJ 03.501.509/0001-06
SUPERINTENDÊNCIA DE ECONOMIA EM SAÚDE
GERÊNCIA DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



Processo Administrativo nº 52.280/2024-72 DISPENSA nº 108/2024

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	EMPRESA	MARCA/MODELO	REGISTRO ANVISA	SITUAÇÃO	PARÊCER TÉCNICO
012	1	Carro - Tipo: de emergência; Material: chapa metálica; Acompanhar: no mínimo suporte de soro, suporte para cilindro de oxigênio, suporte para cardioversor ou desfibrilador, filtro de linha e tábua para massagem cardíaca; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência; Requisito: com 4 rodízios giratórios e freios em 2 rodas; Pintura: eletrostática a pó; Gaveteiro: contendo 5 gavetas, sendo a primeira dotada de divisórias modulares para medicamentos, 3 gavetas para uso geral e a quinta com dimensões maiores ideal para utensílios e aparelhos; Dimensões: mínimo de 90 x 50 x 86 cm (C x L x A).	ARTMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES	ARTMED/ART-101	ISENTO		APPROVADO. Atende as especificações técnicas exigidas, após questionamentos respondidos por email. O produto deverá ser entregue com: (1) dimensões mínimas de 90 x 50 x 86 cm (C x L x A); (2) suporte de soro com dois ganchos; (3) suporte para cilindro de oxigênio; (3) trava com lacre simultâneo das gavetas; (4) suporte para cardioversor ou desfibrilador; (5) tábua para massagem cardíaca; (6) filtro de linha (tomada com 4 pontos e fio de 3 metros); e (7) com proteção contra impactos ao redor do carro.
015	1	Cama Hospitalar - Tipo: lawler; Uso: infantil; Movimentos: articulares através de manivelas cromadas, Fowler, Semi-Fowler, Flexão de pernas, Cardíaco.	C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA LTDA	DESEMAT/TEC/DSM 1304	81533710001	VIGENTE	APPROVADO. Atende as especificações técnicas. Após diligências realizadas por email e manifestação da fabricante DESEMAT/TEC, de que será fornecido nas dimensões mínimas: 1,50 x 0,65 x 0,60m (C x L x A) e demais especificações técnicas exigidas em edital. O produto também deve acompanhar 01 (um) colchão D33 nas dimensões da cama.

Em 26/07/2024, Campo Grande/MS

Wanessa Soares de Freitas

COORDENADORA DE LICITAÇÕES
CNPJ 03.501.509/0001-06

Divisão de Compras de Material Permanente

Adriana Martins de Paula
COORDENADORA DE LICITAÇÕES
CNPJ 03.501.509/0001-06

Assessora Técnica
DCM/P/GC/US/SAU