

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	EMPRESA	MARCA/MODELO	REGISTRO ANVISA	SITUAÇÃO	PARCEIR TÉCNICO
	001	Aspirador cirúrgico - Tipo: móvel; Uso: líquido e secreções ; Acompanha: mangueira de silicone ou PVC , manual de instruções e demais acessórios para funcionamento; Frasco: em polícarbonato autoclavável com capacidade mínima para 5 litros, com tampa confeccionada em borracha, silicone ou polícarbonato, e anel de vedação de segurança em borracha ou silicone; Tensão: 110/220 V (bivolt); Motor: bomba à vácuo; Capacidade: fluxo de aspiração de 60 litros/minuto.	CIRUMED COMÉRCIO LTDA	SAM MEDIC - ASPIRATEX/SAM-6004-L	82354539001	VIGENTE	APROVADO, após informações respondidas em diligência: (1) Deverá permitir acoplamento de 02 frascos coletores - capacidade até 10 litros; (2) Pedal de acionamento; (3) Montado em pedestal com quatro rodízios giratórios com freios; (4) O aspirador deve possuir filtro bacteriano.
	002	Kit Laringoscópio - Tipo: infantil; Material do cabo: aço inoxidável; Material da lâmina: aço inoxidável; Requisito do cabo: com tampa de rosca, recartilhada, neaixa para lâmpada; Requisito da lâmina: autoclavável, acabamento fosco ou acetinado, isentas de pontos de solda; Quantidade de lâminas: 6 (3 curvas e 3 retas); Tipo de lâmina : três curvas Macintosh nos números 0, 1 e 2 e três retas Miller nos números 00, 0 e 1; Tipo de lâmpada : 2,5 V de LED; Acompanha: bateria ou conjunto de pilhas, lâmpadas sobressalente, manual em português, bolsa ou estojo; Dados complementares: alimentação por bateria recarregável ou pilha pequena (tamanho AA), devendo possuir codificação verde, compatibilidade com laringoscópios de padrão internacional e registro Anvisa.	NOVA OPÇÃO PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	MIKATOS/Laringoscópio Fíbra Ótica Missouri ref. 400 INFANTIL	80218930005	VIGENTE	APROVADO. Atende as especificações técnicas. Produto deverá ser acompanhado de pilhas.
	003	Reanimador - Tipo: infantil; Limpeza e esterilização: todas as peças devem ser autoclaváveis; Manuseio: pode ser desmontado e montado de forma rápida e fácil; Balão: em silicone, com capacidade mínima de 500 ml; Válvula: unidirecional em polímero, resistente, e com membrana de segurança; Máscara facial: transparente (bojo em polícarbonato e coxim anatômico em silicone); Reservatório de oxigênio: em silicone, com capacidade mínima de 1000 ml; Registro: ANVISA; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MISSOURI/MISSOURI	80218930007	VIGENTE	REPROVADO. Não atende as especificações técnicas exigidas: (1) Reservatório de oxigênio em silicone autoclavável.
	004	Oxímetro de pulso - Tipo: de mesa; Funções mínimas: medição de saturação (SPO2), frequência cardíaca e força de pulso; Faixa de medição: 0-100% ou 1-100% para SPO2 e 30-250 para frequência cardíaca; Visor: LED ou LCD colorido; Bateria: recarregável, com duração mínima de 4 horas; Alimentação: bivolt automático, 50/60 Hz; Acompanha: no mínimo 01 Cabo de força, 01 sensor de dedo adulto reutilizável e manual de operação e instrução em português; Requisito: conteúdo alarmes sonoros e configurável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal; Deve Possuir: Curva pleistimográfica; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	CIRUMED COMÉRCIO LTDA	MD/VS2000E	80070219025	VIGENTE	APROVADO. Atende as especificações técnicas.



Tipo	Item	Especificação	Empresa	Marca/Modelo	Registro Anvisa	Situação	Parcer Técnico
005	1	Termômetro - Tipo: digital Infravermelho; Requisito: com mira laser, visor LCD com iluminação, beep sonoro e desligamento automático; Faixa de medição: -30 a +350°C ou superior; Distância focal: mínima 12:1.	JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	G-TECH	10410139003	VIGENTE	REPROVADO. Não atende as especificações técnicas solicitadas: (1) Faixa de medição: -30 a 350°C ou superior
007	1	Esfigmomanômetro - Tipo: infantil; Modelo: manômetro analógico; Dados complementares: contém pedra insufladora e válvula de regulagem; Requisito: resistente à queda, com rotação de 360 graus, anel externo de borracha, certificado INMETRO e registro Anvisa; Requisito da embalagem: embalado individualmente em estojo; Isento: látex; Visor: gravado com mostrador graduado em 0 a 300 mmHg; Bragadeira: em brim ou nylon, com fechamento por velcro, com capacidade para braços de diâmetro de no mínimo 16 cm.	JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PREMIUM/PREMIUM	80275310022	VIGENTE	REPROVADO. Não atende as especificações técnicas exigidas: (1) com rotação de 360° graus, anel externo de borracha.
008	1	Foco cirúrgico - Tipo: auxiliar; Suporte: flexível; Voltagem: 110 v ou bivolt; Material: metal; Altura: regulável com no mínimo 1 metro; Tipo de lâmpada: LED; Requisito: pedestal com rodízios; Quantidade de lâmpadas: mínimo de 01; Potência mínima: 5,0 W (watts).	C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA LTDA	SALUTEM	ISENTO		APROVADO. Atende as especificações técnicas exigidas.
009	1	Oscópio - Quantidade de espelhos: 5 de tamanhos diferentes; Cabo: em metal inoxidável, revestido por capa antiderrapante; Iluminação: halogena de 2,5 V, com resostato para controle de intensidade da luz; Transmissão da luz: direta ou por fibra óptica; Campo de visão: com aumento de no mínimo de 3 x; Alimentação: pilhas AA ou Tipo "C"; Acompanha: estojo para oscópio e seus acessórios; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	LIGA MEDICAL, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MD/MARKII	80070210012	VIGENTE	REPROVADO. Não atende as especificações técnicas exigidas: produto deverá acompanhar pilhas.
010	1	Eletrocardiômetro - Modelo: portátil; Capacidade de registro: 12 canais; Requisito: display com visor digital para visualizar a programação do aparelho e problemas de mau contato do eletrodo, falta de papel; Papel: termo sensível milimétrico; Campo: para identificação do paciente impressos no papel; Bateria: bateria recarregável duração mínima de 3 horas; Acompanha: cabo de alimentação, bateria recarregável com carregador, cabo paciente de 10 vias, conjunto de eletrodos precordiais, conjunto eletrodos periféricos, manual de instruções em português; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PHILIPS/TC10	10216710222	VIGENTE	APROVADO. Atende as especificações técnicas.

ff. usf



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Saúde Pública
CNPJ 03.501.509/0001-06
SUPERINTENDÊNCIA DE ECONOMIA EM SAÚDE
GERÊNCIA DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



Parceiro Técnico
Pedido de Aquisição de Materiais Permanentes
Processo Administrativo nº 52.290/2024-72 DISPENSA nº 108/2024

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	EMPRESA	MARCA/MODELO	REGISTRO ANVISA	SITUAÇÃO	PARCEIRO TÉCNICO
011	1	Monitor - Tipo: multiparamétrico; Tela: LCD, LED ou TFT; Tensão: bivolt - 127/220; Parâmetros de medição: mínimo 5 (ECG, SPO2, RESP, PNI, TEMP); Acompanha: no mínimo 1 cabo de ECG com 5 vias, 1 cabo de força e 1 sensor de oximetria; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência; Tamanho da tela: no mínimo, de 10,4 Polegadas	C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA LTDA	PROLIFE/C120	10394530056	VIGENTE	APROVADO. Atende as especificações técnicas. Deve acompanhar: Acompanha: no mínimo 1 cabo de ECG 5 vias, sensores SPO2 permanente tipo dedo (02 unidades adulto, 2 unidades pediátricas e 1 unidade neonatal tipo "Y", manguitos reutilizáveis: adulto (02 unidades), adulto obeso (01 unidade), pediátrico (01 unidade) e neonatal (01 unidade), sensores de temperatura (02 unidades), bateria interna recarregável (01 unidade), 01(um) Tubo extensor de PNI reutilizável e cabo força (01 unidade), conforme resposta. As diligências realizadas por email.
012	1	Carro - Tipo: de emergência; Material: chapa metálica; Acompanha: no mínimo suporte de soro, suporte para cilindro de oxigênio, suporte para cardiôversor ou desfibrilador, filtro de linha e tábua para massagem cardíaca; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência; Requisito: com 4 rodízios giratórios e freios em 2 rodas; Pintura: eletrostática a pó; Gaveteiro: contendo 5 gavetas, sendo a primeira dotada de divisórias modulares para medicamentos, 3 gavetas para uso geral e a quinta com dimensões maiores ideal para utensílios e aparelhos; Dimensões: mínimo de 90 x 50 x 86 cm (C x L x A).	INSPIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA	HTC MÓVEIS	ISENTO		REPROVADO. Não atende as especificações técnicas exigidas: (1) Gaveteiro: contendo 5 gavetas; (2) Dimensões: mínimo de 90 x 50 x 86 cm (C x L x A).
014	1	Aparelho CPAP - Modo de funcionamento: fixo e automático; Requisito: com umidificador; Intervalo de pressão: 4 a 20 cm H2O; Rampa: ajustável de 0 - 45 min; Nível de ruído: máximo de 30 dB; Capacidade Mínima: 325 ml de água; Armazenamento de dados: cartão SD; Acompanha: máscara nasal e bolsa de transporte; Voltagem: bivolt	NOVA OPÇÃO PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	BMC MEDICAL/E-20A-H-O	80117580501	VIGENTE	APROVADO. Atende as especificações técnicas.
015	1	Cama Hospitalar - Tipo: lawler; Uso: infantil; Movimentos: articulares através de manivelas cromadas, Fowler, Semi-Fowler, Flexão de pernas, Cardíaco.	C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA LTDA	DESEMATEC/DSM 1304	81533710001	VIGENTE	APROVADO. Atende as especificações técnicas. Deve ser acompanhado de colchão densidade D-33, conforme resposta a diligência.

Em 22/07/2024, Campo Grande/MS

Coordenadora de Urgências - CUR

Wanessa Soares de Freitas
COREN-MS 153320-ENF

Divisão de Compras de Material Permanente

Fabiana Martins de Paula
COREN-MS 440.487-ENF
Assessora Técnica
DCMP/GGOLISESAU