



PREFEITURA
DE CAMPO GRANDE

Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Saúde Pública
CNPJ 03.501.559/0001-06
SUPERINTENDÊNCIA DE ECONOMIA EM SAÚDE
GERÊNCIA DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Processo Administrativo nº 52.250/2024-72 DISPENSA nº 108/2024
Parecer Técnico
Pedido de Aquisição de Materiais Permanentes



TIPO		ESPECIFICAÇÃO		EMPRESA	MARCA/MODELO	REGISTRO ANVISA	SITUAÇÃO	PARECER TÉCNICO
009	1	Otoscópio - Quantidade de espelhos: 5 de tamanhos diferentes; Cabo: em metal inoxidável, revestido por capa antiderrapante; Iluminação: halógena de 2,5 V, com reostato para controle de intensidade da luz; Transmissão da luz: direta ou por fibra óptica; Campo de visão: com aumento de no mínimo de 3 x; Alimentação: pilhas AA ou Tipo "C"; Acompanha: estojo para otoscópio e seus acessórios; Dados complementares: informações complementares no Termo de Referência.		CIRUMED COMÉRCIO LTDA	MD Omni 3000	80070210012	VIGENTE	APROVADO. Atende as especificações técnicas exigidas: (1) o produto deverá vir acompanhado de pilhas, conforme resposta em diligência.

Em 29/07/2024, Campo Grande/MS

Coordenadoria de Urgências - CUR

Wanessa Soares de Freitas
COREN-MS 153220-ENF

Divisão de Compras de Material Permanente

Fabiana Martins de Paula
COREN-MS 440.487 ENF
Assessora Técnica
DCIMP/GOUL/SES AU

Wanessa Soares de Freitas
COREN-MS 153220-ENF