



PREFEITURA
DE CAMPO GRANDE

Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Saúde Pública
CNPJ 03.501.509/0001-06
SUPERINTENDÊNCIA DE ECONOMIA EM SAÚDE
GERÊNCIA DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



Parecer Técnico
Pedido de Aquisição de Materiais Permanentes
Processo Administrativo nº 52.290/2024-72 DISPENSA nº 108/2024

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	EMPRESA	MARCA/MODELO	REGISTRO ANVISA	SITUAÇÃO	PARÊCER TÉCNICO
001	1	Aspirador cirúrgico - Tipo: móvel; Uso: líquido e secreções; Acompanha: mangueira de silicone ou PVC, manual de instruções e demais acessórios para funcionamento; Frasco: em polícarbonato autoclavável com capacidade mínima para 5 litros, com tampa confeccionada em borracha, silicone ou polícarbonato, e anel de vedação de segurança em borracha ou silicone; Tensão: 110/220 V (bivolt); Motor: bomba à vácuo; Capacidade: fluxo de aspiração de 60 litros/minuto.	C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA LTDA	HR/6005 C2	81731749002	VIGENTE	REPROVADO, não atende as especificações técnicas exigidas: (1) Capacidade: fluxo de aspiração de 60 litros/minuto. Obs. O modelo 6005- C2" possui potência do motor de 1/3 HP ou 1/4 HP, que oferta fluxo de aspiração inferior ao mínimo solicitado.
002	1	Kit Laringoscópio - Tipo: infantil; Material do cabo: aço inoxidável; Material da lâmina: aço inoxidável; Requisito do cabo: com tampa de rosca, recatilhada, necha para lâmpada; Requisito da lâmina: autoclavável, acabamento fosco ou acetinado, isentas de pontos de solda; Quantidade de lâminas: 6 (3 curvas e 3 retas); Tipo de lâmina: três curvas Macintosh nos números 0, 1 e 2 e três retas Miller nos números 00, 0 e 1; Tipo de lâmpada: 2,5 V de LED; Acompanha: bateria ou conjunto de pilhas, lâmpadas sobressalente, manual em português, bolsa ou estojo; Dados complementares: alimentação por bateria recarregável ou pilha pequena (tamanho AA), devendo possuir codificação verde, compatibilidade com laringoscópios de padrão internacional e registro Anvisa.	LIGA MEDICAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MD/CONVENCIONAL	80070210014	VIGENTE	REPROVADO, não atende as especificações técnicas exigidas: (1) Lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde compatíveis com laringoscópios de fibra óptica padrão internacional.
003	1	Reanimador - Tipo: infantil; Limpeza e esterilização: todas as peças devem ser autoclaváveis; Manuseio: pode ser desmontado e montado de forma rápida e fácil; Balão: em silicone, com capacidade mínima de 500 ml; Válvula: unidirecional em polímero, resistente, e com membrana de segurança; Máscara facial: transparente (bojo em polícarbonato e coxim anatômico em silicone); Reservatório de oxigênio: em silicone, com capacidade mínima de 1000 ml; Registro: ANVISA; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	NOVA OPÇÃO PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	SAFT/INFANTIL	10296900045	VIGENTE	REPROVADO, não atende as especificações técnicas exigidas: (1) Reservatório de oxigênio em silicone autoclavável.
004	1	Oxímetro de pulso - Tipo: de mesa; Funções mínimas: medição de saturação (SpO2), frequência cardíaca e força de pulso; Faixa de medição: 0-100% ou 1-100% para SpO2 e 30-250 para frequência cardíaca; Visor: LED ou LCD colorido; Bateria: recarregável, com duração mínima de 4 horas; Alimentação: bivolt automático, 50/60 Hz; Acompanha: no mínimo 01 Cabo de força, 01 sensor de dedo adulto reutilizável e manual de operação e instrução em português; Requisito: contendo alarmes sonoros e configurável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal; Deve Possuir: Curva plestomográfica; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	LIGA MEDICAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MD/UT100	80070219017	VIGENTE	REPROVADO, Não atende as especificações técnicas exigidas: (1) Oxímetro de pulso - Tipo: de mesa. (O produto ofertado é oxímetro portátil).
005	1	Termômetro - Tipo: digital Infravermelho; Requisito: com mira laser, visor LCD com iluminação, beep sonoro e desligamento automático; Faixa de medição: -30 a +35°C ou superior; Distância focal: mínima 12 l.	C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA LTDA	BIOL/ANDE127	10410139003	VIGENTE	REPROVADO, Não atende as especificações técnicas solicitadas: (1) Faixa de medição: -30 a 35°C ou superior

Wsf

JF

006	1	Estetoscópio - Tipo: duplo; Uso: infantil; Material: tubo Y em PVC, hastes brauculares e auscultares em aço inox; Auscultador: duplo, com anel de proteção contra o frio; Olivas: anatômicas em silicone ou material macio; Requisito: hastes brauculares com formato anatômico, molas internas para maior resistência e melhor ajuste da tensão; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	CIRUMED COMÉRCIO LTDA	BIC/Pediatríco Inox Master Duplo	80540449002	VIGENTE	APROVADO. Atende as especificações técnicas exigidas.
007	1	Esfigmomanômetro - Tipo: infantil; Modelo: manômetro analógico; Dados complementares: contém peça insufladora e válvula de regulação; Requisito: resistente à queda, com rotação de 360 graus, anel externo de borracha, certificado INMETRO e registro Anvisa; Requisito da embalagem: embalado individualmente em estojo; Isento: latex; Visor: gravado com mostrador graduado em 0 a 300 mmHg; Braçadeira: em brim ou nylon, com fechamento por velcro, com capacidade para braços de diâmetro de no mínimo 16 cm.	LIGA MEDICAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	PREMIUM/PREMIUM	80275310022	VIGENTE	REPROVADO. Não atende as especificações técnicas exigidas (1) com rotação de 360° graus, anel externo de borracha.
008	1	Foco cirúrgico - Tipo: auxiliar; Suporte: flexível; Voltagem: 110 v ou bivolt; Material: metal; Altura: regulável com no mínimo 1 metro; Tipo de lâmpada: LED; Requisito: pedestal com rodízios; Quantidade de lâmpadas: mínimo de 01; Potência mínima: 5,0 W (watts).	INSPIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA	MIKATOS	ISENTO		APROVADO. Atende as especificações técnicas exigidas.
009	1	Otoscópio - Quantidade de espelhos: 5 de tamanhos diferentes; Cabo: em metal inoxidável, revestido por capa antidebrapante; Iluminação: halógena de 2,5 V, com reostato para controle de intensidade da luz; Transmissão da luz: direta ou por fibra óptica; Campo de visão: com aumento de no mínimo de 3 x; Alimentação: pilhas AA ou Tipo "C"; Acompanha: estojo para otoscópio e seus acessórios; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	INSPIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA	MIKATOS/TK-MIKATOS	80218930006	VIGENTE	REPROVADO. Não atende as especificações técnicas exigidas: (1) com aumento de no mínimo de 3 x.
010	1	Eletrcardiógrafo - Modelo: portátil; Capacidade de registro: 12 canais; Requisito: display com visor digital para visualizar a programação do aparelho e problemas de mau contato do eletrodo, falta de papel; Papel: termo sensível milimétrico; Campo: para identificação do paciente impressos no papel; Bateria: bateria recarregável duração mínima de 3 horas; Acompanha: cabo de alimentação, bateria recarregável com carregador, cabo paciente de 10 vias, conjunto de eletrodos precordiais, conjunto eletrodos periféricos, manual de instruções em português; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	OLIMPO COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMEN/H3	80047309204	VIGENTE	REPROVADO. Não atende as especificações técnicas exigidas: (1) Capacidade de registro: 12 canais
011	1	Monitor - Tipo: multiparamétrico; Tela: LCD, LED ou TFT; Tensão: bivolt - 127/220; Parâmetros de medição: mínimo 5 (ECG, SPO2, RESP, PNI, TEMP); Acompanha: no mínimo 1 cabo de ECG com 5 vias, 1 cabo de força e 1 sensor de oximetria; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência; Tamanho da tela: no mínimo, de 10,4 Polegadas	OLIMPO COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMEN/STAR8000F	80047300722	VIGENTE	REPROVADO. Não atende as especificações técnicas exigidas: (1) Permitir visualização de no mínimo 12 ondas simultaneamente, conforme informações complementares.

2021

FR

012	1	Carro - Tipo: de emergência. Material: chapa metálica. Acompanha: no mínimo suporte para soro, suporte para cilindro de oxigênio, suporte para cardiovensor ou desfibrilador, filtro de linha e tábua para massagem cardíaca. Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência. Requisito: com 4 rodízios giratórios e freios em 2 rodas. Pintura: eletrolítica a pó. Gaveteiro: contendo 5 gavetas, sendo a primeira dotada de divisórias modulares para medicamentos, 3 gavetas para uso geral e a quinta com dimensões maiores ideal para utensílios e aparelhos. Dimensões: mínimo de 90 x 50 x 86 cm (C x L x A).	C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA	SALUTEM/8622	ISENTO		REPROVADO. Não atende as especificações técnicas exigidas: (1) Gaveteiro: contendo 5 gavetas; (2) Dimensões: mínimo de 90 x 50 x 86 cm (C x L x A).
013	1	Poltrona - Tipo: reclinável hospitalar. Material: estofado, revestido de material impermeável na cor azul. Medida: na posição reclinada de no mínimo 1,60 x 0,60 x 0,50 m (C x L x A). Estrutura: tubo de aço. Encosto: reclinável 180°, com dimensões mínimas de 0,60 x 0,80 m (L x A) e estofado de densidade mínima D-23. Pintura: eletrolítica epóxi pó com tratamento antiferrugem para todos os elementos metálicos. Assento: com estofado de densidade mínima D-23 e medidas mínimas de 0,60 x 0,50 m (L x P). Requisito: encosto e descanso pés com deslocamento sincronizado, acionado por alavanca. Descansa pés: articulados, estofados com densidade mínima D-23; Braços: com estofado de densidade mínima D-45 e dimensões mínimas de 0,12 x 0,75 m (L x C). Pes: com 4 rodízios de no mínimo 3" e sistema de freio frontal; Capacidade de carga: mínimo de 160 kg.	ARTMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES	ARTMED/ART-259 Poltrona Reclinável de Luxo - ART 259	81095400003	VIGENTE	APROVADO após diligência realizada por email. O produto deverá ser ofertado com o estofado nas seguintes densidades: Encosto densidade D-26; Assento densidade D-26; Descansa pés densidade D-26; Apoio de braço densidade D-45.
014	1	Aparelho CPAP - Modo de funcionamento: fixo e automático; Requisito: com umidificador. Intervalo de pressão: 4 a 20 cm H2O; Rampa: ajustável de 0 – 45 min; Nível de ruído: máximo de 30 dB; Capacidade Mínima: 325 ml de água. Armazenamento de dados: cartão SD; Acompanha: máscara nasal e bolsa de transporte. Voltagem: bivolt	C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA	YUWEI/YH550	81278599008	VIGENTE	REPROVADO. Não atende as especificações técnicas exigidas: (1) Capacidade Mínima: 325 ml de água da cama.
015	1	Cama Hospitalar - Tipo: fawler; Uso: infantil; Movimentos: articulares através de manivelas cromadas, Fowler, Semi-Fowler; Flexão de pernas, Cardíaco.	CIRUMED COMÉRCIO LTDA	CAUMAQ	80377989006	VIGENTE	REPROVADO. Não atende as especificações técnicas exigidas: (1) Cabeceira e peseteira removíveis, confeccionadas em material termoplástico de alta resistência, com adesivo infantil; (2) Capacidade de 150Kg; (3) Deve acompanhar 01 (um) colchão D33 nas dimensões da cama.

Em 15/07/2024, Campo Grande/MS

Wanessa Soares de Freitas
COREN-MS 153220-ENF

Coordenadoria de Urgências - CUR

Fabiana Martins de Paula
COREN-MS 440.487 ENF
Assessora Técnica
DCMP/GGCI

Divisão de Compras de Material Permanente