



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Saúde Pública
CNPJ 03.501.509/0001-06
SUPERINTENDÊNCIA DE ECONOMIA EM SAÚDE
GERÊNCIA DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Parecer Técnico
Processo Administrativo nº 7111/2025-11



ITEM	ESPECIFICAÇÃO SIGA CATÁLOGO	EMPRESA	MARCA - AVALIAÇÃO	RESULTADO
1	Aparelho CPAP - Modo de funcionamento: fixo e automático; Requisito: com umidificador; Intervalo de pressão: 4 a 20 cm H2O; Rampa: ajustável de 0 – 45 min; Nível de ruído: máximo de 30 dB; Capacidade Mínima: 325 ml de água; Armazenamento de dados: cartão SD; Acompanha: máscara nasal e bolsa de transporte. Voltagem: bivolt.	C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA (CNPJ: 36.957.099/0001- 61)	Marca: BMC Modelo: CPAP AUTO CPAP AUTO G2S A20, COM UMIDIFICADOR INTEGRADO	Aprovado. Atende especificação técnica.

Loise Karoline de O. G. Fernandes
Enfermeira - Divisão de Compras Judiciais

Eliane Alves Cardoso Torres
Auxiliar Social II - Divisão de Compras Judiciais

Campo Grande-MS, 06 de junho de 2025.