



SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

ANEXO I DO TR
QUADRO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

PROCESSO: 087007/2026-75

OBJETO: Registro de Preços para eventual fornecimento de MÁSCARAS, CAMPO CIRÚRGICO, AVENTAL DESCARTÁVEL, EQUIPO E EXTENSORES para atender as unidades de saúde da REMUS.

1. QUADRO:

Tipo	Seq.	Código/Descrição	Un. Aquis.	Elem./Sub	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
Item	1	0008130 - Máscara hospitalar - Tipo: cirúrgica descartável; Material: não tecido para uso odonto-médico-hospitalar; Gramatura: mínima de 30 gr/m²; Camadas: 3 (interna, externa e filtro); Requisito: com filtro bacteriológico, elástico para fixação das orelhas, pregas horizontais, clip nasal embutido, hipoalergênica; Formato: retangular; Requisito da embalagem: constando os dados de identificação, procedência, data de fabricação, lote, validade e registro no Ministério da Saúde.	Cx 50 Un.	3036 - Material Hospitalar	73714	R\$ 4,83	R\$ 356.038,62
Item	2	0007391 - Máscara - Tipo: proteção; Uso: contra agentes biológicos; Classe: N95/PPF2; Fixação: duplo elástico; Requisito: respirador semifacial fabricado em peça única com no mínimo 03 camadas, possuindo proteção externa por feltro de não-tecido; Requisito da embalagem: constando dados de data de fabricação, lote e validade; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	1 Unid	3036 - Material Hospitalar	204727	R\$ 1,19	R\$ 243.625,13
Item	3	00017709 - Campo cirúrgico - Material: não tecido SSMMS, com janela central em formato circular; Cor: azul; Tamanho: 40 x 40 cm; Requisitos: descartável, atóxico, hipoalergênico e estéril; Requisito da embalagem: constando os dados de identificação, procedência, data de fabricação, lote, validade e registro no Ministério da Saúde.	1 Un.	3036 - Material Hospitalar	109512	R\$ 2,40	R\$ 262.828,80
Item	4	0003344 - Avental - Tipo: descartável; Material: tecido não tecido (TNT); Manga: longa; Gramatura: 30 g/m²; Altura: mínima de 120 cm; Punho: com elástico; Ajustes: tiras ou fitas na altura do pescoço e na cintura; Requisito da embalagem: identificação do fabricante, lote, validade e Registro Anvisa.	Pct. 10 un.	3036 - Material Hospitalar	178421	R\$ 9,41	R\$ 1.678.941,61

Avenida Afonso Pena, 3297 - Centro, Campo Grande - MS, Brasil

Fone: (0xx67) 3314-3267



SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

Item	5	00141597 - Equipio - Tipo: macrogotas; Câmara: transparente e flexível; Gotejamento: 1 ml equivalente a 20 gotas; Material: PVC; Requisito: estéril, atóxico, apirogênico, de uso único, com suspiro lateral, sem efeito memória, com injetor lateral em "Y", com membrana auto cicatrizante, com proteção e apoio aos dedos do operador e pinça rolete; Filtros: de entrada de ar (hidrófobo); Ponta: perfurante com no mínimo 2 níveis; Medida: mínima de 150 cm; Conector: luer slip ou luer lock rotativo macho com protetor; Acompanha: roldana com regulagem; Requisito da embalagem: embalado individualmente, com abertura asséptica, contendo dados externos identificando data de fabricação, lote, validade e Registro Anvisa; Compatibilidade: similar ou equivalente à marca HARTMANN.	1 Unid	3036 - Material Hospitalar	1469861	R\$ 0,80	R\$ 1.175.888,80
Item	6	0003587 - Equipio - Tipo: macrogotas fotossensível; Material: tubo flexível fotoprotetor; Requisito: estéril, descartável, com câmara de gotejamento flexível para visualização, com entrada de ar lateral, com injetor lateral em "Y", pinça rolete; Filtros: bacteriológico com tampa protetora e de fluídos de 15 microns; Ponta: perfurante para adaptação em frasco/ampola/bolsa; Medida: mínima de 1,5 metros; Conector: luer slip e luer lock rotativo macho com protetor; Acompanha: capa protetora para o frasco de solução; Requisito da embalagem: embalado individualmente, com abertura asséptica, contendo dados externos identificando data de fabricação, lote, validade e Registro Anvisa.	1 Unid	3036 - Material Hospitalar	23188	R\$ 2,24	R\$ 51.941,12
Item	7	00012167 - Extensor hospitalar - Tipo: multivias flexível; Uso: infusão de uma ou mais soluções parenterais com clamp corta fluxo; Cor: transparente; Material: PVC atóxico flexível; Requisitos das extremidades: possui duas extremidades distais com conectores luer lock, duas extensões em PVC dotadas de dispositivo clamp (abre e fecha), um intermediário em "Y" unindo as extensões distais à extensão proximal (luer slip); Acompanha: tampas protetoras reserva; Requisitos da embalagem: embalado individualmente, com abertura asséptica, contendo dados externos identificando data de fabricação, lote, validade e Registro Anvisa.	1 Unid	3036 - Material Hospitalar	28783	R\$ 0,79	R\$ 22.738,57
Valor Total Global:					R\$ 3.792.002,65		

1.1. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

1.1.1. Item001: Máscara cirúrgica de uso único, atóxica e apirogênica, confeccionada em tecido não tecido (TNT), 3 camadas, em formato retangular, com pregas horizontais que possibilitem a expansão e adequado ajuste ao rosto. Deve possuir elemento filtrante com eficiência de filtração bacteriana conforme normas técnicas vigentes, e camada interna com material macio e hipoalergênica. Deve ser dotada de clipe nasal ajustável e resistente, que permita adequada vedação sem causar lesões ao usuário, e possuir dois elásticos laterais para fixação atrás das orelhas, resistentes e confortáveis. As bordas devem ser devidamente acabadas, com selagem por processo térmico ou ultrassônico, garantindo resistência e integridade do produto. Produto isento de furos, rasgos, manchas ou quaisquer defeitos que comprometam sua funcionalidade. Embalagem contendo 50 (cinquenta) unidades, íntegra, que assegure a proteção e conservação do produto até o Avenida Afonso Pena, 3297 - Centro, Campo Grande - MS, Brasil

Fone: (0xx67) 3314-3267



SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

momento do uso, devidamente rotulada conforme legislação sanitária vigente, ter registro/cadastro ativo na ANVISA.

1.1.2. Item002: Máscara de proteção classe N95 (padrão americano) ou respirador semifacial filtrante (PFF2) descartável, destinado à proteção contra aerossóis sólidos e líquidos, inclusive agentes biológicos. Confeccionado em material filtrante composto por fibras sintéticas, disposto em camadas, com eficiência mínima de filtração de 94%, conforme requisitos da norma ABNT NBR 13698 vigente. Deve possuir formato anatômico que proporcione adequada vedação ao rosto do usuário, cobrindo nariz e boca, com clipe nasal ajustável e resistente, que permita melhor adaptação facial sem causar lesões. Fixação por, no mínimo, dois tirantes elásticos, resistentes, posicionados de forma a garantir adequada vedação e estabilidade durante o uso. Produto isento de furos, rasgos, deformidades ou quaisquer defeitos que comprometam sua vedação, segurança e desempenho. Não será permitido modelo com válvula de exalação. Embalagem individual, íntegra, que assegure a proteção do produto até o momento do uso, contendo externamente identificação do fabricante, lote, data de fabricação, prazo de validade e demais informações exigidas pela legislação vigente, incluindo a Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e normas sanitárias aplicáveis, bem como regularização junto à ANVISA. Deve possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, emitido pelo órgão competente do Ministério do Trabalho e Emprego.

1.1.3. ITEM 003: Campo fenestrado estéril, descartável, com gramatura mínima de 30 g/m². Deve possuir janela central circular com diâmetro de 10 cm, admitindo variação de ± 1 cm. Produto isento de furos, rasgos, rebarbas ou quaisquer defeitos que comprometam sua integridade e finalidade. Deve apresentar acabamento adequado em toda a sua extensão, garantindo resistência e segurança durante o uso. Esterilizado por processo validado, devendo ser fornecido em embalagem individual íntegra, que assegure a manutenção da esterilidade até o momento da utilização. A embalagem deve conter identificação do fabricante, lote, data de fabricação, prazo de validade e demais informações exigidas pela legislação sanitária vigente, incluindo regularização junto à ANVISA.

Avenida Afonso Pena, 3297 - Centro, Campo Grande - MS, Brasil

Fone: (0xx67) 3314-3267



SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

1.1.4. ITEM 004: Avental descartável, de uso único, na cor branca, com gramatura 30 g/m². Modelo de manga longa, com punhos em material elástico, proporcionando melhor ajuste aos punhos do usuário. Deve possuir abertura posterior, com sistema de fechamento por tiras/fitas na região do pescoço e na cintura, confeccionadas no mesmo material do avental, resistentes à tração e com comprimento suficiente para permitir ajuste adequado a diferentes biotipos. Tamanho único, com dimensões que garantam cobertura adequada do tronco e membros superiores. Produto isento de furos, rasgos, rebarbas ou quaisquer defeitos que comprometam sua integridade e utilização. Fornecido em pacote contendo 10 (dez) unidades. A embalagem deve conter identificação do fabricante, marca, modelo, lote, data de fabricação, prazo de validade e demais informações exigidas pela legislação vigente, ter cadastro/registro ativo na ANVISA.

1.1.5. ITEM 005: Equipopara infusão intravenosa tipo **macrogotas**, de uso gravitacional. Deve possuir câmara gotejadora com fator de gotejamento de 20 gotas = 1 mL, e dispositivo para entrada de ar com filtro hidrófobo. Tubo confeccionado em PVC transparente, flexível, isento de efeito memória. Ponta perfurante escalonada, dotada de protetor firmemente adaptado, compatível com frascos e bolsas de soluções parenterais. Deve possuir injetor lateral em “Y” dotado de disco de proteção para apoio dos dedos do profissional durante a manipulação. Sistema de controle de fluxo por pinça rolete (roldana), de ajuste preciso e seguro. Produto isento de furos, deformidades ou quaisquer defeitos que comprometam sua funcionalidade e segurança. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou material compatível, que permita abertura asséptica e verificação da integridade da embalagem, contendo identificação do fabricante, lote, data de fabricação, prazo de validade, método de esterilização e registro ou notificação na ANVISA, conforme legislação vigente.

1.1.6. ITEM 006: Equipopara infusão intravenosa tipo macrogotas, universal, indicado para administração de **soluções fotossensíveis**. Confeccionado em PVC translúcido com propriedade fotoprotetora, adequado para uso em bombas de infusão com sistema de propulsão linear, bem como em infusão gravitacional. Deve possuir câmara gotejadora

Avenida Afonso Pena, 3297 - Centro, Campo Grande - MS, Brasil

Fone: (0xx67) 3314-3267



SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

flexível, com fator de gotejamento de 20 gotas = 1 mL, e dispositivo de entrada de ar com filtro bacteriológico de 0,2 µm. Tubo extensor flexível isento de efeito memória. Sistema de controle de fluxo por pinça rolete, de ajuste preciso e seguro. Ponta perfurante escalonada, com protetor, compatível com frascos e bolsas de soluções parenterais. Produto isento de furos, deformidades ou quaisquer defeitos que comprometam sua funcionalidade e segurança. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico ou material compatível, permitindo abertura asséptica e verificação da integridade da embalagem.

1.1.7. ITEM 007: Extensor hospitalar multivias, estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, indicado para infusão simultânea de uma ou mais soluções parenterais. Confeccionado em PVC transparente, resistente a dobras e sem efeito memória. Deve possuir sistema multivias em configuração em “Y”, composto por duas extensões distais independentes, cada uma dotada de dispositivo clamp (abre e fecha) para controle de fluxo, e uma extremidade proximal com conector tipo luer slip. Produto isento de furos, deformidades ou quaisquer defeitos que comprometam sua funcionalidade e segurança. Embalado individualmente em material que permita abertura asséptica e verificação da integridade da embalagem.



ANEXO I DO TR - QUADRO DE MATERIAIS - SERVIÇOS

Código do documento: GMDP-2CNC-CR8K-NNRM



Autenticação Eletrônica

Valide em <https://compras.campogrande.ms.gov.br/flowbee-pub/#/validar/GMDP-2CNC-CR8K-NNRM>

Ou digite o código: GMDP-2CNC-CR8K-NNRM

Assinado em conformidade à Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
