PREFEITURA DE
NovoBrasil
ADM: 2025 - 2028
Construindo uma nova história

Praça Degir Miranda Teles s/n, Centro.
CEP. 76.285-000 – Novo Brasil-Goias
Fone: 0800 000 0091 -062-3196-0049
Site: www.novobrasil.go.gov.br
E-mail licitacao@novobrasil.go.gov.br

DECISÃO

Assunto: Resposta ao pedido de esclarecimento
Pregão Presencial nº 008/2026 — Processo Adm. nº 7598/2026

O **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVO BRASIL/GO**, por meio de seu Gestor, no uso de suas atribuições legais, torna público o resultado da análise do pedido de esclarecimento e ajustes apresentado pela empresa Canon Medical Systems do Brasil Ltda. (CNPJ 46.563.938/0014-35), recebido via e-mail em 29 de outubro de 2026, referente ao Edital de Pregão Presencial nº 008/2026, Processo Administrativo nº 7598/2026, que tem por objeto o fornecimento de 01 (um) aparelho de ultrassonografia diagnóstica para o Hospital Municipal Júlio Natalício de Lima.

1. DA TEMPESTIVIDADE

O pedido foi protocolado dentro do prazo de 3 (três) dias úteis antes da abertura do certame, nos termos do art. 164 da Lei nº 14.133/2021 e do item 12.1 do Edital. Tempestivo.

2. DA ANÁLISE

O pedido não veicula dúvida interpretativa, mas pretensão de alteração das especificações técnicas do objeto, de modo a adequá-las às características de determinado equipamento. A definição do objeto é atribuição exclusiva da Administração, nos termos dos arts. 18 e 40 da Lei nº 14.133/2021, e não pode ser redefinida por fornecedor isolado.

2.1. Tela de toque de 14 polegadas — INDEFERIDO. A dimensão está vinculada à ergonomia e à segurança operacional em rotina de alta demanda, impactando legibilidade, precisão de ajuste e redução de erros de operação.

2.2. Medição biométrica semiautomática com inteligência artificial — INDEFERIDO. A medição manual depende da variabilidade do operador e compromete a padronização das medidas fetais, requisito essencial ao acompanhamento pré-natal.

2.3. Aquecedor de gel integrado — INDEFERIDO. O requisito decorre das condições concretas de operação do serviço, e não da existência isolada do recurso no mercado.

2.4. Software de análise de nódulos mamários com BI-RADS — INDEFERIDO. A funcionalidade integra a solução pretendida como apoio à decisão clínica, sem substituir a avaliação médica.

Praça Degir Miranda Teles s/n, Centro.
CEP. 76.285-000 – Novo Brasil-Goias
Fone: 0800 000 0091 -062-3196-0049
Site: www.novobrasil.go.gov.br
E-mail licitacao@novobrasil.go.gov.br

2.5. Tolerância de ± 1,6 MHz no transdutor endocavitário volumétrico — DEFERIDO PARCIALMENTE. Esclarece-se que a tolerância de ± 1 MHz do item 1.2.6 do Termo de Referência aplica-se a todos os transdutores exigidos, inclusive ao endocavitário volumétrico. Não se acolhe a ampliação para ± 1,6 MHz, por ausência de demonstração técnica de preservação integral da resolução e da penetração acústica.

2.6. Prazo de entrega de 330 dias — INDEFERIDO. O prazo de 60 (sessenta) dias (itens 17.3 do Edital, 4.4.1 e 5.2.1 do Termo de Referência) está vinculado ao cronograma de aplicação dos recursos de Emenda Parlamentar, Processo nº 2026000042004683 — Financiamento de Ações de Saúde Fundo a Fundo, convênio entre o Município de Novo Brasil/GO e a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, Programa Goiás do Crescimento — Investimento. A prorrogação implicaria risco de perda ou devolução dos recursos, manutenção do Hospital Municipal sem o equipamento por quase um ano e desvirtuamento da finalidade pública. Registre-se que consta dos autos proposta de empresa com condições de fornecer o equipamento no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, o que confirma a exequibilidade da exigência editalícia.

3. DA MANUTENÇÃO DO EDITAL

Fica **MANTIDO INTEGRALMENTE** o Edital de Pregão Presencial nº 008/2026 e seus anexos, com a única ressalva do esclarecimento do item 2.5.

O esclarecimento não altera o objeto, as especificações técnicas, os prazos ou qualquer condição de participação, não havendo modificação do ato convocatório nem redesignação da sessão pública, nos termos do item 12.7 do Edital.

Permanecem inalterados:

a) sessão pública: 04 de novembro de 2026, às 08h00min, na Sede da Prefeitura Municipal de Novo Brasil, Setor de Licitações e Contratos;

b) prazo de entrega: até 60 (sessenta) dias corridos da Ordem de Fornecimento;

c) valor estimado: R$ 272.800,00 (duzentos e setenta e dois mil e oitocentos reais);

d) especificações técnicas do Anexo I — Termo de Referência.

4. DA CONCLUSÃO

DEFIRO PARCIALMENTE o pedido, exclusivamente quanto ao esclarecimento do item 2.5, e INDEFIRO os demais pleitos, mantendo-se íntegro o instrumento convocatório.

A resposta integral encontra-se à disposição dos interessados nos autos do Processo Administrativo nº 7598/2026 e no sítio eletrônico oficial do Município.

PREFEITURA DE
Novo Brasil
ADM: 2025 - 2028
Construindo uma nova história

Praça Degir Miranda Teles s/n, Centro.
CEP. 76.285-000 – Novo Brasil-Goias
Fone: 0800 000 0091 -062-3196-0049
Site: www.novobrasil.go.gov.br
E-mail licitacao@novobrasil.go.gov.br

Novo Brasil/GO, 31 de outubro de 2026.

WÁLISON RANGEL ALVES MOREIRA
Secretário Municipal de Saúde
Gestor do Fundo Municipal de Saúde