

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2025 FMS

I – DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES.

Trata-se de resposta ao pedido de esclarecimento ao Edital referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 001/2025 FMS, cujo objeto é o Registro de Preços para Futura e Eventual contratação de empresa do ramo pertinente, para aquisição de veículos, equipamentos e material permanente conforme a proposta nº 11283.607000/1240-01, do Ministério da Saúde, itens destinados a manutenção das atividades do Programa Melhor em Casa, pela Gerente de Licitação da empresa HOSPCOM HOSPITALAR.

II – DOS ESCLARECIMENTOS

Em suma, a Gerente de Licitação questiona:

DÚVIDAS - PE 001/2025

Paula Costa <paula.costa@hospcom.net>
Para: "licitacao@msbn@gmail.com" <licitacao@msbn@gmail.com>

3 de fevereiro de 2025 às 16:28

Boa tarde,

Vamos participar do PE 001/2025 do item de concentrador e gostaríamos de saber qual é a voltagem da energia de Brasil Novo, precisamos dessa informação para cotar o equipamento com a voltagem correta.

Atenciosamente,



PAULA NUNES COSTA
Gerente de Licitação

www.hospcom.net

(11) 383107-0167

HOSPCOM



www.hospcom.net



Hospcom Hospitalar



hospcom



@hospcom



/hospcom

QUESTIONAMENTO – Voltagem do equipamento.

“(…) gostaríamos de saber qual é a voltagem da energia de Brasil Novo”.

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO:


O aparelho Concentrador de oxigênio, tipo estacionário, capacidade até 5L, deverá ser compatível com 220 volts.


IV - CONCLUSÃO:

Considerando que não há nenhum fato novo que motive a reformulação das condições fixadas no Edital e Termo de Referência que o integra, mantendo as condições estabelecidas do certame.

Acreditamos ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimentos solicitados, dos quais também estamos dando ciência às demais licitantes.

Brasil Novo/Pará, 04 de fevereiro de 2025


Alessandro Santana Pereira
Chefe do Setor de Compras


Jailson Carvalho de Sousa Júnior
Pregoeiro do FMS