



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PROPOSTA

Pregão Eletrônico nº 001/2026
Fundo Municipal de Saúde de Itaíba/PE

I – RELATÓRIO

Trata-se da análise técnica da proposta apresentada pela empresa MTB Científica Equipamentos para Laboratórios LTDA, inscrita no CNPJ nº 31.824.369/0001-42, no âmbito do Pregão Eletrônico nº 001/2026, cujo objeto consiste na aquisição de equipamentos de refrigeração do tipo Câmara de Conservação de Vacinas com capacidade mínima de 120 litros, destinados ao armazenamento e conservação de imunobiológicos utilizados no Programa Nacional de Imunização – PNI do Município de Itaíba/PE.

A proposta comercial apresentada contempla o fornecimento do equipamento Câmara de Conservação 120L, marca Thermotemp, modelo THT.V120L, conforme especificações técnicas apresentadas no documento de proposta e no catálogo técnico anexado pela empresa.

A análise técnica tem por objetivo verificar a conformidade da proposta com as exigências estabelecidas no Edital e Termo de Referência, bem como avaliar se o equipamento ofertado atende aos requisitos mínimos exigidos para o armazenamento seguro de imunobiológicos.

II – DA ANÁLISE FORMAL DA PROPOSTA

A proposta comercial apresentada pela licitante contempla o fornecimento do equipamento **Câmara de Conservação 120L**, marca **Thermotemp**, modelo **THT.V120L**, conforme especificações técnicas constantes no documento de proposta e no catálogo técnico apresentado pela empresa. Na proposta consta o fornecimento de 09 unidades para o item 01, com valor unitário de R\$ 13.644,00, totalizando R\$ 122.796,00, e 03 unidades para o item 02, também ao valor unitário de R\$ 13.644,00, perfazendo o montante de **R\$ 40.932,00**, resultando no valor global da proposta de R\$ 163.728,00. Consta ainda no documento o prazo de validade da proposta de 90 dias, bem como a indicação de que as condições de entrega, pagamento e garantia seguem as disposições estabelecidas no edital.

No que se refere à análise formal, verifica-se que a proposta encontra-se devidamente identificada, contendo razão social, CNPJ, endereço, contatos da empresa, identificação do representante legal e assinatura do responsável, além da indicação expressa do número do pregão eletrônico a que se refere. A proposta apresenta ainda a descrição do objeto ofertado, quantitativos,



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

marca, modelo e valores unitários e totais, atendendo aos requisitos mínimos necessários para sua avaliação no processo licitatório.

Quanto aos aspectos técnicos, o equipamento ofertado consiste em uma câmara de conservação de vacinas com capacidade de 120 litros, desenvolvida especificamente para armazenamento de imunobiológicos, com faixa de operação de temperatura entre 2°C e 8°C, programada de fábrica em 4°C, apresentando precisão aproximada de 0,5°C, características compatíveis com as exigências técnicas normalmente aplicadas ao armazenamento de vacinas e outros produtos termolábeis. O equipamento apresenta estrutura externa e interna em aço inoxidável, isolamento térmico em poliuretano de alta densidade com espessura aproximada de 75 mm, circulação de ar forçada no interior da câmara, sistema de degelo automático e porta de vidro duplo com sistema antiembaçante, características que contribuem para a estabilidade térmica e adequada conservação dos imunobiológicos armazenados.

Consta ainda na descrição técnica do equipamento a presença de controlador microprocessado digital, com registro de temperaturas mínima e máxima, alarmes sonoros e visuais para abertura de porta, desvio de temperatura e falhas no funcionamento do equipamento, além de sistema de monitoramento remoto com acesso via rede, permitindo extração de relatórios e acompanhamento do histórico de temperatura. O equipamento dispõe também de bateria com autonomia aproximada de 36 horas, destinada à manutenção do funcionamento dos sistemas de controle e alarmes em caso de falta de energia, bem como sistema de comunicação para envio de alertas em caso de anormalidades no funcionamento do equipamento.

No tocante às características operacionais, o equipamento ofertado apresenta gavetas internas em aço inox com trilhos deslizantes, iluminação interna em LED com acionamento automático, compressor hermético de alto desempenho com baixo consumo de energia, utilização de gases refrigerantes ecologicamente corretos livres de CFC, além de rodízios com freio que facilitam a movimentação e instalação do equipamento. A alimentação elétrica informada é bivolt automático (127/220V) e a garantia oferecida é de 12 meses contra defeitos de fabricação, conforme indicado na proposta.

Adicionalmente, foi apresentada documentação indicando que o equipamento possui registro válido junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, classificado como dispositivo médico de risco II, o que demonstra atendimento às exigências regulatórias aplicáveis aos equipamentos utilizados para armazenamento de produtos de interesse à saúde.

II – CONCLUSÃO

Diante da análise realizada, verifica-se que a proposta apresentada pela empresa MTB Científica Equipamentos para Laboratórios LTDA atende aos requisitos formais exigidos pelo edital, bem como apresenta descrição técnica compatível com as especificações exigidas no Termo de Referência para o fornecimento de câmaras de conservação de vacinas com capacidade mínima



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

de 120 litros. As características técnicas do equipamento ofertado demonstram adequação às condições necessárias para o armazenamento seguro de imunobiológicos, incluindo controle e monitoramento de temperatura, sistemas de alarme, estabilidade térmica e conformidade sanitária.

Assim, sob o ponto de vista técnico, conclui-se que o equipamento ofertado apresenta características compatíveis com as exigências estabelecidas no edital e no termo de referência, não sendo identificados, nesta análise, impedimentos técnicos que inviabilizem a aceitação da proposta apresentada pela licitante no presente certame.

Itaíba – PE, 04 de março de 2026

Ana Cláudia Gomes Belarmino
Ana Cláudia Gomes Belarmino
Mat. 2116