

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO/MS
APARECIDA DO TABOADO-MS

EDITAL Nº 019/2024

Pregão Eletrônico nº 017/2024

OBJETO: Constitui objeto do presente Pregão Eletrônico 17/2024 a aquisição do seguinte item: Aparelho Eletrocardiografo item 16 do seu edital.

A empresa **Equipsul Comercio e Assistencia Técnica de Equipamentos a Saude.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36,999842/0001-46, com sede à Rua Ricalde Marques 119 na cidade de Porto Alegre, por seu representante legal infra-assinado, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, tempestivamente, solicitar a desclassificação da empresa **C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS** que ofertou um equipamento que não atende o ato convocatório do item 16 eletrocardiografo.

O solicitado no edital item 16 -eletrocardiografo:

Eletrocardiógrafo é um equipamento projetado para captar a diferença de potencial elétrico gerado pela atividade cardíaca e converte-a em registro gráfico. canais|comum com comput|operação|conect| impress direta no equip|taxa mostragem|alimentação|portátil:12|possui|direta no console|possui, possui a4| 8000 p/s |bivolt e bateria lítio recarregável|ate 3kg.GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Baseado no descritivo disposto em edital, alertamos que a empresa classificada como primeira colocada, **C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS** ofertou marca/modelo Contec/ECG, NÃO citando o modelo . O modelo de 12 canais da marca Contec é o ECG 1212 / G, ocorre que este equipamento não possui taxa de amostragem de 8000 p/s e possuindo peso de 5kg, não atendendo, portanto, ao solicitado em edital. Disponibilizo consulta ao site para validação das informações mencionadas:
<https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351126179202299/?cnpj=07760277000161&nomeProduto=eletrocardiografo>
<https://loja.minhomedica.pt/pt/diagnostico-electrocardiografos/21052-eletrocardiografo-contec-12-canais-ecg-1212g.html>





Página 11 (Manual Anvisa)

1.3.27 Tamanho: 340 mm (C) × 320 mm (L) × 860 mm (A)

1.3.28 **Peso líquido: 5 kg**

Ainda alertamos os senhores que nenhum equipamento da marca Contec ou Alfamed atendem o edital

ELETRCARDIOGRAFO ALFAMED:

O EQUIPAMENTO marca/modelo Alfamed/Ritmus 1200 não possui taxa de amostragem de 8000 p/s e peso até 3kg, Pois o equipamento da empresa ALFAMED possui uma taxa de amostragem de 1000 p/s e peso de 5kg, não atendendo, portanto, ao solicitado em edital. Disponibilizo consulta ao site para validação das informações mencionadas:

<https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351324220202291/?cnpj=11405384000149>

<https://alfamed.com/produtos/eletrocardiografo-ritmus-1200-e-1200a/>

ELETRCARDIOGRAFOS ALFAMED



II – DOS PEDIDOS

Em suma, podemos concluir que a **proposta VENCEDORA NO ITEM 16 - ELETROCARDIOGRAFO , NÃO ATENDE AO ATO CONVOCATÓRIO**. Diante disso, todas empresas que ofertaram o equipamento da marca **Contec ou Alfamed** devem ser desclassificados , pois comprovadamente não atendem ao ato conovocatório.

Nestes Termos, espera deferimento.

Porto Alegre, 19 de Julho de 2024

ROBERTA PIZZOLI:81121407072

Assinado de forma digital por ROBERTA
PIZZOLI:81121407072
Dados: 2024.07.19 14:44:21 -03'00'

Roberta Pizolli Sócia – Administradora

RG: 9065641897, SJS, RS

CPF: 811.214.070-72

