

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo 5128/2026	Responsável Fundo Municipal de Saúde de Paty do Alferes - RJ
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E FISIOTERAPÊUTICOS PARA O MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES/RJ	

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 22/10/2026 - 14:20	Fim Envio Propostas 13/11/2026 - 09:59	Pregoeiro Vitor Luiz Silveira Santos
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo Menor Preço	Inversão de Fase Não	Recurso Federal Não	Benefícios Selecionados Nenhum

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
50283	1	"ANDADOR (ANDADOR CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, QUE PERMITE A ALTERNÂNCIA ENTRE MARCHA FIXA, MÓVEL OU ARTICULADA, CONFORME A NECESSIDADE DO USUÁRIO, POSSUINDO REGULAGEM DE ALTURA COM ATÉ 8 (OITO) NÍVEIS PARA MELHOR ADAPTAÇÃO ERGONÔMICA. SUPORTA CAPACIDADE MÍNIMA DE 130 KG E É EQUIPADO COM PONTEIRAS EMBORRACHADAS COM ANEL INTERNO DE AÇO DE 28 MM. GARANTIA MÍNIMA DE 90 (NOVENTA) DIAS.)"	UN	57	149,80	8.538,60
50284	2	"APARELHO DE TERAPIA DE ONDAS DE CHOQUE (APARELHO DE TERAPIA POR ONDAS DE CHOQUE, COM 01 (UM) CANAL, DOTADO DE PAINEL DIGITAL, ACOMPANHADO DE NO MÍNIMO 2 (DOIS) APLICADORES COM RESPECTIVAS PONTEIRAS E PEDESTAL DE APOIO. POSSUI POTÊNCIA MÍNIMA DE 350 VA, COM QUANTIDADE DE DISPAROS AJUSTÁVEL DE, NO MÍNIMO, 50 A 5.500, EM INCREMENTOS DE 50 DISPAROS, FREQUÊNCIA REGULÁVEL DE 1 A 15 HZ, DENSIDADE DE ENERGIA MÍNIMA DE 0,50 E PRESSÃO DE TRABALHO AJUSTÁVEL DE 1 A 5 BAR, PERMITINDO OPERAÇÃO CONTÍNUA. EQUIPAMENTO BIVOLT, COM TRANSFORMADOR, ACOMPANHADO DE MANUAL EM LÍNGUA PORTUGUESA, COM REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.)"	UN	1	25.148,00	25.148,00
50285	3	"APARELHO CADILLAC (APARELHO CADILLAC PARA PILATES, COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM MADEIRA MACIÇA CERTIFICADA E COMPONENTES EM AÇO INOX 304 POLIDO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0 MM. POSSUI ESTOFAMENTO EM ESPUMA AGLOMERADA DE POLIURETANO, REVESTIDO EM COURVIN IMPERMEÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA. DISPÕE DE BARRA DESLIZANTE COM 46 (QUARENTA E SEIS) OLHAIS DE FIXAÇÃO E 03 BARRAS DESLIZANTES EM AÇO INOX, ALÉM DE 01 BARRA DE TRAPÉZIO MÓVEL COM 04 ARGOLAS. ACOMPANHA 01 PAR DE ALÇAS DE MÃO, 01 PAR DE ALÇAS DE PÉ, 01 ALÇA DE TRAPÉZIO, 01 PAR DE ALÇAS FUZZY, 01 PAR DE ALÇAS DE TORNOZELO, 02 ALÇAS DE SEGURANÇA, 10 (DEZ) MOLAS NIQUELADAS PARA PILATES, SENDO 02 ULTRAFRACAS, 02 FRACAS, 02 MÉDIAS, 02 FORTES E 02 ULTRAFORTES) E 08 MANÍPULOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.)"	UN	1	8.308,50	8.308,50
50286	4	"APARELHO REFORMER (APARELHO REFORMER PARA PILATES, COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM MADEIRA MACIÇA CERTIFICADA E COMPONENTES EM AÇO INOX 304 POLIDO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0 MM. POSSUI ESTOFAMENTO EM ESPUMA AGLOMERADA DE POLIURETANO, REVESTIDO EM COURVIN IMPERMEÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA. DISPÕE DE TORRE ESTENDIDA COM ELEVADO NÚMERO DE VETORES, TRAVA DE SEGURANÇA PARA FIXAÇÃO DA BARRA INFERIOR E BARRA DE REGULAGEM DA TENSÃO DAS MOLAS COM 3 (TRÊS) NÍVEIS, POSSIBILITANDO MAIOR VARIEDADE DE AJUSTES. O TRILHO É COMPOSTO POR 8 (OITO) RODAS COM ROLAMENTOS SILENCIOSOS..	UN	1	7.416,11	7.416,11
		"APARELHO LADDER BARREL (APARELHO LADDER BARREL PARA PILATES, COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM				

50287	5	MADEIRA MACIÇA CERTIFICADA, POSSUINDO ESTOFAMENTO EM ESPUMA AGLOMERADA DE POLIURETANO, REVESTIDO EM COURVIN IMPERMEÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA. DISPÕE DE ESCADA EM MADEIRA COM QUATRO DEGRAUS, VETORES LATERAIS PARA FIXAÇÃO DE MOLAS, MEIA-LUA REMOVÍVEL E BASE DESLIZANTE AJUSTÁVEL, PERMITINDO A VARIAÇÃO DE POSIÇÕES E DIFERENTES DISTÂNCIAS ENTRE TRONCO E PERNAS DO USUÁRIO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.)"	UN	1	2.316,33	2.316,33
50288	6	"APARELHO DE ELETROENCEFALOGRAMA (APARELHO DE ELETROENCEFALOGRAMA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) CANAIS, CLASSIFICADO QUANTO À SEGURANÇA ELÉTRICA COMO CLASSE II, TIPO BF, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) COM FOTOESTIMULAÇÃO DE ATÉ 60 HZ, MAPEAMENTO CEREBRAL E VÍDEO EEG. PERMITE A EXECUÇÃO DE EXAMES EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI), EM PROCEDIMENTOS INTRAOPERATÓRIOS E NO DIAGNÓSTICO DE MORTE ENCEFÁLICA. ACOMPANHA FOTOESTIMULADOR COM SUPORTE E ELETRODOS EM QUANTIDADE MÍNIMA CORRESPONDENTE AO DOBRO DO NÚMERO DE CANAIS EXISTENTES, DISTRIBUÍDOS EM NO MÍNIMO DOIS JOGOS. EQUIPAMENTO COM REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.)"	UN	1	43.639,35	43.639,35
50289	7	"APARELHO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA (ELETRONEUROMIOGRAFO COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) CANAIS, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE NEUROCONDUÇÃO SENSITIVA E MOTORA, ONDAS F, REFLEXO H, INCHING SENSITIVO E MOTOR, EMG QUALITATIVA E ANÁLISE DE PADRÃO DE INTERFERÊNCIA, INCLUINDO TÉCNICAS ESPECIAIS COMO REFLEXO DE PISCAMENTO, SACRAL, BULBOCAVERNOSO, REFLEXO-T, REFLEXO CUTÂNEO-SIMPÁTICO (RCS) E ESTUDO DE TREMOR. POSSUI AMPLIFICADOR COM 4 CANAIS, TAXA MÍNIMA DE AMOSTRAGEM DE 8 KHZ POR CANAL, CONVERSOR A/D MÍNIMO DE 16 BITS, MARGEM DE ENTRADA DE 0,02 A 50 MV, IMPEDÂNCIA DE ENTRADA SUPERIOR A 100 MΩ, NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO INFERIOR A 4 μV RMS NA BANDA DE 2 HZ A 10 KHZ, SENSIBILIDADE DE 2 A 10.000 μV/DIV, FILTRO PASSA-ALTA AJUSTÁVEL DE 0,2 A 1.000 HZ E FILTRO PASSA-BAIXA DE 100 A 10.000 HZ. O ESTIMULADOR ELÉTRICO APRESENTA AMPLITUDE DE 0,1 A 100 MA, DURAÇÃO DO ESTÍMULO DE 0,05 A 1 MS, FORMA DE ESTÍMULO RETANGULAR E FREQUÊNCIA AJUSTÁVEL DE 0,5 A 30 HZ, COM CABOS COAXIAIS BLINDADOS. ACOMPANHA ELETRODO DE ESTIMULAÇÃO EM BARRA COM PONTAS METÁLICAS INTERCAMBIÁVEIS, ELETRODO TERRA EM PULSEIRA DE FIBRA CONDUTIVA, TERMINAL DE CÚPULA COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 10 CM, ELETRODO DE AGULHA MONOPOLAR, ELETRODO DE CÚPULA, ELETRODO DE SUPERFÍCIE, CABOS DE EXTENSÃO COAXIAIS BLINDADOS COM 2 E 3 VIAS (COM TERRA NO PINO 3) E MALETA DE TRANSPORTE. EQUIPAMENTO COM REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA, GARANTIA MÍNIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO A CARGO DO FORNECEDOR.)"	UN	1	114.972,07	114.972,07
50290	8	"APARELHO DE LUZ INFRAVERMELHO (APARELHO DE LUZ INFRAVERMELHA COM PEDESTAL CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO OU MATERIAL SIMILAR, DOTADO DE ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. POSSUI AJUSTE DE ALTURA REGULÁVEL ENTRE 0,90 M E 1,40 M, BASE COM RODAS E TUBO FLEXÍVEL CROMADO NA HASTE. ACOMPANHA LÂMPADA INFRAVERMELHA DE 150 W, SOQUETE, FIO COM TOMADA PARA LIGAÇÃO DIRETA À REDE ELÉTRICA, OPERANDO EM TENSÃO DE 110 V / 220 V. EQUIPAMENTO COM REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA E GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) MESES.)"	UN	20	339,95	6.799,00
50291	9	"APARELHO DE RAO X MÓVEL (RAIO X MÓVEL/PORTÁTIL COM CORRENTE MÍNIMA DE 400 MA, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOGRÁFICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO, ABDÔMEN, ÓRGÃOS INTERNOS, CRÂNIO, COLUNA VERTEBRAL, TÓRAX, MEMBROS E EXTREMIDADES EM PACIENTES DE BAIXO, MÉDIO E GRANDE PORTE. EQUIPAMENTO COM FAIXA DE OPERAÇÃO MÍNIMA DE 40 KV A 125 KV, COM INCREMENTOS DE 1 KV, FAIXA DE CORRENTE DE 20 MA A 300 MA, TEMPO DE EXPOSIÇÃO DE 0,002 S A 5 S, CONFORME RDC Nº 611/2022, E FAIXA MÍNIMA DE 0,1 A 320 MAS. DEVE POSSUIR PAINEL DE COMANDO DE FÁCIL OPERAÇÃO, TIPO MEMBRANA OU EQUIVALENTE, PERMITINDO AJUSTE MÍNIMO DE KV, MA E MAS. DISPARADOR MANUAL COM CABO ESPIRALADO DE ALCANCE MÍNIMO DE 4 METROS. TUBO DE RAIOS X COM FOCO FINO DE ATÉ 0,6 MM E FOCO GROSSO DE NO MÍNIMO 1,2 MM, CAPACIDADE TÉRMICA MÍNIMA DE 200 KHU E ROTAÇÃO MÍNIMA DE 3.200 RPM. COLIMADOR LUMINOSO COM ROTAÇÃO MÍNIMA DE ±90°, EQUIPADO COM ILUMINAÇÃO POR LÂMPADA LED OU HALÓGENA. ESTRUTURA MÓVEL COM GABINETE RESISTENTE, PESO MÁXIMO DE 220 KG, FREIOS MANUAIS E PORTA-CHASSIS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 8 CHASSIS NO TAMANHO 35 X 43 CM. SISTEMA MECÂNICO COM BRAÇO ARTICULADO PANTOGRÁFICO OU TELESÓPICO, PERMITINDO ALTURA MÍNIMA DO PONTO FOCAL DE 2,00 M EM RELAÇÃO AO PISO,	UN	1	238.800,00	238.800,00

		GIRO VERTICAL MÍNIMO DE 45°, ALCANCE HORIZONTAL MÍNIMO DE 1,00 M PARA EXAMES EM LEITO E INCLINAÇÃO FRONTAL DO TUBO DE RAIOS X DE, NO MÍNIMO, -10° A 180°. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIFÁSICA AUTOMÁTICA 127/220 V, PLUGUE PADRÃO ABNT DE 3 PINOS, CABO DE ALIMENTAÇÃO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 5 METROS, POTÊNCIA MÁXIMA DE ENTRADA DE 5 KVA E POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 32 KW. DEVERÁ ACOMPANHAR TREINAMENTO OPERACIONAL E TÉCNICO COM CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 20 HORAS, POSSUIR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA, MANUAL TÉCNICO EM LÍNGUA PORTUGUESA, GARANTIA MÍNIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES E COMPROVAÇÃO DE ASSISTÊNCIA OU REPRESENTAÇÃO TÉCNICA LOCAL.)"				
50292	10	"APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO (APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO MÓVEL, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOGRÁFICOS INTRAORAIIS, COM TECNOLOGIA COMPATÍVEL COM SISTEMAS DE RADIOGRAFIA CONVENCIONAL E DIGITAL, PROPORCIONANDO ALTA QUALIDADE DE IMAGEM, SEGURANÇA OPERACIONAL E FACILIDADE DE MANUSEIO. EQUIPAMENTO COM BRAÇOS ARTICULADOS COM MOVIMENTAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, PERMITINDO AMPLO ALCANCE E POSICIONAMENTO PRECISO, CONFECCIONADOS EM AÇO COM CANTOS ARREDONDADOS E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR GELO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. DEVE POSSUIR BASE PENDULAR DE ALTA ESTABILIDADE, EQUIPADA COM RODÍZIOS ESPECIAIS, SENDO NO MÍNIMO DOIS COM SISTEMA DE FREIO, PROPORCIONANDO SEGURANÇA E FACILIDADE DE DESLOCAMENTO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 127 V OU BIVOLT, COM CABO DE ALIMENTAÇÃO REMOVÍVEL CONFORME PADRÃO ABNT. EQUIPAMENTO COM POTÊNCIA DE ENTRADA MÍNIMA DE 1200 VA, TENSÃO DO TUBO DE 70 KVP, CORRENTE DO TUBO DE 7 MA E TEMPO DE EXPOSIÇÃO AJUSTÁVEL ENTRE 60 MS E 3,2 SEGUNDOS. DEVE POSSUIR CILINDRO LOCALIZADOR DE 200 MM, ADMITINDO CILINDRO PROLONGADOR OPCIONAL DE 300 MM, COLIMADOR RETANGULAR APROXIMADO DE 30 X 40 MM, FILTRO EQUIVALENTE EM ALUMÍNIO MÍNIMO DE 1,5 MM E DIMENSÃO FOCAL APROXIMADA DE 0,8 X 0,8 MM. FATOR DE RESFRIAMENTO MÍNIMO DE 1:30 S. EQUIPAMENTO COM PESO APROXIMADO DE 50 KG E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 117 X 56 X 42,3 CM. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM SENSORES DIGITAIS ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE, POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETRO, ATENDER ÀS NORMAS NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-2-7 E DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS VIGENTES, ALÉM DE POSSUIR CERTIFICAÇÃO CE. DEVE ACOMPANHAR CERTIFICADO DE QUALIDADE E LAUDO DE ENSAIO COMPROVANDO QUE OS NÍVEIS DE RADIAÇÃO DE FUGA ESTÃO DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA.)"	UN	13	12.442,97	161.758,61
50293	11	"AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO (AMALGAMADOR CAPSULAR ODONTOLÓGICO DIGITAL, DESTINADO À TRITURAÇÃO E HOMOGENEIZAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS ENCAPSULADOS, COMPATÍVEL COM CÁPSULAS DE AMÁLGAMA, IONÔMERO DE VIDRO E DEMAIS MATERIAIS ENCAPSULADOS. EQUIPAMENTO COM PAINEL DIGITAL E ACIONAMENTO POR MICRO SWITCH, PROPORCIONANDO FUNCIONAMENTO PRECISO E SUAVE, HASTE BATEDORA COM NO MÍNIMO DUAS VELOCIDADES AJUSTÁVEIS, SENDO VELOCIDADE MÉDIA APROXIMADA DE 4.200 OSCILAÇÕES POR MINUTO E VELOCIDADE ALTA APROXIMADA DE 5.000 OSCILAÇÕES POR MINUTO. DEVE POSSUIR AMPLITUDE AMPLA DE MOVIMENTO HELICOIDAL EM FORMATO 8, GARANTINDO HOMOGENEIZAÇÃO UNIFORME DOS MATERIAIS. EQUIPADO COM GARFO METÁLICO COM SISTEMA UNIVERSAL PARA FIXAÇÃO DE DIFERENTES MODELOS DE CÁPSULAS, INCLUSIVE CÁPSULAS COM ÊMBOLO DE IONÔMERO DE VIDRO, ALÉM DE SISTEMA DE AMORTECEDORES QUE REDUZAM VIBRAÇÕES E RUÍDOS, PROPORCIONANDO MAIOR ESTABILIDADE DURANTE O FUNCIONAMENTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR TAMPA PROTETORA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE DE ALTO IMPACTO, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM MICROCHAVE QUE INTERROMPA AUTOMATICAMENTE O FUNCIONAMENTO AO ABRIR A TAMPA E AVISO SONORO COM BIPES DE ADVERTÊNCIA EM CASO DE ACIONAMENTO COM A TAMPA ABERTA. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICO 127/220 V, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, POTÊNCIA MÍNIMA DE 35 W, CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA E TEMPORIZADOR ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO COM ESCALA AJUSTÁVEL DE 1 A 99 SEGUNDOS, ALÉM DE MEMÓRIA AUTOMÁTICA PARA REPETIÇÃO DO ÚLTIMO TEMPO PROGRAMADO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20,4 CM DE COMPRIMENTO, 22,5 CM DE LARGURA E 11,5 CM DE ALTURA, PESO LÍQUIDO APROXIMADO DE 2,10 KG. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ACOMPANHAR FONTE DE ALIMENTAÇÃO, POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA.)"	UN	3	1.649,17	4.947,51

50294	12	"ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL (ASPIRADOR CIRÚRGICO COM SISTEMA DE RECOLHA REUTILIZÁVEL, DOTADO DE REGULADOR DE VÁCUO POR PEDAL E INTERRUPTOR ACIONADO POR PEDAL. POSSUI FILTRO DE PROTEÇÃO CONTRA TRANSBORDO, FLUXO AJUSTÁVEL ENTRE 40 E 60 L/MINUTO E VÁCUO MÍNIMO DE 700 MMHG. EQUIPAMENTO COM COPO COLETOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 LITROS, BASE COM RODÍZIOS PARA FACILITAR O DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA. ACOMPANHA MANUAL TÉCNICO EM LÍNGUA PORTUGUESA, DISPÕE DE REPRESENTAÇÃO TÉCNICA LOCAL, INCLUI ORIENTAÇÃO/APLICAÇÃO DE USO E CONTA COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.)"	UN	21	3.180,00	66.780,00
50295	13	"ANALISADOR DE COMPOSIÇÃO CORPORAL (ANALISADOR DE COMPOSIÇÃO CORPORAL COM NO MÍNIMO 8 FREQUÊNCIAS, CORRENTE ELÉTRICA DE APROXIMADAMENTE 100 ΜA. DEVE CONTER NO MÍNIMO 8 ELETRODOS E FORNECER NO MÍNIMO OS SEGUINTE DADOS: MASSA GORDA, MASSA SEM GORDURA, IMC, MASSA MUSCULAR, GRÁFICO DE COMPOSIÇÃO CORPORAL, ÁGUA TOTAL, ÁGUA EXTRA CELULAR, BALANÇO HÍDRICO, BIVA, GORDURA VISCERAL, ÂNGULO DE FASE, GASTO ENERGÉTICO DIÁRIO, GASTO ENERGÉTICO BASAL, RESISTÊNCIA, REATÂNCIA. MONITOR TOUCHSCREEN E COM SOFTWARE PARA INTERFACE EXTERNA. DEVE ACOMPANHAR 01 CABO DE REDE PARA COMUNICAÇÃO, 01 FITA PARA MEDIÇÃO DE CINTURA, 100 ELETRODOS DESCARTÁVEIS PRÉ-GEL, 01 CABO DE FORÇA, SOFTWARE, 01 MALETA DE TRANSPORTE E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO ITEM. UTILIZA NO MÍNIMO 8 PONTOS PARA CONECCÃO DE ELETRODOS E ANÁLISE PRECISA, GERA MODELO COMPLETO DO COPRPO PARA A ANALISE EM 3D, POSSI ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÕES, POSSUI GUIA DE VOZ. APRESENTA MANUAL EM PORTUGUES, GARANTIA MINIMA 24 MESES, ALIMENTAÇÃO 127 VOLTS OU BIVOLTAUTOMÁTICO. POSSUI REGISTRO NA ANVISA)"	UN	2	25.871,80	51.743,60
50296	14	"ARTICULADOR ODONTOLÓGICO (ARTICULADOR ODONTOLÓGICO SEMI-AJUSTÁVEL, COM ARCO FACIAL, ESTRUTURA ROBUSTA EM ALUMÍNIO OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E AMPLA VISIBILIDADE DURANTE O USO, DISTÂNCIA INTERCONDILAR FIXA DE 110 MM, GUIA CONDÍLICA CURVA COM INCLINAÇÃO APROXIMADA DE 45°, REGULAGEM DO ÂNGULO DA GUIA CONDÍLICA E DO ÂNGULO DE BENNETT, TRAVA CENTRAL E SISTEMA ESTABILIZADOR DOS MOVIMENTOS COM JUNÇÃO FLEXÍVEL. ACOMPANHA EMBALAGEM CONTENDO 1 ARTICULADOR, 1 ARCO FACIAL STANDARD, 1 RELATOR NAZIUM, 1 CHAVE ALLEN 2 MM, 1 ESTOJO PLÁSTICO, 1 PINO DE APOIO DO RAMO E 1 PINO DE APOIO DO ARCO. POSSUI GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E REGISTRO NA ANVISA.)"	UN	3	1.176,97	3.530,91
50297	15	"ARMÁRIO EM AÇO INOX PARA CME (ARMÁRIO TIPO ESTANTE PARA ESTOCAGEM DE MATERIAL ESTERILIZADO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL COM, NO MÍNIMO, QUATRO PRATELEIRAS INTERMEDIÁRIAS , EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 10 KG CADA PRATELEIRA.PROJETADO COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, O ARMÁRIO FECHADO COM PORTAS COM VISOR, POSSUI RODÍZIOS COM TRAVA DE SEGURNAÇA, GARANTIA MÍNIMA 90 DIAS.)"	UN	3	1.629,65	4.888,95
50298	16	"AUTOCLAVE (AUTOCLAVE DESTINADA À ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO, COM CÂMARA CONFECCIONADA EM AÇO INOX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 LITROS, OPERAÇÃO BIVOLT E PAINEL DE CONTROLE DIGITAL. POSSUI REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. ACOMPANHA NO MÍNIMO 01 (UMA) BANDEJA INTERNA OU GRADES, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA E CERTIFICADO DE GARANTIA.)"	UN	14	3.490,00	48.860,00
50299	17	"BALANCA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL (BALANÇA PEDIÁTRICA COM CAPACIDADE MÁXIMA DE ATÉ 15 KG, GRADUAÇÃO MÍNIMA DE 5 GRAMAS, DOTADA DE DISPLAY EM LED PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUI CONCHA ANATÔMICA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E PÉS AJUSTÁVEIS ANTIDERRAPANTES. EQUIPAMENTO COM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICA, EQUIPAMENTO HOMOLOGADO PELO INMETRO E AFERIDO PELO IPEM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL.)"	UN	4	546,00	2.184,00
50300	18	"BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS (BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA PARA PESAGEM DE PESSOAS, COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 300 KG, EQUIPADA COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM ESCALA DE ATÉ 2,00 M E DIVISÃO MÍNIMA DE 0,5 CM. POSSUI DISPLAY EM LED COM 6 (SEIS) DÍGITOS PARA FÁCIL LEITURA. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, PADRÃO NA COR BRANCA. EQUIPAMENTO HOMOLOGADO	UN	4	745,00	2.980,00

		PELO INMETRO E AFERIDO PELO IPEM, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL.)"				
50301	19	"BALANÇA PESSOAL (BALANÇA PESSOAL PORTÁTIL, COM CAPACIDADE MÁXIMA DE ATÉ 150 KG, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE E DE ALTA DURABILIDADE, EQUIPADA COM VISOR DIGITAL EM LCD DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E LEITURA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR DIMENSÕES APROXIMADAS DE 28 CM DE COMPRIMENTO, 28 CM DE LARGURA E 2,5 CM DE ALTURA, PROPORCIONANDO PRATICIDADE NO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. ALIMENTAÇÃO POR PILHAS OU BATERIA, PERMITINDO UTILIZAÇÃO IMEDIATA APÓS A INSTALAÇÃO DA FONTE DE ENERGIA. PRODUTO HOMOLOGADO PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO) E AFERIDO PELO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS (IPEM), COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DISPONÍVEL EM TERRITÓRIO NACIONAL.)"	UN	70	55,33	3.873,10
50302	20	"BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO DIGITAL (BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA PARA ADULTOS COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 200 KG E DIVISÃO MÍNIMA DE 100 G (0,1 KG), INTEGRADA À RÉGUA ANTROPOMÉTRICA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM ESCALA DE ATÉ 2,00 M E DIVISÃO DE 0,5 CM, DISPLAY LED COM NO MÍNIMO 6 DÍGITOS DE ALTURA MÍNIMA 14 MM, PLATAFORMA DE DIMENSÕES MÍNIMAS 340 X 390 MM, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA POLIÉSTER A PÓ ANTICORROSIVA, TAPETE ANTIDERRAPANTE EM PVC, PÉS REGULÁVEIS EM MATERIAL SINTÉTICO, FONTE BIVOLT AUTOMÁTICA 90-240 VAC, FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA, HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM, DIMENSÕES APROXIMADAS 125 X 35 X 51 CM, PESO LÍQUIDO MÁXIMO 11 KG, GARANTIA MÍNIMA 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL.)"	UN	2	725,00	1.450,00
50303	21	"BALDE A PEDAL (LIXEIRA CONFECCIONADA EM AÇO INOX AISI 430, COM ACABAMENTO POLIDO, DOTADA DE ACIONAMENTO POR PEDAL RESISTENTE. POSSUI BALDE INTERNO REMOVÍVEL, COM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DO SACO DE LIXO, E BASE ANTIDERRAPANTE. APRESENTA CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LITROS E GARANTIA MÍNIMA DE 90 (NOVENTA) DIAS.)"	UN	126	233,64	29.438,64
50304	22	"BARRAS PARALELAS PARA FISIOTERAPIA (PLATAFORMA DE BARRA PARALELA PARA FISIOTERAPIA, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 2,00 METROS, DOTADA DE 02 (DOIS) CORRIMÃOS DE APOIO CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. POSSUI BASE FIXA EM MADEIRA, COM ARMAÇÃO EM MADEIRA MACIÇA ENVERNIZADA E PISO REVESTIDO EM MATERIAL SINTÉTICO ANTIDERRAPANTE.	UN	4	1.700,00	6.800,00
50305	23	"BISTURI ELÉTRICO (APARELHO DE BISTURI ELÉTRICO /ELETRÔNICO, COM GERADOR MICROCONTROLADO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 150 W, CAPAZ DE LER A IMPEDÂNCIA DOS TECIDOS NOS MODOS MONOPOLAR E BIPOLAR, AJUSTANDO AUTOMATICAMENTE A VOLTAGEM E A CORRENTE PARA MANTER A CONSISTÊNCIA DA POTÊNCIA EM DIFERENTES TIPOS DE TECIDO, REDUZINDO A DISPERSÃO TÉRMICA EM ÁREAS ADJACENTES.	UN	14	7.023,34	98.326,76
50306	24	"BICICLETA ERGOMÉTRICA (BICICLETA ERGOMÉTRICA EQUIPADA COM PAINEL DIGITAL E DISPLAY QUE APRESENTA INFORMAÇÕES DE RPM, TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, PULSO E CALORIAS. POSSUI MÍNIMO DE 8 (OITO) PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS, COM REGULAGEM DE ESFORÇO, E SENSOR CARDÍACO DO TIPO HAND GRIP. EQUIPAMENTO COM SISTEMA ELETROMAGNÉTICO, ASSENTO COM AJUSTE DE ALTURA, PEDAIS COM CINTA PARA OS PÉS E GUIDÃO ERGONÔMICO EMBORRACHADO. SUPORTA PESO MÍNIMO DO USUÁRIO DE 120 KG, POSSUI ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 127 V OU BIVOLT E CONTA COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA.)"	UN	8	2.128,76	17.030,08
50307	25	"BIOMBO PLIMBIFERO (BIOMBO RETO PLUMBÍFERO MÓVEL, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 80 X 180 CM, BLINDAGEM MÍNIMA DE 2,0 MM PB (CHUMBO), ESTRUTURA EM AÇO TRATADO E PINTADO, COM PAINEL REVESTIDO EM MATERIAL DE FÁCIL LIMPEZA E ALTA RESISTÊNCIA SUPERFICIAL, VISOR EM VIDRO PLUMBÍFERO DE APROXIMADAMENTE 10 X 15 CM, MONTADO SOBRE RODÍZIOS PARA FÁCIL MOVIMENTAÇÃO, COM LENÇOL INTERNO DE CHUMBO DE ALTA PUREZA, ATENDENDO ÀS NORMAS APLICÁVEIS DA CNEN E DA ANVISA. COR BRANCA OU CINZA.)"	UN	5	5.344,37	26.721,85
50308	26	"BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO (EQUIPAMENTO CONFECCIONADO COM ACABAMENTO EM AÇO INOX, DOTADO DE 03 (TRÊS) RODÍZIOS. POSSUI REGULAGEM DE ALTURA MÍNIMA ENTRE 78 CM E 120 CM. APRESENTA DIMENSÕES MÍNIMAS DO APOIO DE 22 CM x 15 CM E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 54 CM x 54 CM x 78 CM,	UN	14	255,26	3.573,64

		ADMITIDA VARIAÇÃO DE ATÉ ±10 CM. CONTA COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.)"				
50309	27	"BOMBA A VÁCUO ODONTOLÓGICA (BOMBA DE VÁCUO FILTRADA, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/2 CV. CAPAZ DE ATINGIR VÁCUO MÁXIMO A PARTIR DE 450 MMHG. PROJETADA PARA ATENDER SIMULTANEAMENTE, NO MÍNIMO, 2 (DOIS) CONSULTÓRIOS. CONTA COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA.)"	UN	4	2.546,75	10.187,00
50310	28	"BOMBA DE INFUSÃO (BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA ELETRÔNICA, EQUIPADA COM DISPLAY DE NO MÍNIMO 2,4 POLEGADAS, DESTINADA À ADMINISTRAÇÃO PRECISA E SEGURA DE MEDICAMENTOS E SOLUÇÕES INTRAVENOSAS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, OS MODOS DE INFUSÃO POR TAXA, TEMPO, PESO, DOSE DE CARGA, TRAPÉZIO, SEQUÊNCIA, MICROINFUSÃO, RELÉ E GOTEJAMENTO. DEVERÁ DISPOR DE SISTEMA DE ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA PORTA DA BOMBA ABERTA, PRESENÇA DE BOLHA DE AR, AUSÊNCIA DE SENSOR DE GOTEJAMENTO, AUSÊNCIA DE GOTEJAMENTO, GOTEJAMENTO ANORMAL, LEMBRETE DE ALARME, FALHA DE RELÉ, FALHA NO INÍCIO DA INFUSÃO E TEMPO DE ESPERA EXPIRADO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICA, COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO, E BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 (QUATRO) HORAS DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA, SER FORNECIDO COM MANUAL TÉCNICO E DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES E COMPROVAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA OU REPRESENTAÇÃO TÉCNICA LOCAL.)"	UN	2	3.500,00	7.000,00
50311	29	"BERA (EQUIPAMENTO PORTÁTIL, DIGITAL E MICROPROCESSADO PARA REALIZAÇÃO DE TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL E EXAMES DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES (TEOAE), EMISSÕES OTOACÚSTICAS POR PRODUTO DE DISTORÇÃO (DPOAE) E POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFÁLICO AUTOMÁTICO (AABR/BERA AUTOMÁTICO), COM CAPACIDADE PARA REALIZAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS E APRESENTAÇÃO AUTOMÁTICA DE RESULTADOS NO FORMATO PASS/REFER. O MÓDULO DE ABR DEVERÁ POSSIBILITAR REALIZAÇÃO DE TESTES EM INTENSIDADES DE, NO MÍNIMO, 45, 40, 35 E 30 DBNA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR MÓDULO DE TRIAGEM AUDITIVA POR EMISSÕES OTOACÚSTICAS TRANSIENTES E POR PRODUTO DE DISTORÇÃO, COM FAIXA DE FREQUÊNCIA MÍNIMA ENTRE 2 KHZ E 5 KHZ PARA DPOAE E ENTRE 1 KHZ E 4 KHZ PARA TEOAE, PERMITINDO CUSTOMIZAÇÃO DE PROTOCOLOS DE EXAME. DEVERÁ POSSUIR DISPLAY EM LED OU LCD, PREFERENCIALMENTE TOUCHSCREEN, PARA CONFIGURAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DOS RESULTADOS, ALGORITMO DE REJEIÇÃO DE RUÍDO, POSSIBILIDADE DE CALIBRAÇÃO NO CANAL AUDITIVO, MEMÓRIA INTERNA COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA ARMAZENAMENTO DE 200 EXAMES E SOFTWARE PARA INTERFACE E TRANSFERÊNCIA DE DADOS PARA COMPUTADOR. OS MENUS OPERACIONAIS DEVERÃO SER APRESENTADOS EM LÍNGUA PORTUGUESA. A ALIMENTAÇÃO DEVERÁ OCORRER POR BATERIA RECARREGÁVEL, COM FUNCIONAMENTO EM REDE ELÉTRICA 110/220 V, 60 HZ, ADMITINDO SISTEMA BIVOLT AUTOMÁTICO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, INCLUINDO, NO MÍNIMO: BASE DO EQUIPAMENTO, IMPRESSORA COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO E CABO DE INTERFACE, Sonda para OAE, CABO PARA TRANSMISSÃO DE DADOS, CABO PARA UTILIZAÇÃO DO BERA AUTOMÁTICO, KIT DE ELETRODOS, KIT DE OLIVAS, BATERIA RECARREGÁVEL, PAPEL PARA IMPRESSORA E DEMAIS ACESSÓRIOS INDISPENSÁVEIS À OPERAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.)"	UN	1	76.420,83	76.420,83
50312	30	"CADEIRA HIGIÊNICA OBESOS (CADEIRA DE BANHO PARA OBESO, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI. POSSUI APOIO PARA OS PÉS RETRÁTIL, FREIOS BILATERAIS E APOIOS DE BRAÇOS FIXOS. APRESENTA LARGURA APROXIMADA DO ASSENTO DE 50 CM E CAPACIDADE DE SUPORTE DE ATÉ 130 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES.)"	UN	4	366,50	1.466,00
50313	31	"CADEIRA HIGIÊNICA ADULTO (CADEIRA HIGIÊNICA PARA OBESOS, DE ACIONAMENTO MANUAL, COM CAPACIDADE DE SUPORTE DE ATÉ 120 KG, CONFECCIONADA COM ESTRUTURA FIXA EM AÇO CROMADO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA OU SIMILAR. POSSUI TAMANHO ADULTO, ENCOSTO FIXO, APOIOS DE BRAÇOS, ASSENTO PLÁSTICO RESISTENTE E ENCOSTO EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA. EQUIPADA COM FREIOS, PNEUS MACIÇOS, 04 (QUATRO) RODAS, APOIO PARA OS PÉS E ENCAIXE PARA VASO SANITÁRIO. GARANTIA MÍNIMA DE 3 (TRÊS) MESES.)"	UN	20	262,90	5.258,00
		"CADEIRA ODONTOLÓGICA (EQUIPAMENTO				

50314	32	ODONTOLÓGICO COMPLETO, COM 05 (CINCO) TERMINAIS, SENDO 01 SERINGA TRÍPLICE, 01 TERMINAL PARA MICROMOTOR, 01 TERMINAL PARA ALTA ROTAÇÃO, ACOMPANHADOS DE 01 KIT TERMINAL BORDEN COM SPRAY, 01 KIT TERMINAL COM FIBRA ÓPTICA, 01 KIT FOTOPOLIMERIZADOR, 01 KIT ULTRASSOM E 01 KIT JATO DE BICARBONATO. PRODUZIDO EM ABS INJETADO, POSSUI PEDAL PROGRESSIVO PARA ACIONAMENTO DAS PEÇAS DE MÃO, COM CONTROLE DE VELOCIDADE EM QUALQUER PONTO DO PEDAL. A SERINGA TRÍPLICE CONTA COM BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. AS MANGUEIRAS SÃO ARREDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS, COM PUXADORES BILATERAIS. O SUPORTE DAS PONTAS POSSUI ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL. DISPÕE DE TAMPO EM AÇO INOX REMOVÍVEL, COMANDO PAD PARA ACIONAMENTO DAS FUNÇÕES DA CADEIRA E NEGATOSCÓPIO.	UN	2	28.671,05	57.342,10
50315	33	"CADEIRA STEP CHAIR (APARELHO STEP CHAIR PARA PILATES, COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM MADEIRA MACIÇA CERTIFICADA E COMPONENTES EM AÇO INOX 304 POLIDO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0 MM. POSSUI ESTOFAMENTO EM ESPUMA AGLOMERADA DE POLIURETANO, REVESTIDO EM COURVIN IMPERMEÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA. DISPÕE DE DOIS PEDAIS COM MOVIMENTOS INDEPENDENTES, COM POSSIBILIDADE DE TRAVAMENTO PARA FUNCIONAMENTO COMO BASE DE MOVIMENTO ÚNICO.	UN	1	3.664,44	3.664,44
50316	34	"CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA (ESTRUTURA EM AÇO CARBONO DE ALTA QUALIDADE, RECOBERTOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA. LEITO EM 4 SEÇÕES, FABRICADO EM CHAPAS DE AÇO PINTADAS OU EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE SOPRADO (REMOVÍVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO). PRESENÇA DE RESPIROS PARA VENTILAÇÃO DO COLCHÃO, POSSUI PONTOS ESPECÍFICOS PARA RESTRIÇÃO DO PACIENTE EM TODA SUA EXTENSÃO E GANCHOS PARA BOLSAS DE COLETA. CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS, SOPRADAS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. GRADES DE PROTEÇÃO LATERAL ARTICULÁVEIS, SOPRADAS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM MECANISMOS DE DESTRAVAMENTO E ARTICULAÇÃO NO SENTIDO LATERAL DA CAMA. INDICADORES DE ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DE DORSO E TRENDELEMBURG EMBUTIDOS. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE MOTORES ELÉTRICOS, COMANDADOS ATRAVÉS DE TECLADOS DE MEMBRANAS NAS GRADES LATERAIS (INTERNAS E EXTERNAS). SISTEMA DE PEDAL DE FREIO CENTRAL COM RODA DIRECIONAL LOCALIZADO PRÓXIMO À PESEIRA DA CAMA. CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 200KG. ACOMPANHA COLCHÃO MÍNIMO DENSIDADE 28, CAPA IMPERMEÁVEL E LIVRE DE LÁTEX. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA.	UN	2	8.910,87	17.821,74
50317	35	"CÂMARA ESCURA ODONTOLÓGICA (CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO DE FILMES ODONTOLÓGICOS, CONFECCIONADA EM MATERIAL BICOLOR, PRODUZIDA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI). POSSUI ILUMINAÇÃO INTEGRADA E ACOMPANHA NO MÍNIMO 4 (QUATRO) COPOS COM CAPACIDADE DE 200 ML, EM FORMATO ECONÔMICO, PARA ACONDICIONAMENTO DAS SOLUÇÕES REVELADORAS. APRESENTA DIMENSÕES APROXIMADAS DE 22 x 25 x 32 CM (LARGURA x ALTURA x COMPRIMENTO) E CONTA COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.)"	UN	2	330,90	661,80
50318	36	"COMPRESSOR ODONTOLÓGICO (COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DO RESERVATÓRIO DE 40 LITROS, DESTINADO AO USO CLÍNICO CONTÍNUO. POSSUI POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR DE 1,5 HP. EQUIPAMENTO COM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 127 V OU BIVOLT. CONTA COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA.)"	UN	4	3.190,00	12.760,00
50319	37	"CADEIRA DE RODAS ADULTO ESTOFADA (CADEIRA DE RODAS COM CAPACIDADE DE SUPORTE DE ATÉ 110 KG, DOBRÁVEL, COM ESTRUTURA DUPLO X EM AÇO CARBONO. POSSUI ASSENTO IMPERMEÁVEL COM ALMOFADA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, APOIOS DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, RAIOS REFORÇADOS EM AÇO INOX E AROS EM AÇO CARBONO, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA.	UN	70	1.148,23	80.376,10
50320	38	"CADEIRA DE RODAS ADULTO SIMPLES (CADEIRA DE RODAS COM CAPACIDADE DE SUPORTE DE ATÉ 100 KG, DOTADA DE ESTRUTURA DOBRÁVEL E ESCAMOTEÁVEL, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI. POSSUI ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON, APOIOS DE BRAÇOS FIXOS, LARGURA MÍNIMA DO ASSENTO DE 44 CM E APOIO PARA AS PERNAS. EQUIPADA COM PNEUS MACIÇOS, FREIOS BILATERAIS E COMPONENTES EM AÇO CARBONO. GARANTIA MÍNIMA DE 3 (TRÊS) MESES.)"	UN	60	925,00	55.500,00
		"CADEIRA DE RODAS ADULTO ESPECIAL (CADEIRA DE RODAS ADULTO ESPECIAL, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO OU AÇO AERONÁUTICO, COM ACABAMENTO EM PINTURA				

50321	39	ELETROSTÁTICA EPÓXI, GARANTINDO LEVEZA, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. POSSUI ESTOFAMENTO ACOLCHOADO, COM CAPA REMOVÍVEL E LAVÁVEL, CINTO DE SEGURANÇA TORÁCICO E CAPACIDADE DE SUPORTE DE ATÉ 120 KG.	UN	5	4.293,30	21.466,50
50322	40	"CADEIRA DE RODAS PARA OBESO 199KG (CADEIRA DE RODAS COM CAPACIDADE DE SUPORTE DE ATÉ 199 KG, DOTADA DE ESTRUTURA DOBRÁVEL E ESCAMOTEÁVEL, EM AÇO CARBONO COM SISTEMA DUPLO X, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA, GARANTINDO ROBUSTEZ E DURABILIDADE. POSSUI ASSENTO IMPERMEÁVEL COM ALMOFADA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, APOIOS DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS E APOIO PARA OS PÉS REBATÍVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA, PROPORCIONANDO CONFORTO E SEGURANÇA AO USUÁRIO. APRESENTA LARGURA MÍNIMA DO ASSENTO DE 50 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES PARA A ESTRUTURA.)"	UN	11	1.853,88	20.392,68
50323	41	"CADEIRA DE RODAS PARA OBESO 250KG (CADEIRA DE RODAS COM CAPACIDADE DE SUPORTE DE ATÉ 250 KG, DOTADA DE ESTRUTURA DOBRÁVEL, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI OU SIMILAR. POSSUI ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM COURVIN OU NAPA. EQUIPADA COM PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS E PNEUS TRASEIROS INFLÁVEIS, BEM COMO APOIOS PARA OS PÉS REGULÁVEIS. APRESENTA LARGURA MÍNIMA DO ASSENTO DE 60 CM E CONTA COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES PARA A ESTRUTURA.)"	UN	10	2.184,68	21.846,80
50324	42	"CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA 50KG (CADEIRA DE RODAS COM CAPACIDADE DE SUPORTE DE ATÉ 50 KG, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, COM ESTRUTURA DOBRÁVEL E ESCAMOTEÁVEL. POSSUI ENCOSTO RECLINÁVEL, ASSENTO IMPERMEÁVEL, APOIOS DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS E APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA. EQUIPADA COM PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS E PNEUS TRASEIROS INFLÁVEIS, APRESENTA ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA OU SIMILAR. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA TOTAL 90 CM, LARGURA TOTAL 35 CM, COMPRIMENTO TOTAL 80 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES PARA A ESTRUTURA.)"	UN	22	1.027,50	22.605,00
50325	43	"CADEIRA DE RODAS INFANTIL COM TILT (CADEIRA DE RODAS COM POLTRONA REMOVÍVEL, CONFECCIONADA EM ESTRUTURA MONOBLOCO EM ALUMÍNIO TEMPERADO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI E EIXO COM BASE RÍGIDA. POSSUI ESTOFAMENTO ACOLCHOADO, COM CAPA REMOVÍVEL E LAVÁVEL, E ALMOFADA EM ESPUMA INJETADA EM MÓDULOS ANATÔMICOS. EQUIPADA COM CINTO DE SEGURANÇA TORÁCICO, ENCOSTO RECLINÁVEL, ENCOSTO DE CABEÇA REGULÁVEL E PROTEÇÕES LATERAIS. CONTA COM RODAS DIANTEIRAS MACIÇAS COM ROLAMENTOS BLINDADOS, GARFO DA RODA DIANTEIRA EM AÇO CARBONO, EIXO DIANTEIRO COM SISTEMA QUICK RELEASE REMOVÍVEL, RODAS TRASEIRAS EM NYLON DE 16 COM ROLAMENTOS BLINDADOS E PNEUS MACIÇOS, ALÉM DE RODAS ANTITOMBO. DISPÕE DE APOIOS DE PÉS COM PLATAFORMA DE POSICIONAMENTO EM CAIXA, PEDAIS COM REGULAGEM DE ALTURA, HASTE DE FIXAÇÃO DUPLA, APOIOS DE BRAÇOS REMOVÍVEIS COM AJUSTE DE ALTURA, FREIOS BILATERAIS COM ACIONAMENTO FRONTAL E PROTETOR DE ROUPAS EM NYLON. POSSUI CAPACIDADE DE SUPORTE DE ATÉ 70 KG, LARGURA MÍNIMA DO ASSENTO DE 44 CM E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES PARA A ESTRUTURA.)"	UN	5	3.642,87	18.214,35
50326	44	"CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE (CADEIRA DE COLETA PARA LABORATÓRIO, COM ESTOFAMENTO INJETADO ANATÔMICO, CONFECCIONADO EM ESPUMA INJETADA E REVESTIMENTO EM COURVIN, EM TONS CLAROS. POSSUI APOIOS DE BRAÇOS ESTOFADOS, COM REGULAGEM POR MEIO DE CREMALHEIRAS LATERAIS. A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, DOTADA DE PÉS COM PONTEIRAS NIVELADORAS E APOIO DE COLETA REBATÍVEL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.)"	UN	3	740,95	2.222,85
50327	45	"CAMA ELÁSTICA PROPRIOCEPTIVA (CAMA ELÁSTICA COM ESTRUTURA TUBULAR CONFECCIONADA EM AÇO PINTADO, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO OU MATERIAL DE QUALIDADE SUPERIOR. POSSUI NO MÍNIMO 30 (TRINTA) MOLAS E SUPERFÍCIE SUPERIOR EM NYLON REFORÇADO OU MATERIAL SIMILAR, ADEQUADA PARA MOVIMENTOS DE BALANÇO E EXERCÍCIOS. EQUIPADA COM PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE. APRESENTA CAPACIDADE MÍNIMA DE SUPORTE DE 120 KG E CONTA COM GARANTIA MÍNIMA DE 3 (TRÊS) MESES.)"	UN	8	350,00	2.800,00
50328	46	"CAMA HOSPITALAR 200KG (CAMA HOSPITALAR COM NO MÍNIMO 3 (TRÊS) PONTOS DE MOVIMENTO: DORSO (SUPERIOR), PERNAS (INFERIOR) E AJUSTE DE ALTURA. DOTADA DE MANIVELAS REBATÍVEIS PARA ACIONAMENTO DOS MOVIMENTOS. POSSUI GRADES LATERAIS REBATÍVEIS	UN	20	3.431,00	68.620,00

		E PERMITE 5 (CINCO) POSIÇÕES AO USUÁRIO: SENTADO, SEMI-FOWLER, FLEXÃO, FOWLER E CARDÍACO.				
50329	47	"CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS (EQUIPAMENTO VERTICAL PARA ARMAZENAMENTO DE BOLSAS DE SANGUE E HEMODERIVADOS, COM CAPACIDADE INTERNA MÍNIMA DE 120 LITROS, PROJETADO PARA CONSERVAÇÃO SEGURA E CONTROLE RIGOROSO DE TEMPERATURA. POSSUI CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM NO MÍNIMO 02 (DUAS) GAVETAS EM AÇO INOX, E PORTA COM, NO MÍNIMO, VIDRO TRIPLO, DOTADA DE SISTEMA ANTIEMBAÇAMENTO. O ISOLAMENTO TÉRMICO É EM POLIURETANO LIVRE DE CFC, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 70 MM NAS PAREDES.	UN	21	12.366,42	259.694,82
50330	48	"CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS A ENERGIA SOLAR (CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, COM CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 150 LITROS, DESTINADA AO ARMAZENAMENTO SEGURO DE VACINAS E DEMAIS IMUNOBIOLOGICOS, OPERANDO NA FAIXA DE TEMPERATURA ENTRE 2°C E 8°C, COM CONTROLE DE TEMPERATURA POR TERMOSTATO DIGITAL, SENSOR TIPO GLICEROL E DATALOGGER CRIPTOGRAFADO PARA REGISTRO CONTÍNUO DAS TEMPERATURAS. EQUIPAMENTO COM DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS DE 103,5 CM (A) X 101,5 CM (L) X 77,5 CM (P) E DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS DE 48,3 CM (A) X 81 CM (L) X 44,9 CM (P), COM GABINETE CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ISOLAMENTO TÉRMICO MÍNIMO DE 75 MM EM POLIURETANO INJETADO LIVRE DE CFC, COMPRESSOR HERMÉTICO AC MÍNIMO DE 1/5 HP COM GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO E SISTEMA DE HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA POR CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO, COM DEGELO AUTOMÁTICO SECO. DEVE POSSUIR PORTA CEGA COM VISOR EM VIDRO TEMPERADO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO E TRAVA COM ABERTURA EM 90°. NO MÍNIMO 06 CESTOS/RACKS INTERNOS REGULÁVEIS, ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED, PAINEL ELETRÔNICO LCD COM SAÍDA USB, MEMÓRIA PARA ARMAZENAMENTO DOS REGISTROS DE TEMPERATURA E CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 127 V OU BIVOLT AUTOMÁTICO 127/220 V, FREQUÊNCIA DE 60 HZ. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM TRAVA, DIÂMETRO MÍNIMO DE 10 CM, PESO MÁXIMO DE 120 KG, ALÉM DE ALARMES SONOROS E VISUAIS PARA PORTA ABERTA, TEMPERATURA FORA DA FAIXA, FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA E BATERIA BAIXA. DEVE POSSUIR SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO POR ENERGIA SOLAR E AUTONOMIA MÍNIMA DE 72 HORAS DE BATERIA. EQUIPAMENTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA, COM ACABAMENTO NAS CORES BRANCA E/OU CINZA.)"	UN	2	25.500,00	51.000,00
50331	49	"CARDIOVERSOR (CARDIOVERSOR / DESFIBRILADOR COM MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO, FUNÇÕES DE CARDIOVERSÃO, MODO DEA. ACOMPANHA PÁS EXTERNAS REUTILIZÁVEIS. POSSUI MODOS ADULTO E PEDIÁTRICO. O EQUIPAMENTO ATUA TAMBÉM COMO MONITOR, POSSUINDO MONITORIZAÇÃO DE ECG, COM MONITORAMENTO SIMULTÂNEO DE SPO2, ECG E PNI, ALÉM DE CAPNOGRAFIA. DISPÕE DE TELA COM TAMANHO MÍNIMO DE 8 POLEGADAS, COM VISUALIZAÇÃO DE ATÉ 4 PARÂMETROS SIMULTÂNEOS. CONTA COM BATERIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 HORAS E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICA. REALIZA ELETROCARDIOGRAMA IMPRESSO, EQUIPAMENTO COM REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA, EM LINHA DE PRODUÇÃO E QUE NÃO ESTEJA PARA SER REMOVIDO DE LINHA, ACOMPANHADO DE MANUAL TÉCNICO EM LÍNGUA PORTUGUESA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES E REPRESENTAÇÃO TÉCNICA NACIONAL, COM ATENDIMENTO DISPONÍVEL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. POSSUI ALÇA DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO 127 VOLTS OU BIVOLT AUTOMÁTICO)"	UN	2	24.443,06	48.886,12
50332	50	"CARDIOTOCÓGRAFO (MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO, EQUIPADO COM TRANSDUTOR DOPPLER DE 7 CRISTAIS, COM DOPPLER PULSADO POR AUTOCORRELAÇÃO, OPERANDO A 1,1 MHZ, COM INTENSIDADE MÁXIMA DE 1,5 MW/CM², FREQUÊNCIA DE REPETIÇÃO DE 3,48 KHZ E LARGURA DE PULSO DE 115,5 µS, DESTINADO À CAPTAÇÃO DO SINAL DA FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL (FCF). POSSUI FAIXA DE REGISTRO DA FCF DE 50 A 210 BPM, COM PRECISÃO DE ±2 BPM, E MONITORAÇÃO DO MOVIMENTO CORPÓREO FETAL (MCF).	UN	2	13.846,80	27.693,60
50333	51	"CICLOERGÔMETRO (BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL, EQUIPADA COM PAINEL COM DISPLAY EM LCD E MÓDULO ELETRÔNICO QUE APRESENTA, NO MÍNIMO, AS FUNÇÕES DE VELOCIDADE, TEMPO, DISTÂNCIA E CALORIAS. POSSUI CAPACIDADE MÍNIMA DE SUPORTE DE 100 KG, APOIOS PARA AS MÃOS COM EMPUNHADURA EMBORRACHADA E ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO OU SUPERIOR.	UN	4	203,71	814,84

50334	52	"COLCHÃO HOSPITALAR (COLCHÃO HOSPITALAR SOLTEIRO, CONFECCIONADO EM ESPUMA D33, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 17 CM, INDICADO PARA USO PROLONGADO. POSSUI REVESTIMENTO EM CORINO HOSPITALAR IMPERMEÁVEL.	UN	20	275,00	5.500,00
50335	53	"COLCHÃO CASCA DE OVO (COLCHÃO TIPO CAIXA DE OVO, MODELO SOLTEIRO, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO D28. POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 80 CM x 190 CM x 6 CM (LARGURA x COMPRIMENTO x ALTURA) E RESISTÊNCIA MÍNIMA PARA SUPORTE DE ATÉ 90 KG, ADEQUADO PARA USO HOSPITALAR OU DOMICILIAR.)"	UN	10	64,42	644,20
50336	54	"COLCHÃO INFLÁVEL PARA ESCARAS (COLCHÃO PNEUMÁTICO, MODELO SOLTEIRO, DOTADO DE UNIDADE DE CONTROLE COM GRAU DE PROTEÇÃO IP21, QUE IMPEDE A CONDENSAÇÃO. POSSUI UNIDADE DE CONTROLE COM ALÇA DUPLA, PERMITINDO FIXAÇÃO VERTICAL NA CAMA OU APOIO EM BANCADA, E SISTEMA DE REGULAGEM DE PRESSÃO CONFORME O PESO DO PACIENTE. EQUIPAMENTO COM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 127 V OU BIVOLT E GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) MESES.)"	UN	3	202,49	607,47
50337	55	"CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS) (CARRO DE TRANSPORTE CONFECCIONADO EM AÇO INOX OU TERMOPLÁSTICO, COMPOSTO NO MÍNIMO 3 PRATELEIRAS E NO MÁXIMO POR 4 PRATELEIRAS. RODÍZIOS DE 4 POLEGADAS (APROX. 10 CM) COM BANDA DUPLA DE RODAGEM, SENDO DOIS COM FREIO.	UN	18	1.663,07	29.935,26
50338	56	"CARRO DE EMERGENCIA (CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO COM CANTOS ARREDONDADOS. MÍNIMO 4 GAVETAS COM SISTEMA DE CORREDIÇAS TELESÓPICAS, PROPORCIONANDO A ABERTURA TOTAL DAS GAVETAS, SENDO QUE A PRIMEIRA GAVETA POSSUI MÍNIMO DE 16 DIVISÓRIAS PARA ORGANIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS E DEMAIS PARA USO GERAL.	UN	24	2.533,66	60.807,84
50339	57	"DESTILADOR DE ÁGUA (DESTILADOR DE ÁGUA POR PROCESSO DE CONDENSAÇÃO, COM VAZÃO MÍNIMA DE 1 (UM) LITRO POR HORA E CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE 4 (QUATRO) LITROS. EQUIPAMENTO COM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 127 V OU BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA E CONTA COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.)"	UN	5	1.072,12	5.360,60
50340	58	"DETECTOR FETAL (DETECTOR/SONAR PARA AUSCULTA DE BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS (BCF), DE USO PORTÁTIL E DIGITAL, EQUIPADO COM VISOR LCD E BATERIA RECARREGÁVEL. EQUIPAMENTO INDICADO PARA MONITORAMENTO FETAL NÃO INVASIVO, COM REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA, ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.)"	UN	6	394,00	2.364,00
50341	59	"DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO EXTERNO (DEA), COM ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, DOTADO DE INDICAÇÕES POR VOZ E TEXTO PARA ORIENTAÇÃO DURANTE A REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR (RCP). POSSUI FEEDBACK EM TEMPO REAL SOBRE A FREQUÊNCIA E A PROFUNDIDADE DAS COMPRESSÕES, ALÉM DE ANÁLISE RÁPIDA DO RITMO DO PACIENTE. CONTA COM BATERIA COM VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS NO ATO DA ENTREGA E CONECTIVIDADE PARA EXPORTAÇÃO DE DADOS DOS ATENDIMENTOS.	UN	6	6.219,11	37.314,66
50342	60	"DERMATOSCÓPIO PARA TELESSAÚDE (DERMATOSCÓPIO EQUIPADO COM CÂMERA INTEGRADA PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS DA PELE EM ALTA RESOLUÇÃO FULL HD, COM ILUMINAÇÃO EM LED, CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA E FUNÇÃO DE ZOOM. POSSUI VISOR COLORIDO TFT-LCD COM TAMANHO MÍNIMO DE 1,5 POLEGADAS, COM AJUSTE DE EXPOSIÇÃO DA IMAGEM, E ALCANCE DE FOCO ENTRE 8 E 35 MM.	UN	4	6.426,79	25.707,16
50343	61	"DINAMÔMETRO (DINAMÔMETRO MANUAL DESTINADO À AVALIAÇÃO FÍSICA DA FORÇA DE PREENSÃO MANUAL, COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 50 KGF, MENOR DIVISÃO DE 500 GF E PRECISÃO DE ±1% DA CAPACIDADE TOTAL. EQUIPAMENTO PORTÁTIL, FABRICADO EM AÇO, COMPOSTO POR ELEMENTOS ELÁSTICOS METÁLICOS, COM PESO APROXIMADO DE 1.300 G.	UN	4	1.365,82	5.463,28
50344	62	"DOPPLER VASCULAR (MONITOR DOPPLER VASCULAR, DE USO PORTÁTIL OU DE MESA, DOTADO DE TECNOLOGIA MICROPROCESSADA, PROPORCIONANDO SOM DE ALTA QUALIDADE, LIVRE DE RUÍDOS E INTERFERÊNCIAS. ACOMPANHA TRANSDUTOR DESCONECTÁVEL, COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 8 MHZ E GRAU DE PROTEÇÃO IP21.	UN	4	1.543,50	6.174,00
50345	63	"ELETROCARDIOGRAFO (ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL, COM IMPRESSÃO DIRETA NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO, DOTADO DE 12 (DOZE) CANAIS E DISPLAY DIGITAL PARA VISUALIZAÇÃO DOS TRAÇADOS. POSSUI SISTEMA DE AMOSTRAGEM DIGITAL, BATERIA RECARREGÁVEL E	UN	4	5.971,00	23.884,00

		CONECTIVIDADE COMPATÍVEL COM SISTEMAS WINDOWS, PERMITINDO TRANSFERÊNCIA E ANÁLISE DOS EXAMES.				
50346	64	"ELETROCARDIOGRAFO PARA TELESSAÚDE (ELETROCARDIOGRAFO PARA TELESSAÚDE EM REPOUSO, COM AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 DERIVAÇÕES, OPERANDO NOS MODOS 1, 3, 6 E 12 CANAIS, DOTADO DE RESOLUÇÃO DIGITAL DE 1 ΜV/LSB E TAXA DE AMOSTRAGEM DE 8.000 AMOSTRAS POR SEGUNDO. REALIZA LAUDO INTERPRETATIVO AUTOMÁTICO E RELATÓRIOS COMPLETOS DAS MEDIDAS EM TODAS AS DERIVAÇÕES, INCLUINDO IDENTIFICAÇÃO DE ARRITMIAS, ANÁLISE DA VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA NO INTERVALO RR, FUNÇÃO ST MAP PARA ANÁLISE RÁPIDA DE ISQUEMIA/MIOCÁRDIO E RELATÓRIO BEAT REPORT (TEXTO, GUIA, VETOR E ST MAP). PERMITE MEDIÇÕES DE FC, PR, QRS, QT/QTc, EIXO P-R-T, AMPLITUDES SV1/RV5/R S, COM GANHO SELECIONÁVEL DE 2,5; 5; 10; 20 MM/MV (AUTOMÁTICO) E VELOCIDADES DE 5; 12,5; 25; 50; 100 MM/S. POSSUI FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA DE 30 A 300 BPM. DETECÇÃO DE MARCAPASSO. DETECÇÃO DE SATURAÇÃO DE SINAL E IDENTIFICAÇÃO DE ELETRODO SOLTO POR DERIVAÇÃO. DISPÕE DE ENTRADA COMPLETA DE DADOS DO PACIENTE (IDENTIFICAÇÃO, DADOS DEMOGRÁFICOS E CLÍNICOS) E COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR VIA USB, COM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PROVENIENTE DO COMPUTADOR. CONTA COM WORKLIST BIDIRECIONAL, PERMITINDO IMPORTAR EXAMES AGENDADOS DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E EXPORTAR EXAMES DIRETAMENTE AO PACS EM FORMATO DICOM, ALÉM DE SOFTWARE PARA TELEMEDICINA COM INTEGRAÇÃO DIRETA A SERVIDOR WEB. ACOMPANHA CABO DE 12 DERIVAÇÕES, CLIPS, PERAS E CABO DE CONECTIVIDADE. EQUIPAMENTO COM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 127 V OU BIVOLT, ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA E COM REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA.)"	UN	4	12.800,00	51.200,00
50347	65	"ESCADA 2 DEGRAUS (ESCADA HOSPITALAR CONFECCIONADA EM AÇO INOX, COM 02 (DOIS) DEGRAUS, DOTADOS DE SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE. CONTA COM GARANTIA MÍNIMA DE 3 (TRÊS) MESES.)"	UN	20	135,00	2.700,00
50348	66	"ESPALDAR EM MADEIRA (BARRA/ESCADA DE LING) (ESPALDAR CONFECCIONADO EM MADEIRA MACIÇA NATURAL DE EUCALIPTO, REVESTIDO COM PELÍCULA DE SELADOR, DESTINADO À FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA, COMPOSTO POR NO MÍNIMO 11 (ONZE) BARRAS. POSSUI DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS DE 48 x 93 x 238 CM (COMPRIMENTO x LARGURA x ALTURA), DISTÂNCIA APROXIMADA DE 13 CM ENTRE A PAREDE E O ESPALDAR E ESPESSURA APROXIMADA DAS BARRAS DE 3,2 CM. APRESENTA CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA SUPORTADA DE 140 KG. EQUIPAMENTO COM REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.)"	UN	4	861,15	3.444,60
50349	67	"ESPIRÔMETRO PARA TELESSAÚDE (ESPIRÔMETRO EQUIPADO COM TELA COLORIDA SENSÍVEL AO TOQUE, COM TAMANHO MÍNIMO DE 7 POLEGADAS, PARA EXIBIÇÃO DAS MEDIÇÕES EM TEMPO REAL, DOTADO DE IMPRESSÃO DIRETA NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO E BATERIA RECARREGÁVEL OU ALIMENTAÇÃO VIA USB, PERMITINDO OPERAÇÃO INDEPENDENTE DE COMPUTADOR. POSSUI MEMÓRIA INTERNA PARA, NO MÍNIMO, 200 TESTES, COM POSSIBILIDADE DE EXPORTAÇÃO DOS DADOS NOS FORMATOS JPEG, PDF E DICOM, ALÉM DE COMPARTILHAMENTO POR APLICATIVO MÓVEL, VIABILIZANDO TELESSAÚDE E TELEMEDICINA.	UN	4	20.254,61	81.018,44
50350	68	"ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR (ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DIGITAL, MICROPROCESSADO, COM NO MÍNIMO 02 (DOIS) CANAIS INDEPENDENTES, DESTINADO À ESTIMULAÇÃO TERAPÊUTICA. DEVE OFERECER, NO MÍNIMO, AS CORRENTES TENS, FES E CORRENTE RUSSA, CONTANDO COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA A EMISSÃO CONTROLADA DAS CORRENTES AO PACIENTE E MEMÓRIA DE DADOS PARA REGISTRO DAS TERAPIAS.	UN	20	1.356,88	27.137,60
50351	69	"FES (APARELHO DE ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA FUNCIONAL (FES), COM INTENSIDADE MÍNIMA DE SAÍDA DE 100 MA, FREQUÊNCIA AJUSTÁVEL DE 1 HZ A 200 HZ E LARGURA DE PULSO REGULÁVEL DE 50 A 600 Μs, ADEQUADO PARA APLICAÇÕES TERAPÊUTICAS. EQUIPAMENTO COM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 127 V OU BIVOLT, ACOMPANHADO DE CABOS PARA APLICAÇÃO, BOLSA DE TRANSPORTE E MANUAL TÉCNICO EM LÍNGUA PORTUGUESA. POSSUI REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.)"	UN	16	652,35	10.437,60
50352	70	"FOCO REFLETOR AMBULATORIAL (FOCO CLÍNICO LED PORTÁTIL, COM ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, EQUIPADO COM LÂMPADA LED DE 6 W (ACOMPANHA LÂMPADA). POSSUI BASE COM RODÍZIOS, CABO DE ENERGIA COM APROXIMADAMENTE 2 METROS DE	UN	5	674,15	3.370,75

		COMPRIMENTO E REGULAGEM DE ALTURA ENTRE 1,00 M E 1,35 M. EQUIPAMENTO COM REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA E GARANTIA MÍNIMA DE 90 (NOVENTA) DIAS.)"				
50353	71	"FOTÓFORO / FOCO DE LUZ DE CABEÇA (FOCO DE LUZ DE CABEÇA DO TIPO LED SEM FIO, COM INTENSIDADE LUMINOSA MÍNIMA DE 50.000 LUX E POTÊNCIA DE 5 W, ALIMENTADO POR BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA COMPATÍVEL COM USO CONTÍNUO. APRESENTA VIDA ÚTIL MÍNIMA ESTIMADA DE 50.000 HORAS. EQUIPAMENTO DOTADO DE CAPACETE AJUSTÁVEL, COM REGULAGEM DE CIRCUNFERÊNCIA E ALTURA DA CABEÇA. PRODUTO COM REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA, ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.)"	UN	4	1.715,00	6.860,00
50354	72	"GANGORRA DE EQUILÍBRIO (GANGORRA DE EQUILÍBRIO COM ESTRUTURA EM MDF, REVESTIDA POR MATERIAL SINTÉTICO ANTIDERRAPANTE, DESTINADA A ATIVIDADES DE REEDUCAÇÃO MOTORA E EQUILÍBRIO. POSSUI APOIOS CONFECCIONADOS EM MADEIRA E AÇO CARBONO, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI NA COR BRANCA. APRESENTA AS SEGUINTE DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO DE 1,30 M, LARGURA DE 0,26 M E ALTURA DE 0,18 M, COM PESO LÍQUIDO APROXIMADO DE 2 KG.)"	UN	6	460,00	2.760,00
50355	73	"GLICOSÍMETRO (KIT MEDIDOR DE GLICEMIA, COM RESULTADOS RÁPIDOS E VISOR AMPLIADO. POSSUI MEMÓRIA PARA ATÉ 500 (QUINHENTOS) TESTES.	UN	31	95,00	2.945,00
50356	74	"LARINGOSCÓPIO (CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO ADULTO E INFANTIL, COMPOSTO POR 14 (QUATORZE) LÂMINAS RETAS E 14 (QUATORZE) LÂMINAS CURVAS, NOS TAMANHOS 00, 0, 1, 2, 3, 4 E 5, ATENDENDO A DIFERENTES FAIXAS ETÁRIAS. POSSUI SISTEMA DE ILUMINAÇÃO POR FIBRA ÓPTICA, COMPATÍVEL COM LÂMPADAS HALÓGENAS OU XENON. EQUIPAMENTO COM REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES)"	UN	6	3.822,80	22.936,80
50357	75	"LASER PARA FISIOTERAPIA (LASER PARA FISIOTERAPIA PORTÁTIL, DOTADO DE BATERIA RECARREGÁVEL LI-ION 3,7 V / 2.600 MAH, COM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 127 V OU BIVOLT. EQUIPAMENTO COM REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA E GARANTIA MÍNIMA DE 18 (DEZOITO) MESES.	UN	8	1.831,76	14.654,08
50358	76	"MESA CIRURGICA ELETRICA (MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA, PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: BASE FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL SUPERIOR, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO, PODENDO SER REVESTIDA EM POLÍMERO ABS REFORÇADO, AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL SUPERIOR. BASE MÓVEL COM RODÍZIOS DE NO MÍNIMO 3 E NO MÁXIMO 5 POLEGADAS DOTADA DE SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO, FIXAÇÃO E FREIOS MOTORIZADOS ACIONADOS ATRAVÉS DO PAINEL DE CONTROLE. COLUMNA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL SUPERIOR, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO, PODENDO SER REVESTIDA EM POLÍMERO ABS REFORÇADO, AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU MATERIAL SUPERIOR. CHASSIS: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL SUPERIOR, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO, COM SISTEMA QUE PROPORCIONE A BLINDAGEM CONTRA LÍQUIDOS DAS PARTES INTERNAS. LEITO ARTICULÁVEL, RADIOTRANSARENTE, DIVIDIDO NO MÍNIMO EM 05 SECÇÕES (CABEÇA, DORSO, ASSENTO, RENAL E PERNEIRA RETRÁTEIS). RÉGUA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA COLOCAÇÃO DE ACESSÓRIOS. CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 220 KG NA POSIÇÃO ZERO. MOVIMENTOS MOTORIZADOS: REGULAGEM DE ALTURA A PARTIR DE 760 MM OU MENOR COM CURSO DE NO MÍNIMO 200MM DE ELEVAÇÃO, TRENDLEMBURG MÍNIMO DE 0 A 20 GRAUS, REVERSO DO TRENDLEMBURG MÍNIMO DE 0 A 20 GRAUS, LATERALIDADE NAS ANGULAÇÕES MÍNIMAS DE 0 A 18 GRAUS, DESLOCAMENTO LONGITUDINAL NA FAIXA MÍNIMA DE -300MM PARA CADA LADO E DORSO. OS MOVIMENTOS MOTORIZADOS DEVERÃO SER ACIONADOS POR PAINEL DE CONTROLE LOCALIZADO NA COLUMNA DA MESA E VIA CONTROLE REMOTO COM CABO ESPIRALADO DE NO MÍNIMO 2M DE COMPRIMENTO. DEVE PERMITIR NO MÍNIMO AS SEGUINTE POSIÇÕES: RENAL; SEMIFLEXÃO DE PERNA E COXA; FLEXÃO ABDOMINAL; SEMISSENTADO E SENTADO. ACESSÓRIOS MÍNIMOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 01 ARCO DE NARCOSE; 01 SUPORTE PARA RENAL; 01 PAR DE SUPORTES DE BRAÇO, 01 PAR DE PORTA-COXA, 01 PAR DE SUPORTES LATERAIS, 01 PAR DE OMBREIRAS, 01 JOGO DE COLCHONETE INJETADO EM POLIURETANO, LEVE E DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, IMPERMEÁVEL SEM NENHUM TIPO DE COSTURA OU REVESTIMENTO, BIOCOMPATÍVEL, NÃO IRRITANTE E NÃO ALÉRGICO. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 127V OU BIVOLT. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CERTIFICADOS NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2 E NBR IEC 60601-2-46.)"	UN	1	55.000,00	55.000,00
		"MESA DE EXAMES (MESA DE EXAMES COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM MADEIRA OU MDF, DOTADA DE ARMÁRIO INTEGRADO COM, NO MÍNIMO, 3 (TRÊS) GAVETAS PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS. POSSUI				

50359	77	DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,82 M DE COMPRIMENTO, 0,65 M DE LARGURA E 0,83 M DE ALTURA, COM PÉS RESISTENTES. ACABAMENTO NA COR BRANCA, CINZA OU MAPLE.)"	UN	13	1.676,57	21.795,41
50360	78	"MESA DE MAYO (MESA DE MAYO CONFECCIONADA EM AÇO INOX, COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO INOX POLIDO, POSSUI REGULAGEM DE ALTURA, SUPORTE DA BANDEJA EM AÇO INOX, BANDEJA REMOVÍVEL FABRICADA EM CHAPA DE AÇO INOX E EQUIPADA COM 3 RODÍZIOS GIRATÓRIOS.)"	UN	17	309,69	5.264,73
50361	79	"MESA GINECOLÓGICA (MESA GINECOLÓGICA FABRICADA EM AÇO OU FERRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI E LEITO FIXO TOTALMENTE ESTOFADO EM CORINO. ACOMPANHA PORTA-COXA ESTOFADO, COM HASTE EM AÇO ZINCADO, E SUPORTE PARA BALDE COM PINTURA EPÓXI. POSSUI ASSENTO FIXO, ENCOSTO E PESEIRA REGULÁVEIS. CAPACIDADE MÍNIMA SUPORTADA DE 100 KG.	UN	2	1.136,30	2.272,60
50362	80	"MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA (MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA, COM MOVIMENTOS AUTOMATIZADOS E INDEPENDENTES, INCLUINDO ELEVÇÃO E ABAIXAMENTO TOTAL, ELEVÇÃO E REBAIXAMENTO DA PERNEIRA, ELEVÇÃO E ABAIXAMENTO DO ENCOSTO, ALÉM DAS POSIÇÕES CADEIRA E MACA. POSSUI MOTOR ELÉTRICO LIVRE DE ÓLEO E BASE COM 4 (QUATRO) RODÍZIOS.	UN	15	15.420,00	231.300,00
50363	81	"MOCHO (MOCHO HOSPITALAR COM ENCOSTO, CONFECCIONADO EM FERRO CROMADO, DOTADO DE BASE CROMADA. POSSUI SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA A GÁS. EQUIPADO COM RODÍZIOS E REVESTIMENTO EM COURVIN, COM COR A SER ESCOLHIDA PELO CONTRATANTE. PRODUTO COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 (NOVENTA) DIAS.)"	UN	16	384,64	6.154,24
50364	82	"MONITOR MULTIPARÂMETRO (MONITOR MULTIPARÂMETRO ADULTO, COM ALARMES PRÉ-CONFIGURADOS (MÍNIMO DE 5 TIPOS), DESTINADO À MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA. POSSUI PARÂMETROS BÁSICOS DE ECG, RESPIRAÇÃO, SPO2, PNI E TEMPERATURA, EM CONFIGURAÇÃO PRÉ-AJUSTADA DE FÁBRICA. DISPÕE DE TELA COM TAMANHO MÍNIMO ENTRE 10 E 12 POLEGADAS, ACOMPANHADA DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO DO MONITOR.	UN	5	7.593,50	37.967,50
50365	83	"NEBULIZADOR PORTÁTIL (INALADOR/NEBULIZADOR BIVOLT, COM POTÊNCIA APROXIMADA DE 70 W, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, DOTADO DE SISTEMA SUPER FLOW PARA DISPERSÃO EFICIENTE DA MEDICAÇÃO. ATUA COM VELOCIDADE DE NEBULIZAÇÃO MÍNIMA DE 0,2 ML/MIN, EQUIPADO COM MOTOR COM CORRENTE APROXIMADA DE 1,35 A / 0,55 A. ACOMPANHA 01 (UM) NEBULIZADOR, 01 (UM) TUBO, 01 (UMA) MÁSCARA INFANTIL, 01 (UMA) CÂMARA DE NEBULIZAÇÃO, FILTROS E 01 (UM) MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA. PRODUTO COM REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA E GARANTIA MÍNIMA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.)"	UN	2	114,47	228,94
50366	84	"NEGATOSCOPIO (VISUALIZADOR DE RADIOGRAFIAS DE 01 CORPO, DESTINADO À VISUALIZAÇÃO DE FILMES RADIOGRÁFICOS, COM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICO (127/220 V 50/60 HZ), ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA EQUIVALENTE À BITOLA 26, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA E FRENTE EM ACRÍLICO LEITOSO PARA DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DA ILUMINAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE FIXAÇÃO DE FILMES RADIOGRÁFICOS POR ROLETES, ILUMINAÇÃO EM LED DE ALTO BRILHO E CHAVE LIGA /DESLIGA DE DUAS POSIÇÕES. DEVERÁ ACOMPANHAR PLUGUE BIPOLAR E, NO MÍNIMO, 02 (DOIS) SUPORTES PARA UTILIZAÇÃO EM MESA OU FIXAÇÃO COMPATÍVEL. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 35 CM DE LARGURA, 7 CM DE PROFUNDIDADE E 45 CM DE ALTURA, COM ÁREA ILUMINADA MÍNIMA DE 32 X 35 CM E PESO MÁXIMO APROXIMADO DE 2,5 KG. COR PREDOMINANTE BRANCA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.)"	UN	2	365,25	730,50
50367	85	"OXOXÍMETRO DE PULSO (OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, DESTINADO AO MONITORAMENTO OU GRAVAÇÃO CONTÍNUA, NÃO INVASIVA, DA SATURAÇÃO FUNCIONAL DE OXIGÊNIO DA HEMOGLOBINA ARTERIAL (SPO2₂), FREQUÊNCIA CARDÍACA E FORÇA DO PULSO. OPERA COM SENSORES COMPATÍVEIS PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS, FORNECENDO LEITURAS PRECISAS DE SPO2₂ E FREQUÊNCIA CARDÍACA.	UN	3	1.437,00	4.311,00
50368	86	"OTOSCÓPIO PARA TELESSAÚDE (OTOSCÓPIO PARA TELESSAÚDE, EM KIT COMPLETO, EQUIPADO COM CÂMERA INTEGRADA PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS EM ALTA RESOLUÇÃO FULL HD DO OUVIDO, NARIZ, GARGANTA E PELE. POSSUI ILUMINAÇÃO EM LED, COM CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA E FUNÇÃO DE ZOOM. DISPÕE DE VISOR COLORIDO TFT-LCD, COM TAMANHO MÍNIMO DE 1,5 POLEGADAS E AJUSTE DE EXPOSIÇÃO DA IMAGEM, BEM COMO ALCANCE DE FOCO ENTRE 8 E 35 MM.	UN	4	5.847,28	23.389,12

50369	87	"OTOSCÓPIO (OTOSCÓPIO RECARREGÁVEL, COM ALIMENTAÇÃO EM 110 V, EQUIPADO COM LÂMPADA DE XENON DE ALTA PERFORMANCE. POSSUI LENTE GIRATÓRIA COM AUMENTO DE 3 (TRÊS) VEZES E CABEÇA CONFECCIONADA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS.	UN	14	743,13	10.403,82
50370	88	"OTOSCOPIO SIMPLES (OTOSCÓPIO PORTÁTIL RECARREGÁVEL, EQUIPADO COM BATERIA DE LÍTIO DE LONGA DURAÇÃO, CABO ERGONÔMICO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO, RESISTENTE A IMPACTOS E CORROSÃO, E SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED DE ALTA INTENSIDADE, COM LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 50.000 LUX, TEMPERATURA DE COR ADEQUADA PARA EXAMES CLÍNICOS SEM DISTORÇÃO CROMÁTICA E VIDA ÚTIL ESTIMADA DE ATÉ 50.000 HORAS. DEVERÁ POSSUIR TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA, PROPORCIONANDO ILUMINAÇÃO HOMOGÊNEA, SEM OBSTRUÇÕES, REFLEXOS OU AQUECIMENTO EXCESSIVO. A CABEÇA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL E POLÍMEROS ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, CONTENDO LENTE GIRATÓRIA COM AMPLIAÇÃO MÍNIMA DE 3 VEZES E POSSIBILIDADE DE INSTRUMENTAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, 05 (CINCO) ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS, CARREGADOR DE MESA COM CIRCUITO INTELIGENTE PARA CARREGAMENTO AUTOMÁTICO E OTIMIZAÇÃO DA VIDA ÚTIL DA BATERIA, CLIP DE BOLSO COM INTERRUPTOR INTEGRADO LIGA/DESLIGA E SISTEMA DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, ALÉM DE ESTOJO PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.)"	UN	3	439,80	1.319,40
50371	89	"OFTALMOSCÓPIO (OFTALMOSCÓPIO DESTINADO A EXAMES OFTALMOLÓGICOS, COMPOSTO POR 5 (CINCO) ABERTURAS E CONJUNTO DE ATÉ 19 (DEZENOVE) LENTES. POSSUI ILUMINAÇÃO EM LED E ALIMENTAÇÃO POR PILHAS OU BATERIA RECARREGÁVEL.	UN	15	548,26	8.223,90
50372	90	"POLTRONA HOSPITALAR (POLTRONA HOSPITALAR COM ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO OU FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI ANTICORROSIVA, ASSENTO, ENCOSTO, APOIOS DE BRAÇO E APOIOS PARA OS PÉS ESTOFADOS COM ESPUMA DE DENSIDADE MÍNIMA 25 KG/M³ E REVESTIMENTO EM COURVINL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 KG, RECLINAÇÃO POR ACIONAMENTO MANUAL, DIMENSÕES MÍNIMAS DE ALTURA 1,20 M X LARGURA 0,80 M X COMPRIMENTO 0,80 M E PESO MÁXIMO DE 20 KG. POSSUI REGISTRO NA ANVISA.)"	UN	19	1.028,22	19.536,18
50373	91	"PARAPODIUM INFANTIL (PARAPÓDIUM INFANTIL, DO TIPO ESTABILIZADOR VERTICAL, CONFECCIONADO EM MDF, DESTINADO AO POSICIONAMENTO E SUPORTE POSTURAL. POSSUI ALTURA APROXIMADA DE 110 CM, MESA COM REGULAGEM DE PROFUNDIDADE E CINTOS DE PROTEÇÃO PARA JOELHOS E TRONCO. ACOMPANHA MESA AVD E APRESENTA CAPACIDADE DE SUPORTE DE ATÉ 40 KG.)"	UN	1	1.720,00	1.720,00
50374	92	"PLACA DR (DETECTOR DIGITAL) (PLACA DR (DETECTOR DIGITAL), COMPATÍVEL COM APARELHO DR DE RAIOS-X DA MARCA KÔNICA MINOLTA, MODELO ALTUSDR, AERODR NS.	UN	1	90.305,00	90.305,00
50375	93	"RAMPA COM DEGRAUS (ESCADA TERAPÊUTICA COM 04 (QUATRO) DEGRAUS E RAMPA EM L, CONSTRUÍDA EM MDF BRANCO TEXTURIZADO, COM PISO REVESTIDO EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE. PODE SER MONTADA EM CONFIGURAÇÃO RETA, COM OPÇÃO DE LADO DIREITO OU ESQUERDO, CONFORME A NECESSIDADE DO AMBIENTE. POSSUI CORRIMÃO COM ACABAMENTO ANTIFERRUGINOSO.	UN	4	2.200,00	8.800,00
50376	94	"RAMPA PARA ALONGAMENTO (RAMPA TERAPÊUTICA EM FORMATO DE CUNHA, CONSTRUÍDA EM MADEIRA MARFIM OU MATERIAL SIMILAR, COM BASE E PISO REVESTIDOS EM MATERIAL EMBORRACHADO ANTIDERRAPANTE. APRESENTA DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 x 30 x 40 CM (ALTURA x LARGURA x COMPRIMENTO).)"	UN	4	95,00	380,00
50377	95	"RETINÓGRAFO PARA TELESSAÚDE (RETINÓGRAFO PARA TELESSAÚDE, EQUIPADO COM SENSOR DE IMAGEM COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 12 MEGAPIXELS, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE RETINOGRAFIA COLORIDA, RED FREE E INFRAVERMELHA. PERMITE A EXECUÇÃO DE ESTÉREO-FOTOGRAFIA DO DISCO ÓPTICO E ESTÉREO DO NERVO ÓPTICO, BEM COMO O MAPEAMENTO PERIFÉRICO DA RETINA. POSSUI SISTEMA DE RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DO POSICIONAMENTO CORRETO DO PACIENTE, COM DISPARO AUTOMÁTICO DA IMAGEM, E NO MÍNIMO 9 (NOVE) ALVOS INTERNOS DE FIXAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO DO OLHAR DURANTE OS EXAMES.	UN	4	41.631,00	166.524,00
50378	96	"SUPORTE DE SORO (SUPORTE DE SORO CONFECCIONADO EM AÇO INOX, COM RODÍZIOS PARA FÁCIL DESLOCAMENTO E REGULAGEM DE ALTURA, PERMITINDO ACOMODAR ATÉ 4 (QUATRO) BOLSAS SIMULTANEAMENTE. ESTRUTURA LEVE E RESISTENTE, COM ALTURA MÁXIMA REGULÁVEL DE ATÉ 2,20 M.)"	UN	3	267,68	803,04

50379	97	"SISTEMA DE COMRESSÃO TORÁCICA (SISTEMA DE COMRESSÃO TORÁCICA ADULTO AUTOMÉTICO, POSSUI PLACA PARA ESTABILIZAÇÃO DORSAL DO PROCEDIMENTO, TEMPO DE INTERRUPÇÃO MÉDIO DAS COMPRESSIONES MINIMO DE 7S, CONECTIVIDADE WIFI E PC, FUNCIONAMENTO A BATERIA RECARREGÁVEL DE NO MÍNIMO 40MIN, ACEITA ALIMENTAÇÃO EXTERNA DURANTE O PROCEDIMENTO, POSSUI AJUSTE DA TAXA DE COMPRESSIONES E PROFUNDIDADE, POSSUI TEMPORIZADOR DE CHECAGEM ENTRE OS CICLOS, POSSUI MECANISMO DE PROGRAMAÇÃO DE CHOQUE MINIMIZANDO A INTERRUPÇÃO DOS CILOS, OFERTANDO AJUSTE AUTOMÁTICO, COMPRESSION AUTOMÁTICA E DE ALTA QUALIDADE, ACOMPANHA CASE DE TRANSPORTE, OFERTA RELATÓRIO DO EVENTO, ATENDE AS DIRETRIZES DA AHA (AMERICAN HEART ASSOCIATION) MAIS RECENTES, PRODUTO EM LINHA DE PRODUÇÃO, O FORNECEDOR DEVERÁ OFERTAR TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO. GRANTIA MINIMA 12 MENES. POSSUI REGISTRO NA ANVISA. ALIMENTAÇÃO 127 VOLTS OU BIVOLT AUTOMÁTICO.)"	UN	2	77.752,88	155.505,76
50380	98	"TABLADO PARA FISIOTERAPIA (MACA DIVÃ TABLADO, CONFECCIONADA EM MADEIRA NATURAL DE EUCALIPTO, REVESTIDA COM PELÍCULA SELADORA, PROPORCIONANDO ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. POSSUI ESTRUTURA BAIXA, FIRME E EXTREMAMENTE ESTÁVEL."	UN	12	1.547,25	18.567,00
50381	99	"TÁBUA DE PROPRIOCEPÇÃO LATERAL (TÁBUA PROPRIOCEPTIVA LATERAL, CONFECCIONADA EM MADEIRA DE EUCALIPTO, COM PISO ANTIDERRAPANTE E BASE EM MADEIRA REVESTIDA EM EVA. APRESENTA DIMENSÕES APROXIMADAS DE 70,0 x 34,0 x 10,0 CM (COMPRIMENTO x LARGURA x ALTURA). PRODUTO COM REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA E GARANTIA MÍNIMA DE 3 (TRÊS) MESES.)"	UN	6	199,00	1.194,00
50382	100	"TÁBUA DE PROPRIOCEPÇÃO REDONDA (TÁBUA PROPRIOCEPTIVA REDONDA, CONFECCIONADA EM MADEIRA DE EUCALIPTO, COM PISO ANTIDERRAPANTE E BASE EM MADEIRA REVESTIDA EM EVA. APRESENTA DIMENSÕES APROXIMADAS DE 39 CM x 39 CM x 7 CM. PRODUTO COM REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA E GARANTIA MÍNIMA DE 3 (TRÊS) MESES.)"	UN	4	170,91	683,64
50383	101	"TENS - ESTIMULADOR TRANSCUTÂNEO (ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DIGITAL, MICROPROCESSADO, COM NO MÍNIMO 02 (DOIS) CANAIS INDEPENDENTES, DESTINADO À ESTIMULAÇÃO TERAPÊUTICA. DEVE OFERECER, NO MÍNIMO, A CORRENTE TENS, CONTANDO COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA A EMISSÃO CONTROLADA DAS CORRENTES AO PACIENTE E MEMÓRIA DE DADOS PARA REGISTRO DAS APLICAÇÕES."	UN	8	657,25	5.258,00
50384	102	"TENS E FES (ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DIGITAL, MICROPROCESSADO, COM NO MÍNIMO 04 (QUATRO) CANAIS INDEPENDENTES, DESTINADO À ESTIMULAÇÃO TERAPÊUTICA. DEVE OFERECER, NO MÍNIMO, AS CORRENTES TENS E FES, CONTANDO COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA A EMISSÃO CONTROLADA DAS CORRENTES AO PACIENTE E MEMÓRIA DE DADOS PARA REGISTRO DAS APLICAÇÕES."	UN	32	750,00	24.000,00
50385	103	"ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA (ULTRASSOM TERAPÊUTICO PARA FISIOTERAPIA, EQUIPADO COM TELA LCD E FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 2 MHZ, COM MODO DE EMISSÃO PULSADO, INDICADO PARA APLICAÇÕES TERAPÊUTICAS. EQUIPAMENTO COM REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA E GARANTIA MÍNIMA DE 18 (DEZOITO) MESES."	UN	17	1.772,43	30.131,31
50386	104	"BIPAP (EQUIPAMENTO DE VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA DO TIPO BIPAP, INDICADO PARA USO ADULTO E PEDIÁTRICO, COM MODOS DE VENTILAÇÃO SENSÍVEIS À PRESSÃO E/OU AO FLUXO, FAIXA DE PRESSÃO APROXIMADA DE 4 A 25 CMH2O, FUNÇÃO RAMPA, COMPENSAÇÃO DE VAZAMENTO, ALARMES AUDIOVISUAIS, REGISTRO E ARMAZENAMENTO DE DADOS EM CARTÃO, FILTROS, UMIDIFICADOR, TRAQUEIA E MÁSCARA COMPATÍVEL INCLUSA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ALIMENTAÇÃO BIVOLT, SER ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, APRESENTA REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.)"	UN	15	7.297,30	109.459,50
50387	105	"ULTRASSOM ODONTOLÓGICO (EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMBINADO DE ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO, DOTADO DE FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA E CONTROLE INDEPENDENTE DO FLUXO DE ÁGUA E DO PÓ. POSSUI SISTEMA DE LIMPEZA DOS CONDUTOS DE PÓ, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA E HIGIENE. O ULTRASSOM UTILIZA TECNOLOGIA PIEZOELÉTRICA, COM PEÇA DE MÃO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL."	UN	11	2.256,03	24.816,33
		"ULTRASSOM DIAGNÓSTICO (EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM DIAGNÓSTICO DESTINADO A EXAMES EM ABDOME, OBSTETRÍCIA, GINECOLOGIA, CARDIOLOGIA ADULTA, MUSCULOESQUELÉTICO, PEQUENAS PARTES,				

50388	106	MAMAS, TIREOIDE, UROLOGIA, VASCULAR, PEDIATRIA, NEONATOLOGIA, MEDICINA DE EMERGÊNCIA, REUMATOLOGIA, NERVOS PERIFÉRICOS, CEREBROVASCULAR, ORTOPEDIA, RENAL, TESTÍCULOS, TRANSCRANIANO, VENOSO, OFTALMOLOGIA E PROTOCOLO FAST/E-FAST.	UN	2	197.250,00	394.500,00
50389	107	"ULTRASSOM PORTÁTIL PARA TELESSAÚDE (EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTÁTIL SEM FIO, DE USO TIPO BOLSO, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS, INCLUINDO APLICAÇÕES ABDOMINAIS, OBSTÉTRICAS, PRÉ-NATAIS, RENAI, CARDÍACAS, BLOQUEIOS GUIADOS, IDENTIFICAÇÃO DE LESÕES E SANGRAMENTOS INTERNOS, DERRAME PLEURAL, LESÕES MUSCULARES E PUNÇÕES DE LÍQUIDOS.	UN	4	3.860,53	15.442,12
50390	108	"VÍDEO LARINGOSCÓPIO (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - VÍDEO LARINGOSCÓPIO PORTÁTIL COM VISUALIZAÇÃO DAS IMAGENS POR TECNOLOGIA DIGITAL; - COM FONTE DE LUZ DE LED DE ALTA INTENSIDADE; DEVE ACOMPANHAR: - 01 CÂMERA COM TELA DE NO MÍNIMO 2,5 POLEGADAS COM DISPLAY COLORIDO EM ALTA INTEGRADA AO CORPO DO LARINGOSCÓPIO, PASSÍVEL DE SER SUBMETIDA A PROCESSOS DE DESINFECÇÃO /ESTERILIZAÇÃO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: - ENERGIA FORNECIDA ATRAVÉS DE BATERIA OU PILHA, COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 60 MINUTOS; ACESSÓRIOS: - 2 JOGOS DE LÂMINAS DESCARTÁVEIS COM 50 UNIDADES CADA, SENDO TAMANHOS 1 E 2 (PARA LARINGOSCOPIA PEDIÁTRICA), E 3 E 4 (PARA LARINGOSCOPIA ADULTA), COM ACOMODAÇÃO OU GUIA PARA O TUBO ENDOTRAQUEAL PARA INTUBAÇÃO DE ADULTOS E MALETA DE TRANSPORTE.)"	UN	1	8.237,00	8.237,00