

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cateter periférico			
Descrição Detalhada: Cateter Periférico Aplicação: Venoso, Modelo: Tipo Escalpe, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diâmetro: 19GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	39180	Quantidade Mínima Cotada:	39180
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,29		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	19590
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (39180)			

2 - Cateter periférico			
Descrição Detalhada: Cateter Periférico Aplicação: Venoso, Modelo: Tipo Escalpe, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diâmetro: 21GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	67908	Quantidade Mínima Cotada:	67908
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	33954
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (67908)			

3 - Cateter periférico			
Descrição Detalhada: Cateter Periférico Aplicação: Venoso, Modelo: Tipo Escalpe, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diâmetro: 23GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	85932	Quantidade Mínima Cotada:	85932
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,28		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	42966
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (85932)			

4 - Cateter periférico			
Descrição Detalhada: Cateter Periférico Aplicação: Venoso, Modelo: Tipo Escalpe, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diâmetro: 25GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	22380	Quantidade Mínima Cotada:	22380
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,22		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	11190
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (22380)			

5 - Cateter periférico

Descrição Detalhada: Cateter Periférico Aplicação: Venoso, Modelo: Tipo Escalpe, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diâmetro: 27GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1152

Quantidade Mínima Cotada: 1152

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 576

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (1152)

6 - Cateter periférico

Descrição Detalhada: Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diâmetro: 14GAU, Comprimento: Cerca 50MM, Conector: Conector Padrão, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7596

Quantidade Mínima Cotada: 7596

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3798

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (7596)

7 - Cateter periférico

Descrição Detalhada: Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diâmetro: 16GAU, Comprimento: Cerca 50MM, Conector: Conector Padrão, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9204

Quantidade Mínima Cotada: 9204

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4602

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (9204)

8 - Cateter periférico

Descrição Detalhada: Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diâmetro: 18GAU, Comprimento: Cerca 45MM, Conector: Conector Padrão, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6948

Quantidade Mínima Cotada: 6948

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3474

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (6948)

9 - Cateter periférico

Descrição Detalhada: Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diâmetro: 20GAU, Comprimento: Cerca 30MM, Conector: Conector Padrão, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42468

Quantidade Mínima Cotada: 42468

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 21234

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (42468)

10 - Cateter periférico

Descrição Detalhada: Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diâmetro: 22GAU, Comprimento: Cerca 25MM, Conector: Conector Padrão, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32856

Quantidade Mínima Cotada: 32856

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16428

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (32856)

11 - Cateter periférico

Descrição Detalhada: Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diâmetro: 24GAU, Comprimento: Cerca 20MM, Conector: Conector Padrão, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55824

Quantidade Mínima Cotada: 55824

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 27912

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (55824)

12 - Cateter nasal para oxigênio

Descrição Detalhada: Cateter Nasal Para Oxigênio Modelo: Tipo Sonda, Aplicação: P/ Oxigenoterapia, Material: Tubo De Silicone, Conector: Compatível C/ Fonte O2, Tamanho: Nº 4, Comprimento: Cerca De 40 Cm, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 840

Quantidade Mínima Cotada: 840

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 420

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (840)

13 - Cateter nasal para oxigênio

Descrição Detalhada: Cateter Nasal Para Oxigênio Modelo: Tipo Sonda, Aplicação: P/ Oxigenoterapia, Material: Tubo De Silicone, Conector: Compatível C/ Fonte O2, Tamanho: N° 6, Comprimento: Cerca De 40 Cm, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (600)

14 - Cateter Nasal Para Oxigênio

Descrição Detalhada: Cateter Nasal Para Oxigênio Modelo: Tipo Óculos, Aplicação: P/ Oxigenoterapia, Material: Tubo E Pronga De Silicone, Conector: Compatível C/ Fonte O2, Tamanho: Adulto, Comprimento: Cerca De 2,5 M, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7428

Quantidade Mínima Cotada: 7428

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3714

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (7428)

15 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Aplicação: Embolectomia, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 2 Fr X 60CM, Modelo: Tipo Fogarty, Componente 1: Balão De Látex Natural, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 264

Quantidade Mínima Cotada: 264

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 114,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 132

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (264)

16 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Aplicação: Embolectomia, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 3 Fr X 60CM, Modelo: Tipo Fogarty, Componente 1: Balão De Látex Natural, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 108

Quantidade Mínima Cotada: 108

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 112,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (108)

17 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Aplicação: Embolectomia, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 4 Fr X 60CM, Modelo: Tipo Fogarty, Componente 1: Balão De Látex Natural, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 396

Quantidade Mínima Cotada: 396

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 108,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 198

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (396)

18 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Aplicação: Embolectomia, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 80CM, Modelo: Tipo Fogarty, Componente 1: Balão De Látex Natural, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 122,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (36)

19 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca 7 Fr, Vias: Duplo Lúmen, Lúmen: 14 A 18GAU, Comprimento: Cerca 20CM, Conector: Conectores Padrão, Componente: Kit Introdutor Completo, Componente II: Revestido C/ Antimicrobiano/Antifúngico, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1248

Quantidade Mínima Cotada: 1248

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 624

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (1248)

20 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca 7 Fr, Vias: Triplo Lúmen, Lúmen: 16 A 18GAU, Comprimento: Cerca 20CM, Tipo Fixação: Fixação Subcutânea, Conector: Conectores Padrão, Clamp Em Todas Vias E Tampas, Componente: Kit Introdutor Completo, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 408

Quantidade Mínima Cotada: 408

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 204

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (408)

21 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso / Arterial, Tipo Implante: Umbilical, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca 2 Fr, Vias: Mono Lúmen, Comprimento: Cerca 30CM, Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 144

Quantidade Mínima Cotada: 144

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (144)

22 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso / Arterial, Tipo Implante: Umbilical, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca 3 Fr, Vias: Mono Lúmen, Comprimento: Cerca 40CM, Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (180)

23 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso / Arterial, Tipo Implante: Umbilical, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca 3 Fr, Vias: Mono Lúmen, Comprimento: Cerca 40CM, Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (60)

24 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso / Arterial, Tipo Implante: Umbilical, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca 4 Fr, Vias: Mono Lúmen, Comprimento: Cerca 40CM, Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 96

Quantidade Mínima Cotada: 96

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (96)

25 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso / Arterial, Tipo Implante: Umbilical, Matéria Prima: Pvc Radiopaco, Diâmetro: Cerca 5 Fr, Vias: Mono Lúmen, Comprimento: Cerca 40CM, Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (36)

26 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso / Arterial, Tipo Implante: Umbilical, Matéria Prima: Pvc Radiopaco, Diâmetro: Cerca 6 Fr, Vias: Mono Lúmen, Comprimento: Cerca 40CM, Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 156

Quantidade Mínima Cotada: 156

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (156)

27 - Cateter para anestesia

Descrição Detalhada: Cateter Para Anestesia Uso: Epidural Contínua, Material: Polímero Radiopaco, Calibre: Cerca De 16 G, Adicionais: Marcas De Profundidade, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 192

Quantidade Mínima Cotada: 192

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (192)

28 - Cateter para anestesia

Descrição Detalhada: Cateter Para Anestesia Uso: Epidural Contínua, Material: Polímero Radiopaco, Calibre: Cerca De 18 G, Adicionais: Marcas De Profundidade, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 432

Quantidade Mínima Cotada: 432

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 216

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (432)

29 - Cateter Nasal Para Oxigênio

Descrição Detalhada: Cateter Nasal Para Oxigênio Modelo: Tipo Óculos, Aplicação: P/ Oxigenoterapia, Material: Tubo E Pronga De Silicone, Conector: Compatível C/ Fonte O2, Tamanho: Neonatal, Comprimento: Cerca De 2,5 M, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1380

Quantidade Mínima Cotada: 1380

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 690

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (1380)

30 - Cateter Nasal Para Oxigênio

Descrição Detalhada: Cateter Nasal Para Oxigênio Modelo: Tipo Óculos, Aplicação: P/ Oxigenoterapia, Material: Tubo E Pronga De Silicone, Conector: Compatível C/ Fonte O2, Tamanho: Infantil, Comprimento: Cerca De 2,5 M, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	1380
Quantidade Total:	1380	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	4,20		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	690
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Macaé/RJ (1380)		