

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90029/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Papilótomo			
Descrição Detalhada: Papilótomo Lúmen: Triplo, Tipo Ponta: C/ Ponta Atraumática, Cerca De 5 Mm, Fio De Corte: Parcialmente Isolado, Comprimento Corte: Cerca De 30MM, Fio Guia: S/ Fio Guia, Compatibilidade: P/ Canal De Trabalho Cerca De 2,8 Mm X 200 Cm, Peça De Mão: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico, Aplicação: P/ Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica, Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		92	Quantidade Mínima Cotada: 92
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		1.545,00	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 46
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Macaé/RJ (92)	

2 - Papilótomo			
Descrição Detalhada: Papilótomo Lúmen: Triplo, Tipo Ponta: Sem Ponta ( Pré-Corte ), Fio De Corte: Parcialmente Isolado, Comprimento Corte: Cerca De 5MM, Fio Guia: S/ Fio Guia, Compatibilidade: P/ Canal De Trabalho Cerca De 2,8 Mm X 200 Cm, Peça De Mão: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico, Aplicação: P/ Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica, Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		12	Quantidade Mínima Cotada: 12
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		1.545,00	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Macaé/RJ (12)	

3 - Fio guia			
Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Não Vascular, Material: Nitinol, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,035", Comprimento: Cerca De 400CM, Tipo Ponta: Ponta Reta, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		92	Quantidade Mínima Cotada: 92
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		1.648,00	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 46
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Macaé/RJ (92)	

4 - Sistema extrator			
Descrição Detalhada: Sistema Extrator Material: Polímero, Tipo: Balão, Comprimento: Cerca De 200CM, Adicionais: Triplo Lúmen, Componentes: Ponta Reta, Componentes Adicionais: C/ Marcas Radiopacas, Compatível: P/ Canal Endoscópico De 2,8mm E Fio Guia 0,035", Aplicação: Cálculos Biliares, Esterilidade: Estéril, Descartável			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		92	Quantidade Mínima Cotada: 92
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		1.648,00	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 46
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Macaé/RJ (92)	

**5 - Balão dilatação**

**Descrição Detalhada:** Balão Dilatação Aplicação: Estenose De Cólon, Material: Polímero, Dimensão Balão: 8 A 20 X 55MM, Diâmetro Do Cateter: Cerca De 2,3MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 230CM, Acessórios: Duplo Lúmen, Adicionais: Dilatação Progressiva, Compatível: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24

**Quantidade Mínima Cotada:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.266,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Macaé/RJ (24)

**6 - Endoprótese luminal**

**Descrição Detalhada:** Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Biliar, Composição: Polímero, Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor, Dimensões: Cerca De 10 Fr X 5 A 15CM, Componente I: Acoradores Externos Nas Extremidades, Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 46

**Quantidade Mínima Cotada:** 46

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.575,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 23

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Macaé/RJ (46)

**7 - Endoprótese luminal**

**Descrição Detalhada:** Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Biliar, Composição: Polímero, Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor, Dimensões: Cerca De 10 Fr X 5 A 15CM, Componente I: Acoradores Externos Nas Extremidades, Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24

**Quantidade Mínima Cotada:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.575,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Macaé/RJ (24)

**8 - Papilótomo**

**Descrição Detalhada:** Papilótomo Lúmen: Triplo, Tipo Ponta: C/ Ponta Atraumática, Cerca De 5 Mm, Fio De Corte: Parcialmente Isolado, Comprimento Corte: Cerca De 30MM, Fio Guia: S/ Fio Guia, Compatibilidade: P/ Canal De Trabalho Cerca De 2,8 Mm X 200 Cm, Peça De Mão: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico, Aplicação: P/ Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.545,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 15

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Macaé/RJ (30)

**9 - Papilótomo**

**Descrição Detalhada:** Papilótomo Lúmen: Triplo, Tipo Ponta: Sem Ponta ( Pré-Corte ), Fio De Corte: Parcialmente Isolado, Comprimento Corte: Cerca De 5MM, Fio Guia: S/ Fio Guia, Compatibilidade: P/ Canal De Trabalho Cerca De 2,8 Mm X 200 Cm, Peça De Mão: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico, Aplicação: P/ Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.545,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Macaé/RJ (3)

**10 - Fio guia**

**Descrição Detalhada:** Fio Guia Aplicação: Não Vascular, Material: Nitinol, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,035", Comprimento: Cerca De 400CM, Tipo Ponta: Ponta Reta, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.648,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 15

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Macaé/RJ (30)

**11 - Sistema extrator**

**Descrição Detalhada:** Sistema Extrator Material: Polímero, Tipo: Balão, Comprimento: Cerca De 200CM, Adicionais: Triplo Lúmen, Componentes: Ponta Reta, Componentes Adicionais: C/ Marcas Radiopacas, Compatível: P/ Canal Endoscópico De 2,8mm E Fio Guia 0,035", Aplicação: Cálculos Biliares, Esterilidade: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.648,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 15

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Macaé/RJ (30)

**12 - Balão dilatação**

**Descrição Detalhada:** Balão Dilatação Aplicação: Estenose De Cólon, Material: Polímero, Dimensão Balão: 8 A 20 X 55MM, Diâmetro Do Cateter: Cerca De 2,3MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 230CM, Acessórios: Duplo Lúmen, Adicionais: Dilatação Progressiva, Compatível: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.266,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 3

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Macaé/RJ (7)

**13 - Endoprótese luminal**

**Descrição Detalhada:** Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Biliar, Composição: Polímero, Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor, Dimensões: Cerca De 10 Fr X 5 A 15CM, Componente I: Acoradores Externos Nas Extremidades, Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.575,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 7

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Macaé/RJ (15)

**14 - Endoprótese luminal**

**Descrição Detalhada:** Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Biliar, Composição: Polímero, Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor, Dimensões: Cerca De 10 Fr X 5 A 15CM, Componente I: Acoradores Externos Nas Extremidades, Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.575,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 3

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Macaé/RJ (7)