

Aviso de Contratação Direta

Levamos ao conhecimento dos interessados que o fundo municipal de saúde de Firminópolis em obediência ao § 3º do art. 75 da lei 14.133/2021, que **08:00h00min do dia 03 de abril de 2024 até as 08:00min do dia 08 de abril de 2024**, estará buscando propostas para “Contratação de empresa para aquisição de compra de equipamento – vigilância sanitária para atender a demanda da Secretária Municipal de Saúde do Município de Firminópolis-Go”, conforme descrito no documento de formalização de demanda e termo de referência, mais informações podem ser solicitadas no departamento de compras pelo e-mail – compras.saude@firminopolis.go.gov.br e telefone 0800.665.6448 ramais: 202

DESCRIÇÃO:

Item	Un	Qtd	Descrição do Produto
01	Un	01	Turbidímetro Microprocessado Plus  Especificações: - Curva de calibração de turbidez linear de 0 a 1000 NTU (pode ser dividida em 3 escalas: 0-10/0-100/100-1000 NTU, quando solicitado) - Espectro de emissão de 860nm - Leitura direta - Resolução de 0,01 NTU - Temperatura de operação de 0 – 50°C - Autodesligamento de 10 min. - Indicação de bateria fraca - Alimentação: bateria de 9V ou fonte externa 110/220V - Baixo consumo, até 3000 leituras com bateria de 9V - Fonte luminosa em estado sólido - Alta durabilidade de fonte luminosa de aproximadamente 10000 horas - Display de cristal líquido 16 caracteres por 2 linhas - Resistência mecânica provável IP-65 - Conexão via interface RS-232

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINÓPOLIS – CNPJ: 02.321.917/0001-13

Av. das Américas, 589 – Centro – Firminópolis – GO | Telefone: 64. 3681-2112

www.firminopolis.go.gov.br | prefeitura@firminopolis.go.gov.br | [@prefeituradefirminopolis](https://www.instagram.com/prefeituradefirminopolis)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CNPJ: 11.324.516/0001-08

Av. Goiânia, 371 – Centro – Firminópolis – GO | Telefone: 64.3681-2149 compras.saude@firminopolis.go.gov.br

			- Peso: 375 g - Dimensões: equip. com 204x110x41mm (88mm de altura com a tampa)
02	Un	01	Fotocolorímetro Multiparâmetro (Cloro e Flúor)  - Analisa os seguintes itens: - Alumínio - Amônia - Cloro - Detergente - Flúor - Ferro - Manganês - Nitrito - Nitrato - Sulfato Obs: Reagentes não acompanham o Kit, serão Cobrados a Parte. Cada Parâmetro tem seu preço. Especificações: - Inserção de até 100 curvas de calibração - Espectro de emissão de 470 nm a 623 nm - Absorbância de 0 a 2 (quando b=1,0) - Após inserida a curva de calibração, faz a leitura direta em mg L-1 - Resolução: 0,01 mg L-1 para concentração - Precisão relativa: 2% - Temperatura de operação de 0 – 50°C - Autodesligamento de 10 minutos - Indicação de bateria fraca - Microprocessado - Alimentação: bateria de 9V ou fonte externa 100 – 240V AC 50/60Hz - Baixo consumo: até 3000 leituras com bateria de 9V alcalina - Fonte luminosa em estado sólido - Alta durabilidade de fonte luminosa de aproximadamente 10000 horas



			- Display de cristal líquido 16 caracteres por 2 linha - Resistência mecânica provável IP-65 - Conexão via interface RS-232 - Peso: 420 g - Dimensões: equipamento com 204x110x41mm (120mm de altura com a tampa)
03	Un	01	Phmetro  Especificações: - Faixa de medição: 0 a 14 pH - Resolução pH: 0,01 - Precisão relativa: 0,01% - Pontos de calibração: 3 (4,00 - 7,00 - 10,00) - Comp. temp. manual: 0 a 50°C - Resolução temp.: 0,1 - Indicador: display alfanumérico 12x2 - Conector para eletrodo: BNC - Alimentação: bateria 9V - Autonomia: aprox. 50h - Dimensões: 30 x 76 x 134 mm (alt. x larg. x comp.) - Peso: 135g - Resistência mecânica: IP-65

Firminópolis, aos 02 de abril de 2024.

Helder Rosa Júnior
Agente de Contratação do Município de
Firminópolis-Go
CPF: 011.414.531.85