



PARECER TÉCNICO DE CONFORMIDADE

Pregão Eletrônico nº 00029/2025

Item: Câmara conservação de vacinas

Após análise da documentação apresentada, composta por catálogo técnico do fabricante ELBER Medical e Registro ANVISA nº 80698750002, referente à câmara conservadora para armazenamento de vacinas, conclui-se que os documentos estão em total conformidade com o descritivo técnico do item solicitado no processo citado anteriormente.

O catálogo técnico descreve equipamento do tipo gabinete vertical, destinado à conservação de vacinas e imunobiológicos, com faixa de temperatura controlada entre +2 °C e +8 °C, capacidade compatível com a especificada no descritivo, painel digital de controle, sistema de alarmes sonoros e visuais, registro de temperaturas mínima, máxima e atual, porta USB para extração de dados, prateleiras internas ajustáveis e alimentação bivolt, atendendo integralmente às exigências técnicas.

O Registro ANVISA nº 80698750002, emitido em nome da empresa ELBER Indústria de Refrigeração Ltda, classifica o produto como Refrigerador ou Freezer Laboratorial/Hospitalar, Classe de Risco II (médio risco), contemplando o uso para armazenamento de vacinas, imunobiológicos e medicamentos termolábeis, estando válido conforme normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Dessa forma, verifica-se que o catálogo técnico apresentado corresponde ao equipamento registrado na ANVISA, não havendo divergências entre modelo, finalidade, características técnicas e uso pretendido, atendendo plenamente ao descritivo do item.



PREFEITURA DE
SURUBIM
COM DEUS E O POVO CONSTRUINDO UM SURUBIM NOVO

Conclusão:

Diante do exposto, opina-se favoravelmente, declarando que o catálogo e o registro ANVISA apresentados estão em conformidade com o descritivo do item do Pregão Eletrônico nº 00029/2025.

Surubim, 19 de Janeiro de 2026

Jaqueline Santana
Enfermeira
COREN-PE 377.775

Jaqueline Santana

Enfermeira- COREN-PE: 377.775
Coordenação PNI Surubim



PREFEITURA DE
SURUBIM
COM DEUS E O POVO CONSTRUINDO UM SURUBIM NOVO