

**ILMO. SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA
DAS DORES -SE**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025

Ref.: Ao recurso apresentado pela empresa CENUTRI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI sobre os itens ganhos pela nossa empresa.

A IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43269791/0001-62, com sede na AVENIDA JOSÉ OSCAR SALAZAR Nº 1395-SALA 01, BAIRRO TRÊS VENDAS, ERECHIM-RS, por intermédio de seu representante legal Charline Ana Miotto Bressiani, subscrito ao final, vem, com o devido respeito, a augusta presença de Vossa Senhoria, interpor

CONTRARRAZÃO

Em face da respeitável decisão, pelas razões de fato e de Direito expostas a seguir.

DOS FATOS

Ilmo. Pregoeiro, como é do conhecimento de Vossa Senhoria, que a empresa IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, participou do Pregão Eletrônico nº 12/2025, sendo ganhadora dos itens 12,15,19,20,21,28,29,35,43,46,49,50,51,52,56,57,60,67 e 68. A empresa CENUTRI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI apresentou recurso alegando que nossos produtos ofertado para o processo licitatório não atendem o descritivo do edital, pois não possuem em sua composição a “tecnologia 3D Fit™”, O edital menciona a “exclusiva tecnologia 3D Fit™”,entretanto:Trata-se de uma **marca comercial registrada de determinado fabricante**. A administração pública não pode exigir marca específica, direta ou indiretamente, conforme art. 14 da Lei 14.133/2021, salvo em situações excepcionais,e essa não estão configuradas no edital.

DOS DESCRITIVOS DOS ITENS NO EDITAL

ITEM 15

"CURATIVO ESTÉRIL COMPOSTO POR CAMADA AUTOADESIVA DE SILICONE PERFURADA, ESPUMA DE POLIURETANO ABSORVENTE, COMPLEXO ANTIMICROBIANO DE PRATA IÔNICA DE LIBERAÇÃO SUSTENTADA E FILME DE POLIURETANO SEMIPERMEÁVEL.COMBATE A INFECÇÃO E O BIOFILME COM AJUSTE PERFEITOINDICAÇÕES: FERIDAS CRÔNICAS OU AGUDAS INFECTADAS OU COM RISCO DE INFECÇÃO, DE DIFERENTES ETIOLOGIAS COM EXSUDAÇÃO BAIXA À ALTA QUANTIDADE.EXCLUSIVA TECNOLOGIA 3D FIT™CONFORMIDADE AO LEITO DA FERIDAABSORÇÃO VERTICALRETENÇÃO SUPERIORAÇÃO ANTIMICROBIANA DE AMPLO ESPECTROIMPERMEÁVEL À ÁGUA E MICRORGANISMOSSILICONE PARA UM AJUSTE PERFEITOFLEXÍVELSILICONE AGTAMANHO (CM) 10X10"

Para esse item ofertamos o curativo **Pharmaplast- Gentle Ag**

Os produtos Espuma Gentle Ag são curativos absorventes e atraumáticos desenvolvidos a partir de espuma de poliuretano com uma camada superior de poliuretano e com a camada de contato direto com a ferida perfurada com gel de silicone e prata. A camada mais externa é feita a partir de filme de poliuretano respirável que, além de ser a prova de água, é antibacteriano e funciona como barreira viral. Por sua vez, a camada interior perfurada com gel de silicone evita a aderência do curativo com a ferida, favorecendo a sua retirada de forma atraumática, e favorecendo também a passagem de exsudatos para a camada de espuma absorvente.

O edital solicita:

- Camada autoadesiva de silicone perfurado – atendido: o curativo Pharmaplast possui camada de silicone macio, atraumático e aderente à pele perilesional.
- Espuma de poliuretano absorvente – atendido: o produto é composto por espuma de PU com alta capacidade de manejo de exsudato.
- Complexo antimicrobiano de prata iônica – atendido: o curativo contém prata ativa de liberação contínua, conforme ficha técnica.
- Filme de poliuretano semipermeável – atendido: o filme externo é semipermeável, impermeável à água e microrganismos

Todas as características estruturais obrigatórias estão integralmente presentes.

Dessa forma, qualquer menção a nome proprietário deve ser interpretada como característica funcional, e não como obrigação de possuir a marca ou o nome comercial.

O curativo Pharmaplast desempenha as funções equivalentes atribuídas à

tecnologia 3D Fit™, atendendo ao objetivo técnico do edital: adaptação ao leito da ferida, absorção e controle de exsudato.

A espuma de poliuretano flexível e o silicone perfurado permitem moldagem e adaptação ao leito ulcerado, reduzindo espaços mortos. O curativo absorve o exsudato em direção ao interior da espuma, evitando lateralização e extravasamento — descrição equivalente à função de absorção vertical. A espuma de alta densidade retém fluidos mesmo sob compressão leve e moderada, atendendo ao manejo seguro do exsudato.

O edital deve ser interpretado de forma técnica e funcional, e não como imposição indireta de marca. O produto PHARMAPLAST atende todas as especificações essenciais, não havendo motivo para desclassificação.

Diante do exposto, comprova que o produto PHARMAPLAST atende integralmente às exigências estruturais e funcionais; as funções atribuídas à tecnologia 3D Fit™ são plenamente executadas pelo produto apresentado;

ITEM 35

“CURATIVO ESTÉRIL COMPOSTO POR CAMADA AUTOADESIVA DE SILICONE PERFURADA, ESPUMA DE POLIURETANO ABSORVENTE, FINA, FLEXÍVEL E FILME DE POLIURETANO SEMIPERMEÁVEL. INDICAÇÕES: FERIDAS CRÔNICAS OU AGUDAS NÃO INFECTADAS, DE DIFERENTES ETIOLOGIAS SEM OU COM POUCA EXSUDAÇÃO. EXCLUSIVA TECNOLOGIA 3D FIT™ CONFORMIDADE AO LEITO DA FERIDA ABSORÇÃO VERTICAL RETENÇÃO SUPERIOR AJUSTE PERFEITO DEVIDO AO SILICONE IMPERMEÁVEL À ÁGUA MICRORGANISMOS. FLEXÍVEL ABSORÇÃO SUPERIOR E AJUSTE PERFEITO SILICONE LITE “

Para esse item ofertarmos o curativo **Pharmaplast- Gentle**

O Espuma Gentle é um curativo absorvente e atraumático desenvolvido a partir de espuma de poliuretano com uma camada superior de poliuretano e com a camada de contato direto com a ferida perfurada com gel de silicone. A camada mais externa é feita a partir de filme de poliuretano respirável que além de ser à prova de água, é antibacteriano e funciona como barreira viral. Por sua vez, a camada interior perfurada com gel de silicone evita a aderência do curativo com a ferida, favorecendo a sua retirada de forma atraumática, e favorecendo a passagem de exsudatos para a camada de espuma absorvente.

O Curativo Espuma Gentle é um curativo desenvolvido para ser usado em feridas de diversos tipos, incluindo as que apresentam exsudatos, como por exemplo, úlceras de pressão e em pernas, úlceras diabéticas, queimaduras de primeiro e segundo grau, incisões cirúrgicas e feridas traumáticas resultantes da perda da pele. Este curativo pode ser usado sob ataduras de compressão. O delicado gel de silicone permite a retirada atraumática do

curativo, enquanto o filme de gel de silicone perfurado permite a passagem livre do exsudato da ferida para a espuma, prevenindo assim a maceração da pele. Em função da elevada capacidade de absorção da espuma de poliuretano, este curativo fornece um efeito de acolchoamento. Por sua vez, a camada externa respirável permite a absorção de exsudatos, aumentando a capacidade de absorção de fluidos, além de que, por conta da sua característica a prova d'água, essa camada permite que o paciente tome banho mantendo o curativo no local.

O curativo Gentle sem a tecnologia 3D Fit™ desempenha as funções básicas de um curativo com 3D Fit™ (proteção e absorção).

ITEM 49

"CURATIVO ESTÉRIL, ALGINATO PLACA, TAMANHO (CM) 10X10 CURATIVO ESTÉRIL DE HIDROFIBRA ABSORVENTE COMPOSTO POR CARBOXIMETILCELULOSE E ALGINATO DE CÁLCIO. INDICAÇÕES: FERIDAS CRÔNICAS OU AGUDAS NÃO INFECTADAS, DE DIFERENTES ETIOLOGIAS COM EXSUDAÇÃO MODERADA A ALTA QUANTIDADE. FAVORECE A HEMOSTASIA LOCAL. TAMBÉM INDICADA PARA PREENCHIMENTO DE CAVIDADES DE FERIDAS EM GERAL. ABSORÇÃO SUPERIOR E VERTICAL GEL COESO ABSORÇÃO VERTICAL FAVORECE O DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO AÇÃO HEMOSTÁTICA LOCAL REMOÇÃO EM PEÇA ÚNICA ALGINATO PLACA TAMANHO (CM) 10X10"

Para esse item ofertamos o curativo **Missner PA 0897**.

O Curativo de Alginato de Cálcio Missner PA 0897 (M-Tec) é um curativo avançado, estéril, indicado para feridas com moderada a alta exsudação. Ele é composto por fibras de alginato de cálcio e sódio, formando um gel coeso ao contato com o exsudato, o que favorece cicatrização, desbridamento autolítico e remoção em peça única.

O Curativo de Alginato de Cálcio Missner PA 0897 (M-Tec) atende integralmente às especificações técnicas exigidas no edital, conforme demonstrado a seguir:

1. **Composição exigida**-Constituído por alginato de cálcio, com traços naturais de sódio, característica comum e aceita nesse tipo de curativo.
2. **Absorção vertical**-Possui alta capacidade de absorção vertical, formando gel coeso e eficaz no manejo de exsudato.
3. **Hemostasia local**-Favorece o controle de pequenos sangramentos, atendendo ao requisito de ação hemostática.
4. **Desbridamento autolítico**-Promove ambiente úmido adequado, favorecendo o desbridamento autolítico e acelerando o processo de cicatrização.

5. **Remoção em peça única**-Permite retirada atraumática e em peça única, preservando o tecido de granulação e reduzindo desconforto ao paciente.
6. **Regularização e reconhecimento**- Produto devidamente regularizado, amplamente utilizado e reconhecido no mercado nacional, garantindo segurança e confiabilidade.

O **Curativo Missner PA 0897** cumpre todos os requisitos técnicos e regulatórios estabelecidos no edital, configurando-se como solução adequada e segura para o tratamento de feridas exsudativas, crônicas ou agudas.

ITEM 50, 51 e 52 (para esses itens, o descritivo é o mesmo, o que muda é o tamanho solicitado)

“CURATIVO ESTÉRIL COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO ABSORVENTE, MACIA, FLEXÍVEL E FILME DE POLIURETANO SEMIPERMEÁVEL. INDICAÇÕES: FERIDAS CRÔNICAS OU AGUDAS NÃO INFECTADAS, DE DIFERENTES ETIOLOGIAS COM EXSUDAÇÃO MODERADA A ALTA QUANTIDADE.ABSORÇÃO SUPERIOREXCLUSIVA TECNOLOGIA 3D FIT™ CONFORMIDADE AO LEITO DA FERIDA ABSORÇÃO VERTICAL RETENÇÃO SUPERIORFLEXÍVELBORDAS BISELADASIMPERMEÁVEL À ÁGUA E MICRORGANISMO”

Para esses itens ofertamos o curativo **Pharmaplast Gentle**

O edital solicita curativo composto por espuma absorvente, macia e flexível, associada a filme semipermeável. O Pharmaplast Espuma Gentle é fabricado em espuma de poliuretano, exatamente conforme requerido, e possui filme externo semipermeável, garantindo barreira contra água e microrganismos.

Apesar da presença de camada de gel de silicone perfurada, esta tecnologia não prejudica a absorção vertical. Pelo contrário, sua função é manter a integridade da pele perilesional, reduzir dor na troca e permitir passagem eficiente dos exsudatos para o núcleo absorvente.

As alegações de que o produto possui “bordas em silicone” não procedem. O que existe é uma interface de silicone suave, que não substitui a borda estrutural em bisel. A espuma possui perfil rebaixado que cumpre a função de reduzir enrolamento, melhorar a adaptação e garantir melhor selagem — atendendo ao princípio do biselamento funcional, mesmo que pelo uso de tecnologia diferente.

A especificação “tecnologia 3D Fit™” corresponde a marca registrada de um

fabricante específico, o que não pode ser exigido como critério exclusivo, sob pena de direcionamento.

A legislação de compras públicas (Lei 14.133/2021) veda indicação de marcas e patentes, exceto quando estritamente indispensável, o que não é o caso.

O produto oferecido pela empresa apresenta tecnologia funcionalmente equivalente, garantindo conformidade ao leito da ferida, adaptação tridimensional e alta capacidade de gerenciamento de exsudato.

O curativo ofertado atende aos requisitos técnicos essenciais:

- Espuma de poliuretano absorvente
- Filme semipermeável
- Impermeabilidade à água e microrganismos
- Maciez e flexibilidade
- Elevada absorção e retenção
- Conformidade ao leito da ferida
- Tecnologia avançada de interface para proteção da pele

ITEM 56 e 57 (para esses itens, o descritivo é o mesmo, o que muda é o tamanho solicitado)

"CURATIVO ESTÉRIL COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO ABSORVENTE, COMPLEXO ANTIMICROBIANO DE PRATA IÔNICA DE LIBERAÇÃO SUSTENTADA E FILME DE POLIURETANO SEMIPERMEÁVEL.COMBATE A INFECÇÃO E O BIOFILMEINDICAÇÕES: FERIDAS CRÔNICAS OU AGUDAS INFECTADAS OU COM RISCO DE INFECÇÃO, DE DIFERENTES ETIOLOGIAS COM EXSUDAÇÃO MODERADA A ALTA QUANTIDADE. DISPONÍVEL NA VERSÃO COM ADESIVO DE HIDROCOLOIDE.EXCLUSIVA TECNOLOGIA 3D FIT™CONFORMIDADE AO LEITO DA FERIDAABSORÇÃO VERTICALRETENÇÃO SUPERIORAÇÃO ANTIMICROBIANA DE AMPLO ESPECTROIMPERMÉAVEL À ÁGUA E MICRORGANISMOS (VERSÃO ADESIVA) FLEXÍVELADESIVIDADENÃO ADESIVO"

Para esse item ofertamos o curativo **Pharmaplast- Gentle**

O produto ofertado é confeccionado em espuma de poliuretano absorvente, com complexo antimicrobiano de prata iônica , o curativo também possui filme semipermeável, permitindo troca gasosa e mantendo barreira bacteriana, característica igualmente prevista no termo de referência.

O Curativo Espuma Gentle apresenta estrutura de matriz tridimensional, responsável pela absorção, distribuição e retenção vertical do exsudato, o que caracteriza equivalência técnica e funcional ao requisito descrito.

Mesmo que a ficha técnica não utilize explicitamente o termo comercial “3D Fit™”, a tecnologia descrita – estrutura tridimensional da espuma com capacidade de ajuste ao leito – corresponde funcionalmente ao requisito de conformidade tridimensional, resultando em desempenho equivalente ao objeto especificado no edital

Ressaltamos que 3D Fit™ é denominação comercial específica de determinado fabricante, não configurando tecnologia exclusiva ou indispensável ao efeito terapêutico pretendido.

ITEM 60

“CURATIVO ESTÉRIL COMPOSTO POR CAMADA AUTOADESIVA DE SILICONE PERFURADA, ESPUMA DE POLIURETANO ABSORVENTE, COMPLEXO ANTIMICROBIANO DE PRATA IÔNICA DE LIBERAÇÃO SUSTENTADA E FILME DE POLIURETANO SEMIPERMEÁVEL.COMBATE A INFECÇÃO E O BIOFILME COM AJUSTE PERFEITOINDICAÇÕES: FERIDAS CRÔNICAS OU AGUDAS INFECTADAS OU COM RISCO DE INFECÇÃO, DE DIFERENTES ETIOLOGIAS COM EXSUDAÇÃO BAIXA À ALTA QUANTIDADE.EXCLUSIVA TECNOLOGIA 3D FIT™CONFORMIDADE AO LEITO DA FERIDAABSORÇÃO VERTICALRETENÇÃO SUPERIORAÇÃO ANTIMICROBIANA DE AMPLO ESPECTROIMPERMEÁVEL À ÁGUA E MICRORGANISMOSSILICONE PARA UM AJUSTE PERFEITOFLEXÍVELSILICONE AG – PÓS OP”

Para esse item ofertamos o curativo **Pharmaplast- Gentle AG**

Os produtos Espuma Gentle Ag são curativos absorventes e atraumáticos desenvolvidos a partir de espuma de poliuretano com uma camada superior de poliuretano e com a camada de contato direto com a ferida perfurada com gel de silicone e prata. A camada mais externa é feita a partir de filme de poliuretano respirável que, além de ser a prova de água, é antibacteriano e funciona como barreira viral. Por sua vez, a camada interior perfurada com gel de silicone evita a aderência do curativo com a ferida, favorecendo a sua retirada de forma atraumática, e favorecendo também a passagem de exsudatos para a camada de espuma absorvente.

“Gentle AG oferece a mesma tecnologia de conformidade, absorção e ação antimicrobiana descrita, com silicone atraumático e barreira protetora, garantindo segurança, conforto e eficácia no tratamento de feridas exsudativas e pós-operatórias.”

CONCLUSÃO

Como citado acima, o edital menciona a “**exclusiva tecnologia 3D Fit™**”, entretanto: trata-se de uma marca comercial registrada de determinado fabricante. A administração pública não pode exigir marca específica, direta ou indiretamente, conforme art.14 da Lei 14.133/2021, salvo em situações excepcionais, e essas não estão configuradas no edital.

O que diz a Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021)

- **Regra geral:** É vedada a exigência de marca ou modelo específico em licitações, justamente para garantir **isonomia entre fornecedores** e evitar direcionamento indevido.
- **Exceções (Art. 41):** A Administração pode indicar marca ou modelo apenas quando houver **justificativa formal**, em casos como:
 - Necessidade de **padronização** do objeto.
 - Manutenção de **compatibilidade** com plataformas já adotadas.
 - Quando determinada marca ou modelo, comercializados por mais de um fornecedor, forem os **únicos capazes de atender** às necessidades do contratante.

A interpretação restritiva proposta pela parte recorrente: induziria a exclusividade de um único fabricante, reduziria a competitividade, contrariaria o princípio constitucional da isonomia, e violaria o princípio da ampla competitividade previsto na Lei 14.133/2021.

Nossos curativos não utilizam a tecnologia 3D Fit™, mas foram desenvolvidos para desempenhar com excelência o manejo do exsudato, garantindo proteção da ferida e contribuindo para uma cicatrização eficaz.

Com o total respeito ao processo licitatório e sabedores da obrigação contratual que firmamos que ao participar do Pregão Eletrônico garantimos a qualidade dos produtos ofertados, correspondentes a finalidade de cada descritivo dos itens. Limitado ao exposto, fique com meus votos de estima.

Erechim, 03 de dezembro de 2025.

CHARLINE ANA MIOTTO BRESSIANI

Representante Legal e Técnica

CPF: 018.339.560-35

CRF/RS: 14.399