

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**ANEXO I**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**1. DEFINIÇÃO DO OBJETO**

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE **MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS**, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA BARRA DOS COQUEIROS/SE, conforme condições, quantidades, especificações e exigências estabelecidas neste Instrumento.

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND | QTD   |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 1    | 15470  | <b>Nome:</b> ABAIXADOR DE LINGUAESPATULA DE MADEIRA DESCARTAVEL<br><b>Especificação:</b> ABAIXADOR DE LINGUAESPATULA DE MADEIRA DESCARTAVEL; FORMATOCONVENCIONAL; EXTREMIDADE SARREDONDADAS; MEDINDO APROX. 1,5CM DE LARGURA; 13,5CM DE COMPRIMENTO; 2MM DE ESPESSURA; PACOTE COM 100 UNIDADES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PCT | 1.000 |
| 2    | 17664  | <b>Nome:</b> ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% <b>Especificação:</b> ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% ESTERILIZANTE QUÍMICO À BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO 0,2%, PRONTO PARA USO, GALÃO COM 5 LITROS, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS E SUPERFÍCIES FIXAS. O PRODUTO DEVERÁ SER COMPROVADO EFICÁCIA ESPORICIDA, MICO BACTERICIDA E FUNGICIDA, CONFORME LAUDOS MICROBIOLÓGICOS DE LABORATÓRIOS REBLAS, CORROSIVIDADE CREDENCIADOS PELA ANVISA MS. GALÃO COM 05 LITROS E 30 FITAS DE MEDIÇÃO PARA AVALIAÇÃO DO PH SUBSTÂNCIA. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OS COLABORADORES SEMPRE QUE NECESSÁRIO EM HORÁRIO COMERCIAL. | GAL | 100   |
| 3    | 28341  | <b>Nome:</b> ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, FRASCO COM NO MÍNIMO 200 ML<br><b>Especificação:</b> ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, COMPOSIÇÃO COMPOSTO DOS ÁCIDOS CAPRÍLICO, CÁPRICO, LÁURICO, COMPONENTES LINOLÉICO, LECITINA DE SOJA, APRESENTAÇÃO ASSOCIADOS COM VITAMINAS 'A' E 'E', TIPO LOÇÃO OLEOSA. FRASCO COM NO MÍNIMO 200 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FRC | 3.080 |
| 4    | 19590  | <b>Nome:</b> ADAPTADOR/CANHÃO DE AGULHA PARA COLETA À VÁCUO<br><b>Especificação:</b> ADAPTADOR PARA AGULHA CANHÃO PARA COLETA A VÁCUO. COMPATÍVEL COM DIVERSOS TAMANHOS DE AGULHAS, SCALPS E TUBOS, PRÓPRIOS PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE, ROSCA DUPLA DE TIPO UNIVERSAL, COM MEDIDAS: ALTURA DE ± 5CM E DIÂMETRO INTERNO DE ± 2CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND | 5     |
| 5    | 2729   | <b>Nome:</b> AGUA OXIGENADA 10V LITRO<br><b>Especificação:</b> AGUA OXIGENADA 10V LITRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LT  | 132   |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |
|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 6 | 16261 | <p><b>Nome:</b> AGULHA DESCARTAVEL 13 X 45-</p> <p><b>Especificação:</b> AGULHA DESCARTAVEL 13 X 45- Agulha descartável 13x4,5 caixa - AGULHA DESCARTÁVEL 13x4,5 - Agulha descartável 13x4,5 caixa com 100 unidades - canhão e protetor - fabricados em ambiente de sala controlada, com polímeros atóxicos especialmente formulados para este fim, atendendo às especificações das normas nbr, iso e boas práticas de fabricação. Canhão - permite perfeito acoplamento à seringa, com código de cores, padrão universal para identificação dos calibres. - cânula - com bisel trifacetado em aço inoxidável, siliconada, permitindo um deslize suave e perfeito. Embaladas individualmente em filme de polipropileno + papel grau médico, selados termicamente (blister); acondicionadas em caixas apropriadas, garantindo a integridade e esterilidade durante o armazenamento a até o momento do uso. Contendo os seguintes dizeres: fabricante, calibre da agulha, indicativo de artigo médico-hospitalar de uso único, data e método de esterilização, nº do lote, data de fabricação e validade, nº do registro no ministério da saúde.- esterilização válida por cinco anos, a partir da data de fabricação, com a embalagem intacta.</p> | CX | 1.000 |
| 7 | 16254 | <p><b>Nome:</b> AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5 -</p> <p><b>Especificação:</b> AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5 - Agulha descartável 20x5,5 caixa com 100 - Agulha descartável 20x5,5 caixa com 100 unidades - canhão e protetor - fabricados em ambiente de sala controlada, com polímeros atóxicos especialmente formulados para este fim, atendendo às especificações das normas nbr, iso e boas práticas de fabricação. Canhão - permite perfeito acoplamento à seringa, com código de cores, padrão universal para identificação dos calibres. - cânula - com bisel trifacetado em aço inoxidável, siliconada, permitindo um deslize suave e perfeito. Embaladas individualmente em filme de polipropileno + papel grau médico, selados termicamente (blister); acondicionadas em caixas apropriadas, garantindo a integridade e esterilidade durante o armazenamento a até o momento do uso. Contendo os seguintes dizeres: fabricante, calibre da agulha, indicativo de artigo médico-hospitalar de uso único, data e método de esterilização, nº do lote, data de fabricação e validade, nº do registro no ministério da saúde.- esterilização válida por cinco anos, a partir da data de fabricação, com a embalagem intacta.</p>                 | CX | 1.000 |
| 8 | 16255 | <p><b>Nome:</b> AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 -</p> <p><b>Especificação:</b> AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 - Agulha descartável 25x7 caixa com 100 unidades - canhão e protetor - fabricados em ambiente de sala controlada, com polímeros atóxicos especialmente formulados para este fim, atendendo às especificações das normas nbr, iso e boas práticas de fabricação. Canhão - permite perfeito acoplamento à seringa, com código de cores, padrão universal para identificação dos calibres. - cânula - com bisel trifacetado em aço inoxidável, siliconada, permitindo um deslize suave e perfeito. Embaladas individualmente em filme de polipropileno + papel grau médico, selados termicamente (blister); acondicionadas em caixas apropriadas, garantindo a integridade e esterilidade durante o armazenamento a até o momento do uso. Contendo os seguintes dizeres: fabricante, calibre da agulha, indicativo de artigo médico-hospitalar de uso único, data e método de esterilização, nº do lote, data de fabricação e validade, nº do registro no ministério da saúde.- esterilização válida por cinco anos, a partir da data de fabricação, com a embalagem intacta.</p>                                                                 | CX | 1.000 |
| 9 | 16256 | <p><b>Nome:</b> AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 - <b>Especificação:</b> AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 - Agulha descartável 25x8 caixa com 100 unidades - canhão e protetor - fabricados em ambiente de sala controlada, com polímeros atóxicos especialmente formulados para este fim, atendendo às especificações das normas nbr, iso e boas práticas de fabricação. Canhão - permite perfeito acoplamento à seringa, com código de cores, padrão universal para identificação dos calibres. - cânula - com bisel trifacetado em aço inoxidável, siliconada, permitindo um deslize suave e perfeito. Embaladas individualmente em filme de polipropileno + papel grau médico, selados termicamente (blister); acondicionadas em caixas apropriadas, garantindo a integridade e esterilidade durante o armazenamento a até o momento do uso. Contendo os seguintes dizeres: fabricante, calibre da agulha, indicativo de artigo médico-hospitalar de uso único, data e método de esterilização, nº do lote, data de fabricação e validade, nº do registro no ministério da saúde.- esterilização válida por cinco anos, a partir da data de fabricação, com a embalagem intacta.</p>                                                                        | CX | 1.000 |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 10 | 16257 | <p><b>Nome:</b> AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7 -</p> <p><b>Especificação:</b> AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7 - AGULHA 30 X 7 MM - AGULHA HIPODÉRMICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS. AGULHA CONSTITUÍDA POR CÂNULA DE AÇO INOX TIPO 304, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, CANHÃO DE COR CASTANHO E PROTETOR DE PLÁSTICO. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. REGISTRO NO MS E CBPF EMITIDO PELA ANVISA E APRESENTAR O SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA N.º 503, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011, CAIXA COM 100 UND</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CX  | 1.000  |
| 11 | 16258 | <p><b>Nome:</b> AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8 -</p> <p><b>Especificação:</b> AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8 - constituída em aço, de formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos correspondendo a cada tipo de agulha, polida, isenta de asperezas e ondulações, centralizada ao longo do eixo central longitudinal do canhão, este e constituído em polipropileno, dimensões e formato universalmente aceitos (tipo luer), proporcionando encaixe perfeito e condutores tais como seringas, equipos, cateteres e outros similares. Protetor constituído de polipropileno, projetado internamente de modo a manter a agulha centrada. Possui rigidez compatível ao uso, estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade.caixa com 100.</p>   | CX  | 2.000  |
| 12 | 16259 | <p><b>Nome:</b> AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12-</p> <p><b>Especificação:</b> AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12- constituída em aço, de formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos correspondendo a cada tipo de agulha, polida, isenta de asperezas e ondulações, centralizada ao longo do eixo central longitudinal do canhão, este e constituído em polipropileno, dimensões e formato universalmente aceitos(tipo luer),proporcionando encaixe perfeito e condutores tais como seringas, equipos, cateteres e outros similares. Protetor constituído de polipropileno, projetado internamente de modo a manter a agulha centrada. Possui rigidez compatível ao uso, estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade.Caixa com 100 und.</p> | CX  | 1.000  |
| 13 | 19592 | <p><b>Nome:</b> AGULHA MULTIPLA VACUO COLETA DE SANGUE 25X7 (PRETA)</p> <p><b>Especificação:</b> AGULHA MÚLTIPLA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 22G 25x7MM. 100 UN/CX. ESTÉREIS, LIVRES DE PIROGÊNIOS, AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA E TRIFACETADA, COR: PRETA. CAIXA COM 100.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CX  | 10     |
| 14 | 19593 | <p><b>Nome:</b> ÁLCOOL ABSOLUTO 99,5%</p> <p><b>Especificação:</b> ÁLCOOL ABSOLUTO 99,5% (ÁLCOOL ANIDRO 99,3 INPM) 1L</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND | 588    |
| 15 | 8231  | <p><b>Nome:</b> ÁLCOOL ETÍLICO 70%</p> <p><b>Especificação:</b> ÁLCOOL ETÍLICO 70%, FRASCO COM 1000 MILILITROS - ÁLCOOL ETÍLICO 70%, LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, VOLÁTIL E DE ODOR CARACTERÍSTICO, FRASCO COM 1000 MILILITROS. DATA DE FABRICAÇÃO DO ANO VIGENTE. REGISTRO NA ANVISA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND | 11.085 |
| 16 | 13993 | <p><b>Nome:</b> ALCOOL GEL 70%, ARMAZENADO EM FRASCO DE 50 ML</p> <p><b>Especificação:</b> ALCOOL GEL 70%, ARMAZENADO EM FRASCO DE 50 ML</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND | 2.020  |
| 17 | 12829 | <p><b>Nome:</b> ÁLCOOL GEL 70%, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%, GALÃO DE 5 LITROS, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.</p> <p><b>Especificação:</b> ÁLCOOL GEL 70%, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%, GALÃO DE 5 LITROS, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GAL | 240    |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 18 | 28124 | <p><b>Nome:</b> ALGINATO DE CÁLCIO</p> <p><b>Especificação:</b> ALGINATO DE CÁLCIO CONCEITO/COMPOSIÇÃO: FIBRAS DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, COM ÍONS DE CÁLCIO E/OU SÓDIO INCORPORADOS EM SUAS FIBRAS. MECANISMO DE AÇÃO: O SÓDIO PRESENTE NO EXSUDATO E NO SANGUE INTERAGEM COMO CÁLCIO PRESENTE NO CURATIVO DE ALGINATO. A TROCA IÔNICA AUXILIA NO DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO. O CURATIVO TEM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, RESULTA NA FORMAÇÃO DE UM GEL QUE MANTÉM O MEIO ÚMIDO PARA A CICATRIZAÇÃO E INDUZ A HEMOSTASIA. INDICAÇÕES: FERIDAS ABERTAS, SANGRANTES, ALTAMENTE EXSUDATIVAS COM OU SEM INFECÇÃO, ATÉ A REDUÇÃO DO EXSUDATO. CONTRA-INDICAÇÕES: LESÕES SUPERFICIAIS SEM OU COM POUCA EXSUDAÇÃO; LESÕES POR QUEIMADURAS.</p> | UND | 700   |
| 19 | 15439 | <p><b>Nome:</b> ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO COM 500G. <b>Especificação:</b> ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO COM 500G COR BRANCA, MACIO, ISENTO DE IMPUREZAS, INODORO, EM FORMA DE ROLO 500G, APRESENTANDO CAMADAS SOBREPOSTAS, COM APROXIMADAMENTE 20CM DE LARGURA X 1,70M DE COMPRIMENTO, EMBALAGEM APROPRIADA ROLO APROPRIADA 500GRAMA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ROL | 3.148 |
| 20 | 6620  | <p><b>Nome:</b> ALMOTOLIA PLÁSTICA CAPACIDADE 250 ML, COR MARROM</p> <p><b>Especificação:</b> ALMOTOLIA PLÁSTICA CAPACIDADE 250 ML, COR MARROM</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND | 43    |
| 21 | 6617  | <p><b>Nome:</b> ALMOTOLIA PLÁSTICA CAPACIDADE 250 ML, TRANSPARENTE</p> <p><b>Especificação:</b> ALMOTOLIA PLÁSTICA CAPACIDADE 250 ML, TRANSPARENTE</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND | 83    |
| 22 | 6619  | <p><b>Nome:</b> ALMOTOLIA PLÁSTICA CAPACIDADE 500 ML, COR MARROM</p> <p><b>Especificação:</b> ALMOTOLIA PLÁSTICA CAPACIDADE 500 ML, COR MARROM</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND | 113   |
| 23 | 6618  | <p><b>Nome:</b> ALMOTOLIA PLÁSTICA CAPACIDADE 500 ML, TRANSPARENTE</p> <p><b>Especificação:</b> ALMOTOLIA PLÁSTICA CAPACIDADE 500 ML, TRANSPARENTE</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND | 113   |
| 24 | 19594 | <p><b>Nome:</b> ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE, BICO CURVO, CAPACIDADE: 250 ML.</p> <p><b>Especificação:</b> ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE, BICO CURVO, CAPACIDADE: 250 ML.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND | 103   |
| 25 | 18052 | <p><b>Nome:</b> AMBÚ EM SILICONE ADULTO.</p> <p><b>Especificação:</b> AMBÚ EM SILICONE ADULTO (REANIMADOR PULMONAR MANUAL COM BALÃO AUTO INFLÁVEL EM SILICONE). VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR COM CONEXÃO PARA ENTRADA DE OXIGÊNIO, CONTENDO UMA MÁSCARA COM BOJO TRANSPARENTE E COXIM EM SILICONE TAMANHO ADULTO, VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM ACOPLAMENTO EXTERNO PARA MÁSCARA, VÁLVULA DE ESCAPE. VÁLVULA DE CONTROLE COM BOLSA RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO, E EXTENSÃO COM CONECTOR, ACONDICIONADO EM MALETA TRANSPARENTE.</p>                                                                                                                                                                                                                   | UND | 21    |
| 26 | 18050 | <p><b>Nome:</b> AMBÚ EM SILICONE INFANTIL.</p> <p><b>Especificação:</b> AMBÚ EM SILICONE INFANTIL (REANIMADOR PULMONAR MANUAL COM BALÃO AUTO INFLÁVEL EM SILICONE). VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR COM CONEXÃO PARA ENTRADA DE OXIGÊNIO - CONTENDO UMA MÁSCARA COM BOJO TRANSPARENTE E COXIM EM SILICONE TAMANHO INFANTIL, VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM ACOPLAMENTO EXTERNO PARA MÁSCARA, VÁLVULA DE ESCAPE. VÁLVULA DE CONTROLE COM BOLSA RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO, E EXTENSÃO COM CONECTOR, ACONDICIONADO EM MALETA TRANSPARENTE.</p>                                                                                                                                                                                                            | UND | 21    |
| 27 | 18051 | <p><b>Nome:</b> AMBÚ EM SILICONE NEONATAL.</p> <p><b>Especificação:</b> AMBÚ EM SILICONE NEONATAL (REANIMADOR PULMONAR MANUAL COM BALÃO AUTO INFLÁVEL EM SILICONE). VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR COM CONEXÃO PARA ENTRADA DE OXIGÊNIO - CONTENDO UMA MÁSCARA COM BOJO TRANSPARENTE E COXIM EM SILICONE, VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM ACOPLAMENTO EXTERNO PARA MÁSCARA, VÁLVULA DE ESCAPE, VÁLVULA DE CONTROLE COM BOLSA RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO, E EXTENSÃO COM CONECTOR, ACONDICIONADO EM MALETA TRANSPARENTE.</p>                                                                                                                                                                                                                             | UND | 13    |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 28 | 18397 | <p><b>Nome:</b> APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE PULSO</p> <p><b>Especificação:</b> Características técnicas mínimas exigidas: automático, alimentação a bateria (inclusas), Pressão: 40 - 250 mmHg, Pulsação: 40 - 199 batimentos/minuto, com 100 lugares de memória, visor digital de cristal líquido iluminado, grande. NORMATIZAÇÃO: Manual de Instruções em português, certificado de garantia de 1 ano no mínimo, a partir da data de instalação do equipamento. Certificação IPEN/INMETRO/ABNT. Registro na ANVISA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND | 161    |
| 29 | 28342 | <p><b>Nome:</b> APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL OBESO</p> <p><b>Especificação:</b> APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL OBESO (ESFIGMOMANÔMETRO) APARELHO INDICADO PARA A MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL SANGÜÍNEA INDISPENSÁVEL NO DIA A DIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR MANÔMETRO DE ALTA PRECISÃO COM FAIXA DE MEDIÇÃO 0 A 300mmHg COM DIVISÃO DE 2 mmHg, POSSUIR BRAÇADEIRA COM MANGUITO EM PVC COM CIRCUNFERÊNCIA MÍNIMA DE 35CM ATÉ 51CM, A BRAÇADEIRA DEVE SER EM NYLON COM FECHO EM VELCRO. ACOMPANHAR ESTOJO DE VIAGEM.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND | 110    |
| 30 | 28347 | <p><b>Nome:</b> APARELHO MEDIDOR DE GLICEMIA,</p> <p><b>Especificação:</b> APARELHO MEDIDOR DE GLICEMIA, CALIBRADO COM PADRÃO DE PLASMA MÉTODO DE MEDIÇÃO: TECNOLOGIA AMPEROMÉTRICA USANDO OXIDASE; FAIXA DE RESULTADO: 20 MG/DL A 600 MG/DL (1.1 MMOL/L A 33.3 MMOL/L); UNIDADE DE GLICOSE: MG/DL OU MMOL/L; MEMÓRIA: 500 RESULTADOS; FONTE DE ENERGIA: 2 PILHAS AAA; VIDA ÚTIL DA BATERIA: APROXIMADAMENTE 500 TESTES; CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO: -20º C A 55º C, UMIDADE RELATIVA &lt;93%; CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO: 10º C A 40º C, UMIDADE RELATIVA &lt;80% AMOSTRA DE SANGUE: SANGUE CAPILAR FRESCO; VOLUME DA AMOSTRA DE SANGUE: 0,7 UL; VALIDADE: INDETERMINADA; REG. DA ANVISA</p>                                                                                                                                                                  | UND | 2.000  |
| 31 | 18890 | <p><b>Nome:</b> ATADURA curativo rayon vaselinizada, tamanho 7,6 x 40,6cm</p> <p><b>Especificação:</b> ATADURA curativo rayon vaselinizada, tamanho 7,6 x 40,6cm para queimaduras de baixa aderência.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND | 6.200  |
| 32 | 8255  | <p><b>Nome:</b> ATADURA DE CREPON 10 CM PCT C/ 12</p> <p><b>Especificação:</b> ATADURA DE CREPON 10 CM PCT C/ 12- ATADURA DE CREPON, MEDINDO 10CM DE LARGURA POR 4,5 METROS DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM TECIDO ALGODÃO 100% CONTENDO EM SUA ESTRUTURA 13 FIOS\CM² COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS NO SENTIDO LONGITUDINAL E TRANSVERSAL. DEVERÃO TER AS BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS PARA EVITAR DESFIAMENTO, BAINHA DUPLA E ACABAMENTO NAS LATERAIS, ENROLADAS UNIFORMEMENTE. NÃO-ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE DE MODO A ASSEGURAR PROTEÇÃO DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. PACOTE COM 12 UNIDADES. REGISTRO NO M.S. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p> | PCT | 13.120 |
| 33 | 8256  | <p><b>Nome:</b> ATADURA DE CREPON 15 CM PCT C/ 12</p> <p><b>Especificação:</b> ATADURA DE CREPON 15 CM PCT C/ 12- ATADURA DE CREPON, MEDINDO 15CM DE LARGURA POR 4,5 METROS DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM TECIDO ALGODÃO 100% CONTENDO EM SUA ESTRUTURA 13 FIOS\CM² COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS NO SENTIDO LONGITUDINAL E TRANSVERSAL. DEVERÃO TER AS BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS PARA EVITAR DESFIAMENTO, BAINHA DUPLA E ACABAMENTO NAS LATERAIS, ENROLADAS UNIFORMEMENTE. NÃO-ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE DE MODO A ASSEGURAR PROTEÇÃO DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. PACOTE COM 12 UNIDADES. REGISTRO NO M.S. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p> | PCT | 15.120 |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 34 | 8257  | <p><b>Nome:</b> ATADURA DE CREPON 20 CM PCT C/ 12</p> <p><b>Especificação:</b> ATADURA DE CREPON 20 CM PCT C/ 12- ATADURA DE CREPON, MEDINDO 20CM DE LARGURA POR 4,5 METROS DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM TECIDO ALGODÃO 100% CONTENDO EM SUA ESTRUTURA 13 FIOS\CM² COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS NO SENTIDO LONGITUDINAL E TRANSVERSAL. DEVERÃO TER AS BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS PARA EVITAR DESFIAMENTO, BAINHA DUPLA E ACABAMENTO NAS LATERAIS, ENROLADAS UNIFORMEMENTE. NÃO-ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE DE MODO A ASSEGURAR PROTEÇÃO DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. PACOTE COM 12 UNIDADES. REGISTRO NO M.S. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>                        | PCT | 22.520 |
| 35 | 29419 | <p><b>Nome:</b> Avental Cirúrgico Standard</p> <p><b>Especificação:</b> AVENTAL - Avental Cirúrgico Standard Estéril tipo "OPA" confeccionado em SMS leve e repelente a líquidos e fluídos corporais. As camadas de "Spunbond" garantem a resistência mecânica à tração e rasgo enquanto a camada "Meltblown", barreira microbiana. Mangas longas anatômicas do tipo Raglan soldadas ultrassonicamente, com punhos de malha que conferem maior conforto e segurança ao profissional. Tiras para fechamento e ajuste interno na cintura e no pescoço, o que facilita retirar o avental após o uso. Possui Cartão de Transferência Asséptica (TAG). Dobrado de maneira que permite o manuseio asséptico. Acompanha toalha absorvente, de alto poder de absorção e maciez, para a secagem das mãos.AVENTAL CIRÚRGICO STANDARD U 154 CM X 116 CM - 35 g/m SMS 100% Polipropileno</p> | UND | 13.300 |
| 36 | 15875 | <p><b>Nome:</b> AVENTAL DESCARTÁVEL 30G, PCT COM 10</p> <p><b>Especificação:</b> AVENTAL DESCARTÁVEL 30G/CM COM MANGA LONGA, PUNHO SANFONADO, TAMANHO ÚNICO, CONFECCIONADO COM FALSO TECIDO, DECOTE COM VIÉS NO ACABAMENTO, UM PAR DE TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA E OUTRA PARA AMARRAR NO PESCOÇO, ACABAMENTO EM OVERLOCK, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, PACOTE COM 10.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PCT | 9.420  |
| 37 | 30755 | <p><b>Nome:</b> AVENTAL DESCARTÁVEL LAMINADO, GRAMATURA 40 G/M²</p> <p><b>Especificação:</b> AVENTAL DESCARTÁVEL LAMINADO, GRAMATURA 40 G/M², CONFECCIONADO EM MATERIAL NÃO TECIDO COM REVESTIMENTO LAMINADO IMPERMEÁVEL, DESTINADO À PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RESPIGOS E CONTATO COM LÍQUIDOS DURANTE PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES. DEVERÁ POSSUIR MANGAS LONGAS, PUNHOS COM ELÁSTICO, FECHAMENTO POSTERIOR POR AMARRAÇÃO OU SISTEMA EQUIVALENTE, PROPORCIONANDO ADEQUADA COBERTURA DO CORPO. MATERIAL LEVE, RESISTENTE, IMPERMEÁVEL, ATÓXICO E DE USO ÚNICO, COM ACABAMENTO QUE NÃO CAUSE DESCONFORTO AO USUÁRIO. GRAMATURA MÍNIMA DE 40 G/M². PRODUTO DEVIDAMENTE EMBALADO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE.</p>                                                                                 | UND | 800    |
| 38 | 28318 | <p><b>Nome:</b> BANDAGEM ELÁSTICA AUTOADERENTE, TAMANHO 10 X 450 CM</p> <p><b>Especificação:</b> BANDAGEM ELÁSTICA AUTOADERENTE, TAMANHO 10 X 450 CM. É uma faixa ortopédica compressiva altamenteelásticaeadesiva, que se adapta a todos os movimentos do corpo, auxiliando na profilaxiadelesõesdesportivas. A bandagem elástica tem como principais vantagens ser amoldável, autoaderentes(não precisa de fita para fixação), permitindo a transpiração da pele, alonga-seemolda-seperfeitamente aos contornos do corpo, não adere à pele, não requer a utilizaçãodefitasadesivas para fixá-la, pode ser cortada, resiste a líquidos e umidade. POROSA E RESISTENTE A ÁGUA, SEM LATEX, 95% TECIDO NÃO TECIDO / 5% ELASTANO, APROVADA PELA ANVISA</p>                                                                                                                          | UND | 1.000  |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 39 | 28317 | <p><b>Nome:</b> BANDAGEM ELÁSTICA AUTOADERENTE, TAMANHO 5 X 450 CM</p> <p><b>Especificação:</b> BANDAGEM ELÁSTICA AUTOADERENTE, TAMANHO 5 X 450 CM. É uma faixa ortopédica compressiva altamenteelásticaeadesiva, que se adapta a todos os movimentos do corpo, auxiliando na profilaxiadelesõesdesportivas. A bandagem elástica tem como principais vantagens ser amoldável, autoaderentes(não precisa de fita para fixação), permitindo a transpiração da pele, alonga-seemolda-seperfeitamente aos contornos do corpo, não adere à pele, não requer a utilizaçãodefitasadesivas para fixá-la, pode ser cortada, resiste a líquidos e umidade. POROSA E RESISTENTE A ÁGUA, SEM LATEX, 95% TECIDO NÃO TECIDO / 5% ELASTANO, APROVADA PELA ANVISA</p> | UND | 1.000 |
| 40 | 18895 | <p><b>Nome:</b> BANDAGEM triangular para resgate tipo b712, tamanhos (P, M e G)</p> <p><b>Especificação:</b> BANDAGEM triangular para resgate tipo b712, tamanhos (P, M e G)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KIT | 10    |
| 41 | 11226 | <p><b>Nome:</b> BANDEJA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO SEM TAMPA, COMPRIMENTO 38, LARGURA 28, ALTURA 4 CM, APLICAÇÃO HOSPITALAR.</p> <p><b>Especificação:</b> BANDEJA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO SEM TAMPA, COMPRIMENTO 38, LARGURA 28, ALTURA 4 CM, APLICAÇÃO HOSPITALAR.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND | 55    |
| 42 | 28319 | <p><b>Nome:</b> BISTURI DESCARTÁVEL ESTERIL TAMANHO 15</p> <p><b>Especificação:</b> BISTURI DESCARTÁVEL ESTERIL TAMANHO 15, que conta com uma lâmina de aço inoxidável da mais alta qualidade e que possibilita precisão nas incisões em cirurgias. Composto por cabo plástico ao qual está conectada a lâmina em aço inoxidável, possui tampa protetora de polietileno de baixa densidade sobre a lâmina.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND | 2.210 |
| 43 | 28320 | <p><b>Nome:</b> BISTURI DESCARTÁVEL ESTERIL TAMANHO 24</p> <p><b>Especificação:</b> BISTURI DESCARTÁVEL ESTERIL TAMANHO 24, que conta com uma lâmina de aço inoxidável da mais alta qualidade e que possibilita precisão nas incisões em cirurgias. Composto por cabo plástico ao qual está conectada a lâmina em aço inoxidável, possui tampa protetora de polietileno de baixa densidade sobre a lâmina.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND | 3.110 |
| 44 | 18065 | <p><b>Nome:</b> BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40 X 60 CM</p> <p><b>Especificação:</b> BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40 X 60 CM- BOBINA PLÁSTICA PICOTADA TAMANHO 40 X 60 CM, MEDIDA INTERNA 40 X 58 CM, MATÉRIA - PRIMA PEAD, CONDIÇÃO DE MATÉRIA VIRGEM, PIGMENTAÇÃO INCOLOR, ADITIVOS: NÃO; SOLDA: LATERAL E FUNDO ESTRELA. CONTEM 400 UNIDADES - BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60 CM - ROLO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ROL | 100   |
| 45 | 18064 | <p><b>Nome:</b> BOBINA PLASTICO DE FILME PVC 38CM X 1000 METROS</p> <p><b>Especificação:</b> BOBINA PLASTICO DE FILME PVC 38CM X 1000 METROS MEDIDAS: COMPRIMENTO: 1000 METROS LARGURA: 38CM, COMPOSIÇÃO: POLIETILENO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ROL | 100   |
| 46 | 24242 | <p><b>Nome:</b> BOBINA PLASTICO DE FILME PVC 60CM X 300 METROS MEDIDAS: COMPRIMENTO: 300 METROS LARGURA: 60 CM,</p> <p><b>Especificação:</b> BOBINA PLASTICO DE FILME PVC 60CM X 300 METROS MEDIDAS: COMPRIMENTO: 300 METROS LARGURA: 60 CM,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ROL | 100   |
| 47 | 8264  | <p><b>Nome:</b> CABO DE BISTURI N°3 EM AÇO INOX, DIMENSÕES (13.0 X 2.0 X 0.5CM), PESO 24G.</p> <p><b>Especificação:</b> CABO DE BISTURI N°3 EM AÇO INOX, DIMENSÕES (13.0 X 2.0 X 0.5CM), PESO 24G.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND | 112   |
| 48 | 2875  | <p><b>Nome:</b> CAIXA DE URGENCIA, MEDINDO 44X24X22CM, COR BRANCA COM FECHO E PEGA MÃO VERMELHOS.</p> <p><b>Especificação:</b> CAIXA DE URGENCIA, MEDINDO 44X24X22CM, COR BRANCA COM FECHO E PEGA MÃO VERMELHOS.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND | 50    |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 49 | 14192 | <b>Nome:</b> CAIXA LABORATÓRIO<br><b>Especificação:</b> CAIXA LABORATÓRIO, EM PROPILENO, CAPACIDADE DE 100 LÂMINAS, TAMPA COM DOBRADIÇA, NUMERADA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND | 8     |
| 50 | 14193 | <b>Nome:</b> CAIXA PLÁSTICA<br><b>Especificação:</b> CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 27 CM, ALTURA 13 CM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA E TRAVAS, TIPO CAIXA ORGANIZADORA, CAPACIDADE 13,50 L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND | 50    |
| 51 | 8513  | <b>Nome:</b> CAIXA PLÁSTICA FECHADA TRANSPARENTE OU INCOLOR COM TAMPA 13,5L<br><b>Especificação:</b> CAIXA PLÁSTICA FECHADA TRANSPARENTE OU INCOLOR COM TAMPA, DIMENSÕES 13,5L 14,4X30,5X42,5CM, COM SELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND | 50    |
| 52 | 19834 | <b>Nome:</b> CAIXA TÉRMICA 12 LITROS C/ TERMÔMETRO<br><b>Especificação:</b> CAIXA TÉRMICA 12 LITROS C/ TERMÔMETRO, ALÇAS: SIM; ISOLAMENTO TÉRMICO: ISOPOR; LIVRE DE BISFENOL (BPA FREE): SIM; TEMPO DE DEGELO TOTAL: 24 HORAS; DIMENSÕES DO PRODUTO (LXAXC EM MM): 328X382X450; OPÇÕES DE MEDIÇÃO DA TEMPERATURA: CELSIUS (°C); FAHRENHEIT (°F); TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND | 6     |
| 53 | 19836 | <b>Nome:</b> CAIXA TÉRMICA COM TERMOMETRO DE 32L<br><b>Especificação:</b> CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL CAPACIDADE: 32 LITROS; MATERIAL: POLIPROPILENO; ISOLANTE: POLIESTIRENO (EPS); DIMENSÕES DO PRODUTO 328X382X450; OPÇÕES DE MEDIÇÃO DA TEMPERATURA: CELSIUS (°C); FAHRENHEIT (°F); TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND | 2     |
| 54 | 19835 | <b>Nome:</b> CAIXA TÉRMICA COM TERMOMETRO DE 5L<br><b>Especificação:</b> CAIXA TÉRMICA 5 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL MATERIAL: POLIPROPILENO; REVESTIMENTO INTERNO : PLACA DE ISOPOR "EPS"; PESO / UNIDADE: 0,7 KG; MEDIDAS / UNIDADE: 24,5X20X18CM; ALIMENTAÇÃO POR 1 X PILHA AAA; FAIXA DE TEMPERATURA: -50°C ~ + 70°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND | 5     |
| 55 | 30754 | <b>Nome:</b> CAMISOLA HOSPITALAR INFANTIL DESCARTÁVEL<br><b>Especificação:</b> CAMISOLA HOSPITALAR INFANTIL DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO SMS (SPUNBOND/MELTBLOWN/SPUNBOND), DE USO MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADA À PROTEÇÃO E AO CONFORTO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS DURANTE PROCEDIMENTOS, EXAMES E ATENDIMENTOS. DEVERÁ POSSUIR MODELO ADEQUADO AO USO INFANTIL, COM ABERTURA POSTERIOR OU FRONTAL, FECHAMENTO POR AMARRAÇÃO OU SISTEMA EQUIVALENTE, PERMITINDO FÁCIL COLOCAÇÃO E RETIRADA. MATERIAL LEVE, RESISTENTE, COM BOA RESPIRABILIDADE, NÃO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO, LIVRE DE REBARBAS E IMPERFEIÇÕES. DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO ADEQUADO, SEM DESPRENDIMENTO EXCESSIVO DE FIBRAS, PROPORCIONANDO PROTEÇÃO E PRIVACIDADE AO PACIENTE. TAMANHO INFANTIL, COM DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM O PÚBLICO PEDIÁTRICO. | UND | 400   |
| 56 | 14194 | <b>Nome:</b> CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO 0,50 X 0,50M DESCARTÁVEL<br><b>Especificação:</b> CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO 0,50 X 0,50M DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO MATERIAL ATÓXICO ESTERILIZADO OXIDO DE ETILENO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. VALIDADE DE 2 ANOS A PARTIR DA ENTREGA, COM REGISTRO NO M.S/ ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND | 5.100 |
| 57 | 2904  | <b>Nome:</b> CANULA DE GUEDEL, NUMERO 1<br><b>Especificação:</b> CANULA DE GUEDEL, NUMERO 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND | 10    |
| 58 | 2905  | <b>Nome:</b> CANULA DE GUEDEL, NUMERO 2<br><b>Especificação:</b> CANULA DE GUEDEL, NUMERO 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND | 10    |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |    |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 59 | 2906  | <b>Nome:</b> CANULA DE GUEDEL, NUMERO 3<br><b>Especificação:</b> CANULA DE GUEDEL, NUMERO 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND | 10 |
| 60 | 2907  | <b>Nome:</b> CANULA DE GUEDEL, NUMERO 4<br><b>Especificação:</b> CANULA DE GUEDEL, NUMERO 4                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND | 10 |
| 61 | 28328 | <b>Nome:</b> CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTERIL SEM BALÃO N° 4,0<br><b>Especificação:</b> CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTERIL SEM BALÃO N° 4,0 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, SEM LÁTEX, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UND | 20 |
| 62 | 28331 | <b>Nome:</b> CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTERIL SEM BALÃO N° 5,5<br><b>Especificação:</b> CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTERIL SEM BALÃO N° 5,5 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, SEM LÁTEX, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UND | 20 |
| 63 | 28334 | <b>Nome:</b> CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTERIL SEM BALÃO N° 7,0<br><b>Especificação:</b> CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTERIL SEM BALÃO N° 7,0 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, SEM LÁTEX, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UND | 20 |
| 64 | 28337 | <b>Nome:</b> CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTERIL SEM BALÃO N° 8,5<br><b>Especificação:</b> CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTERIL SEM BALÃO N° 8,5 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, SEM LÁTEX, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UND | 20 |
| 65 | 28326 | <b>Nome:</b> CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTERIL SEM BALÃO Nº 3,0<br><b>Especificação:</b> CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTERIL SEM BALÃO Nº 3,0 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, SEM LÁTEX, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UND | 20 |
| 66 | 28327 | <b>Nome:</b> CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTERIL SEM BALÃO Nº 3,5<br><b>Especificação:</b> CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTERIL SEM BALÃO Nº 3,5 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, SEM LÁTEX, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UND | 20 |
| 67 | 28329 | <b>Nome:</b> CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTERIL SEM BALÃO Nº 4,5<br><b>Especificação:</b> CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTERIL SEM BALÃO Nº 4,5 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, SEM LÁTEX, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UND | 20 |
| 68 | 28330 | <b>Nome:</b> CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTERIL SEM BALÃO Nº 5,0<br><b>Especificação:</b> CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTERIL SEM BALÃO Nº 5,0 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, SEM LÁTEX, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UND | 20 |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 69 | 28332 | <p><b>Nome:</b> CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTERIL SEM BALÃO Nº 6,0</p> <p><b>Especificação:</b> CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTERIL SEM BALÃO Nº 6,0 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, SEM LÁTEX, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> | UND | 20  |
| 70 | 28333 | <p><b>Nome:</b> CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTERIL SEM BALÃO Nº 6,5</p> <p><b>Especificação:</b> CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTERIL SEM BALÃO Nº 6,5 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, SEM LÁTEX, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> | UND | 20  |
| 71 | 28335 | <p><b>Nome:</b> CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTERIL SEM BALÃO Nº 7,5</p> <p><b>Especificação:</b> CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTERIL SEM BALÃO Nº 7,5 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, SEM LÁTEX, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> | UND | 20  |
| 72 | 28336 | <p><b>Nome:</b> CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTERIL SEM BALÃO Nº 8,0</p> <p><b>Especificação:</b> CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTERIL SEM BALÃO Nº 8,0 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, SEM LÁTEX, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> | UND | 20  |
| 73 | 28338 | <p><b>Nome:</b> CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTERIL SEM BALÃO Nº 9,0</p> <p><b>Especificação:</b> CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTERIL SEM BALÃO Nº 9,0 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, SEM LÁTEX, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> | UND | 20  |
| 74 | 28339 | <p><b>Nome:</b> CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTERIL SEM BALÃO Nº 9,5</p> <p><b>Especificação:</b> CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTERIL SEM BALÃO Nº 9,5 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, SEM LÁTEX, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> | UND | 20  |
| 75 | 28315 | <p><b>Nome:</b> CAPA COLCHONETE MACA HOSPITALAR 1,80 x 0,60 x 0,5 CM</p> <p><b>Especificação:</b> CAPA COLCHONETE MACA HOSPITALAR, Confeccionado em material super resistente 100% Impermeável, na cor azul, aplicação colchão, dimensões 1,80 x 0,60 x 0,5 cm, características adicionais com zíper, Alta durabilidade.</p>                                                                        | UND | 60  |
| 76 | 21759 | <p><b>Nome:</b> CAPA PROTETORA DE COLCHÃO</p> <p><b>Especificação:</b> CAPA PROTETORA DE COLCHÃO, material externo napa (courvim) na cor azul, tipo impermeável, aplicação colchão, dimensões 90 x 190 x 20 cm, características adicionais com zíper. com costura vulcanizada</p>                                                                                                                   | UND | 100 |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |    |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 77 | 15934 | <p><b>Nome:</b> CATÉTER DE ASPIRAÇÃO EM SISTEMA FECHADO (TAMANHO 10FR)</p> <p><b>Especificação:</b> CATÉTER DE ASPIRAÇÃO EM SISTEMA FECHADO (TAMANHO 10FR) - COMPOSTO POR UMA Sonda de ASPIRAÇÃO EM PVC, CENTIMETRADA COM MARCAÇÕES DE GRADUAÇÃO EM TODA EXTENSÃO DO CATÉTER, POSSIBILITANDO MELHOR RECONHECIMENTO DA PROFUNDIDADE E INSERÇÃO. TRANSLÚCIDOS, FAVORECENDO A VISUALIZAÇÃO DO MUCO, COM PONTA ARREDONDADA, LISA, ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIOS LATERAIS. MANTA EM EVA (ACETATO DE VINILO DE POLIETILENO) FINA E RESISTENTE, FACILITANDO O MANUSEIO DA Sonda SEM CONTATO DIRETO DO PROFISSIONAL COM O SISTEMA E/OU COM SECREÇÕES CONTAMINADAS. CONECTOR DUPLO GIRATÓRIO PARA CONEXÃO AO TUBO ENDOTRAQUEAL OU CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE UM LADO E CIRCUITO DO VENTILADOR MECÂNICO DO OUTRO. DUPLA VIA DE INSTILAÇÃO COM VÁLVULA ANTIRREFLUXO, DISPOSTO COM ARRANHADURAS E MARCAÇÃO ON/OFF, VÁLVULA PARA CONTROLE DE VÁCUO COM TRAVA POR PRESSÃO E TAMPA PROTETORA NA EXTREMIDADE DISTAL. TAMANHO 10FR</p> | UND | 50 |
| 78 | 15935 | <p><b>Nome:</b> CATÉTER DE ASPIRAÇÃO EM SISTEMA FECHADO (TAMANHO 12FR)</p> <p><b>Especificação:</b> CATÉTER DE ASPIRAÇÃO EM SISTEMA FECHADO (TAMANHO 12FR) - COMPOSTO POR UMA Sonda de ASPIRAÇÃO EM PVC, CENTIMETRADA COM MARCAÇÕES DE GRADUAÇÃO EM TODA EXTENSÃO DO CATÉTER, POSSIBILITANDO MELHOR RECONHECIMENTO DA PROFUNDIDADE E INSERÇÃO. TRANSLÚCIDOS, FAVORECENDO A VISUALIZAÇÃO DO MUCO, COM PONTA ARREDONDADA, LISA, ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIOS LATERAIS. MANTA EM EVA (ACETATO DE VINILO DE POLIETILENO) FINA E RESISTENTE, FACILITANDO O MANUSEIO DA Sonda SEM CONTATO DIRETO DO PROFISSIONAL COM O SISTEMA E/OU COM SECREÇÕES CONTAMINADAS. CONECTOR DUPLO GIRATÓRIO PARA CONEXÃO AO TUBO ENDOTRAQUEAL OU CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE UM LADO E CIRCUITO DO VENTILADOR MECÂNICO DO OUTRO. DUPLA VIA DE INSTILAÇÃO COM VÁLVULA ANTIRREFLUXO, DISPOSTO COM ARRANHADURAS E MARCAÇÃO ON/OFF, VÁLVULA PARA CONTROLE DE VÁCUO COM TRAVA POR PRESSÃO E TAMPA PROTETORA NA EXTREMIDADE DISTAL. TAMANHO 12FR</p> | UND | 50 |
| 79 | 15936 | <p><b>Nome:</b> CATÉTER DE ASPIRAÇÃO EM SISTEMA FECHADO (TAMANHO 14FR)</p> <p><b>Especificação:</b> CATÉTER DE ASPIRAÇÃO EM SISTEMA FECHADO (TAMANHO 14FR) - COMPOSTO POR UMA Sonda de ASPIRAÇÃO EM PVC, CENTIMETRADA COM MARCAÇÕES DE GRADUAÇÃO EM TODA EXTENSÃO DO CATÉTER, POSSIBILITANDO MELHOR RECONHECIMENTO DA PROFUNDIDADE E INSERÇÃO. TRANSLÚCIDOS, FAVORECENDO A VISUALIZAÇÃO DO MUCO, COM PONTA ARREDONDADA, LISA, ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIOS LATERAIS. MANTA EM EVA (ACETATO DE VINILO DE POLIETILENO) FINA E RESISTENTE, FACILITANDO O MANUSEIO DA Sonda SEM CONTATO DIRETO DO PROFISSIONAL COM O SISTEMA E/OU COM SECREÇÕES CONTAMINADAS. CONECTOR DUPLO GIRATÓRIO PARA CONEXÃO AO TUBO ENDOTRAQUEAL OU CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE UM LADO E CIRCUITO DO VENTILADOR MECÂNICO DO OUTRO. DUPLA VIA DE INSTILAÇÃO COM VÁLVULA ANTIRREFLUXO, DISPOSTO COM ARRANHADURAS E MARCAÇÃO ON/OFF, VÁLVULA PARA CONTROLE DE VÁCUO COM TRAVA POR PRESSÃO E TAMPA PROTETORA NA EXTREMIDADE DISTAL. TAMANHO 14FR</p> | UND | 50 |
| 80 | 15937 | <p><b>Nome:</b> CATÉTER DE ASPIRAÇÃO EM SISTEMA FECHADO (TAMANHO 16FR)</p> <p><b>Especificação:</b> CATÉTER DE ASPIRAÇÃO EM SISTEMA FECHADO (TAMANHO 16FR) - COMPOSTO POR UMA Sonda de ASPIRAÇÃO EM PVC, CENTIMETRADA COM MARCAÇÕES DE GRADUAÇÃO EM TODA EXTENSÃO DO CATÉTER, POSSIBILITANDO MELHOR RECONHECIMENTO DA PROFUNDIDADE E INSERÇÃO. TRANSLÚCIDOS, FAVORECENDO A VISUALIZAÇÃO DO MUCO, COM PONTA ARREDONDADA, LISA, ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIOS LATERAIS. MANTA EM EVA (ACETATO DE VINILO DE POLIETILENO) FINA E RESISTENTE, FACILITANDO O MANUSEIO DA Sonda SEM CONTATO DIRETO DO PROFISSIONAL COM O SISTEMA E/OU COM SECREÇÕES CONTAMINADAS. CONECTOR DUPLO GIRATÓRIO PARA CONEXÃO AO TUBO ENDOTRAQUEAL OU CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE UM LADO E CIRCUITO DO VENTILADOR MECÂNICO DO OUTRO. DUPLA VIA DE INSTILAÇÃO COM VÁLVULA ANTIRREFLUXO, DISPOSTO COM ARRANHADURAS E MARCAÇÃO ON/OFF, VÁLVULA PARA CONTROLE DE VÁCUO COM TRAVA POR PRESSÃO E TAMPA PROTETORA NA EXTREMIDADE DISTAL. TAMANHO 16FR</p> | UND | 50 |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 81 | 15932 | <p><b>Nome:</b> CATÉTER DE ASPIRAÇÃO EM SISTEMA FECHADO (TAMANHO 6FR)</p> <p><b>Especificação:</b> CATÉTER DE ASPIRAÇÃO EM SISTEMA FECHADO (TAMANHO 6FR) - COMPOSTO POR UMA Sonda de ASPIRAÇÃO EM PVC, CENTIMETRADA COM MARCAÇÕES DE GRADUAÇÃO EM TODA EXTENSÃO DO CATÉTER, POSSIBILITANDO MELHOR RECONHECIMENTO DA PROFUNDIDADE E INSERÇÃO. TRANSLÚCIDOS, FAVORECENDO A VISUALIZAÇÃO DO MUCO, COM PONTA ARREDONDADA, LISA, ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIOS LATERAIS. MANTA EM EVA (ACETATO DE VINILO DE POLIETILENO) FINA E RESISTENTE, FACILITANDO O MANUSEIO DA Sonda SEM CONTATO DIRETO DO PROFISSIONAL COM O SISTEMA E/OU COM SECREÇÕES CONTAMINADAS. CONECTOR DUPLO GIRATÓRIO PARA CONEXÃO AO TUBO ENDOTRAQUEAL OU CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE UM LADO E CIRCUITO DO VENTILADOR MECÂNICO DO OUTRO. DUPLA VIA DE INSTILAÇÃO COM VÁLVULA ANTIRREFLUXO, DISPOSTO COM ARRANHADURAS E MARCAÇÃO ON/OFF, VÁLVULA PARA CONTROLE DE VÁCUO COM TRAVA POR PRESSÃO E TAMPA PROTETORA NA EXTREMIDADE DISTAL. TAMANHO 6FR</p> | UND | 50     |
| 82 | 15933 | <p><b>Nome:</b> CATÉTER DE ASPIRAÇÃO EM SISTEMA FECHADO (TAMANHO 8FR) <b>Especificação:</b> CATÉTER DE ASPIRAÇÃO EM SISTEMA FECHADO (TAMANHO 8FR) - COMPOSTO POR UMA Sonda de ASPIRAÇÃO EM PVC, CENTIMETRADA COM MARCAÇÕES DE GRADUAÇÃO EM TODA EXTENSÃO DO CATÉTER, POSSIBILITANDO MELHOR RECONHECIMENTO DA PROFUNDIDADE E INSERÇÃO. TRANSLÚCIDOS, FAVORECENDO A VISUALIZAÇÃO DO MUCO, COM PONTA ARREDONDADA, LISA, ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIOS LATERAIS. MANTA EM EVA (ACETATO DE VINILO DE POLIETILENO) FINA E RESISTENTE, FACILITANDO O MANUSEIO DA Sonda SEM CONTATO DIRETO DO PROFISSIONAL COM O SISTEMA E/OU COM SECREÇÕES CONTAMINADAS. CONECTOR DUPLO GIRATÓRIO PARA CONEXÃO AO TUBO ENDOTRAQUEAL OU CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE UM LADO E CIRCUITO DO VENTILADOR MECÂNICO DO OUTRO. DUPLA VIA DE INSTILAÇÃO COM VÁLVULA ANTIRREFLUXO, DISPOSTO COM ARRANHADURAS E MARCAÇÃO ON/OFF, VÁLVULA PARA CONTROLE DE VÁCUO COM TRAVA POR PRESSÃO E TAMPA PROTETORA NA EXTREMIDADE DISTAL. TAMANHO 8FR</p>        | UND | 50     |
| 83 | 24256 | <p><b>Nome:</b> CATETER DE OXIGÊNIO (TIPO ÓCULOS) TAMANHO ADULTO</p> <p><b>Especificação:</b> CATETER DE OXIGÊNIO (TIPO ÓCULOS) CATÉTER TIPO ÓCULOS NASAL DESCRIÇÃO TÉCNICA: CATETER NASAL TIPO ÓCULOS, TAMANHO ADULTO, ESTERILIZADO A RAIOS GAMA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND | 3.000  |
| 84 | 24257 | <p><b>Nome:</b> CATETER DE OXIGÊNIO (TIPO ÓCULOS) TAMANHO INFANTIL</p> <p><b>Especificação:</b> CATETER DE OXIGÊNIO (TIPO ÓCULOS) CATÉTER TIPO ÓCULOS NASAL DESCRIÇÃO TÉCNICA: CATETER NASAL TIPO ÓCULOS, TAMANHO INFANTIL, ESTERILIZADO A RAIOS GAMA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND | 3.000  |
| 85 | 29416 | <p><b>Nome:</b> CATETER DUPLO LUMEN 4FRX20CM</p> <p><b>Especificação:</b> CATETER DUPLO LUMEN 4FRX20CM</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND | 100    |
| 86 | 29417 | <p><b>Nome:</b> CATETER DUPLO LUMEN 5FRX20CM</p> <p><b>Especificação:</b> CATETER DUPLO LUMEN 5FRX20CM</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND | 100    |
| 87 | 29415 | <p><b>Nome:</b> CATETER DUPLO LUMEN 7FRX20CM</p> <p><b>Especificação:</b> CATETER DUPLO LUMEN 7FRX20CM</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND | 400    |
| 88 | 2926  | <p><b>Nome:</b> CATETER INTRAVENOSO DESCARTAVEL Nº 18</p> <p><b>Especificação:</b> CATETER INTRAVENOSO DESCARTAVEL Nº 18</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND | 10.100 |
| 89 | 2927  | <p><b>Nome:</b> CATETER INTRAVENOSO DESCARTAVEL Nº 20</p> <p><b>Especificação:</b> CATETER INTRAVENOSO DESCARTAVEL Nº 20</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND | 20.100 |
| 90 | 2928  | <p><b>Nome:</b> CATETER INTRAVENOSO DESCARTAVEL Nº 22</p> <p><b>Especificação:</b> CATETER INTRAVENOSO DESCARTAVEL Nº 22</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND | 30.100 |
| 91 | 2929  | <p><b>Nome:</b> CATETER INTRAVENOSO DESCARTAVEL Nº 24</p> <p><b>Especificação:</b> CATETER INTRAVENOSO DESCARTAVEL Nº 24</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND | 40.100 |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 92  | 19945 | <b>Nome:</b> CATETER INTRAVENOSO TIPO INYTE 14GX1.75<br><b>Especificação:</b> CATETER INTRAVENOSO TIPO INYTE 14GX1.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND | 100    |
| 93  | 8288  | <b>Nome:</b> CATETER P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 04<br><b>Especificação:</b> CATETER PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 04 - CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL PVC ATOXICO FLEXIVEL, TIPO USO DESCARTAVEL, CARACTERISTICA ADICIONAIS PONTA ATRAUMATICA, ORIFICIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA Nº 04.                                                                                                                              | UND | 2.500  |
| 94  | 8289  | <b>Nome:</b> CATETER P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 06<br><b>Especificação:</b> CATETER PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 06- CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL PVC ATOXICO FLEXIVEL, TIPO USO DESCARTAVEL, CARACTERISTICA ADICIONAIS PONTA ATRAUMATICA, ORIFICIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA Nº 06.                                                                                                                               | UND | 20.500 |
| 95  | 8292  | <b>Nome:</b> CATETER P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 12<br><b>Especificação:</b> CATETER PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 12- CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL PVC ATOXICO FLEXIVEL, TIPO USO DESCARTAVEL, CARACTERISTICA ADICIONAIS PONTA ATRAUMATICA, ORIFICIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA Nº 12.                                                                                                                               | UND | 50.500 |
| 96  | 8293  | <b>Nome:</b> CATETER P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 14<br><b>Especificação:</b> CATETER PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 14- CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL PVC ATOXICO FLEXIVEL, TIPO USO DESCARTAVEL, CARACTERISTICA ADICIONAIS PONTA ATRAUMATICA, ORIFICIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA Nº 14.                                                                                                                               | UND | 30.500 |
| 97  | 8295  | <b>Nome:</b> CATETER P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 16<br><b>Especificação:</b> CATETER PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 16- CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL PVC ATOXICO FLEXIVEL, TIPO USO DESCARTAVEL, CARACTERISTICA ADICIONAIS PONTA ATRAUMATICA, ORIFICIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA Nº 16.                                                                                                                               | UND | 30.200 |
| 98  | 8297  | <b>Nome:</b> CATETER P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 18<br><b>Especificação:</b> CATETER PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 18- CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL PVC ATOXICO FLEXIVEL, TIPO USO DESCARTAVEL, CARACTERISTICA ADICIONAIS PONTA ATRAUMATICA, ORIFICIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA Nº 18                                                                                                                                | UND | 1.200  |
| 99  | 8298  | <b>Nome:</b> CATETER P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 20<br><b>Especificação:</b> CATETER PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 20- CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL PVC ATOXICO FLEXIVEL, TIPO USO DESCARTAVEL, CARACTERISTICA ADICIONAIS PONTA ATRAUMATICA, ORIFICIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA Nº 20.                                                                                                                               | UND | 1.200  |
| 100 | 8285  | <b>Nome:</b> CATETER P/ OXIGÊNIO N° 06<br><b>Especificação:</b> CATETER P/ OXIGÊNIO N° 06- DESCARTAVEL, ESTERIL, EM PVC, 43CM DE COMPRIMENTO, SILICONIZADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO, DATA DE FABRICAÇÃO; NO MAXIMO DE 6 MESES, CONTADOS DA DATA DE ENTRAGA DO REGISTRO DO PRODUTO, REGISTRO NO M.S.  | UND | 2.100  |
| 101 | 24228 | <b>Nome:</b> CATETER P/ OXIGÊNIO N° 12<br><b>Especificação:</b> CATETER P/ OXIGÊNIO N° 12 - DESCARTAVEL, ESTERIL, EM PVC, 43CM DE COMPRIMENTO, SILICONIZADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO, DATA DE FABRICAÇÃO; NO MAXIMO DE 6 MESES, CONTADOS DA DATA DE ENTRAGA DO REGISTRO DO PRODUTO, REGISTRO NO M.S. | UND | 1.300  |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 102 | 8290  | <p><b>Nome:</b> CATETER PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 08</p> <p><b>Especificação:</b> CATETER PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 08- CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL PVC ATOXICO FLEXIVEL, TIPO USO DESCARTAVEL, CARACTERISTICA ADICIONAIS PONTA ATRAUMATICA, ORIFICIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA Nº 08.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND | 50.200 |
| 103 | 8291  | <p><b>Nome:</b> CATETER PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 10</p> <p><b>Especificação:</b> CATETER PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 10- CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL PVC ATOXICO FLEXIVEL, TIPO USO DESCARTAVEL, CARACTERISTICA ADICIONAIS PONTA ATRAUMATICA, ORIFICIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA Nº 10.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND | 50.200 |
| 104 | 8284  | <p><b>Nome:</b> CATETER PARA OXIGÊNIO N° 04</p> <p><b>Especificação:</b> CATETER P/ OXIGÊNIO N° 04- DESCARTAVEL, ESTERIL, EM PVC, 43CM DE COMPRIMENTO, SILICONIZADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO, DATA DE FABRICAÇÃO; NO MAXIMO DE 6 MESES, CONTADOS DA DATA DE ENTRAGA DO REGISTRO DO PRODUTO, REGISTRO NO M.S.</p>                                                                                                                                                                                                                              | UND | 1.000  |
| 105 | 8287  | <p><b>Nome:</b> CATETER PARA OXIGÊNIO N° 10</p> <p><b>Especificação:</b> CATETER P/ OXIGÊNIO N° 10- DESCARTAVEL, ESTERIL, EM PVC, 43CM DE COMPRIMENTO, SILICONIZADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO, DATA DE FABRICAÇÃO; NO MAXIMO DE 6 MESES, CONTADOS DA DATA DE ENTRAGA DO REGISTRO DO PRODUTO, REGISTRO NO M.S.</p>                                                                                                                                                                                                                              | UND | 1.100  |
| 106 | 18058 | <p><b>Nome:</b> CIRCUITO UNIVERSAL PARA VENTILADOR MECÂNICO, EM SILICONE, PARA USO ADULTO</p> <p><b>Especificação:</b> CIRCUITO UNIVERSAL PARA VENTILADOR MECÂNICO, EM SILICONE, PARA USO ADULTO COMPLETO. DEVERÁ POSSUIR TUBO PROXIMAL DE SILICONE COM 1,30M, UM ADAPTADOR PARA TUBO PROXIMAL, UM CONECTOR DE 3MM EXT. X 4,5MM CÔNICO EXT., UM CONECTOR “Y” DE POLICARBONATO, DOIS DRENOS DE POLICARBONATO, UMA TRAQUEIA CORRUGADA DE SILICONE COM 45CM E QUATRO TRAQUEIAS CORRUGADAS DE SILICONE COM 60CM. REUTILIZÁVEL E RESISTENTE AOS PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E/OU ESTERILIZAÇÃO. E, EM SE TRATANDO DE PRODUTO IMPORTADO, AS INFORMAÇÕES NA EMBALAGEM DEVERÃO CONSTAR TRADUZIDAS EM PORTUGUÊS.</p> | UND | 10     |
| 107 | 18059 | <p><b>Nome:</b> CIRCUITO UNIVERSAL PARA VENTILADOR MECÂNICO, EM SILICONE, PARA USO INFANTIL</p> <p><b>Especificação:</b> CIRCUITO UNIVERSAL PARA VENTILADOR MECÂNICO, EM SILICONE, PARA USO INFANTIL COMPLETO. DEVERÁ POSSUIR TUBO PROXIMAL DE SILICONE COM 1,30M, 04 TRAQUEIAS DE SILICONE 60CM, 01 TRAQUEIA DE SILICONE 45CM, 02 DRENOS DE POLICARBONATO, 01 CONECTOR TIPO "JACKSON" DE POLICARBONATO, 10 ADAPTADORES 14MM EXT X 15MM EXT. REUTILIZÁVEL E RESISTENTE AOS PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E/OU ESTERILIZAÇÃO. E, EM SE TRATANDO DE PRODUTO IMPORTADO, AS INFORMAÇÕES NA EMBALAGEM DEVERÃO CONSTAR TRADUZIDAS EM PORTUGUÊS.</p>                                                                 | UND | 10     |
| 108 | 15249 | <p><b>Nome:</b> CLAMP UMBILICAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL.</p> <p><b>Especificação:</b> CLAMP UMBILICAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL - PRODUTO DESCARTÁVEL E ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. INDICADO PARA PRENDER O CORDÃO UMBILICAL DO RECÉM NASCIDO, LOGO APÓS O PARTO.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND | 50     |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 109 | 8299  | <p><b>Nome:</b> CLOREXIDINE 0,2% SOLUÇÃO AQUOSA 1000ML</p> <p><b>Especificação:</b> CLOREXIDINE 0,2% SOLUÇÃO AQUOSA 1000ML. ANTI-SÉPTICO LÍQUIDO A BASE DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA. EMBALAGEM EM RECIPIENTE PLÁSTICO APROPRIADO, RÓTULO CONTENDO A MARCA, LOTE, VALIDADE E LAUDO DO PRODUTO NA ENTREGA. DEVE APRESENTAR COMPROVANTE DE REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LT  | 380   |
| 110 | 8300  | <p><b>Nome:</b> CLOREXIDINE 0,5% SOLUÇÃO ALCOOLICA 1000ML.</p> <p><b>Especificação:</b> CLOREXIDINE 0,5% SOLUÇÃO ALCOOLICA 1000ML. EMBALAGEM EM RECIPIENTE PLÁSTICO APROPRIADO, RÓTULO CONTENDO A MARCA, LOTE, VALIDADE E LAUDO DO PRODUTO DO LOTE NA ENTREGA. DEVE APRESENTAR COMPROVANTE DE REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LT  | 380   |
| 111 | 8302  | <p><b>Nome:</b> CLOREXIDINE 2% SOLUÇÃO DEGERMANTE 1000ML.</p> <p><b>Especificação:</b> CLOREXIDINE 2% SOLUÇÃO DEGERMANTE 1000ML . ANTI-SÉPTICO LÍQUIDO A BASE DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA. EMBALAGEM EM RECIPIENTE PLÁSTICO APROPRIADO, RÓTULO CONTENDO A MARCA, LOTE, VALIDADE E LAUDO DO PRODUTO DO LOTE NA ENTREGA. DEVE APRESENTAR COMPROVANTE DE REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LT  | 380   |
| 112 | 18057 | <p><b>Nome:</b> CLORO LIVRE REAGENTE DPD PP 10 ML. PACOTE COM 100 UNIDADES</p> <p><b>Especificação:</b> CLORO LIVRE REAGENTE DPD PP 10 ML. PACOTE COM 100 UNIDADES</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PCT | 2.200 |
| 113 | 28321 | <p><b>Nome:</b> COBERTOR DE MICROFIBRA ANTIALÉRGICO SOLTEIRO HOSPITALAR 1,50 X 2,50</p> <p><b>Especificação:</b> COBERTOR DE MICROFIBRA ANTIALÉRGICO SOLTEIRO HOSPITALAR 1,50 X 2,50. Confeccionado em microfibra de poliéster 100%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND | 20    |
| 114 | 29421 | <p><b>Nome:</b> COBERTURA DE MESA MAYO</p> <p><b>Especificação:</b> Cobertura de Mesa Mayo Estéril é confeccionada em polietileno de baixa densidade, oferecendo alta barreira de proteção (não contém látex) e coloração branca. Possui reforço em laminado aplicado na parte central, garantindo maior resistência durante o uso.O produto é dobrado de forma a permitir abertura asséptica e conta com seta indicativa que facilita sua manipulação. É acondicionado em embalagem de papel grau cirúrgico e filme plástico de polietileno, com selagem uniforme, que assegura barreira microbiana, manutenção da esterilidade e técnica asséptica para abertura.Dimensões da cobertura: Largura (cm) 60 x Comprimento (cm) 130</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND | 3.000 |
| 115 | 28138 | <p><b>Nome:</b> COBERTURA PARA CURATIVO, TIPO FILME TRANSPARENTE EM ROLO<br/> TAMANHO: 15 CM X 10 M.</p> <p><b>Especificação:</b> COBERTURA PARA CURATIVO, TIPO FILME TRANSPARENTE EM ROLO<br/> COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIURETANO SEMIPERMEÁVEL REVESTIDO POR UM ADESIVO DE POLIACRILATO. TAMANHO: 15 CM X 10 M.<br/> MODO DE AÇÃO: FIAXAR E IMPERMEABILIZAR CURAVOS. MATERIAL POLIURETANO, TRANSPARENTE, HIPOALERGÊNICA, LIVRE DE LÁTEX, NÃO ESTÉRIL, PERMEÁVEL AO OXIGÊNIO, A VAPOR DE GASES ÚMIDOS; À PROVA D'ÁGUA, COM BARREIRA BACTERIANA, FLEXÍVEL E MOLDÁVEL PARA OFERECER MAIOR CONFORTO AO PACIENTE. CONTENDO ESCALA CENTIMETRADA EM TODA EXTENSÃO, COM BORDAS SEM ADESIVO PARA FACILITAR A APLICAÇÃO. TODO MATERIAL DEVE SER RESISTENTE, MALEÁVEL, ISENTO DE AGENTES ALERGIZANTES, RESÍDUOS E IMPUREZAS, PROPICIAR APLICAÇÃO E ADESIVIDADE SEGURA, DURABILIDADE, FÁCIL MANUSEIO. USO ÚNICO. EMBALAGEM SEGURA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.</p> | UND | 200   |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 116 | 28137 | <p><b>Nome:</b> COBERTURA PARA CURATIVO, TIPO FILME TRANSPARENTE EM ROLO: TAMANHO:10 CM X 10 M <b>Especificação:</b> COBERTURA PARA CURATIVO, TIPO FILME TRANSPARENTE EM ROLO COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIURETANO SEMIPERMEÁVEL REVESTIDO POR UM ADESIVO DE POLIACRILATO. TAMANHO:10 CM X 10 M MODO DE AÇÃO: FIAVAR E IMPERMEABILIZAR CURAVOS. MATERIAL POLIURETANO, TRANSPARENTE, HIPOALERGÊNICA, LIVRE DE LÁTEX, NÃO ESTÉRIL, PERMEÁVEL AO OXIGÊNIO, A VAPOR DE GASES ÚMIDOS; À PROVA D'ÁGUA, COM BARREIRA BACTERIANA, FLEXÍVEL E MOLDÁVEL PARA OFERECER MAIOR CONFORTO AO PACIENTE. CONTENDO ESCALA CENTIMETRADA EM TODA EXTENSÃO, COM BORDAS SEM ADESIVO PARA FACILITAR A APLICAÇÃO. TODO MATERIAL DEVE SER RESISTENTE, MALEÁVEL, ISENTO DE AGENTES ALERGIZANTES, RESÍDUOS E IMPUREZAS, PROPICIAR APLICAÇÃO E ADESIVIDADE SEGURA, DURABILIDADE, FÁCIL MANUSEIO. USO ÚNICO. EMBALAGEM SEGURA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.</p>        | UND | 300 |
| 117 | 28136 | <p><b>Nome:</b> COBERTURA PARA CURATIVO, TIPO FILME TRANSPARENTE EM ROLO; TAMANHO: 5 CM X 10CM</p> <p><b>Especificação:</b> COBERTURA PARA CURATIVO, TIPO FILME TRANSPARENTE EM ROLO COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIURETANO SEMIPERMEÁVEL REVESTIDO POR UM ADESIVO DE POLIACRILATO. TAMANHO: 5 CM X 10CM MODO DE AÇÃO: FIAVAR E IMPERMEABILIZAR CURAVOS. MATERIAL POLIURETANO, TRANSPARENTE, HIPOALERGÊNICA, LIVRE DE LÁTEX, NÃO ESTÉRIL, PERMEÁVEL AO OXIGÊNIO, A VAPOR DE GASES ÚMIDOS; À PROVA D'ÁGUA, COM BARREIRA BACTERIANA, FLEXÍVEL E MOLDÁVEL PARA OFERECER MAIOR CONFORTO AO PACIENTE. CONTENDO ESCALA CENTIMETRADA EM TODA EXTENSÃO, COM BORDAS SEM ADESIVO PARA FACILITAR A APLICAÇÃO. TODO MATERIAL DEVE SER RESISTENTE, MALEÁVEL, ISENTO DE AGENTES ALERGIZANTES, RESÍDUOS E IMPUREZAS, PROPICIAR APLICAÇÃO E ADESIVIDADE SEGURA, DURABILIDADE, FÁCIL MANUSEIO. USO ÚNICO. EMBALAGEM SEGURA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.</p> | UND | 100 |
| 118 | 18896 | <p><b>Nome:</b> COLAR CERVICAL PARA RESGATE, SOCORRO E TRANSPORTE - G</p> <p><b>Especificação:</b> COLAR CERVICAL PARA RESGATE, SOCORRO E TRANSPORTE - G - Tamanho G, confeccionado em polietileno, de alta densidade, em 1/16 mm, reforçado na parte da frente com mais um milímetro, revestido de espuma macia- tipo E.V.A macio especial (Etil - Vinil acetado). Fecho em velcro de 05 mm de altura por 5cm de largura em um dos lados no cor Verde (padrão universal), na parte posterior (nuca) com 02 aberturas para a palpação e ventilação; na frente, abertura que permite a palpação do pulso carotídeo e acesso à traquéia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND | 10  |
| 119 | 18897 | <p><b>Nome:</b> COLAR CERVICAL PARA RESGATE, SOCORRO E TRANSPORTE - M</p> <p><b>Especificação:</b> COLAR CERVICAL PARA RESGATE, SOCORRO E TRANSPORTE - M - Tamanho M, confeccionado em polietileno, de alta densidade, em 1/16 mm, reforçado na parte da frente com mais um milímetro, revestido de espuma macia- tipo E.V.A macio especial (Etil - Vinil acetado). Fecho em velcro de 05 mm de altura por 5cm de largura em um dos lados no cor Laranja (padrão universal), na parte posterior (nuca) com 02 aberturas para a palpação e ventilação; na frente, abertura que permite a palpação do pulso carotídeo e acesso à traquéia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND | 10  |
| 120 | 18898 | <p><b>Nome:</b> COLAR CERVICAL PARA RESGATE, SOCORRO E TRANSPORTE - P</p> <p><b>Especificação:</b> COLAR CERVICAL PARA RESGATE, SOCORRO E TRANSPORTE - P - Tamanho P, confeccionado em polietileno, de alta densidade, em 1/16 mm, reforçado na parte da frente com mais um milímetro, revestido de espuma macia- tipo E.V.A macio especial (Etil - Vinil acetado). Fecho em velcro de 05 mm de altura por 5cm de largura em um dos lados no cor Azul Royal (padrão universal), na parte posterior (nuca) com 02 aberturas para a palpação e ventilação; na frente, abertura que permite a palpação do pulso carotídeo e acesso à traquéia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND | 10  |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 121 | 8303  | <p><b>Nome:</b> COLETOR DE PERFUCORTANTE 13 L</p> <p><b>Especificação:</b> COLETOR DE PERFUCORTANTE 13 L- RECIPIENTE PARA COLETA DE RESIDUO DE SERVIÇO DE SAUDE E MATERIAL PERFUCORTANTE, RIGIDO, IMPERMEAVEL, RESISTENTE A PERFURAÇÕES E ARREDONDADO. E CONSTITUIDO POR: COLETOR PROPRIAMENTE DITO, TAMPÁ, BOCAL COM SOBRETAMPA, ALÇAS PARA TRANSPORTE E DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO DO MESMO. CARACTERISTICA E ACABAMENTO; CONSTITUIDO DE POLIPROPILENO GRAU MEDICO NA COR AMARELA TRANSLUCIDA, PROJETADO DE FORMA A PERMITIR A AUTOCLAVAGEM E INCINERAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS ORGÃOS ESTADUAIS DE SAUDE PUBLICA E CONTROLE AMBIENTAL.DOTADO DE TAMPA E BOCAL QUE EVITA O CONTATO E O RETORNO DO MATERIAL DESCARTADO(TIPO PETALA) COM SOBRETAMPA DE FECHAMENTO SEGURO LIVRE DE VAZAMENTOS.</p>                                                                                                      | UND | 5.000  |
| 122 | 8306  | <p><b>Nome:</b> COLETOR DE PERFUCORTANTE 7 L. <b>Especificação:</b> COLETOR DE PERFUCORTANTE 7 L- RECIPIENTE PARA COLETA DE RESIDUO DE SERVIÇO DE SAUDE E MATERIAL PERFUCORTANTE, RIGIDO, IMPERMEAVEL, RESISTENTE A PERFURAÇÕES E ARREDONDADO. E CONSTITUIDO POR: COLETOR PROPRIAMENTE DITO, TAMPÁ, BOCAL COM SOBRETAMPA, ALÇAS PARA TRANSPORTE E DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO DO MESMO. CARACTERISTICA E ACABAMENTO; CONSTITUIDO DE POLIPROPILENO GRAU MEDICO NA COR AMARELA TRANSLUCIDA, PROJETADO DE FORMA A PERMITIR A AUTOCLAVAGEM E INCINERAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS ORGÃOS ESTADUAIS DE SAUDE PUBLICA E CONTROLE AMBIENTAL.DOTADO DE TAMPA E BOCAL QUE EVITA O CONTATO E O RETORNO DO MATERIAL DESCARTADO(TIPO PETALA) COM SOBRETAMPA DE FECHAMENTO SEGURO LIVRE DE VAZAMENTOS.</p>                                                                                                              | UND | 8.000  |
| 123 | 14196 | <p><b>Nome:</b> COLETOR DE PERFUCORTANTE 20 L</p> <p><b>Especificação:</b> COLETOR DE PERFUCORTANTE 20 L- RECIPIENTE PARA COLETA DE RESÍDUO DE SERVIÇO DE SAÚDE E MATERIAL PERFUCORTANTE, RÍGIDO, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A PERFURAÇÕES E ARREDONDADO. E CONSTITUÍDO POR: COLETOR PROPRIAMENTE DITO, TAMPA, BOCAL COM SOBRE TAMPA, ALÇAS PARA TRANSPORTE E DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO DO MESMO. CARACTERÍSTICA E ACABAMENTO; CONSTITUÍDO DE POLIPROPILENO GRAU MEDICO NA COR AMARELA TRANSLUCIDA, PROJETADO DE FORMA A PERMITIR A AUTOCLAVAGEM E INCINERAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS ÓRGÃOS ESTADUAIS DE SAÚDE PUBLICA E CONTROLE AMBIENTAL. DOTADO DE TAMPA E BOCAL QUE EVITA O CONTATO E O RETORNO DO MATERIAL DESCARTADO(TIPO PÉTALA) COM SOBRE TAMPA DE FECHAMENTO SEGURO LIVRE DE VAZAMENTOS.</p>                                                                                                   | UND | 2.010  |
| 124 | 19431 | <p><b>Nome:</b> COLETOR DE PERFUCORTANTE 3 L</p> <p><b>Especificação:</b> COLETOR DE PERFUCORTANTE 3 L- RECIPIENTE PARA COLETA DE RESÍDUO DE SERVIÇO DE SAÚDE E MATERIAL PERFUCORTANTE, RÍGIDO, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A PERFURAÇÕES E ARREDONDADO. E CONSTITUÍDO POR: COLETOR PROPRIAMENTE DITO, TAMPA, BOCAL COM SOBRE TAMPA, ALÇAS PARA TRANSPORTE E DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO DO MESMO. CARACTERÍSTICA E ACABAMENTO; CONSTITUÍDO DE POLIPROPILENO GRAU MEDICO NA COR AMARELA TRANSLUCIDA, PROJETADO DE FORMA A PERMITIR A AUTOCLAVAGEM E INCINERAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS ÓRGÃOS ESTADUAIS DE SAÚDE PÚBLICA E CONTROLE AMBIENTAL. DOTADO DE TAMPA E BOCAL QUE EVITA O CONTATO E O RETORNO DO MATERIAL DESCARTADO (TIPO PÉTALA) COM SOBRE TAMPA DE FECHAMENTO SEGURO LIVRE DE VAZAMENTOS. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA.</p> | UND | 215    |
| 125 | 22858 | <p><b>Nome:</b> COLETOR DE URINA DESCARTAVEL, ESTERIL, EM PLASTICO RIGIDO COM CAPACIDADE PARA 80 ML</p> <p><b>Especificação:</b> COLETOR DE URINA DESCARTAVEL, ESTERIL, EM PLASTICO RIGIDO COM CAPACIDADE PARA 80 ML COM TAMPA EM ROSCA E BOCA LARGA PARA EXAME</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND | 21.100 |
| 126 | 21651 | <p><b>Nome:</b> COLETOR DE URINA POR SISTEMA ABERTO COM CORDÃO.</p> <p><b>Especificação:</b> COLETOR DE URINA POR SISTEMA ABERTO COM CORDÃO- COLETOR DE URINA PARA ADULTOS COM SISTEMA ABERTO, EM POLIETILENO, ATOXICO. SISTEMA DE FECHAMENTO DO COLETOR ATRAVES DE CORDÃO FIXADO NO SISTEMA. COM CONECTOR UNIVERSAL E TAMPA PROTETORA. GRADUAÇÃO A CADA 100ML. CAPACIDADE; 2000ML. PCT COM 10</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PCT | 30.100 |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 127 | 11229 | <p><b>Nome:</b> COLETOR DE URINA, MATERIAL PVC, TIPO SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE CERCA DE 2000 ML,</p> <p><b>Especificação:</b> COLETOR DE URINA, MATERIAL PVC, TIPO SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE CERCA DE 2000 ML, GRADUAÇÃO GRADUAÇÃO DE 100 EM 100 ML, VÁLVULA VÁLVULA ANTI-REFLUXO, PINÇA CLAMP CORTA FLUXO, FILTRO HIDROFÓBICO/BACTERIOLÓGICO, CONECTOR CONECTOR UNIVERSAL, COMPONENTES ALÇA DE SUSTENTAÇÃO, OUTROS COMPONENTES MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA.</p>                                                                                                                                                   | UND | 11.320  |
| 128 | 28322 | <p><b>Nome:</b> COLETOR DE URINA, SISTEMA ABERTO, CAPACIDADE PARA 1200 (+/- 200) ML</p> <p><b>Especificação:</b> COLETOR DE URINA, SISTEMA ABERTO, CAPACIDADE PARA 1200 (+/- 200) ML: FRASCO COM ESCALA GRADUADA E NUMERADA, EM PLÁSTICO RESISTENTE, TRANSPARENTE, COM ALÇA PARA FIXAÇÃO NO LEITO, TUBO EXTENSOR TRANSPARENTE, TRANSLÚCIDO COM CONECTOR CÔNICO E UNIVERSAL E TRAVA CORTA FLUXO, EXTENSÃO DE DRENAGEM EM PVC, MALEÁVEL (SEM DOBRA), MEDINDO 1,4 (+/- 0,2) CM, CONEXÃO PROXIMAL COM PROTETOR, E DISTAL COM O FRASCO COM DISPOSITIVO DE ROSCA QUE PERMITA SUA REMOÇÃO PARA ESVAZIAMENTO DO FRASCO.</p>                                                                                                                                         | UND | 320     |
| 129 | 19603 | <p><b>Nome:</b> COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL GRADUADO 80ML</p> <p><b>Especificação:</b> COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL GRADUADO 80ML - MATERIAL: POLIPROPILENO TRANSPARENTE</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND | 10.100  |
| 130 | 30753 | <p><b>Nome:</b> COMADRE/URINOL FEMININO <b>Especificação:</b> COMADRE/URINOL FEMININO, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM FORMATO ANATÔMICO, DESTINADA À COLETA DE URINA E FEZES DE PACIENTES ACAMADOS OU COM MOBILIDADE REDUZIDA, PARA USO MÉDICO-HOSPITALAR. DEVERÁ POSSUIR BORDAS ARREDONDADAS E SUPERFÍCIE LISA, PROPORCIONANDO CONFORTO AO PACIENTE E FACILITANDO A HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO. DEVERÁ APRESENTAR ESTRUTURA RESISTENTE, ESTÁVEL E DE FÁCIL MANUSEIO, COM CAPACIDADE DE 2000 ML. PRODUTO REUTILIZÁVEL, LAVÁVEL E COMPATÍVEL COM PROCESSOS CONVENCIONAIS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO HOSPITALAR, LIVRE DE REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES.</p>                                                                                              | UND | 25      |
| 131 | 11227 | <p><b>Nome:</b> COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 4 CAMADAS 45X50</p> <p><b>Especificação:</b> COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 4 CAMADAS 45X50 C/ CADARÇO, PCT. C/ 50 UNID. COMPRESSA CIRÚRGICA PARA CAMPO OPERATÓRIO, TECIDO EM QUATRO CAMADAS DE GAZE SOBREPOSTAS, CONFECCIONADA COM FIOS 100% ALGODÃO, TECIDO FEITO COM AMARRAÇÕES (ENTRELAÇAMENTO DAS QUATRO CAMADAS DE TECIDO), PARA EVITAR O DESLIZAMENTO ENTRE AS MESMAS. LATERAIS DO PRODUTO COSTURAS COM PONTOS OVER-LOCK PARA EVITAR DESFIAMENTOS, EXTREMIDADE UM CADARÇO DUPLO, FACILITANDO TAMBÉM SEU MANUSEIO E OFERECENDO MELHORES CONDIÇÕES DE VISIBILIDADE NO LOCAL DA CIRURGIA. BRANQUEADAS, PURIFICADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, AMIDO, POSSUI PH DENTRO DOS LIMITES ESPECIFICADOS PELA NBR 13853.</p> | PCT | 50      |
| 132 | 11233 | <p><b>Nome:</b> COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, ESTÉRIL, 7,5 X 7,5, 13 FIOS. PACOTE COM 10 UND</p> <p><b>Especificação:</b> COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO, MACIO, ALTAMENTE ABSORVENTE, CONTENDO 13 FIOS/CM2, COM 5 DOBRAS E OITO CAMADAS, TAMANHO 7,5 X 7,5 CM (DOBRADA), ISENTA DE IMPUREZAS, AMIDO, MANCHAS, FIAPOS, RASGOS OU FUIROS. EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, PACOTE COM 10 UNIDADES. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, CADASTRO, REGISTRO OU ISENÇÃO DE REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>                                                                  | PCT | 600.000 |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 133 | 17475 | <p><b>Nome:</b> COMPRESSA, DE GAZE ALGODOADA, 15 X 30 CM.</p> <p><b>Especificação:</b> COMPRESSA, DE GAZE ALGODOADA, 15 X 30 CM, ABERTA, ESTERIL INODORA INSÍPIDA, COMPOSTA POR UMA CAMADA DE PAPEL SUPER ABSORVENTE ENTRE 02 CAMADAS UNIFORMES E DE BOA ABSORÇÃO, DE ALGODÃO HIDROFÍLO, ENVOLTA POR GAZE COM FIOS 100% ALGODÃO, COM DOBRAS PARA DENTRO PARA EVITAR DESFILAMENTO E QUE TODA A COMPRESSA SEJA ISENTA DE AMIDO, DEXTRINA, ALVEJANTES ÓPTICOS E IMPUREZAS. EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA. PACOTE COM 1 UNIDADES. EMBALAGEM: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE</p>                                                        | PCT | 200.000 |
| 134 | 28139 | <p><b>Nome:</b> CREME DE BARREIRA DERMOPROTETOR À BASE DE @-BISABOOL</p> <p><b>Especificação:</b> CREME DE BARREIRA DERMOPROTETOR À BASE DE @-BISABOOL: HIDRATANATE CORPORAL QUE ATUA NA PREVENÇÃO DA UMIDADE DA PELE. CONTÉM POLIHEXANIDA 0,2%, MANTEIGA DE MURUMURU, DIMETICONA RHODIOLA ROSEA, BISABOOL TOCOTERIL ACETATO. APRESENTA PH FISIOLÓGICO. MODO DE AÇÃO: ATUA COMO BARREIRA DE PROTEÇÃO DA PELE CONTRA EXSUDATOS E EFLUENTE AGRESSIVOS, PARA HIDRATAR E REGULAR O PH DA PELE DANICADA. INDICADO PARA O TRATAMENTO E PREVENÇÃO DA DERMATE ASSOCIADA A INCONTINÊNCIA, AO REDOR DE GASTROSTOMIAS E PROTEÇÃO DA PELE DE PACIENTES EM TRATAMENTO RADIOTERÁPICO. EMBALAGEM RESISTENTE E SEGURA, DE FÁCIL MANUSEIO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. APRESENTAÇÃO: 100 ML.</p> | UND | 1.250   |
| 135 | 8316  | <p><b>Nome:</b> CUBA REDONDA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, MEDINDO 09CM X 220 ML</p> <p><b>Especificação:</b> CUBA REDONDA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, MEDINDO 09CM X 220 ML. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE E SELO DO INMETRO.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND | 54      |
| 136 | 19535 | <p><b>Nome:</b> CURATIVO ADESIVO DIAMENTRO 25MM EM ROLO ADULTO</p> <p><b>Especificação:</b> CURATIVO ADESIVO DIAMENTRO 25MM EM ROLO COM 500 UNIDADES UTILIZADO PARA HEMOSTASE APÓS PUNÇÃO VENOSA OU INJEÇÕES, PARA PROTEÇÃO SOBRE FERIDA NA PELE ADULTA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CX  | 212     |
| 137 | 19536 | <p><b>Nome:</b> CURATIVO ADESIVO DIAMENTRO 25MM EM ROLO INFANTIL</p> <p><b>Especificação:</b> CURATIVO ADESIVO DIAMENTRO 25MM EM ROLO DE 500 UNIDADES UTILIZADO PARA HEMOSTASE APÓS PUNÇÃO VENOSA OU INJEÇÕES, PARA PROTEÇÃO SOBRE FERIDA NA PELE INFANTIL.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CX  | 162     |
| 138 | 16762 | <p><b>Nome:</b> CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO 10CM X 10CM</p> <p><b>Especificação:</b> CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO 10CM X 10CM. COM VALIDADE DE 2 ANOS APARTIR DA ENTREGA DO MESMO. CAIXA COM 10 UNIDADES.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CX  | 500     |
| 139 | 28140 | <p><b>Nome:</b> CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO E PRATA IONIA: APRESENTAÇÃO: 10,5X10,5CM. <b>Especificação:</b> CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO E PRATA IONIA: INDICAÇÃO DE USO: INDICADO PARA FERIDAS SUPERFICIAIS INFECTADAS CARACTERIZADAS PELO MAU ODOR. O CARVÃO ATIVADO ADSORVE OS GASES VOLÁTEIS RESPONSÁVEIS PELO MAU ODOR DA FERIDA, E APRESENTA EFEITO BACTERICIDA POR TER PRATA EM SUA COMPOSIÇÃO. COMPOSIÇÃO: TECIDO NÃO TECIDO E CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM ÍONS DE PRATA ( CONCENTRAÇÃO QUÍMICA). APRESENTAÇÃO: 10,5X10,5CM.</p>                                                                                                                                                                                                                                                            | UND | 300     |
| 140 | 29388 | <p><b>Nome:</b> Curativo de espuma de poliuretano Tamanho 10x10cm</p> <p><b>Especificação:</b> Curativo de espuma de poliuretano impregnada com Matriz Cicatrizante TLC (tecnologia Lípido Coloide, composta por matriz lipofílica carboximetilcelulose), camada superabsorvente, camada de não tecido, filme de poliuretano com borda de silicone semipermeável. Tamanho 10x10cm (formato sacral)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ENV | 500     |
| 141 | 29389 | <p><b>Nome:</b> Curativo de espuma de poliuretano Tamanho 15x15cm</p> <p><b>Especificação:</b> Curativo de espuma de poliuretano impregnada com Matriz Cicatrizante TLC (tecnologia Lípido Coloide, composta por matriz lipofílica carboximetilcelulose), camada superabsorvente, camada de não tecido, filme de poliuretano com borda de silicone semipermeável. Tamanho 15x15cm (formato sacral)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ENV | 500     |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 142 | 29390 | <p><b>Nome:</b> Curativo de espuma de poliuretano Tamanho 20x20cm</p> <p><b>Especificação:</b> Curativo de espuma de poliuretano impregnada com Matriz Cicatrizante TLC (tecnologia Lípido Coloide, composta por matriz lipofílica carboximetilcelulose), camada superabsorvente, camada de não tecido, filme de poliuretano com borda de silicone semipermeável. Tamanho 20x20cm (formato sacral)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ENV | 500 |
| 143 | 28167 | <p><b>Nome:</b> CURATIVO DE MATRIZ EXTRACELULAR ( MEC) INTACTA A 100% . TAMANHO 5X5CM</p> <p><b>Especificação:</b> CURATIVO DE MATRIZ EXTRACELULAR ( MEC) INTACTA A 100% M/M, FABRICADA DE TECIDO RÚMEN DE OVINOS DE ORIGEM OVINA (BIOSCAFFOLD), COM COMPOSIÇÃO DE 85% COLÁGENO DO TIPO I E III E 15% DE PROTEÍNAS ESTRUTURAIS: FIBRONECTINA, LAMININA, ELASTINA, ÁCIDO HIALURÔNICO, SULFATO DE HEPARINA, GLICOSAMINOGLICANAS, REGULADORES DA MEMBRANA BASAL, FATORES DE CRESCIMENTO E CITOCINAS QUE ATUAM COMO SINALIZADORES QUIMIOTÁXICOS PARA INFILTRAÇÃO, ESTABILIZAÇÃO E PROLIFERAÇÃO CELULAR, PROMOVENDO MODULAÇÃO IMUNOLÓGICA LOCAL E FORMATANDO ASSOALHO DE GRANULAÇÃO VIÁVEL. IMPREGNADA COM 0,3% DE PRATA IÔNICA, ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE AMPLO ESPECTRO POR ATÉ 7 DIAS. TAMANHO 5X5 CM.</p>                                                                                                                                                                   | UND | 500 |
| 144 | 28168 | <p><b>Nome:</b> CURATIVO DE MATRIZ EXTRACELULAR ( MEC) INTACTA A 100%. TAMANHO 10X12,7CM</p> <p><b>Especificação:</b> CURATIVO DE MATRIZ EXTRACELULAR ( MEC) INTACTA A 100% M/M, FABRICADA DE TECIDO RÚMEN DE OVINOS DE ORIGEM OVINA (BIOSCAFFOLD), COM COMPOSIÇÃO DE 85% COLÁGENO DO TIPO I E III E 15% DE PROTEÍNAS ESTRUTURAIS: FIBRONECTINA, LAMININA, ELASTINA, ÁCIDO HIALURÔNICO, SULFATO DE HEPARINA, GLICOSAMINOGLICANAS, REGULADORES DA MEMBRANA BASAL, FATORES DE CRESCIMENTO E CITOCINAS QUE ATUAM COMO SINALIZADORES QUIMIOTÁXICOS PARA INFILTRAÇÃO, ESTABILIZAÇÃO E PROLIFERAÇÃO CELULAR, PROMOVENDO MODULAÇÃO IMUNOLÓGICA LOCAL E FORMATANDO ASSOALHO DE GRANULAÇÃO VIÁVEL. IMPREGNADA COM 0,3% DE PRATA IÔNICA, ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE AMPLO ESPECTRO POR ATÉ 7 DIAS. TAMANHO 10X12,7CM</p>                                                                                                                                                              | UND | 500 |
| 145 | 28141 | <p><b>Nome:</b> CURATIVO DE MATRIZ LIPOCOLÓIDE ESTÉRIL</p> <p><b>Especificação:</b> CURATIVO DE MATRIZ LIPOCOLÓIDE ESTÉRIL. INDICADO PARA O TRATAMENTO DE FERIDAS NA FASE DE GRANULAÇÃO E EPITELIZAÇÃO COM NENHUM OU POUCO EXSUDATO. MODO DE AÇÃO: CICATRIZAÇÃO EM AMBIENTE ÚMIDO, OU SEJA, AS PARTÍCULAS DE CARBOXIMETILCELOULOSE FORMAM UM GEL PROVENIENTE DA ABSORÇÃO DO EXSUDATO DA FERIDA, ESTIMULANDO PROLIFERAÇÃO DE FIBROBLASTOS. REMOÇÃO ATRAUMÁTICA. TAMANHO 10 X 10 CM. COMPOSIÇÃO: TELA DE POLIÉSTER, PARAFINA, CARBOXIMETILCELOULOSE E POLÍMEROS TRANSPORTADORES.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND | 500 |
| 146 | 28156 | <p><b>Nome:</b> CURATIVO EM ESPUMA DE POLIURETANO REVESTIDO COM SILICONE. TAMANHO: 10X10 CM</p> <p><b>Especificação:</b> CURATIVO EM ESPUMA DE POLIURETANO REVESTIDO COM SILICONE. TAMANHO: 10X10 CM. COM BORDA ADESIVA AFILADA. COMPOSIÇÃO: 5 CAMADAS COM CAMADA DE FILME DE POLIURETANO SEMIPERMEÁVEL , CAMA DE FIBRAS SUPERABSORVENTE, CAMADA DE DISTRIBUIÇÃO EM FIBRAS ABSORVENTES DE NON – WOVEN, CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO E CAMADA DE ADESIVO DE SILICONE. PARA TRATAMENTO DE FERIDAS PLANAS, DE MODERADA A ALTA EXSUDAÇÃO. ESPUMA DE POLIURETANO OU SIMILAR, COM ABSORÇÃO VERTICAL DE EXSUDATO, BORDAS ADESIVAS DE SILICONE QUE PROPICIA ADERÊNCIA E RETIRADA SUAVE, COM O MÍNIMO DE TRAÇÃO EM PELES SENSÍVEIS, E PELÍCULA EXTERNA SEMIPERMEÁVEL A VAPORES/GASES E IMPERMEÁVEL À BACTÉRIAS E ÁGUA. FÁCIL APLICAÇÃO DE FORMA ASSÉPTICA, ABSORÇÃO E UMIDADE SEGURA NO LEITO DA FERIDA, PERMITIR RETIRADA SEM TRAUMA. BIOCOMPATÍVEL, ESTÉRIL, E DE USO ÚNICO.</p> | UND | 500 |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 147 | 28146 | <p><b>Nome:</b> CURATIVO EM ESPUMA DE POLIURETANO REVESTIDO COM SILICONE. TAMANHO: 17X17 CM. <b>Especificação:</b> CURATIVO EM ESPUMA DE POLIURETANO REVESTIDO COM SILICONE. TAMANHO: 17X17 CM. COM BORDA ADESIVA AFILADA, FORMATO SACRAL. COMPOSIÇÃO: 5 CAMADAS COM CAMADA DE FILME DE POLIURETANO SEMIPERMEÁVEL, CAMADA DE FIBRAS SUPERABSORVENTE, CAMADA DE DISTRIBUIÇÃO EM FIBRAS ABSORVENTES DE NON – WOVEN, CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO E CAMADA DE ADESIVO DE SILICONE. PARA TRATAMENTO DE FERIDAS PLANAS, DE MODERADA A ALTA EXSUDAÇÃO. ESPUMA DE POLIURETANO OU SIMILAR, COM ABSORÇÃO VERTICAL DE EXSUDATO, BORDAS ADESIVAS DE SILICONE QUE PROPICIA ADERÊNCIA E RETIRADA SUAVE, COM O MÍNIMO DE TRAÇÃO EM PELES SENSÍVEIS, E PELÍCULA EXTERNA SEMIPERMEÁVEL A VAPORES/GASES E IMPERMEÁVEL À BACTÉRIAS E ÁGUA. FÁCIL APLICAÇÃO DE FORMA ASSÉPTICA, ABSORÇÃO E UMIDADE SEGURA NO LEITO DA FERIDA, PERMITIR RETIRADA SEM TRAUMA. BIOCOMPATÍVEL, ESTÉRIL, E DE USO ÚNICO.</p>        | UND | 500 |
| 148 | 28147 | <p><b>Nome:</b> CURATIVO EM ESPUMA DE POLIURETANO REVESTIDO COM SILICONE. TAMANHO: 22X22 CM.</p> <p><b>Especificação:</b> CURATIVO EM ESPUMA DE POLIURETANO REVESTIDO COM SILICONE. TAMANHO: 22X22 CM. COM BORDA ADESIVA AFILADA, FORMATO SACRAL. COMPOSIÇÃO: 5 CAMADAS COM CAMADA DE FILME DE POLIURETANO SEMIPERMEÁVEL, CAMADA DE FIBRAS SUPERABSORVENTE, CAMADA DE DISTRIBUIÇÃO EM FIBRAS ABSORVENTES DE NON – WOVEN, CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO E CAMADA DE ADESIVO DE SILICONE. PARA TRATAMENTO DE FERIDAS PLANAS, DE MODERADA A ALTA EXSUDAÇÃO. ESPUMA DE POLIURETANO OU SIMILAR, COM ABSORÇÃO VERTICAL DE EXSUDATO, BORDAS ADESIVAS DE SILICONE QUE PROPICIA ADERÊNCIA E RETIRADA SUAVE, COM O MÍNIMO DE TRAÇÃO EM PELES SENSÍVEIS, E PELÍCULA EXTERNA SEMIPERMEÁVEL A VAPORES/GASES E IMPERMEÁVEL À BACTÉRIAS E ÁGUA. FÁCIL APLICAÇÃO DE FORMA ASSÉPTICA, ABSORÇÃO E UMIDADE SEGURA NO LEITO DA FERIDA, PERMITIR RETIRADA SEM TRAUMA. BIOCOMPATÍVEL, ESTÉRIL, E DE USO ÚNICO.</p> | UND | 500 |
| 149 | 28157 | <p><b>Nome:</b> CURATIVO EM ESPUMA DE POLIURETANO REVESTIDO COM SILICONE. TAMANHO: 15X15 CM</p> <p><b>Especificação:</b> CURATIVO EM ESPUMA DE POLIURETANO REVESTIDO COM SILICONE. TAMANHO: 15X15 CM. COM BORDA ADESIVA AFILADA. COMPOSIÇÃO: 5 CAMADAS COM CAMADA DE FILME DE POLIURETANO SEMIPERMEÁVEL, CAMADA DE FIBRAS SUPERABSORVENTE, CAMADA DE DISTRIBUIÇÃO EM FIBRAS ABSORVENTES DE NON – WOVEN, CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO E CAMADA DE ADESIVO DE SILICONE. PARA TRATAMENTO DE FERIDAS PLANAS, DE MODERADA A ALTA EXSUDAÇÃO. ESPUMA DE POLIURETANO OU SIMILAR, COM ABSORÇÃO VERTICAL DE EXSUDATO, BORDAS ADESIVAS DE SILICONE QUE PROPICIA ADERÊNCIA E RETIRADA SUAVE, COM O MÍNIMO DE TRAÇÃO EM PELES SENSÍVEIS, E PELÍCULA EXTERNA SEMIPERMEÁVEL A VAPORES/GASES E IMPERMEÁVEL À BACTÉRIAS E ÁGUA. FÁCIL APLICAÇÃO DE FORMA ASSÉPTICA, ABSORÇÃO E UMIDADE SEGURA NO LEITO DA FERIDA, PERMITIR RETIRADA SEM TRAUMA. BIOCOMPATÍVEL, ESTÉRIL, E DE USO ÚNICO.</p>                  | UND | 500 |
| 150 | 28133 | <p><b>Nome:</b> CURATIVO ESPUMA ABSORVENTE; TAMANHO: 20X20CM</p> <p><b>Especificação:</b> CURATIVO ESPUMA ABSORVENTE COMPOSIÇÃO: FILME SEMIPERMEÁVEL: 100% POLIURETANO; ESPUMA HIDROFÍLICA ABSORVENTE: 100% POLIURETANO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADA. MECANISMO DE AÇÃO: ABSORVE OS FLUÍDOS E PROPORCIONA A RETIRADA SEM TRAUMA À LESÃO, MINIMIZANDO A DOR. INDICAÇÃO: FERIDAS COM LEVE E MODERADO EXSUDATO; FERIDAS SUPERFICIAIS; PROTEÇÃO DE TECIDO EPITELIAL NOVO; TAMANHO: 20X 20 CM.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND | 500 |
| 151 | 28135 | <p><b>Nome:</b> CURATIVO ESPUMA ABSORVENTE; TAMANHO: 10X10CM</p> <p><b>Especificação:</b> CURATIVO ESPUMA ABSORVENTE COMPOSIÇÃO: FILME SEMIPERMEÁVEL: 100% POLIURETANO; ESPUMA HIDROFÍLICA ABSORVENTE: 100% POLIURETANO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADA. MECANISMO DE AÇÃO: ABSORVE OS FLUÍDOS E PROPORCIONA A RETIRADA SEM TRAUMA À LESÃO, MINIMIZANDO A DOR. INDICAÇÃO: FERIDAS COM LEVE E MODERADO EXSUDATO; FERIDAS SUPERFICIAIS; PROTEÇÃO DE TECIDO EPITELIAL NOVO; TAMANHO: 10X10CM</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND | 500 |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 152 | 28134 | <p><b>Nome:</b> CURATIVO ESPUMA ABSORVENTE; TAMANHO: 15X51CM.</p> <p><b>Especificação:</b> CURATIVO ESPUMA ABSORVENTE COMPOSIÇÃO: FILME SEMIPERMEÁVEL: 100% POLIURETANO; ESPUMA HIDROFÍLICA ABSORVENTE: 100% POLIURETANO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADA. MECANISMO DE AÇÃO: ABSORVE OS FLUÍDOS E PROPORCIONA A RETIRADA SEM TRAUMA À LESÃO, MINIMIZANDO A DOR. INDICAÇÃO: FERIDAS COM LEVE E MODERADO EXSUDATO; FERIDAS SUPERFICIAIS; PROTEÇÃO DE TECIDO EPITELIAL NOVO; TAMANHO: 15X51CM.</p>                                                                                                                                                              | UND | 500   |
| 153 | 24248 | <p><b>Nome:</b> CURATIVO GAZE DE RAYON 7,5CM X 7,5CM</p> <p><b>Especificação:</b> CURATIVO GAZE DE RAYON EMBEBIDA EM ÓLEO A BASE DE A.G.E (ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS), T.C.M (TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA MÉDIA), VITAMINAS A E E, ÓLEOS DE COPAÍBA E MELALEUCA, QUE PREVINE E TRATA FERIDAS AGUDAS E CRÔNICAS, MESMO COM PERDA DE TECIDO SUPERFICIAL E TOTAL. 7,5CM X 7,5CM COM 3ML DE AGE</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND | 5.000 |
| 154 | 28165 | <p><b>Nome:</b> CURATIVO GEL ANTISSEPTICO BARREIRA DE ADESÃO PARA FERIDAS COMPLEXAS POLIHEXANIDA A 0,2 %(PHMB). APRESENTAÇÃO:150G. <b>Especificação:</b> CURATIVO GEL ANTISSEPTICO BARREIRA DE ADESÃO PARA FERIDAS COMPLEXAS POLIHEXANIDA A 0,2 %(PHMB), PROPOLENOGLICOL, HIDROXIETILCELULOSE BETAÍNA. INCOLOR, HIDRATANTE PARA FERIDAS, CAPAZ DE FORMAR AMBIENTE ÚMIDO E REMOVER CAMADAS DE TECIDO DESVITALIZADOS, ANTISSEPTICO DE AMPLI ESPECTRO, . LIVRE DE PARABENOS NA FORMULAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. APRESENTAÇÃO:150G.</p>                            | UND | 500   |
| 155 | 28164 | <p><b>Nome:</b> CURATIVO GEL ANTISSEPTICO BARREIRA DE ADESÃO PARA FERIDAS COMPLEXAS POLIHEXANIDA A 0,2 %(PHMB. APRESENTAÇÃO: 100G.</p> <p><b>Especificação:</b> CURATIVO GEL ANTISSEPTICO BARREIRA DE ADESÃO PARA FERIDAS COMPLEXAS POLIHEXANIDA A 0,2 %(PHMB), PROPOLENOGLICOL, HIDROXIETILCELULOSE BETAÍNA. INCOLOR, HIDRATANTE PARA FERIDAS, CAPAZ DE FORMAR AMBIENTE ÚMIDO E REMOVER CAMADAS DE TECIDO DESVITALIZADOS, ANTISSEPTICO DE AMPLI ESPECTRO, . LIVRE DE PARABENOS NA FORMULAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. APRESENTAÇÃO: 100G.</p>                    | UND | 100   |
| 156 | 28166 | <p><b>Nome:</b> CURATIVO GEL ANTISSEPTICO BARREIRA DE ADESÃO PARA FERIDAS COMPLEXAS POLIHEXANIDA A 0,2 %(PHMB. APRESENTAÇÃO: 250G.</p> <p><b>Especificação:</b> CURATIVO GEL ANTISSEPTICO BARREIRA DE ADESÃO PARA FERIDAS COMPLEXAS POLIHEXANIDA A 0,2 %(PHMB), PROPOLENOGLICOL, HIDROXIETILCELULOSE BETAÍNA. INCOLOR, HIDRATANTE PARA FERIDAS, CAPAZ DE FORMAR AMBIENTE ÚMIDO E REMOVER CAMADAS DE TECIDO DESVITALIZADOS, ANTISSEPTICO DE AMPLI ESPECTRO, . LIVRE DE PARABENOS NA FORMULAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. APRESENTAÇÃO: 250G.</p>                    | UND | 5.000 |
| 157 | 28150 | <p><b>Nome:</b> CURATIVO HIDROFIBRA ESTÉRIO COM PRATA : TAMANHO 10CM X 10CM</p> <p><b>Especificação:</b> CURATIVO HIDROFIBRA ESTÉRIO COM PRATA. INDICADO PARA O USO EM FERIDAS INFECTADAS OU COM RISCO DE INFECÇÃO, COM ALTA OU MODERADA QUANTIDADE DE EXSUDATOS. POSSUI DUPLA CAMADA COSTURADA DE HIDROFIBRA COM ÍONS DE PRATA, QUE PERMITEM AO PRODUTO MAIOR RESISTÊNCIA; MAIOR ABSORÇÃO; MAIOR DURABILIDADE. TAMANHO: 10CM X 10CM. COMPOSIÇÃO: O PRODUTO É CONSTITUÍDO POR CARBOXIM ETILCELULOSE E ÍONS DE PRATA, (CONCENTRAÇÃO DE PRATA IÔNICA DE 1,2%). APRESENTA DUPLA CAMADA DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE COM PRATA REFORÇADAS ALTAMENTE RESISTENTES.</p> | UND | 200   |
| 158 | 28152 | <p><b>Nome:</b> CURATIVO HIDROFIBRA ESTÉRIO COM PRATA : TAMANHO: 20CMX20CM</p> <p><b>Especificação:</b> CURATIVO HIDROFIBRA ESTÉRIO COM PRATA. INDICADO PARA O USO EM FERIDAS INFECTADAS OU COM RISCO DE INFECÇÃO, COM ALTA OU MODERADA QUANTIDADE DE EXSUDATOS. POSSUI DUPLA CAMADA COSTURADA DE HIDROFIBRA COM ÍONS DE PRATA, QUE PERMITEM AO PRODUTO MAIOR RESISTÊNCIA; MAIOR ABSORÇÃO; MAIOR DURABILIDADE. TAMANHO: 20CM X 20CM. COMPOSIÇÃO: O PRODUTO É CONSTITUÍDO POR CARBOXIM ETILCELULOSE E ÍONS DE PRATA, (CONCENTRAÇÃO DE PRATA IÔNICA DE 1,2%). APRESENTA DUPLA CAMADA DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE COM PRATA REFORÇADAS ALTAMENTE RESISTENTES.</p>  | UND | 500   |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 159 | 28151 | <p><b>Nome:</b> CURATIVO HIDROFIBRA ESTÉRIO COM PRATA: TAMANHO: 15CM X 15CM</p> <p><b>Especificação:</b> CURATIVO HIDROFIBRA ESTÉRIO COM PRATA. INDICADO PARA O USO EM FERIDAS INFECTADAS OU COM RISCO DE INFECÇÃO, COM ALTA OU MODERADA QUANTIDADE DE EXUDATOS. POSSUI DUPLA CAMADA COSTURADA DE HIDROFIBRA COM ÍONS DE PRATA, QUE PERMITEM AO PRODUTO MAIOR RESISTÊNCIA; MAIOR ABSORÇÃO; MAIOR DURABILIDADE. TAMANHOS: 15CM X 15CM. COMPOSIÇÃO: O PRODUTO É CONSTITUÍDO POR CARBOXIM ETILCELULOSE E ÍONS DE PRATA, (CONCENTRAÇÃO DE PRATA IÔNICA DE 1,2%). APRESENTA DUPLA CAMADA DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE COM PRATA REFORÇADAS ALTAMENTE RESISTENTES.</p> | UND | 500 |
| 160 | 28149 | <p><b>Nome:</b> CURATIVO HIDROFIBRA ESTÉRIO COM PRATA; TAMANHO 2CM X 45CM</p> <p><b>Especificação:</b> CURATIVO HIDROFIBRA ESTÉRIO COM PRATA. INDICADO PARA O USO EM FERIDAS INFECTADAS OU COM RISCO DE INFECÇÃO, COM ALTA OU MODERADA QUANTIDADE DE EXUDATOS. POSSUI DUPLA CAMADA COSTURADA DE HIDROFIBRA COM ÍONS DE PRATA, QUE PERMITEM AO PRODUTO MAIOR RESISTÊNCIA; MAIOR ABSORÇÃO; MAIOR DURABILIDADE. TAMANHO: 2CM X 45CM, COMPOSIÇÃO: O PRODUTO É CONSTITUÍDO POR CARBOXIM ETILCELULOSE E ÍONS DE PRATA, (CONCENTRAÇÃO DE PRATA IÔNICA DE 1,2%). APRESENTA DUPLA CAMADA DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE COM PRATA REFORÇADAS ALTAMENTE RESISTENTES.</p>     | UND | 500 |
| 161 | 28144 | <p><b>Nome:</b> CURATIVO PELÍCULA TRANSPARENTE FENESTRADA IV : DIMENSÃO DISPONÍVEL: 9CM X 12CM. <b>Especificação:</b> CURATIVO PELÍCULA TRANSPARENTE FENESTRADA IV : CURATIVO QUE SE ADAPTA A QUALQUER CONTORNO CORPORAL E PROTEGE O TECIDO EPITELIAL DE FATORES EXTERNOS, COMO MICRORGANISMOS E LÍQUIDOS. É INDICADO FIXAÇÃO DE CATETERES INTRAVENOSOS, CENTRAIS E PERIFÉRICOS; PROTEÇÃO DO SÍTIO DE INSERÇÃO E PREVENÇÃO DE INFECÇÃO POR CONTAMINAÇÕES EXTERNAS. COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIURETANO SEMIPERMEÁVEL FENESTRADO REVESTIDO POR UM ADESIVO DE POLIACRILATO. DIMENSÃO DISPONÍVEL: 9CM X 12CM.</p>                                                           | UND | 500 |
| 162 | 28142 | <p><b>Nome:</b> CURATIVO PELÍCULA TRANSPARENTE FENESTRADA IV : DIMENSÃO: 5CM X 5,7CM.</p> <p><b>Especificação:</b> CURATIVO PELÍCULA TRANSPARENTE FENESTRADA IV : CURATIVO QUE SE ADAPTA A QUALQUER CONTORNO CORPORAL E PROTEGE O TECIDO EPITELIAL DE FATORES EXTERNOS, COMO MICRORGANISMOS E LÍQUIDOS. É INDICADO FIXAÇÃO DE CATETERES INTRAVENOSOS, CENTRAIS E PERIFÉRICOS; PROTEÇÃO DO SÍTIO DE INSERÇÃO E PREVENÇÃO DE INFECÇÃO POR CONTAMINAÇÕES EXTERNAS. COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIURETANO SEMIPERMEÁVEL FENESTRADO REVESTIDO POR UM ADESIVO DE POLIACRILATO. DIMENSÃO: 5CM X 5,7CM.</p>                                                                        | UND | 500 |
| 163 | 28143 | <p><b>Nome:</b> CURATIVO PELÍCULA TRANSPARENTE FENESTRADA IV ; DIMENSÃO DISPONÍVEL: 7CM X 9CM</p> <p><b>Especificação:</b> CURATIVO PELÍCULA TRANSPARENTE FENESTRADA IV : CURATIVO QUE SE ADAPTA A QUALQUER CONTORNO CORPORAL E PROTEGE O TECIDO EPITELIAL DE FATORES EXTERNOS, COMO MICRORGANISMOS E LÍQUIDOS. É INDICADO FIXAÇÃO DE CATETERES INTRAVENOSOS, CENTRAIS E PERIFÉRICOS; PROTEÇÃO DO SÍTIO DE INSERÇÃO E PREVENÇÃO DE INFECÇÃO POR CONTAMINAÇÕES EXTERNAS. COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIURETANO SEMIPERMEÁVEL FENESTRADO REVESTIDO POR UM ADESIVO DE POLIACRILATO. DIMENSÃO DISPONÍVEL: 7CM X 9CM.</p>                                                       | UND | 500 |
| 164 | 29394 | <p><b>Nome:</b> Curativo primário, estéril, Tamanho 15 x 15 cm</p> <p><b>Especificação:</b> Curativo primário, estéril, absorvente, não aderente, não oclusivo, composto por Fibras Poliabsorventes, formadas por núcleo acrílico envolto por polímeros de poliacrilato de amônia e Matriz Cicatrizante TLC-Ag (tecnologia Lípido Coloide, composta por matriz lipofílica, carboximetilcelulos e sais de prata). Tamanho 15x15cm</p>                                                                                                                                                                                                                                  | ENV | 500 |
| 165 | 28148 | <p><b>Nome:</b> CURATIVO TIPO COBERTURA NÃO ADESIVA PARA CURATIVO DE TRAQUEOSTOMIA E/OU DRENO ; DIMENSÃO DISPONÍVEL: 6CM X 7CM</p> <p><b>Especificação:</b> CURATIVO TIPO COBERTURA NÃO ADESIVA PARA CURATIVO DE TRAQUEOSTOMIA E/OU DRENO : INDICADO PARA PROTEÇÃO EM TRAQUEOSTOMIA E DRENOS DE DIÂMETRO APROPRIADO; PROTEÇÃO DE TECIDO EPITELIAL NOVO; PREVENÇÃO DE GRANULOMAS, TRAQUEOSTOMIA INFANTIL. COMPOSIÇÃO: FILME SEMIPERMEÁVEL: 100% POLIURETANO; ESPUMA HIDROFÍLICA ABSORVENTE: 100% POLIURETANO. DIMENSÕES DISPONÍVEL 6CM X 7CM.</p>                                                                                                                      | UND | 500 |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 166 | 28145 | <p><b>Nome:</b> CURATIVO TIPO COBERTURA NÃO ADESIVA PARA CURATIVO DE TRAQUEOSTOMIA E/OU DRENO ; DIMENSÃO DISPONÍVEL: 9CM X 9CM.</p> <p><b>Especificação:</b> CURATIVO TIPO COBERTURA NÃO ADESIVA PARA CURATIVO DE TRAQUEOSTOMIA E/OU DRENO : INDICADO PARA PROTEÇÃO EM TRAQUEOSTOMIA E DRENOS DE DIÂMETRO APROPRIADO; PROTEÇÃO DE TECIDO EPITELIAL NOVO; PREVENÇÃO DE GRANULOMAS, TRAQUEOSTOMIA INFANTIL. COMPOSIÇÃO: FILME SEMIPERMEÁVEL: 100% POLIURETANO; ESPUMA HIDROFÍLICA ABSORVENTE: 100% POLIURETANO. DIMENSÃO DISPONÍVEL: 9CM X 9CM.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND | 500   |
| 167 | 15212 | <p><b>Nome:</b> DETERGENTE ENZIMÁTICO 5000ML, DE USO HOSPITALAR</p> <p><b>Especificação:</b> DETERGENTE ENZIMÁTICO 5000ML, DE USO HOSPITALAR - LIMPADOR MULTI ENZIMÁTICO À BASE DE NO MÍNIMO QUATRO ENZIMAS DOS GRUPOS DAS AMILASES, PROTEASES, LIPASES E CARBOHIDRASES, ÁGUA PURIFICADA, ESTABILIZANTE, ATÓXICO, NÃO CORROSIVO, COM PH ENTRE 6 E 8, INIDICADOS PARA LIMPEZA MANUAL E AUTOMÁTICA. OS DETERGENTES ENZIMÁTICOS NÃO PODEM CONTER SUBSTÂNCIAS QUE COMPROMETAM A ATIVIDADE DAS ENZIMAS OU QUE DANIFIQUEM OS MATERIAIS QUE ENTRAM EM CONTATO COM ESTES PRODUTOS. APÓS FINALIZADO O PROCESSO DE LIMPEZA, O MATERIAL NÃO DEVERÁ APRESENTAR ODOR BIOLÓGICO. O FORNECEDOR DO PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR: A) LAUDO DAS ATIVIDADES ENZIMÁTICAS E SUA CONCENTRAÇÃO; B) LAUDO DE ESTABILIDADE DAS ENZIMAS; C) LAUDO DE PH DO PRODUTO; D) AMOSTRA EM DOIS RECIPIENTES DE NO MÍNIMO 1 LITRO CADA. NO RÓTULO DEVE CONSTAR NO MÍNIMO: A) NOME DO PRODUTO; B) MODO DE USAR; C) PROPORÇÃO DE DILUIÇÃO MANUAL E AUTOMATIZADA; D) TEMPO DE PERMANÊNCIA DO INSTRUMENTAL NA SOLUÇÃO APÓS SUA DILUIÇÃO, QUANDO SUA LIMPEZA FOR MANUAL; E) DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE; F) PRIMEIROS SOCORROS. CADA GALÃO DE 5L EQUIVALE A 1 UNIDADE. O PRODUTO DEVE OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> | GAL | 120   |
| 168 | 15264 | <p><b>Nome:</b> ELETRODOS ADULTOS C/ GEL. ELETRODO CARDIOLÓGICO</p> <p><b>Especificação:</b> ELETRODOS ADULTOS C/ GEL. ELETRODO CARDIOLÓGICO - ELETRODOS CARDIOLÓGICOS DESCARTÁVEIS DESCRIÇÃO TÉCNICA: DORSO DE ESPUMA, GEL SÓLIDO, ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO, PINO DE AÇO INOXIDÁVEL E CONTRA PINO DE CLORETO DE PRATA (AGCL). CONTEÚDO 50 UNIDADES.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PCT | 1.200 |
| 169 | 8323  | <p><b>Nome:</b> ELETRODOS INFANTIL C/ GEL. ELETRODO CARDIOLOGICO - ELETRODOS CARDIOLÓGICOS</p> <p><b>Especificação:</b> ELETRODOS INFANTIL C/ GEL. ELETRODO CARDIOLOGICO - ELETRODOS CARDIOLÓGICOS DESCARTÁVEIS DESCRIÇÃO TÉCNICA: DORSO DE ESPUMA, GEL SÓLIDO, ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO, PINO DE AÇO INOXIDÁVEL E CONTRA-PINO DE CLORETO DE PRATA (AGCL). CONTEÚDO 50 UNIDADES.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PCT | 100   |
| 170 | 24238 | <p><b>Nome:</b> EQUIPO FOTOSSENSIVEL COMPATIVEL COM BOMBA DE INFUSÃO – LIFEMED / LF</p> <p><b>Especificação:</b> EQUIPO FOTOSSENSIVEL COMPATIVEL COM BOMBA DE INFUSÃO – LIFEMED / LF SMART</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND | 3.000 |
| 171 | 24239 | <p><b>Nome:</b> EQUIPO FOTOSSENSIVEL COMPATIVEL COM BOMBA DE INFUSÃO – SAMTRONIC / ST 1000</p> <p><b>Especificação:</b> EQUIPO FOTOSSENSIVEL COMPATIVEL COM BOMBA DE INFUSÃO – SAMTRONIC / ST 1000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND | 3.000 |
| 172 | 24237 | <p><b>Nome:</b> EQUIPO FOTOSSENSIVEL COMPATIVEL COM BOMBA DE INFUSÃO – SINO / SN-S1</p> <p><b>Especificação:</b> EQUIPO FOTOSSENSIVEL COMPATIVEL COM BOMBA DE INFUSÃO – SINO / SN-S1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND | 3.000 |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 173 | 8324  | <p><b>Nome:</b> EQUIPO MACRO GOTAS - EQUIPO CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, ESTÉRIL, TRANSPARENTE</p> <p><b>Especificação:</b> EQUIPO MACRO GOTAS - EQUIPO CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, ESTÉRIL, TRANSPARENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 120 CM DE COMPRIMENTO, COM PONTA PERFURANTE PAR AMPOLA PLÁSTICA OU BORRACHA, CÂMARA FLEXÍVEL COM GOTEJADOR MACROGOTAS, FILTRO DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS E FILTRO DE AR HIDRÓFOTO BACTERIOLÓGICO, PINÇA ROLETE DE ALTA PRECISÃO, INJETOR LATERAL E CONECTOR TIPO LUER. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE, COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. O PRODUTO DEVESEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT - NBR 14041.</p>                                  | UND | 85.100 |
| 174 | 8325  | <p><b>Nome:</b> EQUIPO MICRO GOTAS - EQUIPO CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, ESTÉRIL, TRANSPARENTE, MEDINDO APROX. 120 CM DE COMP</p> <p><b>Especificação:</b> EQUIPO MICRO GOTAS - EQUIPO CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, ESTÉRIL, TRANSPARENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 120 CM DE COMPRIMENTO, COM PONTA PERFURANTE PARA AMPOLA PLÁSTICA OU BORRACHA, CÂMARA FLEXÍVEL COM GOTEJADOR MICROGOTAS, FILTRO DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS E FILTRO DE AR HIDRÓFOTO BACTERIOLÓGICO, PINÇA ROLETE DE ALTA PRECISÃO, INJETOR LATERAL E CONECTOR TIPO LUER. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE, COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT - NBR 14041.</p> | UND | 1.000  |
| 175 | 24235 | <p><b>Nome:</b> EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM BOMBAS DE INFUSÃO – SINO / SN-S1</p> <p><b>Especificação:</b> EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM BOMBAS DE INFUSÃO – SINO / SN-S1, INSENTO DE PVC</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND | 2.000  |
| 176 | 24900 | <p><b>Nome:</b> EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL</p> <p><b>Especificação:</b> EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL LANCETA PERFURADORA ADAPTÁVEL AOS RECIPIENTES (FRASCO OU BOLSA, DE ÁGUA E DIETA ENTERAL); CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL; PINÇA ROLETE PARA CONTROLE DE GOTEJAMENTO; CONECTOR LUER SLIP, ESCALONADO LUER E ESCALONADO NÃO LUER, ESPECÍFICO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL; DISPONÍVEL COM FILTRO DE AR BACTERIOLÓGICO DE 0,22 MICRA; ESTÉRIL.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND | 8.000  |
| 177 | 24247 | <p><b>Nome:</b> ESCOVA COM CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 22 ML</p> <p><b>Especificação:</b> ESCOVA COM CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 22 ML</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND | 980    |
| 178 | 8326  | <p><b>Nome:</b> ESCOVA PARA CITOPATOLOGIA - ESCOVA GINECOLOGICA;</p> <p><b>Especificação:</b> ESCOVA PARA CITOPATOLOGIA - ESCOVA GINECOLOGICA; PARA COLETA DE CITOLOGIA ENDOCERVICAL, COM CERDA DE FIO SINTETICO MACIA DE 0,4MM, CILINDRICA; DE FORMATO CONICO , CABOCOM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 15CM , NÃO ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CX  | 200    |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 179 | 19595 | <p><b>Nome:</b> ESCOVA PARA LIMPEZA DE TUBOS DE ENSAIO</p> <p><b>Especificação:</b> FEITO DE ARAME ABRASIVO E HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL, DURÁVEL E NÃO ENFERRUJANDO ROBUSTO E ENXÁGUE COM FACILIDADE, MANUSEIO FÁCIL E FERRAMENTA DE LIMPEZA EFICIENTE. MATERIAL: FIO DE NYLON ABRASIVO, COMPRIMENTO TOTAL: 20CM / 7.87INCH, DIÂMETROS EXTERNOS: 2MM, 3MM, 5MM, 6MM, 8MM, 12MM, 16MM, 20MM, 24MM.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND | 1      |
| 180 | 8327  | <p><b>Nome:</b> ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO.</p> <p><b>Especificação:</b> ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO. APARELHO PARA MEDIR A PRESSÃO ARTERIAL ANEROIDE ADULTO COM BRAÇADEIRA EM TECIDO DE NYLON OU LONA DE ALGODÃO, ANTIALÉRGICO, RESISTENTE, FLEXÍVEL, MOLDÁVEL FACILMENTE AO BRAÇO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM X 52CM, FECHO DE VELCRO. A CÂMARA INTERNA DEVERÁ SER DE BORRACHA RESISTENTE FLEXÍVEL. O MANÔMETRO DEVERÁ TER FUNDO DE COR CLARA COM NUMERAÇÃO BEM VISÍVEL, SENDO A TAMPA RESISTENTE E ESCALA DE ZERO A 300MM DE HG (MERCÚRIO). A PÊRA DEVERÁ SER DE BORRACHA RESISTENTE E MALEÁVEL, TENDO VÁLVULA DE ESCAPA DE PRESSÃO, CONFECCIONADA EM METAL. O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE E ACONDICIONADA EM ESTOJO PRÓPRIO COM ZÍPER. O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER ACABAMENTO PERFEITO, SENDO QUE A BRAÇADEIRA DEVERÁ SER COSTURADA COM LINHA DE NYLON RESISTENTE. O PRODUTO DEVERÁ TER CERTIFICADO DO INMETRO GRAVADO NO CORPO DO PRODUTO. DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE UM CERTIFICADO DE GARANTIA DE 2 ANOS E SELO DO INMETRO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE.</p>       | UND | 140    |
| 181 | 8329  | <p><b>Nome:</b> ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL.</p> <p><b>Especificação:</b> ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL. APARELHO PARA MEDIR A PRESSÃO ARTERIAL ANEROIDE INFANTIL COM BRAÇADEIRA EM TECIDO DE NYLON OU LONA DE ALGODÃO, ANTIALÉRGICO, RESISTENTE, FLEXÍVEL, MOLDÁVEL FACILMENTE AO BRAÇO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 10CM X 18CM, FECHO DE VELCRO. A CÂMARA INTERNA DEVERÁ SER DE BORRACHA RESISTENTE FLEXÍVEL. O MANÔMETRO DEVERÁ TER FUNDO DE COR CLARA COM NUMERAÇÃO BEM VISÍVEL, SENDO A TAMPA RESISTENTE E ESCALA DE ZERO A 300MM DE HG (MERCÚRIO). A PÊRA DEVERÁ SER DE BORRACHA RESISTENTE E MALEÁVEL, TENDO VÁLVULA DE ESCAPA DE PRESSÃO, CONFECCIONADA EM METAL. O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE E ACONDICIONADA EM ESTOJO PRÓPRIO COM ZÍPER. O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER ACABAMENTO PERFEITO, SENDO QUE A BRAÇADEIRA DEVERÁ SER COSTURADA COM LINHA DE NYLON RESISTENTE. O PRODUTO DEVERÁ TER CERTIFICADO DO INMETRO GRAVADO NO CORPO DO PRODUTO. DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE UM CERTIFICADO DE GARANTIA DE 2 ANOS E SELO DO INMETRO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE.</p> | UND | 80     |
| 182 | 12901 | <p><b>Nome:</b> ESPAÇADOR COM MÁSCARA ADULTO</p> <p><b>Especificação:</b> ESPAÇADOR - ESPAÇADOR, APLICAÇÃO COM MÁSCARA ADULTO ULTRA-FLEXÍVEL BIVALVULADA, TIPOADAPTADOR UNIVERSAL PARA SPRAY AEROSSOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE,CÂMARA INQUEBRÁVEL</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND | 70     |
| 183 | 12900 | <p><b>Nome:</b> ESPAÇADOR COM MÁSCARA INFANTIL</p> <p><b>Especificação:</b> ESPAÇADOR - ESPAÇADOR, APLICAÇÃO COM MÁSCARA INFANTIL ULTRA-FLEXÍVEL BIVALVULADA, TIPO ADAPTADOR UNIVERSAL PARA SPRAY AEROSSOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE,CÂMARA INQUEBRÁVEL</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND | 70     |
| 184 | 8330  | <p><b>Nome:</b> ESPARADRAPO 10 X 4,5 C/ CAPA AUTO-COLANTE BRANCO</p> <p><b>Especificação:</b> ESPARADRAPO 10 X 4,5 C/ CAPA AUTO-COLANTE BRANCO-ESPERADRAPO MEDINDO 10CM DE LARGURA POR 4,5 M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO, IMPERMEÁVEL , MASSA ADESIVA A BASE DE BORRACHA NATURAL, OXIDO DE ZINCO E RESINAS , HIPOALERGENICO, MICROPOROSO, BOA ADERENCIA , BORDAS EM PICOTESM ENROLADO EM CARRETEL COM CAPA PROTETORA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO,VALIDADE, NUMERO DE LOTE REGISTRO NO M.S E INMETRO NA COR BRANCA/COR BRANCO.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND | 19.122 |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 185 | 8332  | <p><b>Nome:</b> ESPARADRAPO HIPOALÉRGICO MICROPOROSO 10 X 4,5</p> <p><b>Especificação:</b> ESPARADRAPO HIPOALÉRGICO MICROPOROSO 10 X 4,5 - CONFECCIONADA COM SUBSTRATO DE NÃO-TECIDO À BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRÍLICA E MASSA ADESIVA À BASE DE POLIACRILATO HIPOALERGÊNICO. UTILIZADA PARA FIXAÇÃO DE CURATIVOS, PONTO FALSO, PROTEÇÃO DE CORTES, ETC. DE FINÍSSIMA ESPESSURA E EXCELENTE FIXAÇÃO, NÃO DEVE MACHUCAR A PELE</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND | 15.142 |
| 186 | 28323 | <p><b>Nome:</b> ESPÁTULA DE AYRE, PACOTE COM 100 UND <b>Especificação:</b> ESPÁTULA DE AYRE, fabricada em madeira, com uma extremidade arredondada e outra no formato coração que permite ajuste anatômico à ectocérvice. Tamanho aproximado: Espessura: 1,6mm Largura: 16mm Comprimento: 176mm. Pacote com 100 unidades.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PCT | 200    |
| 187 | 8333  | <p><b>Nome:</b> ESPÁTULA DE AYRES CONFECCIONADA EM MADEIRA DESCARTAVEL RESISTENT</p> <p><b>Especificação:</b> ESPÁTULA DE AYRES CONFECCIONADA EM MADEIRA DESCARTAVEL RESISTENTE EM EMBALAGEM CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA; PACOTE COM 100 UNIDADES</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PCT | 860    |
| 188 | 8334  | <p><b>Nome:</b> ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. GRANDE</p> <p><b>Especificação:</b> ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. GRANDE -. PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL. PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. NO ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TEM COMO FINALIDADE MANTER AS PAREDES VAGINAIS AFASTADAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO DO COLO DO ÚTERO PARA O EXAME GINECOLÓGICO, COLPOSCÓPICO E COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES CITOLÓGICOS. SEU FORMATO ANATÔMICO DESENVOLVIDO FAVORECE UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL E O FATO DE SER DESCARTÁVEL, ELIMINA O RISCO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA ENTRE PACIENTES.</p>   | UND | 900    |
| 189 | 8336  | <p><b>Nome:</b> ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. MÉDIO</p> <p><b>Especificação:</b> ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. MÉDIO -. PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL. PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. NO ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TEM COMO FINALIDADE MANTER AS PAREDES VAGINAIS AFASTADAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO DO COLO DO ÚTERO PARA O EXAME GINECOLÓGICO, COLPOSCÓPICO E COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES CITOLÓGICOS. SEU FORMATO ANATÔMICO DESENVOLVIDO FAVORECE UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL E O FATO DE SER DESCARTÁVEL, ELIMINA O RISCO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA ENTRE PACIENTES.</p>     | UND | 1.800  |
| 190 | 8337  | <p><b>Nome:</b> ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. PEQUENO</p> <p><b>Especificação:</b> ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. PEQUENO -. PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL. PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. NO ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TEM COMO FINALIDADE MANTER AS PAREDES VAGINAIS AFASTADAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO DO COLO DO ÚTERO PARA O EXAME GINECOLÓGICO, COLPOSCÓPICO E COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES CITOLÓGICOS. SEU FORMATO ANATÔMICO DESENVOLVIDO FAVORECE UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL E O FATO DE SER DESCARTÁVEL, ELIMINA O RISCO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA ENTRE PACIENTES.</p> | UND | 2.000  |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 191 | 28163 | <p><b>Nome:</b> ESPUMA ANTISSEPTICA PARA LIMPEZA DE FERIDAS À BASE @-BISABOOL SEM ENXÁGUE . APRESENTAÇÃO: 150 ML</p> <p><b>Especificação:</b> ESPUMA ANTISSEPTICA PARA LIMPEZA DE FERIDAS À BASE @-BISABOOL SEM ENXÁGUE . COMPOSIÇÃO SOLUÇÃO AQUOSA ANTISSEPTICA COM POLIHEXANIDA PHMB 0,2%, BISABOOL, DIMETICONA. INDICAÇÃO: PARA USO NO TRATAMENTO DE FERIDAS. SOLUÇÃO TRANSPARENTE, BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICA, INDOLOR, ISENTO DE AGENTES ALERGIZANTES E DE IRRITANTES DÉRMICOS. PROPICIA LIMPEZA DA FERIDA SENDO EFETIVA NA PREVENÇÃO E NO TRATAMENTO DE FERIDAS INFECTADAS. EMBALAGEM RESISTENTE, PUMP DE FÁCIL APLICAÇÃO E MANUSEIO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. APRESENTAÇÃO: 150 ML.</p> | UND | 500 |
| 192 | 29267 | <p><b>Nome:</b> ESTADIÔMETRO NEONATAL</p> <p><b>Especificação:</b> ESTADIÔMETRO NEONATAL - EQUIPAMENTO DE ALTA QUALIDADE DESENVOLVIDO COM A FINALIDADE DE MEDIR A ESTATURA COM PRECISÃO ATRAVÉS DE UMA RESOLUÇÃO MILIMÉTRICA, COM CAIXA EM ABS. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR: ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, FAIXA MINIMA DE ATUAÇÃO DE 0,30 A 1,00 M, RESOLUÇÃO EM MILÍMETROS, TOLERÂNCIA DE APROXIMADAMENTE 2 MM EM 2,25 M, MATÉRIA-PRIMA EM PLÁSTICO ABS, TRAVAS NA LATERAL, APOIO DE PÉS DESLIZANTE, SUPORTE DE MESA DO TIPO DESLIZAMENTO HORIZONTAL E MANUAL DO FABRICANTE INCLUSO</p>                                                                                                                                                | UND | 50  |
| 193 | 15259 | <p><b>Nome:</b> ESTADIOMETRO PORTÁTIL DE PISO com finalidade de medir a estatura de adultos e crianças com precisão através de uma resol</p> <p><b>Especificação:</b> ESTADIOMETRO PORTÁTIL DE PISO com finalidade de medir a estatura de adultos e crianças com precisão através de uma resolução milimétrica. Conta com paquímetro deslizador. Alta durabilidade, fabricado em material resistente; Instalação simples e fácil; Produto com acabamento Premium; totalmente portátil, aplicado sobre o piso em qualquer ambiente; Faixa de medição: de 85 até 210 cm; Dimensão: 28 x 28 x 88 cm (C x L x A); Material: Alumínio anodizado + plástico ABS injetado.</p>                                                              | UND | 55  |
| 194 | 28345 | <p><b>Nome:</b> ESTESIÔMETRO, COMPOSIÇÃO 6 TUBOS COM 1 PAR FILAMENTOS NYLON ESPECIAL, APLICAÇÃO TESTE DE SENSIBILIDADE CUTÂNEA</p> <p><b>Especificação:</b> ESTESIÔMETRO, COMPOSIÇÃO 6 TUBOS COM 1 PAR FILAMENTOS NYLON ESPECIAL, APLICAÇÃO TESTE DE SENSIBILIDADE CUTÂNEA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND | 25  |
| 195 | 8338  | <p><b>Nome:</b> ESTETOSCÓPIO ADULTO COMPLETO COM DOIS TUBOS (DUPLO) E DIAGRAMA DUPLO</p> <p><b>Especificação:</b> ESTETOSCÓPIO ADULTO COMPLETO COM DOIS TUBOS (DUPLO) E DIAGRAMA DUPLO QUE POSSIBILITA ALTA SENSIBILIDADE NA CAPACITAÇÃO DOS RUÍDOS, AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, OLIVAS DE FORMATO ANATÔMICO DE BORRACHA MACIA E ANTIALÉRGICA, CONJUNTO BIAURICULAR LEVE, RESISTENTE E COM AJUSTE AUTOMÁTICO, FACILITANDO SEU MANUSEIO, TUBO “Y” MOLDADO SEM SOLDAS PROPORCIONANDO AMPLIAÇÃO NÍTIDA DO SOM CAPTADO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE.</p>                                                                                                                                                                                 | UND | 112 |
| 196 | 24245 | <p><b>Nome:</b> ESTOJO EM INOX COM TAMPA, TAMANHO 20X10X5</p> <p><b>Especificação:</b> ESTOJO EM INOX COM TAMPA, TAMANHO 20X10X5</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND | 52  |
| 197 | 14206 | <p><b>Nome:</b> ESTOJO INOX LISO 18 X 08 X 5 CM AC-003</p> <p><b>Especificação:</b> ESTOJO INOX LISO 18 X 08 X 5 CM AC-003</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND | 52  |
| 198 | 19324 | <p><b>Nome:</b> ESTRADO DE PLASTICO PRETO 50 X 50 CM</p> <p><b>Especificação:</b> ESTRADO DE PLASTICO PRETO 50 X 50 CM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) OU POLIPROPILENO (PP), COM CAPACIDADE PARA 20 TON/M², EXTREMAMENTE RESISTENTE, DURÁVEL E ANTIDERRAPANTE, ATENDENDO TODAS AS NORMAS VIGENTES DA ANVISA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND | 434 |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 199 | 30747 | <p><b>Nome:</b> ETIQUETA ADESIVA PARA ESTERILIZAÇÃO</p> <p><b>Especificação:</b> ETIQUETA ADESIVA PARA ESTERILIZAÇÃO, medindo aproximadamente 50 x 30 mm, confeccionada em material autoadesivo adequado para identificação e rastreabilidade de materiais submetidos a processos de esterilização, com boa aderência e resistência às condições do processo. Deve possuir campos apropriados para preenchimento das seguintes informações: data de esterilização, prazo de validade, número do lote, identificação do responsável e identificação do conteúdo/material esterilizado, permitindo o adequado controle e rastreabilidade dos materiais. Apresentação: rolo contendo 250 (duzentas e cinquenta) etiquetas. Produto destinado ao uso em serviços de saúde, contribuindo para o controle dos processos de esterilização e para o atendimento às exigências sanitárias e de auditoria.</p> | ROL | 100    |
| 200 | 11230 | <p><b>Nome:</b> EXTENSOR EQUIPO SORO, APLICAÇÃO P/ PERFUSÃO SIMULTÂNEA, DERIVAÇÃO Y, N" DE VIAS DUAS VIAS, MATERIAL PVC CRISTAL</p> <p><b>Especificação:</b> EXTENSOR EQUIPO SORO, APLICAÇÃO P/ PERFUSÃO SIMULTÂNEA, DERIVAÇÃO Y, N" DE VIAS DUAS VIAS, MATERIAL PVC CRISTAL, TIPO PINÇA PINÇA CORTA FLUXO EM TODAS VIAS, TIPO CONECTOR CONECTOR LUER LOCK MACHO E LUER FÊMEA C/ TAMPAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOTOSSENSÍVEIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. Com dados de identificação, data de validade e de fabricação, número do lote e registro na ANVISA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND | 10.000 |
| 201 | 8341  | <p><b>Nome:</b> FIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSE.</p> <p><b>Especificação:</b> FIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSE - CURATIVO NÃO TECIDO, COMPOSTO POR FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, APRESENTAM-SE EM FORMA DE FITA OU PLACA, MACIA E ESTÉRIL, CARACTERIZAM-SE POR APRESENTAREM UM MECANISMO DE ABSORÇÃO VERTICAL, SENDO O EXSUDADO ABSORVIDO PARA O INTERIOR DA FIBRA, A QUAL SE TRANSFORMA NUM GEL CRIANDO DESSA FORMA, UMA AMBIENTE ÚMIDO FAVORÁVEL AO PROCESSO CICATRICAL, SEM NO ENTANTO MACERAR A PELE CIRCUNDANTE À FERIDA. INDICADAS EM FERIDAS MUITO EXSUDATIVAS, TAIS COMO ÚLCERAS DE PRESSÃO OU VASCULARES, ABRASÕES E LACERAÇÕES, INCISÕES, ZONAS DADORAS DE ENXERTOS E QUEIMADURAS DO 1 E 2.º GRAUS. PLACA COM APROXIMADAMENTE 15X15 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE. E CERTIFICADO DA ANVISA</p>                                                  | UND | 100    |
| 202 | 30758 | <p><b>Nome:</b> FILTRO BACTERIANO HEPA</p> <p><b>Especificação:</b> Filtro bacteriano de alta eficiência, tipo HEPA, destinado à retenção de partículas, bactérias e outros contaminantes presentes no fluxo de ar, indicado para utilização em equipamentos médico-hospitalares. Deve possuir alta capacidade de filtração, baixa resistência ao fluxo de ar, estrutura compatível com sistemas de ventilação e/ou equipamentos de suporte respiratório, conforme aplicação, com conexões seguras e adequadas ao equipamento. Produto de uso médico-hospitalar, descartável, embalado individualmente, estéril quando aplicável, com identificação do fabricante, lote, data de fabricação, prazo de validade.</p>                                                                                                                                                                                  | UND | 200    |
| 203 | 15250 | <p><b>Nome:</b> FIO CIRÚRGICO DE CATGUTE CROMADO 0</p> <p><b>Especificação:</b> FIO CIRÚRGICO DE CATGUTE CROMADO 0 MULTIFILAMENTAR, TRAÇADO ABSORVÍVEL, NATURAL, COMPRIMENTO 70 CM, COR MARROM. CONTENDO 01 AGULHA, COM COMPRIMENTO DE 3,0 CM, 3/8 CÍRCULO, PONTA E CORPO CILÍNDRICO, EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL (ENVELOPE) QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ENV | 240    |
| 204 | 15251 | <p><b>Nome:</b> FIO CIRÚRGICO DE CATGUTE CROMADO 2-0</p> <p><b>Especificação:</b> FIO CIRÚRGICO DE CATGUTE CROMADO 2-0 MULTIFILAMENTAR, TRAÇADO ABSORVÍVEL, NATURAL, COMPRIMENTO 70 CM, COR MARROM. CONTENDO 01 AGULHA, COM COMPRIMENTO DE 3,0 CM, 3/8 CÍRCULO, PONTA E CORPO CILÍNDRICO, E, AÇO INOXIDÁVEL, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL (ENVELOPE). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ENV | 240    |
| 205 | 8345  | <p><b>Nome:</b> FIO DE SUTURA MONONYLON 2.0 FIO DE SUTURA MONONYLON 2.0, COM AGULHA CUTICULAR 3/8 DE CIRCUNFERENCIA E APROX. 30 MM</p> <p><b>Especificação:</b> FIO DE SUTURA MONONYLON 2.0, COM AGULHA CUTICULAR 3/8 DE CIRCUNFERENCIA E APROXIMADAMENTE 30 MM (CUTICULAR) .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND | 2.640  |
| 206 | 8346  | <p><b>Nome:</b> FIO DE SUTURA MONONYLON 3.0, COM AGULHA CUTICULAR 3/8 DE CIRCUNFERENCIA E APROXIMADAMENTE 30 MM (CUTICULAR) .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND | 2.640  |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     |       | <b>Especificação:</b> FIO DE SUTURA MONONYLON 3.0, COM AGULHA CUTICULAR 3/8 DE CIRCUNFERENCIA E APROXIMADAMENTE 30 MM (CUTICULAR) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |
| 207 | 8347  | <b>Nome:</b> FIO DE SUTURA MONONYLON 4.0, COM AGULHA CUTICULAR 3/8 DE CIRCUNFERENCIA E APROXIMADAMENTE 20 MM (CUTICULAR) .<br><b>Especificação:</b> FIO DE SUTURA MONONYLON 4.0, COM AGULHA CUTICULAR 3/8 DE CIRCUNFERENCIA E APROXIMADAMENTE 20 MM (CUTICULAR) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND | 2.640 |
| 208 | 8348  | <b>Nome:</b> FIO DE SUTURA MONONYLON 5.0, COM AGULHA CUTICULAR 3/8 DE CIRCUNFERENCIA E APROXIMADAMENTE 20 MM (CUTICULAR) .<br><b>Especificação:</b> FIO DE SUTURA MONONYLON 5.0, COM AGULHA CUTICULAR 3/8 DE CIRCUNFERENCIA E APROXIMADAMENTE 20 MM (CUTICULAR) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND | 1.220 |
| 209 | 8349  | <b>Nome:</b> FIO DE SUTURA MONONYLON 6.0, COM AGULHA CUTICULAR 3/8 DE CIRCUNFERENCIA E APROXIMADAMENTE 20 MM (CUTICULAR) .<br><b>Especificação:</b> FIO DE SUTURA MONONYLON 6.0, COM AGULHA CUTICULAR 3/8 DE CIRCUNFERENCIA E APROXIMADAMENTE 20 MM (CUTICULAR) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND | 1.220 |
| 210 | 14209 | <b>Nome:</b> FIO DE SUTURA, MATERIAL CATGUT SIMPLES C/ AGULHA, TIPO FIO 0<br><b>Especificação:</b> FIO DE SUTURA, MATERIAL CATGUT SIMPLES C/ AGULHA, TIPO FIO 0, COMPRIMENTO COMPR. MÍNIMO 70 CM, TIPO AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA 3,5 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND | 480   |
| 211 | 14210 | <b>Nome:</b> FIO DE SUTURA, MATERIAL CATGUT SIMPLES C/ AGULHA, TIPO FIO 2.0<br><b>Especificação:</b> FIO DE SUTURA, MATERIAL CATGUT SIMPLES C/ AGULHA, TIPO FIO 2.0, COMPRIMENTO COMPR. MÍNIMO 70 CM, TIPO AGULHA 3/8 CÍRCULOS CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA 3,0 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND | 480   |
| 212 | 16479 | <b>Nome:</b> FIOS-GUIA/MANDRIL PARA ENTUBAÇÃO ADULTO<br><b>Especificação:</b> FIOS-GUIA/MANDRIL PARA ENTUBAÇÃO ADULTO: FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO ADULTO - FIO METÁLICO, DOBRÁVEL, PARA AUXILIAR NA INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL. PRODUTO DE HASTE FLEXÍVEL COM APROXIMADAMENTE 400 MM, AUTOCLAVÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND | 10    |
| 213 | 8350  | <b>Nome:</b> FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE 19 X 30<br><b>Especificação:</b> FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE 19 X 30 - FITA ADESIVA TERMO RESISTENTE, ESPECIFICA PRA AUTOCLAVE, DOTADA DE DORSO DE PAPEL CREPADO COM MARCAÇÃO TERMO SENSÍVEL, EM FORMA DE LISTRAS, DISTRIBUIDAS PARALELAMENTE EQUIDISTANTES. ESTAS LISTRAS SE APRESENTAN IMPRESSAS COM TINTA ESPECIAL DE TONALIDADE MAIS CLARA QUE A FITA , QUE EM CONTATO COM A TEMPERATURA NO PROCESSO DE ESTERELIZAÇÃO POR AUTOCLAVAGEM, ADQUIRE COR ESCURA( MARROM OU PRETA), IDENTIFICANDO DESTA FORMA , MATERIAIS SUBMETIDOS AO PROCESSO DE ESTERELIZAÇÃO. A OUTRA SUPERFICIE DEVERA SER IMPREGNADA DE SUBSTANCIA ADESIVA FORMADA A BASE DE MATERIAIS QUE RESISTAM A UMIDADE E AS CONDIÇÕES TERMICAS DO PROCESSO DE ESTERELIZAÇÃO ,OU SEJA 132º ENROLADA EM ANEL DE PAPEL RIGIDO OU OUTRO MATERIAL COMPATIVEL, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 19MM DE LARGURA X 30 M DE COMPRIMENTO. | UND | 4.020 |
| 214 | 30748 | <b>Nome:</b> FITA ADESIVA TIPO MICROPORE, COR MARROM <b>Especificação:</b> ETIQUETA ADESIVA PARA ESTERILIZAÇÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50 X 30 MM, CONFECCIONADA EM MATERIAL AUTOADESIVO ADEQUADO PARA IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE DE MATERIAIS SUBMETIDOS A PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO, COM BOA ADERÊNCIA E RESISTÊNCIA ÀS CONDIÇÕES DO PROCESSO. DEVE POSSUIR CAMPOS APROPRIADOS PARA PREENCHIMENTO DAS SEGUINTE INFORMações: DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL E IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO/MATERIAL ESTERILIZADO, PERMITINDO O ADEQUADO CONTROLE E RASTREABILIDADE DOS MATERIAIS. APRESENTAÇÃO: ROLO CONTENDO 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) ETIQUETAS.                                                                                                                                                                                                          | ROL | 450   |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     |       | PRODUTO DESTINADO AO USO EM SERVIÇOS DE SAÚDE, CONTRIBUINDO PARA O CONTROLE DOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO E PARA O ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS SANITÁRIAS E DE AUDITORIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |
| 215 | 14265 | <p><b>Nome:</b> FITA HOSPITALAR</p> <p><b>Especificação:</b> FITA HOSPITALAR, TIPO MICROPOROSA, MATERIAL DORSO EM NÃO TECIDO, COMPONENTES ADESIVO ACRÍLICO, DIMENSÕES CERCA DE 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HIPOALERGÊNICO, COR BEGE</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ROL | 400   |
| 216 | 15260 | <p><b>Nome:</b> FITA MÉTRICA ANTOPOMÉTRICA com escala em centímetros nos dois lados da fita com 2m</p> <p><b>Especificação:</b> FITA MÉTRICA ANTOPOMÉTRICA com escala em centímetros nos dois lados da fita com 2 m. Dispositivo na fita em sua extremidade; para fixação na caixa de trena; retração automática; Fita em fibra de vidro; maleável inelástica</p>                                                                                                                                                                                                                                       | UND | 75    |
| 217 | 19617 | <p><b>Nome:</b> FITA MÉTRICA COSTURA, CORPORAL, 1,5M</p> <p><b>Especificação:</b> FITA MÉTRICA COSTURA, CORPORAL, 1,5M</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND | 20    |
| 218 | 28343 | <p><b>Nome:</b> FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA</p> <p><b>Especificação:</b> FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA 10cm, branco, composta por dorso de tecido rayon, adesivo acrílico hipoalérgico para curativos em polietileno, microperfurado, excelente fixação, não machuca a pele ao ser removido, com 10cm X 4,5m, com embalagem individual em carretel de plástico e com capa plástica de proteção.</p>                                                                                                                                                                                               | UND | 4.320 |
| 219 | 28154 | <p><b>Nome:</b> FIXADOR ADESIVO PARA SONDAS NASOENTERAIS E NASOGÁSTRICAS, FORMATO ANATÔMICO AO NARIZ. TAMANHO ADULTO G.</p> <p><b>Especificação:</b> FIXADOR ADESIVO PARA SONDAS NASOENTERAIS E NASOGÁSTRICAS, FORMATO ANATÔMICO AO NARIZ, NÃO ESTÉRIL, CONTENDO TIRAS PARA ESTABILIZAÇÃO DAS SONDAS AO ROSTO DO PACIENTE. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO DE POLIÉSTER E/OU VISCOSE, ADESIVO DE ACRILATO, HIPOALERGÊNICO, LIVRE DE LÁTEX, USO ÚNICO, RESISTENTE A ÁGUA E SUJIDADE, LONGA PERMANÊNCIA (TROCAR O FIXADOR CONFORME HOUVER DESCOLAMENTO OU PRESENÇA DE SUJIDADE). TAMANHO: ADULTO G.</p>       | UND | 20    |
| 220 | 28155 | <p><b>Nome:</b> FIXADOR ADESIVO PARA SONDAS NASOENTERAIS E NASOGÁSTRICAS, FORMATO ANATÔMICO AO NARIZ. TAMANHO INFANTIL</p> <p><b>Especificação:</b> FIXADOR ADESIVO PARA SONDAS NASOENTERAIS E NASOGÁSTRICAS, FORMATO ANATÔMICO AO NARIZ, NÃO ESTÉRIL, CONTENDO TIRAS PARA ESTABILIZAÇÃO DAS SONDAS AO ROSTO DO PACIENTE. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO DE POLIÉSTER E/OU VISCOSE, ADESIVO DE ACRILATO, HIPOALERGÊNICO, LIVRE DE LÁTEX, USO ÚNICO, RESISTENTE A ÁGUA E SUJIDADE, LONGA PERMANÊNCIA (TROCAR O FIXADOR CONFORME HOUVER DESCOLAMENTO OU PRESENÇA DE SUJIDADE). TAMANHO: INFANTIL.</p>        | UND | 20    |
| 221 | 28153 | <p><b>Nome:</b> FIXADOR ADESIVO PARA SONDAS NASOENTERAIS E NASOGÁSTRICAS, FORMATO ANATÔMICO AO NARIZ: TAMANHO NEONATAL PP</p> <p><b>Especificação:</b> FIXADOR ADESIVO PARA SONDAS NASOENTERAIS E NASOGÁSTRICAS, FORMATO ANATÔMICO AO NARIZ, NÃO ESTÉRIL, CONTENDO TIRAS PARA ESTABILIZAÇÃO DAS SONDAS AO ROSTO DO PACIENTE. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO DE POLIÉSTER E/OU VISCOSE, ADESIVO DE ACRILATO, HIPOALERGÊNICO, LIVRE DE LÁTEX, USO ÚNICO, RESISTENTE A ÁGUA E SUJIDADE, LONGA PERMANÊNCIA (TROCAR O FIXADOR CONFORME HOUVER DESCOLAMENTO OU PRESENÇA DE SUJIDADE). TAMANHO NEONATAL - PP.</p> | UND | 20    |
| 222 | 28325 | <p><b>Nome:</b> FIXADOR DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, TAMANHO ADULTO</p> <p><b>Especificação:</b> FIXADOR DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL TIRA DE ESPUMA RECOBERTA EM MALHA SINTÉTICA, FIXAÇÃO C/ VELCRO P/ ABAS CÂNULA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REGULÁVEL, ANTIALÉRGICO, TAMANHO ADULTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND | 10    |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 223 | 28324 | <p><b>Nome:</b> FIXADOR DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, TAMANHO PEDIÁTRICO</p> <p><b>Especificação:</b> FIXADOR DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL TIRA DE ESPUMA RECOBERTA EM MALHA SINTÉTICA, FIXAÇÃO C/ VELCRO P/ ABAS CÂNULA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REGULÁVEL, ANTIALÉRGICO, TAMANHO PEDIÁTRICO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND | 10     |
| 224 | 14213 | <p><b>Nome:</b> FORMOL (FORMALDEÍDO 10%) <b>Especificação:</b> FORMOL (FORMALDEÍDO 10%) - CONTEÚDO: 1000 ML. SOLUÇÃO AQUOSA DE GÁS DE FORMALDEÍDO E METANOL. EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, OU SIMILAR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.</p>                                                                                                                                                                                                                        | UND | 30     |
| 225 | 23823 | <p><b>Nome:</b> FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL, TAMANHO G -</p> <p><b>Especificação:</b> FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL, TAMANHO G- FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL, UNISSEX, ANATÔMICA E SUPER ABSORVENTE, DE USO ADULTO, NA INCONTINÊNCIA SEVERA E PÓS OPERATÓRIA, QUE GARANTE ABSORÇÃO, PROTEÇÃO, CONFORTO, LIBERDADE DE MOVIMENTOS E AGENTES HIDRATANTES PREVENTIVOS CONTRA IRRITAÇÃO DA PELE, FITAS LATERAIS ADESIVAS E ELÁSTICOS NAS PERNAS AJUSTÁVEIS AO CORPO, EVITANDO VAZAMENTOS. TAMANHO G. (MARCA REPROVADA NA ULTIMA LICITAÇÃO: MAXI CONFORT)</p>                                 | UND | 20.000 |
| 226 | 23822 | <p><b>Nome:</b> FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL, TAMANHO M -</p> <p><b>Especificação:</b> FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL, TAMANHO M - FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL, UNISSEX, ANATÔMICA E SUPER ABSORVENTE, DE USO ADULTO, NA INCONTINÊNCIA SEVERA E PÓS OPERATÓRIA, QUE GARANTE ABSORÇÃO, PROTEÇÃO, CONFORTO, LIBERDADE DE MOVIMENTOS E AGENTES HIDRATANTES PREVENTIVOS CONTRA IRRITAÇÃO DA PELE, FITAS LATERAIS ADESIVAS E ELÁSTICOS NAS PERNAS AJUSTÁVEIS AO CORPO, EVITANDO VAZAMENTOS. TAMANHO M. (MARCA REPROVADA NA ULTIMA LICITAÇÃO: MAXI CONFORT).</p>                               | UND | 24.000 |
| 227 | 23821 | <p><b>Nome:</b> FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL, TAMANHO P -</p> <p><b>Especificação:</b> FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL, TAMANHO P - FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL, UNISSEX, ANATÔMICA E SUPER ABSORVENTE, DE USO ADULTO, NA INCONTINÊNCIA SEVERA E PÓS OPERATÓRIA, QUE GARANTE ABSORÇÃO, PROTEÇÃO, CONFORTO, LIBERDADE DE MOVIMENTOS E AGENTES HIDRATANTES PREVENTIVOS CONTRA IRRITAÇÃO DA PELE, FITAS LATERAIS ADESIVAS E ELÁSTICOS NAS PERNAS AJUSTÁVEIS AO CORPO, EVITANDO VAZAMENTOS. TAMANHO P. (MARCA REPROVADA NA ULTIMA LICITAÇÃO: MAXI CONFORT)</p>                                | UND | 24.000 |
| 228 | 23824 | <p><b>Nome:</b> FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL, TAMANHO XG-</p> <p><b>Especificação:</b> FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL, TAMANHO XG- FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL, UNISSEX, ANATÔMICA E SUPER ABSORVENTE, DE USO ADULTO, NA INCONTINÊNCIA SEVERA E PÓS OPERATÓRIA, QUE GARANTE ABSORÇÃO, PROTEÇÃO, CONFORTO, LIBERDADE DE MOVIMENTOS E AGENTES HIDRATANTES PREVENTIVOS CONTRA IRRITAÇÃO DA PELE, FITAS LATERAIS ADESIVAS E ELÁSTICOS NAS PERNAS AJUSTÁVEIS AO CORPO, EVITANDO VAZAMENTOS. TAMANHO XG. (MARCA REPROVADA NA ULTIMA LICITAÇÃO: MAXI CONFORT)</p>                               | UND | 22.000 |
| 229 | 14214 | <p><b>Nome:</b> FRASCO COLETOR</p> <p><b>Especificação:</b> FRASCO COLETOR, TIPO USO DESCARTÁVEL, TIPO P/ FEZES, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE CERCA DE 50 ML, TIPO TAMPA, TAMPA ROSQUEÁVEL, COMPONENTES C/ ESPÁTULA, OUTROS COMPONENTES C/ CONSERVANTE, COMPONENTES ADICIONAIS FILTRO DE PARTÍCULAS E MICROFILTRO. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA.</p>                                                                                                                                                    | UND | 22.000 |
| 230 | 19773 | <p><b>Nome:</b> FRASCO DE 500 ML PARA ÁLCOOL EM GEL, VÁLVULA PUMP PROFISSIONAL.</p> <p><b>Especificação:</b> FRASCO DE 500 ML PARA ÁLCOOL EM GEL, VÁLVULA PUMP PROFISSIONAL.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND | 202    |
| 231 | 24896 | <p><b>Nome:</b> FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, 300 ML</p> <p><b>Especificação:</b> FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO (DIETA/ÁGUA), LIVRE DE BISFENOL A. ALÇA DE SUSTENTAÇÃO RESISTENTE PARA PENDURAR NO SUPORTE DE SORO. ESCALA GRADUADA EM ALTO RELEVO PARA VISUALIZAÇÃO E MENSURAÇÃO DO VOLUME DA SOLUÇÃO (DIETA/ÁGUA) A SER ADMINISTRADA NO PACIENTE. FRASCO FRACIONADOR PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÃO ENTERAIS; PERMITE TRATAMENTO TÉRMICO (AQUECIMENTO, RESFRIAMENTO) DE SOLUÇÕES; FRASCO EM PE DE 300ML GRADUADO COM ESCALA DE 50 ML;</p> | FRC | 10.000 |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|     |       | COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM SUPORTE;<br>TAMPA ROSQUEÁVEL COM LACRE E ADAPTADOR DE EQUIPO EM HÍMEN.<br>LIVRE DE BISFENOL-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |
| 232 | 24893 | <b>Nome:</b> FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, 500 ML<br><b>Especificação:</b> FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO (DIETA/ÁGUA), LIVRE DE BISFENOL A. ALÇA DE SUSTENTAÇÃO RESISTENTE PARA PENDURAR NO SUPORTE DE SORO. ESCALA GRADUADA EM ALTO RELEVO PARA VISUALIZAÇÃO E MENSURAÇÃO DO VOLUME DA SOLUÇÃO (DIETA/ÁGUA) A SER ADMINISTRADA NO PACIENTE.FRASCO FRACIONADOR PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÃO ENTERAIS;PERMITE TRATAMENTO TÉRMICO (AQUECIMENTO, RESFRIAMENTO) DE SOLUÇÕES;FRASCO EM PE DE 500ML GRADUADO COM ESCALA DE 50 ML;COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM SUPORTE;TAMPA ROSQUEÁVEL COM LACRE E ADAPTADOR DE EQUIPO EM HÍMEN.LIVRE DE BISFENOL-A                                                                                                                                                                                        | FRC | 10.000 |
| 233 | 19601 | <b>Nome:</b> GARROTE EM LATEX<br><b>Especificação:</b> GARROTE FINO 200 LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS GOIÁS LATEX ROLO 15 METROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ROL | 32     |
| 234 | 24261 | <b>Nome:</b> GARROTE EM TECIDO ELÁSTICO COM TRAVA - ADULTO<br><b>Especificação:</b> GARROTE EM TECIDO ELÁSTICO COM TRAVA ADULTO MEDIDAS: CUMPRIMENTO 45CM, LARGURA 2,5 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND | 105    |
| 235 | 18585 | <b>Nome:</b> GAVETA PLÁSTICA BIN N5 CAIXA ORGANIZADORA PRETA<br><b>Especificação:</b> GAVETA PLÁSTICA BIN N5 CAIXA ORGANIZADORA PRETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND | 514    |
| 236 | 18584 | <b>Nome:</b> GAVETA PLÁSTICA BIN N7 CAIXA ORGANIZADORA PRETA<br><b>Especificação:</b> GAVETA PLÁSTICA BIN N7 CAIXA ORGANIZADORA PRETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND | 504    |
| 237 | 8353  | <b>Nome:</b> GAZE EM ROLO 91 CM X 91 MT 9 FIOS.<br><b>Especificação:</b> GAZE EM ROLO 91 CM X 91 MT 9 FIOS - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, CONSTITUIDA DE FAIXA CONTINUA DE TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTO , COM DENSIDADE DE NOVE FIOS POR CM², MEDINDO APROXIMADAMENTE 91 CCM X 91 METROS QUANDO ABERTA, ENROLADA DE MANEIRA UNIFORME , COM AS BORDAS VALTADAS PARA PARTE INTERNA E SEM FIOS SOLTOS. A COMPRESSA DEVERA TER BOA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, SER MACIA , ISENTA DE IMPUREZAS, AMIDO, ALVEJANTES OPTICOS, OU SUBSTANCIA ALERGENICAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE DE MODO A ASSEGURAR PROTEÇÃO DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE , DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO DO M.S . PRAZO DE VALIDADE DE SER DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTRGA | ROL | 7.002  |
| 238 | 8354  | <b>Nome:</b> GEL CONDUTOR INCOLOR – GALÃO OU BAG DE 5 LITROS PARA ULTRASOM,<br><b>Especificação:</b> GEL CONDUTOR INCOLOR – GALÃO OU BAG DE 5 LITROS PARA ULTRASOM, TENS, FES, CORRENTES. CONDUÇÃO DA CORRENTE ELÉTRICA E ONDAS SÔNICAS EM TODO E QUALQUER APARELHO QUE NECESSITE DE UM MEIO DE CONTATO. SEM ÁLCOOL, INODORO, AZUL OU TRANSPARENTE, COM REGISTRO NA ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND | 90     |
| 239 | 14706 | <b>Nome:</b> HASTE FLEXÍVEL COM PONTA DE ALGODÃO (COTONETES) (CX. C/ 150 UNIDADES).<br><b>Especificação:</b> HASTE FLEXÍVEL COM PONTA DE ALGODÃO (COTONETES), MATERIAL DA HASTE EM PLÁSTICO, APLICAÇÃO HIGIENE PESSOAL, COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTIGERMES (CX. C/ 150 UNIDADES).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CX  | 1      |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 240 | 28125 | <p><b>Nome:</b> HIDROCOLÓIDE : APRESENTAÇÃO 10CMX10CM</p> <p><b>Especificação:</b> HIDROCOLÓIDE: CONSISTE DE UMA CAMADA EXTERNA COMPOSTA DE POLIURETANO QUE FUNCIONA COMO UMA BARREIRA A LÍQUIDOS E MICRORGANISMOS, PROPOCIONANDO UMA BARREIRA MECÂNICA À FERIDA, PERMEÁVEL, PERMITINDO A TROCA DE GASES E VAPORES DE ÁGUA E UMA CAMADA INTERNA DE CARBOXIMETILCELULOSE, COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE EXSUDATOS, FAVORECENDO O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO DA FERIDA.COMPOSIÇÃO CURATIVO AUTOADESIVO COMPOSTO POR CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E COBERTURA DE FILME SEMIPERMEÁVEL DE POLIURETANO. MECANISMO DE AÇÃO: ESTIMULAM A ANGIOGÊNESE (DEVIDO HIPÓXIA NO LEITO DA FERIDA), ABSORVEM PEQUENA QUANTIDADE DE EXSUDATO, MANTÉM A UMIDADE, PROPORCIONAM ALÍVIO DA DOR, MANTÉM A TEMPERATURA EM TORNO DE 37°C, IDEAL PARA O CRESCIMENTO CELULAR, PROMOVEM O DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO. INDICAÇÕES: PLACA: FERIDAS RASAS, COM O MÍNIMO OU SEM EXSUDATO, NÃO INFECTADAS. APRESENTAÇÃO: 10CM X 10CM.</p>   | UND | 100 |
| 241 | 28126 | <p><b>Nome:</b> HIDROCOLÓIDE APRESENTAÇÃO: 15CM X 15CM <b>Especificação:</b> HIDROCOLÓIDE: CONSISTE DE UMA CAMADA EXTERNA COMPOSTA DE POLIURETANO QUE FUNCIONA COMO UMA BARREIRA A LÍQUIDOS E MICRORGANISMOS, PROPOCIONANDO UMA BARREIRA MECÂNICA À FERIDA, PERMEÁVEL, PERMITINDO A TROCA DE GASES E VAPORES DE ÁGUA E UMA CAMADA INTERNA DE CARBOXIMETILCELULOSE, COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE EXSUDATOS, FAVORECENDO O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO DA FERIDA.COMPOSIÇÃO CURATIVO AUTOADESIVO COMPOSTO POR CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E COBERTURA DE FILME SEMIPERMEÁVEL DE POLIURETANO. MECANISMO DE AÇÃO: ESTIMULAM A ANGIOGÊNESE (DEVIDO HIPÓXIA NO LEITO DA FERIDA), ABSORVEM PEQUENA QUANTIDADE DE EXSUDATO, MANTÉM A UMIDADE, PROPORCIONAM ALÍVIO DA DOR, MANTÉM A TEMPERATURA EM TORNO DE 37°C, IDEAL PARA O CRESCIMENTO CELULAR, PROMOVEM O DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO. INDICAÇÕES: PLACA: FERIDAS RASAS, COM O MÍNIMO OU SEM EXSUDATO, NÃO INFECTADAS. APRESENTAÇÃO: 15CM X 15CM.</p>         | UND | 100 |
| 242 | 28127 | <p><b>Nome:</b> HIDROCOLÓIDE APRESENTAÇÃO: 15CM X 20CM</p> <p><b>Especificação:</b> HIDROCOLÓIDE: CONSISTE DE UMA CAMADA EXTERNA COMPOSTA DE POLIURETANO QUE FUNCIONA COMO UMA BARREIRA A LÍQUIDOS E MICRORGANISMOS, PROPOCIONANDO UMA BARREIRA MECÂNICA À FERIDA, PERMEÁVEL, PERMITINDO A TROCA DE GASES E VAPORES DE ÁGUA E UMA CAMADA INTERNA DE CARBOXIMETILCELULOSE, COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE EXSUDATOS, FAVORECENDO O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO DA FERIDA.COMPOSIÇÃO CURATIVO AUTOADESIVO COMPOSTO POR CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E COBERTURA DE FILME SEMIPERMEÁVEL DE POLIURETANO. MECANISMO DE AÇÃO: ESTIMULAM A ANGIOGÊNESE (DEVIDO HIPÓXIA NO LEITO DA FERIDA), ABSORVEM PEQUENA QUANTIDADE DE EXSUDATO, MANTÉM A UMIDADE, PROPORCIONAM ALÍVIO DA DOR, MANTÉM A TEMPERATURA EM TORNO DE 37°C, IDEAL PARA O CRESCIMENTO CELULAR, PROMOVEM O DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO. INDICAÇÕES: PLACA: FERIDAS RASAS, COM O MÍNIMO OU SEM EXSUDATO, NÃO INFECTADAS. APRESENTAÇÃO: 15CM X 20CM</p>   | UND | 100 |
| 243 | 28129 | <p><b>Nome:</b> HIDROCOLÓIDE APRESENTAÇÃO: 22CM X 22CM.</p> <p><b>Especificação:</b> HIDROCOLÓIDE: CONSISTE DE UMA CAMADA EXTERNA COMPOSTA DE POLIURETANO QUE FUNCIONA COMO UMA BARREIRA A LÍQUIDOS E MICRORGANISMOS, PROPOCIONANDO UMA BARREIRA MECÂNICA À FERIDA, PERMEÁVEL, PERMITINDO A TROCA DE GASES E VAPORES DE ÁGUA E UMA CAMADA INTERNA DE CARBOXIMETILCELULOSE, COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE EXSUDATOS, FAVORECENDO O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO DA FERIDA.COMPOSIÇÃO CURATIVO AUTOADESIVO COMPOSTO POR CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E COBERTURA DE FILME SEMIPERMEÁVEL DE POLIURETANO. MECANISMO DE AÇÃO: ESTIMULAM A ANGIOGÊNESE (DEVIDO HIPÓXIA NO LEITO DA FERIDA), ABSORVEM PEQUENA QUANTIDADE DE EXSUDATO, MANTÉM A UMIDADE, PROPORCIONAM ALÍVIO DA DOR, MANTÉM A TEMPERATURA EM TORNO DE 37°C, IDEAL PARA O CRESCIMENTO CELULAR, PROMOVEM O DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO. INDICAÇÕES: PLACA: FERIDAS RASAS, COM O MÍNIMO OU SEM EXSUDATO, NÃO INFECTADAS. APRESENTAÇÃO: 22CM X 22CM.</p> | UND | 100 |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 244 | 28131 | <p><b>Nome:</b> HIDROCOLÓIDE EXTRA FINO: APRESENTAÇÃO: 15CM X 20CM.</p> <p><b>Especificação:</b> HIDROCOLÓIDE EXTRA FINO: CONSISTE DE UMA CAMADA EXTERNA COMPOSTA DE POLIURETANO QUE FUNCIONA COMO UMA BARREIRA A LÍQUIDOS E MICRORGANISMOS, PROPOCIONANDO UMA BARREIRA MECÂNICA À FERIDA, PERMEÁVEL, PERMITINDO A TROCA DE GASES E VAPORES DE ÁGUA E UMA CAMADA INTERNA DE CARBOXIMETILCELULOSE, COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE EXSUDATOS, FAVORECENDO O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO DA FERIDA..COMPOSIÇÃO CURATIVO AUTOADESIVO COMPOSTO POR CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E COBERTURA DE FILME SEMIPERMEÁVEL DE POLIURETANO. MECANISMO DE AÇÃO: ESTIMULAM A ANGIOGÊNESE (DEVIDO HIPÓXIA NO LEITO DA FERIDA), ABSORVEM PEQUENA QUANTIDADE DE EXSUDATO, MANTÉM A UMIDADE, PROPORCIONAM ALÍVIO DA DOR, MANTÉM A TEMPERATURA EM TORNO DE 37°C, IDEAL PARA O CRESCIMENTO CELULAR, PROMOVEM O DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO. INDICAÇÕES: PLACA: FERIDAS RASAS, COM O MÍNIMO OU SEM EXSUDATO, NÃO INFECTADAS. APRESENTAÇÃO: 15CM X 20CM.</p> | UND | 100   |
| 245 | 28130 | <p><b>Nome:</b> HIDROCOLÓIDE EXTRA FINO: APRESENTAÇÃO: 15X15CM</p> <p><b>Especificação:</b> HIDROCOLÓIDE EXTRA FINO: CONSISTE DE UMA CAMADA EXTERNA COMPOSTA DE POLIURETANO QUE FUNCIONA COMO UMA BARREIRA A LÍQUIDOS E MICRORGANISMOS, PROPOCIONANDO UMA BARREIRA MECÂNICA À FERIDA, PERMEÁVEL, PERMITINDO A TROCA DE GASES E VAPORES DE ÁGUA E UMA CAMADA INTERNA DE CARBOXIMETILCELULOSE, COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE EXSUDATOS, FAVORECENDO O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO DA FERIDA..COMPOSIÇÃO CURATIVO AUTOADESIVO COMPOSTO POR CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E COBERTURA DE FILME SEMIPERMEÁVEL DE POLIURETANO. MECANISMO DE AÇÃO: ESTIMULAM A ANGIOGÊNESE (DEVIDO HIPÓXIA NO LEITO DA FERIDA), ABSORVEM PEQUENA QUANTIDADE DE EXSUDATO, MANTÉM A UMIDADE, PROPORCIONAM ALÍVIO DA DOR, MANTÉM A TEMPERATURA EM TORNO DE 37°C, IDEAL PARA O CRESCIMENTO CELULAR, PROMOVEM O DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO. INDICAÇÕES: PLACA: FERIDAS RASAS, COM O MÍNIMO OU SEM EXSUDATO, NÃO INFECTADAS. APRESENTAÇÃO: 15X15CM.</p>          | UND | 100   |
| 246 | 28128 | <p><b>Nome:</b> HIDROCOLÓIDE: APRESENTAÇÃO: 20CM X 20CM <b>Especificação:</b> HIDROCOLÓIDE: CONSISTE DE UMA CAMADA EXTERNA COMPOSTA DE POLIURETANO QUE FUNCIONA COMO UMA BARREIRA A LÍQUIDOS E MICRORGANISMOS, PROPOCIONANDO UMA BARREIRA MECÂNICA À FERIDA, PERMEÁVEL, PERMITINDO A TROCA DE GASES E VAPORES DE ÁGUA E UMA CAMADA INTERNA DE CARBOXIMETILCELULOSE, COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE EXSUDATOS, FAVORECENDO O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO DA FERIDA.COMPOSIÇÃO CURATIVO AUTOADESIVO COMPOSTO POR CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E COBERTURA DE FILME SEMIPERMEÁVEL DE POLIURETANO. MECANISMO DE AÇÃO: ESTIMULAM A ANGIOGÊNESE (DEVIDO HIPÓXIA NO LEITO DA FERIDA), ABSORVEM PEQUENA QUANTIDADE DE EXSUDATO, MANTÉM A UMIDADE, PROPORCIONAM ALÍVIO DA DOR, MANTÉM A TEMPERATURA EM TORNO DE 37°C, IDEAL PARA O CRESCIMENTO CELULAR, PROMOVEM O DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO. INDICAÇÕES: PLACA: FERIDAS RASAS, COM O MÍNIMO OU SEM EXSUDATO, NÃO INFECTADAS. APRESENTAÇÃO: 20CM X 20CM</p>                                 | UND | 100   |
| 247 | 28132 | <p><b>Nome:</b> HIDROGEL</p> <p><b>Especificação:</b> HIDROGEL CONCEITO/COMPOSIÇÃO: GEL TRANSPARENTE, INCOLOR, AMORFO HIDRATANTE COMPOSTO POR CARBOXIMETILCELULOSE( CMC) SÓDICA, ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO E PROPILENOGLICOL(PPG). MECANISMO DE AÇÃO: AMOLECE E REMOVE TECIDO DESVITALIZADO ATRAVÉS DE DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO. A ÁGUA MANTÉM O MEIO ÚMIDO, CMC FACILITA A REIDRATAÇÃO CELULAR E O DESBRIDAMENTO, PPG ESTIMULA A LIBERAÇÃO DE EXSUDATO. INDICAÇÕES: LESÕES COM POUCA EXSUDAÇÃO; PARA REMOVER CROSTAS, ESFACELADO, TECIDOS DESVITALIZADOS OU NECROSADOS.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND | 3.000 |
| 248 | 8358  | <p><b>Nome:</b> HIDROGEL COM ALGINATO DE CALCIO E/OU SÓDIO.</p> <p><b>Especificação:</b> HIDROGEL COM ALGINATO DE CALCIO E/OU SÓDIO - GEL ESTÉRIL HIDROATIVO COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE E ALGINATO DE CÁLCIO E/OU SÓDIO, E PROPILENOGLICOL QUE PROMOVE O AMBIENTE ÚMIDO IDEAL PARA CICATRIZAÇÃO ATRAVÉS DA HIDRATAÇÃO DA FERIDA CONDUZINDO AO DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO. TUBO COM APROXIMADAMENTE 25 OU 30 GRAMAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO MS.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND | 3.000 |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 249 | 30757 | <p><b>Nome:</b> HIPOCLORITO DE SÓDIO</p> <p><b>Especificação:</b> HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO DE 1% DE CLORO ATIVO (10.000 PPM). ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, COLORAÇÃO AMARELADA A ESVERDEADA, ODOR CARACTERÍSTICO. CATEGORIA: DESINFETANTE DE USO HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS. COMPOSIÇÃO: SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COM CLORETO DE SÓDIO. APRESENTAÇÃO: PRONTO PARA USO (SEM NECESSIDADE DE DILUIÇÃO PRÉVIA PARA DESINFECÇÃO PADRÃO). ACONDICIONAMENTO: GALÃO PLÁSTICO DE 5 (CINCO) LITROS, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), OPACO, RÍGIDO, RESISTENTE, COM TAMPA ROSQUEÁVEL E LACRE DE SEGURANÇA INVOLÁVEL. EXIGÊNCIAS DE ROTULAGEM E QUALIDADE: O RÓTULO DEVE CONTER EXTERNAMENTE, DE FORMA LEGÍVEL: IDENTIFICAÇÃO CLARA DE "USO HOSPITALAR", COMPOSIÇÃO QUÍMICA, DADOS DO FABRICANTE COM CNPJ, ENDEREÇO E TELEFONE, NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL COM NÚMERO DO CRQ, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE: MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA A PROPOSTA: REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CATEGORIA DE SANEANTE HOSPITALAR E FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS (FISPQ / FDS)</p>                                                                                                                                                                                                                                                   | GAL | 300    |
| 250 | 10760 | <p><b>Nome:</b> HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO TEOR 5% DE CLORO ATIVO. GALÃO COM 5 LITROS.</p> <p><b>Especificação:</b> HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO TEOR 5% DE CLORO ATIVO. GALÃO COM 5 LITROS.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | GAL | 200    |
| 251 | 18900 | <p><b>Nome:</b> IMOBILIZADOR DE CABEÇA</p> <p><b>Especificação:</b> IMOBILIZADOR DE CABEÇA, pares de imobilizador de cabeça- tipo HEAD BLOCK- adulto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND | 10     |
| 252 | 18901 | <p><b>Nome:</b> IMOBILIZADOR DE CABEÇA.</p> <p><b>Especificação:</b> IMOBILIZADOR DE CABEÇA, pares de imobilizador de cabeça- tipo HEAD BLOCK- infantil.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND | 10     |
| 253 | 29012 | <p><b>Nome:</b> INDICADOR BIOLÓGICO</p> <p><b>Especificação:</b> Indicador Biológico para esterilização por vapor saturado, do tipo autocontido, para monitorar ciclos de esterilização por vapor saturado por pressão e, em temperaturas compreendidas entre 121°C e 134°C. Leitura do resultado de incubação em (20 minutos) , por método de fluorescência, possibilita comprovar de forma rápida, eficiente e segura a letalidade microbiológica dos ciclos de esterilização. Confeccionado com tubo termoplástico, etiqueta adesiva com indicador químico de processo (Tipo 1), população mínima de 1x 10<sup>6</sup> de esporos de Geobacillus stearothermophilus (ATCC 7953) inoculada em tira portadora de esporos. Possui também meio de cultura de cor púrpura contido em ampola termoplástica, que possibilita o crescimento dos microrganismos, tampa termoplástica com orifícios acrescida de filtro barreira hidrofóbica permeável ao agente esterilizante. Em conformidade com as Normas ABNT NBR ISO 11138-1, ABNT NBR ISO 11138-3, ABNT NBR ISO 11140-1 e a Norma Regulamentadora NR 32 , do Ministério do Trabalho que recomenda o uso de dispositivos que não contenham perfurocortantes. A empresa vencedora deverá fornecer 10 unidades de incubadora leitura rápida com resultado impresso com no mínimo 04 cavidades , sendo mesma marca dos insumos para existir divergência na qualidade do resultado de ambos produtos treinamento e capacitação em horário comercial sem nenhum custo adicional</p> | UND | 9.550  |
| 254 | 11239 | <p><b>Nome:</b> INDICADOR INTEGRADOR CLASSE 5</p> <p><b>Especificação:</b> INDICADOR INTEGRADOR CLASSE 5 CONFORME RDC 15/2012 ARTIGO 96 PARA MONITORIZAÇÃO DE TODOS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR DENTRO DE UM INTERVALO ESPECÍFICO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO ( 3,5 MINUTOS A 134C OU 20 MINUTOS 121C ) LEITURA IMEDIATA , COM INTERPRETAÇÃO DOS PARÂMETROS ANALISADOS ATRAVÉS DA MUDANÇA DE LIMITE DE COR, EMBALAGEM RESISTENTE DE MODO A ASSEGURAR PROTEÇÃO DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO ,PROCEDÊNCIA , NUMERO DE LOTE ,DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER SUPERIOR A 75% DA VALIDADE TOTAL , A PARTIR DA DATA DA ENTREGA .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND | 20.000 |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 255 | 29418 | <p><b>Nome:</b> KIT CIRURGICO</p> <p><b>Especificação:</b> KIT CIRURGICO KIT CIRÚRGICO UNIVERSAL (5 CAMPOS): KIT DE CAMPOS ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM DOBRADURA ASSÉPTICA. TODOS CONFECCIONADOS EM NÃO TECIDO SMS, 100% POLIPROPILENO, COM BARREIRA DE PROTEÇÃO A ÁLCOOL E HIDRORREPELENTE, GRAMATURA MÍNIMA 40 GR/M², COMPOSTO POR: 1 COBERTURA IMPERMEÁVEL PARA MESA DE INSTRUMENTAL COM REFORÇO REPELENTE (TAMANHO 200 CM X 150 CM); 01 CAMPO CIRÚRGICO INFERIOR COM REFORÇO ABSORVENTE E FITA ADESIVA (TAMANHO 180CM X 180 CM); 01 CAMPO CIRÚRGICO SUPERIOR COM REFORÇO ABSORVENTE E FITA ADESIVA (TAMANHO 150 CM X 200 CM); 2 CAMPOS CIRÚRGICOS LATERAIS COM REFORÇO ABSORVENTE E FITA ADESIVA (TAMANHO 150 CM X 100 CM); 2 AVENTAIS CIRÚRGICOS COMPOSTOS POR NÃO TECIDO SMS, 100% POLIPROPILENO EM CINCO CAMADAS COM BARREIRA DE PROTEÇÃO A ÁLCOOL E HIDRORREPELENTE E DOBRADURA SSÉPTICA. POSSUI TIRAS PARA FECHAMENTO DA GOLA E TIRAS INTERNAS NAS COSTAS E EXTERNAS NA CINTURA, COM FECHAMENTO EM TRANSPASSE LATERAL (OPA). MANGAS CORTE RETO E ACABAMENTO TOTAL EM SOLDADA ULTRASSÔNICA. PUNHO EM MALHA COM RIBANA. TAMANHO : 154 X 116 CM. ACOMPANHA TOALHA ABSORVENTE PARA SECAGEM DAS MÃOS. TODO MATERIAL DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM ENVOLTÓRIO DE NÃO TECIDO E EMBALAGEM EXTERNA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME DE POLIETILENO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE, SEGURA, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO CONFORME LEGISLAÇÃO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. ACEITASE VARIAÇÃO DE 5 CM PARA MAIS OU MENOS.</p> | UND | 200    |
| 256 | 18902 | <p><b>Nome:</b> KIT DE CINTO DE FIXAÇÃO PARA TABUA DE RESGATE</p> <p><b>Especificação:</b> KIT DE CINTO DE FIXAÇÃO PARA TABUA DE RESGATE Alça c.a. De polipropileno de 50 mm, fechos tic-tac em nylon de 50 mm, 3 cintos de 2,00 metros cada nas cores verde, vermelho e amarelo, regulador 50 mm em nylon.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KIT | 20     |
| 257 | 18062 | <p><b>Nome:</b> KIT DE LÂMINAS CURVA, Nº 00, 01, 02, 03, 04 E 05 DO CABO EM METAL MD 2.5V DO LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL MÉDIO TIPO ``C``</p> <p><b>Especificação:</b> KIT DE LÂMINAS CURVA, Nº 00, 01, 02, 03, 04 E 05 DO CABO EM METAL MD 2.5V DO LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL MÉDIO TIPO ``C`` DE ACORDO COM O MATERIAL JÁ EXISTENTE NO MUNICÍPIO. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, A PROVA DO PROCESSO DE ENFERRUJAMENTO; A ILUMINAÇÃO É COM LÂMPADA LED, GARANTINDO DURABILIDADE E EXCELENTE DESEMPENHO DE USO; TODO FEITO COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO, DEIXANDO-O COM ASPECTO FOSCO; PRODUTO É ESTERILIZÁVEL E PODE SER AUTOCLAVADO, GARANTINDO SEGURANÇA NO USO, BEM COMO A REUTILIZAÇÃO DO MESMO; LÂMINA DE FÁCIL ENCAIXE NO CABO, LEVE, E COMPACTO, FÁCIL UTILIZAR EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KIT | 40     |
| 258 | 24252 | <p><b>Nome:</b> KIT PAPANICOLAOU G</p> <p><b>Especificação:</b> KIT PAPANICOLAOU G, COMPOSTO POR: 1 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL MOD. COLLINS, 01 ESCOVA CERVICAL, 01 ESPÁTULA DE MADEIRA MOD. AYRES, 02 LUVAS E.V.A., 01 ESTOJO PORTA LÂMINA DE PAPEL E 01 LÂMINA DE VIDRO.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KIT | 5      |
| 259 | 24251 | <p><b>Nome:</b> KIT PAPANICOLAOU M</p> <p><b>Especificação:</b> KIT PAPANICOLAOU M, COMPOSTO POR: 1 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL MOD. COLLINS, 01 ESCOVA CERVICAL, 01 ESPÁTULA DE MADEIRA MOD. AYRES, 02 LUVAS E.V.A., 01 ESTOJO PORTA LÂMINA DE PAPEL E 01 LÂMINA DE VIDRO.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KIT | 15.000 |
| 260 | 24250 | <p><b>Nome:</b> KIT PAPANICOLAOU P</p> <p><b>Especificação:</b> KIT PAPANICOLAOU P, COMPOSTO POR: 1 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL MOD. COLLINS, 01 ESCOVA CERVICAL, 01 ESPÁTULA DE MADEIRA MOD. AYRES, 02 LUVAS E.V.A., 01 ESTOJO PORTA LÂMINA DE PAPEL E 01 LÂMINA DE VIDRO.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KIT | 15.000 |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 261 | 28090 | <p><b>Nome:</b> KIT PARA COLOCAÇÃO DE DIU – 01 PINÇA CHERON, 01 PINÇA POZZI, 01 HISTERÔMETRO SIMS E 01 TESOURA METZEMBAUM</p> <p><b>Especificação:</b> KIT PARA COLOCAÇÃO DE DIU – 01 PINÇA CHERON, 01 PINÇA POZZI, 01 HISTERÔMETRO SIMS E 01 TESOURA METZEMBAUM</p> <p>* PINÇA CHERON DE 24CM OU 25 CM EM AÇO INOXIDÁVEL: A PINÇA CHERON É UMA PINÇA CIRÚRGICA COM PONTAS DELICADAS E CURVADAS, PROJETADA PARA AUXILIAR NA MANIPULAÇÃO E FIXAÇÃO DE TECIDOS DURANTE PROCEDIMENTOS GINECOLÓGICOS. NO CASO DO KIT PARA COLOCAÇÃO DE DIU, A PINÇA CHERON É UTILIZADA PARA SEGURAR O FIO GUIA DO DIU E FACILITAR SUA INSERÇÃO.</p> <p>* PINÇA POZZI COM 25CM EM AÇO INOXIDÁVEL: A PINÇA POZZI É UMA PINÇA CIRÚRGICA COM PONTAS FINAS E RETAS, UTILIZADA PARA AGARRAR E MANIPULAR TECIDOS DELICADOS DURANTE PROCEDIMENTOS GINECOLÓGICOS. NO KIT PARA COLOCAÇÃO DE DIU, A PINÇA POZZI É USADA PARA AUXILIAR NA FIXAÇÃO DO COLO DO ÚTERO DURANTE A INSERÇÃO DO DIU.</p> <p>* HISTERÔMETRO SIMS RETO DE 32 CM: O HISTERÔMETRO É UM INSTRUMENTO UTILIZADO PARA MEDIR A PROFUNDIDADE DO ÚTERO DURANTE EXAMES GINECOLÓGICOS. NO KIT PARA COLOCAÇÃO DE DIU, O HISTERÔMETRO É UTILIZADO PARA DETERMINAR A PROFUNDIDADE ADEQUADA DE INSERÇÃO DO DIU, GARANTINDO UM POSICIONAMENTO CORRETO.</p> <p>* TESOURA METZEMBAUM DE 14 CM OU 23 CM: A TESOURA METZEMBAUM É UMA TESOURA CIRÚRGICA COM LÂMINAS FINAS E PONTAS DELICADAS. NO KIT PARA COLOCAÇÃO DE DIU, A TESOURA METZEMBAUM PODE SER UTILIZADA PARA O CORTE DO FIO GUIA DO DIU APÓS A INSERÇÃO.</p> | KIT | 60  |
| 262 | 6624  | <p><b>Nome:</b> Kit VDRL (referência 119-250)</p> <p><b>Especificação:</b> Kit VDRL (referência 119-250)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CX  | 50  |
| 263 | 16810 | <p><b>Nome:</b> LAMINA DE BISTURI NUMERO 12 ESTERIL. CAIXA COM 100 UNIDADES.</p> <p><b>Especificação:</b> LAMINA DE BISTURI NUMERO 12 ESTERIL, DESCARTAVEL, EM AÇO INOXIDAVEL. FORMATO ANATOMICO, POLIDA AFIADA SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, AJUSTE FIRME DA LAMINA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE METODO, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE ESTERELIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO, REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CX  | 94  |
| 264 | 16811 | <p><b>Nome:</b> LAMINA DE BISTURI NUMERO 15 ESTERIL. CAIXA COM 100 UNIDADES.</p> <p><b>Especificação:</b> LAMINA DE BISTURI NUMERO 15 ESTERIL, DESCARTAVEL, EM AÇO INOXIDAVEL. FORMATO ANATOMICO, POLIDA AFIADA SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, AJUSTE FIRME DA LAMINA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE METODO, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE ESTERELIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO, REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CX  | 130 |
| 265 | 16812 | <p><b>Nome:</b> LAMINA DE BISTURI NUMERO 21 ESTERIL. CAIXA COM 100 UNIDADES.</p> <p><b>Especificação:</b> LAMINA DE BISTURI NUMERO 21 ESTERIL, DESCARTAVEL, EM AÇO INOXIDAVEL. FORMATO ANATOMICO, POLIDA AFIADA SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, AJUSTE FIRME DA LAMINA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE METODO, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE ESTERELIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO, REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CX  | 150 |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 266 | 16813 | <p><b>Nome:</b> LAMINA DE BISTURI NUMERO 24 ESTERIL. CAIXA COM 100 UNIDADES.</p> <p><b>Especificação:</b> LAMINA DE BISTURI NUMERO 24 ESTERIL, DESCARTAVEL, EM AÇO INOXIDAVEL. FORMATO ANATOMICO, POLIDA AFIADA SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, AJUSTE FIRME DA LAMINA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE METODO, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE ESTERELIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO, REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CX  | 360    |
| 267 | 24243 | <p><b>Nome:</b> LAMINA DE BISTURI NUMERO 25 ESTERIL. CAIXA COM 100 UNIDADES.</p> <p><b>Especificação:</b> LAMINA DE BISTURI NUMERO 25 ESTERIL, DESCARTAVEL, EM AÇO INOXIDAVEL. FORMATO ANATOMICO, POLIDA AFIADA SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, AJUSTE FIRME DA LAMINA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE METODO, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE ESTERELIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO, REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CX  | 70     |
| 268 | 8364  | <p><b>Nome:</b> LÂMINA FOSCA P/ CITOPATOLOGIA CX C/100 26X76MM, ESPESSURA DE 1,0 A 1,2MM.</p> <p><b>Especificação:</b> LÂMINA FOSCA P/ CITOPATOLOGIA CX C/100 26X76MM, ESPESSURA DE 1,0 A 1,2MM SELADAS A VÁCUO INTERCALADAS UMA A UMA COM FOLHAS DE PAPEL COM TRATAMENTO ANTI-FUNGO, COM PONTA FOSCA. EMBALAGEM DE PAPELÃO CONTENTO 100 UNIDADES ONDE CONSTE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CX  | 320    |
| 269 | 19607 | <p><b>Nome:</b> LAMPARINA DE VIDRO A ALCOOL COM PAVIO E TAMPA 100ML</p> <p><b>Especificação:</b> LAMPARINA DE VIDRO A ALCOOL COM PAVIO E TAMPA 100ML</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND | 10     |
| 270 | 24171 | <p><b>Nome:</b> LANCETA PARA COLETA DE SANGUE POR PUNÇÃO DIGITAL -</p> <p><b>Especificação:</b> LANCETA PARA COLETA DE SANGUE POR PUNÇÃO DIGITAL, SISTEMA ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, COM INVÓLUCRO PROTETOR DE PLÁSTICO, DIÂMETRO DA AGULHA: 0,36 MM (28 G), COM PROTUSÃO: 1,5MM, PONTA TRIFACETADA E REVESTIMENTO SILICONIZADO DA LAMINA, COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA DA AGULHA. POSSUI CAPA DE ESTERILIDADE, CORPO DE LANCETADOR E GATILHOS COMPOSTOS POR POLIPROPILENO. ATENDER AS NORMAS REGULADORAS: ISSO 13485, NR 32 E POSSUIR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF) DO PAÍS DE ORIGEM E DA ANVISA. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CX  | 23.000 |
| 271 | 18903 | <p><b>Nome:</b> LANTERNA DE PUPILA</p> <p><b>Especificação:</b> Lanterna de Pupila é um instrumento portátil utilizado para iluminação sobre os olhos, detectando a reação pupilar chamada de arco reflexo, uma reação involuntária consciente ou não. A lanterna de pupila é ideal para médicos e enfermeiros, e foi confeccionada em plástico de alta resistência, possui clipe metálico para bolso e utiliza duas pilhas AAA (não inclusas). Fácil utilização alta desempenho com iluminação. com luz intensa com funcionamento duradouro, além de um design robusto resistente e leve, podendo ser utilizada em situações de resgate, emergências, traumas, hospitais, clínicas, consultórios, ambulâncias, corpo de bombeiros entre outros locais. Ao pressionar o clipe de bolso gera contato com parte do corpo da caneta em metal acendendo a lâmpada, ativando-a em iluminações curtas, trazendo maior duração da bateria e maior vida útil da lâmpada. A escolha dos profissionais que exigem qualidade na avaliação do reflexo da pupila e nos exames clínicos. Informações Adicionais: - Alta resistência - Lanterna de alto desempenho - Confeccionada em plástico - Possui clipe de bolso - Alimentação através de duas pilhas AAA (palito) (não inclusas)- ANVISA:80070210068</p> | UND | 32     |
| 272 | 30746 | <p><b>Nome:</b> LENÇOL DESCARTÁVEL EM TNT, MEDINDO 2,20 X 1,40 M</p> <p><b>Especificação:</b> LENÇOL DESCARTÁVEL EM TNT, MEDINDO 2,20 X 1,40 M, confeccionado em tecido não tecido (TNT), de uso hospitalar, com elástico, medindo 2,20 m x 1,40 m, destinado à cobertura e proteção de macas, camas e leitos, proporcionando higiene e praticidade durante os atendimentos. Produto descartável, de uso único, com acabamento adequado, resistente ao manuseio e compatível com as necessidades dos serviços de saúde.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND | 8.000  |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 273 | 24263 | <p><b>Nome:</b> LENÇOL DESCARTÁVEL TNT EM ROLO – PICOTADO 50CM X 50M</p> <p><b>Especificação:</b> LENÇOL DESCARTÁVEL TNT EM ROLO – PICOTADO 50CM X 50M</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ROL | 14.000 |
| 274 | 20817 | <p><b>Nome:</b> LENÇOL HOSPITALAR DE SOLTEIRO COM ELÁSTICO 2,50X1,50M</p> <p><b>Especificação:</b> LENÇOL HOSPITALAR DE SOLTEIRO COM ELÁSTICO, DE TECIDO 100% ALGODÃO NO MÍNIMO 180 FIOS NO TAMANHO APROXIMADO DE 2,50 M X 1,50 M, LOGOTIPO DA PREFEITURA DE BARRA DOS COQUEIROS CENTRALIZADO E COR SERÁ IDENTIFICADA NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND | 800    |
| 275 | 17220 | <p><b>Nome:</b> LIXEIRO HOSPITALAR DE 100 L, MATERIAL PLASTICO, COM PEDAL</p> <p><b>Especificação:</b> LIXEIRO HOSPITALAR DE 100 L, MATERIAL PLASTICO, COM PEDAL</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND | 171    |
| 276 | 17221 | <p><b>Nome:</b> LIXEIRO HOSPITALAR DE 40 L, MATERIAL PLASTICO, COM PEDAL</p> <p><b>Especificação:</b> LIXEIRO HOSPITALAR DE 40 L, MATERIAL PLASTICO, COM PEDAL</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND | 175    |
| 277 | 8368  | <p><b>Nome:</b> LOÇÃO OLEOSA À BASE DE A.G.E. (ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS) COM VITAMINAS A E E, (FRASCO 200ML) VALIDADE DO ANO VIGENTE.</p> <p><b>Especificação:</b> LOÇÃO OLEOSA À BASE DE A.G.E. (ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS) COM VITAMINAS A E E, (FRASCO 200ML) VALIDADE DO ANO VIGENTE.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND | 1.200  |
| 278 | 28340 | <p><b>Nome:</b> LOÇÃO OLEOSA À BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E VITAMINAS A e E</p> <p><b>Especificação:</b> LOÇÃO OLEOSA À BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E VITAMINAS A e E. Frasco com nomínimo 200ml com bico dosador. Características mínimas: loção oleosa à base de ÁcidosGraxos Essenciais (A.G.E.), Óleo de Girassol (Ácido Linoleico) e vitaminas A e E. Embalagemunitária contendo identificação de marca, lote, data de fabricação, validade e procedência.Deve apresentar registro no Ministério da Saúde. O fabricante deverá fornecer as orientaçõespor escrito, em português. Validade de no mínimo 12 meses, contada a partir da data de emissão da nota fiscal. ("</p> | FRC | 1.160  |
| 279 | 24249 | <p><b>Nome:</b> LUPA CIRURGICA FOTOFORO LUZ LED SUPORTE PARA LED 3,5X LED 3 WATTS CIRURGICO</p> <p><b>Especificação:</b> LUPA CIRURGICA FOTOFORO LUZ LED SUPORTE PARA LED 3,5X LED 3 WATTS CIRURGICO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND | 12     |
| 280 | 8369  | <p><b>Nome:</b> LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, TAMANHO Nº 7,0</p> <p><b>Especificação:</b> LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, TAMANHO Nº 7,0 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, MÍNIMO 28CM DE COMPRIMENTO, PUNHO AJUSTÁVEL COM BAINHA OU FRISO, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIO-ABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA, COMEXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, ENVÓLUCRO INTERNO COM IDENTIFICAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA. EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE DE 3 ANOS, APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E COM SELO DO INMETRO REGISTRO ANVISA</p>                                             | PAR | 22.220 |
| 281 | 8370  | <p><b>Nome:</b> LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, TAMANHO Nº 7,5</p> <p><b>Especificação:</b> LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, TAMANHO Nº 7,5 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, MÍNIMO 28CM DE COMPRIMENTO, PUNHO AJUSTÁVEL COM BAINHA OU FRISO, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, ENVÓLUCRO INTERNO COM IDENTIFICAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA. EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ESTERILIZAÇÃO,VALIDADE DE 3 ANOS, APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E COM SELO DO INMETRO.</p>                                                             | PAR | 30.220 |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 282 | 8371  | <p><b>Nome:</b> LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, TAMANHO Nº 8,0</p> <p><b>Especificação:</b> LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, TAMANHO Nº 8,0 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, MÍNIMO 28CM DE COMPRIMENTO, PUNHO AJUSTÁVEL COM BAINHA OU FRISO, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, ENVÓLUCRO INTERNO COM IDENTIFICAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA. EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, DE 3 ANOS, APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E REGISTRO ANVISA.</p> | PAR | 30.200 |
| 283 | 8372  | <p><b>Nome:</b> LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, TAMANHO Nº 8,5</p> <p><b>Especificação:</b> LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, TAMANHO Nº 8,5, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, MÍNIMO 28CM DE COMPRIMENTO, PUNHO AJUSTÁVEL COM BAINHA OU FRISO, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, ENVÓLUCRO INTERNO COM IDENTIFICAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA. EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE DE 3 ANOS, APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E REGISTRO ANVISA.</p> | PAR | 7.000  |
| 284 | 11241 | <p><b>Nome:</b> LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO DE NITRILO, SEM PÓ, NÃO ESTÉRIL AMBIDESTRA, COM AÇÃO BACTERICIDA.</p> <p><b>Especificação:</b> LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO DE NITRILO, SEM PÓ, NÃO ESTÉRIL AMBIDESTRA, COM AÇÃO BACTERICIDA. APRESENTAÇÃO CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM DE PRAXE DO FORNECEDOR. DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>                                                                                                                                 | CX  | 10.210 |
| 285 | 8374  | <p><b>Nome:</b> LUVA PROCEDIMENTOS TAMANHO "G" CAIXA C/ 100.</p> <p><b>Especificação:</b> LUVA PROCEDIMENTOS TAMANHO "G" CAIXA C/ 100 - LUVA PARA PROCEDIMENTO, EM LATEX, NATURAL E ATOXICO, TAMANHO GRANDE CAIXA COM 100 UNIDADES, AMBIDESTRA. COM AJUSTE ANATOMICO, LUBRIFICADA COM PO BIO-ABSORVIVEL NÃO ALERGENICO, ESPESSURA MEDIA DO FILME 0,19MM, 265MM DE COMPRIMENTO, COM EMPUNHADURA JUSTA E BAINHA NO PUNHO A DATA DE FABRICAÇÃO, DEVERA VIR IMPRESSA NA EMBALAGEM DO MATERIAL.</p>                                                                                                                                | UND | 3.215  |
| 286 | 8375  | <p><b>Nome:</b> LUVA PROCEDIMENTOS TAMANHO "P" CAIXA C/ 100.</p> <p><b>Especificação:</b> LUVA PROCEDIMENTOS TAMANHO "P" CAIXA C/ 100 - LUVA PARA PROCEDIMENTO, EM LATEX, NATURAL E ATOXICO, TAMANHO PEQUENO CAIXA COM 100 UNIDADES, AMBIDESTRA. COM AJUSTE ANATOMICO, LUBRIFICADA COM PO BIO-ABSORVIVEL NÃO ALERGENICO, ESPESSURA MEDIA DO FILME 0,19MM, 265MM DE COMPRIMENTO, COM EMPUNHADURA JUSTA E BAINHA NO PUNHO A DATA DE FABRICAÇÃO, DEVERA VIR IMPRESSA NA EMBALAGEM DO MATERIAL.</p>                                                                                                                               | CX  | 10.000 |
| 287 | 14918 | <p><b>Nome:</b> LUVA PROCEDIMENTOS TAMANHO "PP" CAIXA C/ 100</p> <p><b>Especificação:</b> LUVA PROCEDIMENTOS TAMANHO "PP" CAIXA C/ 100 - LUVA PARA PROCEDIMENTO, EM LÁTEX, NATURAL E ATÓXICO, TAMANHO PEQUENO CAIXA COM 100 UNIDADES, AMBIDESTRA. COM AJUSTE ANATÔMICO, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVIVEL NÃO ALERGÊNICO, ESPESSURA MEDIA DO FILME 0,19MM, 265MM DE COMPRIMENTO, COM EMPUNHADURA JUSTA E BAINHA NO PUNHO A DATA DE FABRICAÇÃO, DEVERÁ VIR IMPRESSA NA EMBALAGEM DO MATERIAL. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA.</p>                           | CX  | 1.530  |
| 288 | 8376  | <p><b>Nome:</b> LUVA PROCEDIMENTOS TAMANHO M" CAIXA C/ 100.</p> <p><b>Especificação:</b> LUVA PROCEDIMENTOS TAMANHO M" CAIXA C/ 100 - LUVA PARA PROCEDIMENTO, EM LATEX, NATURAL E ATOXICO, TAMANHO MEDIO CAIXA COM 100 UNIDADES, AMBIDESTRA. COM AJUSTE ANATOMICO, LUBRIFICADA COM PO BIO-ABSORVIVEL NÃO ALERGENICO, ESPESSURA MEDIA DO FILME 0,19MM, 265MM DE COMPRIMENTO, COM EMPUNHADURA JUSTA E BAINHA NO PUNHO A DATA DE FABRICAÇÃO, DEVERA VIR IMPRESSA NA EMBALAGEM DO MATERIAL. VALIDADE DE 3 ANOS, APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E REGISTRO ANVISA.</p>                                                          | UND | 17.225 |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 289 | 14626 | <p><b>Nome:</b> LUVA TÉRMICA.</p> <p><b>Especificação:</b> LUVA TÉRMICA CONFECCIONADO EM MATERIAL ESPECIAL PARA TEMPERATURA, CANO LONGO APROXIMADAMENTE DE 20 CM.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PAR | 30     |
| 290 | 18904 | <p><b>Nome:</b> MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA</p> <p><b>Especificação:</b> Manta Térmica Aluminizada é um dos principais acessórios de equipamentos para resgate, é usado para manter o aquecimento da vítima, e foi desenvolvido em polietileno aluminizado, que serve como perfeito isolante térmico de baixo peso, pois mantém o calor interno e reflete o calor externo. A Manta Térmica Aluminizada é a prova d água e vento, e resistente ao atrito com o solo, esta manta faz parte do dia a dia de profissionais da saúde, SAMU e ambulância. Informações adicionais: - Usado para manter o aquecimento da vítima; - Desenvolvida em polietileno aluminizado; - Isolamento térmico de baixo peso; - Mantém o calor interno e reflete o calor externo; - A prova de água e vento; - Resistente ao atrito com o solo; - Ideal para resgate.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND | 500    |
| 291 | 8377  | <p><b>Nome:</b> MASCARA C/RESERVATORIO - MÁSCARA COM RESERVATÓRIO (HUDSON) TAMANHO ADULTO.</p> <p><b>Especificação:</b> MASCARA C/RESERVATORIO - MÁSCARA COM RESERVATÓRIO (HUDSON): TRANSPARENTE, DE VINIL MACIO PARA CONFORTO DO PACIENTE E AVALIAÇÃO VISUAL. COMPLETA, COM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10M. PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ QUE ASSEGURA UMA FIXAÇÃO CONFORTÁVEL. TAMANHO ADULTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND | 200    |
| 292 | 8379  | <p><b>Nome:</b> MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA.</p> <p><b>Especificação:</b> MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA, CAIXA COM 50UND, BRANCA COM ELÁSTICO, TAMANHO ÚNICO, ISENTA DE FIBRA DE VIDRO, ATÓXICA, 100% EM POLIPROPILENO NÃO ESTÉRIL, SEM LÁTEX, NÃO INFLAMÁVEL. COM IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, E NÚMERO DE REGISTRO NO MS.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CX  | 13.470 |
| 293 | 24259 | <p><b>Nome:</b> MÁSCARA DE OXIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO</p> <p><b>Especificação:</b> MÁSCARA DE OXIGÊNIO ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO COM RESERVATÓRIO E TUBO DE O2 MD.<br/> - MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO EM PVC, DESCARTÁVEL, POSSUI BALÃO RESERVATÓRIO QUE SE CONECTA À REDE DE OXIGÊNIO.<br/> - MÁSCARA DE O2 ADULTO: PVC, RESISTENTE E ATÓXICO;<br/> - RESERVATÓRIO ADULTO 1150 ML: PVC, RESISTENTE E ATÓXICO;<br/> - TUBO DE OXIGÊNIO 2,1M: PVC, RESISTENTE E ATÓXICO;<br/> - CONECTOR DE O2: PVC, RESISTENTE E ATÓXICO;<br/> - FIXADOR: FAIXA ELÁSTICA LIVRE DE LÁTEX - NÃO ESTÉRIL.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND | 50     |
| 294 | 24260 | <p><b>Nome:</b> MÁSCARA DE OXIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL</p> <p><b>Especificação:</b> MÁSCARA DE OXIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL COM RESERVATÓRIO MÁSCARA COM ELÁSTICO, BALÃO PARA OXIGÊNIO E EXTENSÃO PARA CONEXÃO EM OXIGÊNIO.<br/> • NÃO ESTÉRIL; • MODELO: INFANTIL; • MÁSCARA COM RESERVATÓRIO; • MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND | 20     |
| 295 | 18066 | <p><b>Nome:</b> MÁSCARA LARÍNGE Nº 1 <b>Especificação:</b> MÁSCARA LARÍNGE Nº 1, MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL PARA ACESSO SUPRA-GLÓTICO ÀS VIAS AÉREAS EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - PRODUZIDA EM POLÍMERO DE USO MÉDICO, FLEXÍVEL, ATÓXICO, PRÉ-CURVADA PARA PERMITIR INSERÇÃO COM UMA DAS MÃOS E SEM NECESSIDADE DE DISPOSITIVOS DE INTRODUÇÃO E/OU VISUALIZAÇÃO; PROTETOR ANTE-MORDEDURA; CUFF DE VEDAÇÃO ANATÔMICO QUE PERMITA O PREENCHIMENTO PERFEITO DO MANGUITO, COM O VOLUME DE ATÉ 4 ML, COM VÁLVULA QUE EVITE O VAZAMENTO E LINHA DE INSUFLAÇÃO SEPARADA DO TUBO; BARRAS DE PROTEÇÃO CONTRA OBSTRUÇÃO DA EPIGLOTE; CONECTOR PADRÃO DE 15MM QUE PERMITA O ENCAIXE PERFEITO AO RESSUSCITADOR MANUAL; IDENTIFICAÇÃO DE TAMANHO GRAVADA NO TUBO E VISÍVEL; EM PVC ATÓXICO; ISENTA DE LÁTEX; EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, DE FÁCIL RETIRADA E ABERTURA ASSÉPTICA, DE MODO QUE EVITE A CONTAMINAÇÃO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001. O FABRICANTE DEVERÁ ASSEGURAR QUE OS RÓTULOS SEJAM PROJETADOS, IMPRESSOS E, QUANDO FOR O CASO, APLICADOS DE FORMA QUE PERMANEÇAM LEGÍVEIS E ADERIDOS AO PRODUTO DURANTE AS ETAPAS DE</p> | UND | 20     |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |    |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
|     |       | ARMAZENAMENTO, MANUSEIO E USO. RDC N°16, 28/03/2013. TAMANHO N° 1,0 PARA PESO DE PACIENTE RECÉM-NASCIDO ATÉ 5 KG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |    |
| 296 | 18068 | <p><b>Nome:</b> MÁSCARA LARÍNGE N° 2</p> <p><b>Especificação:</b> MÁSCARA LARÍNGE N° 2, MASCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL PARA ACESSO SUPRA-GLÓTICO ÀS VIAS AÉREAS EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - PRÉCURVADA PARA PERMITIR INSERÇÃO COM UMA DAS MÃOS E SEM NECESSIDADE DE DISPOSITIVOS DE INTRODUÇÃO E/OU VISUALIZAÇÃO; PROTETOR ANTE-MORDEDURA; CUFF DE VEDAÇÃO ANATÔMICO QUE PERMITA O PREENCHIMENTO PERFEITO CUFF DE VEDAÇÃO ANATÔMICO QUE PERMITA O PREENCHIMENTO PERFEITO DO MANGUITO, COM O VOLUME DE ATÉ 10 ML, COM VÁLVULA QUE EVITE O VAZAMENTO E LINHA DE INSUFLAÇÃO SEPARADA DO TUBO; BARRAS DE PROTEÇÃO CONTRA OBSTRUÇÃO DA EPIGLOTE; CONECTOR PADRÃO DE 15MM QUE PERMITA O ENCAIXE PERFEITO AO RESSUSCITADOR MANUAL; IDENTIFICAÇÃO DE TAMANHO GRAVADA NO TUBO E VISÍVEL; EM PVC ATÓXICO; ISENTA DE LÁTEX; EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, DE FÁCIL RETIRADA E ABERTURA ASSÉPTICA, DE MODO QUE EVITE A CONTAMINAÇÃO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001. O FABRICANTE DEVERÁ ASSEGURAR QUE OS RÓTULOS SEJAM PROJETADOS, IMPRESSOS E, QUANDO FOR O CASO, APLICADOS DE FORMA QUE PERMANEÇAM LEGÍVEIS E ADERIDOS AO PRODUTO DURANTE AS ETAPAS DE ARMAZENAMENTO, MANUSEIO E USO. RDC N°16, 28/03/2013. TAMANHO N° 2,0 PARA PESO DE PACIENTE 10-20 KG.</p> | UND | 20 |
| 297 | 18069 | <p><b>Nome:</b> MÁSCARA LARÍNGE N° 2,5</p> <p><b>Especificação:</b> MÁSCARA LARÍNGE N° 2,5, MASCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL PARA ACESSO SUPRAGLÓTICO ÀS VIAS AÉREAS EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDA EM POLÍMERO DE USO MÉDICO, FLEXÍVEL, ATÓXICO, PRÉCURVADA PARA PERMITIR INSERÇÃO COM UMA DAS MÃOS E SEM NECESSIDADE DE DISPOSITIVOS DE INTRODUÇÃO E/OU VISUALIZAÇÃO; PROTETOR ANTEMORDEDURA; CUFF DE VEDAÇÃO ANATÔMICO QUE PERMITA O PREENCHIMENTO PERFEITO DO MANGUITO, COM O VOLUME DE ATÉ 14 ML, COM VÁLVULA QUE EVITE O VAZAMENTO E LINHA DE INSUFLAÇÃO SEPARADA DO TUBO; BARRAS DE PROTEÇÃO CONTRA OBSTRUÇÃO DA EPIGLOTE; CONECTOR PADRÃO DE 15MM QUE PERMITA O ENCAIXE PERFEITO AO RESSUSCITADOR MANUAL; IDENTIFICAÇÃO DE TAMANHO GRAVADA NO TUBO E VISÍVEL; EM PVC ATÓXICO; ISENTA DE LÁTEX; EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, DE FÁCIL RETIRADA E ABERTURA ASSÉPTICA, DE MODO QUE EVITE A CONTAMINAÇÃO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001. O FABRICANTE DEVERÁ ASSEGURAR QUE OS RÓTULOS SEJAM PROJETADOS, IMPRESSOS E, QUANDO FOR O CASO, APLICADOS DE FORMA QUE PERMANEÇAM LEGÍVEIS E ADERIDOS AO PRODUTO DURANTE AS ETAPAS DE ARMAZENAMENTO, MANUSEIO E USO. RDC N°16, 28/03/2013. TAMANHO N° 2,5 PARA PESO DE PACIENTE 20-30 KG</p>         | UND | 20 |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |    |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 298 | 18070 | <p><b>Nome:</b> MÁSCARA LARÍNGE Nº 3</p> <p><b>Especificação:</b> MÁSCARA LARÍNGE Nº 3, MASCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL PARA ACESSO SUPRA-GLÓTICO ÀS VIAS AÉREAS EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDA EM POLÍMERO DE USO MÉDICO, FLEXÍVEL, ATÓXICO, PRÉ-CURVADA PARA PERMITIR INSERÇÃO COM UMA DAS MÃOS E SEM NECESSIDADE DE DISPOSITIVOS DE INTRODUÇÃO E/OU VISUALIZAÇÃO; PROTETOR ANTEMORDEDURA; CUFF DE VEDAÇÃO ANATÔMICO QUE PERMITA O PREENCHIMENTO PERFEITO DO MANGUITO, COM O VOLUME DE ATÉ 20 ML, COM VÁLVULA QUE EVITE O VAZAMENTO E LINHA DE INSUFLAÇÃO SEPARADA DO TUBO; BARRAS DE PROTEÇÃO CONTRA OBSTRUÇÃO DA EPIGLOTE; CONECTOR PADRÃO DE 15MM QUE PERMITA O ENCAIXE PERFEITO AO RESSUSCITADOR MANUAL; IDENTIFICAÇÃO DE TAMANHO GRAVADA NO TUBO E VISÍVEL; EM PVC ATÓXICO; ISENTA DE LÁTEX; EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, DE FÁCIL RETIRADA E ABERTURA ASSÉPTICA, DE MODO QUE EVITE A CONTAMINAÇÃO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001. O FABRICANTE DEVERÁ ASSEGURAR QUE OS RÓTULOS SEJAM PROJETADOS, IMPRESSOS E, QUANDO FOR O CASO, APLICADOS DE FORMA QUE PERMANEÇAM LEGÍVEIS E ADERIDOS AO PRODUTO DURANTE AS ETAPAS DE ARMAZENAMENTO, MANUSEIO E USO. RDC Nº16, 28/03/2013. TAMANHO Nº 3,0 PARA PESO DE PACIENTE 30-50 KG</p> | UND | 20 |
| 299 | 18071 | <p><b>Nome:</b> MÁSCARA LARÍNGE Nº 4</p> <p><b>Especificação:</b> MÁSCARA LARÍNGE Nº 4, MASCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL PARA ACESSO SUPRA-GLÓTICO ÀS VIAS AÉREAS EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDA EM POLÍMERO DE USO MÉDICO, FLEXÍVEL, ATÓXICO, PRÉ-CURVADA PARA PERMITIR INSERÇÃO COM UMA DAS MÃOS E SEM NECESSIDADE DE DISPOSITIVOS DE INTRODUÇÃO E/OU VISUALIZAÇÃO; PROTETOR ANTEMORDEDURA; CUFF DE VEDAÇÃO ANATÔMICO QUE PERMITA O PREENCHIMENTO PERFEITO DO MANGUITO, COM O VOLUME DE ATÉ 30 ML, COM VÁLVULA QUE EVITE O VAZAMENTO E LINHA DE INSUFLAÇÃO SEPARADA DO TUBO; BARRAS DE PROTEÇÃO CONTRA OBSTRUÇÃO DA EPIGLOTE; CONECTOR PADRÃO DE 15MM QUE PERMITA O ENCAIXE PERFEITO AO RESSUSCITADOR MANUAL; IDENTIFICAÇÃO DE TAMANHO GRAVADA NO TUBO E VISÍVEL; EM PVC ATÓXICO; ISENTA DE LÁTEX; EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, DE FÁCIL RETIRADA E ABERTURA ASSÉPTICA, DE MODO QUE EVITE A CONTAMINAÇÃO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001. O FABRICANTE DEVERÁ ASSEGURAR QUE OS RÓTULOS SEJAM PROJETADOS, IMPRESSOS E, QUANDO FOR O CASO, APLICADOS DE FORMA QUE PERMANEÇAM LEGÍVEIS E ADERIDOS AO PRODUTO DURANTE AS ETAPAS DE ARMAZENAMENTO, MANUSEIO E USO. RDC Nº16, 28/03/2013. TAMANHO Nº 4,0 PARA PESO DE PACIENTE 50-70 KG</p> | UND | 20 |
| 300 | 8383  | <p><b>Nome:</b> MÁSCARA NEBULIZAÇÃO ADULTO.</p> <p><b>Especificação:</b> MÁSCARA NEBULIZAÇÃO ADULTO - CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO, COMPOSTO DE MÁSCARA ANATÔMICA COM SUPERFÍCIES LISAS, CABEÇOTE ROSQUEÁVEL COMMICRONEBULIZADOR E ENCAIXE PERFEITO AO CORPO DE MEDICAMENTO FEITO EM PVC ATÓXICO. EXTENSÃO FLEXÍVEL PARA CONEXÃO À REDE. AS CONEXÕES ENTRE AS PEÇAS E A REDE DEVEM SER UNIVERSAIS E EFICIENTES. O CONJUNTO DEVE SER RESISTENTE AOS MÉTODOS USUAIS DE DESINFECÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND | 20 |
| 301 | 8384  | <p><b>Nome:</b> MÁSCARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL.</p> <p><b>Especificação:</b> MÁSCARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL - CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO, COMPOSTO DE MÁSCARA ANATÔMICA COM SUPERFÍCIES LISAS, CABEÇOTE ROSQUEÁVEL COM MICRONEBULIZADOR E ENCAIXE PERFEITO AO CORPO DE MEDICAMENTO FEITO EM PVC ATÓXICO. EXTENSÃO FLEXÍVEL PARA CONEXÃO À REDE. AS CONEXÕES ENTRE AS PEÇAS E A REDE DEVEM SER UNIVERSAIS E EFICIENTES. O CONJUNTO DEVE SER RESISTENTE AOS MÉTODOS USUAIS DE DESINFECÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND | 20 |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 302 | 15442 | <p><b>Nome:</b> MASCARA TIPO RESPIRADOR PFF2,MASCARA N95</p> <p><b>Especificação:</b> MASCARA TIPO RESPIRADOR PFF2,MASCARA N95, SEMI FACIAL,FILTRANTE, FORMATO EM CONCHA, SEM VALVULA DE EXALACAO,RESISTENTE A FLUIDOS. FIXACAO:TIRAS AJUSTAVEIS E GRAMPO DE AJUSTE NASAL; ABSORCAO QUE FILTRAMICROORGANISMOS, PARTICULAS E 95%DE AEROSSOIS DE ATE 0,3 MICRA, INDICADA PARA PROTECAO DAS VIASRESPIRATORIAS DO PROFISSIONAL DESAÚDE CONTRA DOENÇAS TRANSMITIDAS POR AEROSSOIS. OPRODUTO DEVE ATENDER AS NORMASTECHNICAS DA ABNT PARA PEÇA FILTRANTE. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</p>                                                               | UND | 3.100 |
| 303 | 15254 | <p><b>Nome:</b> MÁSCARA VENTURI ADULTO.</p> <p><b>Especificação:</b> MÁSCARA VENTURI ADULTO POSSUI UM MECANISMO ROTATIVO (PERCENTO-02-LOCK) QUE PERMITE CONTROLAR A CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO. ESTE MECANISMO É ACOPLADO A UMA MÁSCARA AEROSSOL E PERMITE MUDAR (7) PERCENTUAIS DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO SEM INTERROMPER A PASSAGEM DO MESMO. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA.</p>                                                                                                                                                                                                  | UND | 30    |
| 304 | 15255 | <p><b>Nome:</b> MÁSCARA VENTURI INFANTIL.</p> <p><b>Especificação:</b> MÁSCARA VENTURI INFANTIL POSSUI UM MECANISMO ROTATIVO (PERCENTO-02-LOCK) QUE PERMITE CONTROLAR A CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO. ESTE MECANISMO É ACOPLADO A UMA MÁSCARA AEROSSOL E PERMITE MUDAR (7) PERCENTUAIS DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO SEM INTERROMPER A PASSAGEM DO MESMO. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA.</p>                                                                                                                                                                                              | UND | 30    |
| 305 | 12909 | <p><b>Nome:</b> ÓCULOS DE PROTEÇÃO HOSPITALAR INCOLOR</p> <p><b>Especificação:</b> COM ANTI-EMBAÇANTE. COM ADAPTAÇÃO A DIVERSOS FORMATOS DE ROSTO, PROTEÇÃO LATERAL, PROPORCIONA CONFORTO E PROTEÇÃO, ENCAIXE E AJUSTABILIDADE, AOS PORTADORES DE ÓCULOS DE GRAU. DEVE APRESENTAR TRAVA NAS ORELHAS PARA MAIOR ESTABILIDADE.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND | 144   |
| 306 | 11225 | <p><b>Nome:</b> ÓCULOS DE SEGURANÇA</p> <p><b>Especificação:</b> ÓCULOS DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO ÓPTICO VIRGEM DE ALTA QUALIDADE, PROTEÇÃO CONTRA PARTÍCULAS VOLANTES, CURVATURA LATERAL DE SUAS LENTES AUMENTA A ÁREA DE PROTEÇÃO, COM ARMAÇÃO EM NYLON, HASTES REGULÁVEIS. FILTRA 99,9% DOS RAIOS UVA/UVB. ANTI-RISCO.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND | 44    |
| 307 | 19610 | <p><b>Nome:</b> ÓLEO DE IMERSÃO PARA MICROSCOPIO</p> <p><b>Especificação:</b> ÓLEO DE IMERSÃO PARA MICROSCOPIO, FRASCO COM 100ML.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND | 13    |
| 308 | 12902 | <p><b>Nome:</b> OXÍMETRO DE PULSO TIPO DEDO</p> <p><b>Especificação:</b> OXÍMETRO DE PULSO TIPO DEDO - MODELO COMPACTO E PORTÁTIL, INFORMA O NÍVEL DE BATERIA, SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO, FREQUÊNCIA CARDÍACA. VISOR LUMINOSO EM DISPLAY GRÁFICO. BOTÃO ÚNICO DE ATIVAÇÃO. FAIXA DE MEDIÇÃO: PRECISÃO DA SPO2: 70% - 99% COM DESVIO DE +/-2%. PULSAÇÃO: 30-250 COM DESVIO DE +/- 3 BPM. AUTOMÁTICO. REGISTRO NA ANVISA. MARCA DE REFERÊNCIA: G TECH.</p>                                                                                                                                                                                                    | UND | 161   |
| 309 | 30752 | <p><b>Nome:</b> PAPAGAIO/URINOL MASCULINO, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 1.000 ML</p> <p><b>Especificação:</b> PAPAGAIO/URINOL MASCULINO, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 1.000 ML, DESTINADO À COLETA DE URINA DE PACIENTES EM AMBIENTE HOSPITALAR E AMBULATORIAL. DEVERÁ POSSUIR FORMATO ANATÔMICO, ABERTURA ADEQUADA PARA COLETA, BICO DIRECIONADOR E RECIPIENTE GRADUADO, PERMITINDO FÁCIL VISUALIZAÇÃO E MENSURAÇÃO DO VOLUME COLETADO. PRODUTO REUTILIZÁVEL, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, COM SUPERFÍCIE LISA, SEM REBARBAS OU IRREGULARIDADES QUE POSSAM CAUSAR LESÕES AO USUÁRIO.</p> | UND | 50    |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 310 | 14224 | <p><b>Nome:</b> PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10 CM.</p> <p><b>Especificação:</b> PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10 CM. DESCRIÇÃO: DIMENSÕES MÍNIMAS 10CM X 100M. PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA AUTOCLAVE A VAPOR E ETO, SEM PIN-HOLES E DE POROSIDADE CONTROLADA, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E ETO QUE MUDAM DE COR DIFERENCIANDO OS PRODUTOS JÁ PROCESSADOS. OUTRA FACE COM FILME TERMOPLÁSTICO BILAMINADO DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, COLORIDO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA SELAGEM, RESISTENTE A RASGOS DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, DIÂMETRO MÁXIMO DE 50 MICRA, DESCARTÁVEL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DEVERÃO CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO M.S. ROLO DE 100 METROS.</p> | ROL | 150    |
| 311 | 14225 | <p><b>Nome:</b> PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15 CM</p> <p><b>Especificação:</b> PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15 CM. DESCRIÇÃO: DIMENSÕES MÍNIMAS 15CM X 100M. PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA AUTOCLAVE A VAPOR E ETO, SEM PIN-HOLES E DE POROSIDADE CONTROLADA, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E ETO QUE MUDAM DE COR DIFERENCIANDO OS PRODUTOS JÁ PROCESSADOS. OUTRA FACE COM FILME TERMOPLÁSTICO BILAMINADO DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, COLORIDO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA SELAGEM. UNIDADE DE FORNECIMENTO: ROLO COM 100 METROS.</p>                                                                                                                                                                                                     | ROL | 402    |
| 312 | 14226 | <p><b>Nome:</b> PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20 CM</p> <p><b>Especificação:</b> PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20 CM. DESCRIÇÃO: DIMENSÕES MÍNIMAS 20CM X 100M. PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA AUTOCLAVE A VAPOR E ETO, SEM PIN-HOLES E DE POROSIDADE CONTROLADA, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E ETO QUE MUDAM DE COR DIFERENCIANDO OS PRODUTOS JÁ PROCESSADOS. OUTRA FACE COM FILME TERMOPLÁSTICO BILAMINADO DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, COLORIDO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA SELAGEM. UNIDADE DE FORNECIMENTO: ROLO COM 100 METROS.</p>                                                                                                                                                                                                     | ROL | 220    |
| 313 | 24240 | <p><b>Nome:</b> PAPEL GRAU CIRÚRGICO 45 CM.</p> <p><b>Especificação:</b> PAPEL GRAU CIRÚRGICO 45 CM. DESCRIÇÃO: DIMENSÕES MÍNIMAS 45CM X 100M. PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA AUTOCLAVE A VAPOR E ETO, SEM PIN-HOLES E DE POROSIDADE CONTROLADA, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E ETO QUE MUDAM DE COR DIFERENCIANDO OS PRODUTOS JÁ PROCESSADOS. OUTRA FACE COM FILME TERMOPLÁSTICO BILAMINADO DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, COLORIDO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA SELAGEM. UNIDADE DE FORNECIMENTO: ROLO COM 100 METROS.</p>                                                                                                                                                                                                    | ROL | 35     |
| 314 | 24241 | <p><b>Nome:</b> PAPEL GRAU CIRÚRGICO 50 CM</p> <p><b>Especificação:</b> PAPEL GRAU CIRÚRGICO 50 CM. DESCRIÇÃO: DIMENSÕES MÍNIMAS 50CM X 100M. PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA AUTOCLAVE A VAPOR E ETO, SEM PIN-HOLES E DE POROSIDADE CONTROLADA, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E ETO QUE MUDAM DE COR DIFERENCIANDO OS PRODUTOS JÁ PROCESSADOS. OUTRA FACE COM FILME TERMOPLÁSTICO BILAMINADO DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, COLORIDO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA SELAGEM. UNIDADE DE FORNECIMENTO: ROLO COM 100 METROS.</p>                                                                                                                                                                                                     | ROL | 15     |
| 315 | 8390  | <p><b>Nome:</b> PAPEL LENÇOL EM ROLO 70X50 NA COR BRANCA</p> <p><b>Especificação:</b> PAPEL LENÇOL EM ROLO 70X50 NA COR BRANCA- PAPEL LENÇOL EM ROLO DESCARTAVEL, CONFECCIONADO EM PAPEL CELULOSE BRANCO, QUIMICAMENTE PURO, ISENTO DE DEFORMIDADES E IMPUREZAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70CM DE LARGURA X 50 M DE COMPRIMENTO. DEVE APRESENTAR MACIEZ E RESISTENCIA COMPATIVELIS COM SUA FINALIDADE.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND | 15.811 |
| 316 | 14266 | <p><b>Nome:</b> PAPEL TERMOSENSIVEL PARA ECG, EM ROLO QUADRICULADO, NAS MEDIDAS DE 216 MM X 30M.</p> <p><b>Especificação:</b> PAPEL TERMOSENSIVEL PARA ECG, EM ROLO QUADRICULADO, NAS MEDIDAS DE 216 MM X 30M.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ROL | 300    |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 317 | 22859 | <p><b>Nome:</b> PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA ECG, EM ROLO QUADRICULADO, NAS MEDIDAS DE 80 MM X 20M.</p> <p><b>Especificação:</b> PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA ECG, EM ROLO QUADRICULADO, NAS MEDIDAS DE 80 MM X 20M.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ROL | 200 |
| 318 | 14228 | <p><b>Nome:</b> PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 16CM</p> <p><b>Especificação:</b> PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 16CM REG. MS: 10304850059 MATERIAL: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICOS EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE MARCA: ABC FABRICANTE: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND | 12  |
| 319 | 18061 | <p><b>Nome:</b> PINÇA CIRÚRGICA EM AÇO INOXIDÁVEL, PORTA AGULHA, TAMANHO: 14 CM</p> <p><b>Especificação:</b> PINÇA CIRÚRGICA EM AÇO INOXIDÁVEL, PORTA AGULHA, TAMANHO: 14 CM</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND | 22  |
| 320 | 18060 | <p><b>Nome:</b> PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PEAN, TAMANHO: 14CM.</p> <p><b>Especificação:</b> PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PEAN, TAMANHO: 14CM.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND | 22  |
| 321 | 8391  | <p><b>Nome:</b> PINÇA CRILE CURVA 14CM</p> <p><b>Especificação:</b> PINÇA CRILE CURVA 14CM, POSSUEM RANHURAS TRANSVERSAIS EM TODA A EXTENSÃO DA SUA PARTE PRENSORA, PONTA CURVA SOM SERRILHA, NÃO DEIXANDO DESLIZAR. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-410; EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND | 22  |
| 322 | 8392  | <p><b>Nome:</b> PINÇA CRILE CURVA 16CM</p> <p><b>Especificação:</b> PINÇA CRILE CURVA 16CM, POSSUEM RANHURAS TRANSVERSAIS EM TODA A EXTENSÃO DA SUA PARTE PRENSORA, PONTA CURVA SOM SERRILHA, NÃO DEIXANDO DESLIZAR. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-410; EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND | 22  |
| 323 | 14231 | <p><b>Nome:</b> PINÇA DE DISSECÇÃO ANATÔMICA DENTE DE RATO 14CM (+/- 1CM)</p> <p><b>Especificação:</b> PINÇA DE DISSECÇÃO ANATÔMICA DENTE DE RATO 14CM (+/- 1CM). USO EM SUTURA. PROCESSÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL COM COMPROVADA RESISTÊNCIA A CORROSÃO/OXIDAÇÃO E QUE MANTENHA SUAS CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS (NÃO DEFORMAR) APÓS USO E PROCESSAMENTO, RESISTENTE A TEMPERATURA DE 134º RECOMENDÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO À VAPOR, LOGOMARCA INDELÉVEL DO FABRICANTE E DO ÓRGÃO LICITANTE GRAVADAS NA PEÇA. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE (PRODUTO ÍNTEGRO, SEM VINCO OU DEFORMIDADES), SEM RISCO DE VIOLAÇÃO/CONTAMINAÇÃO (EMBALAGEM ÍNTEGRA), COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA.</p> | UND | 22  |
| 324 | 8395  | <p><b>Nome:</b> PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA 16CM</p> <p><b>Especificação:</b> PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA 16CM, PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; COM SERRILHA. EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND | 22  |
| 325 | 8396  | <p><b>Nome:</b> PINÇA KELLY ABC 14CM CURVA, USADA PARA PINÇAMENTO (HEMOSTASIA). PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420.</p> <p><b>Especificação:</b> PINÇA KELLY ABC 14CM CURVA, USADA PARA PINÇAMENTO (HEMOSTASIA). PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND | 32  |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|     |       | <b>Nome:</b> PINÇA KELLY ABC 14CM RETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |
| 326 | 19596 | <b>Especificação:</b> PINÇA KELLY ABC RETA 14CM É USADA PARA PINÇAMENTO (HEMOSTASIA). - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; - PONTA RETA, COM SERRILHA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND | 32     |
| 327 | 8397  | <b>Nome:</b> PINÇA KELLY ABC 16CM CURVA, USADA PARA PINÇAMENTO (HEMOSTASIA).<br><b>Especificação:</b> PINÇA KELLY ABC 16CM CURVA, USADA PARA PINÇAMENTO (HEMOSTASIA). PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND | 32     |
| 328 | 19434 | <b>Nome:</b> Placa de Kline de Vidro <b>Especificação:</b> Placa de Kline de Vidro - 12 cavidades Dimensões: 60x80mm, Espessura: 5mm, cavidades polidas com 16mm de diâmetro e 1,75mm de profundidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND | 20     |
| 329 | 24262 | <b>Nome:</b> PLACA DE PETRI - REDONDA, VIDRO ESTÉRIL 60X15MM<br><b>Especificação:</b> PLACA DE PETRI - REDONDA, VIDRO ESTÉRIL 60X15MM, TRANSPARENTE, SUPERFÍCIE PLANA, COM TAMPA COM MARCAS DE VENTILAÇÃO QUE PERMITEM A CIRCULAÇÃO DE AR E IMPEDEM A CONDENSAÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND | 2      |
| 330 | 6612  | <b>Nome:</b> POLVIDINE TÓPICO, ANTISSEPTICO AQUOSO, FRASCO COM 1000 ML<br><b>Especificação:</b> POLVIDINE TÓPICO, ANTISSEPTICO AQUOSO, FRASCO COM 1000 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND | 252    |
| 331 | 6613  | <b>Nome:</b> POLVIDINE TÓPICO, ANTISSEPTICO DEGERMANTE, FRASCO COM 1000 ML<br><b>Especificação:</b> POLVIDINE TÓPICO, ANTISSEPTICO DEGERMANTE, FRASCO COM 1000 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND | 262    |
| 332 | 14233 | <b>Nome:</b> PONTEIRA AMARELA<br><b>Especificação:</b> PONTEIRA AMARELA. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL EM POLIPROPILENO (PP); AUTOCLAVÁVEL; USO UNIVERSAL; VOLUME DE 0-200 UL. PACOTE COM 1000 UNIDADES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PCT | 7      |
| 333 | 11228 | <b>Nome:</b> PORTA LÂMINA - PORTA LÂMINA, MATERIAL PROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 3 LÂMINAS<br><b>Especificação:</b> PORTA LÂMINA - PORTA LÂMINA, MATERIAL PROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 3 LÂMINAS, TAMPA ROSQUEÁVEL, COM DIVISÓRIAS. Com dados de identificação, data de validade e de fabricação, número do lote e registro na ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND | 10.030 |
| 334 | 18905 | <b>Nome:</b> PRANCHA ESPECIAL EM POLIETILENO AMARELA<br><b>Especificação:</b> PRANCHA ESPECIAL EM POLIETILENO AMARELA. A Prancha Especial em Polietileno Amarela é um equipamento de alta densidade e resistência, que foi criada para auxiliar em resgate e transporte de pacientes, capaz de suportar uma vítima com até 200 kg. É ideal para emergência em hospitais, consultórios, residências, condomínios, shopping enters, ambulâncias, corpo de bombeiro, Samu entre outros locais. A Prancha Especial em olietileno Amarela é leve e de fácil manuseio, foi produzida em material reforçado da mais alta qualidade, desenvolvida em polietileno, impermeável e não absorve líquidos corpóreos, além de rígida, leve e confortável, ideal para remoção e transporte da vítima em caso de acidentes até um hospital mais próximo evitando o agravamento do quadro em que se encontra. Este produto traz total segurança na hora do resgate. Informações Adicionais: - Polietileno- Peso máximo suportado 200K - Fabricação nacional - Impermeável – Resistente | UND | 2      |
| 335 | 11256 | <b>Nome:</b> PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO PONTA COM RESERVATÓRIO.<br><b>Especificação:</b> PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO PONTA COM RESERVATÓRIO, LADOS PARALELOS, LARGURA NOMINAL 52 MM, COMPRIMENTO MÍNIMO 160MM, LISO E OPACO. PRODUTO DE ALTA PERFORMANCE PARA USO MÉDICO EM EXAMES ULTRASONOGRAFIA. ALTA TRANSPARÊNCIA. PERMITE MAIOR NITIDEZ NA CAPTAÇÃO DAS IMAGENS. SEM LUBRIFICANTE EMBALADOS INDIVIDUALMENTE COMPOSIÇÃO DE LÁTEX DE BORRACHA NATURAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND | 288    |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 336 | 20816 | <p><b>Nome:</b> PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO</p> <p><b>Especificação:</b> PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, COMPRIMENTO 25 A 30 CM, TIPO MATERIAL RESISTENTE, ANTIALÉRGICO, USO PULSO, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHO INVOLÁVEL, REGULÁVEL, DESCARTÁVEL, MATERIAL VINIL TRILAMINADO, COR SERÁ IDENTIFICADA NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND | 70.000 |
| 337 | 19433 | <p><b>Nome:</b> RACK VAZIO PARA 100 PONTEIRAS 1000 L</p> <p><b>Especificação:</b> RACK VAZIO PARA 100 PONTEIRAS 1000 L, Fabricado em polipropileno, Cor azul, Dimensões: 128 x 103,5 x 93 mm, Autoclavável</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND | 2      |
| 338 | 28161 | <p><b>Nome:</b> SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO PARA LIMPEZA DE FERIDAS À BASE DE POLIHEXANIDA (PHMB) 0,2%. APRESENTAÇÃO: 250 ML</p> <p><b>Especificação:</b> SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO PARA LIMPEZA DE FERIDAS À BASE DE POLIHEXANIDA (PHMB) 0,2%. COMPOSIÇÃO: POLIHEXANIDA (PHMB) 0,2%, HIDROXIETILCELULOSE, CLORETO DE CETIL TRIMETIL AMÔNIO, COCAMIDE DEA, ISOPROPANOL E ÁGUA. INDICAÇÃO: PARA USO NA LIMPEZA DA PELE. SOLUÇÃO TRANSPARENTE, BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICA, INDOLOR, ISENTO DE AGENTES ALERGIZANTES E DE IRRITANTES DÉRMICOS. PROPICIA LIMPEZA EFETIVA DA PELE NA PREVENÇÃO E NO TRATAMENTO DE FERIDAS INFECTADAS. O PRODUTO DEVE MANTER SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS APÓS ABERTO, POR NO MÍNIMO ATÉ 30 DIAS. EMBALAGEM RESISTENTE, DE FÁCIL APLICAÇÃO E MANUSEIO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. APRESENTAÇÃO: 250 ML.</p> | UND | 200    |
| 339 | 15262 | <p><b>Nome:</b> SABONETE LÍQUIDO PERFUMADO 5L, para higiene das mãos, antibacteriano.</p> <p><b>Especificação:</b> SABONETE LÍQUIDO PERFUMADO 5L, para higiene das mãos, antibacteriano, embalagem de 5 litros, lacrada, ph neutro, fragrâncias variadas, biodegradável. na embalagem deverá estar impresso dados do fabricante, procedência, data de fabricação, prazo de validade, nº de registro da ANVISA . O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND | 202    |
| 340 | 17310 | <p><b>Nome:</b> SACO LIXO HOSPITALAR 100 L <b>Especificação:</b> SACO LIXO HOSPITALAR; TIPO: AUTOCLAVAVEL; MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE; COR: BRANCO; CAPACIDADE: 100 L; PERSONALIZACAO: INFECTANTE; ESPESSURA: 0,12 CM; LARGURA: 75 CM; ALTURA: 105 CM; LEGISLACAO: ABNT NBR 7500:2011; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM 100 UNIDADES</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PCT | 5.222  |
| 341 | 27919 | <p><b>Nome:</b> SACO LIXO HOSPITALAR 200 L</p> <p><b>Especificação:</b> SACO LIXO HOSPITALAR; TIPO: AUTOCLAVAVEL; MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE; COR: BRANCO; CAPACIDADE: 200 L; PERSONALIZACAO: INFECTANTE; ESPESSURA: 0,12 CM; LARGURA: 90 CM; ALTURA: 110 CM; LEGISLACAO: ABNT NBR 7500:2011; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM 100 UNIDADES</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PCT | 2.312  |
| 342 | 8406  | <p><b>Nome:</b> SCALP Nº 19 C/ PROTETOR DE AGULHA RESISTENTE.</p> <p><b>Especificação:</b> SCALP Nº 19 C/ PROTETOR DE AGULHA RESISTENTE - SCALP TIPO BORBOLETA BISEL CURTO, TRIFACETADO, CANULA DE AÇO INOX , ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, ASA LEVE FLEXIVEL, TUBO EM PVC CRISTAL FLEXIVEL, CONECTOR LUER C\ TAMPÁ PROTETORA, CONICO RIGIDO, BAINHA PLÁSTICA, ATOXICA, APIROGENICO, ESTERIL CALIBRE 19G.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND | 1.030  |
| 343 | 8407  | <p><b>Nome:</b> SCALP Nº 21 C/ PROTETOR DE AGULHA RESISTENTE.</p> <p><b>Especificação:</b> SCALP Nº 21 C/ PROTETOR DE AGULHA RESISTENTE - SCALP TIPO BORBOLETA BISEL CURTO, TRIFACETADO, CANULA DE AÇO INOX , ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, ASA LEVE FLEXIVEL, TUBO EM PVC CRISTAL FLEXIVEL, CONECTOR LUER C\ TAMPÁ PROTETORA, CONICO RIGIDO, BAINHA PLÁSTICA, ATOXICA, APIROGENICO, ESTERIL CALIBRE 21G.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND | 1.100  |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 344 | 8408  | <p><b>Nome:</b> SCALP Nº 23 C/ PROTETOR DE AGULHA RESISTENTE.</p> <p><b>Especificação:</b> SCALP Nº 23 C/ PROTETOR DE AGULHA RESISTENTE - SCALP TIPO BORBOLETA BISEL CURTO, TRIFACETADO, CANULA DE AÇO INOX , ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, ASA LEVE FLEXÍVEL, TUBO EM PVC CRISTAL FLEXÍVEL, CONECTOR LUER C\ TAMPÁ PROTETORA, CONICO RÍGIDO, BAINHA PLÁSTICA, ATOXICA, APIROGENICO, ESTERIL CALIBRE 23G.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND | 1.100  |
| 345 | 8409  | <p><b>Nome:</b> SCALP Nº 25 C/ PROTETOR DE AGULHA RESISTENTE.</p> <p><b>Especificação:</b> SCALP Nº 25 C/ PROTETOR DE AGULHA RESISTENTE - SCALP TIPO BORBOLETA BISEL CURTO, TRIFACETADO, CANULA DE AÇO INOX , ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, ASA LEVE FLEXÍVEL, TUBO EM PVC CRISTAL FLEXÍVEL, CONECTOR LUER C\ TAMPÁ PROTETORA, CONICO RÍGIDO, BAINHA PLÁSTICA, ATOXICA, APIROGENICO, ESTERIL CALIBRE 25G.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND | 1.030  |
| 346 | 8410  | <p><b>Nome:</b> SCALP Nº 27 C/ PROTETOR DE AGULHA RESISTENTE.</p> <p><b>Especificação:</b> SCALP Nº 27 C/ PROTETOR DE AGULHA RESISTENTE - SCALP TIPO BORBOLETA BISEL CURTO, TRIFACETADO, CANULA DE AÇO INOX , ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, ASA LEVE FLEXÍVEL, TUBO EM PVC CRISTAL FLEXÍVEL, CONECTOR LUER C\ TAMPÁ PROTETORA, CONICO RÍGIDO, BAINHA PLÁSTICA, ATOXICA, APIROGENICO, ESTERIL CALIBRE 27G.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND | 1.100  |
| 347 | 29402 | <p><b>Nome:</b> SENSOR Sistema de Monitoramento Contínuo de Glicose (SMCG)</p> <p><b>Especificação:</b> MONITORAMENTO CONTINUO DE GLICEMIA SENSOR Sistema de Monitoramento Contínuo de Glicose (SMCG), para monitoramento de glicose intersticial, para o monitoramento contínuo ou regular dos níveis de glicose no tecido subcutâneo fácil aplicação nas regiões do abdome e parte de trás do braço, sem a necessidade do auxílio de um profissional de saúde, sistema permite a calibração, para uso em crianças a partir de 2 anos de idade, adultos e idosos. Vida útil do sensor de 14 dias, com proteção IPX7, resistente à água, podendo suportar imersão em até um metro de água por até 30 minutos. Tecnologia eletroquímica e amperométrica contínuo de glicose intersticial, com intervalo de leitura de glicose com mínimo de 40 a 450 mg/dl. Deve conter: 01 sensor com aplicador, sem a necessidade de acoplamento, adesivo para fixação e a instruções de uso. Apresentar instrução de uso, registro na Anvisa e catálogo.</p> | UND | 650    |
| 348 | 19323 | <p><b>Nome:</b> SERINGA DE 1 ML COM AGULHA 13 X 4,5 MM, CAIXA COM 100 UNIDADES</p> <p><b>Especificação:</b> SERINGA DE 1 ML COM AGULHA 13 X 4,5 MM, CAIXA COM 100 UNIDADES - SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL, 1 ML, COM AGULHA DESCONECTÁVEL 13 X 4,5 MM ACOPLADA. SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 1 ML, BICO CENTRAL SIMPLES OU LUER LOCK, ÊMBOLO COM ROLHA BORRACHA, IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE, GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,1 EM 0,1 ML, NUMERADA, COM AGULHA 13 X 0,45 MM ACOPLADA NA SERINGA, BISEL TRIFACETADO, PROTETOR PLÁSTICO, DESCARTÁVEL.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CX  | 30.306 |
| 349 | 19320 | <p><b>Nome:</b> SERINGA DE 20 ML</p> <p><b>Especificação:</b> SERINGA, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 20 ML, TIPO BICO:BICO LUER SLIP, TIPO VEDAÇÃO:ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL:GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM INDIVIDUAL</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND | 60.010 |
| 350 | 24255 | <p><b>Nome:</b> SERINGA DE 60 ML, BICO CENTRAL CATETER</p> <p><b>Especificação:</b> SERINGA, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:60 ML, TIPOBICO:BICO CENTRAL CATETER, TIPO VEDAÇÃO:ÊMBOLODE BORRACHA, ADICIONAL:GRADUADA, NUMERADA,ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL,APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM INDIVIDUAL</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND | 5.200  |
| 351 | 24253 | <p><b>Nome:</b> SERINGA DE 60 ML, BICO CENTRAL LUER LOCK</p> <p><b>Especificação:</b> SERINGA, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:60 ML, TIPO BICO:BICO CENTRAL LUER LOCK, TIPO VEDAÇÃO:ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL:GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM INDIVIDUAL</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND | 20.200 |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 352 | 24254 | <p><b>Nome:</b> SERINGA DE 60 ML, BICO CENTRAL SLIP</p> <p><b>Especificação:</b> SERINGA, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:60 ML, TIPO BICO:BICO CENTRAL SLIP, TIPO VEDAÇÃO:ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL:GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM INDIVIDUAL</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND | 5.200  |
| 353 | 30749 | <p><b>Nome:</b> SERINGA DE INSULINA COM CAPACIDADE DE 30 UI (0,3 ML) E AGULHA FIXA 8X0,30 MM (30G) EM BLISTER (EMBALAGEM INDIVIDUAL)</p> <p><b>Especificação:</b> SERINGA DE INSULINA COM CAPACIDADE DE 30 UI (0,3 ML) E AGULHA FIXA 8X0,30 MM (30G) EM BLISTER (EMBALAGEM INDIVIDUAL) CAPACIDADE: 0,3 ML (30 UNIDADES DE INSULINA - UI).AGULHA: FIXA (INTEGRADA), FINA, COM DIMENSÕES DE 8 MM X 0,30 MM (5/16" X 30G). EMBALAGEM: BLISTER INDIVIDUAL (EMBALAGEM PLÁSTICA ESTÉRIL). GRADUAÇÃO: ESCALA DE 1 EM 1 UNIDADE, GARANTINDO PRECISÃO. QUALIDADE: ATÓXICA, APIROGÊNICA, LIVRE DE LÁTEX, COM LUBRIFICAÇÃO QUE GARANTE DESLIZAMENTO SUAVE.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND | 30.000 |
| 354 | 30756 | <p><b>Nome:</b> SERINGA DE INSULINA COM CAPACIDADE DE 50 UI (0,3 ML)</p> <p><b>Especificação:</b> SERINGA DE INSULINA COM CAPACIDADE DE 50 UI (0,3 ML) E AGULHA FIXA 8X0,30 MM (30G) EM BLISTER (EMBALAGEM INDIVIDUAL) CAPACIDADE: 0,5ML (50 UNIDADES DE INSULINA - UI).AGULHA: FIXA (INTEGRADA), FINA, COM DIMENSÕES DE 8 MM X 0,30 MM (5/16" X 30G).EMBALAGEM: BLISTER INDIVIDUAL (EMBALAGEM PLÁSTICA ESTÉRIL).GRADUAÇÃO: ESCALA DE 1 EM 1 UNIDADE, GARANTINDO PRECISÃO.QUALIDADE: ATÓXICA, APIROGÊNICA, LIVRE DE LÁTEX, COM LUBRIFICAÇÃO QUE GARANTE DESLIZAMENTO SUAVE.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND | 30.000 |
| 355 | 16292 | <p><b>Nome:</b> SERINGA PLÁSTICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 10 ML, COM AGULHA 25X7, CAIXA COM 100 UNIDADES</p> <p><b>Especificação:</b> SERINGA PLÁSTICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 10 ML, COM AGULHA 25X7, CAIXA COM 100 UNIDADES - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM BICO CENTRAL TIPO LUER-LOCK, CAPAZ DE GARANTIR CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS, GRAVADA, PRECISA, VISÍVEL, COM DIVISÕES DE 0,5 ML E SUBDIVISÕES DE 0,1 ML. FLANGE COM FORMATO ANATÔMICO, PARA APOIO DOS DEDOS E QUE CONFIRA ESTABILIDADE À SERINGA QUANDO EM SUPERFÍCIE PLANA. ÊMBOLO DESLIZÁVEL, AJUSTADO AO CORPO DA SERINGA, DE MODO A IMPEDIR A ENTRADA DE AR, COM ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA FIXADO EM SUA EXTREMIDADE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.</p> | CX  | 5.212  |
| 356 | 16291 | <p><b>Nome:</b> SERINGA PLÁSTICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 20 ML, COM AGULHA 25X7, CAIXA COM 100 UNIDADES</p> <p><b>Especificação:</b> SERINGA PLÁSTICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 20 ML, COM AGULHA 25X7, CAIXA COM 100 UNIDADES - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM BICO CENTRAL TIPO LUER-LOCK, CAPAZ DE GARANTIR CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS, GRAVADA, PRECISA, VISÍVEL, COM DIVISÕES DE 0,5 ML E SUBDIVISÕES DE 0,1 ML. FLANGE COM FORMATO ANATÔMICO, PARA APOIO DOS DEDOS E QUE CONFIRA ESTABILIDADE À SERINGA QUANDO EM SUPERFÍCIE PLANA. ÊMBOLO DESLIZÁVEL, AJUSTADO AO CORPO DA SERINGA, DE MODO A IMPEDIR A ENTRADA DE AR, COM ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA FIXADO EM SUA EXTREMIDADE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.</p> | CX  | 5.801  |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 357 | 16294 | <p><b>Nome:</b> SERINGA PLÁSTICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 3 ML, COM AGULHA 25X7, CAIXA COM 100 UNIDADES</p> <p><b>Especificação:</b> SERINGA PLÁSTICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 3 ML, COM AGULHA 25X7, CAIXA COM 100 UNIDADES - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM BICO CENTRAL TIPO LUER-LOCK, CAPAZ DE GARANTIR CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS, GRAVADA, PRECISA, VISÍVEL, COM DIVISÕES DE 0,5 ML E SUBDIVISÕES DE 0,1 ML. FLANGE COM FORMATO ANATÔMICO, PARA APOIO DOS DEDOS E QUE CONFIRA ESTABILIDADE À SERINGA QUANDO EM SUPERFÍCIE PLANA. ÊMBOLO DESLIZÁVEL, AJUSTADO AO CORPO DA SERINGA, DE MODO A IMPEDIR A ENTRADA DE AR, COM ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA FIXADO EM SUA EXTREMIDADE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.</p> | CX  | 15.860 |
| 358 | 16293 | <p><b>Nome:</b> SERINGA PLÁSTICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 5 ML, COM AGULHA 25X7, CAIXA COM 100 UNIDADES</p> <p><b>Especificação:</b> SERINGA PLÁSTICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 5 ML, COM AGULHA 25X7, CAIXA COM 100 UNIDADES - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM BICO CENTRAL TIPO LUER-LOCK, CAPAZ DE GARANTIR CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS, GRAVADA, PRECISA, VISÍVEL, COM DIVISÕES DE 0,5 ML E SUBDIVISÕES DE 0,1 ML. FLANGE COM FORMATO ANATÔMICO, PARA APOIO DOS DEDOS E QUE CONFIRA ESTABILIDADE À SERINGA QUANDO EM SUPERFÍCIE PLANA. ÊMBOLO DESLIZÁVEL, AJUSTADO AO CORPO DA SERINGA, DE MODO A IMPEDIR A ENTRADA DE AR, COM ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA FIXADO EM SUA EXTREMIDADE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.</p> | CX  | 15.335 |
| 359 | 14827 | <p><b>Nome:</b> SERINGAS PARA APLICAÇÃO DE INSULINA GRADUADAS COM CAPACIDADE DE 100 UNIDADES (UI)</p> <p><b>Especificação:</b> SERINGAS PARA APLICAÇÃO DE INSULINA GRADUADAS COM CAPACIDADE DE 100 UNIDADES (UI) DE INSULINA, COM AGULHA FIXA COM 8 MM DE COMPRIMENTO, CALIBRE: 0.30 MM (30G).NÃO POSSUEM ESPAÇO RESIDUAL (ESPAÇO MORTO) QUE PERMITA ASSOCIAR DOIS TIPOS DE INSULINA, QUANDO NECESSÁRIO.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND | 50.005 |
| 360 | 14829 | <p><b>Nome:</b> SERINGAS PARA APLICAÇÃO DE INSULINA GRADUADAS COM CAPACIDADE DE 30 UNIDADES (UI)</p> <p><b>Especificação:</b> SERINGAS PARA APLICAÇÃO DE INSULINA GRADUADAS COM CAPACIDADE DE 30 UNIDADES (UI) DE INSULINA, COM AGULHA FIXA COM 8 MM DE COMPRIMENTO, CALIBRE: 0.30 MM (30G). NÃO POSSUEM ESPAÇO RESIDUAL (ESPAÇO MORTO) QUE PERMITA ASSOCIAR DOIS TIPOS DE INSULINA, QUANDO NECESSÁRIO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND | 50.000 |
| 361 | 14828 | <p><b>Nome:</b> SERINGAS PARA APLICAÇÃO DE INSULINA GRADUADAS COM CAPACIDADE DE 50 UNIDADES (UI)</p> <p><b>Especificação:</b> SERINGAS PARA APLICAÇÃO DE INSULINA GRADUADAS COM CAPACIDADE DE 50 UNIDADES (UI) DE INSULINA, COM AGULHA FIXA COM 8 MM DE COMPRIMENTO, CALIBRE: 0.30 MM (30G).NÃO POSSUEM ESPAÇO RESIDUAL (ESPAÇO MORTO) QUE PERMITA ASSOCIAR DOIS TIPOS DE INSULINA, QUANDO NECESSÁRIO.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND | 50.000 |
| 362 | 28353 | <p><b>Nome:</b> SEROFLEX - EXT. SILICONIZADA 10 X 6 X 2M C/CONECTOR</p> <p><b>Especificação:</b> SEROFLEX - EXT. SILICONIZADA 10 X 6 X 2M C/CONECTOR</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND | 1.000  |
| 363 | 29400 | <p><b>Nome:</b> Sistema de Terapia Compressiva multi componentes Tamanho 18-25 cm tornozelo</p> <p><b>Especificação:</b> Sistema de Terapia Compressiva multi componentes, composto por duas bandagens que fornecem a pressão terapêutica de 40 mmHg. A primeira bandagem é de curto estiramento, macia e confortável, absorve o exsudato e não se desfaz, fornecendo 80% da compressão. A segunda bandagem é de longo estiramento, fornece 20% da compressão, é auto aderente e mantém o conjunto por até 7 dias sem afrouxar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ENV | 10     |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|     |       | Ambas bandagens possuem marcador de pressão elíptico garantindo a perfeita e correta aplicação. Tamanho 18-25 cm tornozelo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |
| 364 | 29401 | <p><b>Nome:</b> Sistema de Terapia Compressiva multi componentes Tamanho 25-32 cm tornozelo</p> <p><b>Especificação:</b> Sistema de Terapia Compressiva multi componentes, composto por duas bandagens que fornecem a pressão terapêutica de 40 mmHg. A primeira bandagem é de curto estiramento, macia e confortável, absorve o exsudato e não se desfaz, fornecendo 80% da compressão. A segunda bandagem é de longo estiramento, fornece 20% da compressão, é auto aderente e mantém o conjunto por até 7 dias sem afrouxar. Ambas bandagens possuem marcador de pressão elíptico garantindo a perfeita e correta aplicação. Tamanho 25-32 cm tornozelo</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ENV | 10  |
| 365 | 28160 | <p><b>Nome:</b> SOLUÇÃO ANTISSEPTICA PARA LIMPEZA DE FERIDAS À BASE @-BISABOOL. APRESENTAÇÃO 500 ML. <b>Especificação:</b> SOLUÇÃO ANTISSEPTICA PARA LIMPEZA DE FERIDAS À BASE @-BISABOOL .COMPOSIÇÃO: POLIHEXANIDA (PHMB) 0,2%, POLIDOCANOL, BISABOOL, COCOAMIDOPROPIL BETAÍNA, PROTETOR DE PELE E ÁGUA. ATIVIDADE ANTISSEPTICA DE AMPLO ESPECTRO, ATIVO EM PRESENÇA DE MATÉRIA ORGÂNICA, NÃO APRESENTA RESISTÊNCIA MICROBIANA. PARA LIMPEZA E DESCONTAMINAÇÃO DÉRMICA. INDUIÇÃO: PARA USO NO TRATAMENTO DE FERIDAS. SOLUÇÃO TRANSPARENTE, BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICA, INDOLOR, ISENTO DE AGENTES ALERGIZANTES E DE IRRITANTES DÉRMICOS. PROPICIA LIMPEZA DA FERIDA SENDO EFETIVA NA PREVENÇÃO E NO TRATAMENTO DE FERIDAS INFECTADAS. O PRODUTO DEVE MANTER SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS APÓS ABERTO, POR NO MÍNIMO ATÉ 30 DIAS. EMBALAGEM RESISTENTE, SPRAY DE FÁCIL APLICAÇÃO E MANUSEIO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. APRESENTAÇÃO, 500 ML.</p>        | UND | 120 |
| 366 | 28158 | <p><b>Nome:</b> SOLUÇÃO ANTISSEPTICA PARA LIMPEZA DE FERIDAS À BASE @-BISABOOL. APRESENTAÇÃO: 100 ML</p> <p><b>Especificação:</b> SOLUÇÃO ANTISSEPTICA PARA LIMPEZA DE FERIDAS À BASE @-BISABOOL .COMPOSIÇÃO: POLIHEXANIDA (PHMB) 0,2%, POLIDOCANOL, BISABOOL, COCOAMIDOPROPIL BETAÍNA, PROTETOR DE PELE E ÁGUA. ATIVIDADE ANTISSEPTICA DE AMPLO ESPECTRO, ATIVO EM PRESENÇA DE MATÉRIA ORGÂNICA, NÃO APRESENTA RESISTÊNCIA MICROBIANA. PARA LIMPEZA E DESCONTAMINAÇÃO DÉRMICA. INDUIÇÃO: PARA USO NO TRATAMENTO DE FERIDAS. SOLUÇÃO TRANSPARENTE, BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICA, INDOLOR, ISENTO DE AGENTES ALERGIZANTES E DE IRRITANTES DÉRMICOS. PROPICIA LIMPEZA DA FERIDA SENDO EFETIVA NA PREVENÇÃO E NO TRATAMENTO DE FERIDAS INFECTADAS. O PRODUTO DEVE MANTER SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS APÓS ABERTO, POR NO MÍNIMO ATÉ 30 DIAS. EMBALAGEM RESISTENTE, SPRAY DE FÁCIL APLICAÇÃO E MANUSEIO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. APRESENTAÇÃO: 100 ML</p>  | UND | 120 |
| 367 | 28159 | <p><b>Nome:</b> SOLUÇÃO ANTISSEPTICA PARA LIMPEZA DE FERIDAS À BASE @-BISABOOL. APRESENTAÇÃO: 250 ML.</p> <p><b>Especificação:</b> SOLUÇÃO ANTISSEPTICA PARA LIMPEZA DE FERIDAS À BASE @-BISABOOL .COMPOSIÇÃO: POLIHEXANIDA (PHMB) 0,2%, POLIDOCANOL, BISABOOL, COCOAMIDOPROPIL BETAÍNA, PROTETOR DE PELE E ÁGUA. ATIVIDADE ANTISSEPTICA DE AMPLO ESPECTRO, ATIVO EM PRESENÇA DE MATÉRIA ORGÂNICA, NÃO APRESENTA RESISTÊNCIA MICROBIANA. PARA LIMPEZA E DESCONTAMINAÇÃO DÉRMICA. INDUIÇÃO: PARA USO NO TRATAMENTO DE FERIDAS. SOLUÇÃO TRANSPARENTE, BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICA, INDOLOR, ISENTO DE AGENTES ALERGIZANTES E DE IRRITANTES DÉRMICOS. PROPICIA LIMPEZA DA FERIDA SENDO EFETIVA NA PREVENÇÃO E NO TRATAMENTO DE FERIDAS INFECTADAS. O PRODUTO DEVE MANTER SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS APÓS ABERTO, POR NO MÍNIMO ATÉ 30 DIAS. EMBALAGEM RESISTENTE, SPRAY DE FÁCIL APLICAÇÃO E MANUSEIO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. APRESENTAÇÃO: 250 ML</p> | UND | 120 |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 368 | 30750 | <p><b>Nome:</b> SONDA DE GASTROSTOMIA DE BAIXO PERFIL, TIPO BOTTON, 20 FR (Nº 20)</p> <p><b>Especificação:</b> SONDA DE GASTROSTOMIA DE BAIXO PERFIL, TIPO BOTTON, 20 FR (Nº 20), COM COMPRIMENTO DO EIXO/ESTOMA DE 1,2 CM, DESTINADA À ALIMENTAÇÃO ENTERAL PROLONGADA, CONFECCIONADA EM SILICONE DE GRAU MÉDICO, COM LINHA RADIOPACA PARA VISUALIZAÇÃO RADIOLÓGICA, SISTEMA DE RETENÇÃO INTERNA POR BALÃO, COM CAPACIDADE DE INSUFLAÇÃO ENTRE 3 E 5 ML, VÁLVULA INTEGRADA ANTIRREFLUXO E CONEXÃO PARA ADMINISTRAÇÃO DE DIETA E MEDICAMENTOS. DEVERÁ POSSUIR BAIXO PERFIL, PERMANECENDO PRÓXIMA À SUPERFÍCIE DA PELE, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO E MOBILIDADE AO PACIENTE.</p> <p>KIT COMPOSTO POR: 01 (UMA) SONDA DE GASTROSTOMIA DE BAIXO PERFIL, CALIBRE 20 FR X 1,2 CM; 01 (UMA) SERINGA COM CONEXÃO LUER SLIP, CAPACIDADE DE 6 ML; 01 (UMA) SERINGA COM PONTA TIPO CATETER, CAPACIDADE DE 35 ML; 01 (UM) CONJUNTO DE EXTENSÃO EM ÂNGULO RETO, COM BIFURCAÇÃO TIPO "Y", EQUIPADO COM PINÇA; E 01 (UM) CONJUNTO DE EXTENSÃO PARA ADMINISTRAÇÃO DE DIETA EM BOLO, COM CONECTOR RETO E PINÇA.</p> <p>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CALIBRE 20 FR; COMPRIMENTO DO EIXO/ESTOMA 1,2 CM; SILICONE DE GRAU MÉDICO; LINHA RADIOPACA; RETENÇÃO INTERNA POR BALÃO; CAPACIDADE DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO DE 3 A 5 ML; VÁLVULA ANTIRREFLUXO INTEGRADA; EXTENSÕES COMPATÍVEIS COM O DISPOSITIVO; PRODUTO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL E DE USO MÉDICO-HOSPITALAR, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, E EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE.</p> | KIT | 30  |
| 369 | 14235 | <p><b>Nome:</b> SONDA DE NASO GÁSTRICA LONGA TAMPA, Nº 08</p> <p><b>Especificação:</b> SONDA DE NASO GÁSTRICA LONGA, EM PVC ATÓXICO SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONECTOR COM TAMPA, Nº 08, COM 1.20 M, O MATERIAL DEVERÁ SER ADAPTÁVEL EM SERINGAS. O MATERIAL DEVERÁ APRESENTAR EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND | 100 |
| 370 | 14236 | <p><b>Nome:</b> SONDA DE NASO GÁSTRICA LONGA TAMPA, Nº 10</p> <p><b>Especificação:</b> SONDA DE NASO GÁSTRICA LONGA, EM PVC ATÓXICO SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONECTOR COM TAMPA, Nº 10, COM 1.20 M, O MATERIAL DEVERÁ SER ADAPTÁVEL EM SERINGAS. O MATERIAL DEVERÁ APRESENTAR EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND | 100 |
| 371 | 14237 | <p><b>Nome:</b> SONDA DE NASO GÁSTRICA LONGA TAMPA, Nº 12</p> <p><b>Especificação:</b> SONDA DE NASO GÁSTRICA LONGA, EM PVC ATÓXICO SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONECTOR COM TAMPA, Nº 12, COM 1.20 M, O MATERIAL DEVERÁ SER ADAPTÁVEL EM SERINGAS. O MATERIAL DEVERÁ APRESENTAR EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND | 100 |
| 372 | 14238 | <p><b>Nome:</b> SONDA DE NASO GÁSTRICA LONGA TAMPA, Nº 14</p> <p><b>Especificação:</b> SONDA DE NASO GÁSTRICA LONGA, EM PVC ATÓXICO SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONECTOR COM TAMPA, Nº 14, COM 1.20 M, O MATERIAL DEVERÁ SER ADAPTÁVEL EM SERINGAS. O MATERIAL DEVERÁ APRESENTAR EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND | 100 |
| 373 | 14239 | <p><b>Nome:</b> SONDA DE NASO GÁSTRICA LONGA TAMPA, Nº 16</p> <p><b>Especificação:</b> SONDA DE NASO GÁSTRICA LONGA, EM PVC ATÓXICO SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONECTOR COM TAMPA, Nº 16, COM 1.20 M, O MATERIAL DEVERÁ SER ADAPTÁVEL EM SERINGAS. O MATERIAL DEVERÁ APRESENTAR EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND | 100 |
| 374 | 14240 | <p><b>Nome:</b> SONDA DE NASO GÁSTRICA LONGA TAMPA, Nº 18</p> <p><b>Especificação:</b> SONDA DE NASO GÁSTRICA LONGA, EM PVC ATÓXICO SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONECTOR COM TAMPA, Nº 18, COM 1.20 M, O MATERIAL DEVERÁ SER ADAPTÁVEL EM SERINGAS. O MATERIAL DEVERÁ APRESENTAR EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND | 100 |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 375 | 14241 | <p><b>Nome:</b> SONDA DE NASO GÁSTRICA LONGA TAMPA, Nº 20</p> <p><b>Especificação:</b> SONDA DE NASO GÁSTRICA LONGA, EM PVC ATÓXICO SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONECTOR COM TAMPA, Nº 20, COM 1.20 M, O MATERIAL DEVERÁ SER ADAPTÁVEL EM SERINGAS. O MATERIAL DEVERÁ APRESENTAR EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.</p>                                                                                                                        | UND | 100    |
| 376 | 28083 | <p><b>Nome:</b> SONDA PARA GASTROSTOMIA, TAMANHO: 16FR</p> <p><b>Especificação:</b> SONDA PARA GASTROSTOMIA, TAMANHO: 16FR, PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, ADULTAS E PEDIÁTRICAS, 03 VIAS (UMA PARA O BALÃO, UMA PARA A DIETA E UMA VIA ACESSÓRIA), TODAS COM TAMPA PARA MAIOR SEGURANÇA E HIGIENE, 100% SILICONE TRANSPARENTE, DISCO EXTERNO PARA PROTEÇÃO E RETENÇÃO, GRADUADA EM CENTÍMETROS, BALÃO INTERNO PARA RETENÇÃO, PONTA DISTAL COM FIO RADIOPACO, CONECTOR EM "Y" REMOVÍVEL, ESTÉRIL.</p> | UND | 200    |
| 377 | 28084 | <p><b>Nome:</b> SONDA PARA GASTROSTOMIA, TAMANHO: 18FR</p> <p><b>Especificação:</b> SONDA PARA GASTROSTOMIA, TAMANHO: 18FR, PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, ADULTAS E PEDIÁTRICAS, 03 VIAS (UMA PARA O BALÃO, UMA PARA A DIETA E UMA VIA ACESSÓRIA), TODAS COM TAMPA PARA MAIOR SEGURANÇA E HIGIENE, 100% SILICONE TRANSPARENTE, DISCO EXTERNO PARA PROTEÇÃO E RETENÇÃO, GRADUADA EM CENTÍMETROS, BALÃO INTERNO PARA RETENÇÃO, PONTA DISTAL COM FIO RADIOPACO, CONECTOR EM "Y" REMOVÍVEL, ESTÉRIL.</p> | UND | 200    |
| 378 | 28085 | <p><b>Nome:</b> SONDA PARA GASTROSTOMIA, TAMANHO: 20FR</p> <p><b>Especificação:</b> SONDA PARA GASTROSTOMIA, TAMANHO: 20FR, PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, ADULTAS E PEDIÁTRICAS, 03 VIAS (UMA PARA O BALÃO, UMA PARA A DIETA E UMA VIA ACESSÓRIA), TODAS COM TAMPA PARA MAIOR SEGURANÇA E HIGIENE, 100% SILICONE TRANSPARENTE, DISCO EXTERNO PARA PROTEÇÃO E RETENÇÃO, GRADUADA EM CENTÍMETROS, BALÃO INTERNO PARA RETENÇÃO, PONTA DISTAL COM FIO RADIOPACO, CONECTOR EM "Y" REMOVÍVEL, ESTÉRIL.</p> | UND | 200    |
| 379 | 28086 | <p><b>Nome:</b> SONDA PARA GASTROSTOMIA, TAMANHO: 22FR</p> <p><b>Especificação:</b> SONDA PARA GASTROSTOMIA, TAMANHO: 22FR, PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, ADULTAS E PEDIÁTRICAS, 03 VIAS (UMA PARA O BALÃO, UMA PARA A DIETA E UMA VIA ACESSÓRIA), TODAS COM TAMPA PARA MAIOR SEGURANÇA E HIGIENE, 100% SILICONE TRANSPARENTE, DISCO EXTERNO PARA PROTEÇÃO E RETENÇÃO, GRADUADA EM CENTÍMETROS, BALÃO INTERNO PARA RETENÇÃO, PONTA DISTAL COM FIO RADIOPACO, CONECTOR EM "Y" REMOVÍVEL, ESTÉRIL.</p> | UND | 200    |
| 380 | 28087 | <p><b>Nome:</b> SONDA PARA GASTROSTOMIA, TAMANHO: 24FR</p> <p><b>Especificação:</b> SONDA PARA GASTROSTOMIA, TAMANHO: 24FR, PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, ADULTAS E PEDIÁTRICAS, 03 VIAS (UMA PARA O BALÃO, UMA PARA A DIETA E UMA VIA ACESSÓRIA), TODAS COM TAMPA PARA MAIOR SEGURANÇA E HIGIENE, 100% SILICONE TRANSPARENTE, DISCO EXTERNO PARA PROTEÇÃO E RETENÇÃO, GRADUADA EM CENTÍMETROS, BALÃO INTERNO PARA RETENÇÃO, PONTA DISTAL COM FIO RADIOPACO, CONECTOR EM "Y" REMOVÍVEL, ESTÉRIL.</p> | UND | 30     |
| 381 | 14248 | <p><b>Nome:</b> SONDA URETRAL PVC ATÓXICO SILICONIZADO, 40 CM, Nº 10</p> <p><b>Especificação:</b> SONDA URETRAL PVC ATÓXICO SILICONIZADO, 40 CM, Nº 10, EMBALAGEM INDIVIDUAL, 01 VIA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SEM BALÃO (TIPO NELATON), TUBO TRANSLÚCIDO E MALEÁVEL. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA.</p>                                                                                                                        | UND | 30.000 |
| 382 | 14249 | <p><b>Nome:</b> SONDA URETRAL, PVC ATÓXICO SILICONIZADO, 40 CM, Nº 08</p> <p><b>Especificação:</b> SONDA URETRAL, PVC ATÓXICO SILICONIZADO, 40 CM, Nº 08, EMBALAGEM INDIVIDUAL, 01 VIA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SEM BALÃO (TIPO NELATON), TUBO TRANSLÚCIDO E MALEÁVEL. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA.</p>                                                                                                                      | UND | 12.000 |
| 383 | 14250 | <p><b>Nome:</b> SONDA URETRAL, PVC ATÓXICO SILICONIZADO, 40 CM, Nº 12</p> <p><b>Especificação:</b> SONDA URETRAL, PVC ATÓXICO SILICONIZADO, 40 CM, Nº 12, EMBALAGEM INDIVIDUAL, 01 VIA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SEM BALÃO (TIPO NELATON), TUBO TRANSLÚCIDO E MALEÁVEL. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA.</p>                                                                                                                      | UND | 30.000 |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 384 | 14251 | <p><b>Nome:</b> SONDA URETRAL, PVC ATÓXICO SILICONIZADO, 40 CM, Nº 14</p> <p><b>Especificação:</b> SONDA URETRAL, PVC ATÓXICO SILICONIZADO, 40 CM, Nº 14, EMBALAGEM INDIVIDUAL, 01 VIA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SEM BALÃO (TIPO NELATON), TUBO TRANSLÚCIDO E MALEÁVEL.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND | 30.000 |
| 385 | 14252 | <p><b>Nome:</b> SONDA URETRAL, PVC ATÓXICO SILICONIZADO, 40 CM, Nº 16</p> <p><b>Especificação:</b> SONDA URETRAL, PVC ATÓXICO SILICONIZADO, 40 CM, Nº 16, EMBALAGEM INDIVIDUAL, 01 VIA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SEM BALÃO (TIPO NELATON), TUBO TRANSLÚCIDO E MALEÁVEL. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA.</p>                                                                                                                                                                                                                      | UND | 20.000 |
| 386 | 24230 | <p><b>Nome:</b> SONDA URETRAL, PVC ATÓXICO SILICONIZADO, 40 CM, Nº 18</p> <p><b>Especificação:</b> SONDA URETRAL, PVC ATÓXICO SILICONIZADO, 40 CM, Nº 18, EMBALAGEM INDIVIDUAL, 01 VIA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SEM BALÃO (TIPO NELATON), TUBO TRANSLÚCIDO E MALEÁVEL.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND | 5.000  |
| 387 | 14253 | <p><b>Nome:</b> SONDA URETRAL, PVC ATÓXICO SILICONIZADO, 40 CM, Nº 20</p> <p><b>Especificação:</b> SONDA URETRAL, PVC ATÓXICO SILICONIZADO, 40 CM, Nº 20, EMBALAGEM INDIVIDUAL, 01 VIA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SEM BALÃO (TIPO NELATON), TUBO TRANSLÚCIDO E MALEÁVEL.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND | 5.000  |
| 388 | 30745 | <p><b>Nome:</b> SONDA VESICAL DE DEMORA TIPO FLOLEY Nº 24, ESTÉRIL</p> <p><b>Especificação:</b> SONDA VESICAL DE DEMORA, TIPO FLOLEY Nº 24, ESTÉRIL, COM TRÊS VIAS, DE LÁTEX ATÓXICO, APIROGENICO, SILICONIZADA, COM BAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, SEGURIDADE DE ESTERILIZAÇÃO E MANUSEIO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO FABRICANTE E DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS</p>                                           | UND | 100    |
| 389 | 8433  | <p><b>Nome:</b> SONDA VESICAL DE DEMORA , TIPO FLOLEY Nº 16,</p> <p><b>Especificação:</b> ESTERIL,COM DUAS VIAS, DE LATEX ATOXICO, APIROGENICO, SILICONIZADA, BALÃO COM CAPACIDADE DE 5 A 10 ML, COMPRIMENTO DE 25 CM . EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, SEGURIDADE DE ESTERILIZAÇÃO E MANISEIO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO FABRICANTE E DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS.</p>                                              | UND | 300    |
| 390 | 8434  | <p><b>Nome:</b> SONDA VESICAL DE DEMORA , TIPO FLOLEY Nº 18.</p> <p><b>Especificação:</b> SONDA VESICAL DE DEMORA , TIPO FLOLEY Nº 18, ESTERIL,COM DUAS VIAS, DE LATEX ATOXICO, APIROGENICO, SILICONIZADA, BALÃO COM CAPACIDADE DE 5 A 10 ML, COMPRIMENTO DE 25 CM . EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, SEGURIDADE DE ESTERILIZAÇÃO E MANISEIO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO FABRICANTE E DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS.</p> | UND | 300    |
| 391 | 14254 | <p><b>Nome:</b> SONDA VESICAL DE DEMORA, TIPO FLOLEY Nº 10</p> <p><b>Especificação:</b> SONDA VESICAL DE DEMORA, TIPO FLOLEY Nº 10, ESTÉRIL, COM DUAS VIAS, DE LÁTEX ATÓXICO, APIROGENICO, SILICONIZADA, BALÃO COM CAPACIDADE DE 5 A 10 ML, COMPRIMENTO DE 25 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, SEGURIDADE DE ESTERILIZAÇÃO E MANUSEIO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO FABRICANTE E DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS.</p>    | UND | 150    |
| 392 | 14255 | <p><b>Nome:</b> SONDA VESICAL DE DEMORA, TIPO FLOLEY Nº 12</p> <p><b>Especificação:</b> SONDA VESICAL DE DEMORA, TIPO FLOLEY Nº 12, ESTÉRIL, COM DUAS VIAS, DE LÁTEX ATÓXICO, APIROGENICO, SILICONIZADA, BALÃO COM CAPACIDADE DE 5 A 10 ML, COMPRIMENTO DE 25 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, SEGURIDADE DE ESTERILIZAÇÃO E MANUSEIO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO FABRICANTE E DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS.</p>    | UND | 250    |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 393 | 14256 | <p><b>Nome:</b> Sonda Vesical de Demora, Tipo Folley nº 14</p> <p><b>Especificação:</b> Sonda Vesical de Demora, Tipo Folley nº 14, Estéril, com duas vias, de látex atóxico, apirogênico, siliconizada, balão com capacidade de 5 a 15 ml, comprimento de 25 cm. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou filme termoplástico, abertura em pétala, segurança de esterilização e manuseio, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, validade, número do lote, registro no Ministério da Saúde e certificado de boas práticas.</p> | UND | 250 |
| 394 | 14259 | <p><b>Nome:</b> Sonda Vesical de Demora, Tipo Folley nº 20</p> <p><b>Especificação:</b> Sonda Vesical de Demora, Tipo Folley nº 20, Estéril, com duas vias, de látex atóxico, apirogênico, siliconizada, balão com capacidade de 5 a 10 ml, comprimento de 25 cm. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou filme termoplástico, abertura em pétala, segurança de esterilização e manuseio, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, validade, número do lote, registro no Ministério da Saúde e certificado de boas práticas.</p> | UND | 250 |
| 395 | 28216 | <p><b>Nome:</b> Sonda Vesical de Demora, Tipo Folley nº 20, Estéril, com três vias</p> <p><b>Especificação:</b> Sonda Vesical de Demora, Tipo Folley nº 20, Estéril, com três vias, de látex atóxico, apirogênico, siliconizada, com baço. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou filme termoplástico, abertura em pétala, segurança de esterilização e manuseio, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, validade, número do lote, registro no Ministério da Saúde e certificado de boas práticas.</p>                        | UND | 250 |
| 396 | 14260 | <p><b>Nome:</b> Sonda Vesical de Demora, Tipo Folley nº 22</p> <p><b>Especificação:</b> Sonda Vesical de Demora, Tipo Folley nº 22, Estéril, com duas vias, de látex atóxico, apirogênico, siliconizada, balão com capacidade de 5 a 10 ml, comprimento de 25 cm. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou filme termoplástico, abertura em pétala, segurança de esterilização e manuseio, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, validade, número do lote, registro no Ministério da Saúde e certificado de boas práticas.</p> | UND | 250 |
| 397 | 28217 | <p><b>Nome:</b> Sonda Vesical de Demora, Tipo Folley nº 22, Estéril, com três vias</p> <p><b>Especificação:</b> Sonda Vesical de Demora, Tipo Folley nº 22, Estéril, com três vias, de látex atóxico, apirogênico, siliconizada, com baço. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou filme termoplástico, abertura em pétala, segurança de esterilização e manuseio, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, validade, número do lote, registro no Ministério da Saúde e certificado de boas práticas.</p>                        | UND | 250 |
| 398 | 14261 | <p><b>Nome:</b> Sonda Vesical de Demora, Tipo Folley nº 24</p> <p><b>Especificação:</b> Sonda Vesical de Demora, Tipo Folley nº 24, Estéril, com duas vias, de látex atóxico, apirogênico, siliconizada, balão com capacidade de 5 a 10 ml, comprimento de 25 cm. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou filme termoplástico, abertura em pétala, segurança de esterilização e manuseio, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, validade, número do lote, registro no Ministério da Saúde e certificado de boas práticas.</p> | UND | 250 |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 399 | 28095 | <p><b>Nome:</b> SONDA; PARA GASTROSTOMIA PERCUTANEA; TIPO BOTTON; MEDIDA 12FR X 1,5CM</p> <p><b>Especificação:</b> SONDA; PARA GASTROSTOMIA PERCUTANEA; TIPO BOTTON; COM BALAO DE 2 OU 3 VIAS; VALVULA ANTIRREFLUXO; SENDO 1 VIA PARA O BALAO; 1 VIA DIETA E 1 VIA ACESSORIA COM TAMPA QUE ASSEGUREM O FECHAMENTO DA SONDA; CONSTITUIDO EM 100% SILICONE; MEDIDA 12FR X 1,5CM; ANEL DE FIXACAO A 1CM DA PELE; MARCAÇAO A CADA CENTIMETRO; RADIOPACA; QUE PERMITA COMPROVAR POSICAO DA SONDA RADIOGRAFICAMENTE; PODENDO VARIAR MEDIDAS + OU – 0,5CM; EMBALAGEM INDIVIDUAL; CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO; PROCEDENCIA; DATA DE FABRICACAO E VALIDADE; Nº DE REGISTRO OU ISENCAO NA ANVISA E ATENDER A LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO; VALIDADE NA DATA DE ENTREGA DEVERA SER DE NO MINIMO 12 MESES.</p>   | UND | 20     |
| 400 | 28092 | <p><b>Nome:</b> SONDA; PARA GASTROSTOMIA PERCUTANEA; TIPO BOTTON; MEDIDA 14FR X 1,7CM</p> <p><b>Especificação:</b> SONDA; PARA GASTROSTOMIA PERCUTANEA; TIPO BOTTON; COM BALAO DE 2 OU 3 VIAS; VALVULA ANTIRREFLUXO; SENDO 1 VIA PARA O BALAO; 1 VIA DIETA E 1 VIA ACESSORIA COM TAMPAS QUE ASSEGUREM O FECHAMENTO DA SONDA; CONSTITUIDO EM 100% SILICONE; MEDIDA 14FR X 1,7CM; ANEL DE FIXACAO A 1CM DA PELE; MARCAÇAO A CADA CENTIMETRO; RADIOPACA; QUE PERMITA COMPROVAR POSICAO DA SONDA RADIOGRAFICAMENTE; PODENDO VARIAR MEDIDAS + OU – 0,5CM; EMBALAGEM INDIVIDUAL; CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO; PROCEDENCIA; DATA DE FABRICACAO E VALIDADE; Nº DE REGISTRO OU ISENCAO NA ANVISA E ATENDER A LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO; VALIDADE NA DATA DE ENTREGA DEVERA SER DE NO MINIMO 12 MESES.</p>  | UND | 20     |
| 401 | 28093 | <p><b>Nome:</b> SONDA; PARA GASTROSTOMIA PERCUTANEA; TIPO BOTTON; MEDIDA 18FR X 2,0CM</p> <p><b>Especificação:</b> SONDA; PARA GASTROSTOMIA PERCUTANEA; TIPO BOTTON; COM BALAO DE 2 OU 3 VIAS; VALVULA ANTIRREFLUXO; SENDO 1 VIA PARA O BALAO; 1 VIA DIETA E 1 VIA ACESSORIA COM TAMPAS QUE ASSEGUREM O FECHAMENTO DA SONDA; CONSTITUIDO EM 100% SILICONE; MEDIDA 18FR X 2,0CM; ANEL DE FIXACAO A 1CM DA PELE; MARCAÇAO A CADA CENTIMETRO; RADIOPACA; QUE PERMITA COMPROVAR POSICAO DA SONDA RADIOGRAFICAMENTE; PODENDO VARIAR MEDIDAS + OU – 0,5CM; EMBALAGEM INDIVIDUAL; CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO; PROCEDENCIA; DATA DE FABRICACAO E VALIDADE; Nº DE REGISTRO OU ISENCAO NA ANVISA E ATENDER A LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO VALIDADE NA DATA DE ENTREGA DEVERA SER DE NO MINIMO 12 MESES</p>    | UND | 20     |
| 402 | 28094 | <p><b>Nome:</b> SONDA; PARA GASTROSTOMIA PERCUTANEA; TIPO BOTTON; MEDIDA 20FR X 2,0CM;</p> <p><b>Especificação:</b> SONDA; PARA GASTROSTOMIA PERCUTANEA; TIPO BOTTON; COM BALAO DE 2 OU 3 VIAS; VALVULA ANTIRREFLUXO; SENDO 1 VIA PARA O BALAO; 1 VIA DIETA E 1 VIA ACESSORIA COM TAMPAS QUE ASSEGUREM O FECHAMENTO DA SONDA; CONSTITUIDO EM 100% SILICONE; MEDIDA 20FR X 2,0CM; ANEL DE FIXACAO A 1CM DA PELE; MARCAÇAO A CADA CENTIMETRO; RADIOPACA; QUE PERMITA COMPROVAR POSICAO DA SONDA RADIOGRAFICAMENTE; PODENDO VARIAR MEDIDAS + OU – 0,5CM; EMBALAGEM INDIVIDUAL; CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO; PROCEDENCIA; DATA DE FABRICACAO E VALIDADE; Nº DE REGISTRO OU ISENCAO NA ANVISA E ATENDER A LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO; VALIDADE NA DATA DE ENTREGA DEVERA SER DE NO MINIMO 12 MESES.</p> | UND | 20     |
| 403 | 10514 | <p><b>Nome:</b> SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML, SISTEMA FECHADO EM FRASCO POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE RECICLÁVEL</p> <p><b>Especificação:</b> SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML, SISTEMA FECHADO EM FRASCO POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE RECICLÁVEL, TAMPA COM DUAS ENTRADAS COM LACRE E MEMBRANA CICATRIZANTE. EMBALADO CONFORME CONSTA NO REGISTRO DO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVERÁ TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND | 45.062 |
| 404 | 14917 | <p><b>Nome:</b> SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000 ML</p> <p><b>Especificação:</b> SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000 ML, SISTEMA FECHADO EM FRASCO POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE RECICLÁVEL, TAMPA COM DUAS ENTRADAS COM LACRE E MEMBRANA CICATRIZANTE. EMBALADO CONFORME CONSTA NO REGISTRO DO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVERÁ TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND | 2.000  |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 405 | 10515 | <p><b>Nome:</b> SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML, SISTEMA FECHADO EM FRASCO POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE RECICLÁVEL</p> <p><b>Especificação:</b> SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML, SISTEMA FECHADO EM FRASCO POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE RECICLÁVEL, TAMPA COM DUAS ENTRADAS COM LACRE E MEMBRANA CICATRIZANTE. EMBALADO CONFORME CONSTA NO REGISTRO DO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVERÁ TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND | 86.000 |
| 406 | 10516 | <p><b>Nome:</b> SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML, SISTEMA FECHADO EM FRASCO POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE RECICLÁVEL</p> <p><b>Especificação:</b> SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML, SISTEMA FECHADO EM FRASCO POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE RECICLÁVEL, TAMPA COM DUAS ENTRADAS COM LACRE E MEMBRANA CICATRIZANTE. EMBALADO CONFORME CONSTA NO REGISTRO DO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVERÁ TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND | 32.000 |
| 407 | 10517 | <p><b>Nome:</b> SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML, SISTEMA FECHADO EM FRASCO POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE RECICLÁVEL</p> <p><b>Especificação:</b> SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML, SISTEMA FECHADO EM FRASCO POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE RECICLÁVEL, TAMPA COM DUAS ENTRADAS COM LACRE E MEMBRANA CICATRIZANTE. EMBALADO CONFORME CONSTA NO REGISTRO DO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVERÁ TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND | 1.000  |
| 408 | 10518 | <p><b>Nome:</b> SORO GLICOSADO 5% 500 ML, SISTEMA FECHADO EM FRASCO POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE RECICLÁVEL</p> <p><b>Especificação:</b> SORO GLICOSADO 5% 500 ML, SISTEMA FECHADO EM FRASCO POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE RECICLÁVEL, TAMPA COM DUAS ENTRADAS COM LACRE E MEMBRANA CICATRIZANTE. EMBALADO CONFORME CONSTA NO REGISTRO DO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVERÁ TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND | 5.000  |
| 409 | 16067 | <p><b>Nome:</b> SORO RINGER LACTATO (6 + 0,3 + 0,2 + 3,1) MG/ML, SISTEMA FECHADO, 500ML</p> <p><b>Especificação:</b> SORO RINGER LACTATO (6 + 0,3 + 0,2 + 3,1) MG/ML, SISTEMA FECHADO, 500ML, EMBALADO CONFORME CONSTA NO REGISTRO DO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVERÁ TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FRC | 5.000  |
| 410 | 19437 | <p><b>Nome:</b> Suporte De Metal Para Coletor Perfurocortante 13 L</p> <p><b>Especificação:</b> Suporte De Metal Para Coletor Perfurocortante 13 L</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND | 40     |
| 411 | 19435 | <p><b>Nome:</b> Suporte De Metal Para Coletor Perfurocortante 3 L</p> <p><b>Especificação:</b> Suporte De Metal Para Coletor Perfurocortante 3 L</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND | 35     |
| 412 | 19436 | <p><b>Nome:</b> Suporte De Metal Para Coletor Perfurocortante 7 L</p> <p><b>Especificação:</b> Suporte De Metal Para Coletor Perfurocortante 7 L</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND | 35     |
| 413 | 19612 | <p><b>Nome:</b> SUPORTE PARA MICROPIPETAS COM 6 LUGARES</p> <p><b>Especificação:</b> SUPORTE PARA MICROPIPETAS - EM ACRILICO COM 6 LUGARES</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND | 2      |
| 414 | 18909 | <p><b>Nome:</b> TALA ARAMADA EM EVA Conjunto 4 Peças (PP,P,M e G).</p> <p><b>Especificação:</b> TALA ARAMADA EM EVA Conjunto 4 Peças (PP,P,M e G). A Tala Aramada em EVA Conjunto 4 Peças é um equipamento utilizado para resgate e remoção de pessoas com necessidades de imobilização provisória de membros superiores e inferiores. A Tala Aramada em EVA Conjunto 4 Peças é revestida com material emborrachado, e oferece muito mais conforto ao paciente, é um equipamento de grande utilidade para equipar ambulâncias e unidades de resgate. Disponibilizamos conjuntos de tala aramada em EVA compostos por quatro peças em cores e tamanhos diferente Informações adicionais: - Revestida com material emborrachado - Utilizado em resgate - Ideal para imobilização provisória de membros</p> | CJ  | 10     |
| 415 | 24244 | <p><b>Nome:</b> TAMBOR PERFURADO COM ALÇA, COM DIMENSÕES 29 X 29 CM.</p> <p><b>Especificação:</b> TAMBOR PERFURADO COM ALÇA PARA ACOMODAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE PRODUTOS TÊXTEIS, COM DIMENSÕES 29 X 29 CM, CAPACIDADE PARA 19.000 ML, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND | 51     |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 416 | 14262 | <b>Nome:</b> TERMÔMETRO CLÍNICO.<br><b>Especificação:</b> TERMÔMETRO CLÍNICO - TERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE DIGITAL, ESCALA ATÉ 45°C, TIPO* USO AXILAR E ORAL, COMPONENTES C/ ALARMES, MEMÓRIA, MEMÓRIA ÚLTIMA MEDIÇÃO, EMBALAGEM, EMBALAGEM INDIVIDUAL. VALIDADE DE 3 ANOS, APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E COM SELO DO INMETRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND | 312    |
| 417 | 8448  | <b>Nome:</b> TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA PARA AMBIENTE COM ESCALA INTERNA, EXTERNA, UMIDADE E RELÓGIO.<br><b>Especificação:</b> TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA PARA AMBIENTE COM ESCALA INTERNA, EXTERNA, UMIDADE E RELÓGIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND | 133    |
| 418 | 12891 | <b>Nome:</b> TERMOMETRO SEM CONTATO INFRAVERMELHO<br><b>Especificação:</b> TERMOMETRO SEM CONTATO INFRAVERMELHO, CLINICO, COM AJUSTE DIGITAL, TIPO DE USO EM TESTA, MEDIÇÃO A DISTANCIA ENTRE 10 A 15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND | 41     |
| 419 | 24246 | <b>Nome:</b> Tesoura Cirúrgica 15 cm Reta Fina/Fina<br><b>Especificação:</b> Tesoura Cirúrgica 15 cm Reta Fina/Fina, confeccionado em aço inoxidável; ponta fina. Embalagem: plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND | 32     |
| 420 | 11258 | <b>Nome:</b> Tesoura Cirúrgica 17 cm Reta Fina/Fina<br><b>Especificação:</b> Tesoura Cirúrgica 17 cm Reta Fina/Fina, confeccionado em aço inoxidável; ponta fina. Embalagem: plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND | 32     |
| 421 | 8450  | <b>Nome:</b> TESOURA MAYO CURVA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 15 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420.<br><b>Especificação:</b> TESOURA MAYO CURVA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 15 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND | 32     |
| 422 | 28316 | <b>Nome:</b> TESOURA PONTA ROMBA<br><b>Especificação:</b> TESOURA PONTA ROMBA, Feita de Aço, com cabo em polipropileno, proporciona ótima pegada devido sua anatomia perfeita. Dente serrilhado em um dos lados facilita o corte de tecidos mais espessos. Orifício próximo ao cabo para cortar fios de pequena espessura. Tamanho 18 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND | 22     |
| 423 | 25541 | <b>Nome:</b> TESTE RÁPIDO BETA –HCG CAIXAS COM 50 TESTES.<br><b>Especificação:</b> TESTE RÁPIDO BETA –HCG CAIXAS COM 50 TESTES. TESTE QUALITATIVO INDICADO PARA A TRIAGEM IMUNOLÓGICA DO BETA-HCG EM SORO, PLASMA OU URINA. DETECTA NÍVEIS DA FRAÇÃO BETA-HCG A PARTIR DE 10 UI/L PELO MÉTODO IMUNOCROMATOGRÁFICO. CAIXAS COM 50 TESTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CX  | 30     |
| 424 | 19815 | <b>Nome:</b> TESTE RAPIDO DENGUE - CAIXA COM 25 KITS DE TESTE<br><b>Especificação:</b> KIT :1- DISPOSITIVOS DENGUE AG NS1; 2- DISPOSITIVOS DENGUE IGG/IGM; 3- PIPETAS PASTEUR DESCARTÁVEIS; 4- CARTÕES BASE; 5- FRASCO SOLUÇÃO TAMPÃO; 6- 1 MANUAL DE INSTRUÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CX  | 30     |
| 425 | 28355 | <b>Nome:</b> TIRAS DE TESTE PARA GLICEMIA;<br><b>Especificação:</b> TIRAS DE TESTE PARA GLICEMIA; TIRAS DE TESTE DE GLICOSE NO SANGUE MEDIÇÃO QUANTITATIVA DA GLICOSE NO SANGUE TOTAL, QUE PODE DETECTAR NÍVEIS DE GLICOSE DE 20 A 600 MG/DL; ADIÇÃO AUTOMÁTICA DE AMOSTRA DE SIFÃO: BASTA TOCAR LEVEMENTE A AMOSTRA DE SANGUE NA TIRA DE TESTE E A AMOSTRA PODE SER ADICIONADA COM PRECISÃO, O QUE EFETIVAMENTE MELHORA A TAXA DE UTILIZAÇÃO DA AMOSTRA DE SANGUE. PRINCÍPIO DO TESTE: O TESTE É BASEADO NA MEDIÇÃO DA CORRENTE ELÉTRICA CAUSADA PELA REAÇÃO DA GLICOSE COM O REAGENTE DA TIRA. O MEDIDOR MEDE A CORRENTE E EXIBE O NÍVEL DE GLICOSE NO SANGUE CORRESPONDENTE. MICROCOLETA DE SANGUE: APENAS UMA PEQUENA QUANTIDADE DE SANGUE É NECESSÁRIA E O TEMPO DE REAÇÃO É DE 5 SEGUNDOS, ONDE MENOS SANGUE É NECESSÁRIO, COM FACILIDADE EM ENCHER TIRA DE TESTE, REDUZINDO A TAXA DE MEDIÇÃO REPETIDA. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: GLICOSE OXIDASE ( A NIGER ) 10%, TRANSPORTE DE ELÉTRONS 50%, PROTETOR ENZIMÁTICO 8% E INGREDIENTES NÃO REATIVOS 32%. CAIXA COM 50 UNIDADES | CX  | 16.000 |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 426 | 8452  | <p><b>Nome:</b> TORNEIRA DESCARTÁVEL DE 03 VIAS</p> <p><b>Especificação:</b> TORNEIRA DESCARTÁVEL DE 03 VIAS - ESTERIL, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ATOXICO, RESISTENTE, CORPO EM PEÇA ÚNICA E TRES VIAS DE DERIVAÇÃO E MANOPLA COM SETAS DIRECIONAIS, CADA VIA DEVE POSSUIR CONECTOR LUER, PARA CONEXÃO SEM VASAMENTOS E TAMPAS COM PERFEITA VEDAÇÃO. EMBALAGEM INTEGRAL, COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ NO MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO M.S. . O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>                  | UND | 50    |
| 427 | 8453  | <p><b>Nome:</b> TOUCA DESCT. C/ ELÁSTICO SANFONADA PCT. C/ 100</p> <p><b>Especificação:</b> TOUCA DESCT. C/ ELÁSTICO SANFONADA PCT. C/ 100 - TOUCA CIRÚRGICA COM ELÁSTICO NÃO MUITO APERTADO 13CM DE DIÂMETRO INTERNO E 27CM DE DIÂMETRO EXTERNO, GRAMATURA 30 BRANCA, DESCARTÁVEL. PACOTE COM 100 UNIDADES.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PCT | 2.310 |
| 428 | 29403 | <p><b>Nome:</b> TRANSMISSOR</p> <p><b>Especificação:</b> TRANSMISSOR Dispositivo para transmissão e ou captação dos dados obtidos pelo sensor de monitoramento contínuo de glicose intersticial, com transferência via bluetooth, sem a necessidade de aproximação do monitor ou celular para coleta de dados. Apresentar instrução de uso, registro na Anvisa e catálogo. Sistema deve oferecer aplicativo compatível com celular, sem necessidade do aplicativo NFC, com possibilidade de relatórios, configuração de níveis de hipoglicemia e hiperglicemia com alarme sonoro, compartilhamento de dados em tempo real com até 50 dispositivos, inserção de informações de insulina, medicação, exercício, permitindo gerar relatório em PDF. Vida útil do transmissor de até 4 anos.</p> | UND | 120   |
| 429 | 11237 | <p><b>Nome:</b> TUBO A VÁCUO - TUBO A VÁCUO PARA COLETA DE SANGUE DE 5 ML, EM PLÁSTICO, COM GEL SEPARADOR. CAIXA COM 100 UNIDADES</p> <p><b>Especificação:</b> TUBO A VÁCUO - TUBO A VÁCUO PARA COLETA DE SANGUE DE 5 ML, EM PLÁSTICO, COM GEL SEPARADOR. CAIXA COM 100 UNIDADES (EXAME DE DENGUE)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CX  | 105   |
| 430 | 24258 | <p><b>Nome:</b> TUBO A VÁCUO PARA COLETA DE SANGUE DE 5 ML, COM TAMPA VERMELHA</p> <p><b>Especificação:</b> TUBO A VÁCUO PARA COLETA DE SANGUE DE 5 ML, EM PLÁSTICO, COM GEL SEPARADOR E TAMPA VERMELHA, CAIXA COM 100 UNIDADES</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CX  | 105   |
| 431 | 19600 | <p><b>Nome:</b> TUBO DE ENSAIO DE VIDRO 5ML</p> <p><b>Especificação:</b> FABRICADO EM VIDRO NEUTRO, LAVÁVEL, REUTILIZÁVEL, PODE SER AQUECIDO EM BICO DE BUNSEN E BANHO-MARIA, TAMANHO: 12 X 75MM, VOLUME: 5ML PACOTE COM 1000 UNIDADES.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PCT | 1     |
| 432 | 8455  | <p><b>Nome:</b> TUBO TRAQUEAL 2,5</p> <p><b>Especificação:</b> TUBO TRAQUEAL 2,5 - APLICAÇÃO; ENTUBAÇÃO TRAQUEAL, EM PVC, TAMANHO\ CAPACIDADE; 2,5MM, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL, SILICONIZADO, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, ATOXICO, BALÃO DE PAREDE FINA COM ENCAIXE PARA SERINGA LUER E LUER LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, ORIFÍCIO MURPHY ALTO VOLUME, BAIXA PRESSÃO, TERMOSENSÍVEL.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND | 100   |
| 433 | 8456  | <p><b>Nome:</b> TUBO TRAQUEAL 3,0</p> <p><b>Especificação:</b> TUBO TRAQUEAL 3,0 - APLICAÇÃO; ENTUBAÇÃO TRAQUEAL, EM PVC, TAMANHO\ CAPACIDADE; 2,5MM, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL, SILICONIZADO, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, ATOXICO, BALÃO DE PAREDE FINA COM ENCAIXE PARA SERINGA LUER E LUER LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, ORIFÍCIO MURPHY ALTO VOLUME, BAIXA PRESSÃO, TERMOSENSÍVEL.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND | 100   |
| 434 | 8459  | <p><b>Nome:</b> TUBO TRAQUEAL 4,0</p> <p><b>Especificação:</b> TUBO TRAQUEAL 4,0 - APLICAÇÃO; ENTUBAÇÃO TRAQUEAL, EM PVC, TAMANHO\ CAPACIDADE; 2,5MM, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL, SILICONIZADO, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, ATOXICO, BALÃO DE PAREDE FINA COM ENCAIXE PARA SERINGA LUER E LUER LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, ORIFÍCIO MURPHY ALTO VOLUME, BAIXA PRESSÃO, TERMOSENSÍVEL.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND | 100   |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 435 | 8460 | <p><b>Nome:</b> TUBO TRAQUEAL 4,5</p> <p><b>Especificação:</b> TUBO TRAQUEAL 4,5 - APLICAÇÃO; ENTUBAÇÃO TRAQUEAL, EM PVC, TAMANHO\ CAPACIDADE; 2,5MM, EMBALAGEM INDIVIDUAL , ESTERIL, SILICONIZADO, DESCARTAVEL, TRANSPARENTE, ATOXICO, BALÃO DE PAREDE FINA COM ENCAIXE PARA SERINGA LUER E LUER LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, LINHA RADIOPACA CONTINUA, ORIFICIO MURPHY ALTO VOLUME, BAIXA PRESSÃO, TERMOSENSIVEL.</p> | UND | 100 |
| 436 | 8461 | <p><b>Nome:</b> TUBO TRAQUEAL 5,0</p> <p><b>Especificação:</b> TUBO TRAQUEAL 5,0 - APLICAÇÃO; ENTUBAÇÃO TRAQUEAL, EM PVC, TAMANHO\ CAPACIDADE; 2,5MM, EMBALAGEM INDIVIDUAL , ESTERIL, SILICONIZADO, DESCARTAVEL, TRANSPARENTE, ATOXICO, BALÃO DE PAREDE FINA COM ENCAIXE PARA SERINGA LUER E LUER LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, LINHA RADIOPACA CONTINUA, ORIFICIO MURPHY ALTO VOLUME, BAIXA PRESSÃO, TERMOSENSIVEL.</p> | UND | 100 |
| 437 | 8473 | <p><b>Nome:</b> TUBO TRAQUEAL 5,5</p> <p><b>Especificação:</b> TUBO TRAQUEAL 5,5 - APLICAÇÃO; ENTUBAÇÃO TRAQUEAL, EM PVC, TAMANHO\ CAPACIDADE; 2,5MM, EMBALAGEM INDIVIDUAL , ESTERIL, SILICONIZADO, DESCARTAVEL, TRANSPARENTE, ATOXICO, BALÃO DE PAREDE FINA COM ENCAIXE PARA SERINGA LUER E LUER LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, LINHA RADIOPACA CONTINUA, ORIFICIO MURPHY ALTO VOLUME, BAIXA PRESSÃO, TERMOSENSIVEL.</p> | UND | 100 |
| 438 | 8464 | <p><b>Nome:</b> TUBO TRAQUEAL 6,0</p> <p><b>Especificação:</b> TUBO TRAQUEAL 6,0 - APLICAÇÃO; ENTUBAÇÃO TRAQUEAL, EM PVC, TAMANHO\ CAPACIDADE; 2,5MM, EMBALAGEM INDIVIDUAL , ESTERIL, SILICONIZADO, DESCARTAVEL, TRANSPARENTE, ATOXICO, BALÃO DE PAREDE FINA COM ENCAIXE PARA SERINGA LUER E LUER LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, LINHA RADIOPACA CONTINUA, ORIFICIO MURPHY ALTO VOLUME, BAIXA PRESSÃO, TERMOSENSIVEL.</p> | UND | 100 |
| 439 | 8465 | <p><b>Nome:</b> TUBO TRAQUEAL 6,5</p> <p><b>Especificação:</b> TUBO TRAQUEAL 6,5 - APLICAÇÃO; ENTUBAÇÃO TRAQUEAL, EM PVC, TAMANHO\ CAPACIDADE; 2,5MM, EMBALAGEM INDIVIDUAL , ESTERIL, SILICONIZADO, DESCARTAVEL, TRANSPARENTE, ATOXICO, BALÃO DE PAREDE FINA COM ENCAIXE PARA SERINGA LUER E LUER LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, LINHA RADIOPACA CONTINUA, ORIFICIO MURPHY ALTO VOLUME, BAIXA PRESSÃO, TERMOSENSIVEL.</p> | UND | 100 |
| 440 | 8466 | <p><b>Nome:</b> TUBO TRAQUEAL 7,0</p> <p><b>Especificação:</b> TUBO TRAQUEAL 7,0 - APLICAÇÃO; ENTUBAÇÃO TRAQUEAL, EM PVC, TAMANHO\ CAPACIDADE; 2,5MM, EMBALAGEM INDIVIDUAL , ESTERIL, SILICONIZADO, DESCARTAVEL, TRANSPARENTE, ATOXICO, BALÃO DE PAREDE FINA COM ENCAIXE PARA SERINGA LUER E LUER LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, LINHA RADIOPACA CONTINUA, ORIFICIO MURPHY ALTO VOLUME, BAIXA PRESSÃO, TERMOSENSIVEL.</p> | UND | 100 |
| 441 | 8467 | <p><b>Nome:</b> TUBO TRAQUEAL 7,5</p> <p><b>Especificação:</b> TUBO TRAQUEAL 7,5 - APLICAÇÃO; ENTUBAÇÃO TRAQUEAL, EM PVC, TAMANHO\ CAPACIDADE; 2,5MM, EMBALAGEM INDIVIDUAL , ESTERIL, SILICONIZADO, DESCARTAVEL, TRANSPARENTE, ATOXICO, BALÃO DE PAREDE FINA COM ENCAIXE PARA SERINGA LUER E LUER LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, LINHA RADIOPACA CONTINUA, ORIFICIO MURPHY ALTO VOLUME, BAIXA PRESSÃO, TERMOSENSIVEL.</p> | UND | 100 |
| 442 | 8468 | <p><b>Nome:</b> TUBO TRAQUEAL 8,0</p> <p><b>Especificação:</b> TUBO TRAQUEAL 8,0 - APLICAÇÃO; ENTUBAÇÃO TRAQUEAL, EM PVC, TAMANHO\ CAPACIDADE; 2,5MM, EMBALAGEM INDIVIDUAL , ESTERIL, SILICONIZADO, DESCARTAVEL, TRANSPARENTE, ATOXICO, BALÃO DE PAREDE FINA COM ENCAIXE PARA SERINGA LUER E LUER LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, LINHA RADIOPACA CONTINUA, ORIFICIO MURPHY ALTO VOLUME, BAIXA PRESSÃO, TERMOSENSIVEL.</p> | UND | 100 |
| 443 | 8470 | <p><b>Nome:</b> TUBO TRAQUEAL 8,5</p> <p><b>Especificação:</b> TUBO TRAQUEAL 8,5 - APLICAÇÃO; ENTUBAÇÃO TRAQUEAL, EM PVC, TAMANHO\ CAPACIDADE; 2,5MM, EMBALAGEM INDIVIDUAL , ESTERIL, SILICONIZADO, DESCARTAVEL, TRANSPARENTE, ATOXICO, BALÃO DE PAREDE FINA COM ENCAIXE PARA SERINGA LUER E LUER LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, LINHA RADIOPACA CONTINUA, ORIFICIO MURPHY ALTO VOLUME, BAIXA PRESSÃO, TERMOSENSIVEL.</p> | UND | 100 |
| 444 | 8471 | <p><b>Nome:</b> TUBO TRAQUEAL 9,0</p> <p><b>Especificação:</b> TUBO TRAQUEAL 9,0 - APLICAÇÃO; ENTUBAÇÃO TRAQUEAL, EM PVC, TAMANHO\ CAPACIDADE; 2,5MM, EMBALAGEM INDIVIDUAL , ESTERIL, SILICONIZADO, DESCARTAVEL, TRANSPARENTE, ATOXICO, BALÃO DE PAREDE FINA COM ENCAIXE PARA SERINGA LUER E LUER LOCK, CONECTOR SEMI-</p>                                                                                              | UND | 100 |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|     |      | MONTADO, LINHA RADIOPACA CONTINUA, ORIFÍCIO MURPHY ALTO VOLUME, BAIXA PRESSÃO, TERMOSSENSÍVEL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |
| 445 | 8472 | <p><b>Nome:</b> TUBO TRAQUEAL 9,5</p> <p><b>Especificação:</b> TUBO TRAQUEAL 9,5 - APLICAÇÃO; ENTUBAÇÃO TRAQUEAL, EM PVC, TAMANHO\CAPACIDADE; 2,5MM, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL, SILICONIZADO, DESCARTAVEL, TRANSPARENTE, ATOXICO, BALÃO DE PAREDE FINA COM ENCAIXE PARA SERINGA LUER E LUER LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, LINHA RADIOPACA CONTINUA, ORIFÍCIO MURPHY ALTO VOLUME, BAIXA PRESSÃO, TERMOSSENSÍVEL.</p> | UND | 100 |
| 446 | 8476 | <p><b>Nome:</b> UMIDIFICADORES PARA OXIGÊNIO</p> <p><b>Especificação:</b> UMIDIFICADORES PARA OXIGÊNIO - EM FRASCO PLÁSTICO TIPO COPO COM TAMPA DE ROSCA, ATÓXICO PARA MÁSCARA COM CONEXÃO DE ENTRADA. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CATÁLOGO.</p>                                                                                                                           | UND | 30  |

## 2. JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO.

O Registro de Preços para aquisição de MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS é fundamental para garantir o abastecimento contínuo e regular nas Unidades de Saúde do Município. Ficando assegurado aos usuários acesso aos tratamentos necessários sem interrupções, promovendo a continuidade dos cuidados de saúde.

Além disso, o Registro de Preços oferece uma variedade de materiais disponíveis para aquisição, abrangendo diferentes princípios ativos, formas farmacêuticas e apresentações. Isso permite atender às diversas necessidades de tratamento de condições de saúde encontradas na população atendida.

A economia e eficiência são resultados diretos do processo de Registro de Preços. A competição entre os fornecedores pode resultar em preços mais competitivos, gerando economia para os cofres públicos. Além disso, ao estabelecer preços pré-negociados, evita-se a necessidade de realizar processos licitatórios individuais para cada aquisição, otimizando recursos e tempo.

A flexibilidade e agilidade do Registro de Preços permitem a gestão eficiente dos estoques dos materiais. Eles podem ser adquiridos conforme a demanda e necessidade das unidades de saúde, garantindo uma resposta rápida às emergências e variações na demanda ao longo do tempo.

Por fim, o uso do Registro de Preços está em conformidade com a legislação vigente, proporcionando segurança jurídica para a administração pública e garantindo a transparência e a lisura nos processos de aquisição de material médico hospitalar. Portanto, o Registro de Preços para aquisição de materiais odontológico é uma ferramenta estratégica para garantir o acesso aos tratamentos necessários à população, de forma eficiente, econômica e em conformidade com a legislação vigente.

## 3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

O objeto a ser licitado enquadra-se na classificação de bens e serviços comuns, nos termos do inciso XLI, do artigo 6º da Lei nº 14.133/2021.

## 4. QUANTITATIVO:

No que versa sobre os quantitativos do projeto constantes no Termo de Referência, nos autos do processo, vale esclarecer que o escopo do quantitativo apontado é de abastecer o Fundo Municipal de Saúde, fazendo

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

uso do método do último período como forma de prever as demandas de material é resultado para obtenção das quantidades demandadas para evitar o desabastecimento de itens.

**5. DO QUANTITATIVO E PRAZO:**

As quantidades previstas nas tabelas acima são estimativas máximas para o período de 12 (doze) meses, reservando-se que ao município o direito de adquirir em cada item o quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou até mesmo abster-se de adquirir quaisquer itens especificados.

**6. CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO:**

**6.1 - Habilitação Jurídica**

**6.1.1 - Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

**6.1.2 - Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

**6.1.3 - Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:** inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

**6.1.4 - Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede;

**6.1.5 - Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

**6.1.6 - Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

**6.1.7 - Sociedade cooperativa:** ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971;

**6.2 - Habilitação fiscal, social e trabalhista:**

**6.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;**

**6.2.2 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal** relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

**6.2.3 – Alvará de funcionamento**

**6.2.4 - Certidão Simplificada**

**6.2.5 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,** mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**6.2.4 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual** do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

**6.2.5. - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal** do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

**6.2.6.** Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição **mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.**

**6.2.7.** O fornecedor enquadrado como **microempreendedor individual** que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

**6.2.8. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);**

**6.2.9. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,** mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

### **7.3- Qualificação Econômico-Financeira:**

**7.3.1** - Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II); (Caso não conste na Certidão o prazo de validade da mesma, será considerado o prazo de 90 (noventa) dias contados da data da sua emissão).

## **8. Qualificação Técnica ou Requisitos do Objeto:**

**8.1.** Apresentar **atestado(s) de capacidade técnica** emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) o fornecimento anterior de materiais de natureza similar ao objeto da licitação, compatíveis em características, quantidades ou prazos, demonstrando aptidão para o desempenho do objeto. Art. 67 da Lei nº 14.133/2021, caput.

**8.2.** Apresentar **cópia da AFE emitida pela ANVISA**, válida e compatível com a atividade de comercialização, armazenagem, distribuição ou importação de produtos médicos (correlatos), conforme legislação sanitária vigente. RDC ANVISA nº 275/2019: Dispõe sobre a concessão, renovação e cancelamento de AFE. Lei nº 6.360/1976, art. 2º, §1º: exige AFE para empresas que exerçam atividades sob vigilância sanitária, e Art. 67, §1º, I, da Lei nº 14.133/2021:

**8.3.** Registro ou Notificação do Produto na ANVISA. Comprovar que os produtos ofertados encontram-se **devidamente registrados ou notificados na ANVISA**, conforme sua classificação sanitária, nos termos das normas vigentes. Os números de registro/notificação deverão constar na proposta. RDC ANVISA nº 185/2001 e nº 751/2022: Regulam o registro e notificação de dispositivos médicos no Brasil. Art. 67, §1º, I, da Lei nº 14.133/2021: Admite exigência de regularidade dos produtos ofertados junto aos órgãos reguladores.

**8.4.** Apresentar **licença sanitária válida**, emitida pela autoridade sanitária competente (estadual ou municipal), compatível com as atividades desenvolvidas pela empresa. Lei nº 6.360/1976, RDC ANVISA nº 275/2019, arts. 2º e 5º e Art. 67 da Lei nº 14.133/2021

**8.5.** Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. (art. 67 inciso VI da Lei 14.133/2021).

**8.6.** A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

**8.7.** Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte e seja constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

**8.8.** A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

**8.9.** Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

**8.10.** A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

**8.11.** A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

**8.12.** É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais em plataformas ou cadastros (PNCP, SICAF, LICITANET) e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

**8.13.** A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

**8.14.** A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

**8.15.** Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de no máximo, duas horas úteis, contado da solicitação do pregoeiro.

**8.16.** A verificação dos documentos de habilitação somente será feita em relação ao licitante vencedor.

**8.17.** Os documentos relativos à regularidade fiscal somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

**8.18.** Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):

a) Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

b) Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

**8.19.** Na análise dos documentos de habilitação, o Pregoeiro ou a Comissão de Contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

**8.20.** Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital

**8.21.** Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

## **9. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO:**

**9.1.** O pagamento, decorrente do fornecimento do material descrito neste Termo de Referência será efetuado no prazo de até 60 (sessenta) dias úteis, respeitando a cronologia dos pagamentos, contados a partir do aceite definitivo do fornecimento, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 141, combinado

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

com o art. 140 da Lei nº 14.133/21.

9.2. A ordem cronológica de exigibilidade terá como marco inicial, para efeito de inclusão do crédito na sequência de pagamentos, a liquidação de despesa.

9.3. Considera-se liquidação de despesa o segundo estágio da despesa pública e consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito, após a execução do objeto ou de etapa do cronograma físico-financeiro do contrato, conforme o caso.

9.4. Haverá prazo de 12 (doze dias) úteis para a liquidação da despesa, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, para os fins de liquidação, deverá ser observado o disposto no art. 63 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, certificando-se do adimplemento da obrigação do contratado nos prazos e forma previstos no contrato.

9.5. Poderão ser excepcionalmente prorrogados, justificadamente, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

9.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins de que trata o inciso I do caput e o § 2º deste artigo.

9.7. Na hipótese de caso fortuito ou força maior que impeça a liquidação ou o pagamento da despesa, o prazo para o pagamento será suspenso até a sua regularização, devendo ser mantida a posição da ordem cronológica que a despesa originalmente estava inscrita.

9.8. No caso de insuficiência de recursos financeiros disponíveis para quitação integral da obrigação, poderá haver pagamento parcial do crédito, permanecendo o saldo remanescente na mesma posição da ordem cronológica.

9.9. Verificadas quaisquer irregularidades que impeçam o pagamento, a Administração deverá notificar o fornecedor contratado para que regularize a sua situação.

9.9.1. A permanência da condição de irregularidade, sem a devida justificativa ou com justificativa não aceita pela Administração, pode culminar em rescisão contratual, sem prejuízo da apuração de responsabilidade e da aplicação de penalidades cabíveis, observado o contraditório e a ampla defesa.

9.10. É facultada a retenção dos créditos decorrente do contrato, até o limite dos prejuízos causado à Administração Pública e das multas aplicadas, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.11. Não será efetuado qualquer pagamento à (s) empresa (s) contratada (s) enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

9.12. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será suspenso para que a Contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

9.13. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão requerente ao seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

9.14. A Administração não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente, nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, seja ou não instituições financeiras.

9.15. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela licitante, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

9.16. O órgão requerente efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos à CONTRATADA.

9.17. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

$I = (TX/100) \times 365 \times EM = I \times N \times VP$ , onde:

I = Índice de atualização financeira;

X = Percentual da taxa de juros de mora anual; EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela em atraso.

9.18. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos deverão ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa.

9.19. A Contratada não poderá se valer do contrato para assumir obrigações perante terceiros, dando-o como garantia, nem utilizar os direitos de crédito a serem auferidos em função dos materiais, em quaisquer operações de desconto bancário, sem prévia autorização do Ordenador de Despesas.

9.20. O prazo para pagamento da Nota Fiscal só será contado da data de sua validação, considerando o trâmite administrativo.

9.21. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. Diante da conferência, a Nota Fiscal deverá ser atestada pela Comissão designada, conforme disposto nos artigos 115 da Lei Federal nº 14.133/2021.

9.22. Considerar-se-á como sendo a data do pagamento a data da emissão da respectiva ordem bancária.

9.23. Em hipótese alguma será concedido reajustamento dos preços propostos e o valor constante da Nota Fiscal/Fatura, quando da sua apresentação, não sofrerá qualquer atualização monetária até o efetivo pagamento.

9.24. É condição para o pagamento do valor constante da nota fiscal/fatura, a comprovação de regularidade fiscal com a apresentação ou atualização quando for o caso das seguintes certidões: CRF Certificado de Regularidade Fiscal com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Certidão negativa de débitos junto à Receita Federal relativa a tributos e contribuições federais, certidão negativa de débitos Estadual, certidão negativa de débitos municipais e certidão negativa de débitos trabalhistas.

## **10. DO REAJUSTE:**

10.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

10.2. Em caso de licitação para Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

10.2.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na [linha “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021](#);

10.2.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

Serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou

10.3. Poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

10.4. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pela CONTRATANTE, do índice Geral de Preços de Mercado (IGPM), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054, de 1994):

$R = V (I - I^0) / I^0$ , onde: R = Valor do reajuste procurado; V = Valor contratual a ser reajustado; índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta na licitação; I = Índice relativo ao mês do reajustamento;

10.5. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

10.6. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

10.7. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

10.8. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

10.9. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

10.10. O reajuste será realizado por apostilamento.

**11. PENALIDADES:**

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

11.3. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

11.4. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem 10.1, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem 10.1, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

11.5. Multa:

- a) Moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, limitado a 30% do valor total do contrato.
- b) O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021
- c) Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.
- d) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
- e) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 10.1, de 20% a 30% do valor do Contrato.
- f) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 10.1, de 20% a 30% do valor do Contrato.
- g) Para infração descrita na alínea “b” do subitem 10.1, a multa será de 15% a 30% do valor do Contrato.
- h) Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 10.1, a multa será de 10% a 30% do valor do Contrato.
- i) Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 10.1, a multa será de 0,5% a 30% do valor do Contrato.

11.6. As multas deverão ser recolhidas pelo Contratado, via DAM (Documento de Arrecadação Municipal), no prazo máximo de 10(dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

11.7. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.8. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.9. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.10. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.11. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15(quinze) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.12. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.13. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.14. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.15. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.16. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021), bem como o cadastro do âmbito municipal.

11.17. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

11.18. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

11.19. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas nesta Contratação será precedida de regular processo administrativo, onde se garantirá o contraditório e a ampla defesa;

10.20 O CONTRATANTE promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à CONTRATADA.

10.21. As sanções serão aplicadas sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que possa seracionada em desfavor da Contratada, conforme infração cometida e prejuízos causados à contratante ou a terceiros.

10.22. Após 30 (trinta) dias da falta de execução do objeto, será considerada inexecução total do contrato, o que ensejará a rescisão contratual.

10.23. As sanções de natureza pecuniária serão diretamente descontadas de créditos que eventualmente detenha a CONTRATADA ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei.

10.24 As sanções previstas não poderão ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorrência de situações

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou casos fortuitos, devidos e formalmente justificados e comprovados, e sempre a critério da autoridade competente, conforme prejuízo auferido.

10.25. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante, observado o princípio da proporcionalidade.

10.26. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

- a) Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
- b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Contratante em virtude de atos ilícitos praticados.

**12. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.**

12.1. O contratos e/ou notas de empenho oriundos da contratação serão acompanhados e fiscalizados por fiscal de contrato (ou Comissão) nomeado, o qual fiscalizará(ão) a execução do objeto, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas coma aquisição, observando-se o exato cumprimento de todas as cláusulas e condições contratuais, determinando quando necessário, a regularização de falhas observadas, cabendo ao referido servidor (ou Comissão) o “ATESTO” das respectivas Notas Fiscais.

12.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos.

12.3. O Fiscal representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

**13. DA SUBCONTRATAÇÃO**

13.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

**14. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

14.1. Oferecer todas as condições e informações necessárias para que a CONTRATADA possa fornecer os produtos e executar os serviços dentro das especificações exigidas neste termo de referência.

14.2. Emitir Nota de Empenho a crédito do fornecedor no valor total contratado.

14.3. Encaminhar a Nota de Empenho para a CONTRATADA.

14.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, proporcionando todas as condições para que a mesma possa cumprir suas obrigações, dentro dos prazos estabelecidos.

14.5. Acompanhar e fiscalizar o objeto do contrato, por meio do fiscal de contrato, especialmente designada para tanto.

14.6. Notificar, por escrito, à CONTRATADA na ocorrência de eventuais falhas no curso de execução do contrato, aplicando, se for o caso, as penalidades previstas neste termo de referência e na lei

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

vigente.

14.7. Pagar a fatura ou nota fiscal devidamente atestada, no prazo e forma previstos neste termo de referência.

**15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

15.1. Fornecer o objeto contratado conforme especificações, validades e preços propostos na licitação, e nas quantidades e modelos solicitados pela Administração.

15.2. Entregar o objeto contratado estritamente no prazo estipulado, em perfeitas condições, sem indícios de avarias ou violação.

15.3. Responsabilizar-se por todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete.

15.4. Aceitar os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento), propostos pela Administração, conforme previsto no art. 125, da Lei nº 14.133/2021.

15.5. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas dos valores devidos aos seus empregados no cumprimento das obrigações contraídas nesta licitação.

15.6. Entregar o objeto contratado acompanhado de Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

15.7. Encaminhar cópia de Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica e Certidão de Regularidade Fiscal e Trabalhista;

15.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao PMSF e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas; e

15.9. Indicar, por escrito, preposto ou profissional equivalente (e seu eventual substituto), fornecendo número de telefone e e-mail institucional para contato, ao qual o CONTRATANTE possa reportar-se quanto à fiel execução do contrato e cuidar para que este profissional alocado mantenha permanente contato com os responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato.

15.10. Manter, durante a vigência contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

15.11. Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, qualquer mudança de endereço, e-mail ou telefone.

15.12. Aceitar o prazo residual de 05 (cinco) dias úteis, a partir da ciência do interessado, para as situações cujos prazos não se encontram expressamente previstos no termo de referência.

15.13. Garantir a execução do objeto sempre embasada nos critérios de sustentabilidade previstos neste termo de referência, quando couber.

**16. DA SOLICITAÇÃO, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA.**

16.1. O prazo de entrega dos materiais é de 15 (quinze) dias, contados a partir da solicitação desta secretaria, em remessa (*única ou parcelada*), no seguinte endereço: Rodovia José de Campos, nº 647, Bairro Centro, horário de 7:00 as 13:00 horas.

16.2. Os bens poderão ser rejeitados, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

15.3. Todos os ônus referentes à entrega dos produtos são de plena responsabilidade do Contratado.

16.3. A solicitação, a autorização e a devida fiscalização da execução são de responsabilidade plena da Secretária.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**17. DA PESQUISA DE PREÇOS**

17.1. O levantamento de mercado teve como base preços a pesquisa realizados na plataforma de banco de preços [www.bancodepreços.com.br](http://www.bancodepreços.com.br), usando a MEDIA DE PREÇOS, e conforme a IN nº 65/2021 e IN nº 01/2024 de 21 de Fevereiro de 2024 que dispõe os procedimentos administrativos para realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e a contratação de serviços no âmbito dos órgãos da Administração.

**18. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA**

18.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. Devendo inclusive apresentar o registro de histórico no cadastro de fornecedores (Art. 88, § 4º e 36º § 3º da Lei 14.133/2021).

**19. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE**

19.1. Os critérios de sustentabilidade são aqueles previstos nas especificações do objeto e/ou obrigações da contratada e/ou no edital como requisito previsto em lei especial.

**20. DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS**

20.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

20.2. Não assinar o termo de contrato no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

20.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

20.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133/2021.

20.5. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos subitens será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

20.6. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: adoção das providências subsequentes a pedido do fornecedor.

**21. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

21.1. O registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, onerando a dotação do orçamento vigente, devendo o saldo remanescente onerar dotação própria do exercício subsequente, respeitado o princípio da anualidade orçamentária

**22. PRAZO DO CONTRATO E SUA VIGÊNCIA.**

22.1. O prazo contratual está estimado para de 12 (doze) meses, e sua Vigência para 14 (quatorze) meses, contados a partir da sua assinatura, e eficácia quando da publicação no Diário Oficial do Município, poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, observando o limite previsto no art. 84, da Lei 14.133/2021.

**23. DA POSSIBILIDADE DE SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS**

a. Considerando a natureza técnica dos itens a serem adquiridos, notadamente materiais médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais que exigem elevado padrão de qualidade, segurança e compatibilidade com os equipamentos e rotinas da rede municipal de saúde, a Administração poderá, a

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

seu critério, solicitar amostras dos produtos ofertados pelos licitantes, previamente à adjudicação do item, com a finalidade de:

- Verificar a conformidade do item com as especificações constantes neste Termo de Referência;
- Comprovar a qualidade do material e a adequação ao uso pretendido;
- Garantir a padronização e a compatibilidade com os demais insumos e equipamentos em uso.

b. As amostras eventualmente solicitadas deverão ser entregues **no prazo máximo de 03 (três) dias úteis**, podendo ser prorrogado por igual período (uma única vez), mediante justificativa, contados da data da convocação formal, no seguinte endereço: Avenida Moisés Gomes Pereira, nº 16, Centro, Barra dos Coqueiros/SE – Fundo Municipal de Saúde.

c. A critério exclusivo do Fundo Municipal de Saúde, a apresentação da amostra poderá ser substituída por folder, catálogo técnico ou material equivalente, desde que contenha especificações técnicas detalhadas suficientes para análise comparativa e atenda aos requisitos do item licitado.

d. A análise das amostras será realizada por profissionais designados pela Secretaria Municipal de Saúde, podendo ser emitido laudo técnico fundamentado. A recusa na apresentação das amostras no prazo estipulado ou a constatação de não conformidade com as especificações poderá implicar na desclassificação da proposta, nos termos do § 1º do art. 59 da Lei nº 14.133/2021.

e. As amostras deverão ser fornecidas sem ônus à Administração e não serão devolvidas, mesmo após a conclusão do certame.

## **24. DISPOSIÇÕES FINAIS.**

24.1 A reserva-se o direito de impugnar os produtos entregues, mesmo que por algum motivo tenha sido adjudicado equivocadamente, se esse não estiver de acordo com as especificações técnicas deste Termo de Referência.

24.2. À licitante fica obrigada a entregar os produtos objeto deste Termo de Referência de acordo com as especificações solicitadas, não se admitindo quaisquer modificações sem a prévia autorização da Secretaria Municipal de Administração.

24.3 As despesas com seguros, transportes, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas na execução do objeto, **CORRERÃO POR CONTA DA CONTRATADA.**

Município de Barra dos Coqueiros/SE, 28 de Setembro de 2026.

---

Felipe Santos Rodrigues  
Gerente de Administração e Finanças

**TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO POR**

---

Solange dos Anjos Santos Alves  
Secretário Municipal de Saúde

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**APÊNDICE DO ANEXO I**

**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**

**1. INFORMAÇÕES BÁSICAS:**

O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP), elaborado nos termos do art. 18 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, tem por objetivo analisar a viabilidade, as soluções disponíveis no mercado e os aspectos técnicos e econômicos envolvidos na aquisição de **materiais médicos hospitalares, odontológicos e laboratoriais**, visando atender às demandas assistenciais do **Fundo Municipal de Saúde do Município de Barra dos Coqueiros/SE**.

A contratação dos referidos materiais é essencial para garantir a continuidade e a qualidade dos atendimentos de saúde pública no âmbito municipal, especialmente nos serviços de atenção básica, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, atendimento ambulatorial e ações de prevenção e controle sanitário. Esses insumos são de natureza imprescindível para a execução de procedimentos clínicos, diagnósticos e terapêuticos, bem como para assegurar condições mínimas de segurança, higiene e eficiência no funcionamento das unidades de saúde.

Este ETP contempla a justificativa da necessidade da contratação, a demonstração da previsão no Plano de Contratações Anual, as soluções de mercado identificadas, o levantamento de preços, os requisitos técnicos essenciais, as quantidades estimadas, e demais elementos que servirão de base para a elaboração do Termo de Referência, conforme estabelece a legislação vigente.

**2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO**

A presente contratação tem por finalidade suprir as unidades vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Barra dos Coqueiros/SE com materiais médicos hospitalares, odontológicos e laboratoriais, essenciais para o pleno funcionamento dos serviços públicos de saúde, em conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).

A necessidade decorre da demanda contínua e rotineira por insumos indispensáveis à realização de atendimentos clínicos, curativos, exames laboratoriais, procedimentos ambulatoriais e outras práticas assistenciais desenvolvidas no âmbito da atenção primária, vigilância em saúde e apoio diagnóstico. Tais materiais são consumíveis e de reposição periódica, e sua ausência compromete diretamente a segurança do paciente, a capacidade de resposta das equipes de saúde e a continuidade dos serviços prestados à população.

**Justificativa Técnica:**

A aquisição se faz necessária com base no levantamento realizado junto às unidades de saúde do município, o qual identificou a redução crítica dos estoques e a obsolescência de determinados materiais de uso único. A maior parte desses insumos é de uso obrigatório para procedimentos de rotina, como coletas laboratoriais, administração de medicamentos, assepsia de ferimentos e contenção de riscos biológicos.

Além disso, a contratação visa atender à programação anual das ações de saúde e à intensificação

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

de campanhas e mutirões de atendimento, o que demanda maior previsibilidade e padronização no fornecimento de materiais. A padronização contribui para a uniformidade dos procedimentos técnicos, segurança dos profissionais e redução de erros durante a assistência, sendo respaldada por protocolos internos e diretrizes do Ministério da Saúde.

Dessa forma, a contratação visa manter a regularidade dos serviços, mitigar riscos assistenciais e garantir o cumprimento das metas pactuadas junto aos sistemas de informação em saúde, como o SISAB e o e-SUS AB.

### **3. LEVANTAMENTO DE MERCADO**

#### **3.1. Descrição do Problema**

As unidades de saúde do Município de Barra dos Coqueiros/SE vêm enfrentando dificuldades quanto à regularidade no abastecimento de materiais médicos hospitalares, odontológicos e laboratoriais, o que compromete a execução de procedimentos clínicos, atendimentos ambulatoriais, exames e rotinas de prevenção e controle de infecções. A ausência ou escassez desses insumos impacta diretamente na segurança do paciente, no desempenho das equipes de saúde e na resolutividade do serviço prestado, além de comprometer as metas pactuadas com os sistemas oficiais do SUS.

#### **3.2. Levantamento de Soluções Existentes**

Durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar, foram avaliadas as principais alternativas disponíveis no mercado para suprir a demanda por materiais médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais, considerando critérios de eficiência, economicidade, conformidade legal e viabilidade operacional. As opções analisadas foram:

- **Aquisição direta por compras avulsas, conforme necessidade:** Alternativa considerada ineficiente, pois compromete a previsibilidade dos atendimentos, gera fragmentação das compras, dificulta o controle de qualidade dos produtos adquiridos e eleva os custos logísticos e administrativos. Além disso, expõe a Administração ao risco de desabastecimento em situações críticas.
- **Doações e parcerias com entes públicos ou privados:** Considerada pontual e insuficiente para atender à totalidade da demanda. As doações, embora úteis em situações emergenciais, não garantem regularidade, padronização ou controle técnico sobre os materiais recebidos, além de não poderem ser previstas em planejamento anual.
- **Aquisição por meio de contratos administrativos com registro de preços:** Identificada como a solução mais vantajosa e tecnicamente adequada. Permite a aquisição conforme a demanda real, evita desperdícios, padroniza os insumos utilizados e assegura controle sobre a qualidade dos materiais, com fornecedores previamente credenciados e preços compatíveis com o mercado.

#### **3.3. Justificativa da Escolha**

A contratação de materiais médicos hospitalares, odontológicos e laboratoriais por meio de processo licitatório na modalidade **Pregão Eletrônico, sob o sistema de Registro de Preços**, representa a alternativa mais eficiente, segura e legal para a Administração Pública, por reunir os seguintes benefícios:

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

- **Eficiência logística e operacional:** Garante fornecimento contínuo conforme a demanda real das unidades, evitando excessos e escassez de estoque.
- **Segurança sanitária e técnica:** Permite especificar com clareza os padrões mínimos de qualidade, validade, composição e procedência dos materiais, de modo a atender às normas da ANVISA e demais órgãos de controle sanitário.
- **Transparência e economicidade:** Através do registro de preços, é possível contratar com mais de um fornecedor, com base em preços competitivos, sem a necessidade de realizar novas licitações a cada demanda.
- **Controle e rastreabilidade:** A contratação padronizada facilita o monitoramento do consumo, a avaliação da efetividade dos materiais e a exigência de documentação técnica, como laudos, certificados, registros na ANVISA e boas práticas de fabricação.
- **Atendimento ao interesse público:** Garante que os serviços de saúde do município possam operar com insumos adequados, beneficiando diretamente a população assistida e fortalecendo a rede municipal de atenção à saúde.

Em síntese, a aquisição planejada e centralizada, via registro de preços, se mostra como a solução mais vantajosa para o atendimento da demanda por materiais médicos e laboratoriais, alinhando-se aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade, sustentabilidade e interesse público previstos na Lei nº 14.133/2021.

#### **4. RISCOS DA CONTRATAÇÃO**

A análise de riscos da presente contratação tem como objetivo identificar e mitigar possíveis eventos que possam comprometer a eficiência, a continuidade e a segurança na aquisição dos materiais médicos hospitalares, odontológicos e laboratoriais destinados ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Barra dos Coqueiros/SE.

A seguir, são apresentados os principais riscos identificados, suas possíveis causas e medidas de controle preventivo:

| <b>Risco Identificado</b>                                  | <b>Possíveis Causas</b>                                                                  | <b>Impacto</b>                                           | <b>Medidas de Prevenção/Mitigação</b>                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atraso na entrega dos materiais                            | Falta de planejamento do fornecedor; logística ineficiente; indisponibilidade em estoque | Prejuízo à assistência em saúde; paralisação de serviços | Estabelecer prazos contratuais claros; aplicar penalidades por descumprimento; exigir comprovação de capacidade técnica e logística |
| Fornecimento de materiais fora das especificações técnicas | Falta de controle de qualidade; falha na análise da proposta; descumprimento contratual  | Risco sanitário; ineficiência em procedimentos clínicos  | Inserir exigências detalhadas no Termo de Referência; exigir laudos, certificados e amostras; fiscalizar recebimento                |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

| <b>Risco Identificado</b>                                    | <b>Possíveis Causas</b>                                                      | <b>Impacto</b>                                                | <b>Medidas de Prevenção/Mitigação</b>                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descontinuidade do fornecimento                              | Desistência do fornecedor; problemas financeiros; baixa capacidade produtiva | Desabastecimento; interrupção de serviços essenciais          | Realizar licitação com registro de preços e múltiplos fornecedores; exigir documentação de habilitação robusta |
| Inadequado armazenamento e transporte                        | Más práticas do fornecedor; uso de veículos não apropriados                  | Danos aos materiais; comprometimento da segurança do paciente | Exigir condições mínimas de transporte e entrega; prever fiscalização no recebimento                           |
| Superdimensionamento ou subdimensionamento dos quantitativos | Falta de histórico de consumo; erro na estimativa da demanda                 | Desperdício de recursos ou falta de materiais                 | Utilizar dados históricos; ouvir as unidades requisitantes; monitorar consumo em tempo real                    |

A gestão desses riscos será incorporada às etapas de planejamento, contratação, execução e fiscalização, de forma a garantir a efetividade da contratação pública e a prestação de serviços de saúde com qualidade e segurança à população.

## **5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO**

A solução proposta consiste na aquisição, por meio de processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico – Registro de Preços, de materiais médicos hospitalares, odontológicos e laboratoriais, com o objetivo de suprir, de forma contínua, eficaz e padronizada, as necessidades das unidades de saúde vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Barra dos Coqueiros/SE.

A contratação contemplará itens diversos e essenciais para os atendimentos clínicos, procedimentos ambulatoriais, cuidados com feridas, exames laboratoriais, coleta de material biológico, higienização, controle de infecções, entre outros serviços executados nas Unidades Básicas de Saúde, laboratório municipal e demais equipamentos públicos da rede municipal de saúde.

A solução adotada permite que a Administração disponha de um catálogo de itens previamente registrados, com preços fixados por um período determinado, assegurando agilidade no fornecimento conforme a demanda real das unidades, evitando aquisições emergenciais, desperdícios ou descontinuidade nos atendimentos.

A estrutura da solução está apoiada nos seguintes pilares:

- **Planejamento com base em dados reais de consumo e em programação anual;**
- **Seleção de fornecedores qualificados**, com exigência de habilitação jurídica, regularidade fiscal e técnica;

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

- **Definição de especificações técnicas claras e objetivas** no Termo de Referência, a fim de garantir a compatibilidade e segurança dos materiais adquiridos;
- **Controle da execução por meio de fiscalização efetiva**, com acompanhamento dos prazos, da qualidade e da conformidade dos materiais entregues;
- **Aplicação de penalidades** em caso de descumprimento contratual, conforme previsto na legislação vigente.

A adoção desta solução contribui diretamente para o cumprimento das obrigações institucionais do Fundo Municipal de Saúde, melhora a qualidade da assistência prestada à população e promove o uso racional dos recursos públicos, com transparência, eficiência e foco no interesse coletivo.

## **6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

Para garantir a eficiência, segurança sanitária e a conformidade técnica da aquisição de materiais médicos hospitalares, odontológicos e laboratoriais, deverão ser observados os seguintes requisitos mínimos na contratação:

### **6.1. Especificações Técnicas dos Itens**

- Cada item deverá conter descrição detalhada com base em nome comercial genérico, forma de apresentação, finalidade de uso e demais características específicas (tamanho, capacidade, composição, etc.);
- Sempre que aplicável, os materiais deverão conter **registro ou isenção na ANVISA**, conforme legislação vigente;
- Devem atender às normas da **ABNT**, às **Boas Práticas de Fabricação**, e às regulamentações da **Vigilância Sanitária**.

### **6.2. Qualidade e Procedência**

- Todos os produtos devem ser novos, de primeiro uso, com **validade mínima de 12 meses no momento da entrega**;
- É vedado o fornecimento de produtos reprocessados, usados ou com embalagens violadas;
- Os produtos devem estar em conformidade com as normas de biossegurança e controle de infecções.

### **6.3. Entrega**

- As entregas deverão ser realizadas **sob demanda**, no local e prazos definidos pela Secretaria Municipal de Saúde;
- A contratada deverá realizar o transporte em **condições apropriadas**, assegurando integridade e conservação dos materiais, com veículos compatíveis com insumos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais.

### **6.4. Fiscalização e Controle**

- A Administração poderá exigir **amostras para análise técnica** antes da homologação da licitação ou durante a execução contratual;
- A fiscalização será realizada por servidor designado, que acompanhará a entrega e emitirá relatório de conformidade com base no Termo de Referência.

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**6.5. Garantias e Responsabilidade**

- O fornecedor responderá por qualquer vício ou defeito apresentado nos materiais entregues, devendo proceder à substituição imediata sem ônus adicional;
- É exigida a **substituição imediata de itens entregues em desacordo com as especificações técnicas.**

**6.6. Sustentabilidade**

- Sempre que possível, deverá ser priorizada a aquisição de produtos que atendam critérios de sustentabilidade ambiental, conforme art. 11, §1º, inciso XII da Lei nº 14.133/2021.

**7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS**

A estimativa das quantidades a serem contratadas foi realizada com base no levantamento histórico de consumo, análise da demanda atual das unidades de saúde do município e na programação de ações assistenciais previstas para o exercício de 2026, conforme dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde.

As quantidades estimadas visam atender às necessidades regulares e emergenciais do Fundo Municipal de Saúde de Barra dos Coqueiros/SE, ao longo do período de vigência contratual, considerando margem de segurança para variações sazonais e aumento de demanda decorrente de campanhas, mutirões e outros eventos de saúde pública.

A definição das quantidades seguiu os seguintes critérios:

- Consumo médio mensal das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), laboratório municipal e demais serviços de atenção primária;
- Índices de crescimento da demanda nos últimos 12 meses;
- Planejamento de ações de saúde no Plano Municipal e metas pactuadas nos sistemas de informação do SUS;
- Registro de faltas ou escassez de determinados insumos em processos anteriores.

Os quantitativos finais estarão detalhados na planilha do Termo de Referência e deverão ser objeto de registro de preços, a fim de permitir o fornecimento conforme necessidade, sem obrigatoriedade de aquisição integral, em observância ao art. 82 da Lei nº 14.133/2021.

A Administração reforça que os quantitativos estimados não geram obrigação de aquisição integral, servindo exclusivamente como base para o dimensionamento da contratação e o limite máximo de fornecimento por parte dos fornecedores participantes do registro.

**8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

A estimativa do valor da contratação foi elaborada com base em pesquisa de preços realizada em contratações públicas similares, disponíveis em portais oficiais de compras governamentais, bem como em consultas a sites da internet de empresas e fornecedores que comercializam os itens objeto da contratação.

A utilização de diferentes fontes teve como finalidade ampliar a base de referência, identificar os valores praticados no mercado e proporcionar maior segurança na definição dos preços

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

estimados, considerando a compatibilidade entre as especificações dos itens pesquisados e aqueles pretendidos pela Administração Pública.

Os valores coletados foram utilizados como parâmetro para a composição da estimativa, buscando refletir, de forma razoável e compatível com a realidade do mercado, os custos previstos para a contratação. **A pesquisa de preços, contendo os valores unitários e totais estimados, bem como as respectivas fontes e links de consulta, segue anexa a este Estudo Técnico Preliminar (ETP)**, integrando a documentação de planejamento da contratação.

Dessa forma, a estimativa visa subsidiar a análise da disponibilidade orçamentária, a avaliação da compatibilidade dos preços com os valores de mercado e a adoção de uma contratação economicamente adequada, em observância aos princípios da economicidade, da eficiência e do interesse público, bem como às disposições da Lei Federal nº 14.133/2021.

## **9. PARCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO**

Nos termos do art. 23 da Lei nº 14.133/2021, a Administração Pública deve avaliar a viabilidade do parcelamento da contratação como forma de ampliar a competitividade, obter economia e promover a participação de maior número de licitantes.

Entretanto, considerando as especificidades dos materiais médicos hospitalares, odontológicos e laboratoriais a serem adquiridos, optou-se pela aquisição por item, e não por agrupamento em lotes ou por fracionamento da demanda. Essa escolha visa garantir:

- Maior competitividade entre os fornecedores, permitindo que empresas com especialidade em determinados produtos possam participar do certame;
- Adequação entre a capacidade técnica e comercial dos licitantes e os objetos individualizados;
- Melhor controle da qualidade dos insumos adquiridos;
- Possibilidade de obtenção de propostas mais vantajosas para a Administração, item a item.

A aquisição por item atende aos princípios da eficiência, competitividade, economicidade e seleção da proposta mais vantajosa, assegurando o atendimento pleno das necessidades das unidades de saúde vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde de Barra dos Coqueiros/SE.

## **10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES**

A presente contratação possui natureza autônoma, não estando condicionada diretamente à realização de outras contratações públicas que a antecedam, sucedam ou lhe sejam simultâneas. No entanto, é possível identificar a existência de vínculo funcional indireto com outras ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Em especial, observa-se que a disponibilidade dos materiais médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais a serem adquiridos é condição essencial para a plena execução dos serviços públicos de saúde, os quais podem demandar, de forma simultânea ou complementar:

- Contratação de serviços laboratoriais especializados;
- Contratação de profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, bioquímicos, etc.);
- Aquisição de medicamentos, equipamentos permanentes ou mobiliário clínico;
- Serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos infectantes.

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Contudo, tais contratações correlatas não dependem, formal ou contratualmente, da execução do presente objeto, nem condicionam sua realização.

Portanto, esta contratação será tratada de forma independente, observando-se, entretanto, a inter-relação operacional e funcional com as demais políticas públicas de saúde implementadas pelo Município de Barra dos Coqueiros/SE.

## **11. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO**

A presente contratação está devidamente prevista no Plano Anual de Contratações (PCA) do Fundo Municipal de Saúde do Município de Barra dos Coqueiros/SE, referente ao exercício de 2026, conforme inserção e aprovação no módulo informatizado do Sistema de Planejamento de Compras Públicas (ou equivalente).

Trata-se de uma contratação estratégica, contemplada também na Lei Orçamentária Anual (LOA) e no Plano Municipal de Saúde, com reflexo direto no cumprimento das metas pactuadas com o Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente no que se refere à manutenção e funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, laboratórios e demais equipamentos da rede municipal.

A aquisição dos materiais médicos hospitalares, odontológicos e laboratoriais integra o planejamento da Secretaria Municipal de Saúde para garantir continuidade dos serviços assistenciais, com abastecimento regular dos insumos críticos necessários ao atendimento ambulatorial, preventivo e diagnóstico.

Além de atender ao cronograma do PCA, a contratação reforça o compromisso com os princípios constitucionais da eficiência, economicidade e supremacia do interesse público, promovendo a adequada alocação dos recursos públicos e o fortalecimento das políticas de saúde no município.

## **12. RESULTADOS PRETENDIDOS**

A presente contratação visa alcançar os seguintes resultados esperados, de modo a garantir a efetividade da política pública de saúde no âmbito municipal:

- **Abastecimento contínuo e regular** de materiais médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais essenciais ao funcionamento das unidades de saúde, evitando interrupções nos serviços assistenciais;
- **Melhoria na qualidade do atendimento à população**, assegurando que as equipes de saúde disponham de insumos adequados, seguros e de qualidade para a realização de procedimentos clínicos, preventivos, diagnósticos e terapêuticos;
- **Cumprimento das normas sanitárias e protocolos técnicos**, promovendo a biossegurança, o controle de infecções e a rastreabilidade de insumos, conforme orientações da ANVISA, Ministério da Saúde e Vigilância Sanitária local;
- **Otimização dos recursos públicos**, por meio de contratação vantajosa, com preços justos e fornecimento eficiente, resultando na economicidade e eficiência administrativa;
- **Suporte à execução das metas do Plano Municipal de Saúde e dos indicadores pactuados junto ao SUS**, contribuindo diretamente para o alcance dos objetivos da atenção básica e especializada;
- **Redução de riscos operacionais e administrativos**, com o fornecimento por empresa regularmente habilitada, mediante contrato formal e acompanhamento técnico da execução.

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

A consecução desses resultados permitirá maior resolutividade dos serviços de saúde, fortalecimento da rede municipal e aprimoramento da capacidade de resposta frente às demandas da população.

### **13. PROVIDÊNCIAS**

Considerando as contratações anteriores, similares à presente, verifica-se que não há maiores providências preliminares a serem tomadas pela Administração Pública para viabilizar a presente aquisição, além da observância dos trâmites usuais previstos na legislação vigente.

Destaca-se que:

- Os materiais a serem adquiridos são de natureza padronizada, de amplo fornecimento no mercado e com histórico de contratação consolidado no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde;
- Não há necessidade de realização de estudos técnicos complementares ou consultas públicas;
- A especificação técnica dos itens e as condições de fornecimento seguem padrões já adotados em procedimentos anteriores.

Assim, bastará a designação formal de servidores habilitados tecnicamente para atuarem como gestor e fiscal do futuro contrato, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021, a fim de assegurar o acompanhamento, controle, avaliação da execução contratual e verificação da conformidade dos produtos entregues.

### **14. CONCLUSÃO**

Diante da análise realizada neste Estudo Técnico Preliminar, consubstanciada na identificação da necessidade, na avaliação das soluções disponíveis, na estimativa de quantidades e valores, bem como na demonstração da vantajosidade da contratação, conclui-se pela viabilidade técnica e administrativa da aquisição de materiais médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais, destinados ao atendimento das demandas do Fundo Municipal de Saúde de Barra dos Coqueiros/SE.

Considerando a essencialidade dos itens para a manutenção das atividades assistenciais e a continuidade dos serviços públicos de saúde, opina-se pela adoção das providências subsequentes ao processo de contratação, observando-se os princípios da legalidade, eficiência, planejamento, isonomia e seleção da proposta mais vantajosa, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

Sugere-se, portanto, a deflagração da fase interna da licitação, com a elaboração do Termo de Referência e demais documentos exigidos, a fim de viabilizar o atendimento tempestivo e adequado das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Barra dos Coqueiros/SE, em 15 de julho de 2026.

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

---

José Danilo Mathias Pereira  
Coordenador de Administração e Finanças