

AOS ITENS CONTESTADOS PELA EMPRESA GE HEALTHCARE, SEGUE:

1. EDITAL SOLICITA: "REDE: ETHERNET E SEM FIO (WIFI) INTEGRADOS AO ULTRASSOM"

CONSIDERO QUE, SERÁ ACEITA A ALTERAÇÃO DESTE ITEM PARA: "EXIGÊNCIA MINIMA DE CONEXÃO VIA ETHERNET (CABO)", VISTO QUE É A FORMA MAIS ESTÁVEL DE CONEXÃO.

2. EDITAL SOLICITA: "SOFTWARE PARA AVALIAÇÃO VIA PROTOCOLO TI-RADS, COM SISTEMA DE MARCAÇÃO POSICIONAL E GERAÇÃO DE LAUDO INTEGRADO AO EQUIPAMENTO. SOFTWARE PARA AVALIAÇÃO VIA PROTOCOLO BI-RADS, COM SISTEMA DE MARCAÇÃO POSICIONAL E GERAÇÃO DE LAUDO INTEGRADO AO EQUIPAMENTO."

CONDIDERO QUE, APÓS MELHOR ANÁLISE DESCRITIVA DO ITEM, SUGIRO QUE O MESMO SEJA EXCLUÍDO DO PROCESSO, NÃO CONSIDERADO PARA CONCLUSÃO.

3. EDITAL SOLICITA: "SOFTWARE PARA CÁLCULO AUTOMÁTICO DA BIOMETRIA FETAL COM NO MÍNIMO: CCN, DBP, CC, CA E CF."

4. **CONSIDERO QUE**, APÓS MELHOR ANÁLISE E LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE A MEDIDA DO CCN REQUER AÇÃO HUMANA NA BIOMETRIA PARA MELHOR DIFERENCIAÇÃO DAS ESTRUTURAS SERÁ ACEITA ALTERAÇÃO DESSE ITEM PARA: "SOFTWARE PARA CÁLCULO AUTOMÁTICO DA BIOMETRIA FETAL COM NO MÍNIMO: DBP, CC, CA E CF."

5. EDITAL SOLICITA: "TRANSDUTOR MULTIFREQUENCIAL ENDOCAVITÁRIO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 3 A 9 MHZ COM CAMPO DE VISÃO DE PELO MENOS 190°"

CONSIDERO QUE, O ITEM DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DEVERÁ SER ALTERADO PARA: "01 TRANSDUTOR MULTIFREQUENCIAL ENDOCAVITÁRIO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 3 A 9 MHZ COM CAMPO DE VISÃO DE PELO MENOS 170 GRAUS (+/- 10 GRAUS)". SENDO QUE ESTA ALTERAÇÃO DEVERA CONTAR NO PROCESSO.

SENDO ASSIM, AS CONSIDERAÇÕES DEVERÃO SER ACEITAS PARA CONTINUIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.


Dr. Luann Soares Nunes
Médico
CRM/SE 6883

PROPRIÁ/SE 09 DE SETEMBRO DE 2024

LUANN SOARES NUNES
MÉDICO