

DOCUMENTAÇÃO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: JANAINÉ RAIMONDI
E-mail: admsaude@uniaodooeste.sc.gov.br
Telefone: (49) 3348-1252
OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHO PHASYS MULTICORRENTES E PULVERIZADOR PORTÁTIL MOTORIZADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
JUSTIFICATIVA: A aquisição do Pulverizador portátil motorizado será utilizado nas atividades de bloqueio de transmissão vetorial de Dengue, Febre Chikungunya e/ou Zika Vírus, na aplicação de inseticida com nebulização a UBV (ultra baixo volume), tendo como finalidade a eliminação de fêmeas de mosquitos adultos. Salienta-se que nos mês de março tivemos um caso positivo no município, o que causa preocupação e reforça a necessidade de incrementar a estrutura de equipamentos para atuação no setor de endemias e nas ações de controle ao vetor, na ocorrência de casos, surtos e/ou epidemias de Dengue, Febre Chikungunya e/ou Zika Vírus. A aquisição do aparelho Phasys multicorrentes faz-se necessária, pois o equipamento disponível na unidade parou de funcionar (não se sabe qual é o problema). Devido a isso, tentou-se contato com várias empresas que trabalham com esse tipo de aparelho. No entanto, como o equipamento é antigo e já está fora de linha, o único local onde poderá ser feito o conserto é a fábrica do fabricante. Ainda assim, não foi possível obter, de imediato, um orçamento concreto do valor necessário para o reparo. Além disso, considerando a precisão exigida para o uso do equipamento, faz-se necessária a compra de um novo aparelho. Ressalta-se que o tratamento fisioterapêutico desempenha um papel fundamental na melhoria da qualidade de vida dos pacientes, por meio da prevenção e da reabilitação física. A aquisição de um novo equipamento contribuirá para a modernização e melhoria dos atendimentos, além de possibilitar a redução de complicações clínicas a longo prazo. Isso garantirá maior qualidade de vida aos indivíduos e, conseqüentemente, o aprimoramento do condicionamento físico, já que o aparelho atua na promoção da saúde, na diminuição de dores crônicas e agudas em todo o corpo, e na restauração da integridade dos órgãos, sistemas ou funções. Cabe destacar que os aparelhos de reabilitação fisioterapêutica têm como objetivo principal a prevenção e a recuperação da saúde dos pacientes.

DESCRIÇÕES E QUANTIDADES:

DESCRIÇÃO	UND.	QTD
Pulverizador Portátil Motorizado – motor combustão: 2	Und	01

tempos a gasolina, refrigerado a ar, potência de cerca de 4,6 hp (3,4kw), com rotação mínima de 2.500 e máxima de até 7.600 rpm, ignição eletrônica, partida auto retrátil, e apresenta carenagem nas partes aquecidas. • Tanque de combustível: até 2 litros de capacidade e confeccionado em polietileno translúcido de alta densidade, com espessura média de 3 mm, aditivado contra os efeitos dos raios solares, tampa de rosca e com guarnição de válvula de respiro e filtros.		
Aparelho Phasys multicorrentes modelo NMS 2113, versão que se destina a utilização em reabilitação e estética e dispõe das seguintes correntes: ☐ TENS Assimétrica ☐ TENS Assimétrica Alternada ☐ TENS Simétrica ☐ Corrente BURST Assimétrica ☐ Corrente BURST Assimétrica Alternada ☐ Corrente BURST Simétrica ☐ FES ☐ Eletroacupuntura ☐ Corrente Russa ☐ BMAC ☐ BMAC Motora ☐ BMAC Sensorial ☐ Eletrodrenagem ☐ Interferencial bipolar ☐ Interferencial tetrapolar ☐ Diadinâmicas de Bernard ☐ LP (longo período) ☐ DF (difásica fixa) ☐ MF (monofásica fixa) ☐ CP (curto período) ☐ CPid (curto período isodinâmica)	Und	01

☐ Diadinâmica sequencial ☐ Ultra Excitante de Trabert ☐ Galvânica ☐ Microcorrente ☐ Desincruste ☐ Eletrolifting ☐ Iontoforese ☐ Eletrolipólise ☐ Translipólise		
---	--	--


 Documento assinado digitalmente
JANAINE RAIMONDI
 Data: 08/05/2025 09:29:23-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Janaine Raimondi
Secretaria Municipal de Saúde