



RESPOSTA A ESCLARECIMENTO

PROCESSO SEI
RSD
020116/001352/2026

OFÍCIO Nº 207/2026/SUMLIC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/2026 P.A nº: RSD-020116/001352/2026

SOLICITANTE: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES

ASSUNTO: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/2026 P.A nº: RSD-020116/001352/2026

I - Relatório:

Trata-se de solicitação de esclarecimento apresentado pelo solicitante **A SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES** ao Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/2026 P.A nº: RSD-020116/001352/2026**, cujo objeto é o "Registro de preços para aquisição de material médico-hospitalar, através da Secretaria Municipal de Saúde - FMS..."

A empresa supracitada apresentou os pedidos de esclarecimentos ao edital referido em **18/05/2026**. Destacamos que tal solicitação é **TEMPESTIVA**, haja vista que a publicação do edital indicou, inicialmente, a data **29/05/2026** para abertura das propostas. Considerando a natureza técnica dos questionamentos, esta Superintendência de Licitações e Contratos encaminhou para a Secretaria Requisitante, a qual forneceu a resposta abaixo elencada:

II – Questionamento:

"Referente ao pregão em questão, solicitamos esclarecimento sobre as medidas do item 14 (bolsa se ostomia)."

III – Respostas:

"Em resposta ao pedido, esclarecemos que a placa convexa deverá ser recortável em até 45 mm, como consta no descritivo, e que a capacidade média da bolsa deverá ser de 300 a 500 ml."

Na expectativa de haver atendido ao solicitado, renovamos protesto da mais alta estima e consideração, contando com a participação da empresa no certame.

Resende, 20 de maio de 2026.

Julio Cezar de Carvalho

Superintendente Municipal de Licitações e Contratos