

Fwd: PE N°. 014/2024 - FMS - ESCLARECIMENTO



De Saudegloria Saude <saudegloriasaude@gmail.com>
Para <licitacao@gloria.se.gov.br>
Data 2024-12-11 11:31

----- Forwarded message -----

De: **bheatriz andrade** <bheatrizandrade28@gmail.com>
Date: quarta, 11/12/2024 à(s) 10:59
Subject: Re: PE N°. 014/2024 - FMS - ESCLARECIMENTO
To: Saudegloria Saude <saudegloriasaude@gmail.com>

Em resposta ao edital mencionado;
Após análise técnica por parte da equipe do laboratório informamos que não serão aceitos para o LOTE 1 analisador de íons Na, K, Cl e Ca separado do analisador automatizado visto que caso fosse aceito o procedimento de amostragem ficaria manual e dependente de operador além do fator de ter que ser processado de maneira separada da rotina da bioquímica assim atrasando e gerando prejuízos ao processamento. Com relação ao lote 4 a metodologia a ser ofertada deverá ser obrigatoriamente quimioluminescência não sendo aceito imunofluorescência por ser uma metodologia inferior.