



## DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)

DFD.26.03.26.2B2-01 - DATA: 26/03/2026

Informações da formalização da demanda			
Secretaria:	SECRETARIA DE SAÚDE		
Setor:	HOSPITAL		
Ordenador:	HIGO BATISTA GOMES		
Responsável:	FRANCISCA REGIANE BRAZ DE CARVALHO		
Categoria:	MATERIAL	Contratação:	NOVA CONTRATAÇÃO
Grau de prioridade:	ALTO		
Data previsão:	10/04/2026		

### Descrição do objeto

AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 LITROS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE ICÓ.

### Justificativa da contratação

A aquisição de uma autoclave com capacidade de no mínimo 200 litros para o Hospital Regional de Icó se faz necessária para garantir a esterilização eficiente de materiais e instrumentos médicos utilizados no atendimento aos pacientes. A autoclave é um equipamento essencial para a prevenção de infecções hospitalares, garantindo a segurança dos procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais realizados na unidade de saúde.

Além disso, a autoclave de 200 litros permitirá que o Hospital Regional de Icó aumente sua capacidade de processamento de materiais esterilizados, atendendo de forma mais eficiente e rápida a demanda de atendimentos médicos. Com um equipamento de maior capacidade, será possível otimizar os processos de esterilização, reduzindo o tempo de espera dos pacientes e garantindo a qualidade e segurança dos serviços prestados pela instituição de saúde.

### Especificações dos itens e quantitativos

Seq.	Descrição do item	Unid. Medida	Quant	Valor(R\$)	Valor total(R\$)
1	<b>AUTOCLAVE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 LITROS</b> Capacidade nominal da câmara: Capacidade mínima de 200 litros, dimensões internas (AXLXP) 41 X 41 X 120 CM, DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS (AXLXP): 171 X 65 X 174 CM; TIPO NUMERO DE PORTAS: 1 (UMA) PORTA VOLANTE CENTRAL (1PVC); POTENCIA: 18KW; TENSÃO: 220 V TRIFÁSICO; FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE GERADOR ELETRICO ACOPLADO (E); SECAGEM: BOMBA DE VACUO DE 1,5 HP 220/380V 60HZ TRIFÁSICA; BOMBA DE ÁGUA: BOMBA DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO DO GERADOR; INSTRUMENTOS: MONOVACUÔMETRO INDICATIVA PARA PRESSÃO E VÁCUO NA CÂMARA INTERNA INSTRUMENTOS: MANÔMETRO INDICATIVO PARA PRESSÃO DA CÂMARA EXTERNA (JAQUETA) E GERADOR DE VAPOR; INSTRUMENTOS: SENSOR DE TEMPERATURA TIPO PT-100 CLASSE 1; INSTRUMENTOS: DOIS TRANSMISSORES DE PRESSÃO	UNIDADE	1	240.000,00	240.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**  
Rua Ilídio Sampaio, 2131 - Centro - CEP: 63.430-000 - Icó\CE  
CNPJ: 07.669.682/0001-79 - TEL: (88) 3561-1508



O valor estimado preliminar para esta contratação é de **R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais)**

Icó-CE, 26 de Março de 2026.

*Francisca Regiane Braz de Carvalho*

**Francisca Regiane Braz de Carvalho**  
Secretária Secretária  
2026.03.23.06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**  
<https://transparencia.acontratacao.com.br/pmico/dfd>  
CHAVE: 2b2dd5d758c3dee04d98d6fc0833e712

