



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)

DFD.26.05.07.109-01 - DATA: 07/05/2026

Informações da formalização da demanda			
Secretaria:	SECRETARIA DE SAÚDE		
Setor:	SECRETARIA		
Ordenador:	HIGO BATISTA GOMES		
Responsável:	FRANCISCA REGIANE BRAZ DE CARVALHO		
Categoria:	MATERIAL	Contratação:	NOVA CONTRATAÇÃO
Grau de prioridade:	MÉDIO		
Data previsão:	30/06/2026		

Descrição do objeto
Aquisições de 02 ambulâncias tipo "A" (Simples Remoção), montadas sobre uma picape(Pick-Up) 4x4 de cabine simples para o município de Icó de acordo com as especificações do Plano de Trabalho MAPP n°5916 e Convênio n° 080/2026.

Justificativa da contratação
Considerando que a atual situação da saúde do município encontra-se em dificuldade, em razão da falta de ambulâncias para fazer o transporte de pacientes, para receber atendimento de urgência em outras unidades, especialmente nas cidades de Iguatu, Barbalha, Juazeiro do Norte e Fortaleza e considerando que Município está vivenciado limitações financeiras para adquirir ambulâncias e considerando por ser direito constitucional do cidadão brasileiro e obrigação do Estado, no caso do Município de Icó, manter a qualidade dos serviços públicos de saúde por meio do fortalecimento do Sistema Municipal de Saúde. Nesse contexto, a aquisição das ambulâncias objeto da presente demanda são de fundamental importância, tendo em vista que as ambulâncias atualmente em uso apresentam elevado grau de desgaste mecânico em razão da utilização diária. Essas ambulâncias já não oferecem a segurança necessária para a transferência de pacientes que precisam de atendimentos especializados em outras cidades, situação que tem gerado grandes preocupações para a gestão municipal.

Especificações dos itens e quantitativos					
Seq.	Descrição do item	Unid. Medida	Quant	Valor(R\$)	Valor total(R\$)
1	VEÍCULO-AMBULÂNCIA-(TIPO-A)-MODELO SIMPLES REMOÇÃO VEÍCULO-AMBULÂNCIA-(TIPO-A)-MODELO SIMPLES REMOÇÃO. PICK-UP-ZERO (00) QUILOMETRO-ANODE FABRICAÇÃO MODELO-2026 OU DO ANO POSTERIOR A CONTRATAÇÃO. Equipada com sinalizador óptico e acústico, equipamento de rádio-comunicação em contato permanente com a central reguladora, macaco com rodas, suporte para soróe oxigênio medicinal, conforme preceitua a Portaria nº 2.048 de 05 de maio de 2002. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:- Modelo: Pick-up cabine simples;- Combustível: Diesel;- Motor: 2.0 ou superior;- Transmissão: manual 06 (seis) velocidades;- Tração 4x4;- Freio dianteiros: Discos ventilados com ABS e EBD ou ABS a disco ou Disco;- Freio traseiros: Tambor com ABS e EBD ou Tambor;- Pneus 225/70R17 ou 245/70R16 ou 255/70R16;- Rodas de Aço estampado 16 ou superior;- Capacidade de carga de 1.085 KG ou superior;- Capacidade do tanque de combustível 76 litros ou superior;- Ar-condicionado de fábrica no compartimento do motorista;- Airbag para os ocupantes da cabine e demais itens de série. COMPARTIMENTO DO PACIENTE; Fabricado em fibra vidro com isolamento termoacústico;- Capacidade volumétrica do baú de 5,5m³ ou superior;- Dimensões da caçamba:- Comprimento 1,84mm ou superior;- Largura 1,505mm ou superior e Altura 444mm ou superior;- Piso: em chapado compensado naval com revestimento lavável emborrachado de alta resistência;- Macarétil confeccionado em alumínio, com comprimento de 1.800mm ou superior, largura 550 ou superior;- Cabeceira voltada para a frente do veículo com pé dobráveis, provida de quatro rodízios, confeccionado em material resistente a oxidação, com pneus	UNIDADE	2	396.666,67	793.333,34



<p>revestidos em PU expandido ou borracha maciça com resistência mecânica e maciez; - sistema de elevação do tronco do paciente com 45 graus no mínimo; - Colchonete com espuma interna na densidade de 33 kg/m³ selado com costura eletrônica totalmente impermeável, de fácil limpeza e assepsia; - 03 (três) cintos de segurança no mínimo; - Banco lateral para pelo menos 03 (três) pessoas com cintos de segurança individual; - Suporte para cilindro de oxigênio com capacidade de 15 litros; - Cilindro de oxigênio com 03 litros de capacidade e o superior; - Régua de oxigênio de três pontas com fluxômetro/ aspirador / umidificador; - Rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização; - Uma janela na lateral com vidro correção, fixada sem borrachapara melhor vedação e saída de água; - Vidros nas duas portas traseiras com serigrafia e película opaca; - Conjunto completo de fechadura, trincos, dois amortecedores, sendo um em cada porta; - Duas portas traseiras em fibra com abertura lateral de folha dupla; - Um ventilador interno na lateral ou no teto da ambulância com proteção de cúpula de fibra, um exaustor interno no teto ou na lateral da ambulância com proteção de cúpula de fibra; - Um suporte para soróe plasma fixado no balaústre; - Balaústre fixado no teto; - Armário interno localizado na região superior confeccionado em fibra de vidro; - Painel elétrico interno constituído por uma régua integrada com quatro tomadas, sendo duas tomadas tripolares (2P+T) de 110V e duas para 12V (potência máxima de 120W), interruptores com tecla do tipo luminária; - Iluminação natural e artificial; - Sinalizador frontal secundário: barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal; - 02 sinalizadores a LED sem cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha com tensão de trabalho de 12V e consumo nominal de 1,0A por sinalizador; - 02 sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, com frequência de 90 flashes por minuto, operando sem o com as portas abertas e permitindo a visualização de emergência no trânsito, quando acionado, com lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização com tratamento UV; - Sinalização acústica com amplificador de potência de 100WRMS@13,8Vcc, de 03 tons distintos, sistema de megafone com ajuste de ganho e pressão a 01 metro (100dB@13,8Vcc); - Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo 3 em cada lado e 2 na traseira; - Comunicação entre a cabine do motorista e o compartimento do paciente; - Ar-condicionado no compartimento do paciente com capacidade térmica mínima de 30.000 BTUS; - Obs. 1 - O Município se compromete a adesivar por sua conta e responsabilidade o veículo, com grafismo composto por "cruzes" e a palavra "ambulância" no capô, laterais e traseira, além do logomarca da Governo Estado e do Município.</p>				
---	--	--	--	--

O valor estimado preliminar para esta contratação é de **R\$ 793.333,34 (setecentos e noventa e três mil trezentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos)**

Icó-CE, 11 de Junho de 2026.



Francisca Regiane Braz de Carvalho

Secretária Secretária
2026.03.23.06

