PREFEITURA DE MINEIROS
Uma cidade cada vez melhor.

EDITAL DE LICITAÇÃO

MODALIDADE	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2026** (Regido pela Lei 14.133/2021, Decretos Municipais nº 03 e 04/2024 e alterações, Lei Complementar n° 123/2006 e demais disposições pertinentes à matéria e do disposto no presente edital).
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA	**24 DE NOVEMBRO DE 2026, ÀS 08h:30min.**
OBJETO	**AQUISIÇÃO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA/REABILITAÇÃO, MÉDICO-HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA**
CRITÉRIO DE JULGAMENTO	**MENOR PREÇO POR ITEM**
LICITAÇÃO EXCLUSIVA À PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP/EQUIPARADOS	**vide cláusula 4.7*
MODO DE DISPUTA	**Aberto** - (art. 25, I do Dec Municipal nº 03/2024, art. 56, I da Lei n° 14.133/2021)
ESTIMADO	**Caráter Sigiloso** - (art. 16, II Dec Municipal nº 03/2024, e art. 24 da Lei n° 14.133/2021)
LOCAL DA SESSÃO PUBLICA	Portal BNC - www.bnc.org.br
PROCESSO Nº	**2026031930**
INTERESSADO	**Fundo Municipal de Saúde - FMS**
ATENÇÃO!	*1. O presente instrumento encontra-se disponível, na íntegra, para consulta e download, no endereço www.mineiros.go.gov.br, http://bnc.org.br/ e www.gov.br/pncp/ptbr/pncp* ou solicitado através do e-mail da Comissão de Contratação do Fundo M. de Saúde saudelicitacao@mineiros.go.gov.br. Informações adicionais podem ser obtidas pelo nº **(64) 3661-0027.** *2.* **Esclarecimentos e impugnações:** Deverão ser encaminhados conforme disposto em Edital. *3.* **Encaminhamento das propostas comerciais/ documentos de habilitação**: Deverão ser encaminhadas conforme disposto no Edital. *4.* **Início do Recebimento das Propostas: 09/11/2026** **Fim do Recebimento das Propostas: 23/11/2026 às 13h00min.** **Obs.1:** Não havendo expediente na data designada para abertura do certame, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente na mesma hora e local. **Obs. 2:** Todos os atos referentes à Licitação, Edital, Erratas, Atas, Convocações, Julgamentos de Impugnações e Recursos, Homologação, Anulação ou Revogação, enfim, TODOS os atos, serão publicados nos sites oficiais mencionados acima. O acompanhamento da Licitação em todas as fases é de total responsabilidade do Licitante participante. **Obs. 3:** Em caso de divergência entre as especificações descritas no sistema eletrônico (Bnc) e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as do Edital.

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 1 de 154

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2026
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

Torna-se público que MUNICÍPIO DE MINEIROS, inscrito no CNPJ sob o **nº 02.316.537/0001-90,** por meio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, **inscrito no CNPJ sob o nº 11.924.138/0001-01**, com sede no Paço Município II, Ipê Shopping - Av. Ino Rezende, Qd 1A, Lt 1A, S/N, Res. Michelangelo, CEP: 75.834-042 realizará licitação, na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, nos termos da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e Decreto Municipal nº 03 (dispõe pregão eletrônico), Decreto Municipal n° 04 (dispões SRP) de 05 de janeiro de 2024 e demais legislação aplicáveis, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto do presente é a seleção da melhor oferta em benefício da Administração Municipal para a **AQUISIÇÃO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA/ REABILITAÇÃO, MÉDICO-HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA para atender as unidades de saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Mineiros-GO**, conforme condições, quantitativos e especificações estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens for de seu interesse.

1.3. Os preços ofertados abrangerão ainda todas as taxas administrativas, contribuições, tributos e encargos de natureza trabalhista e social.

1.4. Os itens listados no Anexo I, não serão necessariamente adquiridos em sua totalidade, os mesmos são quantidades estimadas, sendo considerados apenas para fins de adjudicação e posterior convocação para assinatura da Ata de Registro de Preço. As licitantes para as quais forem adjudicados itens constantes do Anexo I, forem convocadas para a assinatura da ARP, obterão apenas o direito e a exclusividade de fornecimento dos referidos itens até o término da vigência contratual.

1.5. A quantidade estimada para o presente processo licitatório serve apenas como orientação, não constituindo sob hipótese alguma garantia de faturamento (art. 83 da Lei nº 14.133/2021).

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 2 de 154

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. As regras referentes ao órgão gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços e edital.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O credenciamento da empresa interessada em participar do pregão eletrônico, deverá ocorrer previamente na plataforma de licitações da **Bolsa Nacional de Compras (BNC),** mediante a apresentação de Termo de Adesão, devidamente assinado concordando com as cláusulas do Regulamento da BCN, disponível no endereço eletrônico www.bnc.org.br, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

3.1.1. Para fins de credenciamento, o licitante deverá declarar conhecimento e atendimento às exigências previstas no Edital, devendo igualmente estar representado por pessoa munida de poderes suficientes para a prática dos atos necessários para sua participação no certame.

3.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este pregão.

3.3. É de responsabilidade do CADASTRADO, conferir a exatidão dos seus dados cadastrais na plataforma da **Bolsa Nacional de Compras (BNC)** e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.3.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. O licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros.

3.6. As dúvidas e esclarecimentos dos interessados em relação a credenciamento, e ao acesso no sistema BNC poderão ser dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico http://bnc.org.br .

3.7. O licitante responde pela veracidade e pela exatidão das especificações dos bens e dos serviços ofertados, sendo responsável por quaisquer danos decorrentes da desconformidade do bem ou do serviço ofertado com as especificações contidas no Edital.

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 3 de 154

3.8. É também de responsabilidade do licitante, observar e cumprir as legislações aplicáveis ao certame.

4. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

4.1. Poderão participar deste pregão, interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com credenciamento regular na plataforma de licitações da Bolsa Nacional de Compras (BNC).

4.2. A participação na licitação implica, automaticamente, **na aceitação integral dos termos deste Edital e seus Anexos e leis aplicáveis.**

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

a) Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

b) Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

c) Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

d) Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

e) Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

f) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404/1976, concorrendo entre si;

g) Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

h) Agente público do órgão ou entidade licitante;

i) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

j) Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

4.3.1. O impedimento de que trata na alínea "a" será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 4 de 154

aplicada, inclusive empresas controladoras, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

4.3.2. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem a alínea "c" poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

4.3.3. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

4.3.4. A vedação de que trata a alínea "h" estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4.4. A observância das vedações dos itens anteriores, são de inteira responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento, sujeitar-se às penalidades cabíveis.

4.5. Como condição de participação do pregão, o licitante deverá anexar aos documentos de habilitação ou proposta de preço as declarações listadas abaixo:

a) **CERTIDÃO SIMPLIFICADA** com registro na Junta Comercial de seu Estado com data de emissão **não superior a 120 (cento e vinte) dias** da data da convocação para apresentação dos documentos de Habilitação. Caso não esteja expresso no documento seu prazo de validade, será considerado o prazo supracitado.

b) **Declaração que a empresa tem o direito de gozar dos benefícios da Lei complementar 123/2006** (para empresa que pretende participar como Microempresa e/ou Empresa de Pequeno Porte) – conforme modelo anexo.

b.1) As empresas que se enquadrarem como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, que não apresentarem a **CERTIDÃO SIMPLIFICADA**, ou apresentar documento diverso, implicará na anulação do direito de usufruir do regime diferenciado garantido pela Lei Complementar 123/2006.

c) **Que está ciente e concorda** com as condições contidas no Edital e seus anexos.

d) **Que cumpre os requisitos para a habilitação** definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias.**, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.**

e) **Que inexistem fatos impeditivos** para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

f) **Que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.**

g) **Que não emprega menor de 18 anos** em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 5 de 154

termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição, (item 9.9.9 Edital). **SOB PENA DE INABILITAÇÃO.**

h) **Que a proposta foi elaborada de forma independente**, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

i) **Que não possui, em sua cadeia produtiva**, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

j) **Que não há impedimento** de participação no que pertine ao art. 9º da Lei 14.133/2021.

k) **Declaração conforme Anexo de que cumpre as exigências de reserva de cargos** para pessoa com deficiência e para reabilitado da previdência social, art. 63, IV, da Lei 14.133/2021, **SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.**

l) **Declaração que não está cumprindo sanção por inidoneidade**, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal.

m) **Declaração de Exequibilidade de Proposta (Anexo III).**

n) **Declaração de que não tenha celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte.**

1. Todas as microempresas e empresas de pequeno porte que desejam fazer jus aos benefícios constantes dos **arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006**, deverão apresentar esta declaração em obediência ao que dispõe o **§ 2º, art. 4º da Lei 14.133/2021**.

4.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

4.7. DOS CRITÉRIOS PARA APLICAÇÃO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS ME/EPP/EQUIPARADAS

4.7.1. Da participação Exclusiva e da Ampla participação

a) A presente licitação observará o tratamento diferenciado e favorecido assegurado às Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP e demais beneficiárias legalmente equiparadas, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, da legislação municipal aplicável e das demais normas pertinentes.

b) A presente licitação contempla:

i) itens destinados **exclusivamente à participação de ME, EPP e Equiparadas,** em conformidade com o disposto no art. 48, incisos I, da LC nº 123/2006; e

ii) itens destinados à **ampla participação *(aberta à participação de todos)***.

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 6 de 154

c) A identificação de cada item como **"Ampla Participação"** ou **"Exclusivo ME/EPP"** constará expressamente da relação de itens do Termo de Referência, devendo a licitante observar, antes da apresentação de sua proposta, a condição de participação estabelecida para cada item.

d) As microempresas e empresas de pequeno porte que participarem desta licitação em relação aos itens exclusivos, poderão também concorrer aos itens de ampla participação.

4.7.2. Da abrangência do âmbito de aplicação do tratamento diferenciado

a) Para fins de aplicação do tratamento diferenciado e favorecido às Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP e equiparadas, será considerado o **âmbito local,** conforme Lei Municipal nº 1.965/2020, compreendendo nesse caso o município de Mineiros/GO, observados os requisitos legais para usufruto do referido tratamento.

4.7.3. Da operacionalização dos itens na plataforma eletrônica BNC

a) Por questões de ordem técnica e operacional da plataforma eletrônica BNC, os itens sujeitos ao tratamento diferenciado previsto no art. 48, incisos I, da LC nº 123/2006 serão, inicialmente, disponibilizados no sistema **sem a indicação de exclusividade**. Essa ausência de indicação na plataforma eletrônica decorre unicamente da limitação operacional do sistema, não representando o afastamento ou a inaplicabilidade do tratamento diferenciado previsto neste Edital e na legislação vigente.

b) A utilização dessa parametrização tem por finalidade evitar que, em razão da configuração de exclusividade no sistema eletrônico, empresas não enquadradas como ME, EPP ou equiparadas sejam automaticamente impedidas de participar de itens cuja abertura à ampla concorrência seja admitida nos casos previstos no art. 49 da LC nº 123/2006.

c) Após a identificação das empresas participantes e a verificação de seu enquadramento, a Administração analisará, **por item**, a existência das condições necessárias à aplicação ou ao afastamento do tratamento diferenciado, observando-se as disposições dos arts. 48 e 49 da LC nº 123/2006 e deste Edital.

d) A parametrização dos itens na plataforma BNC como "não exclusivos" não deverá ser interpretada pelas licitantes como autorização automática para participação ou contratação, prevalecendo, para todos os efeitos, as regras e condições estabelecidas neste Edital e na legislação aplicável.

4.7.4. Será aplicado no que couber a LC nº 123/2006 e suas alterações.

4.8. Da sessão:

4.8.1. Não havendo expediente na data marcada, a sessão será realizada no primeiro dia útil subsequente, à mesma hora e local, salvo por motivo de força maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisível.

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 7 de 154

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

5.2. A **Proposta de Preços Negociada (após a fase de lances),** e a **Proposta FINAL (ao final da sessão)**, bem como **Documentos Complementares** (se houver), serão solicitados pela Pregoeira via chat, para que sejam anexados no sistema, observado o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, podendo ser fixado prazo inferior conforme a necessidade da sessão.

5.3. A **Proposta de Preços Inicial** deverá ser preenchida manualmente na plataforma de licitações da Bolsa Nacional de Compras (BNC), até a data e o horário estabelecidos, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de cadastro/preenchimento.

5.4. A **Proposta de Preços Negociada (após a fase de lances) deverá** ser enviada exclusivamente por meio do sistema eletrônico (item 5.2), **no prazo determinado, com a descrição do objeto ofertado e o preço.**

5.5. Os licitantes deverão enviar os documentos de **HABILITAÇÃO** exigidos no Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico-BNC, **conforme convocação do(a) Pregoeiro(a) no sistema, dentro do prazo por este estabelecido, observado o prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas, podendo ser fixado prazo superior, conforme a necessidade do procedimento**, sem possibilidade de prorrogação. Encerrado o prazo estabelecido, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.5.1. Os documentos de Habilitação serão exigidos apenas do licitante classificado em primeiro lugar.

5.6. O envio da proposta, e documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de **Login de Acesso e Senha** na plataforma BNC.

5.7. As ***Microempresas e Empresas de Pequeno Porte*** deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123/2006.

5.8. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.9. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta de preços.

5.10. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 8 de 154

6. DO CADASTRO E DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico da BNC, dos seguintes campos:

6.1.1. Valor unitário e total do (s) item (tens) pretendido(s), em moeda corrente nacional.

6.1.2. O licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

6.1.3. **Marca e Modelo**: se for marca própria, no campo marca/modelo deverá a licitante se utilizar da palavra **própria** para evitar identificação prévia.

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, **contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência**: indicando, no que for aplicável, a marca, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso.

6.2. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

6.2.1. A licitante poderá retirar ou substituir sua proposta até o Fim do Recebimento das Propostas informado no preâmbulo deste Edital.

6.2.2. QUALQUER ELEMENTO QUE POSSA IDENTIFICAR A LICITANTE IMPORTA DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.

> **6.2.2.1** *A licitante não poderá inserir, no campo de cadastro da proposta disponibilizado pelo sistema eletrônico da BNC, qualquer elemento que possibilite a sua identificação (vide item 6.1.3). Essa vedação não se aplica ao arquivo da Proposta Comercial que deverá ser anexado pela licitante, conforme as exigências estabelecidas neste Edital.*

6.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.4. DOS PREÇOS E DA VALIDADE DA PROPOSTA

6.4.1. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4.2. O preço deverá ser expresso em moeda corrente nacional, considerando inclusos no preço os valores dos impostos, taxas, transporte, seguro, carga e descarga, encargos trabalhistas, sociais, sindicais, remunerações, e outras despesas, se houver.

6.4.3. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 9 de 154

6.4.4. O prazo de validade da proposta será de 90 (noventa dias) dias, a contar da data da Adjudicação dos itens no certame.

6.4.5. A proposta que omitir o prazo terá sua validade considerada pelo mesmo período.

6.5. DA ANÁLISE DA CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS

6.5.1. Quando necessário, para fins de análise da proposta poderá ser solicitado da licitante a apresentação de **CATÁLOGOS, FOLDERS, MANUAL ORIGINAL COMPLETO, FICHA TÉCNICA OU DOCUMENTOS EQUIVALENTES, enumerados,** emitidos pelo fabricante ou representante autorizado, contendo informações suficientes para comprovar o atendimento às especificações técnicas previstas no Termo de Referência.

6.5.1.1 A ausência de apresentação dos documentos solicitados, ou a insuficiência das informações neles contidas, poderá ensejar a desclassificação da proposta, quando não for possível verificar objetivamente a conformidade do produto ofertado com o objeto licitado.

6.5.2. A Pregoeira deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que a avaliação da conformidade das propostas, irá perdurar por mais de um dia.

6.5.3. Após a suspensão da sessão pública, a Pregoeira enviará, via chat, mensagens às licitantes informando a data e horário previstos para o início da oferta de lances.

6.6. DEVERÃO ACOMPANHAR A PROPOSTA NEGOCIADA

6.6.1. Os documentos a seguir deverão ser apresentados juntamente com a Proposta Negociada, no prazo definido pelo Pregoeiro, observado o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, podendo ser fixado prazo inferior conforme a necessidade, contados da solicitação pela Pregoeira:

a) Quanto aos itens vencidos, **REGISTRO DOS PRODUTOS no Ministério da Saúde e/ou ANVISA** ou sua isenção.

a.1) Os Certificados de Registro DEVERÃO ESTAR NUMERADOS, conforme ordem numérica do Termo de Referência, para celeridade do processo de conferência.

b) **CERTIDÃO NEGATIVA** de consulta ao **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP).**

6.7. DAS CONSEQUÊNCIAS DO DESCUMPRIMENTO

6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado de Goiás e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 10 de 154

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução da Ata ou Contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicado neste Edital.

7.1.1. Não sendo possível dar início à sessão no horário exato, caso não tenha excedido o prazo de 15 (quinze) minutos do horário designado para abertura, a sessão ainda poderá ser iniciada.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que:

a) Não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital;

b) Contiverem vícios insanáveis;

c) Não obedecerem às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência;

d) Apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem após negociação, acima do orçamento estimado para a contratação;

e) Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

f) Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.

7.2.1. A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada.

7.2.2. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.3. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.4. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo **MENOR PREÇO POR ITEM**.

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 11 de 154

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração de (10) dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos (2) dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.10. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.11. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 12 de 154

7.12. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

7.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente depois de decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.17. O critério de julgamento adotado será **MENOR PREÇO POR ITEM**, conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.19. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria, as

microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.19.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta, ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.19.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.20. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60, § 1º da Lei nº 14.133/2021, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.20.1. No País;

7.20.2. Por empresas brasileiras;

7.20.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.20.4. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.21. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico.

7.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o *Pregoeiro* deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.22.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.22.2. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado mesmo após a negociação for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 13 de 154

7.22.3. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado, que envie sua Proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada (Proposta Negociada), acompanhada, se for o caso, de documentos complementares.

7.23. Após a negociação do preço, o *Pregoeiro* iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3. **Considera-se inexequível a proposta que** apresente preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos.

8.4. Conforme Decreto Municipal n° 03/2024 é indício de inexequibilidade a apresentação de proposta com valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

8.5. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

8.6. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema.

8.7. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, limitado a 24 (vinte e quatro) horas, podendo ser fixado prazo inferior conforme a necessidade, sob pena de não aceitação da proposta.

8.7.1. É facultado ao *Pregoeiro* prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de encerrar o prazo.

8.7.2. Dentre os **documentos passíveis de solicitação** pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 14 de 154

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a sua continuidade.

8.10. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.10.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

9. DA HABILITAÇÃO

9.1. Os licitantes deverão enviar os documentos de **HABILITAÇÃO** **exclusivamente por meio do sistema eletrônico-BNC**, conforme convocação do(a) Pregoeiro(a) no sistema, dentro do prazo por este estabelecido, observado o prazo mínimo de 24 horas, podendo ser fixado prazo superior, conforme a necessidade do procedimento, sem possibilidade de prorrogação.

9.1.1. O prazo estabelecido pelo(a) Pregoeiro(a) será contado a partir da respectiva convocação realizada no sistema eletrônico e deverá ser rigorosamente observado pelo licitante, **não sendo admitida sua prorrogação**, **ficando o licitante sujeito à inabilitação** caso deixe de apresentar, no prazo a documentação de habilitação exigida.

9.1.2. A licitante poderá retirar ou substituir os documentos de habilitação até o encerramento do prazo estabelecido.

9.2. A validade dos documentos de Habilitação será considerada a partir da data da convocação para apresentação dos referidos documentos, observando-se o disposto na cláusula 9.14.5 do edital.

9.3. Documentos de habilitação complementares necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, deverão ser encaminhados via sistema, ou e-mail quando autorizado, observado o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, podendo ser fixado prazo inferior conforme a necessidade.

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais, quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 15 de 154

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes a CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.7. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação.

9.8. HABILITAÇÃO JURÍDICA [9.8 a 9.11]

9.8.1. A documentação exigida do licitante vencedor para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, **deverá ser anexada na plataforma BNC**.

9.8.2. A licitante deverá apresentar a documentação abaixo relacionada para habilitação no certame:

a. Registro Comercial, no caso de empresa individual, devidamente registrada na Junta Comercial competente, ou;

b. Ato constitutivo - Estatuto ou Contrato Social - e alterações em vigor caso haja, devidamente registradas e arquivadas na repartição competente, para as Sociedades Comerciais, e, em se tratando de Sociedades por Ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou;

c. Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício, ou;

d. Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

9.8.3. O representante legal (sócio responsável, proprietário, procurador, etc.) que representar o licitante no certame, deverá encaminhar cópia documento oficial de identificação que contenha foto.

9.8.4. Será admitido apenas um representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.

9.8.5. Não serão aceitos protocolos de pedidos ou solicitações de documentos, em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 16 de 154

9.9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

9.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica **CNPJ/MF**;

9.9.2. Inscrição no **Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal**, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.9.3. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos **Tributos Federais** e a Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Geral da Fazenda Nacional, do Ministério da Fazenda, emitida através de sistema eletrônico, ficando sua aceitação condicionada a verificação de veracidade via Internet;

9.9.4. Prova de regularidade para com a **Fazenda Estadual** do domicílio ou sede da Proponente, ou outra equivalente, na forma da lei, com prazo de validade em vigor;

9.9.5. Prova de regularidade para com a **Fazenda Municipal** do domicílio ou sede da Proponente, ou outra equivalente, na forma da lei, com prazo de validade em vigor;

9.9.6. Prova de regularidade para com a **FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE MINEIROS/GO** (art. 44, §2º, Dec. Municipal Nº 03/2024); **ou a inexistência de cadastro**, emitidas no *sítio*:

https://mineiros.gdc.net.br/sig/app.html#/servicosonline/debito-contribuinte

9.9.7. Prova de regularidade relativa ao **Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),** emitida, se a Proponente assim o preferir, através de sistema eletrônico junto à Caixa Econômica Federal, ficando nesse caso sua aceitação condicionada à verificação;

9.9.8. **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),** ficando sua aceitação condicionada à verificação de veracidade via Internet;

9.9.9. Declaração de cumprimento do disposto no inciso **XXXIII do art. 7º** da Constituição Federal.

9.10. DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

9.10.1. **CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA**, expedida pelo distribuidor **da sede da proponente**, com data **não superior a 90 (noventa) dias** da data da convocação para apresentação dos documentos de Habilitação.

9.10.2. Caso na certidão conste qualquer ação judicial distribuída, deverão ser apresentados os comprovantes de quitação dos débitos ou certidão explicativa que aponte a situação da demanda judicial.

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 17 de 154

9.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

9.11.1. As **licitantes** deverão apresentar a seguinte documentação para fins de **qualificação técnica**:

a) **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, apresentado em papel timbrado, devidamente datado(s) e assinado(s) por representante legal ou responsável competente, comprovando a execução satisfatória de fornecimento de materiais compatíveis em características e/ou semelhanças, com o objeto da presente licitação, conforme rege o art. 67 da Lei 14.133/2021.

b) Deverá a licitante apresentar **AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE)** vigente, em nome da licitante com atividade relacionada ao objeto da licitação, emitida pela ANVISA.

b.1) Nos casos em que a empresa licitante seja considerada isenta da apresentação da AFE, deverá fazer prova de sua isenção por meio de documento hábil.

9.12. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

9.12.1. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser requeridos em original a qualquer tempo em caso de informações dúbias. Os documentos deverão ser apresentados perfeitamente legíveis.

9.12.2. Em consonância com o art. 3º da Lei n. 13.726/2018, fica registrado que "na relação dos órgãos e entidades dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com o cidadão, é dispensada a exigência de: I - reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, confrontando a assinatura com aquela constante do documento de identidade do signatário, ou estando este presente e assinando o documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no próprio documento; II - autenticação de cópia de documento, cabendo ao agente administrativo, mediante a comparação entre o original e a cópia, atestar a autenticidade".

9.12.3. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital **implicará inabilitação da licitante**, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo diferente do estabelecido, salvo se caracterizada como documentação complementar.

9.12.4. Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Não será aceito, portanto, que alguns documentos se refiram à matriz e outros à filial. Caso o licitante seja a Matriz e a executora dos serviços seja a filial, os documentos referentes à habilitação deverão ser apresentados em nome de ambas, simultaneamente.

9.12.5. Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência de prazo de validade expresso no documento**, deverão ter sido emitidos há menos de 90 (noventa) dias** da data estabelecida para o cadastro da Proposta no sistema BNC, ou da data da convocação do pregoeiro para envio dos documentos de Habilitação.

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 18 de 154

9.12.6. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, para verificar as condições de habilitação das licitantes, podendo emitir/e ou atualizar certidões, no entanto, não se responsabilizará pela possível indisponibilidade desses sistemas, quando da consulta no julgamento da habilitação, sendo de inteira responsabilidade da licitante a comprovação de sua habilitação.

9.12.7. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

9.12.8. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n°. 123/2006, estará dispensado:

a. Da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal;

b. Da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 19 de 154

9.12.9. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.12.10. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.12.11. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.12.12. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.12.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.12.14. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.12.15. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

9.12.16. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

9.13. DAS AMOSTRAS

9.13.1. Com fulcro no art. 41, II da Lei n° 14.133/2021, havendo o aceite da proposta, a Administração poderá exigir **amostra ou prova de conceito do bem**, ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar para verificação do atendimento às especificações exigidas no termo de referência e para a elaboração de parecer informando a aceitação ou não do objeto;

9.13.2. A convocação para a apresentação da amostra poderá ser realizada na sessão através do chat, por e-mail, ou publicação no site da Prefeitura Municipal de Mineiro/Goiás - PMM.

9.13.3. O licitante declarado vencedor, quando convocado, apresentará amostra dos produtos no **prazo de 05 dias úteis** a contar da data da convocação, para avaliação das especificações dos produtos, se estão de acordo com as exigências descritas no Termo de Referência.

9.13.4. É improrrogável o prazo para o envio da(s) amostra(s).

9.13.5. As amostras deverão ser entregues na Secretaria de Saúde de Mineiros, **DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES do Fundo Municipal de Saúde - FMS**, localizado no Ipê Shopping, Avenida Ino Rezende, Quadra 01A, Av. Michelangelo, Lote 01A, Mineiros/GO, CEP 75.834-042, no horário de **08h00min as 11h30min ou das 14h00min às 17h30min**, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados ou pontos facultativos.

9.13.6. O exame de conformidade ou prova de conceito será realizada conforme as disposições do Termo de Referência (Anexo I) na Secretaria Municipal de Saúde no prazo limite de 05 (cinco) dias úteis, após o recebimento do objeto.

9.13.7. As amostras deverão estar devidamente identificadas, constando em etiqueta o número do Ato Convocatório, o número do item a que se refere, e o nome da empresa.

9.13.8. As amostras que não estiverem identificadas da forma exigida no subitem anterior não serão recebidas e a empresa será desclassificada para o item.

9.13.9. A apresentação de amostras divergentes das especificações contidas no elemento técnico e seus Anexos acarretará a desclassificação da empresa para aquele item.

9.13.10. Será dispensada a apresentação de amostras nos casos em que o produto ou a marca já seja previamente conhecido e comprovadamente atenda às especificações exigidas no edital.

9.13.11. O resultado da avaliação será divulgado, por meio de mensagem no sistema, no dia útil subsequente a finalização do prazo estabelecido para a apresentação da amostra.

9.13.12. Sendo reprovada a amostra apresentada, o fornecedor será automaticamente desclassificado.

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 20 de 154

9.13.13. Se a amostra apresentada pelo primeiro classificado não for aceita, será analisada a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado, e realizado o exame de conformidade ou prova de conceito com este e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

9.13.14. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9.13.15. O Contratante não ressarcirá as Licitantes em caso de danificações, sendo devolvidos às Licitantes no estado em que se encontrarem após a avaliação técnica realizada;

9.13.16. As amostras enviadas poderão ser retiradas em até 10 (dez) dias corridos após o resultado da análise técnica;

9.13.17. Caso as amostras não sejam retiradas até o prazo estabelecido, as mesmas serão descartadas, sem indenização às Licitantes.

10. DOS RECURSOS

10.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.2. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

a. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão.

b. O prazo para a manifestação da intenção de recorrer será de 15 (quinze) minutos.

c. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação.

d. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

10.3. O recorrente terá o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões, que deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

10.4. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

10.5. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 21 de 154

10.6. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

10.7. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.8. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico http://bnc.org.br .

11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

11.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

11.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

11.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar a ata, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

11.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos na BNC, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor para cada item sob disputa, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

13. DO TERMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1. Verificada a Regularidade Fiscal do licitante na forma acima, será firmado o Termo de Ata, estando a licitante irregular para contratação, será convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos do item anterior, proceder-se à contratação.

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 22 de 154

13.2. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado o Termo de Ata.

13.3. O licitante mais bem classificado terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato/Ata, conforme o caso (Nota de Empenho/Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

13.3.1. O documento a que se refere o item anterior poderá ser assinado por meio de assinatura digital por representante devidamente constituído.

13.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

13.5. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

a) A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Edital e seus anexos;

b) A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos arts 137 a 139 da Lei nº 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos arts. 124 e 126 da mesma Lei.

13.6. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses prorrogável conforme previsão no instrumento contratual e Termo de Referência.

13.7. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

13.8. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

13.9. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no Edital ou se recusar a assinar o Contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar a Ata ou instrumento equivalente.

14. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

14.1. Os critérios de recebimento e aceitação dos produtos e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência, (Anexo I) deste Edital.

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 23 de 154

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA

15.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência, (Anexo I) deste Edital.

16. DO PAGAMENTO

16.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, (Anexo I) deste Edital.

17. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. **DAS INFRAÇÕES** - Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

17.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

17.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

a) Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

b) Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; ou

c) Deixar de apresentar amostra;

d) Apresentar documentação falsa;

e) Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital.

17.1.3. *Não celebrar* o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

17.1.4. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração.

17.1.5. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou execução do contrato.

17.1.6. Fraudar a licitação.

17.1.7. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

a) Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

c) Apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

17.1.8. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação.

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 24 de 154

17.1.9. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

17.2. **DAS SANÇÕES -** Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

17.2.1. Advertência;

17.2.2. Multa;

17.2.3. Impedimento de licitar e contratar;

17.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

17.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

a. A natureza e a gravidade da infração cometida;
b. As peculiaridades do caso concreto;
c. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d. Os danos que dela provierem para a Administração Pública.

17.3.1. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo legal, a contar da comunicação oficial.

17.3.2. Para as infrações previstas no item **17.1**, a multa será de 5% do valor do contrato licitado.

17.3.3. Para as infrações previstas nos itens **17.1.5 a 17.1.9**, a multa será de 15% do valor do contrato licitado.

17.3.4. **As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar** poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de **multa**.

17.3.5. **Na aplicação da sanção de multa** será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

17.3.6. **A sanção de impedimento de licitar e contratar** será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas no item **17.1**, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

17.3.7. Poderá ser aplicada ao responsável a **sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar,** em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens **17.1.5 a 17.1.9**, bem como pelas infrações administrativas previstas no item **17.1.1 a 17.1.4** que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 25 de 154

17.3.8. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item **17.1.3**, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

17.3.9. A apuração de responsabilidade relacionada **às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar** demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

17.3.10. **Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar**, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

17.3.11. **Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar** no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

17.3.12. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

17.3.13. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

18. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

18.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

18.2. A impugnação e o pedido de esclarecimento serão realizados por forma eletrônica, em campo próprio, no endereço eletrônico http://bnc.org.br .

18.3. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

18.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 26 de 154

18.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

18.6. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

18.7. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

18.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

19.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

19.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

19.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

19.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

19.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

19.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

19.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 27 de 154

19.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

19.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

19.11. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação.

19.12. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na plataforma Bolsa Nacional de Compras (BNC) e sítio do município no endereço eletrônico https://mineiros.go.gov.br e http://bnc.org.br/ .

19.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

19.13.1. ANEXO I – Termo de Referência

19.13.2. ANEXO II – Minuta da Ata de Registro de Preços

19.13.3. ANEXO III – Declarações Unificadas

19.13.4. ANEXO IV – Modelo de Proposta de Preços

Mineiros, 06 de novembro de 2026.

WAXIENE GOUVEA NAVES
Pregoeira

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 28 de 154

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Processo nº: **2026031930**

Interessado: **Fundo Municipal de Saúde**

1. OBJETO

1.1. Aquisição de materiais e equipamentos de fisioterapia/reabilitação, médico-hospitalares e de laboratório de análise clínica para atender as unidades de saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Mineiros-GO.

2. FUNDAMENTO LEGAL

2.1. Serão observados notadamente, as normas e procedimentos administrativos da n° Lei 14.133 de 01 de abril de 2021 e demais legislações relevantes.

3. DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E DO PREÇO

3.1. O critério de seleção do fornecedor dos produtos ora almejados será feito por consulta no mercado, dando-se primazia à proposta que apresentar o Menor Preço Unitário do Item, observando-se as especificações da lista apresentada.

3.2. A Proposta de Preços será considerada completa abrangendo todos os custos necessários à entrega dos produtos em perfeitas condições de uso, bem como de manutenção e/ou de eventual substituição de unidades defeituosas.

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 29 de 154

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

4.1. Deverão ser rigorosamente atendidas as especificações dos materiais e equipamentos constantes da tabela abaixo:

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 30 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
1	EXCLUSIVO ME/EPP	ARCO FLEXÍVEL DE GINASTICA	ARCO GINASTICA RITIMICA FLEXÍVEL DE PLASTICO OU PVC FLEXÍVEL COM MEDIDAS APROXIMADS DE 80CM DE DIÂMETRO INTERNO. COM PESO MINÍMO DE 300G		UNIDADE									2					2
2	EXCLUSIVO ME/EPP	BASTÃO DE PVC COM CARGA PARA GINÁSTICA E FISIOTERAPIA	BASTÃO PARA EXERCÍCIOS DE GINÁSTICA, FISIOTERAPIA, PILATES, REABILITAÇÃO MOTORA E TREINAMENTO FUNCIONAL, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALONGAMENTO, FORTALECIMENTO MUSCULAR, CORREÇÃO POSTURAL, MOBILIDADE ARTICULAR, COORDENAÇÃO MOTORA E EXERCÍCIOS TERAPÊUTICOS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS, ACADEMIAS, CENTROS DE REABILITAÇÃO E DEMAIS AMBIENTES ASSISTENCIAIS OU ESPORTIVOS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM PVC REFORÇADO, MATERIAL EQUIVALENTE OU SUPERIOR, GARANTINDO RESISTÊNCIA MECÂNICA, LEVEZA, DURABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE O USO CONTÍNUO. DEVERÁ POSSUIR FORMATO CILÍNDRICO, ESTRUTURA LEVE E PORTÁTIL, APROPRIADA PARA MANUSEIO POR USUÁRIOS ADULTOS E PEDIÁTRICOS EM ATIVIDADES TERAPÊUTICAS E FUNCIONAIS. O BASTÃO DEVERÁ POSSUIR COMPRIMENTO APROXIMADO ENTRE 1,00 METRO E 1,20 METRO, ADMITINDO VARIAÇÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE TERAPÊUTICA E ERGONÔMICA DO PRODUTO. COM CARGA DE 1KG. O		UNIDADE		15				6								21

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 31 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126001200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			ACABAMENTO DEVERÁ SER LISO E RESISTENTE, PODENDO POSSUIR REVESTIMENTO EM ESPUMA, MATERIAL EMBORRACHADO OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE PARA MAIOR CONFORTO E SEGURANÇA DO USUÁRIO. AS EXTREMIDADES DEVERÃO POSSUIR PROTEÇÃO POR PONTEIRAS DE BORRACHA, MATERIAL ANTIDERRAPANTE OU EQUIVALENTE, VISANDO PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS, AUMENTO DA ESTABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE OS EXERCÍCIOS. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR SUPERFÍCIE DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, RESISTENTE AO DESGASTE E COMPATÍVEL COM LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM AMBIENTES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, REABILITAÇÃO OU PRÁTICA ESPORTIVA. SERÃO ACEITOS PRODUTOS COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES ÀS ESPECIFICADAS, DESDE QUE MANTIDA A FINALIDADE FUNCIONAL, TERAPÊUTICA E DE SEGURANÇA DO EQUIPAMENTO																
3	EXCLUSIVO ME/EPP	BASTÃO DE PVC SEM CARGA PARA GINÁSTICA E FISIOTERAPIA	BASTÃO PARA EXERCÍCIOS DE GINÁSTICA, FISIOTERAPIA, PILATES, REABILITAÇÃO MOTORA E TREINAMENTO FUNCIONAL, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALONGAMENTO, FORTALECIMENTO MUSCULAR, CORREÇÃO POSTURAL, MOBILIDADE ARTICULAR, COORDENAÇÃO MOTORA E EXERCÍCIOS TERAPÊUTICOS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS, ACADEMIAS, CENTROS DE REABILITAÇÃO E DEMAIS AMBIENTES ASSISTENCIAIS OU ESPORTIVOS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM PVC REFORÇADO, MATERIAL EQUIVALENTE OU SUPERIOR, GARANTINDO RESISTÊNCIA MECÂNICA, LEVEZA, DURABILIDADE E		UNIDADE					6									**6**

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 32 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			SEGURANÇA DURANTE O USO CONTÍNUO. DEVERÁ POSSUIR FORMATO CILÍNDRICO, ESTRUTURA LEVE E PORTÁTIL, APROPRIADA PARA MANUSEIO POR USUÁRIOS ADULTOS E PEDIÁTRICOS EM ATIVIDADES TERAPÊUTICAS E FUNCIONAIS. O BASTÃO DEVERÁ POSSUIR COMPRIMENTO APROXIMADO ENTRE 1,00 METRO E 1,20 METRO, ADMITINDO VARIAÇÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE TERAPÊUTICA E ERGONÔMICA DO PRODUTO. O ACABAMENTO DEVERÁ SER LISO E RESISTENTE, PODENDO POSSUIR REVESTIMENTO EM ESPUMA, MATERIAL EMBORRACHADO OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE PARA MAIOR CONFORTO E SEGURANÇA DO USUÁRIO. AS EXTREMIDADES DEVERÃO POSSUIR PROTEÇÃO POR PONTEIRAS DE BORRACHA, MATERIAL ANTIDERRAPANTE OU EQUIVALENTE, VISANDO PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS, AUMENTO DA ESTABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE OS EXERCÍCIOS. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR SUPERFÍCIE DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, RESISTENTE AO DESGASTE E COMPATÍVEL COM LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM AMBIENTES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, REABILITAÇÃO OU PRÁTICA ESPORTIVA. SERÃO ACEITOS PRODUTOS COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES ÀS ESPECIFICADAS, DESDE QUE MANTIDA A FINALIDADE FUNCIONAL, TERAPÊUTICA E DE SEGURANÇA DO EQUIPAMENTO																
4	EXCLUSIVO ME/EPP	BOLA EM VINIL DENTE DE LEITE 22CM	BOLA INFANTIL EM VINIL, TIPO “DENTE DE LEITE”, DESTINADA A ATIVIDADES RECREATIVAS, ESPORTIVAS, PEDAGÓGICAS, PSICOMOTORAS E DE ESTIMULAÇÃO INFANTIL, APROPRIADA PARA UTILIZAÇÃO EM ESCOLAS,		UNIDADE		20				4	10		8					**42**

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 33 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			CRECHES, BRINQUEDOTECAS, ATIVIDADES COLETIVAS, RECREAÇÃO E PRÁTICAS LÚDICAS. O PRODUTO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM VINIL FLEXÍVEL, MACIO, RESISTENTE E ATÓXICO, APROPRIADO PARA USO INFANTIL, PROPORCIONANDO SEGURANÇA, LEVEZA E FACILIDADE DE MANUSEIO PELAS CRIANÇAS. A BOLA DEVERÁ POSSUIR DIÂMETRO APROXIMADO DE 22 CM, ADMITINDO VARIAÇÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE RECREATIVA E PEDAGÓGICA DO PRODUTO. DEVERÁ APRESENTAR SUPERFÍCIE LISA OU TEXTURIZADA, RESISTENTE AO USO CONTÍNUO, COM CORES VARIADAS E ACABAMENTO SEM REBARBAS, PARTES CORTANTES OU COMPONENTES QUE OFEREÇAM RISCO AOS USUÁRIOS. O PRODUTO DEVERÁ SER APROPRIADO PARA ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO MOTORA, PERCEPÇÃO VISUAL, RECREAÇÃO, INTEGRAÇÃO SOCIAL E INICIAÇÃO ESPORTIVA INFANTIL. A BOLA DEVERÁ SER INFLÁVEL, LEVE E COMPATÍVEL COM ENCHIMENTO MANUAL OU MECÂNICO CONVENCIONAL. OS MATERIAIS UTILIZADOS DEVERÃO PERMITIR FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM USO RECREATIVO INFANTIL. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS DE SEGURANÇA APLICÁVEIS PARA BRINQUEDOS E PRODUTOS INFANTIS, INCLUINDO CERTIFICAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA, QUANDO APLICÁVEL.															
5	EXCLUSIVO ME/EPP	BOLA FEIJÃO PARA PILATES	BOLA FEIJÃO PARA PILATES COM SISTEMA ANTIESTOURO. MEDIDAS APROXIMADAS: 45 CM X 90 CM		UNIDADE						2								**2**

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 34 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
6	EXCLUSIVO ME/EPP	BOLA SUÍÇA (DIÂMETRO 55 CM)	BOLA PARA EXERCÍCIOS FÍSICOS, TIPO BOLA SUÍÇA, DESTINADA À PRÁTICA DE PILATES, FISIOTERAPIA, CONDICIONAMENTO FÍSICO, REABILITAÇÃO MOTORA, FORTALECIMENTO MUSCULAR, ALONGAMENTO, TREINO FUNCIONAL, EQUILÍBRIO E ATIVIDADES TERAPÊUTICAS EM CLÍNICAS, ACADEMIAS, HOSPITAIS, CENTROS DE REABILITAÇÃO E AMBIENTES ESPORTIVOS. O PRODUTO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM PVC RESISTENTE, FLEXÍVEL E DE ALTA DURABILIDADE, APROPRIADO PARA USO CONTÍNUO EM ATIVIDADES FÍSICAS E TERAPÊUTICAS. A BOLA DEVERÁ POSSUIR SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, PROPORCIONANDO MAIOR ESTABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE OS EXERCÍCIOS. DEVERÁ POSSUIR DIÂMETRO APROXIMADO DE 55 CM, ADMITINDO VARIAÇÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE ERGONÔMICA E FUNCIONAL DO PRODUTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SUPORTAR CARGA MÍNIMA DE 150 KG, GARANTINDO RESISTÊNCIA MECÂNICA ADEQUADA PARA UTILIZAÇÃO EM EXERCÍCIOS DE REABILITAÇÃO, PILATES E CONDICIONAMENTO FÍSICO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR RESISTÊNCIA À DEFORMAÇÃO, BOA ESTABILIDADE E ACABAMENTO SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES QUE COMPROMETAM A SEGURANÇA DO USUÁRIO. DEVERÁ ACOMPANHAR BOMBA MANUAL, INFLADOR OU SISTEMA EQUIVALENTE PARA ENCHIMENTO DA BOLA. O MATERIAL DEVERÁ PERMITIR FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM UTILIZAÇÃO EM AMBIENTE CLÍNICO, TERAPÊUTICO OU ESPORTIVO.		UNIDADE		7				1	5							1	**14**

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 35 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
7	EXCLUSIVO ME/EPP	BOLA SUÍCA (DIÂMETRO 65 CM)	BOLA PARA EXERCÍCIOS FÍSICOS, TIPO BOLA SUÍÇA, DESTINADA À PRÁTICA DE PILATES, FISIOTERAPIA, CONDICIONAMENTO FÍSICO, REABILITAÇÃO MOTORA, FORTALECIMENTO MUSCULAR, ALONGAMENTO, TREINO FUNCIONAL, EQUILÍBRIO E ATIVIDADES TERAPÊUTICAS EM CLÍNICAS, ACADEMIAS, HOSPITAIS, CENTROS DE REABILITAÇÃO E AMBIENTES ESPORTIVOS. O PRODUTO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM PVC RESISTENTE, FLEXÍVEL E DE ALTA DURABILIDADE, APROPRIADO PARA USO CONTÍNUO EM ATIVIDADES FÍSICAS E TERAPÊUTICAS. A BOLA DEVERÁ POSSUIR SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, PROPORCIONANDO MAIOR ESTABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE OS EXERCÍCIOS. DEVERÁ POSSUIR DIÂMETRO APROXIMADO DE 65 CM, ADMITINDO VARIAÇÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE ERGONÔMICA E FUNCIONAL DO PRODUTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SUPORTAR CARGA MÍNIMA DE 200 KG, GARANTINDO RESISTÊNCIA MECÂNICA ADEQUADA PARA UTILIZAÇÃO EM EXERCÍCIOS DE REABILITAÇÃO, PILATES E CONDICIONAMENTO FÍSICO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR RESISTÊNCIA À DEFORMAÇÃO, BOA ESTABILIDADE E ACABAMENTO SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES QUE COMPROMETAM A SEGURANÇA DO USUÁRIO. DEVERÁ ACOMPANHAR BOMBA MANUAL, INFLADOR OU SISTEMA EQUIVALENTE PARA ENCHIMENTO DA BOLA. O MATERIAL DEVERÁ PERMITIR FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM UTILIZAÇÃO EM AMBIENTE CLÍNICO, TERAPÊUTICO OU ESPORTIVO.		UNIDADE		7				1								1	**9**

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 36 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
8	EXCLUSIVO ME/EPP	BOLA SUÍCA (DIÂMETRO 75 CM)	BOLA PARA EXERCÍCIOS FÍSICOS, TIPO BOLA SUÍÇA, DESTINADA À PRÁTICA DE PILATES, FISIOTERAPIA, CONDICIONAMENTO FÍSICO, REABILITAÇÃO MOTORA, FORTALECIMENTO MUSCULAR, ALONGAMENTO, TREINO FUNCIONAL, EQUILÍBRIO E ATIVIDADES TERAPÊUTICAS EM CLÍNICAS, ACADEMIAS, HOSPITAIS, CENTROS DE REABILITAÇÃO E AMBIENTES ESPORTIVOS. O PRODUTO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM PVC RESISTENTE, FLEXÍVEL E DE ALTA DURABILIDADE, APROPRIADO PARA USO CONTÍNUO EM ATIVIDADES FÍSICAS E TERAPÊUTICAS. A BOLA DEVERÁ POSSUIR SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, PROPORCIONANDO MAIOR ESTABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE OS EXERCÍCIOS. DEVERÁ POSSUIR DIÂMETRO APROXIMADO DE 75 CM, ADMITINDO VARIAÇÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE ERGONÔMICA E FUNCIONAL DO PRODUTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SUPORTAR CARGA MÍNIMA DE 200 KG, GARANTINDO RESISTÊNCIA MECÂNICA ADEQUADA PARA UTILIZAÇÃO EM EXERCÍCIOS DE REABILITAÇÃO, PILATES E CONDICIONAMENTO FÍSICO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR RESISTÊNCIA À DEFORMAÇÃO, BOA ESTABILIDADE E ACABAMENTO SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES QUE COMPROMETAM A SEGURANÇA DO USUÁRIO. DEVERÁ ACOMPANHAR BOMBA MANUAL, INFLADOR OU SISTEMA EQUIVALENTE PARA ENCHIMENTO DA BOLA. O MATERIAL DEVERÁ PERMITIR FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM UTILIZAÇÃO EM AMBIENTE CLÍNICO, TERAPÊUTICO OU ESPORTIVO.		UNIDADE		7				1	5							1	**14**

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 37 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
9	EXCLUSIVO ME/EPP	BOLINHA SENSORIAL OU ANTE ESTRESSE - KIT COM NO MÍNIMO 2 BOLINHAS	BOLINHAS SENSORIAIS OU BOLINHA ANTE ESTRESSE. APARÊNCIA: SÃO BOLINHAS MACIAS OU RÍGIDAS COBERTAS COM PEQUENOS "ESPINHOS" OU "CRAVOS" DE BORRACHA/SILICONE. FUNÇÃO: USADAS PARA PROPRIOCEPÇÃO, MASSAGEM RELAXANTE, ESTIMULAÇÃO DA SENSIBILIDADE, ALÍVIO DE ESTRESSE E FORTALECIMENTO MUSCULAR DAS MÃOS. INDICAÇÃO: COMUM NA FISIOTERAPIA PARA PREVENÇÃO DE LER (LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO) E DORT (DISTÚRBIOS OSTEOMUSCULARES RELACIONADOS AO TRABALHO), ALÉM DE SER USADA COMO BRINQUEDO SENSORIAL. TAMANHO: GERALMENTE PEQUENA, IDEAL PARA CABER NA PALMA DA MÃO. KIT COM NO MÍNIMO 2 BOLINHAS		KIT		10				30								**40**
10	EXCLUSIVO ME/EPP	CICLOERGOMETRO	DOBRAVEL, AJUSTE DE INTENSIDADE, COMPUTADOR MULTIFUNÇÕES, SUPORTA APROXIMADAMENTE 100KG, MATERIAL: AÇO E PLASTICO ABS, MEDICAS: 49X41,5X34,5CM (AXCXL).		UNIDADE		2		1					2					**5**
11	EXCLUSIVO ME/EPP	CIRCUITO FUNCIONAL (ESCADA, CONES, PRATOS E ARGOLAS)	CIRCUITO FUNCIONAL COM 10 CONES DEMARCATÓRIOS FURADOS 5 NIVEIS COLORIDOS - 5 BARREIRAS DESMONTÁVEIS (15 PEÇAS DE 30 CM) - 5 MINI BANDEIRAS - 10 PRATOS DEMARCATÓRIOS COLORIDOS - 1 ESCADA DE AGILIDADE / CIRCUITO 5 METROS		KIT		3		1		2	2		2					**10**
12	EXCLUSIVO ME/EPP	COLCHONETE	COLCHONETE DE ACADEMIA É UM ACESSÓRIO PORTÁTIL, COMPOSTO POR ESPUMA DE ALTA DENSIDADE D23 E REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL (COURVIN OU NAPA), PROJETADO PARA AMORTECER O CORPO DURANTE EXERCÍCIOS DE SOLO, COMO ABDOMINAIS, ALONGAMENTOS E PRANCHAS. PROPORCIONA CONFORTO E PROTEÇÃO ÀS ARTICULAÇÕES, SENDO FÁCIL DE LIMPAR.		UNIDADE		40				10								**50**

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 38 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126001200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			MATERIAL E DENSIDADE: FABRICADO COM ESPUMA DE POLIURETANO, EM COURVIN OU NAPA PVC, MATERIAIS IMPERMEÁVEIS, ANTI FUNGOS E FÁCEIS DE HIGIENIZAR COM ÁGUA E SABÃO. DIMENSÕES APROX: 90X45X3CM.																
13	EXCLUSIVO ME/EPP	DISCO DE PROPRIOCEPÇÃO INFLÁVEL (EQUILÍBRIO)	DISCO DE PROPRIOCEPÇÃO INFLÁVEL (EQUILÍBRIO) EM MATERIAL LÁTEX, 35CM DE DIÂMETRO		UNIDADE						1	3							4
14	EXCLUSIVO ME/EPP	FAIXAS ELÁSTICAS MINI-BAND - KIT COM 3 FAIXAS	KIT COM 3 FAIXAS ELÁSTICAS MINI-BAND, COMPRIMENTO: 25CM/ INTENSIDADES: LEVE, MÉDIO E FORTE	ACTE	KIT				1			5							6
15	EXCLUSIVO ME/EPP	FAIXAS ELÁSTICAS THERA-BAND - KIT COM 5 FAIXAS	KIT COM 5 FAIXAS ELÁSTICAS THERA-BAND COM 5 INTENSIDADES: LEVE, MÉDIO, FORTE, EXTRAFORTE E SUPERFORTE (C:1,50M/ LÁTEX		KIT		40		1	1		2		4					48
16	EXCLUSIVO ME/EPP	FITA KINESIO TAPE BANDAGEM	BANDAGEM ELÁSTICA (KINESIO TAPING) PARA REFORÇO MUSCULAR, MATERIAL 96% ALGODÃO, 4% ELASTANO, ADESIVO ATIVADO PELO CALOR, NÃO SAI DA PELE, RESISTENTE A ÁGUA. MATERIAL RESPIRÁVEL, DURABILIDADE MÍNIMA DE 3 DIAS, ESPESSURA LEVE. MEDIDAS: 5CMX5M		UNIDADE						5								5
17	EXCLUSIVO ME/EPP	JOGO DE BASTÕES COLORIDOS MADEIRA COM SUPORTE - MÍNIMO 5 BASTÕES	JOGO DE BASTÕES COLORIDOS EM MADEIRA COM SUPORTE, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE FISIOTERAPIA, TREINAMENTO FUNCIONAL, ATIVIDADES POSTURAIS, COORDENAÇÃO MOTORA, EQUILÍBRIO, REABILITAÇÃO FÍSICA, ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E PRÁTICAS CORPORAIS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS, CENTROS DE REABILITAÇÃO, ACADEMIAS E AMBIENTES TERAPÊUTICOS. O CONJUNTO DEVERÁ SER COMPOSTO POR, NO MÍNIMO, 05 BASTÕES COLORIDOS E SUPORTE PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO, PERMITINDO ACONDICIONAMENTO SEGURO E PRÁTICO DO MATERIAL. OS BASTÕES		KIT							2							2

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 39 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			DEVERÃO SER CONFECCIONADOS EM MADEIRA RESISTENTE, DE ORIGEM LEGAL OU REFLORESTADA, COM ACABAMENTO LISO, SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES QUE OFEREÇAM RISCO AO USUÁRIO, GARANTINDO SEGURANÇA, DURABILIDADE E CONFORTO DURANTE O MANUSEIO. OS BASTÕES DEVERÃO POSSUIR CORES VARIADAS PARA FINS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL E APLICAÇÃO EM EXERCÍCIOS TERAPÊUTICOS, MOTORES E PEDAGÓGICOS. O SUPORTE DEVERÁ PERMITIR FIXAÇÃO, ARMAZENAMENTO OU ACOMODAÇÃO ADEQUADA DOS BASTÕES, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE E COMPATÍVEL COM O CONJUNTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR DIMENSÕES APROXIMADAS COMPATÍVEIS COM USO TERAPÊUTICO E FUNCIONAL, ADMITINDO VARIAÇÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO, INCLUINDO MEDIDAS APROXIMADAS DE: COMPRIMENTO: 149,5 CM; LARGURA: 14 CM; ALTURA: 9 CM. SERÃO ACEITOS PRODUTOS COM MEDIDAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES, DESDE QUE MANTIDA A FUNCIONALIDADE E FINALIDADE TERAPÊUTICA DO CONJUNTO. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO RESISTENTE AO DESGASTE, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E APROPRIADO PARA USO CONTÍNUO EM AMBIENTE CLÍNICO, TERAPÊUTICO OU EDUCACIONAL. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO COM TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA MONTAGEM, INSTALAÇÃO E PLENO FUNCIONAMENTO.																
18	EXCLUSIVO ME/EPP	KETTLEBELL 4KG	MATERIAL FERRO MACIÇO, REVESTIMENTO EM BORRACHA PVC - CLORETO DE POLIVINILA, FORMA DE CHALEIRA, PESO 4 KG, APLICAÇÃO EM GINÁSTICA E TREINAMENTO DESPORTIVO		UNIDADE							4							**4**

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 40 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126001200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
19	EXCLUSIVO ME/EPP	KIT 2 HALTER DE FERRO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO APROX 1KG CADA - 2 UND X 1KG	PAR DE HALTERES EMBORRACHADOS 1KG MUSCULAÇÃO E PILATES. MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO PVC/BORRACHA. PESO: 1,0 KG CADA (PAR: 2,0 KG). COR: PRETO (OU CORES VARIADAS). LAVÁVEL		KIT		4												4
20	EXCLUSIVO ME/EPP	KIT 2 HALTER DE FERRO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO APROX 2KG CADA - 2 UND X 2KG	PAR DE HALTERES EMBORRACHADOS 2KG MUSCULAÇÃO E PILATES. MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO PVC/BORRACHA. PESO: 2,0 KG CADA (PAR: 4,0 KG). COR: PRETO (OU CORES VARIADAS). LAVÁVEL		KIT		5					5		2					12
21	EXCLUSIVO ME/EPP	KIT 2 HALTER DE FERRO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO APROX 3KG CADA - 2 UND X 3KG	PAR DE HALTERES EMBORRACHADOS 3KG MUSCULAÇÃO E PILATES. MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO PVC/BORRACHA. PESO: 3,0 KG CADA (PAR: 6,0 KG). COR: PRETO (OU CORES VARIADAS). LAVÁVEL		KIT		4							2					6
22	EXCLUSIVO ME/EPP	KIT EXERCITADOR DE DEDOS / EXTENSOR DE DEDOS E PUNHO	KIT COM 5 PEÇAS DE EXERCITADOR DE DEDOS E PUNHO (CONTÉM: 1 HAND GRIP, 1 EQUIPAMENTO COM MOLA PARA DEDOS E MÃO, 1 EXERCITADOR DE SILICONE, 1 ANEL PARA REABILITAÇÃO, 1 BOLA TERAPIA, 1 BOLSA PRA GUARDAR)		KIT				1										1
23	EXCLUSIVO ME/EPP	MAGIC CIRCLE (ANEL PILATES)	ANEL DE PILATES FLEXIVEL PEGADA MACIA CINZA, MATERIAL EM ABS COM PEGADAS MACIAS EM EVA. DIMENSÕES: 36X38,5X6 CM	ARKTUS, ACTE	UNIDADE				1										1
24	EXCLUSIVO ME/EPP	MEIA BOLA BOSU COM ELASTICOS, ALÇAS E BOMBA	MATERIAL: LATEX NATURAL MEIA BOLA, BOSU, MATERIAL EM LÁTEX ESPECIAL 3,0MM, SISTEMA ANTI-ESTOURO, DIAMETRO APROX.: 55CM, ALTURA: 28CM. PESO MÁXIMO SUPORTADO: 260KG, INCLUSO 2 ALÇAS EXTENSORAS EMBORRACHADAS, 02 TUBBINGS ELÁSTICOS E 01 BOMBA		UNIDADE							2							2

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 41 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
25	EXCLUSIVO ME/EPP	MINI BOLA - OVERBALL	MINI BOLA EM PVC PARA PILATES, TAMANHO 25CM COM BICO PARA INFLAR.		UNIDADE							10							**10**
26	EXCLUSIVO ME/EPP	STEP DE EVA - APROXIMADAMENTE 90CM X 30CM X 15CM	PLATAFORMA ROBUSTA, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE E ALTURA DE 15CM, UTILIZADA PARA EXERCÍCIOS AERÓBICOS E DE TONIFICAÇÃO, SUPORTANDO ATÉ 200KG. MATERIAL: CONFECCIONADO EM EVA, GARANTINDO DURABILIDADE E SEGURANÇA. SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE PARA GARANTIR ADERÊNCIA E EVITAR ACIDENTES DURANTE O EXERCÍCIO. DIMENSÕES APROXIMADOS 90CM X 30CM X 15CM.		UNIDADE		49				10	10		2					**71**
27	EXCLUSIVO ME/EPP	ALMOFADA DE POSICIONAMENTO SEMI-ROLO OU MEIA LUA	ALMOFADA DE POSICIONAMENTO SEMI-ROLO OU MEIA LUA -ALMOFADA DE POSICIONAMENTO COM FORMATO DE SEMI-ROLO OU MEIA LUA, DE USO HOSPITALAR, CONFECCIONADA EM ESPUMA VISCOELÁSTICA OU ESPUMA DE ALTA QUALIDADE, CONFORTÁVEL, QUE ATUA NA DISTRIBUIÇÃO DO PESO CORPORAL, EVITANDO PONTOS DE PRESSÃO LOCALIZADOS. COM CAPA IMPERMEÁVEL, RESISTENTE, LAVÁVEL E COM ABERTURA POR MEIO DE ZÍPER, CONFECCIONADA EM NYLON EMBORRACHADO OU OUTRO MATERIAL COM ESSAS CARACTERÍSTICAS, QUE SEJA DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO/DESINFECÇÃO COM ÁLCOOL A 70% OU OUTROS DESINFETANTES/SANEANTES DE USO HOSPITALAR. AUXILIA NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DAS LESÕES POR PRESSÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 40-50CMDE COMPRIMENTO, 15-20CM DE LARGURA E 10-15CM DE ALTURA	VISCOMED	UNIDADE			25										**25**
28	EXCLUSIVO ME/EPP	ALMOFADA SACRAL ANATÔMICA	ALMOFADA SACRAL ANATÔMICA - INDICADO PARA ABSORVER CONFORTAVELMENTE A PRESSÃO EXERCIDA SOBRE A REGIÃO SACRAL. RADIOTRANSPARENTE, COM	VISCOMED	UNIDADE			30											**30**

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 42 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			FORMATO ANATÔMICO, COMPOSTO DE GEL POLÍMERO CONSISTENTE OU SILICONE, RECOBERTO POR FILME SOLDADO DE POLIURETANO TERMOPLÁSTICO CRISTAL DE 250 MICRONS OU MATERIAL SIMILAR, DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E APROVADO POR TESTES DE BIOCOMPATIBILIDADE. POSSUI CARACTERÍSTICAS VISCOELÁSTICAS E É CAPAZ DE DISPERSAR A TEMPERATURA GERADA PELO CORPO. DE CONSISTÊNCIA FIRME E NÃO APRESENTA VAZAMENTOS SE FOR PERFURADO. PASSÍVEL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO POR PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DISPONÍVEIS NO MERCADO. BOA DURABILIDADE E GARANTIA CONTRA POSSÍVEIS DEFEITOS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 45CM(COMPRIMENTO) X 45CM(LARGURA) X 2CM(ALTURA).																
29	EXCLUSIVO ME/EPP	ALMOFADA UNIVERSAL	ALMOFADA UNIVERSAL - INDICADO PARA CONFORTO E POSICIONAMENTO EM APLICAÇÕES VARIADAS, INCLUSIVE POSICIONAMENTO DA REGIÃO PEITORAL EM DECÚBITO DORSAL. RADIOTRANSPARENTE, COM FORMATO ANATÔMICO, COMPOSTO DE GEL POLÍMERO CONSISTENTE OU SILICONE, RECOBERTO POR FILME SOLDADO DE POLIURETANO TERMOPLÁSTICO CRISTAL DE 250 MICRONS OU MATERIAL SIMILAR DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E APROVADO POR TESTES DE BIOCOMPATIBILIDADE. POSSUI CARACTERÍSTICAS VISCOELÁSTICAS E É CAPAZ DE DISPERSAR A TEMPERATURA GERADA PELO CORPO. DE CONSISTÊNCIA FIRME E NÃO APRESENTA VAZAMENTOS SE FOR PERFURADO. PASSÍVEL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO POR PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DISPONÍVEIS NO MERCADO. BOA DURABILIDADE E GARANTIA CONTRA	VISCOMED	UNIDADE			30											**30**

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 43 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			POSSÍVEIS DEFEITOS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 40CM(COMPRIMENTO) X 15CM(LARGURA) X 6CM(ALTURA)																
30	EXCLUSIVO ME/EPP	APOIO ANATÔMICO PARA O BRAÇO	APOIO ANATÔMICO PARA O BRAÇO - INDICADO PARA POSICIONAMENTO CONFORTÁVEL DOS BRAÇOS, TANTO ESTENDIDOS QUANTO ALINHADOS AO CORPO. RADIOTRANSPARENTE, COM FORMATO ANATÔMICO, COMPOSTO DE GEL POLÍMERO CONSISTENTE OU SILICONE, RECOBERTO POR FILME SOLDADO DE POLIURETANO TERMOPLÁSTICO CRISTAL DE 250 MICRONS OU MATERIAL SIMILAR, DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E APROVADO POR TESTES DE BIOCOMPATIBILIDADE. POSSUI CARACTERÍSTICAS VISCOELÁSTICAS E É CAPAZ DE DISPERSAR A TEMPERATURA GERADA PELO CORPO. DE CONSISTÊNCIA FIRME E NÃO APRESENTA VAZAMENTOS SE FOR PERFURADO. PASSÍVEL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO POR PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DISPONÍVEIS NO MERCADO. BOA DURABILIDADE E GARANTIA CONTRA POSSÍVEIS DEFEITOS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 60CM(COMPRIMENTO) X 15CM(LARGURA) X 5CM(ALTURA)	VISCOMED	UNIDADE			30											**30**
31	EXCLUSIVO ME/EPP	COLCHÃO IMPERMEÁVEL PARA CAMA REPOUSO 0,78 X 1,88 X 0,12M	USO HOSPITALAR, MATERIAL ESPUMA DE POLIURETANO, COLCHÃO D33, PARA REPOUSO DA EQUIPE HOSPITALAR PROTEGIDO POR COURVIM AUTOMOTIVO DE 1MM NA COR AZUL COSTURADO. GARANTIA CONTRA ABERTURA DAS COSTURAS: 12 MESES.		UNIDADE			15	8										**23**
32	EXCLUSIVO ME/EPP	COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR 0,88X1,88X0,12	USO HOSPITALAR, MATERIAL ESPUMA DE POLIURETANO, COLCHÃO D33, PARA REPOUSO DA EQUIPE HOSPITALAR PROTEGIDO POR COURVIM AUTOMOTIVO DE 1MM NA COR AZUL		UNIDADE			50	3										**53**

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 44 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			COSTURADO. GARANTIA CONTRA ABERTURA DAS COSTURAS: 12 MESES.																
33	EXCLUSIVO ME/EPP	COLCHÃO PNEUMÁTICO	COLCHÃO DE AR COM ALIVIO DE SISTEMA DE PRESSÃO ALTERNADA. O SISTEMA AIR PLUS MASSAGEIA E ESTIMULA OS TECIDOS INATIVOS PROMOVENDO CIRCULAÇÃO VITAL. GARANTIA: 12 MESES		UNIDADE			25											**25**
34	EXCLUSIVO ME/EPP	COLCHONETE PARA CARRO MACA DE TRANSPORTE	COLCHÃO HOSPITALAR IMPERMEÁVEL REVESTIDO EM CAPA EM COURVIM AUTOMOTIVO DE 1MM NA COR AZUL COSTURADO. POSSUI ZÍPER COM PLACA DE ESPUMA DE POLIURETANO D28, ANTI-ALÉRGICO, ANTI-ÁCARO E ANTI-FUNGO. MEDIDAS: 2,00 X 0,80 X 0,05 M, GARANTIA CONTRA ABERTURA DAS COSTURAS: 12 MESES.		UNIDADE			3	3										**6**
35	EXCLUSIVO ME/EPP	COXIM HOSPITALAR ROLINHO DE POSICIONAMENTO - 40X15 DE DIÂMETRO	COXIM HOSPITALAR ROLINHO DE POSICIONAMENTO, CONFECCIONADO EM ESPUMA, DENSIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 28, REVESTIDO EM COURVIN COM ZIPER, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM DE COMPRIMENTO E 15 CM DE DIÂMETRO		UNIDADE			40											**40**
36	EXCLUSIVO ME/EPP	COXIM HOSPITALAR ROLINHO DE POSICIONAMENTO - 80CM X 25 DE DIÂMETRO	COXIM HOSPITALAR ROLINHO DE POSICIONAMENTO, CONFECCIONADO EM ESPUMA, DENSIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 28, REVESTIDO EM COURVIN COM ZÍPER, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80 CM DE COMPRIMENTO E 25 DE DIÂMETRO		UNIDADE			40											**40**
37	EXCLUSIVO ME/EPP	CUNHA DE POSICIONAMENTO INFANTIL	MEDIDAS APROXIMADAS: 51CM DE COMPRIMENTO X 50CM DE LARGURA E 21CM DE ALTURA. MATERIAL: REVESTIMENTO EXTERNO COM MATERIAL SINTÉTICO IMPERMEÁVEL E ESPUMA DE ALTA DENSIDADE (D26 E QUALIDADE OU D28)		UNIDADE						1								**1**

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 45 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126001200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
38	EXCLUSIVO ME/EPP	CUNHA DE POSICIONAMENTO JUVENIL/ADULTO	MEDIDAS APROXIMADAS: 50CM DE COMPRIMENTO X 50CM DE LARGURA E ENTRE 29 E 30CM DE ALTURA. MATERIAL: REVESTIMENTO EXTERNO COM MATERIAL SINTÉTICO IMPERMEÁVEL E ESPUMA DE ALTA DENSIDADE (D33).		UNIDADE						1									1
39	EXCLUSIVO ME/EPP	KIT ESPÉCULO AURICULAR REUTILIZÁVEL COMPATÍVEL COM TODAS AS CABEÇAS MIKATOS	KIT ESPÉCULO AURICULAR REUTILIZÁVEL COMPATÍVEL COM TODAS AS CABEÇAS MIKATOS. TAMANHOS: 2.5MM, 4MM, 4.2MM.		KIT				10										10
40	EXCLUSIVO ME/EPP	LANTERNA CLINICA	LANTERNA COM ILUMINAÇÃO DE 2,2V, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, ACIONAMENTO POR BOTÃO LIGA/DESLIGA, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS AAA		UNIDADE		12	5											17
41	EXCLUSIVO ME/EPP	LIBERADOR DE CALCÂNEO ANATÔMICO	LIBERADOR ANATÔMICO DE CALCÂNEO – INDICADO PARA POSICIONAMENTO DOS CALCANHARES EM DECÚBITO DORSAL. PERMITE QUE O APOIO SEJA FEITO EM TODA A EXTENSÃO DO TENDÃO DE AQUILES, DEIXANDO O CALCANHAR LIVRE. RADIOTRANSPARENTE, COM FORMATO ANATÔMICO. COMPOSTA DE GEL POLÍMERO CONSISTENTE OU SILICONE RECOBERTO POR FILME SOLDADO DE POLIURETANO TERMOPLÁSTICO CRISTAL DE 250 MICRONS OU MATERIAL SIMILAR, DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E APROVADO POR TESTES DE BIOCOMPATIBILIDADE. POSSUI CARACTERÍSTICAS VISCOELÁSTICAS E É CAPAZ DE DISPERSAR A TEMPERATURA GERADA PELO CORPO. DE CONSISTÊNCIA FIRME E NÃO APRESENTA VAZAMENTO SE FOR PERFURADO. PASSÍVEL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO POR PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DISPONÍVEIS NO MERCADO. BOA DURABILIDADE E GARANTIA CONTRA	VISCOMED	UNIDADE			30											30

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 46 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			DEFEITOS. DIMENSÕES APROXIMADAS:COMPRIMENTO (CM): 20; LARGURA (CM): 21; ALTURA (CM): 6																
42	EXCLUSIVO ME/EPP	POSICIONADOR FLUIDIZADO	POSICIONADOR FLUIDIZADO - INDICADO PARA POSICIONAR PACIENTES NAS MAIS VARIADAS POSIÇÕES, DE FORMA SEGURA E CONFORTÁVEL, PROMOVENDO REDISTRIBUIÇÃO DA PRESSÃO E REDUZINDO FORÇAS DE FRICÇÃO E CISALHAMENTO. FABRICADO EM POLIURETANO E PREENCHIDO COM SILICONE E MICROESFERAS POLIMÉRICAS. PODE SER MOLDADO E REMODELADO FACILMENTE, CONFORME A NECESSIDADE DE CADA PACIENTE. PODE SER UTILIZADO PARA POSICIONAR RECÉM-NASCIDOS DE FORMA SEGURA E CONFORTÁVEL, AJUDANDO NA PREVENÇÃO DE DEFORMAÇÃO DA CABEÇA. NÃO TEM MEMÓRIA E NÃO ESTÁ SUJEITO AO EFEITO DA GRAVIDADE. SEM LÁTEX E SEM DI(2-ETILHEXIL)FTALATO (DEHP). SEGURO PARA USO EM RAIOS-X, TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. PASSÍVEL DE DESINFECÇÃO COM LIMPADORES DE SUPERFÍCIE SEM ÁLCOOL. DIMENSÕES APROXIMADAS: 41CM X76CM	Mölnlycke ® Z-Flo ®	UNIDADE			5											**5**
43	EXCLUSIVO ME/EPP	TRANSFERIDOR OU TRANSPASSADOR DE PACIENTE TIPO SKATE GRANDE	MODELO: GRANDE, TAMANHO: 100 CM X 40 CM, MATERIAL: TUBOS DE ALUMÍNIO COM ROLAMENTOS BLINDADOS, ESTEIRA DESLIZANTE: COURVIM REFORÇADO PESO: 4,6 KG		UNIDADE			5											**5**
44	EXCLUSIVO ME/EPP	TRAVESSEIRO HOSPITALAR 70 CM X 50 CM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO: TRAVESSEIRO HOSPITALAR NA COR AZUL COM 70 CM X 50 CM; INDICADO PARA USO HOSPITALAR / AMBIENTES DE SAÚDE. ENCHIMENTO 100% POLIÉSTER DE FIBRA SILICONADA, CAPA COM BASE 100% PVC E CAPA INTERNA 100%		UNIDADE			60	20			4							**84**

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 47 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126001200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			POLIÉSTER. ALTA DURABILIDADE; CAPA RESISTENTE A ÁGUA NÃO REMOVÍVEL; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; MAIOR CONFORTO PARA DORMIR; ENCHIMENTO REVITALIZÁVEL; IMPERMEÁVEL; DIMENSÕES ESPECIFICAS APROXIMADAS DO TRAVESSEIRO: ALTURA 12 CM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 70 CM																
45	EXCLUSIVO ME/EPP	ANDADOR DE ALUMÍNIO COM RODAS DOBRÁVEIS	O ANDADOR DE ALUMÍNIO COM RODAS DOBRÁVEIS. EM TUBO DE ALUMÍNIO ANODIZADO; PARTE SUPERIOR: MANOPLAS PARA AS MÃOS E DUPLA BARRA DE AÇO; HORIZONTAL: PINTURA ELETROSTÁTICA E TUBO DE ALUMÍNIO; PARTE INFERIOR: 8 FUROS PARA REGULAGEM, EM PINO COM MOLA; RODA DE 02"1/2 NAS DUAS BASES FRONTAIS; PONTEIRA DE BORRACHA NAS BASES POSTERIORES.		UNIDADE			3	2										5
46	EXCLUSIVO ME/EPP	APARELHO DE TREINAMENTO RESPIRATÓRIO + SOFTWARE	APARELHO PARA TREINAMENTO RESPIRATÓRIO, TELA LCD, INDICADOR DE NÍVEL DE CARGA, VÁLVULA LAVÁVEL E INTERCAMBIÁVEL, TREINAMENTO ELETRÔNICO AVANÇADO VARIÁVEL, TREINAMENTO DO LIMIAR DE PRESSÃO, RESULTADOS DOS HISTORICOS EM GRÁFICOS, TESTE DE FÔLEGO SIMPLES, MODO DE AQUECIMENTO E RELAXAMENTO AUTOMÁTICO, SOFTWARE DE MEDIÇÃO/ ANÁLISE EM TEMPO REAL DA RESPIRAÇÃO. INCLUSO CLIP NASAL, FILTRO, BOLSA DE ARMAZENAMENTO E MANUAL DO USUÁRIO.	APARELHO DE TREINAMENTO RESPIRATÓRIO K5 + SOFTWARE BREATHE-LINK POWERBREATHE	UNIDADE			2											2
47	EXCLUSIVO ME/EPP	APARELHO LASER TERAPIA E TERAPIA FOTODINÂMINCA SEM FIO	FIBRAS ÓPTICAS BLINDADAS NO TUBO DE APLICAÇÃO, EQUIPAMENTO DOSIMETRIA EM JOULES (1,2,3,4,6 E 9J); FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DO LASER SELECIONADO; OPÇÃO DE BLOQUEIO DE SEGURANÇA; PONTA DE APLICAÇÃO ALONGADA, POSSIBILITA DIVERSAS APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO DE	THERAPY, MMO LASER DUO OU MMO REMOVER	UNIDADE								1					1

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 48 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			ACESSO; EQUIPAMENTO SEM FIO; BASE COMPACTA; BIVOLT; ESPAÇADOR DE TROCA FÁCIL, GARANTE DISTANCIAMENTO CORRETO DE APLICAÇÃO E FACILITA O USO INDIVIDUALIZADO DA PEÇA; BATERIA DE LI-ÍON, MAIOR DURABILIDADE E NÃO CRIA VÍCIO; CASE PARA TRANSPORTE LEVE E SEGURO; EMISSÃO SIMULTÂNEA DOS LASERES VERMELHO E INFRAVERMELHO. LASER INFRAVERMELHO COM GUIA DE LUZ (LASER VERMELHO 660 NM ± 10 NM) E 808NM COM REGISTRO. ACESSORIOS INCLUSO: ÓCULOS DE PROTEÇÃO + ÓCULOS PROTEÇÃO PACIENTE, 1 PULSEIRA PARA TERAPIA ILIB, 1 BICO DE ACUPUNTURA E 1 MALETA. ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES																
48	EXCLUSIVO ME/EPP	APARELHO LEG PORTATIL COM MÍNIMO DE 3 CARGAS	PORTÁTIL, LEVE E COMPACTO; ALÇA LATERAL PARA TRANSPORTE CINTAS AJUSTÁVEIS PARA FIXAÇÃO DOS PÉS; MOVIMENTOS DE EXTENSÃO E FLEXÃO INCLINAÇÃO DA PRANCHA DE 0 A 90°; NO MÍNIMO 3 UNIDADES DE CARGA (LEVE, MÉDIA E FORTE) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MEDIDAS APROX. DO PRODUTO: 750 X 200 X128 MM. INCLUSO SACOLA PARA TRANSPORTE	POWER LEG LITE - LEG PRESS PORTÁTIL	UNIDADE			2											**2**
49	AMPLA PARTICIPAÇÃO	APARELHO PARA PRESSÃO POSITIVA NAS VIAS AÉREAS CPAP NEONATAL	BUBBLE CPAP – CPAP DE BOLHAS FINALIDADE: PARA CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAIS, EM RECÉM-NASCIDOS PREMATUROS COM SÍNDROME DO DESCONFORTO RESPIRATÓRIO INFANTIL, IMPEDINDO QUE SEJAM INTUBADOS E PREVENINDO QUE DESENVOLVAM INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA. DEVE SER COMPOSTO DE UM SISTEMA NÃO INVASIVO DE PRESSÃO POSITIVA NAS VIAS AÉREAS, INDICADO NO DESMAME DA VENTILAÇÃO MECÂNICA, ATRAVÉS DE FLUXO CONTÍNUO DA MISTURA DE GASES (AR E O_2), AQUECIDA E UMIDIFICADA, COM A PRESSÃO CONTROLADA POR COLUNA D'ÁGUA E		UNIDADE			2											**2**

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 49 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			BORBULHA.CONFIGURAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA:HARDWARE / BLENDER: MISTURADOR MECÂNICO DE GASES (BLENDER) COM FLUXÔMETRO INTEGRADO OU ACOPLADO, PERMITINDO CONTROLE DA MISTURA DE O_2 E AR COMPRIMIDO REGULÁVEL NA FAIXA DE 21% A 100%.UMIDIFICADOR SERVO-CONTROLADO: SISTEMA MICROPROCESSADO DE AQUECIMENTO E UMIDIFICAÇÃO ATIVA DE GASES, COM SENSORES PARA MONITORAMENTO EM TEMPO REAL E INDICAÇÃO DIGITAL (VIA DISPLAY EM LED OU LCD) DA TEMPERATURA DA CÂMARA DE ÁGUA E DO AR INSPIRADO PRÓXIMO À VIA AÉREA DO PACIENTE. DEVE POSSUIR MODOS DE OPERAÇÃO PARA VENTILAÇÃO INVASIVA E NÃO INVASIVA.SISTEMA DE ALÍVIO E SEGURANÇA: VÁLVULA DE ALÍVIO MECÂNICO OU ELETRÔNICO DE PRESSÃO COM OS RESPECTIVOS CONECTORES E ACESSÓRIOS ADEQUADOS.GERADOR DE PRESSÃO (FRASCO DE BOLHAS): FRASCO GERADOR DE PRESSÃO HIDRODINÂMICA POR BORBULHAMENTO, GRADUADO DE FORMA A FORNECER AJUSTE E LEITURA VISUAL DA PRESSÃO POSITIVA DE ACORDO COM O NÍVEL DE ÁGUA. CAPACIDADE ÚTIL NOMINAL DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA COMPATÍVEL COM O DESIGN DO FABRICANTE (MÍNIMO DE 400 ML), DOTADO DE RÉGUA OU ESCALA GRADUADA EM CENTÍMETROS DE ÁGUA (CMH_2O).INTERFACE E OPERAÇÃO: EQUIPAMENTO COM SOFTWARE, PAINEL OU LABELS OPERACIONAIS EM LÍNGUA PORTUGUESA.CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MONTADO SOBRE PEDESTAL OU SUPORTE MÓVEL RESISTENTE A IMPACTOS E INTEMPÉRIES, DOTADO DE RODÍZIOS (MÍNIMO DE 4 UNIDADES) COM SISTEMA DE FREIO EM PELO MENOS DUAS DAS RODAS PARA																

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 50 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			ESTABILIDADE DO CONJUNTO.ALARMES AUDIOVISUAIS: ALARMES INTEGRADOS PARA PARÂMETROS CRÍTICOS DE SEGURANÇA, INCLUINDO DESVIOS DE TEMPERATURA DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES.ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT AUTOMÁTICO OU COM CHAVE SELETORA PROTEGIDA, OPERANDO EM FREQUÊNCIA DE 60 HZ.NORMAS E CERTIFICAÇÕES: REGISTRO VIGENTE NA ANVISA; CONFORMIDADE COM AS NORMAS APLICÁVEIS A EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS (SÉRIE NBR IEC 60601 OU EQUIVALENTES INTERNACIONAIS).ACESSÓRIOS MÍNIMOS INCLUSOS: 01 UNIDADE DE VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA AR COMPRIMIDO; 01 UNIDADE DE FLUXÔMETRO; CABO DE FORÇA PADRÃO NACIONAL; MANGUEIRAS/EXTENSÕES DE GASES DE ALTA PRESSÃO (MÍNIMO 3 METROS); CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS (TRAQUEIAS) COMPATÍVEIS E KIT DE INTERFACES NEONATAIS (MÁSCARAS/PRONGS) EM TAMANHOS VARIADOS.																
50	EXCLUSIVO ME/EPP	APARELHOS DE ELETROESTIMULAÇÃO BEIRA LEITO (TENS E FES 4 CANAIS)	TENS E FES ELETROESTIMULADOR 4 CANAIS CORRENTE: FES+TENS+RUSSA MEMÓRIA PARA GRAVAR MÍNIMA DE 20 PROTOCOLOS DO USUÁRIO 4 CANAIS INDEPENDENTES E ISOLADOS PAINEL COM TECLADO SUAVE E DISPLAY GRÁFICO AZUL DE CRISTAL LIQUIDO COM ILUMINAÇÃO. DETECÇÃO DE MAL CONTATO DO CABO DO PACIENTE DETECÇÃO DE EXCESSO DE CORRENTE CERTIFICADO PELA TUV RHEINLAND DO BRASIL – OCP 004 ALIMENTAÇÃO: 100 A 240V AC 50/60HZ (AUTOMÁTICO) FORMA DE ONDA: RETANGULAR BIFÁSICA SIMÉTRICA. MODO DE OPERAÇÃO: CONTÍNUO; TENS: NORMAL, BURST, VIF, VP, VF		UNIDADE								1					**1**

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 51 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			/ FREQUÊNCIA: 1HZ A 200HZ; FES: SÍNCRONO, SEQUENCIAL, ALTERNADO; LARGURA DE PULSO: 50US A 600US; FREQUÊNCIA DOS PULSOS: 1HZ A 200HZ; TEMPO DE SUSTENTAÇÃO MÍNIMO: 1 A 20S; TEMPO DE REPOUSO MÍNIMO: 1 A 20S; TEMPO SUBIDA E DESCIDA MÍNIMO: 0 A 8S; INTENSIDADE EFETIVA MÁXIMA DE CORRENTE: 120MA (±5%) CARGA 500 OHMS; TEMPORIZADOR: 1 A 60 MINUTOS (PASSOS DE 1 MINUTO); PROTEÇÃO CONTRA RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO: CLASSE II; GRAU DE PROTEÇÃO DA PARTE APLICADA: TIPO BF; PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO DE ÁGUA: IPX0; COM ACESSORIOS: 8 ELETRODOS ADESIVOS 3 X 5CM, 4 CABOS PARA ELETRODOS E CABO TRIPOLAR. GARANTIA: 12 MESES															
51	EXCLUSIVO ME/EPP	ARMARIO VITRINE HOSPITALAR	A ESTRUTURA DO ARMÁRIO VITRINE É CONSTRUÍDA EM PERFIS ESTRUTURAIS EM CHAPA DE AÇO COM FECHAMENTO EM CHAPA 22. O ARMÁRIO VITRINE POSSUI LATERAIS, PORTA COM FECHADURA E 4 PRATELEIRAS EM VIDRO INCOLOR DE 3MM. COR BRANCA. MEDIDAS APROXIMADAS 65(L)X175(A)X0,40(P)CM. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES DA DATA DA ENTREGA.		UNIDADE	10													**10**
52	EXCLUSIVO ME/EPP	ASPIRADOR CIRÚRGICO HOSPITALAR DE ALTA POTÊNCIA PARA FLUIDOS E SECREÇÕES	PAINEL DE CONTROLE MICROPROCESSADO, ALARMES AUDIOVISUAIS DE SEGURANÇA, AJUSTE DE INTENSIDADE DE ASPIRAÇÃO / VÁCUO, PROTEÇÃO DE SAÍDA POR FILTRO DE AR DE ALTA CAPACIDADE; FLUXO DE ASPIRAÇÃO: 60 LPM, VACUÔMETRO COM FAIXA DE LEITURA DE 0 A -760 MMHG / 0 A -100 KPA; FAIXA MÁXIMA: -90KPA/-675MMHG; TECLA PARA SELEÇÃO DE MODO DE OPERAÇÃO: CONTÍNUO OU INTERMITENTE/PEDAL; TRIPLO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE ENTRADA COM SENSOR DE NÍVEL ELETRÔNICO QUE		UNIDADE			4	2										**6**

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 52 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			BLOQUEIA O FUNCIONAMENTO DO MOTOR, FILTRO HIDROFÓBICO E BÓIA MECÂNICA INTEGRADA QUE INTERROMPEM O FLUXO DE ASPIRAÇÃO E IMPEDEM O TRANSBORDAMENTO EM CASO DE FRASCO CHEIO, SISTEMA ELETRONICO DE DESARME DA ASPIRAÇÃO. FRASCO COLETOR GRADUADO EM POLICARBONATO RESISTENTE E GRADUADO, CAPACIDADE DE 05 LITROS, AUTOCLAVÁVEL E COM ALÇA NA TAMPA PARA FACILITAR O TRANSPORTE, PERMITE ACOPLAMENTO DE 02 FRASCOS COLETORES - CAPACIDADE ATÉ 10 LITROS, PEDAL COM GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE LIQUIDOS DE NO MÍNIMO IP28 COM MECANISMO DE ACIONAMENTO POR ALAVANCA (NÃO SERÃO ACEITOS POR MECANISMO DE BOTÃO), ASPIRADOR MÓVEL, COM ALÇAS FRONTAL E POSTERIOR, MONTADO EM PEDESTAL COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 3" DE DIÂMETRO E COM FREIO, ALIMENTAÇÃO: 127V - 220V (CHAVE SELETORA). SUPORTE PARA CÂNULA.															
53	EXCLUSIVO ME/EPP	ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTATIL	ASPIPRADOR CIRÚGICO ELÉTRICO PORTÁTIL, VÁCUO MÍNIMO DE 23 INHG, POTÊNCIA MÍNIMA DE 70W, FRASCO PLASTICO ACIMA DE 1,2L	MEDICATE MD30, PROTEC EVOLUTION 10.000, ASPIRAMAX MA-520/ MA520-60	UNIDADE									10					**10**
54	EXCLUSIVO ME/EPP	BANQUETA PARA PARTO VERTICAL COM COLETOR E BALDE	BANQUETA PARA PARTO VERTICAL DESTINADA AO APOIO À PARTURIENTE DURANTE O TRABALHO DE PARTO E PARTO HUMANIZADO, APROPRIADA PARA UTILIZAÇÃO EM AMBIENTE HOSPITALAR, CENTROS DE PARTO NORMAL, CASAS DE PARTO OU ASSISTÊNCIA DOMICILIAR, DEVENDO PROPORCIONAR SEGURANÇA, ESTABILIDADE, ERGONOMIA, CONFORTO E FACILIDADE DE HIGIENIZAÇÃO. O		UNIDADE											1			**1**

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 53 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA RESISTENTE, CONFECCIONADA EM MATERIAL LAVÁVEL, IMPERMEÁVEL, ATÓXICO E DE ALTA DURABILIDADE, APROPRIADO PARA USO CONTÍNUO EM AMBIENTE ASSISTENCIAL, SEM EMENDAS OU FRESTAS QUE DIFICULTEM A LIMPEZA E DESINFECÇÃO. A BANQUETA DEVERÁ POSSUIR FORMATO ANATÔMICO E ERGONÔMICO, PERMITINDO POSICIONAMENTO ADEQUADO DA PARTURIENTE EM PARTO VERTICALIZADO, FAVORECENDO CONFORTO, ESTABILIDADE E APOIO DURANTE O PROCEDIMENTO OBSTÉTRICO. O ASSENTO DEVERÁ POSSIBILITAR ACOMODAÇÃO SEGURA DA USUÁRIA, PRESERVANDO ÁREA LIVRE COMPATÍVEL COM A ANATOMIA PÉLVICA E DINÂMICA DO PARTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ABERTURA FRONTAL OU DESIGN EQUIVALENTE QUE PERMITA ADEQUADA VISUALIZAÇÃO E ACESSO PROFISSIONAL AO PROCESSO DO PARTO. DEVERÁ APRESENTAR CAPACIDADE DE SUPORTE COMPATÍVEL COM USO ADULTO, SUPORTANDO, NO MÍNIMO, 200 KG DE CARGA ESTÁTICA DISTRIBUÍDA, COM RESISTÊNCIA ESTRUTURAL COMPATÍVEL COM UTILIZAÇÃO HOSPITALAR. O PRODUTO DEVERÁ PERMITIR UTILIZAÇÃO DIRETAMENTE NO PISO OU SOBRE CAMA HOSPITALAR COMPATÍVEL, INCLUINDO CAMA PPP OU EQUIVALENTE. DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO: COLETOR REMOVÍVEL; BALDE OU RECIPIENTE COMPATÍVEL PARA COLETA DE RESÍDUOS LÍQUIDOS DURANTE O PROCEDIMENTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR SUPERFÍCIES LISAS, RESISTENTES À UMIDADE E AOS PRODUTOS USUAIS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO HOSPITALAR. AS DIMENSÕES E																	

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 54 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			PESO DEVERÃO SER COMPATÍVEIS COM TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E UTILIZAÇÃO SEGURA EM AMBIENTE ASSISTENCIAL. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO, NOTIFICAÇÃO OU CADASTRO REGULAR JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, QUANDO APLICÁVEL, BEM COMO ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS E SANITÁRIAS VIGENTES RELACIONADAS À SEGURANÇA E USO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS. SERÃO ACEITOS PRODUTOS COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES ÀS ESPECIFICADAS, DESDE QUE MANTIDA A FINALIDADE FUNCIONAL, ERGONÔMICA, ASSISTENCIAL E DE SEGURANÇA.																
55	EXCLUSIVO ME/EPP	BARRA PARALELA CLASSIC PARA FISIOTERPIA - 2,5 M	BARRA PARALELA PARA FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO MOTORA, DESTINADA À REALIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE TREINO DE MARCHA, EQUILÍBRIO, COORDENAÇÃO MOTORA, DESCARGA DE PESO E REABILITAÇÃO FUNCIONAL EM CLÍNICAS, HOSPITAIS, CENTROS DE REABILITAÇÃO E DEMAIS AMBIENTES ASSISTENCIAIS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, EPÓXI OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, GARANTINDO RESISTÊNCIA MECÂNICA, DURABILIDADE E FACILIDADE DE HIGIENIZAÇÃO. DEVERÁ POSSUIR COMPRIMENTO APROXIMADO DE 2,5 METROS, COM BARRAS PARALELAS RESISTENTES E ESTÁVEIS, ADEQUADAS PARA UTILIZAÇÃO POR PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS EM PROCESSOS DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ		UNIDADE		10												**10**

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 55 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			PERMITIR AJUSTE DE ALTURA DAS BARRAS, DE FORMA MANUAL, MECÂNICA OU POR SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO, POSSIBILITANDO ADAPTAÇÃO ERGONÔMICA ÀS NECESSIDADES CLÍNICAS E BIOMECÂNICAS DOS USUÁRIOS. A ESTRUTURA DEVERÁ APRESENTAR ESTABILIDADE OPERACIONAL E CAPACIDADE MÍNIMA DE SUPORTE DE 140 KG, GARANTINDO SEGURANÇA DURANTE A EXECUÇÃO DOS EXERCÍCIOS TERAPÊUTICOS. DEVERÁ POSSUIR SUPERFÍCIE COM ACABAMENTO LISO, RESISTENTE AO DESGASTE E APROPRIADO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM AMBIENTE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM PISO INTEGRADO ANTIDERRAPANTE OU COMPATÍVEIS COM INSTALAÇÃO EM PISO TERAPÊUTICO APROPRIADO, DESDE QUE PRESERVADAS AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E ESTABILIDADE DURANTE O USO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO, MONTAGEM E PLENO FUNCIONAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO, CADASTRO OU NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, QUANDO APLICÁVEL, BEM COMO ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES DE SEGURANÇA E FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO.															
56	EXCLUSIVO ME/EPP	BERÇO AQUECIDO-UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS E REANIMAÇÃO	BERÇO AQUECIDO 1. FINALIDADE: O BERÇO AQUECIDO TEM A FINALIDADE DE MANTER A TEMPERATURA CORPORAL ESTÁVEL DO RECÉM-NASCIDO, PREVENINDO HIPOTERMIA, CRIANDO UM MICROAMBIENTE TÉRMICO NEUTRO, REDUZINDO O GASTO ENERGÉTICO DO BEBÊ COM TERMORREGULAÇÃO,		UNIDADE			1	1									**2**

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 56 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			FACILITANDO O ACESSO E MONITORAMENTO CONTÍNUO PELA EQUIPE DE SAÚDE. OFERECER SUPORTE INICIAL EM SALAS DE PARTO OU UTI NEONATAL, PRINCIPALMENTE EM CASOS DE PREMATURIDADE, BAIXO PESO AO NASCER, SOFRIMENTO FETAL OU REANIMAÇÃO NEONATAL. 2. CARACTERÍSTICAS GERAIS: PAINEL FRONTAL COM TECLAS DE SIMPLES TOQUE, PERMITINDO O AJUSTE DE TEMPERATURA E DEMAIS PARÂMETROS DE FORMA RÁPIDA E INTUITIVA; DISPLAY ALFANUMÉRICO / GRÁFICO DE CRISTAL LÍQUIDO DE ALTA RESOLUÇÃO COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO PARA LEITURA EM AMBIENTES COM POUCA LUMINOSIDADE, PARA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA DO PACIENTE, NÍVEL DA POTÊNCIA ATUAL DAS RESISTÊNCIAS, TEMPERATURA AUXILIAR DO PACIENTE, TEMPERATURA AMBIENTE, RELÓGIO E ALARMES; SISTEMA DE AUTOTESTE DAS FUNÇÕES; LEITO TIPO MESA RÁDIO TRANSPARENTE PARA DO CHASSI DE RAIOS X; ABAS LATERAIS REBATÍVEIS, QUE POSSIBILITEM O ACESSO FACILITADO AO RECÉM -NASCIDO, SEM COMPROMETER A SEGURANÇA; BASE REFORÇADA COM ESTRUTURA TUBULAR COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE PINTADOS COM TINTA EPÓXI; MOBILIDADE ATRAVÉS DE QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM SISTEMA DE FREIO; DEVE POSSUIR TOMADAS DE ENTRADA E SAÍDA DE AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO, SENDO 2 TOMADAS COM FLUXÔMETRO DE AR COMPRIMIDO E O2 ALÉM DE TOMADAS DISPONÍVEIS PARA LIGAÇÃO DE ASPIRADOR E NEBULIZADOR. UNIDADE 153. MÓDULO DE AQUECIMENTO: AQUECIMENTO PRODUZIDO ATRAVÉS DE SISTEMA IRRADIANTE DE CALOR EMITIDO POR ELEMENTO AQUECEDOR																

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 57 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			REVESTIDO EM QUARTZO, MONTADO EM UM MÓDULO REFLETOR COM ALETAS DIRECIONADORAS, LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO BERÇO, PROPICIANDO UM AQUECIMENTO HOMOGÊNEO EM TODA A ÁREA DO COLCHÃO, SEM DIFICULTAR O ACESSO AO PACIENTE; CALHA PROTETORA DO ELEMENTO AQUECEDOR METÁLICA COM GRADE DE PROTEÇÃO EM AÇO; PERMITE GIRO BILATERAL DO ELEMENTO AQUECEDOR NO PLANO HORIZONTAL (180° GRAUS) COM ACIONAMENTO DE ALARME DE ADVERTÊNCIA E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO AQUECIMENTO, FACILITANDO O POSICIONAMENTO DO APARELHO DE RAIOS X SEM A NECESSIDADE DE LOCOMOVER O PACIENTE: SISTEMA DE PROTEÇÃO TÉRMICA ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE DETECÇÃO ELETRÔNICA PARA SOBRECARGA NO ELEMENTO AQUECEDOR, COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO AQUECIMENTO E TERMOSTATO PARA DESLIGAMENTO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO EM CASO DE SOBRECARGA, ATENDENDO A TODOS OS REQUISITOS DA NORMA TÉCNICA NBR 60601 - 1. 4. MÓDULO DE CONTROLE: SISTEMA DE ACIONAMENTO ELÉTRICO INDEPENDENTE DA CHAVE LIGA -DESLIGA DO MONITOR, PARA SEGURANÇA DO CONJUNTO, COM INDICADOR LUMINOSO NO PAINEL DE CONTROLE; SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE TOTALMENTE MICROPROCESSADO; PAINEL DE FÁCIL ACESSO PARA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO MONTADO EM UM CHASSIS METÁLICO DESTACÁVEL; PAINEL FRONTAL COM ACABAMENTO LISO EM POLICARBONATO QUE EVITA A PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS E COM TECLAS TIPO TOQUE -SUAVE; ROTINA DE AUTOTESTE DO SISTEMA AO LIGAR; DEVE																

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 58 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			POSSUIR ALARMES DE TEMPERATURA ALTA, TEMPERATURA BAIXA, FALTA DE ENERGIA E FALHA DE SENSOR. RETENÇÃO DE MEMÓRIA DOS VALORES PROGRAMADOS EM CASO DE FALTA DE ENERGIA; INDICAÇÃO LUMINOSA DE STANDBY NA COLUNA DO BERÇO COM ACESSO POR AMBAS AS LATERAIS;INDICAÇÃO GRÁFICA DO NÍVEL DA POTÊNCIA DE AQUECIMENTO; 15 INDICAÇÃO LUMINOSA SIMULTÂNEA DE TODOS OS VALORES DE TEMPERATURA, POTÊNCIA; PERMITIR INDICAÇÃO LUMINOSA DE TODOS OS ALARMES MESMO COM O SOM INIBIDO; INDICAÇÃO LUMINOSA PARA MODO AUTOMÁTICO OU MANUAL; INDICAÇÃO DA INTENSIDADE DA POTÊNCIA DE AQUECIMENTO DE 0 A 100% EM RELAÇÃO A POTÊNCIA MÁXIMA, COM INTERVALOS DE 10%; INDICAÇÃO NO DISPLAY DE TEMPERATURA DO RN COM FAIXA ENTRE 10 A 50°C (GRAUS CELSIUS), COM RESOLUÇÃO DE 0,1°C (GRAUS CELSIUS) E PRECISÃO DE APROXIMADAMENTE 0,2°C (GRAUS CELSIUS); TECLAS LIGA, DESLIGA, BLOQUEIO DE TECLADO, AUMENTO E REDUÇÃO DO AJUSTE COM BIP DE ALERTA PARA INFORMAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE AJUSTE; TECLA INIBIDORA DO SOM DOS ALARMES. ACOMPANHA: RESSUSCITADOR DE FLUXO CONTÍNUO QUE PERMITA AJUSTAR AS PRESSÕES DE PINSP (PRESSÃO INSPIRATÓRIA), PEEP (PRESSÃO EXPIRATÓRIA FINAL POSITIVA) E DE SEGURANÇA ATRAVÉS DE MANO-VACUÔMETRO, COM MANGUEIRA DE ENTRADA DE GÁS, CIRCUITO COM VÁLVULA “T” DISPONDO DE MISTURADOR DE GASES TIPO BLENDER INCORPORADO NO POSTE DO EQUIPAMENTO COM FAIXA MÍNIMA DE 21 À 100% DE CONCENTRAÇÃO DE O2 E TUDO INCORPORADO NA ESTRUTURA INTEGRADO AO PAINEL FRONTAL; DEVE POSSUIR SISTEMA																

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 59 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			DE ASPIRAÇÃO COM MANÔMETRO, INCORPORADO NA ESTRUTURA INTEGRADO AO PAINEL FRONTAL; MISTURADOR DE OXIGÊNIO (BLENDER) COM CONCENTRAÇÃO DE 21 A 100% DE OXIGÊNIO, ECONÔMICO E COM BAIXO CONSUMO DE OXIGÊNIO. CAPACIDADE DE USO PARA O BLENDER DE 0 A 30 LPM (LITROS POR MINUTO), COM EXATIDÃO DE APROXIMADAMENTE 3%. 5. MODOS DE OPERAÇÃO: AUTOMÁTICO (SERVO CONTROLE): MONITORAÇÃO DA TEMPERATURA DO PACIENTE ATRAVÉS DE SENSOR DE PELE E CONTROLE AUTOMATIZADO DA INTENSIDADE DE CALOR FORNECIDA AO RECÉM-NASCIDO POR SISTEMA SERVO CONTROLADO; MANUAL: UTILIZAÇÃO SEM SENSOR DE PELE, COM SELEÇÃO DA INTENSIDADE DE CALOR PRÉ-AJUSTADA PELO OPERADOR; PRÉ-AQUECIMENTO: UTILIZADO PARA AQUECER O LEITO DO RECÉM-NASCIDO ANTES DE O RECEBER, AUMENTANDO O CONFORTO TÉRMICO. (LIMITA A POTÊNCIA). 6. LEITO: CONSTRUÍDO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE REMOVÍVEL, COM CANTOS ARREDONDADOS QUE EVITAM O ACÚMULO DE SUJEIRA; SISTEMA DE INCLINAÇÃO HIDRÁULICO / ELÉTRICO, PARA AS POSIÇÕES HORIZONTAL, TRENDELEMBURG E PROCLIVE, COM INCLINAÇÕES DE ATÉ 12° (GRAUS); COLCHÃO TOTALMENTE CONSTRUÍDO EM MATERIAL ATÓXICO E AUTOEXTINGUÍVEL, CONSTITUÍDO DE ESPUMA COM DENSIDADE ADEQUADA AO CONFORTO DO RN E CAPA REMOVÍVEL, SEM COSTURA PARA EVITAR CONCENTRAÇÃO DE BACTÉRIAS, ABERTA DE UM DOS LADOS PARA FACILITAR O PROCEDIMENTO DE LIMPEZA; 7. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS OU BIVOLT AUTOMÁTICO																

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 60 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			(127/220VOLTS) - 50/60HZ (HERTZ); FUSÍVEIS DE PROTEÇÃO PARA OS CIRCUITOS. 8. ACESSÓRIOS INCLUSOS: RÉGUA COM 03 SAÍDAS ; SUPORTE CILINDRO OXIGÊNIO; RESISTENCIA SUBSALENTE; CONJUNTO COM 02 BANDEJAS; DEVERÁ SER ENTREGUE COM TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA PLENO FUNCIONAMENTO DE TODOS OS RECURSOS DISPONÍVEIS DO EQUIPAMENTO. 9. NORMAS E CERTIFICAÇÕES: MANUAL TÉCNICO E OPERACIONAL EM PORTUGUÊS (BR); DEVERÁ FORNECER INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL ADEQUADO AOS USUÁRIOS; REGISTRO NA ANVISA VIGENTE (CONFORME LEI 6.360/1976 E RDC Nº 665/2022); CONFORMIDADE COM: NBR IEC 60601-1. NBR IEC 606011-6 / NBR IEC 60601-1-8 / NBR IEC 60601-1-9. NBR IEC															
57	EXCLUSIVO ME/EPP	BERÇO HOSPITALAR	BERÇO HOSPITALAR, ACIONAMENTO MECÂNICO, MATERIAL DA ESTRUTURA AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA, BASE DO LEITO C/ CHAPA ARTICULÁVEL C/ 3 MANIVELAS, GRADES LATERAIS RETRÁTEIS, CABECEIRA E PESEIRA EM POLIURETANO REMOVÍVEIS, PÉS C/ RODÍZIOS E TRAVAS, CARGA MÁXIMA ATÉ 130 KG, COLCHÃO D-33, SUPORTE SORO, ACESSÓRIOS 02: PORTA UTENSÍLIOS		UNIDADE				2										**2**
58	EXCLUSIVO ME/EPP	BICICLETA ERGOMÉTRICA MAGNETICA HORIZONTAL	BICICLETA ERGOMÉTRICA MAGNÉTICA HORIZONTAL SEMI-PROFISSIONAL, ASSENTO AJUSTÁVEL, PESO MÁXIMO SUPORTADO: 120KG, COR PRETO/CINZA, 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA, APOIO DE BRAÇOS, MONITOR LCD, AÇO INOXIDÁVEL	ACTE SPORTS, GALLANT ELITE, VOLLO	UNIDADE													1	**1**
59	EXCLUSIVO ME/EPP	BILIRRUBINÔMETRO TRANSCUTÂNEO PARA	BILIRRUBINÔMETRO TRANSCUTÂNEO PARA AVALIAÇÃO DE ICTERÍCIA NEONATAL. (O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER DESTINADO À		UNIDADE			1											**1**

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 61 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
		AVALIAÇÃO DE ICTERÍCIA NEONATAL	MEDIÇÃO NÃO INVASIVA DOS NÍVEIS DE BILIRRUBINA EM RECÉM- NASCIDOS POR MEIO DA PELE, SEM NECESSIDADE DE COLETA DE SANGUE. A MEDIÇÃO DEVERÁ SER TRANSCUTÂNEA, COM LEITURA IMEDIATA E APRESENTAÇÃO DIRETA DOS RESULTADOS EM TELA. A FAIXA DE MEDIÇÃO DEVERÁ SER DE PELO MENOS 0 A 20 MG/DL, COM PRECISÃO MÁXIMA DE 1, 5 MG/DL NA FAIXA CLÍNICA DE 0 A 15 MG/DL E RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 0, 1 MG/DL. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR DISPLAY DIGITAL INTEGRADO, DE FÁCIL LEITURA, COM INDICAÇÃO CLARA DOS VALORES MEDIDOS, E MEMÓRIA INTERNA COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAR NO MÍNIMO 20 REGISTROS/MEDIÇÕES OU SUPERIOR. DEVERÁ DISPOR DE INTERFACE PARA EXPORTAÇÃO DE DADOS POR CABO USB OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE E SISTEMA DE CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA OU DISPOSITIVO DE CALIBRAÇÃO INCLUSO. A ALIMENTAÇÃO DEVERÁ OCORRER POR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 8 HORAS DE USO CONTÍNUO, SENDO OBRIGATÓRIA A POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL, NÃO SENDO A MESMA SOLDADA OU DE OUTRA FORMA QUE DIFICULTE A SUBSTITUIÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ DISPOR DE SINALIZAÇÃO VISUAL OU SONORA PARA BATERIA FRACA E PARA FALHAS DE LEITURA. DEVERÁ ATENDER AOS REQUISITOS DA ABNT NBR IEC ****- 1 (SEGURANÇA ELÉTRICA), IEC ****- 1- 2 (COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA) E À RDC ANVISA N 751/2022 (REGULARIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS). DEVERÃO ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: 01 DISPOSITIVO DE CALIBRAÇÃO (QUANDO																

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 62 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			APLICÁVEL); 01 CARREGADOR DE BATERIA COMPATÍVEL COM REDE ELÉTRICA NACIONAL (100 240 V, 50/60 HZ); MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS, EM MEIO FÍSICO E DIGITAL. O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS. POSSUIR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA.)															
60	EXCLUSIVO ME/EPP	BIOMBO DUPLO	EM TUBO REDONDO DE AÇO 3/4 DE DIÂMETROX1,2MM APROXIMADO DE ESPESSURA, BANDEIRAS COM MOVIMENTO DE 180º POR MEIO DE ANÉIS GIRATÓRIOS E CORTINADOS EM TECIDO DE ALGODÃO CRÚ, PÉS RODÍZIOS, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA EPÓXI-POLIESTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA COM RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA		UNIDADE					2									**2**
61	EXCLUSIVO ME/EPP	BIOMBO TRIPLO	BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR DOBRÁVEL PARA AMBOS LADOS, CORTINA IMPERMEÁVEL PVC LAVÁVEL, AÇO EPÓXI (A 175CM, L 180CM)		UNIDADE			3	3				22						**28**
62	EXCLUSIVO ME/EPP	BIPAP	COM ALARMES UMIDIFICADOR PERMANENTE COM MASCARA NASAL MASCARA ORONASAL MASCARA FACIAL RISE TIME VENTILAÇÃO DE BACKUP SENSIBILIDADE A FLUXO PRESSÃO MAXIMA DE 20CMH2O.		UNIDADE													1	**1**
63	EXCLUSIVO ME/EPP	BISTURI ELETRICO (A PARTIR DE 151W)	POTÊNCIA MÍNIMA 151W, FUNÇÃO MONOPOLAR E BIPOLAR, DISPLAYS DIGITAIS INDEPENDENTES PARA CORTES, NO MÍNIMO 4 MODOS DE OPERAÇÃO: CORTE PURO, BLEND, COAGULAÇÃO E BIPOLAR. DISPLAY DIGITAL QUE INDICA POTÊNCIAS. COMANDO POR PEDAL E/OU CANETA MANUAL. PRODUTO CERTIFICADO DE ACORDO COM A NORMA NBRIEC 60601-2-2. ACOMPANHAR: 01 PEDAL, 01 CANETA COM COMANDO PEDAL COM CABO		UNIDADE								2				1		**3**

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 63 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			FIXO, 01 JOGO DE ELETRODOS PARA USO GERAL, 10 PLACAS PACIENTE DESCARTÁVEIS, 01 CABO PARA PLACA DESCARTÁVEL, 01 CABO DE PLACA NEUTRA, 01 PLACA NEUTRA EM INOX																
64	EXCLUSIVO ME/EPP	BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA UNIVERSAL DESTINADA À ADMINISTRAÇÃO CONTROLADA DE SOLUÇÕES E MEDICAMENTOS POR VIA ENTERAL OU PARENTERAL, APROPRIADA PARA UTILIZAÇÃO EM AMBIENTE HOSPITALAR, AMBULATORIAL E UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, PEDIÁTRICA E NEONATAL. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE INFUSÃO PERISTÁLTICO COM CONTROLE ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, PROPORCIONANDO PRECISÃO NA TAXA DE INFUSÃO E ESTABILIDADE OPERACIONAL DURANTE O FUNCIONAMENTO. A ESTRUTURA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, APROPRIADO PARA USO HOSPITALAR, COM ACABAMENTO DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM UTILIZAÇÃO CONTÍNUA EM AMBIENTE ASSISTENCIAL. DEVERÁ POSSUIR DISPLAY EM LCD, LED OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE PARA VISUALIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS DE INFUSÃO, BEM COMO INDICADORES VISUAIS E SONOROS DE FUNCIONAMENTO E ALARMES OPERACIONAIS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ OPERAR, NO MÍNIMO, NOS MODOS: ML/H; GOTAS/MINUTO. DEVERÁ POSSUIR COMPATIBILIDADE COM EQUIPOS UNIVERSAIS DISPONÍVEIS NO MERCADO, PERMITINDO UTILIZAÇÃO SEGURA E ADEQUADA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, AS SEGUINTES FUNCIONALIDADES: PROGRAMAÇÃO DE VOLUME A SER		UNIDADE			10	5										**15**

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 64 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			INFUNDIDO; CONTROLE DE TAXA DE INFUSÃO; FUNÇÃO PURGAR; FUNÇÃO KVO (MANTER VEIA ABERTA); MEMÓRIA DA ÚLTIMA PROGRAMAÇÃO OU INFUSÃO; SISTEMA DE DETECÇÃO DE OCLUSÃO; SENSOR DE AR NA LINHA OU SENSOR DE GOTAS, QUANDO APLICÁVEL AO MODELO OFERTADO. DEVERÁ POSSUIR ALARMES AUDIOVISUAIS PARA, NO MÍNIMO: OCLUSÃO; AR NA LINHA, QUANDO APLICÁVEL; TÉRMINO DA INFUSÃO; PORTA ABERTA; BATERIA BAIXA; FALHA OPERACIONAL; AUSÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ PERMITIR AJUSTE DOS NÍVEIS DE SENSIBILIDADE DE OCLUSÃO OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE DE MONITORAMENTO DA PRESSÃO DE INFUSÃO. DEVERÁ POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 HORAS DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO, BEM COMO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM REDE DE 100 A 240 V~, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. DEVERÁ POSSUIR MODO TRANSPORTE OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE PARA UTILIZAÇÃO SEGURA DURANTE DESLOCAMENTO SE NECESSARIO, MANTENDO A INFUSÃO EM FUNCIONAMENTO CONTÍNUODEVERÁ POSSUIR GRAU DE PROTEÇÃO ELÉTRICA E CONTRA PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS COMPATÍVEL COM USO HOSPITALAR, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IPX4 OU SUPERIOR. A FAIXA DE PROGRAMAÇÃO DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM USO HOSPITALAR ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, PERMITINDO INFUSÃO EM BAIXAS E ALTAS VAZÕES CONFORME APLICAÇÃO CLÍNICA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO: CABO DE ALIMENTAÇÃO; SUPORTE OU DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO; MANUAL DE OPERAÇÃO EM																

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 65 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126001200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			PORTUGUÊS; ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO REGULAR JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS, INCLUINDO, NO MÍNIMO: NBR IEC 60601-1 — SEGURANÇA DE EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS; NBR IEC 60601-2-24 — REQUISITOS PARTICULARES PARA BOMBAS E CONTROLADORES DE INFUSÃO.															
65	EXCLUSIVO ME/EPP	BOMBA TIRA-LEITE ELÉTRICA	BOMBA PARA SUCÇÃO DE LEITE MATERNO, TIPO:ELÉTRICA, À VÁCUO TIPO DIAFRAGMA, PORTÁTIL, BIVOLT, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TUBO SUCÇÃO SILICONE, COLETOR FORMATO ANATÔMICO, COMPONENTE: RESERVATÓRIO DE COLETA. GARANTIA: 1 ANO		UNIDADE			2											**2**
66	EXCLUSIVO ME/EPP	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, ALTURA REGULÁVEL CONSTRUÍDA EM TUBOS DE 7/8" X 0,9MM; BASE EM TRIPÉ DE FERRO FUNDIDO, HASTE EM AÇO INOX 3⁄4" X 0,9MM, APOIO DE BRAÇO EM CHAPA AÇO INOX (CONCHA SEM REVESTIMENTO). DIMENSÕES: 0,80MM. ALTURA MÍNIMA: 0,80M ALTURA MÁXIMA: 1,08M.		UNIDADE				3									**3**
67	AMPLA PARTICIPAÇÃO	BRONCOSCOPIO - SISTEMA DE VÍDEO ENDOSCOPIA FLEXÍVEL	SISTEMA DIGITAL COM IMAGEM INTEGRADA, COM TELA ACOPLADA AO PRÓPRIO EQUIPAMENTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS EQUIPAMENTOS: EQUIPAMENTOS DE ALTA RESOLUÇÃO, COM ILUMINAÇÃO INTEGRADA, DEFLEXÃO PARA CIMA E PARA BAIXO E COMPATÍVEIS COM LIMPEZA E DESINFECÇÃO POR SUBMERSÃO E ESTERILIZAÇÃO POR MÉTODO DE BAIXA TEMPERATURA. DEVEM ACOMPANHAR TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO		UNIDADE			1										**1**

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 66 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			DO SISTEMA, COMO: TESTE DE ESTANQUEIDADE, MALETA DE PROTEÇÃO, PROTETORES BUCAIS, VÁLVULAS DE ASPIRAÇÃO, ESCOVAS DE LIMPEZA, ENTRE OUTROS. 01 (UM) BRONCOSCÓPIO ADULTO DIÂMETRO EXTERNO: APROXIMADAMENTE 5,2 MM COMPRIMENTO DE TRABALHO: CERCA DE 54 A 65 CM CANAL DE TRABALHO: MÍNIMO DE 2,2 MM (FIBRA) OU 2,6 MM (DIGITAL) (DIGITAL) TELA INTEGRADA DE NO MÍNIMO 3,5" REQUISITOS ADICIONAIS: DEVEM POSSUIR TELA PRÓPRIA DE NO MÍNIMO 3,5 POLEGADAS; DEVEM SER FORNECIDOS OS SEGUINTES ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES PARA O SISTEMA: 01 (UM) MONITOR TOUCHSCREEN COM NO MÍNIMO 15", COM BATERIA INTERNA, MEMÓRIA INTERNA PARA GRAVAÇÃO DE IMAGENS E INTERFACE HDMI; 1 (UM) SUPORTES COM RODÍZIOS, PARA TRANSPORTE E ACOMODAÇÃO ADEQUADA DOS EQUIPAMENTOS. OBSERVAÇÕES GERAIS: A PARTE SUBMERGÍVEL DEVE CORRESPONDER AO TUBO DE INSERÇÃO E/OU À ALÇA, PERMITINDO LIMPEZA E DESINFECÇÃO POR IMERSÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE. A ESTERILIZAÇÃO DEVERÁ SEGUIR OS MÉTODOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE, COMPATÍVEIS COM A TECNOLOGIA EMBARCADA. SERÃO ACEITAS VARIAÇÕES DE ATÉ ±2 MM NOS DIÂMETROS E COMPRIMENTOS ESPECIFICADOS, E DE ±2° PARA ÂNGULO E CAMPO DE VISÃO, DESDE QUE NÃO COMPROMETAM A APLICAÇÃO CLÍNICA. A PROPOSTA DEVERÁ CONTEMPLAR TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA E À ROTINA DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO.																

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 67 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126001200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
68	EXCLUSIVO ME/EPP	CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA ADULTO ATÉ 150KG	CADEIRA DE BANHO SANITÁRIA EM MATERIAL DE ALUMÍNIO ANTIFERRUGEM, COM CAPACIDADE DE ATÉ 150 KG, MULTIFUNCIONAL, ACOPLA SOBRE VASO SANITÁRIO, PARA BANHO E PARA LOCOMOÇÃO EM AREA INTERNA, POSSUI ASSENTO FRONTAL REMOVÍVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO DO PACIENTE SENTADO, DEVENDO POSSUIR 4 RODAS COM TRAVAS QUE FACILITAM O DESLOCAMENTO, POSSUI ENCOSTO EM PLÁSTICO ANATÔMICO REFORÇADO COM APROXIMADAMENTE 43 CM DE ALTURA E APOIO DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS COM SISTEMA DE ENGATE E DESENGATE RÁPIDO PARA FACILITAR O ACESSO A LATERAL DA CADEIRA, ASSENTO ACOLCHOADO IMPERMEÁVEL, APOIO DE PÉS COM SISTEMA ANTI-TOMBO.		UNIDADE			4	1										5
69	EXCLUSIVO ME/EPP	CADEIRA DE RODAS ADULTO	EM AÇO/FERRO PINTADO COM BRAÇOS FIXOS, PES FIXO, COM ELEVAÇÃO DE PERNAS GARANTIA 12 MESES.		UNIDADE			4	3										7
70	EXCLUSIVO ME/EPP	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	EM AÇO/FERRO PINTADO COM BRAÇOS FIXOS, PES FIXO, COM ELEVAÇÃO DE PERNAS. ATÉ 150KG OU MAIS, ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON, ALMOFADA ACOLCHOADA. ASSENTO DE 51 A 66CM. PNEU MACIÇO.		UNIDADE			3	1								2		6
71	EXCLUSIVO ME/EPP	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE COM BRAÇO FRONTAL ESTOFADO	CADEIRA CLÍNICA PARA COLETA DE SANGUE - ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO, METAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, EPÓXI OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, APROPRIADO PARA USO CONTÍNUO EM AMBIENTE CLÍNICO-HOSPITALAR. DEVERÁ POSSUIR ASSENTO E ENCOSTO FIXOS, ANATÔMICOS E ESTOFADOS, PROPORCIONANDO CONFORTO E		UNIDADE			2	3										5

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 68 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			ESTABILIDADE AO PACIENTE DURANTE OS PROCEDIMENTOS. O REVESTIMENTO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM COURVIN, MATERIAL SINTÉTICO IMPERMEÁVEL OU EQUIVALENTE, RESISTENTE AO DESGASTE, DE FÁCIL LIMPEZA E COMPATÍVEL COM PROCESSOS USUAIS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO HOSPITALAR. A CADEIRA DEVERÁ POSSUIR APOIO DE BRAÇO ESTOFADO (ESPESSURA/ALTURA MÍNIMA DE 4CM) PARA COLETA, FRONTAL, LATERAL, ARTICULÁVEL, MÓVEL OU COM SISTEMA EQUIVALENTE DE AJUSTE E POSICIONAMENTO. A ESTRUTURA DEVERÁ POSSUIR PÉS FIXOS COM SISTEMA QUE GARANTA ESTABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE A UTILIZAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SUPORTAR CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 KG, MANTENDO ESTABILIDADE ESTRUTURAL E SEGURANÇA OPERACIONAL. DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES, REBARBAS OU SUPERFÍCIES QUE OFEREÇAM RISCO AO USUÁRIO OU DIFICULTEM A HIGIENIZAÇÃO.																
72	AMPLA PARTICIPAÇÃO	CAMA HOSPITALAR - TIPO: FAWLER ELETRICA; USO: ADULTO/INFANTIL	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELETRICA CONSTRUIDA COM ESTRUTURA EM ACO, COM MOVIMENTOS MOTORIZADOS, DOTADA DE GRADES LATERAIS, CABECEIRA E PESEIRA, RODÍZIOS E SISTEMA DE FREIOS; ESTRUTURA EM ACO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM COM PINTURA TIPO ELETROSTATICA DE ALTA RESISTENCIA; LEITO (ESTRADO) ARTICULADO COM MOVIMENTOS PARA FACILITAR OS PROCEDIMENTOS COM ELEVACAO / DESCIDA DA CABECA E JOELHOS DO PACIENTE; SISTEMA DE ELEVACAO E DESCIDA DO LEITO MOTORIZADA C/ ACIONAMENTO POR TECLAS LOCALIZADAS NAS LATERAIS E PESEIRA; DISPOSITIVO PARA RAPIDA MOVIMENTACAO		UNIDADE			10	1						10			**21**

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 69 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			DA CABECEIRA COM ACIONAMENTO MANUAL E INSTANTANEO PARA SITUACOES DE EMERGENCIA; COMANDO DOS MOVIMENTOS MOTORIZADOS ATRAVES DE TECLAS LOCALIZADAS NAS GRADES LATERAIS RETRATEIS (LADOS INTERNO E EXTERNO) E NA PESEIRA PARA CONTROLE DA ENFERMAGEM; SISTEMA DE BLOQUEIO DOS MOVIMENTOS MOTORIZADOS ATRAVES DE TECLA DE COMANDO LOCALIZADO NA PESEIRA; MOTORES COM FUNCIONAMENTO DE EMISSAO DE BAIXO NIVEL DE RUÍDOS; CABECEIRA E PESEIRA FACILMENTE REMOVIVEIS SEM USO DE FERRAMENTAS; 04 (QUATRO) GRADES LATERAIS RETRATEIS COM MOVIMENTACAO INDEPENDENTES COM SISTEMA DE RECOLHIMENTO QUANDO ABAIXADAS; EQUIPADA COM 04 (QUATRO) RODIZIOS REFORCADOS COM DIAMETRO APROXIMADO DE 5" (CINCO) POLEGADAS; SISTEMA DE FREIOS COM ACIONAMENTO DOS RODIZIOS ATRAVES DE PEDAL; BATERIA(S) PARA ALIMENTACAO DO EQUIPAMENTO NA FALTA DE ENERGIA ELETRICA; ALIMENTACAO ELETRICA EM 220V AC/60 HZ OU SISTEMA AUTOMATICO DE TENSAO; CAPACIDADE DE CARGA MAXIMA: NO MINIMO, 180 KG; DIMENSOES MINIMAS APROXIMADAS DO LEITO: 1,90 X 0,90M; MOVIMENTOS: TRENDELEMBURG; TRENDELEMBURG REVERSO; ELEVACAO E DESCIDA DOS JOELHOS; ELEVACAO E DESCIDA DO DORSO (CABECEIRA); ELEVACAO E DESCIDA DO LEITO; ACOMPANHA A CAMA HOSPITALAR: 01 (UM) COLCHAO COM CAPA PROTETORA; 01 (UM) SUPORTE DE SORO EM ACO INOXIDAVEL REMOVIVEL COM AJUSTE DE ALTURA; CONFORMIDADE COM A NORMA NBR VIGENTES OU EQUIVALENTE COM O PAIS DE																

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 70 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			ORIGEM CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA																
73	AMPLA PARTICIPAÇÃO	CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA COM ELEVAÇÃO DE LEITO - ACIMA DE 200KG	ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E ACABAMENTO COM EXCLUSIVA PINTURA EM EPÓXI PÓ. MOVIMENTOS: CABECEIRA, FAWLER, TRENDELEMBURG, REVERSO DO TRENDELEMBURG, CARDÍACO, VASCULAR E ELEVAÇÃO DE ALTURA. GRADES LATERAIS QUÁDRUPLAS, ARTICULÁVEIS E INDEPENDENTES FABRICADAS EM POLIETILENO OU MATERIAL COMPATÍVEL, POSICIONADAS EM ESTRUTURA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E ACABAMENTO EM EXCLUSIVA PINTURA EPÓXI PÓ, DOTADA DE CILINDRO PNEUMÁTICO COM ACIONAMENTO FÁCIL E RÁPIDO, EXECUTADA POR LEVE TOQUE E PRESSÃO. MOTORES E CAIXAS DE COMANDO BLINDADOS, RESISTENTES À ÁGUA, POEIRA E OUTROS RESÍDUOS, ACIONADOS ATRAVÉS DE CONTROLE REMOTO A FIO. CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS FABRICADAS EM POLIETILENO OU MATERIAL COMPATÍVEL. LEITO EM ESTRUTURA TUBULAR COM TAMPOS EM CHAPA METÁLICA PERFURADAS PARA RESPIRO. PARA-CHOQUE DE PROTEÇÃO EM PVC, ENVOLVENDO TODA A EXTENSÃO DA CABECEIRA E PESEIRA. BASE REVESTIDA COM TAMPA DE PROTEÇÃO RESISTENTE A IMPACTOS. RODÍZIOS DE 4 POLEGADAS DE DIÂMETRO, TOTALMENTE EM MATERIAL PLÁSTICO COM FREIOS EM DIAGONAL. CAPACIDADE DE CARGA ACIMA DE 200KG. ACOMPANHA COLCHÃO COMPATÍVEL, MÍNIMO DENSIDADE 33. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220W		UNIDADE			6	2							1			**9**
74	EXCLUSIVO ME/EPP	CAMARA DE CONSERVAÇÃO 150L	CAMARA DE CORSERVAÇÃO VERTICAL, CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA(L): 150, FAIXA DE		UNIDADE	1											1		**2**

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 71 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			TEMPERATURA +2 A +8ºC, GABINETE EXTERNO AÇO INOXIDAVEL, PORTA DE VIDRO COM SISTEMA ANTI-EMBAÇAMENTO E POSSIBILIDADE DE MOLDURA DE ALUMÍNIO ESCOVADO E/OU ABERTURA DESLIZANTE. PRATELEIRAS OU GAVETAS 2A 6 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS OU DESLIZANTES OU 2 A 6 GAVETAS COM OU SEM FRONTAL DE ACRÍLICO E COM CORREDIÇAS SIMPLES, DUPLAS OU TRIPLAS. BASE RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM TRAVA, TENSÃO 220/240V, ISOLAMENTO TÉRMICO - PU INJETADO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDADE ISENTO DE CFC (MM) 75, UNIDADE COMPRESSORA, COMPRESSOR HERMÉTICO AC OU DC A OU AC/DC - ACOPLADO, GÁS REFRIGERANTE R134A ECOLÓGICO, CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA POSSUIR SISTEMA DE EMERGÊNCIAQUE MANTÊM A TEMPERATURA DE 2 A 8ºC NO MÍNIMO DE 48 HORAS, REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE 12 MESES.																
75	EXCLUSIVO ME/EPP	CAMARA DE CONSERVAÇÃO 400L	CAMARA DE CONSERVAÇÃO VERTICAL, CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA(L): 400, FAIXA DE TEMPERATURA +2 A +8ºC, GABINETE EXTERNO AÇO INOXIDAVEL, PORTA DE VIDRO COM SISTEMA ANTI-EMBAÇAMENTO E POSSIBILIDADE DE MOLDURA DE ALUMÍNIO ESCOVADO E/OU ABERTURA DESLIZANTE. PRATELEIRAS OU GAVETAS 4 OU MAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS OU DESLIZANTES OU 4 A 7 GAVETAS COM OU SEM FRONTAL DE ACRÍLICO E COM CORREDIÇAS SIMPLES, DUPLAS OU TRIPLAS. BASE RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM TRAVA, TENSÃO 220/240V, ISOLAMENTO TÉRMICO - PU INJETADO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDADE ISENTO DE CFC (MM) 75, UNIDADE COMPRESSORA, COMPRESSOR HERMÉTICO AC OU DC A OU AC/DC - ACOPLADO, GÁS REFRIGERANTE		UNIDADE											1		**1**

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 72 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126001200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			R134A ECOLÓGICO, CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA POSSUIR SISTEMA DE EMERGÊNCIA QUE MANTÊM A TEMPERATURA DE 2 A 8ºC NO MÍNIMO DE 48 HORAS, REGISTRO NA ANVISA, FABRICAÇÃO DE NO MÁXIMO 12 (DOZE) MESES ANTERIOR A DATA DA ENTREGA E GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES DA DATA DA ENTREGA.															
76	EXCLUSIVO ME/EPP	CARDIOTOCÓGRAFO DIGITAL	CARDIOTOCÓGRAFO DIGITAL PARA MONITORAMENTO GEMELAR EM TEMPO REAL DOS BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS, CONTRAÇÕES UTERINAS E MOVIMENTAÇÃO FETAL PARA AVALIAÇÃO DA VITALIDADE FETAL. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MONITOR COM TELA LCD, RETRÁTIL, DISPLAY DE ALTO BRILHO, COLORIDO, COM TAMANHO MÍNIMO DE 10.2", RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1020X600, DIGITAL. BOTÕES DE OPERAÇÕES TOUCHSCREEN, DE RÁPIDO ACESSO AO MENU DE CONFIGURAÇÕES, IMPRESSÃO, ALARMES E CALIBRAÇÃO; MARCADOR DE MOVIMENTAÇÃO FETAL (FM) AUTOMÁTICA E MANUAL; ALARMES AJUSTÁVEIS DE MONITORAÇÃO DO TOCO E DO FHR PARA BRADICARDIA E TAQUICARDIA. ALÇA PARA TRANSPORTE DO MONITOR FETAL. IMPRESSORA TÉRMICA EMBUTIDA, COM FÁCIL ACESSO PARA REPOSIÇÃO DE PAPEL; PERMITE AJUSTE DA VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM 1, 2, 3 CM/MIN, AJUSTE DO ALARME MÍNIMO E MÁXIMO DA FCF, AJUSTE DAS CONFIGURAÇÕES DA BASELINE E GANHO DO TOCO. PERMITE VISUALIZAR TRAÇADO CARACTERÍSTICO E NÚMERO ABSOLUTO DOS PARÂMETROS: FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL (FCF) EM BATIMENTOS POR MINUTO E CONTRAÇÃO UTERINA. O MOVIMENTO FETAL DEVE SER MOSTRADO NA FORMA CLARA. DEVE PERMITIR INSERÇÃO DOS DADOS DE		UNIDADE			1								1			**2**

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 73 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			IDENTIFICAÇÃO DA PACIENTE, PROGRAMAÇÃO DO TEMPO DE EXAME, REGISTRO DE EVENTOS EXTERNOS COM MARCAÇÃO NO REGISTRO GRÁFICO IMPRESSO E ALARME SONORO E VISUAL PARA ALTERAÇÃO DA FCF, ALARME SONORO E VISUAL PARA TÉRMINO DE PAPEL, ALARME VISUAL E SONORO PARA PERDA DE SINAL DO TRANSDUTOR TOCO E DA FCF. DEVE POSSUIR MEMÓRIA MÍNIMA PARA ARMAZENAR CERCA DE 720 MINUTOS. EMITE ANÁLISE DOS PARÂMETROS AVALIADOS NA CARDIOTOCOGRAFIA: BASAL DA FCF EM BPM, VARIABILIDADE EM BPM, TOTAL DE ACELERAÇÃO TRANSITÓRIA, TOTAL DE DESACELERAÇÃO, CLASSIFICANDO EM PRECOCE, TARDIA, PROLONGADA E VARIÁVEL, TOTAL DE CONTRAÇÕES UTERINAS, TOTAL DE MOVIMENTO FETAL E STV (SHORT TERM VARIATION – VARIAÇÃO DE CURTO PRAZO DA FCF EM MILISSEGUNDOS), DADOS ESTES QUE SÃO IMPRESSOS JUNTO AO GRÁFICO OU VISUALIZADO NA TELA. COMPATÍVEL COM SOFTWARE DE BACKUP DE EXAMES PARA COMPUTADOR, CONFECÇÃO DE LAUDO, IMPRESSÃO EM PDF E EM PAPEL COMUM. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 115-230 V – 50/60HZ, BIVOLT AUTOMÁTICO, PESO MÁXIMO 4,8KG, DIMENSÕES MÁXIMAS: 356 MM X 360 MM X 114 MM, CABO DE ALIMENTAÇÃO DE 1,5 METROS, SAÍDA RS 232, SAÍDA RS 485, BATERIA INTERNA DE LI-ÍON: 7.4V X 2.2 AH (CERTIFICAÇÃO ROHS), TEMPO PARA CARGA COMPLETA DA BATERIA: 6 HORAS COM O MONITOR EM FUNCIONAMENTO, DURAÇÃO MÉDIA DA BATERIA: 4 HORAS COM O EQUIPAMENTO EM USO CONTÍNUO, CARREGADOR DE BATERIA: INTERNO, DEVE TER INTERFACE COM NOTEBOOK E/OU COMPUTADOR PARA BACKUP DOS EXAMES REALIZADOS E POSTERIOR																

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 74 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			GERAÇÃO DE LAUDO ATRAVÉS DE CABO DE REDE. ACESSÓRIOS INCLUSOS: 2 TRANSDUTORES DE ULTRASSOM COM SINAL DE FREQUÊNCIA DOPPLER (2.0 MHZ) - FCF 1 E FCF 2. COMPRIMENTO DO CABO: 1,3 METROS. 1 TRANSDUTOR DE PRESSÃO DE CONTRAÇÃO UTERINA (TOCO). COMPRIMENTO DO CABO: 1,3 METROS. 1 MARCADOR DE MOVIMENTO FETAL (MOVIMENTO FETAL). COMPRIMENTO DO CABO: 1,3 METROS. 3 CINTAS ELÁSTICAS PARA FIXAÇÃO DOS TRANSDUTORES, COM LARGURA DE 5,6 CM E COMPRIMENTO DE 1,40 M (EM REPOUSO). 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES. 01 FRASCO DE GEL CONTATO. 1 BLOCO DE PAPEL TERMO SENSÍVEL DE FÁCIL INSTALAÇÃO. 1 CABO ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE GARANTIA, CR-ROM COM SOFTWARE DE BACKUP DE EXAMES E LAUDO PARA COMPUTADOR. COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS. PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 12 MESES.															
77	EXCLUSIVO ME/EPP	CARRINHO DE EMERGÊNCIA	FABRICADO ATRAVÉS DE PERFIS EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E CANAIS PARA UTILIZAÇÃO DE PORCAS MOLAS DESLIZANTES. COM FECHAMENTOS LATERAIS EM POLIURETANO E FECHAMENTO TRASEIRO EM PLÁSTICO (PVC) COM ESPESSURA DE 3MM. BANDEJAS SUPERIOR E INFERIOR COM DESIGN PARA ACOPLAMENTO DE PERFIS EM ALUMÍNIO COM DIMENSÕES NORMALIZADAS, EM POLIURETANO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 80 KG. 5 GAVETAS SENDO 4 COM ALTURA DE 147MM E 1 INFERIOR COM ALTURA DE 294MM, FABRICADAS EM POLIURETANO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 20 KG POR GAVETA, PUXADORES EM NYLON 6 INJETADO SOB PRESSÃO; COM TRILHO TELESCÓPICO COM 450MM DE PROFUNDIDADE, DE DESLIZAR	LANCO	UNIDADE			3										**3**

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 75 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			SUAVE, QUE PERMITE A TOTAL EXTRAÇÃO DA GAVETA. COM SISTEMA DE LACRE ÚNICO PARA TODAS AS GAVETAS. COMPOSTO POR: 24 DIVISÓRIAS PARA MEDICAÇÃO EM POLIESTIRENO NA 1ª GAVETA NA COR BRANCA, ONDE A MESMA DEVE POSSIBILITAR DIFERENTES CONFIGURAÇÕES DESEJADAS PELO USUÁRIO, AUMENTO ESPAÇOS SE NECESSÁRIOS, POR POSSUIR JUNÇÕES REMOVÍVEIS FABRICADAS EM PS DE ALTO IMPACTO, AS QUAIS PERMITEM MODELAR O CONJUNTO DAS 16 DIVISÓRIAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO CLIENTE. SUPORTE DE OXIGÊNIO EM CHAPA DE AÇO COM VELCRO PARA FIXAÇÃO DO CILINDRO; SUPORTE PARA DESFIBRILADOR, MONITOR, CARDIOVERSOR EM CHAPA DE AÇO; SUPORTE DE SORO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ANODIZADO, AJUSTE DE REGULAGEM DE ALTURA SEM A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, COM GANCHOS EM NYLON 6; TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA EM ACRÍLICO COM ESPESSURA DE 6 MM COM 4 RODÍZIOS DE 100MM DE DIÂMETRO COM GARFO E ARO EM NYLON 6 INJETADO SOB PRESSÃO E BANDA DE RODAGEM EM POLIURETANO, 2 COM TRAVA E 2 SEM TRAVA. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, NAS PARTES CONFECCIONADAS EM ALUMÍNIO E AÇO, A BASE DE RESINA POLIÉSTER COM ESPESSURA MÉDIA DE 80 MICRONS E GRAU DE ADERÊNCIA GR0, CONFORME DIN 53151, COM TEMPO DE EXPOSIÇÃO DE 12 MINUTOS A 200°C. PINTURA LÍQUIDA, NAS PARTES CONFECCIONADAS EM POLIURETANO, A QUAL CONSISTE NA APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE PRIMER A BASE POLIURETANO COM POSTERIOR APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE TINTA DE ACABAMENTO A BASE DE POLIURETANO, COM ESPESSURA																

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 76 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			TOTAL DE 60 MICRA. DIMENSÕES APROXIMADAS: A 1130MM X L 860MM X P 540MM																
78	EXCLUSIVO ME/EPP	CARRINHO INOX COM RODÍZIO PARA ACONDICIONAMENTO DE ROUPA LIMPA	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA CONFECCIONADO EM AÇO INOX - CHAPA 0,80MM DE ESPESSURA, COM ESTRUTURA EM AÇO INOX, O CARRO DEVE POSSUIR ARMÁRIO COM 03 PRATELEIRAS INTERNAS E PORTAS COM FECHADURA. DIMENSÕES: 0,90X0,60X0,90MM; MODELO COM RODÍZIOS DE BORRACHA TERMOPLÁSTICA DE 5" (02 FIXOS E 02 GIRATÓRIOS), 01 TAMPO EXTERNO E 03 PRATELEIRAS INTERNAS E 2 PORTAS, DEVE POSSUIR MANOPLAS PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE DO CARRO.		UNIDADE			4	1										5
79	EXCLUSIVO ME/EPP	CARRINHO INOX PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA	CARRO TRANSPORTE ROUPA SUJA. CARACTERÍSTICAS: CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO 0,80MM DE ESPESSURA COM TAMPA, CHASSI COM PROTEÇÃO DE BORRACHA EM TODA A VOLTA, PÉS COM RODÍZIOS DE 4" EM POLIPROPILENO, COM SISTEMA DE FREIOS EM DIAGONAL, PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, DIMENSÕES APROXIMADAS (VARIAÇÃO ATÉ 10%): 900X600X800MM. GARANTIA DE FÁBRICA. EM CONFORMIDADE COM O INMETRO E COM AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT NO QUE COUBER.		UNIDADE			4	1										5
80	EXCLUSIVO ME/EPP	CARRO DE CURATIVOS - AÇO INOXIDÁVEL, BALDE E BACIA	CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO, TIPO ESTRUTURA: ESTRUTURA TUBULAR 1", TAMPO, PRATELEIRA C/VARANDA, TIPO RODÍZIO:RODÍZIOS DE 2", 2 COM FREIOS, 2 GIRATÓRIOS, ACESSÓRIOS: SUPORTE PARA BALDE E BACIA, OUTROS COMPONENTES: BALDE AÇO INOX 5L, BACIA AÇO INOX ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX; TAMPO E PRATELEIRA CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX; EXTREMIDADES DAS PRATELEIRAS		UNIDADE			3	2										5

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 77 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			COM ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES; VARANDA (GUARNIÇÃO) EM AÇO CARBONO EM VOLTA DAS PRATELEIRAS; SUPORTE DE BALDE E BACIA EM AÇO INOX. ACOMPANHA BALDE EM AÇO INOX COM TAMPA, CAPACIDADE DE 10 LITROS E 20 CM DE DIÂMETRO. ACOMPANHA BACIA EM AÇO INOX DE 30 CM DE DIÂMETRO. PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 50 MM (2") DE DIÂMETRO, COM 2 FREIOS. PESO MÁXIMO SUPORTADO POR PRATELEIRA DISTRIBUÍDOS 20 KG. DIMENSÕES: LARGURA: 0,40 M X ALTURA: 0,88 M X PROFUNDIDADE: 1,10 M GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO															
81	EXCLUSIVO ME/EPP	CARRO DE EMERGÊNCIA COM 4 GAVETAS	CARRO DE EMERGÊNCIA EM PINTURA EPÓXI COM 4 GAVETAS, SENDO A 1ª GAVETA COM DIVISÓRIAS PARA MEDICAMENTOS E A 2ª, 3ª E 4ª GAVETA PARA USO GERAL. NA REGIÃO SUPERIOR MESA PARA PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS. GAVETAS COM TRILHOS TELESCÓPIO. ACOMPANHA SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA, SUPORTE PARA CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR COM REGULAGEM DE ALTURA, TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA E FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS COM EXTENSÃO DO FIO DE ATÉ 1,5 METROS. GARANTIA: 1 ANO		UNIDADE			3	1									**4**
82	AMPLA PARTICIPAÇÃO	CARRO DE MEDICAÇÃO BEIRA LEITO	CARRO DE MEDICAÇÃO BEIRA LEITO, EM AÇO, COM TAMPO EM POLIESTIRENO, COM 6 GAVETAS FECHO UNICO, SUP PARA NOTEBOOK COM SISTEMA ANTI FURTO COM CADEADO, SUPORTES PARA LEITOR, PÉRFURO, LIXEIRA E DOCUMENTOS, RODIZIOS DE 125MM, ALT 033MM X LARG 905MM X PROF 491MM	LANCO	UNIDADE			20											**20**

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 78 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
83	EXCLUSIVO ME/EPP	CARRO MACA COM REGULAGEM DE ALTURA - ELEVAÇÃO DO LEITO + COLCHONETE	CARRO MACA COM ELEVAÇÃO HIDRAULICO COM GRADES LATERAIS ESCAMOTEÁVEIS E PARA-CHOQUES REDONDOS NOS CANTOS. RODIZIOS GIRATÓRIOS REFORÇADOS. ACOMPANHA COLCHONETE, SUPORTE DE SORO E CILINDRO DE OXIGÊNIO. CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 180KG		UNIDADE				2						1				3
84	EXCLUSIVO ME/EPP	CARRO MACA PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PINTADO COM LEITO E GRADES EM INOX	MACA DE TRANSFERÊNCIA (DOIS CARROS): ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: ESTRUTURA/LEITO - AÇO PINTADO / AÇO INOX, COM GRADES LATERAIS, COM SUPORTE DE SORO E COLCHONETE, CABECEIRA COM REGULAGEM DE ALTURA. DUAS BASES EM INOX. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 8 RODÍZIOS DE 5", SENDO 4 PARA CADA CARRO		UNIDADE			1								1			2
85	EXCLUSIVO ME/EPP	CARRO PARA BANHO NO LEITO	MONTAGEM TOTALMENTE MODULAR, COM DIMENSÕES NORMALIZADAS IDEAIS AO ATENDIMENTO DOS LEITOS. FABRICADO COM ESTRUTURAS REFORÇADAS DE PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO COM CANAIS PARA UTILIZAÇÃO DE PORCAS MOLAS DESLIZANTES. DEVERÁ TER A BANDEJA SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO INOX, COM LATERAIS EM ALUMÍNIO INJETADO SOB PRESSÃO, PARTES FRONTAL E TRASEIRA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, E PARTE INTERNA EM CHAPA DE AÇO LAMINADA COM PUXADOR LATERAL EM NYLON 6 INJETADO SOB PRESSÃO, RESISTENTES A ÁGUA. SER COMPOSTO POR 2 GAVETAS DE 147MM DE ALTURA EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, COM LATERAIS INTERNAS EM ALUMINIO, COM CHAVE E COM TRILHOS TELESCÓPICOS, BEM COMO 01 COMPARTIMENTO INFERIOR DUPLO, COM 2 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA COM PORTA FRONTAL, ESPAÇOS ESTES SUFICIENTES PARA ACOMODAREM TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS ÀS ROTINAS DIÁRIAS. COM 04	LANCO	UNIDADE			5											5

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 79 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126001200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			RODÍZIOS DE 75MM DE DIÂMETRO, TOTALMENTE INOXIDÁVEIS, COM GARFO E ARO EM NYLON 6 INJETADO SOB PRESSÃO COM BANDA DE RODAGEM EM POLIURETANO THERMOLLAN TC 9005A COM DUREZA 90 SHORE "A", RESISTENTES A HIPOCLORITO DE SÓDIO, SENDO 2 COM TRAVA DE FÁCIL ACIONAMENTO E 2 SEM TRAVA. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ A BASE DE RESINA POLIÉSTER COM ESPESSURA MÉDIA DE 80 MICRONS E GRAU DE ADERÊNCIA GR0, CONFORME DIN 53151, COM TEMPO DE EXPOSIÇÃO DE 12 MINUTOS A 200°C, COM ACABAMENTO MICROTEXTURIZADO. DIMENSÕES APROXIMADAS: A 850MM X L 900MM X P 490MM																
86	EXCLUSIVO ME/EPP	CARRO PARA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS COM SISTEMA DE CAIXAS BASCULANTES	CARRO PARA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM DOSE UNITÁRIA INDIVIDUALIZADA COM SISTEMA DE CAIXAS BASCULANTES A 1090MM X L 700MM X P 570MM STANDARD: A 1090MM X L 656MM X P 590MM; COMPOSIÇÃO: PERFIS ESTRUTURAIS LATERAIS EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, BANDEJA SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO SAE 1010 FOSFATIZADA COM LATERAIS INTERNAS EM ALUMÍNIO, COM PUXADOR TRASEIRO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, COM GRADE DE PROTEÇÃO. 40 CAIXAS BASCULANTES PARA MEDICAMENTOS EM POLICARBONATO, NAS DIMENSÕES A165MM X L150MM X P129MM, BANDEJA INFERIOR EM CHAPA DE AÇO SAE 1010 FOSFATIZADA COM LATERAIS INTERNAS EM ALUMÍNIO, RODÍZIOS DE 100 MM DE DIÂMETRO COM GARFO EM NYLON E BANDA DE RODAGEM EM POLIURETANO, SENDO 2 SEM TRAVA E 2 COM TRAVA DE FÁCIL ACIONAMENTO ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ CAIXA EXTERNA	LANCO	UNIDADE			2											**2**

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 80 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			FABRICADA EM POLICARBONATO BRANCO INJETADO SOB PRESSÃO CAIXA INTERNA FABRICADA EM POLICARBONATO CRISTAL INJETADO SOB PRESSÃO.																
87	EXCLUSIVO ME/EPP	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO	TIPO COMPRESSOR COM NO MÍNIMO 4 SAÍDAS, BAIXO RUÍDO. POTÊNCIA 1/4 DE HP COM SUPORTE E RODÍZIO.		UNIDADE								5						5
88	EXCLUSIVO ME/EPP	CPAP - APARELHO COM GERADOR E UMIDIFICADOR	CPAP - APARELHO COM GERADOR E UMIDIFICADOR CPAP PARA CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAIS: COM UNIDIFICADOR COM COMPENSAÇÃO PARA USO NEONATAL. INCLUSO CIRCUITO DE CPAP NEONATAL COMPLETO Nº 0, 1, 2, 3, 4 E 5.		UNIDADE				1										1
89	EXCLUSIVO ME/EPP	CUBA ULTRASSONICA DIGITAL	AJUSTE DIGITAL, COM PAINEL DE CONTROLE, 5 CICLOS DE LIMPEZA, COM AQUECIMENTO, CUBA INOX, CAPACIDADE MÍNIMA: 2,1 L COM TEMPORIZADOR ATÉ 30 MIN, COMPONENTES: COM TAMPA, ADICIONAL: COM CESTO REMOVÍVEL. GARANTIA: 1 ANO		UNIDADE				1										1
90	EXCLUSIVO ME/EPP	CUFÔMETRO MEDIDOR DE PRESSÃO DE CUFF	CUFÔMETRO MEDIDOR DE PRESSÃO DE CUFF - MEDIDOR PRESSÃO DO BALONETE (CUFF) DO TUBO ENDOTRAQUEAL; AJUSTE DA PRESSÃO DO CUFF PODE SER REALIZADO ROTINEIRAMENTE EM SEGUNDOS SEM COMPROMETER A TERAPIA DO PACIENTE; COM MONITOR INTEGRADO DE PRESSÃO INDICANDO A FAIXA IDEAL DA PRESSÃO DO CUFF; BOMBA DE CALIBRAÇÃO COM BOTÃO DE ALÍVIO DE PRESSÃO; CONSTITUÍDO POR UM MANÔMETRO MECÂNICO EM METAL RÍGIDO, COM MOSTRADOR VEDADO POR TAMPA TRANSPARENTE E UM BULBO (PÊRA); ESCALA QUE PERMITE A LEITURA DIRETA DA PRESSÃO DE 0 ATÉ 120 CMH2O; O BULBO (PÊRA), ELEMENTO DE FORMATO ANATÔMICO, É CONFECCIONADO EM MATERIAL LÁTEX		UNIDADE			1										1

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 81 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			FLEXÍVEL, O QUAL ACIONADO MANUALMENTE TEM COMO OBJETIVO INSUFLAR O CUFF (BALÃO) DA SONDA; UMA CONEXÃO LATERAL TIPO LUER MACHO, DÁ SAÍDA AO AR QUE IRÁ INSUFLAR O CUFF DA SONDA																
91	EXCLUSIVO ME/EPP	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, TELA LCD COLORIDO DE DE NO MÍNIMO 4.3". EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR TECNOLOGIA DE CHOQUE: FORMA DE ONDE BIFÁSICA EXPONENCIAL TRUNCADA; PROTOCOLO DE ENERGIA ESCALONADO OU CONFORME DIRETRIZES DA AMERICAN HEART ASSOCIATION (AHA); TEMPO DE CARGA INFERIOR A 10 SEGUNDOS PARA PRONTIDÃO DE CHOQUE. INTELIGÊNCIA DE ANÁLISE: ALGORÍTIMO DE DETECÇÃO QUE ANALISA O COMPLEXO QRS E OUTROS PARÂMETROS DO ECG E SENSIBILIDADE RIGOROSAMENTE CALIBRADO PARA NÃO DAR CHOQUE EM RITMOS ORGANIZADOS OU ASSISTOLIA. COMANDO DE VOZ EM PORTUGUÊS E INDICADORES LUMINOSOS (LEDS). PAS ADESIVAS E DESCARTÁVEIS (ADULTO E PEDIÁTRICO). GRAU DE PROTEÇÃO IP55 OU SUPERIOR. BATERIA RECARREGAVEL OU BATERIA DE LONGA DURAÇÃO, NÃO RECARREGÁVEL, COM VIDA ÚTIL EM STANDBY DE NO MÍNIMO 2 ANOS. MÍNIMO DE 200 CHOQUES OU 10HS DE MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA. O EQUIPAMENTO REALIZA TESTES DIÁRIOS, SEMANAIS E MENSAIS NOS CIRCUITOS INTERNOS, BATERIA E PRESENÇA DAS PÁS, INDICANDO O STATUS POR UMA LUZ COLORIDA		UNIDADE				1										**1**
92	EXCLUSIVO ME/EPP	DERMATOSCÓPIO DIGITAL	DERMATOSCÓPIO DIGITAL DE ESTRUTURA EM ALUMINIO OU OUTRO MATERIAL LEVE, POSSUIR BOTÃO INDICATIVO DE CARGA DE BATERIA, LENTE DE 25MM DE DIÂMETRO,		UNIDADE			1											**1**

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 82 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126001200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			POSSUIR NO MÍNIMO 10 LEDS UV DE ALTA POTÊNCIA, NO MÍNIMO 12 16 LEDS BRANCOS DE ALTA POTÊNCIA, LUZ POLARIZADA/DESPOLARIZADA, LENTE ADICIONAL PARA IMERSÃO, BATERIA RECARREGÁVEL DE LÍTIO																
93	AMPLA PARTICIPAÇÃO	DESFIBRILADOR/ CARDIOVERSOR	DESFIBRILADOR, CARDIOVERSOR, MONITOR E DEA PORTÁTIL COM TECNOLOGIA DE ONDA BIFÁSICA, COM NÍVEL DE ENERGIA DE NO MÍNIMO 200J. POSSIBILIDADE DE DESFIBRILAÇÃO EM MODO SINCRONIZADO (CARDIOVERSÃO) E NÃO SINCRONIZADO DESFIBRILAÇÃO MANUAL COM ESCALA, SELECIONÁVEL NO PAINEL FRONTAL E NAS PÁS DE DESFIBRILAÇÃO, COM BOTÕES DEDICADOS PARA SELEÇÃO DE ENERGIA, CARGA E CHOQUE. PÁS DE DESFIBRILAÇÃO EXTERNA ADULTA COM PEDIÁTRICA EMBUTIDA; DEVE PERMITIR A CARGA DE ENERGIA (200J) EM ATÉ 5 SEGUNDOS COM A BATERIA TOTALMENTE CARREGADA; MONITOR DE ECG COM TRAÇADO CONTÍNUO ATRAVÉS DE TELA LCD COLORIDA DE ALTA RESOLUÇÃO COM NO MÍNIMO 7 POLEGADAS; DEVE POSSUIR DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE MARCAPASSO; CAPTAÇÃO DO ECG ATRAVÉS DE CABO DE PACIENTE, ELETRODO DE MULTIFUNÇÃO OU ATRAVÉS DAS PÁS EXTERNAS; ELETRODOS DE DESFIBRILAÇÃO E PÁ DE DESFIBRILAÇÃO DEVEM UTILIZAR O MESMO CONECTOR. DEVE POSSUIR MODOS MANUAL E SEMI-AUTOMÁTICO DE DESFIBRILAÇÃO (DEA); DEVE POSSUIR MARCAPASSO; REGISTRO DE ECG ATRAVÉS DE PAPEL COM LARGURA MÍNIMA E 50MM, MANUAL OU AUTOMÁTICO, APÓS DESFIBRILAÇÃO OU QUALQUER EVENTO ACIONADOR DE ALARME; DEVE REALIZAR		UNIDADE			1	3										4

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 83 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126001200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			AUTOTESTE PARA VERIFICAR A FUNCIONALIDADE DO EQUIPAMENTO, CARGA E DESCARGA DO CHOQUE E CARGA DA BATERIA; FONTE INTERNA PARA ALIMENTAÇÃO EM REDE ALTERNADA 110/220V AUTOMÁTICO E RECARGA DA BATERIA; BATERIA RECARREGÁVEL DE ÍON LÍTIO COM AUTONOMIA MÍNIMA PARA 2 (DUAS) HORAS DE MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA DE ECG SEM A NECESSIDADE DE TROCA OU RECARGA DURANTE ESTE PERÍODO; BATERIAS COM FÁCIL REMOÇÃO PARA TROCAS PODENDO SER FEITA PELO PRÓPRIO USUÁRIO, SEM A NECESSIDADE DE DESMONTAR O EQUIPAMENTO, AS MESMAS DEVE POSSUIR LEDS DE INDICAÇÃO DO NIVEL DA CARGA. DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE LÍQUIDOS (LIGADO COM BATERIA) IGUAL OU SUPERIOR A IP44; DEVE PESAR NO MÁXIMO 7,5KG (+/- 10%) COM A BATERIA INSTALADA. O EQUIPAMENTO DEVE ESTAR ENQUADRADO NA NORMA EN1789, OU, IEC 68-2-32. ACESSÓRIOS MÍNIMOS: 01 (UM) CONJUNTO DE PÁS EXTERNAS; 01 (UM) CABO DE PACIENTE DE 5 VIAS; 01 (UMA) BATERIA RECARREGÁVEL; 03 (TRÊS) BLOCOS OU ROLOS DE PAPEL PARA REGISTRADOR; 01 (UM) CABO DE ALIMENTAÇÃO. GARANTIA: 12 MESES. NÃO ACEITAMOS EQUIPAMENTO COM FABRICAÇÃO SUPERIOR A 12 MESES															
94	EXCLUSIVO ME/EPP	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL	SONAR/DETECTOR FETAL DE MESA COM INDICADOR DIGITAL DE BATIMENTOS CÁRDIO-FETAIS, ALIMENTADO POR CORRENTE DE 110/220V, COM TRANSDUTOR, ESTETOFONE INDIVIDUAL, AMPLIFICADOR QUE POSSIBILITE SOM CLARO, VOLUME E TONALIDADE REGULÁVEIS, ACUIDADE QUE PERMITA DETECÇÃO A PARTIR DA 10ª SEMANA DE		UNIDADE		2	8	8				6			1			**25**

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 84 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			GESTAÇÃO. DETECTOR FETAL DE MESA, FAIXA DE MEDIÇÃO DE FCF: 30 A 240 BPM; CICLAGEM DE 6.000 A 60.000 E FREQUÊNCIA DE TRABALHO 2MHZ ±10% ALIMENTAÇÃO CHAVEADA QUE OPERA DE 110 A 230 V ±10% E FREQUÊNCIA DE 50/60HZ DIÂMETRO MÁXIMO DO FOCO ULTRASSÔNICO: 50 MM; PROFUNDIDADE MÁXIMA DO FEIXE ULTRASSÔNICO: 200 A 250 MM; CONTROLE DE VOLUME DIGITAL: 9 NÍVEIS (CONTROLE DE TONALIDADE DIGITAL: 10 NÍVEIS (ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO GABINETE; SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM; POSSUI FUSÍVEL DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA DA CORRENTE ELÉTRICA; PESO LÍQUIDO: 1,8KG DIMENSÕES: (L.P.A) 217X250X100MM; POTENCIA: 32 VA / 15W; POTENCIA ULTRASSÔNICA: 5MH/CM² EQUIPAMENTO COM DISPLAY DIGITAL LCD COM CAPACIDADE DE DEMONSTRAR OS BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS NA FAIXA DE 30 A 240 BPM (BATIMENTOS POR MINUTO)																	
95	EXCLUSIVO ME/EPP	DINAMÔMETRO DIGITAL	DINAMÔMETRO DIGITAL, DISPLAY LCD, FUNÇÃO PEAK HOLDE CONECTIVIDADE PARA EXPORTAÇÃO DE DADOS. ACOMPANHA MALETA E PONTEIRAS DE MEDIÇÃO.		UNIDADE			1											**1**
96	EXCLUSIVO ME/EPP	DIVÃ CLINICO/MESA DE EXAMES	ESTRUTURA FIXA, AÇO/FERRO PINTADO, COM TRAVAMENTO ENTRE A CABECEIRA E A INFERIOR, LEITO ACOLCHOADO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE (ESPESSURA DA ESPUMA D-33) COM NO MÍNIMO 7 CM DE ALTURA E TOTALMENTE REVESTIDA COM REVESTIMENTO EM CORVIM DE 1MM, COM SUPORTE PARA PAPEL, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA, ACABAMENTO EM PINTURA, ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA EPÓXI - POLIESTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA COM RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA.		UNIDADE			2								7		**9**

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 85 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			ESTRUTURA COM TRAVAMENTO NAS PERNAS NO SENTIDO HORIZONTAL (DA CABECEIRA AOS PÉS). COM REGULAGEM MANUAL POR MEIO DE CREMALHEIRA DE INOX, SUPORTE PARA PAPEL LENÇOL, PUXADORES ESMALTADOS. CAPCIDADE DE CARGA ATÉ 180KG. MEDIDAS APROXIMADAS: 1,90 (C)X0,75(L)X0,80(A)																
97	AMPLA PARTICIPAÇÃO	EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO DE BIOQUÍMICA	FUNÇÕES DO SISTEMA: EQUIPAMENTO DISCRETO, AUTOMATIZADO, SENDO UM EQUIPAMENTO DE BANCADA, COM SISTEMA ABERTO E QUE CONTENHA UM SISTEMA PARA INCLUSÃO DE AMOSTRAS DE EMERGÊNCIA. DESEMPENHO: NO MÍNIMO 200 TESTES FOTOMÉTRICOS POR HORA, ATÉ 400 TESTES POR HORA COM ISE. PRINCÍPIOS DE MEDIÇÃO: FOTOMETRIA DE ABSORBÂNCIA, TURBIDIMETRIA. TECNOLOGIA DE ELETRODO DE ÍON SELETIVO METODOLOGIAS: PONTO FINAL, TEMPO FIXO, CINÉTICO, ISE OPCIONAL, MONO E BI REAGENTES BIOQUÍMICOS, MONOCROMÁTICAS / BICROMÁTICAS. SISTEMA ABERTO. MANUSEIO DE AMOSTRAS E REAGENTES: RACK DE REAGENTES E AMOSTRAS: 45-100 POSIÇÕES PARA REAGENTES E PARA AMOSTRAS. COMPARTIMENTOS REFRIGERADOS 24 HORAS (2~12°C). AGULHA DE REAGENTES E AMOSTRAS: DETECÇÃO DO NÍVEL DE LÍQUIDO, PROTEÇÃO CONTRA COLISÕES HORIZONTAIS E VERTICAIS, VERIFICAÇÃO DE INVENTÁRIO, PRÉ AQUECIMENTO DOS REAGENTES E DETECÇÃO DE COÁGULOS OPCIONAL. LIMPEZA DA AGULHA: LAVAGEM INTERNA E EXTERNA AUTOMÁTICA ARRASTE < 0.05%, DILUIÇÃO AUTOMÁTICA DAS AMOSTRAS: PRÉ E PÓS DILUIÇÕES HOMOGENEIZAÇÃO: MIXER INDEPENDENTE. LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA INTERNO DISPONIVEL PARA DIVERSOS		UNIDADE				1										1

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 86 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			SISTEMAS, INCLUINDO CODABAR, ITF (DOIS DE CINCO INTERCALADOS), CODE 128, CODE 39, UPC/EAN, CODE 93. COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL COM LIS. SISTEMA DE REAÇÃO DISCO DE REAÇÃO: 80 CUBETAS REUTILIZÁVEIS VOLUME DE REAÇÃO: 100~360 L TEMP. DE REAÇÃO: 3 7 ± 0.1 LAVAGEM DAS CUBETAS AUTOMÁTICAS: ESTAÇÃO DE LAVAGEM COM ÁGUA E DETERGENTE PRÉ AQUECIDOS. SISTEMA ÓPTICO FONTE DE ILUMINAÇÃO: LÂMPADA DE TUNGSTÊNIO-HALOGÊNEO COMPRIMENTO DE ONDA: 12 COMPRIMENTOS DE ONDA, 340NM, 380NM, 412NM, 450NM, 505NM, 546NM, 570NM, 605NM, 660NM, 700NM, 740NM, 800NM. INTERVALO DE ABSORÇÃO: 0-3.5 ABS, RESOLUTION 0.0001ABS 4.9 ABS. CONTROLE E CALIBRAÇÃO MODOS DE CALIBRAÇÃO: LINEAR (UM PONTO, DOIS PONTOS E MULTIPONTOS), LOGIT-LOG 4P, LOGIT-LOG 5P, SPLINE, EXPONENCIAL, POLINOMIAL, PARÁBOLA REGRAS DE CONTROLE: REGRAS DE WESTGARD, LEVEY-JENNINGS, SOMA CUMULATIVA, UNIDADE OPERACIONAL. DISPONIBILIDADE PARA INTERFACE WINDOWS 10, RS-232. VOLTAGEM NECESSÁRIA DE 200-240V, COM DIMENSÕES APROXIMADAMENTE DE: 862 MM (L) × 659 MM (P) × 552 MM (A). APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA DECLARAÇÃO DO FABRICANTE/IMPORTADOR DO EQUIPAMENTO AUTORIZANDO SUA COMERCIALIZAÇÃO. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ INSTALAR O EQUIPAMENTO, COMPUTADOR COMPLETO COM NOBREAK SENOIDAL ADEQUADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ELÉTRICAS DO EQUIPAMENTO NO LABORATÓRIO E FORNECER TREINAMENTO AOS OPERADORES. BEM COMO FORNECER KIT INICIAL DE REAGENTES, CALIBRADORES E CONTROLES																

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 87 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			PARA A INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS INCLUSAS PELO PRAZO DE GARANTIA DE 1 ANO SENDO QUE QUALQUER FALHA MECÂNICA SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA EMPRESA QUE ATENDERÁ A LICITAÇÃO. INCLUSA NO ATO DA COMPRA.																
98	EXCLUSIVO ME/EPP	EQUIPAMENTO PORTÁTIL GASOMETRIA	EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO PARA TESTES DE GASOMETRIA, PORTÁTIL, QUE REALIZE OS TESTES: PH, PCO2, PO2, TCO2, NA+, K+, CL-, CA+2), GLICOSE, LACTATO, HCT, CREA, BUN, UREA, CHGB CHCO3-, CTCO2, BE(ECF), BE(B), CSO2, AGAP, AGAPK, BUN/CREA, UREA/CREA, A, A-A, A/A; TIPOS DE AMOSTRAS: SANGUE TOTAL (ARTERIAL, VENOSO E CAPILAR), VOLUME DE AMOSTRA MÍNIMO DE 92 MICROLITROS; TEMPO DE RESULTADO DE ATÉ 1 MINUTO, COM CALIBRAÇÃO EXECUTADA ANTES DE CADA TESTE. OS REAGENTES DEVEM SER À TEMPERATURA AMBIENTE. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR AUTONOMIA DE BATERIA QUE PERMITA A EXECUÇÃO DE NO MÍNIMO 50 CARTÕES TESTE SEM NECESSIDADE DE ENERGIA. DISPLAY TOUCHSCREEN PARA FACILITAR O USO. ARMAZENAMENTO DE DADOS: 499 TESTES, 2000 TESTES QA E 4000 OPERADORES. É RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA O FORNECIMENTO DE TODOS ACESSÓRIOS E DESCARTÁVEIS PARA 100 TESTES E ASSESSORIA CIENTIFICA E TREINAMENTO TÉCNICO SEMPRE QUE SOLICITADO.		UNIDADE			2										**2**
99	EXCLUSIVO ME/EPP	ESCADA COM RAMPA E APOIO (REVERSÍVEL)	ESCADA COM RAMPA (DE 3 OU 4 DEGRAUS), COM RAMPA E APOIO. REVERSÍVEL, PERMITINDO MONTAR O EQUIPAMENTO TANTO NO FORMATO “L” QUANTO LONGITUDINAL		UNIDADE						1								**1**

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 88 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			(RETA), AJUSTE DAS BARRAS EM DOIS NÍVEIS, ESCADA COM LIXA ANTIDERRAPANTE E RAMPA COM PISO ANTIDERRAPANTE. CONFECCIONADA EM MADEIRA OU MDF. MEDIDAS APROXIMADAS: 1,30 DE COMPRIMENTO																
100	EXCLUSIVO ME/EPP	ESCADA INOX COM 2 DEGRAUS REFORÇADA	ESTRUTURA EM TUBO 3/4 REDONDO DE AÇO INOXIDAVEL EM TODA A ESTRUTURA, PISO EM CHAPA DE AÇO INOX REVESTIDO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE E PROTEÇÃO DE CINTA INOX EM TODA VOLTA, PÉS COM PONTERAS. SUPORTA ATÉ 150 KG. TUBOS DA LATERAL REFORÇADOS		UNIDADE			10	30										**40**
101	EXCLUSIVO ME/EPP	ESTEIRA ERGOMÉTRICA DOBRÁVEL	ESTEIRA ERGOMETRICA DOBRÁVEL, COM 6 AMORTECEDORES INTERNOS, CHAVE DE SEGURANÇA E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. MONITORAMENTO COMPLETO: VELOCIDADE, DISTÂNCIA, TEMPO, CALORIAS E BATIMENTOS EM TEMPO REAL. PERMITIR AJUSTE DE VELOCIDADE BAIXA E SEGURA (1KM/H) APRESENTAR PEGADORES NAS LATERAIS. VELOCIDADE MÁXIMA 10KM/H. POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR: 2.0HPM, DOBRÁVEL HORIZONTAL E VERTICAL COM RODINHAS INTEGRADAS. SUPORTA CARGA ATÉ 100KG. TENSÃO: 220V OU BIVOLT		UNIDADE						1									**1**
102	EXCLUSIVO ME/EPP	FOCO AUXILIAR LED	TEMPERATURA DA COR: 6000 K, INTENSIDADE LUMINOSA: 5000LUX. CAMPO LUMINOSO-DIÂMETRO APROX. : 660MM. TENSÃO 127 - 220 VAC (FULL RANGE); POTÊNCIA 255VA; SENSOR IR SIM; PUXADOR AUTOCLAVÁVEL SIM; QUANTIDADE DE LEDS 8; BASE METÁLICA COM RODÍZIOS TRAVÁVEIS. POTÊNCIA DOS LEDS 3W; NÍVEIS DE INTENSIDADE: 1 16.500 LUX; 2 23.500 LUX; 3 28.500 LUX		UNIDADE			4										**4**

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 89 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
103	EXCLUSIVO ME/EPP	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	ILUMINAÇÃO LED COM HASTE FLEXIVEL CROMADA, ALTURA REGULÁVEL, BASE TUBULAR COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ FUNDO ANTI-FERRUGEM E PÉS COM RODÍZIOS. COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO, COMO PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA. BASE DO PEDESTAL EM AÇO CARBONO, COM 04 RODÍZIO. SENDO 02 RODÍZIOS COM TRAVA/FREIOS. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 127 À 220 V (BIVOLT), 50/60 HZ. INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA. LÂMPADA DE LED EMBUTIDA 250 LUMENS, 6500K BRANCA. BASE DESMONTÁVEL DE FÁCIL MONTAGEM ATRAVÉS DE ROSQUEAMENTO. DIMENSÕES DO PRODUTO. ALTURA REGULÁVEL MÁXIMA: 1,5 MT - MÍNIMA: 1,0 MT. BASE: 40 CM (C) X 40 CM (L) COMPRIMENTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO: 2 MT VIDA ÚTIL DA LÂMPADA: APROX. 25 MIL HORAS		UNIDADE				1											1
104	EXCLUSIVO ME/EPP	FREEZER LABORATORIAL CIENTÍFICO	LABORATÓRIO: EQUIPAMENTO VERTICAL DE BAIXA TEMPERATURA COM FAIXA DE OPERAÇÃO AJUSTÁVEL ENTRE -10°C A -35°C OU -15°C A -40°C, PROGRAMADO DE FÁBRICA EM -30°C. CAPACIDADE 380 LITROS, 04 PRATELEIRAS. FABRICADO EXTERNAMENTE EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ ALTAMENTE RESISTENTE, SUA CAMADA PASSA POR UM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, GARANTINDO DURABILIDADE E UM FINO ACABAMENTO. FABRICADO INTERNAMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL. CONTROLADOR DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO DIGITAL COM SENHA DE SEGURANÇA PARA ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS E CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC, TECLA		UNIDADE			1											1

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 90 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			PARA EXIBIÇÃO DAS TEMPERATURAS MÍNIMA E MÁXIMA COM FUNÇÃO RESET (CONFORME EXIGÊNCIA DA ANVISA), ALARMES DE PORTA ABERTA, DESVIO DE TEMPERATURA INTERNA E ANORMALIDADES NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, SINALIZADOR LUMINOSO PARA INDICAR QUANDO OS COMPRESSORES DE REFRIGERAÇÃO ESTIVEREM EM USO, ENTRE OUTROS EVENTOS. SISTEMA DE MONITORAMENTO REMOTO CONNECT CONTROL, POSSIBILITANDO A EXTRAÇÃO DE DADOS, EVENTOS OCORRIDOS, GRÁFICOS E RELATÓRIOS ATRAVÉS DE ACESSO REMOTO VIA WI-FI PARA GERAR E EXPORTAR INFORMAÇÕES (SOFTWARE GRATUITO). BATERIA COM CARREGADOR AUTOMÁTICO PARA ALIMENTAÇÃO DE TODO O SISTEMA ELETRÔNICO E SISTEMA DE ALARMES NA FALTA DE ENERGIA. DISCADORA TELEFÔNICA AUTOMÁTICA RESPONSÁVEL POR REALIZAR CHAMADAS (LIGAÇÃO) E EMITIR ALERTA SONORO PARA ATÉ 10 NÚMEROS (FIXO OU CELULAR) SEMPRE QUE HOUVER FALHA NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR HERMÉTICO DE ALTA PERFORMANCE COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E GASES REFRIGERANTES ECOLOGICAMENTE CORRETOS QUE NÃO AGRIDEM O MEIO AMBIENTE (LIVRES DE CFC). CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADA NO INTERIOR DO FREEZER COM EVAPORADOR EM INOX TIPO ALETADO E DIRECIONADOR DE AR TRASEIRO COM BLOCOS CRIOGÊNICOS PARA AUXILIAR A MANUTENÇÃO DO FRIO, GARANTINDO EXCELENTE UNIFORMIDADE DA TEMPERATURA INTERNA. ISOLAMENTO TÉRMICO DE 75MM DE ESPESSURA COM ALTO PODER DE ISOLAÇÃO, SOB A INJEÇÃO DE															

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 91 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, PROPORCIONANDO RÁPIDA RECUPERAÇÃO DA TEMPERATURA EM ABERTURA DE PORTAS E UM AMBIENTE MAIS ESTÁVEL E HOMOGÊNEO PARA O MATERIAL ARMAZENADO. PORTA FRONTAL SOB O FECHAMENTO DE GAXETAS DUPLAS NOS QUATRO LADOS. SISTEMA DE AQUECIMENTO ATRAVÉS DE UMA LINHA DE GÁS QUENTE INSTALADA SOB AS BORDAS DO EQUIPAMENTO, PARA EVITAR A FORMAÇÃO DE GELO, CONDENSAÇÃO E UMIDADE. SISTEMA DE DEGELO AUTOMÁTICO (SECO), ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA, COM EVAPORAÇÃO DO CONDENSADO. SISTEMA ELÉTRICO ASSEGURADO POR CHAVE GERAL DE ENERGIA, CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUGUE DE TRÊS PINOS (2P+T), CONFORME AS NORMAS ABNT NBR 14136. EQUIPAMENTO MONTADO SOBRE RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM FREIO PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO SEM A NECESSIDADE DE GRANDES ESFORÇOS. TENSÃO ELÉTRICA 220V – 60HZ. GARANTIA DE 24 MESES SOBRE DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. EQUIPAMENTO DEVIDAMENTE REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA CLASSE DE RISCO II															
105	EXCLUSIVO ME/EPP	INCUBADORA NEONATAL	INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA) 1. FINALIDADE: A INCUBADORA NEONATAL ESTACIONÁRIA É UM EQUIPAMENTO HOSPITALAR UTILIZADO EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL (UTI NEONATAL), BERÇÁRIOS E MATERNIDADES, DESTINADO AO CUIDADO DE RECÉMNASCIDOS PREMATUROS OU COM CONDIÇÕES CLÍNICAS QUE EXIGEM SUPORTE ESPECIAL. TEM POR FINALIDADE A MANUTENÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL, CONTROLE DE	FANEN	UNIDADE			1											**1**

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 92 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			UMIDADE, PROTEÇÃO CONTRA INFECÇÕES, SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO CLÍNICO. 45 2. CARACTERÍSTICAS GERAIS: CÚPULA: CÚPULA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE DE PAREDES DUPLAS NAS LATERAIS E NA PARTE SUPERIOR PARA EVITAR A PERDA DE CALOR POR RADIAÇÃO; POSSUIR TRAVA DE SEGURANÇA E/OU MECANISMO DE AMORTECIMENTO PARA FECHAMENTO SUAVE DA CÚPULA PARA EVITAR ACIDENTES; POSSUIR PORTAS DE ACESSO REBATÍVEL EM AMBOS OS LADOS; ACESSO PELAS PORTINHOLAS BILATERALMENTE PARA QUE SE PERMITA 2 (DOIS) PROFISSIONAIS, PELO MENOS, TRABALHANDO AO MESMO TEMPO; POSSUI PELO MENOS 5 PORTINHOLAS OVAIS COM SISTEMA DE TOQUE DE COTOVELO E FECHAMENTO SOBRE GUARNIÇÃO DE MATERIAL ATÓXICO, GARANTINDO O ISOLAMENTO E A CONDIÇÃO DE LEVE PRESSÃO POSITIVA DENTRO DA CÂMARA; POSSUIR PELO MENOS UMA PORTINHOLA DO TIPO ÍRIS, PERMITINDO A PASSAGEM E POSICIONAMENTO DE CIRCUITOS DE RESPIRADORES, FACILITANDO AS MANOBRAS DE INTUBAÇÃO, SEM ALTERAR AS CONDIÇÕES DO AMBIENTE; VEDAÇÃO DAS PORTINHOLAS PARA CONTROLE DO MICROCLIMA INTERNO, CONSTRUÍDAS EM SILICONE ATÓXICO E AUTOCLAVÁVEL; POSSUIR NO MÍNIMO 8 (OITO) PASSA-TUBOS NAS LATERAIS DA CÚPULA (INFUSÃO, VENTILADORES, NEBULIZADORES). CONSTRUÇÃO: EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE EM MATERIAL PLÁSTICO DE ENGENHARIA OU LIGAS METÁLICAS RESISTENTES À OXIDAÇÃO (AÇO INOXIDÁVEL, ALUMÍNIO ANODIZADO OU EQUIVALENTE), DESDE QUE GARANTAM																

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 93 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			RESISTÊNCIA À CORROSÃO, FACILIDADE DE ASSEPSIA EVITANDO PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS E ATENDIMENTO ÀS NORMAS APLICÁVEIS. SUPORTE COM RODÍZIOS DE PELO MENOS 4" (POLEGADAS) E FREIOS; LEITO DO PACIENTE CONSTRUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO E RADIOTRANSPARENTE, PERMITINDO O PROCEDIMENTO DE RADIOGRAFIA SEM REMOVER O PACIENTE, AJUSTES DO LEITO NAS POSIÇÕES MÍNIMAS DE TRENDELENBURG E PRÓCLIVE, SEM ABRIR A CÚPULA E SEM QUALQUER PONTO DE ELÉTRICA; POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DO LEITO PARA FORA DA CÚPULA, NA PARTE FRONTAL, ATRAVÉS DE TRILHOS, COM TRAVA DE SEGURANÇA; MECANISMO DE INCLINAÇÃO DO LEITO COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE MANÍPULOS EXTERNOS EM PLÁSTICOS DE ENGENHARIA OU LIGAS METÁLICAS RESISTENTES À OXIDAÇÃO (COMO ALUMÍNIO ANODIZADO OU AÇO INOXIDÁVEL), QUE NÃO COMPROMETAM OS REQUISITOS DE DESEMPENHO, SEGURANÇA ELÉTRICA E ASSEPSIA PREVISTOS NA IEC 60601-2- 19, PERMITINDO POSICIONAMENTO DO LEITO EM TRENDELEMBURG, REVERSO (PRÓCLIVE), HORIZONTAL ALTA E HORIZONTAL BAIXA, SEM NECESSIDADE DE ABERTURA DA CÚPULA; POSSUIR FILTRO DE AR BACTERIOLOGICO COM RETENÇÃO DE 0,5 MICRA; SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE AR COM BAIXO NÍVEL DE RUIDO; AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA ANTIPIROLITICA; NÃO POSSUIR CANTOS VIVOS, FACILITANDO OS TRABALHOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO; MÓDULO DE CONTROLE: PAINEL DE CONTROLE MICROPROCESSADO ELEVADO EM LCD OU LEDS QUE SINTETIZA TODAS AS OPÇÕES DE AJUSTE E MONITORIZAÇÃO DA TEMPERATURA																

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 94 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			DO RECÉM NASCIDO, AMPLA VISÃO DOS PARÂMETROS E ALARMES PELO OPERADOR, MESMO ESTANDO NA POSIÇÃO ERETA; SERVOCONTROLE DE TEMPERATURA DO AR ATC (TEMPERATURA DO AR CONTROLADA) E DE PELE ITC (TEMPERATURA DO RN CONTROLADA), SERVOCONTROLE CONTINUO DE UMIDADE RELATIVA DO AR; CONTROLE EXTERNO DE AJUSTE, PERMITINDO O MOVIMENTO CONTINUO PARA INCLINAÇÃO DO LEITO EM PELO MENOS 10° (GRAUS); MONITORIZAÇÃO DO SENSOR T1 PRINCIPAL E LEITURA NO DISPLAY DA TEMPERATURA AUXILIAR O PERIFÉRICA. SISTEMA DE CONTROLE DE UMIDADE QUE PERMITA AJUSTE MÁXIMO DE CONCENTRAÇÃO DE PELO MENOS 90% DE UMIDADE RELATIVA; SISTEMA DE AUTO TESTE PARA TODO SISTEMA DE CONTROLE E ALARMES. ALARMES DE INDICAÇÃO VISUAL E SONORO DE NO MÍNIMO:- ALTA TEMPERATURA AR/PELE;- BAIXA TEMPERATURA AR/PELE;- ALTA DE CIRCULAÇÃO DO AR;- HIPOTERMIA E HIPERTERMIA, DESCONEXÃO DO SENSOR À PELE DO PACIENTE;- FALTA DE SENSOR, FALTA DE ENERGIA, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE ALTA TEMPERATURA; SISTEMA DE SEGURANÇA;- POSSUIR TECLA PARA SILENCIAR ALARMES MOMENTANEAMENTE;- INDICAÇÃO DAS TEMPERATURAS MEDIDAS E AJUSTADAS DE PELE E AR, PELO MENOS. MEMORIZAÇÃO DOS ÚLTIMOS VALORES PROGRAMADOS DE TEMPERATURAS, UMIDADE E ALARMES; ACOMPANHAR BALANÇA INTEGRADA AO LEITO: RESERVATÓRIO DE ÁGUA ESTERILIZÁVEL COM AUTONOMIA IGUAL OU MAIOR QUE 24 HORAS; PERMITINDO A RETIRADA DO RESERVATÓRIO SEM INTERROMPER O FUNCIONAMENTO NORMAL DO EQUIPAMENTO; SISTEMA DE OXIGÊNIO																

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 95 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			DOTADO DE VÁLVULA DE BAIXO FLUXO, QUE POSSIBILITE AJUSTES COM PARÂMETRO MÍNIMO E LIMITE MÁXIMO DE SEGURANÇA, COM INDICAÇÃO E LIMITAÇÃO D E AJUSTE DE FLUXO DE ATÉ 6 LPM (LITROS POR MINUTO), PERMITINDO ALCANÇAR CONCENTRAÇÕES DE 50 A 60% DE OXIGÊNIO. 3. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS OU BIVOLT AUTOMÁTICO (127/220VOLTS) - 50/60HZ (HERTZ). 4. ACESSÓRIOS INCLUSOS: 1 (UM) POSSUIR COLCHÃO DE ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA AO CONFORTO DO PACIENTE; 1 (UM) CAPA DE MATERIAIS ATÓXICOS E AUTOEXTINGUÍVEIS; 1 (UM) SUPORTE PARA SORO; 1 (UMA) PRATELEIRA GIRATÓRIA ESQUERDA PARA SUPORTE DE MONITORES; 1 (UM) MANGA ÍRIS; 1 (UM) FILTRO DE AR; 1 (UM) PARÁ-CHOQUE PARA PROTEÇÃO DA BASE INFERIOR E CONEXÃO DOS SENSORES; 1 (UM) GAVETÃO PARA GUARDA DE MATERIAIS; 1 (UM) KIT DE VEDAÇÃO DAS PORTINHOLAS EM SILICONE ATÓXICO E AUTOCLAVÁVEL; DEVERÁ SER ENTREGUE COM TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA PLENO FUNCIONAMENTO DE TODOS OS RECURSOS DISPONÍVEIS DO EQUIPAMENTO. 10. NORMAS E CERTIFICAÇÕES: MANUAL TÉCNICO E OPERACIONAL EM PORTUGUÊS (BR); DEVERÁ FORNECER INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL ADEQUADO AOS USUÁRIOS; REGISTRO NA ANVISA VIGENTE (CONFORME LEI 6.360/1976 E RDC Nº 665/2022); CONFORMIDADE COM: NBR IEC 60601-1. NBR IEC 606011-6 / NBR IEC 60601-1-8 / NBR IEC 60601-1-9. NBR IEC																
106	EXCLUSIVO ME/EPP	INFANTÔMETRO PORTÁTIL CERTIFICADO PELO INMETRO	INFANTÔMETRO PORTÁTIL HORIZONTAL, É UM APARELHO PARA MEDIR ALTURA DE CRIANÇAS		UNIDADE			3	1				13						**17**

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 96 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			COM ATÉ 146CM. FABRICADO EM ABS E/OU ALUMINIO.																
107	EXCLUSIVO ME/EPP	INFRA-VERMELHO PORTATIL (PEDESTAL E RODAS) COM 2 LÂMPADAS 250W	PRODUZIDO COM DISCO DE ALUMÍNIO, CABO DE PLÁSTICO PARA DIRECIONAMENTO DA LUZ DA LÂMPADA, TUBO FLEXÍVEL CROMADO, TUBO INDUSTRIAL REDONDO, TUBO INDUSTRIAL QUADRADO NO TRIPÉ, PONTEIRAS QUADRADAS NO TRIPÉ, SOQUETE E FIO COM TOMADA PARA SER LIGADO. ALTURA MÍNIMA APROX.: 0,95 M; ALTURA MÁXIMA: 1,40 M COM 2 LÂMPADAS 250W.		UNIDADE		2												2
108	EXCLUSIVO ME/EPP	KIT LARINGOSCÓPIO CABO E LAMINAS ADULTO - COM LÂMPADAS EXTRAS	KIT LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL, LÂMPDA LED CONTENDO LAMINAS CURVAS N 3, 4, 5 E CABO ADULTO. E 10 LÂMPADAS LED EXTRAS.		KIT			7	3				3						13
109	EXCLUSIVO ME/EPP	KIT LARINGOSCÓPIO CABO E LAMINAS INFANTIL - COM LÂMPADAS EXTRAS	KIT LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL, LAMPADA LED, CONTENDO LAMINAS RETAS N 00, 0, 1 E LAMINA CURVA 2. CABO INFANTIL. E 10 LÂMPADAS LED EXTRAS.		KIT			4	1				1						6
110	EXCLUSIVO ME/EPP	MACA DE TRANSPORTE INOX COM RODÍZIOS, GRADES E SUPORTE DE SORO	CARRO PADIOLA CONSTRUÍDO EM AÇO INOX, POSSUI O LEITO REMOVÍVEL, CABECEIRA RECLINÁVEL E GRADES LATERAIS EM AÇO INOX. CAVALETE EM TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL COM DIÂMETRO DE 1 1/4", PROVIDO DE RODÍZIOS DE 5" COM FREIO NA DIAGONAL. PARA-CHOQUE DE BORRACHA EM TODA A VOLTA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1.80 X 0.50 X 0.80 M DE ALTURA. SUPORTE DE SORO E COLCHONETE. SUPORTE O2		UNIDADE			1	4										5
111	EXCLUSIVO ME/EPP	MACA PARA MASSAGEM BOBRÁVEL PORTÁTIL	MACA PARA MASSAGEM DOBRÁVEL PORTÁTIL COM CABECEIRA REGULÁVEL, COM BURRACO PARA O ROSTO. SUPORTAR ATÉ 200KG		UNIDADE								2						2
112	EXCLUSIVO ME/EPP	MASSAGEADOR TERAPIA DIGITAL- ACUPUNTURA - PISTOLA MASSAGEADORA	PISTOLA MASSAGEADORA COM VELOCIDADE DE 1800 ATÉ 3200 RPM, PONTEIRA TERMICA MODO FRIO E QUENTE, ACOMPANHA 5 PONTEIRA (1 PONTEIRA EM U, 1 PONTEIRA		UNIDADE									1					1

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 97 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126001200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			PLANA, 11 PONTEIRA QUENTE E FRIA, 1 PONTEIRA BALL HEAD E 1 PONTEIRA BULLET). BATERIA RECARREGÁVEL. ACOMPANHA 1 MALETA PARA TRANSPORTE																
113	EXCLUSIVO ME/EPP	MESA AUXILIAR 40X40X80CM	MESA AUXILIAR 40X40X80CM AÇO INOX, SEM RODÍZIOS, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX 0.80MM CHAPA 22, SENDO AS EXTREMIDADES COM ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES; PÉS FIXO; P40 X L40 X 80 CM		UNIDADE			3											3
114	EXCLUSIVO ME/EPP	MESA AUXILIAR INOX APROX. 1,10M COM RODIZIOS	MESA AUXILIAR INOX COM RODÍZIOS, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE AÇO INOX DE APROXIMADO DE 1"X1,20MM, TAMPO COM REFORÇO TRANSVERSAL NO COMPRIMENTO E PRATELEIRA EM CHAPA INOX DE 0,80MM CHAPA 22 E RODÍZIO DE 50MM C/ TRAVA. DIMENSÕES APROXIMADAS 0,50X1,10X0,80M.		UNIDADE			5	2										7
115	EXCLUSIVO ME/EPP	MESA DE MAYO	ARMAÇÃO TUBULAR TOTALMENTE DE INOX, POSSUIR ALTURA REGULÁVEL, RODÍZIOS DE 2 POLEGADAS, BANDEJA EM AÇO INOX.		UNIDADE			8	1										9
116	EXCLUSIVO ME/EPP	MICROSCOPIO LABORATORIAL	DEVE CONTER SISTEMA ÓTICO INFINITO COM CORREÇÃO DE ABERRAÇÕES CROMÁTICAS E ESFÉRICAS E TRATAMENTO ANTIFUNGO, ALINHAMENTO DO MICROMÉTRICO E MOVIMENTO DO X, Y DA PLATINA. FOCO GROSSEIRO (MACROMÉTRICO) E FINO (MICROMÉTRICO)LOCALIZADO DOS DOIS LADOS DA ESTATIVA, PARA FACILITAR O USO CURSO (COAXIAL X E Y), FOCO FINO (MICROMÉTRICO) E BOTÃO DE AJUSTE DE TENSÃO; O CHARRIOT DEVE ESTAR DO LADO DIREITO; POSUIR MOVIMENTAÇÃO POR PINHÃO E CREMALHEIRA. O FOCO MACROMÉTRICO COM MOVIMENTO DE MÍNIMO 37,7 MM (OU MAIOR). MICROMÉTRICO DE 0,2 MM POR ROTAÇÃO (OU MENOR). ÁREA DE		UNIDADE			2										2

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 98 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			TRABALHO DE 76MM (OU MAIOR) X 30 MM (OU MAIOR), RESPECTIVAMENTE X E Y. DEVE ACOMPANHAR DE CAPA VINIL PARA PROTEÇÃO CONTRA POEIRA E UMIDADE, OU OUTRO MATERIAL NÃO HIGROSCÓPICO; MANUAL DE INSTRUÇÃO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DEVE SER BIVOLT DE COMUTAÇÃO AUTOMÁTICO E DOTADO DE FONTE EXTERNA AO INSTRUMENTO PARA DESCARTAR QUAISQUER RISCOS ELETRICOS; TUBO DE OBSERVAÇÃO BINOCULAR COM INCLINAÇÃO DE 30º OU SUPERIOR COM MOVIMENTO DE 360º. DISTÂNCIA INTERPUPILAR AJUSTÁVEL DE 50 (OU MENOR) X 75 MM (OU MAIOR) PAR DE OCULARES 10 X (F.N. 20MM, NO MÍNIMO) COM AJUSTE DE FOCO EM AMBAS (DIOPTRIA); E POSSIBILIDADE DE OBJETIVA DE 15X PARA AQUISIÇÃO FUTURA, O REVÓLVER DEVE SER QUADRUPLO (OU PORTA MAIS OBJETIVAS) INVERTIDO (PARA DENTRO DA ESTATIVA); ILUMINAÇÃO LED COM MÍNIMO DE 55 MIL HORAS. DEVE APRESENTAR SISTEMA QUE DISPENSE DEMANDA DE FILTROS ÓTICOS, COMO AZUL OU NEUTRO DE BALANÇO DE COR; CONDENSADOR ABBE E2 NA 1.25 COM DIAFRAGMA DE ÍRIS REGULÁVEL POROBJETIVA (COM ESCALA INDICATIVA), VERTICALMENTE E HORIZONTALMENTE FIXO PARA EVITAR DEMANDAS DE MANUTENÇÃO OU POSICIONAMENTO FORA DO EIXO. JOGO DE OBJETIVAS: OBJETIVA PLANA ACROMÁTICA DE 4X (N.A. 0.10 OU SUPERIOR; W.D. 25 MM OU DISTANCIA DE TRABALHO MAIOR); OBJETIVA PLANA ACROMÁTICA DE 10X (N.A. 0.25 OU SUPERIOR;W.D. 6,7 MM OU DISTANCIA DE TRABALHO MAIOR); OBJETIVA PLANA ACROMÁTICA DE 40X RETRÁTIL (N.A. 0.65 OU SUPERIOR; W.D. 0.6 MM OU DISTANCIA DE TRABALHO MAIOR); OBJETIVA PLANA																

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 99 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			ACROMÁTICA 100X RETRÁTIL IMERSÃO ÓLEO (N.A.1.25 OU SUPERIOR; W.D. 0.14MM OU DISTANCIA DE TRABALHOMAIOR). PESO INFERIOR A 6KG, DEVIDO CONDIÇÕES DE BANCADA DA INSTALAÇÃO. GARANTA DE NO MÍNIMO 12 MESES																
117	EXCLUSIVO ME/EPP	MONITOR DE SINAIS VITAIS TELESSAUDE	PARÂMETROS VITAIS DE AFERIÇÃO AUTOMÁTICA PONTUAL: PRESSÃO ARTERIAL (PA), FREQUÊNCIA CARDÍACA (FC), TEMPERATURA (TEMP), OXIMETRIA DE PULSO (SPO2) E ELETROCARDIOGRAMA (ECG). EQUIPAMENTO COMPACTO COM DISPLAY DE LCD AMPLO, QUE PROPORCIONE A VISUALIZAÇÃO DOS DADOS VITAIS AFERIDOS. COM INTERFACE INTUITIVA QUE PERMITA ACESSO RÁPIDO ÁS CONFIGURAÇÕES. MEMÓRIA COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR CONECTIVIDADE HOMOLOGADA ANATEL E ENVIAR AUTOMATICAMENTE OS DADOS VITAIS AFERIDOS VIA CONEXÃO BLUETOOTH PARA O APLICATIVO ASSOCIADO, QUE DEVE IDENTIFICAR O PACIENTE, O PROFISSIONAL DE SAÚDE E RECEBER AUTOMATICAMENTE A PA, FC, TEMP, SPO2 E ECG MENSURADOS. COM POSSIBILIDADE DE INSERÇÃO MANUAL DE PARÂMETROS COMPLEMENTARES. DEVE POSSUIR INTEGRAÇÃO COM O PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DA INSTITUIÇÃO E DO PACIENTE. PARA USO PEDIÁTRICO E ADULTOS. BATERIA RECARREGÁVEL DE LONGA DURAÇÃO. ACESSÓRIOS INCLUSOS: 03 BRAÇADEIRAS REUTILIZÁVEIS DE TAMANHOS PEDIÁTRICO, ADULTOS E ADULTOS GRANDE, 01 SENSOR DE OXIMETRIA REUTILIZÁVEL ADULTO, 01 TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL, 01 MÓDULO DE ECG E CABO PARA CONEXÃO COM		UNIDADE	2														**2**

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 100 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			SMARTFHONE. ENTRADA PARA REDE ELÉTRICA BIVOLT																
118	AMPLA PARTICIPAÇÃO	MONITOR MULTIPARAMETRO COM ACESSORIO NEONATAL, PEDIATRICO E ADULTO	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO MODULAR OU PRÉ CONFIGURADO COM BATEIRA INTERNA DE LÍTIO, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 90 MINUTOS, PARA A MONITORAÇÃO DOS SEGUINTES PARÂMETROS DE SINAIS VITAIS: ECG, RESP (RESPIRAÇÃO), SPO2 (SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO), PNI (PRESSÃO NÃO INVASIVA), TEMPERATURA E PI (PRESSÃO INVASIVA). DEVE POSSUIR TELA DE CRISTAL LÍQUIDO COLORIDA (LCD) DE 12" (POLEGADAS) OU MAIOR COM RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 1280 X 800 PIXELS PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE GRÁFICA E DE TENDÊNCIAS COM TECNOLOGIA DE TOUCHSCREEN. DEVE PERMITIR A EXECUÇÃO DE CÁLCULOS DE PARÂMETROS HEMODINÂMICOS; DEVE POSSUIR MENUS PARA CONFIGURAÇÃO E AJUSTES DE SEUS DIVERSOS PARÂMETROS; DEVE POSSUIR MEMÓRIA DE ARMAZENAMENTO DE TENDÊNCIAS GRÁFICAS E TABULARES PARA, PELO MENOS, 72 HORAS; DEVE POSSUIR ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA OS PARÂMETROS MEDIDOS (LIMITES ALTO E BAIXO), COM NÍVEIS DE PRIORIDADE ESTABELECIDOS (BAIXO, MÉDIO E ALTO), E ALARMES FUNCIONAIS RELACIONADOS AO MONITOR MULTIPARAMÉTRICO E SEUS ACESSÓRIOS (SENSOR, ELETRODO SOLTO, ETC.); DEVE PERMITIR POSSIBILIDADE DE CONEXÃO A UMA CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES DOS PARÂMETROS DE MONITORAÇÃO: ECG - MONITORAÇÃO EM 7 (SETE) DERIVAÇÕES (L, II III, AVF, AVR, AVL, V) ATRAVÉS DE UM CABO DE ECG 5 (CINCO) VIAS; FAIXA DE MEDIDA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA (FC): 30 A 300 BPM;		UNIDADE			6	6												12

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 101 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			RESOLUÇÃO DA MEDIDA DE FC: 1 BPM; DEVE POSSUIR ANÁLISE DE SEGMENTO ST EM TODAS AS DERIVAÇÕES DE FORMA SIMULTÂNEA; DEVE POSSUIR PELO MENOS 20 ANÁLISES DE ARRITMIAS (ASSISTOLIA, FIBRILAÇÃO VENTRICULAR / TAQUICARDIA VENTRICULAR, FIB ATRIAL, ETC.), DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE PULSO MARCA PASSO; DEVE MONITORIZAR PARÂMETROS DE QT/QTC COM CABO DE 05 OU 06 VIAS NO MÁXIMO; ACESSÓRIOS: 1 (UM) CABO DE ECG 5 OU 6 VIAS; 1 (UM) CABO DE ECG 3 VIAS. RESPIRAÇÃO - AQUISIÇÃO DA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE IMPEDÂNCIA TRANSTORÁCICA, FEITA PELO CABO DE ECG; FAIXA DE MEDIDA DA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA (FR): 6 A 100 RPM; RESOLUÇÃO DA MEDIDA DA FR: 1 RPM; DEVE PERMITIR AJUSTE DE ALARME DE APNEIA. OXIMETRIA (SP02) - DEVE APRESENTAR A CURVA PLETISMOGRÁFICA, ÍNDICE DE PERFUSÃO COM INDICAÇÃO GRÁFICA E NUMÉRICA; PRECISÃO ENTRE 70% E 100% DE SATURAÇÃO, NÃO SUPERIOR A ± 2 %; RESOLUÇÃO DA MEDIDA DE SP02: 1%; FAIXA DA FREQUÊNCIA DE PULSO (FP): 40 A 300BPM; RESOLUÇÃO DA MEDIDA DE FP: 1 BPM; ACESSÓRIOS: 1 (UMA) EXTENSÃO PARA SENSOR DE SP02, 1 (UM) SENSOR DE SP02 REUTILIZÁVEL ADULTO; 1 (UM) SENSOR DE SP02 REUTILIZÁVEL PEDIÁTRICO; 1 (UM) SENSOR DE SP02 REUTILIZÁVEL NEONATAL. PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI)- DEVE SER DE TECNOLOGIA PRÓPRIA E DEVE APRESENTAR OS VALORES DE PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA (PAS) DE NO MÍNIMO 40 A 260MMHG (EXATIDÃO +- 3MMHG), PRESSÃO ARTERIAL DIASTÓLICA (PAD) DE NO MÍNIMO 25 A 220 MMHG (EXATIDÃO +- 3 MMHG) E PRESSÃO ARTERIAL MÉDIA (PAM) DE NO																	

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 102 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126001200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			MÍNIMO 25 A 250 MMHG (EXATIDÃO +- 3 MMHG) DE ACORDO COM NBR IEC 80601-2-30 OU NORMA INTERNACIONAL EQUIVALENTE; MODOS DE MEDIDA: MANUAL, AUTOMÁTICO; ACESSÓRIOS: 1 (UMA) EXTENSÃO DE AR; 1 (UMA) BRAÇADEIRA ADULTO; 1 (UMA) BRAÇADEIRA PEDIÁTRICA; 1 (UMA) BRAÇADEIRA NEONATAL. TEMPERATURA - DEVE POSSUIR, PELO MENOS 1 (UM) CANAL DE MONITORAÇÃO DA TEMPERATURA; DEVE PERMITIR A MEDIDA DA TEMPERATURA POR SENSOR ADERIDO NA PELE DO PACIENTE, OU ATRAVÉS DE CAVIDADES, COMO O ESÔFAGO OU RETO; FAIXA DE MEDIDA DA TEMPERATURA: 25 A 45 °C; ACESSÓRIOS: 1 (UM) SENSOR DE TEMPERATURA REUTILIZÁVEL TIPO PELE ADULTO; 1 (UM) SENSOR DE TEMPERATURA REUTILIZÁVEL TIPO PELE PEDIÁTRICO; 1 (UM) SENSOR DE TEMPERATURA REUTILIZÁVEL TIPO PELE NEONATAL. PRESSÃO INVASIVA (PI) - DEVE MONITORAR PELO MENOS 2 (DOIS) CANAIS DE PRESSÃO INVASIVA. FAIXA DE MEDIDA: -40 A 300 MMHG; RESOLUÇÃO: 1 MMHG; O EQUIPAMENTO DEVE SER DOTADO DE GANCHOS PARA MACA/CAMA E TROLLEY COM CESTO PARA ACESSÓRIOS E RODÍZIOS COM FREIOS. POSSUIR ALÇA DE TRANSPORTE INTEGRADA AO EQUIPAMENTO. SUPORTE PARA FIXAÇÃO DO MONITOR NA PAREDE: SUPORTE DE MONITOR MULTIPARÂMETRICO PARA COM BRAÇO ARTICULADO, COM PERMITINDO A REGULAGEM DE ALTURA E LATERALIDADE, COMPATÍVEL COM O MONITOR, PARA FIXAÇÃO EM PAREDE															
119	EXCLUSIVO ME/EPP	MONITOR MULTIPARAMETRO COM CAPNOGRAFIA	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO MODULAR E/OU PRÉ CONFIGURADO, COM BATERIA INTERNA DE LÍTIO COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 90		UNIDADE			3											**3**

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 103 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			MINUTOS PARA A MONITORAÇÃO DOS SEGUINTES PARÂMETROS DE SINAIS VITAIS: ECG, RESP (RESPIRAÇÃO), SPO2 (SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO), PNI (PRESSÃO NÃO INVASIVA), TEMPERATURA, PRESSÃO INVASIVA (PI) E CAPNOGRAFIA (ETCO2) SIDESTREAM. DEVE POSSUIR TELA DE CRISTAL LÍQUIDO COLORIDA (LCD) SENSÍVEL AO TOQUE DE 12,1" (POLEGADAS) OU MAIOR COM RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 1280 X 720 PIXELS PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE GRÁFICA E DE TENDÊNCIAS COM TECNOLOGIA DE TOUCHSCREEN. DEVE PERMITIR A EXECUÇÃO DE CÁLCULOS DE PARÂMETROS HEMODINÂMICOS. DEVE POSSUIR MENUS PARA CONFIGURAÇÃO E AJUSTES DE SEUS DIVERSOS PARÂMETROS; DEVE POSSUIR MEMÓRIA DE ARMAZENAMENTO DE TENDÊNCIAS GRÁFICAS E TABULARES PARA PELO MENOS 72 HORAS; DEVE POSSUIR ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA OS PARÂMETROS MEDIDOS (LIMITES ALTO E BAIXO), COM NÍVEIS DE PRIORIDADE ESTABELECIDOS (BAIXO, MÉDIO E ALTO), E ALARMES FUNCIONAIS RELACIONADOS AO MONITOR MULTIPARAMÉTRICO E SEUS ACESSÓRIOS (SENSOR, ELETRODO SOLTO, ETC.); DEVE PERMITIR POSSIBILIDADE DE CONEXÃO A UMA CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES DOS PARÂMETROS DE MONITORAÇÃO: ECG - MONITORAÇÃO EM 7 (SETE) DERIVAÇÕES (L, II III, AVF, AVR, AVL, V) ATRAVÉS DE UM CABO DE ECG 5 (CINCO) VIAS; FAIXA DE MEDIDA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA (FC): 30 A 300 BPM; RESOLUÇÃO DA MEDIDA DE FC: 1 BPM; DEVE POSSUIR ANÁLISE DE SEGMENTO ST EM TODAS AS DERIVAÇÕES DE FORMA SIMULTÂNEA; DEVE POSSUIR PELO MENOS 20															

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 104 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			ANÁLISES DE ARRITMIAS (ASSISTOLIA, FIBRILAÇÃO VENTRICULAR / TAQUICARDIA VENTRICULAR, FIB ATRIAL, ETC.), DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE PULSO MARCA PASSO; DEVE MONITORIZAR PARÂMETROS DE QT/QTC COM CABO DE 05 OU 06 VIAS. ACESSÓRIOS: 1 (UM) CABO DE ECG 5 OU 6 VIAS. RESPIRAÇÃO - AQUISIÇÃO DA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE IMPEDÂNCIA TRANSTORÁCICA, FEITA PELO CABO DE ECG; FAIXA DE MEDIDA DA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA (FR): 6 A 100 RPM; RESOLUÇÃO DA MEDIDA DA FR: 1 RPM; DEVE PERMITIR AJUSTE DE ALARME DE APNEIA. OXIMETRIA (SP02) - DEVE APRESENTAR A CURVA PLETISMOGRÁFICA, ÍNDICE DE PERFUSÃO COM INDICAÇÃO GRÁFICA E NUMÉRICA; FAIXA DE SATURAÇÃO DE O2 (SP02): PRECISÃO ENTRE 70% E 100% DE SATURAÇÃO, NÃO SUPERIOR A ± 2 %; RESOLUÇÃO DA MEDIDA DE SP02: 1 %; FAIXA DA FREQUÊNCIA DE PULSO (FP): 40 A 300BPM; RESOLUÇÃO DA MEDIDA DE FP: 1 BPM; ACESSÓRIOS: 1 (UMA) EXTENSÃO PARA SENSOR DE SP02, 1 (UM) SENSOR DE SP02 REUTILIZÁVEL ADULTO. PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI) - DEVE APRESENTAR OS VALORES DE PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA (PAS) DE NO MÍNIMO 40 A 260MMHG (EXATIDÃO +- 3MMHG), PRESSÃO ARTERIAL DIASTÓLICA (PAD) DE NO MÍNIMO 25 A 220 MMHG (EXATIDÃO +- 3 MMHG) E PRESSÃO ARTERIAL MÉDIA (PAM) DE NO MÍNIMO 25 A 250 MMHG (EXATIDÃO +- 3 MMHG) DE ACORDO COM NBR IEC 80601-2-30 OU NORMA INTERNACIONAL EQUIVALENTE; MODOS DE MEDIDA: MANUAL, AUTOMÁTICO; ACESSÓRIOS: 1 (UMA) EXTENSÕES DE AR; 1 (UMA) BRAÇADEIRA ADULTO. TEMPERATURA - DEVE POSSUIR, PELO MENOS, 2 (DOIS) CANAIS DE MONITORAÇÃO DA TEMPERATURA; DEVE																

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 105 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			PERMITIR A MEDIDA DA TEMPERATURA POR SENSOR ADERIDO NA PELE DO PACIENTE, OU ATRAVÉS DE CAVIDADES, COMO O ESÔFAGO OU RETO; FAIXA DE MEDIDA DA TEMPERATURA: 25 A 45 °C; ACESSÓRIOS: 1 (UM) SENSOR DE TEMPERATURA REUTILIZÁVEL TIPO PELE. PRESSÃO INVASIVA (PI) - DEVE MONITORAR PELO MENOS 2 (DOIS) CANAIS DE PRESSÃO INVASIVA, FAIXA DE MEDIDA: -40 A 300 MMHG; RESOLUÇÃO: 1 MMHG; ACESSÓRIOS: 01 (UM) CABO DE PI. CAPNOGRAFIA (ETCO2) - MÉTODO DE MEDIÇÃO POR FLUXO LATERAL (SIDESTREAM) COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE CO2 DE 0 A 99 MMHG; ACESSÓRIOS: 1 (UM) COLETOR DE ÁGUA, 1 (UMA) LINHA DE AMOSTRA, 1 (UM) ADAPTADOR DE VIAS AÉREAS. O EQUIPAMENTO DEVE SER DOTADO DA POSSIBILIDADE DE GANCHO PARA MACA/CAMA E TROLLEY COM CESTO PARA ACESSÓRIOS E RODÍZIOS COM FREIOS. POSSUIR ALÇA DE TRANSPORTE INTEGRADA AO EQUIPAMENTO. SUPORTE PARA FIXAÇÃO DO MONITOR NA PAREDE: SUPORTE DE MONITOR MULTIPARÂMETRICO PARA COM BRAÇO ARTICULADO, COM PERMITINDO A REGULAGEM DE ALTURA E LATERALIDADE, COMPATÍVEL COM O MONITOR, PARA FIXAÇÃO EM PAREDE																
120	EXCLUSIVO ME/EPP	NEGATOSCÓPIO DE PAREDE 1 CORPO EM LED	CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA MINÍMA DE 46 MM BITOLA 26, PINTURA EPÓXI COM FRENTE DE ACRÍLICO LEITOSO FIXAÇÃO DE RX POR ROLETES EM BIVOLT, COM LÂMPADA DE LED, PLUG BIPOLAR, BIVOLT AUTOMÁTICO 220V, LÂMPADA: LED DE ALTO BRILHO. GARANTIA: 1 ANO		UNIDADE				1										**1**
121	EXCLUSIVO ME/EPP	OFTALMOSCÓPIO	OFTALMOSCÓPIO DE DIAGNÓSTICO COMPACTO E LEVE, COM ALTO RENDIMENTO, ILUMINAÇÃO HALOGENA 2.5 V DE LONGA		UNIDADE			3											**3**

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 106 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			DURAÇÃO PROPORCIONA LUZ MAIS BRILHANTE, BRANCA E DURÁVEL, SISTEMA ÓPTICO VEDADO MANTÉM O INSTRUMENTO LIMPO E SEM POEIRA, DISCO DE ABERTURA COM SEIS POSIÇÕES. COMPOSIÇÃO: CABEÇA: EM PLASTICO RESISTENTE. LÂMPADA: HALÓGENA DE 2,5V. ABERTURAS E FILTROS: MICRO, PEQUENA, GRANDE, FIXADOR COM GRADUAÇÃO, FENDA, FILTRO LIVRE DE VERMELHO (OU VERDE) E FILTRO DE AZUL COBALTO. COM: 48 LENTES PARA AJUSTES DE DIOPTRIA (-25 A +22). CABO: METÁLICO COM ACABAMENTO LISO, COR PRETA, ALIMENTADO POR DUAS PILHAS ALCALINAS AA. LENTE DE FOCALIZAÇÃO: LENTE CONVERGENTE DE VIDRO. MATERIAL DO CABO: INTEIRAMENTE METÁLICO																
122	EXCLUSIVO ME/EPP	OTOSCOPIO PROFISSIONAL/CLÍNICO	TIPO: LED, LENTE MÍNIMO DE 2,5X COMPONENTES: JOGO DE ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS COM 5 CALIBRES DIFERENTES. NÃO SERÁ ACEITO MINI OTOSCÓPIO.		UNIDADE			4	6				4						**14**
123	EXCLUSIVO ME/EPP	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL RECARREGÁVEL + SENSOR ADULTO, INFANTIL E NEONATAL	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL RECARREGÁVEL - KIT COMPLETO: OXÍMETRO RECARREGÁVEL, SENSOR ADULTO, SENSOR PEDIÁTRICO E SENSOR NEONATAL. POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL E CAPA DE PROTEÇÃO PARA TOTAL MOBILIDADE. VISOR COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO COM INDICAÇÃO DA SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLETISMOGRÁFICA. PORTÁTIL E LEVE, NÍVEIS DE ALARMES AJUSTÁVEIS DE SPO2 E FREQUÊNCIA CARDÍACA. MEMÓRIA INTERNA PERMITE ARMAZENAR NO MÍNIMO 90 HORAS DE DADOS DE TENDÊNCIAS. INDICADOR LUMINOSO DE ALERTA. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 18 HORAS E		KIT				5										**5**

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 107 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			CARREGADOR INTEGRADO AO EQUIPAMENTO. GARANTIA: 12 MESES																
124	EXCLUSIVO ME/EPP	POLTRONA ACOLCHOADA RECLINÁVEL	CONSTRUÍDO EM TUBOS PINTADOS DE 1"; BASE EM TUBOS PINTADOS DE 1"1/4; 4 POSIÇÕES ASSENTO, ENCOSTO, BRAÇOS E DESCANSO PARA OS PÉS ESTOFADOS EM ESPUMA, REVESTIDOS EM COURVIN AUTOMOTIVO DE ESPESSURA MAIOR OU IGUAL 1MM; ENCOSTO, BRAÇOS E DESCANSA PÉS RECLINÁVEIS POR MEIO DE ALAVANCA LATERAL; PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS; DIMENSÕES: DEITADA: 1,75 X 0,77 X 0,55 (CXLXA) SENTADA: 1,25 X 1,03 X 0,77 M (CXLXA) TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ. COR A SER DEFINIDA NO MOMENTO DO PEDIDO. OBS.: BRAÇOS COM BASE DE AÇO REVESTDO DE ESPUMA.		UNIDADE			20	12										32
125	EXCLUSIVO ME/EPP	PRANCHA POLIETILENO ADULTO COM CINTO	PRANCHA POLIETILENO ADULTO COM CINTO - CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS; PROJETADA PARA TRANSPORTE MANUAL DE VÍTIMAS DE ACIDENTES; POSSIBILITA O RESGATE NA ÁGUA E EM ALTURAS; DIMENSIONADA PARA SUPORTAR ATÉ 180 KG; RÍGIDA, LEVE E CONFORTÁVEL; POSSUI ABERTURAS ESPECÍFICAS PARA FACILITAR A IMOBILIZAÇÃO DA VÍTIMA. 1,83 MM DE COMPRIMENTO X 440MM DE LARGURA X 65 MM DE ALTURA APROXIMADAS. ACOMPANHA JOGO DE CINTO COM 3 PEÇAS		UNIDADE				1										1
126	EXCLUSIVO ME/EPP	PRANCHA POLIETILENO INFANTIL COM CINTO	PRANCHA POLIETILENO INFANTIL COM CINTO - CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS; PROJETADA PARA TRANSPORTE MANUAL DE VÍTIMAS DE ACIDENTES; POSSIBILITA O RESGATE NA ÁGUA E EM ALTURAS; DIMENSIONADA PARA SUPORTAR ATÉ 50 KG; RÍGIDA, LEVE E		UNIDADE			1	1										2

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 108 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126001200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			CONFORTÁVEL; POSSUI ABERTURAS ESPECÍFICAS PARA FACILITAR A IMOBILIZAÇÃO DA VÍTIMA. 1,28 MM DE COMPRIMENTO X 4200MM DE LARGURA X 60 MM DE ALTURA APROXIMADAS. ACOMPANHA JOGO DE CINTO COM 3 PEÇAS.																
127	EXCLUSIVO ME/EPP	PRANCHA SCOOP	A PRANCHA COLETORA (TIPO SCOOP/COLHER/TESOURA) FOI PROJETADA PARA SER DESACOPLADA EM UMA OU AMBAS AS EXTREMIDADES E USADA PARA RECOLHER SUAVEMENTE O PACIENTE UTILIZANDO UM MOVIMENTO DE FECHAMENTO DO TIPO TESOURA. DEVIDO À SUA CONSTRUÇÃO TOTALMENTE EM LIGA DE ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA, TORNANDO A PRANCHA SCOOP LEVE E DURÁVEL. TAMBÉM É AJUSTÁVEL LONGITUDINALMENTE PARA ACOMODAR DIFERENTES TAMANHOS DE CORPO. A PRANCHA SCOOP POSSUÍ 6 PRATOS PARA RESGATE DE EMERGÊNCIA. CARACTERÍSTICAS DA PRANCHA SCOOP ACOMPANHA 2 ALÇAS DE PACIENTES; COMPRIMENTO AJUSTÁVEL DE ACORDO COM A ALTURA DO PACIENTE; FÁCIL DE BLOQUEAR E DESBLOQUEAR; SUPORTA ATÉ 160KG, DIMENSÕES: 14X42X7 CM PESO: 7,5 KG, REGISTRO ANVISA: 81766600006		UNIDADE			1	1										**2**
128	EXCLUSIVO ME/EPP	REFRIGERADOR - CÂMARA DE CONSERVAÇÃO LABORATORIAL CIENTÍFICA	EQUIPAMENTO VERTICAL DESENVOLVIDO PARA A CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE REAGENTES, INSUMOS LABORATORIAIS E SIMILARES COM FAIXA DE OPERAÇÃO DE TEMPERATURA ENTRE 2°C E 8°C. CAPACIDADE 380 LITROS, 04 PRATELEIRAS. FABRICADO EXTERNAMENTE EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ ALTAMENTE RESISTENTE, SUA CAMADA PASSA POR UM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, GARANTINDO DURABILIDADE E UM FINO ACABAMENTO.		UNIDADE			3										**3**

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 109 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			FABRICADO INTERNAMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL. CONTROLADOR DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO DIGITAL COM SENHA DE SEGURANÇA PARA ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS E CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC, TECLA PARA EXIBIÇÃO DAS TEMPERATURAS MÍNIMA E MÁXIMA COM FUNÇÃO RESET (CONFORME EXIGÊNCIA DA ANVISA), ALARMES DE PORTA ABERTA, DESVIO DE TEMPERATURA INTERNA E ANORMALIDADES NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, SINALIZADOR LUMINOSO PARA INDICAR QUANDO OS COMPRESSORES DE REFRIGERAÇÃO ESTIVEREM EM USO, ENTRE OUTROS EVENTOS. SISTEMA DE MONITORAMENTO REMOTO CONNECT CONTROL, POSSIBILITANDO A EXTRAÇÃO DE DADOS, EVENTOS OCORRIDOS, GRÁFICOS E RELATÓRIOS ATRAVÉS DE ACESSO REMOTO VIA WI-FI PARA GERAR E EXPORTAR INFORMAÇÕES (SOFTWARE GRATUITO). BATERIA COM CARREGADOR AUTOMÁTICO PARA ALIMENTAÇÃO DE TODO O SISTEMA ELETRÔNICO E SISTEMA DE ALARMES NA FALTA DE ENERGIA. ILUMINAÇÃO INTERNA ATRAVÉS DE LÂMPADA LED COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO EM ABERTURA DE PORTAS OU DE FORMA MANUAL ATRAVÉS DE BOTÃO EXTERNO TEMPORIZADO. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR HERMÉTICO DE ALTA PERFORMANCE COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E GASES REFRIGERANTES ECOLOGICAMENTE CORRETOS QUE NÃO AGRIDEM O MEIO AMBIENTE (LIVRES DE CFC). CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADA NO INTERIOR DA CÂMARA COM EVAPORADOR EM INOX TIPO ALETADO E DIRECIONADOR DE AR TRASEIRO COM BLOCOS CRIOGÊNICOS PARA AUXILIAR A																

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 110 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			MANUTENÇÃO DO FRIO, GARANTINDO EXCELENTE UNIFORMIDADE DA TEMPERATURA INTERNA. ISOLAMENTO TÉRMICO DE 75MM DE ESPESSURA COM ALTO PODER DE ISOLAÇÃO, SOB A INJEÇÃO DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, PROPORCIONANDO RÁPIDA RECUPERAÇÃO DA TEMPERATURA EM ABERTURA DE PORTAS E UM AMBIENTE MAIS ESTÁVEL E HOMOGÊNEO PARA O MATERIAL ARMAZENADO. PORTA DE VIDRO DUPLO OU TRIPLO COM SISTEMA ANTIEMBAÇANTE PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO INTERNA. SISTEMA DE DEGELO AUTOMÁTICO (SECO), ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA, COM EVAPORAÇÃO DO CONDENSADO. ABERTURA DE PORTA COM TRAVAMENTO EM 90° PARA FACILITAR A MANIPULAÇÃO NO INTERIOR DA CÂMARA E FECHAMENTO AUTOMÁTICO DA PORTA QUANDO NÃO ESTIVER TRAVADA. SISTEMA ELÉTRICO ASSEGURADO POR CHAVE GERAL DE ENERGIA, CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUGUE DE TRÊS PINOS (2P+T), CONFORME AS NORMAS ABNT NBR 14136. EQUIPAMENTO MONTADO SOBRE RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM FREIO PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO SEM A NECESSIDADE DE GRANDES ESFORÇOS. TENSÃO ELÉTRICA 127/220V - 60 HZ (BIVOLT AUTOMÁTICO). GARANTIA DE 24 MESES SOBRE DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. EQUIPAMENTO DEVIDAMENTE REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA CLASSE DE RISCO II																
129	EXCLUSIVO ME/EPP	RESSUSCITADOR INFANTIL	POSSUI 02 SISTEMAS DE VÁLVULAS DE FÁCIL REGULAGEM, AS QUAIS PARAMETRIZAM E CONTROLAM TODAS AS FUNÇÕES DO RESSUSCITADOR. VÁLVULA DE AJUSTE DE		UNIDADE			1											**1**

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 111 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			PRESSÃO MÁXIMA DE ALIVIO OU SEGURANÇA, VÁLVULA DE AJUSTE DA PRESSÃO DE PICO INSPIRATÓRIA OU PINSP, VÁLVULA DE AJUSTE DA PRESSÃO DE POSITIVA FINAL OU PEEP, TODOS OS AJUSTES SÃO EFETUADOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO MANO-VACUÔMETRO - MASCARAS DE SILICONE. INTERMEDIÁRIOS PARA CONEXÕES. BLENDER. FLUXÔMETRO O2. MANGUEIRA DE ENTRADA DE GÁS, TUBO CORRUGADO, T DE AYRE COM VÁLVULA PEEP, PULMÃO DE TESTE (LÁTEX FREE), CILINDRO DE O2 E AR TIPO E COM OU SEM VÁLVULA REGULADORA, FLUXÔMETRO E MANÔMETRO - EXTENSÃO DE O2 E AR DE 1,5 M, FLUXO DE ENTRADA DE GÁS: DE 5 A 15 LPM , PRESSÃO MÁXIMA: 70 CM H2O - PIP: DE 5 A 70 CM H2O, PEEP: DE 2 A 10 CM H2O, MANÔMETRO: -20 A 80 CM H2O, ALTURA: 26 CM (30 CM VERSÃO MESA E 127 CM VERSÃO MÓVEL), LARGURA: 20 CM (28 CM VERSÃO MESA E 38 CM VERSÃO MÓVEL), PROFUNDIDADE: 09 CM (25 CM VERSÃO MESA E 65 CM VERSÃO MÓVEL), PESO: 1,7 KG (2,8 KG VERSÃO MESA E 15,5 KG VERSÃO MÓVEL)															
130	EXCLUSIVO ME/EPP	SELADORA AUTOMÁTICA CONTÍNUA HORIZONTAL	SELADORA CONTÍNUA AUTOMÁTICA PARA PRODUÇÕES CONTÍNUAS, COM PAINEL DE CONTROLE, ONDE O OPERADOR PODE AJUSTAR, DE FORMA INTUITIVA E SIMPLES, A TEMPERATURA DA SELAGEM E A VELOCIDADE DA ESTEIRA, SISTEMA DE RESFRIAMENTO INTERNO EFICIENTE, AJUSTE DE TEMPERATURA DA SELAGEM DE 0 A 300°C, PODENDO SER UTILIZADA PARA VÁRIAS ESPESSURAS DE EMBALAGENS E TIPOS COMO: ALUMINIZADAS, BOPP, POLIETILENO, POLIPROPILENO, POLINYLON, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, SOLAPA (COM LAMINAÇÃO), ENTRE OUTROS		UNIDADE			2	1										**3**

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 112 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126001200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
131	EXCLUSIVO ME/EPP	SELADORA DE BANDEJA - 220V	TENSÃO 220 V; FREQUÊNCIA 60 HZ; POTÊNCIA 400 W; TEMPERATURA MÁXIMA 160°C; TIPO DE PLÁSTICO (FILME) PE E PVC; ESPESSURA DO FILME 0.015 - 0.08 MM; DIMENSÕES DA MÁQUINA (C X L X A) 600 X 480 X 140 MM; PESO 5 KG	CMSM HW-450 CETRO	UNIDADE			4											4
132	EXCLUSIVO ME/EPP	SELADORA MANUAL DE PLÁSTICO 40CM - 220V	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TENSÃO: TENSÃO DE 220 V; TEMPERATURA DA SELAGEM: POSSUIR 8 NÍVEIS DE TEMPERATURA AJUSTÁVEIS DE ACORDO COM A ESPESSURA DO MATERIAL; DIMENSÕES DA MÁQUINA: 58 X 10 X 19 CENTÍMETROS (C X L X A) PERFEITA PARA USO EM BANCADAS; TIPO DE EMBALAGEM: COMPATÍVEL COM EMBALAGENS PLÁSTICAS TERMO SELÁVEIS PP OU PE; ESTRUTURA: FABRICADA EM MATERIAL DE PLÁSTICO INJETADO, NÃO POSSUI ALTOS CUSTOS COM MANUTENÇÃO; LEVE E PORTÁTIL: 3,1 KG; BARRA DE SELAGEM: SER CAPAZ DE SELAR PLÁSTICOS DE ATÉ 400 MILÍMETROS DE LARGURA; LARGURA DA SELAGEM: POSSUIR LARGURA MÁXIMA DE SELAGEM DE 3 MILÍMETROS	CMSM S-400 CETRO	UNIDADE			4											4
133	EXCLUSIVO ME/EPP	SERRA ELETRICA DE CORTAR GESSO	MOTOR DE ESCOVAS; POTÊNCIA: 180W; ROTAÇÃO DO MOTOR: 18000 RPM; CÂMBIO EM AÇO ESPECIAL COM LUBRIFICAÇÃO PERMANENTE; LÂMINAS DE CORTE EM AÇO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL; PESO: 1,4 KG; CABO: 3MTS; COMPRIMENTO: 280MM; LARGURA: 64MM		UNIDADE			1	1										2
134	AMPLA PARTICIPAÇÃO	SISTEMA DE VÍDEO ENDOSCOPIA FLEXÍVEL	SISTEMA DE VIDEO ENDOSCOPIA; COMPOSTO DE 1 VIDEOGASTROSCOPIOS FLEXIVEL ADULTO FINO E 1 VIDEODUODENOSCOPIO; 1 SISTEMA DE VIDEOENDOSCOPIA COMPLETO DE ALTA DEFINICAO; PROCESSAMENTO DE IMAGENS COMPATIVEL COM ENDOSCOPIOS FLEXIVEIS DE ALTA DEFINICAO, PERMITE		UNIDADE			1											1

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 113 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			REALCE DE VAS COM POSSIBILIDADE DE CONEXÃO COM MODULO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL; REGISTRO ATRAVES DE FLASCHCARD (PC CARD) OU DVD-RW OU UBS; MONITOR COLORIDO LCD OU LED DE 24 POLEGADAS; ALIMENTACAO: 220 VAC; FONTE DE LUZ FRIA (INTEGRADA OU SEPARADA DA PROCESSADORA), LED OU XENON 300; ACOMPANHAM: 01 CARRO DE TRANSPORTE, 01 TECLADO ALFANUMERICO, EQUIPAMENTO DE TESTE DE INFILTRACAO; MALETA PARA TRANSPORTE, 04 PINCAS PARA BIOPSIA, 02 CONJUNTOS PARA LIMPEZA, GARRAFINHA COM CONECTOR PARA CO2; MANUAL TECNICO; INCLUI TODOS OS ACESSORIOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MÊS. SISTEMA PARA VÍDEO ENDOSCOPIA FLEXÍVEL – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS SISTEMA PARA VÍDEO ENDOSCOPIA FLEXÍVEL DE ALTA DEFINIÇÃO, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE EXAMES DIAGNÓSTICOS E TERAPÊUTICOS DO TRATO DIGESTIVO SUPERIOR, COMPOSTO POR 01 (UMA) PROCESSADORA DE IMAGENS, 01 (UMA) FONTE DE LUZ FRIA, 01 (UM) MONITOR DE VÍDEO, 01 (UM) VIDEODUODENOSCÓPIO FLEXÍVEL DE ALTA DEFINIÇÃO, 01 (UM) VIDEOGASTROSCÓPIO FLEXÍVEL ULTRAFINO (ULTRASLIM) E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. A PROCESSADORA DE IMAGENS DEVERÁ POSSUIR TECNOLOGIA DE IMAGEM EM RESOLUÇÃO 4K (UHD) OU FULL HD (FHD), COMPATÍVEL COM VIDEOGASTROSCÓPIOS E VIDEODUODENOSCÓPIOS DE ALTA DEFINIÇÃO, PERMITINDO OPERAÇÃO EM TELA CHEIA (WIDESCREEN), COM RECURSOS DE MAGNIFICAÇÃO ELETRÔNICA, TECNOLOGIA DE CROMOSCOPIA ÓPTICA, POSSIBILIDADE DE																

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 114 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			INTEGRAÇÃO FUTURA COM SISTEMAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA AUXÍLIO AO DIAGNÓSTICO, ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM MEMÓRIA INTERNA E EM DISPOSITIVO USB (PENDRIVE), BEM COMO CONEXÃO COM COMPUTADOR E IMPRESSORA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO, CONGELAMENTO DE IMAGENS, CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO, AJUSTE DE NITIDEZ, FUNÇÃO ZOOM, INSERÇÃO DE DADOS DO PACIENTE E DO EXAME (NOME, IDADE, SEXO, DATA DE NASCIMENTO, NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO, NOME DO MÉDICO, COMENTÁRIOS, DATA E HORA), SAÍDA DIGITAL DE VÍDEO DVI E/OU SDI E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 220 VCA, 60 HZ. A FONTE DE LUZ FRIA DEVERÁ SER INTEGRADA OU INDEPENDENTE DA PROCESSADORA DE IMAGENS, UTILIZANDO TECNOLOGIA POR LÂMPADA DE XENÔNIO DE 300 W OU SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR, NO MÍNIMO, QUATRO LEDS DE ALTA INTENSIDADE, COM AJUSTE AUTOMÁTICO E MANUAL DA INTENSIDADE LUMINOSA, AJUSTE AUTOMÁTICO ESPECÍFICO PARA CADA TIPO DE ENDOSCÓPIO, FUNÇÃO DE TRANSILUMINAÇÃO PARA LOCALIZAÇÃO EXTERNA DO ENDOSCÓPIO, SISTEMA DE RESFRIAMENTO POR AR FORÇADO E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 220 VCA, 60 HZ. O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR BOMBA DE AR E ÁGUA INTEGRADA À PROCESSADORA E/OU À FONTE DE LUZ, DESTINADA AO FORNECIMENTO DE INSUFLAÇÃO E LIMPEZA DAS LENTES DOS ENDOSCÓPIOS, COM AJUSTE DE PRESSÃO EM, NO MÍNIMO, TRÊS NÍVEIS, UTILIZANDO BOMBA DO TIPO DIAFRAGMA PARA FORNECIMENTO DE AR E SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DO																

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 115 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			FRASCO DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO. O MONITOR DEVERÁ POSSUIR TECNOLOGIA 4K (UHD) OU ALTA DEFINIÇÃO (HD), TELA LCD OU LED DE, NO MÍNIMO, 27 POLEGADAS, ENTRADAS E SAÍDAS DIGITAIS DVI E/OU SDI, AJUSTE DE TEMPERATURA DE COR, BRILHO, CONTRASTE E CORES, COMPATÍVEL COM O SISTEMA OFERTADO E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 220 VCA, 60 HZ. O VIDEODUODENOSCÓPIO DEVERÁ POSSUIR SENSOR DE IMAGEM CCD OU CMOS COLORIDO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD), CONSTRUÇÃO TOTALMENTE SELADA E IMERSÍVEL, ESTERILIZÁVEL EM GLUTARALDEÍDO, CANAL DE TRABALHO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 4,2 MM, CANAIS INDEPENDENTES PARA INSUFLAÇÃO DE AR E IRRIGAÇÃO DE ÁGUA, SISTEMA DE LAVAGEM DA LENTE, CAMPO DE VISÃO DE APROXIMADAMENTE 100°, PROFUNDIDADE DE FOCO DE 5 A 60 MM, TUBO DE NSERÇÃO COM DIÂMETRO EXTERNO MÁXIMO DE 11,5 MM, PONTA DISTAL COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 13,7 MM, ANGULAÇÃO MÍNIMA DE 120° PARA CIMA, 90° PARA BAIXO, 90° PARA ESQUERDA E 110° PARA DIREITA, COMPRIMENTO ÚTIL APROXIMADO DE 1.240 MM E PONTA DISTAL REMOVÍVEL E DESCARTÁVEL. O VIDEOGASTROSCÓPIO ULTRAFINO (ULTRASLIM) DEVERÁ POSSUIR SENSOR CCD OU CMOS COLORIDO DE ALTA DEFINIÇÃO, CONEXÃO ÚNICA COM A FONTE DE LUZ, CONSTRUÇÃO TOTALMENTE SELADA E IMERSÍVEL, DISPENSANDO TAMPA DE VEDAÇÃO, ESTERILIZÁVEL EM GLUTARALDEÍDO, CANAL DE TRABALHO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2,2 MM, CANAIS PARA INSUFLAÇÃO DE AR E IRRIGAÇÃO DE ÁGUA, SISTEMA DE LAVAGEM DA LENTE, CAMPO DE VISÃO DE APROXIMADAMENTE 140°,																

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 116 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			PROFUNDIDADE DE FOCO DE 3 A 100 MM, TUBO DE INSERÇÃO COM DIÂMETRO EXTERNO MÁXIMO DE 5,9 MM, ANGULAÇÃO MÍNIMA DE 210° PARA CIMA, 90° PARA BAIXO, 100° PARA ESQUERDA E 100° PARA DIREITA E COMPRIMENTO ÚTIL APROXIMADO DE 1.100 MM. O SISTEMA DEVERÁ SER FORNECIDO ACOMPANHADO DE CARRO DE TRANSPORTE ESPECÍFICO PARA ACOMODAÇÃO SEGURA DE TODOS OS COMPONENTES, NOBREAK COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 10 MINUTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO EM CASO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, TECLADO ALFANUMÉRICO, TODOS OS CABOS DE CONEXÃO NECESSÁRIOS, MALETAS PARA TRANSPORTE DO VIDEODUODENOSCÓPIO E DO VIDEOGASTROSCÓPIO, CONJUNTOS COMPLETOS PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS ENDOSCÓPIOS, CONJUNTO PARA TESTE DE VAZAMENTO COMPATÍVEL COM OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS, NO MÍNIMO 20 CAPAS DESCARTÁVEIS PARA PONTA DISTAL DO VIDEODUODENOSCÓPIO, GARRAFA COM CONECTOR PARA INSUFLAÇÃO DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO_2) E TODOS OS DEMAIS ACESSÓRIOS INDISPENSÁVEIS PARA INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, LIMPEZA, DESINFECÇÃO E PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE COMPLETO, INSTALADO, TESTADO, ACOMPANHADO DE MANUAIS DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA, TREINAMENTO OPERACIONAL AOS USUÁRIOS E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA																

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 117 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126001200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
135	AMPLA PARTICIPAÇÃO	TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA - EQUIPAMENTO, SISTEMA DE VIDEOLAPAROSCOPIA	TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA– EQUIPAMENTO, SISTEMA DE VIDEOLAPAROSCOPIA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:1. CABEÇA DE CÂMERA (ENDOCOUPLER) MICROCÂMERA DIGITAL, SISTEMA DE COR NTSC, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920 × 1080 PIXELS (FULL HD), DOTADA DE 03 (TRÊS) SENSORES DE IMAGEM CCD OU CMOS. DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE DE REGISTRO DE IMAGENS COM LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 3 LUX, CONEXÃO COMPATÍVEL COM ÓTICAS DE DIFERENTES FABRICANTES, FUNÇÃO DE AJUSTE DE BALANÇO DE BRANCO E SAÍDAS DE VÍDEO COMPATÍVEIS COM FULL HD. DEVERÁ PERMITIR O CONTROLE DA FONTE DE LUZ POR MEIO DA CABEÇA DA CÂMERA E POSSUIR ZOOM PARFOCAL OU MULTIFOCAL. O CABO DO CABEÇOTE DEVERÁ TER COMPRIMENTO MÍNIMO DE 3,0 METROS. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 127/220 V, 60 HZ. 2. FONTE DE ILUMINAÇÃO FONTE DE ILUMINAÇÃO COM POTÊNCIA COMPATÍVEL COM 300 W, DOTADA DE CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA, CONTADOR DE HORAS DE FUNCIONAMENTO E INDICADOR DE FIM DA VIDA ÚTIL. DEVERÁ PERMITIR O CONTROLE POR MEIO DA CABEÇA DA CÂMERA. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 127/220 V, 60 HZ. 3. MONITOR DE VÍDEO MONITOR DE VÍDEO LCD/LED, DE GRAU MÉDICO, COM TELA DE NO MÍNIMO 26 POLEGADAS E RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920 × 1200 PIXELS. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE CORES PAL/NTSC E ENTRADA DE VÍDEO COMPATÍVEL COM O PROCESSADOR DE IMAGENS. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 127/220 V, 60 HZ.	Olympus Karl Storz Richard Wolf	UNIDADE			1												1

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 118 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			4. INSUFLADOR DE CO_2 INSUFLADOR DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO_2), COM AJUSTE DE FLUXO DE, NO MÍNIMO, 0 A 40 LITROS POR MINUTO E AJUSTE DE PRESSÃO DE, NO MÍNIMO, 0 A 25 MMHG. DEVERÁ POSSUIR DISPLAY PARA INDICAÇÃO DA RESERVA DE GÁS NO CILINDRO, PRESSÃO NO PACIENTE, FLUXO DE GÁS E VOLUME DE GÁS INSUFLADO, ALÉM DE CIRCUITO INTERNO DE SEGURANÇA PARA SITUAÇÕES DE ALTA E BAIXA PRESSÃO DO CILINDRO. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE AQUECIMENTO EXTERNO E PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE MANGUEIRA AUTOCLAVÁVEL OU DESCARTÁVEL, CONFORME A CONFIGURAÇÃO OFERTADA. ACESSÓRIOS DO INSUFLADOR: • 01 (UMA) MANGUEIRA COM FILTRO, ACOPLÁVEL AO INSUFLADOR, PARA INSUFLAÇÃO DE CO_2 NO PACIENTE; • 02 (DUAS) MANGUEIRAS COM SISTEMA DE AQUECIMENTO; • 01 (UMA) MANGUEIRA PARA CONEXÃO DO INSUFLADOR AO CILINDRO DE CO_2. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 127/220 V, 60 HZ. 5. GRAVADOR DE IMAGENS 01 (UM) GRAVADOR DE GRAU MÉDICO, COM CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO DE IMAGENS EM FULL HD (1920 × 1080 PIXELS), DOTADO DE ENTRADAS E SAÍDAS COMPATÍVEIS COM FULL HD E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 127/220 V, 60 HZ; OU SISTEMA DE GRAVAÇÃO EM FULL HD POR MEIO DE USB INTEGRADO À PROCESSADORA DA CÂMERA, DESDE QUE ATENDA À MESMA FINALIDADE. 6. CABOS DE FIBRA ÓPTICA 02 (DOIS) CABOS DE FIBRA ÓPTICA, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 2,0 METROS CADA, COMPATÍVEIS COM AS ÓTICAS E A CÂMERA																

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 119 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			OFERTADAS. 7. ENDOSCÓPIOS RÍGIDOS 02 (DOIS) ENDOSCÓPIOS RÍGIDOS AUTOCLAVÁVEIS, COMPATÍVEIS COM IMAGEM FULL HD, COM VISÃO OBLÍQUA DE 30 GRAUS, TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA INCORPORADA, OCULAR GRANDE-ANGULAR, DIÂMETRO DE 10 MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 30 CM. 8. NOBREAK 01 (UM) NOBREAK COMPATÍVEL COM OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS, DIMENSIONADO PARA ATENDER À CARGA ELÉTRICA INSTALADA E ÀS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO. 9. RACK/ARMÁRIO DA TORRE 01 (UM) RACK OU ARMÁRIO MÓVEL, ADEQUADO AO ARMAZENAMENTO, À ACOMODAÇÃO, À ORGANIZAÇÃO E À MOVIMENTAÇÃO SEGURA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS. DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA COMPATÍVEL COM AS DIMENSÕES E O PESO DOS COMPONENTES, PERMITINDO SUA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE FORMA ORGANIZADA E SEGURA. 10. REQUISITOS GERAIS O CONJUNTO DEVERÁ SER FORNECIDO COMPLETO, COM OS CABOS, CONECTORES, ADAPTADORES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO E AO FUNCIONAMENTO INTEGRADO DOS EQUIPAMENTOS. OS COMPONENTES DEVERÃO SER COMPATÍVEIS ENTRE SI, E O FORNECEDOR DEVERÁ COMPROVAR ESSA COMPATIBILIDADE POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO FABRICANTE. OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS SANITÁRIAS E REGULATÓRIAS APLICÁVEIS, INCLUINDO A REGULARIZAÇÃO																

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 120 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			PERANTE A ANVISA, QUANDO EXIGIDA PARA A RESPECTIVA CATEGORIA.																
136	EXCLUSIVO ME/EPP	SUPORTE DE PAREDE PARA MONITOR MULTIPARAMETRICO	SUPORTE DE MONITOR DE SINAIS VITAIS HOSPITALAR. BANDEJA APROXIMADAS: 40CM DE LARGURA X 30CM DE PROFUNDIDADE. PERMITE GIRO MINÍMO DE ATÉ 25º DA BANDEJA. CARGA MÁXIMA 25KG. CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. ACOMPANHA KIT DE PARAFUSOS PARA INSTALAÇÃO. COR BRANCA. COMPATIVEL COM LINHA UMEC E IMEC; MODELO FIXO; FEITO EM ALUMÍNIO.		UNIDADE			10	7										**17**
137	EXCLUSIVO ME/EPP	SUPORTE DE SORO COM RODIZIOS E REGULAGEM DE ALTURA COM ROSETA	CONSTRUÍDO EM TUBOS REDONDOS DE AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO POLIDO, COLUNA RECEPTORA DA HASTE COM DIÂMETRO DE 1 POLEGADA COM ANEL PARA EVITAR AMASSAMENTO E DESGASTE DA HASTE REGULAGEM DE ALTURA POR SISTEMA DE PRESSÃO ATRAVÉS DE ROSETA HASTE EM TUBO DE 3/4 POLEGADAS DE DIÂMETRO E 120 MM DE ESPESSURA, 4 GANCHOS EM FORMA DE CRUZ. BASE REVESTIDO EM NYLON COM 5 PÉS COM RODÍZIOS. DIMENSÕES APROX: ALTURA MÍNIMA: 1,70CM E ALTURA MÁXIMA: 2,29CM		UNIDADE			27											**27**
138	EXCLUSIVO ME/EPP	SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX E ABS COM APOIO P/ O PACIENTE PORTA BOMBA DE INFUSÃO	CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO INOX AISI 304 REDONDO Ø1" E ESPESSURA DE 1,2MM COM POLIMENTO DE ALTO BRILHO, DOTADO DE MOVIMENTOS DE ELEVAÇÃO POR UMA HASTE RETRÁTIL DE TUBO DE AÇO INOX AISI 304 REDONDO Ø5/8". POSSUI 04 GANCHOS MÓVEIS DE BARRA TREFILADO MACIÇO EM AÇO INOX AISI 304 Ø1/4". OPCIONAL: ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO CARBONO REDONDO Ø1" E ESPESSURA DE 1,2MM COM HASTE RETRÁTIL DE TUBO DE AÇO CARBONO REDONDO Ø5/8". GANCHO MÓVEL DE BARRA TREFILADO MACIÇO EM AÇO		UNIDADE			20	22								10		**52**

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 121 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			CARBONO Ø1/4". BASE: TEM SUA ESTRUTURA SUSTENTADA POR UMA BASE EM PLÁSTICO RÍGIDO COM 5 PÉS E RODAS EM SUAS EXTREMIDADES. OPCIONAL: BASE DE BARRA TREFILADO MACIÇO EM AÇO INOX AISI 304 Ø1/2". SISTEMA DE TRAVA: O MOVIMENTO DE ELEVAÇÃO E RETORNO DA HASTE RETRÁTIL É ACIONADO ATRAVÉS DO MANÍPULO COM SISTEMA DE TRAVA SEMIGIRATÓRIA FIXADO PRÓXIMO AO CENTRO DO SUPORTE DE SORO E SEU SISTEMA DE APERTO POSICIONADO DE FORMA VERTICAL. POSSUI APOIO PARA O PACIENTE QUE AUXILIA PARA SITUAÇÕES ONDE SEJA NECESSÁRIO O DESLOCAMENTO DO PACIENTE COM O SUPORTE PARA SORO. OPCIONAL: MANÍPULO FIXADO PRÓXIMO AO CENTRO DO SUPORTE DE SORO E SEU SISTEMA DE APERTO POSICIONADO DE FORMA HORIZONTAL. RODAS: POSSUEM 3" DE DIÂMETRO EM TERMOPLÁSTICO, DESEMPENHANDO PROTEÇÃO AO PISO COM BAIXO RUÍDO NO DESLOCAMENTO E EXCELENTE CAPACIDADE DE CARGA. PONTEIRA DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. RODÍZIO COM FREIO INDIVIDUAL. ACABAMENTO SUPERFICIAL DA ESTRUTURA METÁLICA: ESTRUTURA DE AÇO INOX RECEBE POLIMENTO EM ALTO BRILHO QUE GARANTE UMA EXCELENTE ASSEPSIA. OPCIONAL: TODA ESTRUTURA DE AÇO CARBONO RECEBE TRATAMENTO QUÍMICO ANTIFERRUGEM E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SENDO LEVADO A UMA TEMPERATURA DE 220 °C EM ESTUFA AUMENTANDO A RESISTÊNCIA QUÍMICA. ACESSÓRIOS: APOIO PARA O PACIENTE PORTA BOMBA DE INFUSÃO																	

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 122 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
139	EXCLUSIVO ME/EPP	SUPORTE SACO HAMPER	SUPORTE SACO HAMPER, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO: ESTRUTURATUBULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 3 RODÍZIOS 2", ACESSÓRIOS: SACO ALGODÃO CRÚ, CAPACIDADE: 100 L.		UNIDADE				1										1
140	EXCLUSIVO ME/EPP	TABLADO DIVÃ BAIXO	MEDIDAS APROXIMADAS DE: 180 CM DE COMPRIMENTO X 130 CM DE LARGURA E 52CM DE ALTURA. MATERIAL: MADEIRA TRATADA E ESTOFAMENTO DE ESPUMA DE ALTA DENSIDADE (D28 A D33), REVESTIDA DE MATERIAL SINTÉTICO E IMPERMEÁVEL		UNIDADE						1								1
141	AMPLA PARTICIPAÇÃO	ULTRASSOM DIAGNÓSTICO	SISTEMA DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO SUPERIOR A 600.000 CANAIS DIGITAIS DE PROCESSAMENTO, PARA EXAMES ABDOMINAIS, GINECOLÓGICOS, OBSTÉTRICOS, MAMA, PEQUENAS PARTES, MÚSCULOESQUELÉTICO, VASCULAR ABDOMINAL, VASCULAR PERIFÉRICO, TRANSCRANIANO, TRANSFONTANELA, CEREBROVASCULAR, INTRA-OPERATÓRIO, CARDIOLOGIA, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: SISTEMA TRANSPORTÁVEL, MONTADO SOBRE RODÍZIOS COM SISTEMA DE FREIOS; MONITOR LCD COLORIDO SUPERIOR A 21 POLEGADAS; TELA DE AO MENOS 10 POLEGADAS SENSÍVEL AO TOQUE TIPO TOUCHSCREEN ACOPLADA AO PAINEL; PAINEL DE CONTROLE ARTICULÁVEL, INCLUINDO ALTURA, GIRO E DESLIZE; FAIXA DINÂMICA ACIMA DE 230DB; FRAME RATE DE PELO MENOS 1200 QUADROS/SEGUNDO EM 2D; DISCO RÍGIDO COM ARMAZENAMENTO INTERNO DE IMAGENS DE PELO MENOS 500 GB; CONEXÃO EM REDE DIGITAL DICOM 3.0 COM VISUALIZAÇÃO DA LISTA DE TRABALHO; EXPORTAÇÃO DE IMAGENS EM FORMATO COMPATÍVEL PC; CONEXÃO SIMULTÂNEA E ATIVA PARA, NO MÍNIMO QUATRO		UNIDADE											1			1

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 123 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			TRANSDUTORES; PROFUNDIDADE DE PENETRAÇÃO DE PELO MENOS 35 DB; COLOR POWER ANGIO; HARMÔNICA TECIDUAL E DE PULSO INVERTIDO; RECONSTRUÇÃO 3D COM RECURSO DE VISUALIZAÇÃO MPR; MODO-M, MODO M-ANATÔMICO, DOPPLER COLORIDO, DOPPLER PULSADO (PW), HIGH PRF PW , DOPPLER CONTÍNUO (CW); MODO-M E DOPPLER; FERRAMENTAS DE MEDIÇÕES INCLUINDO: DISTÂNCIA, PROFUNDIDADE, ÁREA E CIRCUNFERÊNCIA; IMAGENS EM TONS DE CINZA 2D; DOPPLER DE TECIDO; IMAGEM HARMÔNICA TECIDUAL (THI) COM A TECNOLOGIA DE INVERSÃO DE PULSO; IMAGEM PANORÂMICA; OTIMIZAÇÃO PARA AJUSTAR O DESEMPENHO DO FLUXO DE BANDA LARGA PARA SE ADAPTAR IMEDIATAMENTE A DIFERENTES ESTADOS DE FLUXO; SOFTWARE PARA OTIMIZAÇÃO AUTOMÁTICA DO COLOR DOPPLER COM APENAS UM BOTÃO; SOFTWARE PARA AJUSTE AUTOMÁTICO DO DOPPLER ESPECTRAL COM APENAS UM BOTÃO; DOPPLER TECIDUAL COLORIDO E ESPECTRAL; MODOS B, BB, BM, M TELA INTEIRA, DOPPLER PULSADO, CONTÍNUO E TECIDUAL DIRIGÍVEL; COLOR M-MODE, DOPPLER COLORIDO, DOPPLER ESPECTRAL (PULSADO E CONTÍNUO) EM TELA INTEIRA; FUNÇÃO DOPPLER TECIDUAL (COLOR E ESPECTRAL); COLORIZAÇÃO DE IMAGENS NOS MODOS B, M E DOPPLER; IMAGEM DE SEGUNDA HARMÔNICA TECIDUAL; IMAGEM DE SEGUNDA HARMÔNICA COM TECNOLOGIA DE INVERSÃO DE FASE OU PULSO INVERTIDO; MEMÓRIA PARA REVISÃO DE IMAGENS DE MODO-M OU ESPECTRO DE DOPPLER; SOFTWARE PARA EXAMES CARDIOLÓGICOS ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATAL E TRANSESOFÁGICO; POSSIBILIDADE FUTURA DE INCLUSÃO DE																

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 124 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			SOFTWARE DE ELASTOGRAFIA SHEAR-WAVE (M/S) PARA ANÁLISE QUANTITATIVA DA ELASTICIDADE DE TECIDO HEPÁTICO EM DETERMINADO PONTO COM AUXÍLIO DE MAPA DE CONFIANÇA E EM TEMPO REAL, PERMITINDO UM ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DA FIBROSE HEPÁTICA E UTILIZAÇÃO EM CASOS CRÍTICOS COM ALTO RISCO. SOFTWARE ECO ESTRESSE, VISUALIZAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DO VOLUME GLOBAL DE PLACA ATEROSCLERÓTICA NA ARTÉRIA CARÓTIDA, CORREÇÃO AUTOMÁTICA DO ÂNGULO DOPPLER, STRAIN PELO MÉTODO BIDIMENSIONAL (SPECKLE TRACKING). POSSIBILIDADE FUTURA DE SOFTWARE QUE PERMITA CORRELAÇÃO ESPACIAL E SINCRONIZAÇÃO DOS PLANOS DE IMAGEM ENTRE DIFERENTES MODALIDADES (US, CT, MR) EM TEMPO REAL (FUSÃO DE IMAGENS) PARA ORIENTAÇÃO EM PROCEDIMENTOS INVASIVOS (BIÓPSIA), ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DE LESÕES; INTEGRADO AO EQUIPAMENTO, SEM NECESSIDADE DE ESTAÇÃO DE TRABALHO EXTERNA, COM INTERFACE DIRETA ENTRE O EQUIPAMENTO E OS DADOS DO PACIENTE. POSSIBILIDADE FUTURA DE INCLUSÃO DE SOFTWARE PARA AQUISIÇÃO DE VOLUME 3D/4D EM TRANSDUTOR TRANSESOFÁGICO; FERRAMENTAS AVANÇADAS PARA QUANTIFICAÇÃO DO VOLUME 3D/4D; CÁLCULO VOLUMÉTRICO DA VÁLVULA MITRAL; CÁLCULO AUTOMÁTICO DA FRAÇÃO DE EJEÇÃO DO VENTRÍCULO ESQUERDO. TODOS OS TRANSDUTORES MULTIFREQUENCIAIS EM TECNOLOGIA DE BANDA LARGA COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS FREQUÊNCIAS COM VARIAÇÃO DE + OU – 1 MHZ: TRANSDUTOR LINEAR COM FAIXA DE FREQUÊNCIA DE 3 A 12															

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 125 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			MHZ. TRANSDUTOR SETORIAL PEDIÁTRICO COM FREQUÊNCIA DE 3 A 8 MHZ. TRANSDUTOR CONVEXO COM TECNOLOGIA QUE MAXIMIZA A RELAÇÃO SINAL RUÍDO (ONDA PURA, CRISTAL ÚNICO, ETC.) DE 1 A 5 MHZ. TRANSDUTOR SETORIAL ADULTO COM TECNOLOGIA QUE MAXIMIZA A RELAÇÃO SINAL RUÍDO (ONDA PURA, CRISTAL ÚNICO, ETC.) DE 1 A 5 MHZ. NOBREAK COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA DO APARELHO ULTRASSOM															
142	AMPLA PARTICIPAÇÃO	VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE	VENTILADOR ELETRÔNICO DE TRANSPORTE E EMERGÊNCIA, QUE ATENDE DESDE PACIENTE NEONATAL, INFANTIL, ADULTO E ADULTO PORTADORES DE OBESIDADE MÓRBIDA. 01 KIT DE SENSORES DE FLUXO (ADU/PED/NEO) 01 FONTE ELÉTRICA COM CONECTOR 4 VIAS 02 VÁLVULAS EXPIRATÓRIAS COM DIAFRAGMA 01 CIRCUITO RESPIRATÓRIO 1,2M ADULTO AUTOCLAVÁVEL 01 EXTENSÃO DE O2 DISS X2 – 2M 01 ENVELOPE CM 3 FILTROS AMBIENTE 01 MANUAL ACESSÓRIOS EXTRAS:01 CIRCUITO RESPIRATÓRIO NEONATAL AUTOCLAVÁVEL SUPORTE PARA PAREDE OU AMBULÂNCIA OU BALCÃO BASE MÓVEL (PEDESTAL), COM FREIOS BRAÇO ARTICULADO MOCHILA/MALETA PARA TRANSPORTE MISTURADOR DE AR COMPRIMIDO E O2 (BLENDER) SENSOR PARA OXÍMETRO DE PULSO (SPO2) SENSOR PARA CAPNOGRAFIA (CO2)		UNIDADE			1	1										**2**
143	AMPLA PARTICIPAÇÃO	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO P/ VENTILAR PACIENTES	VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS E ADULTOS. POSSUIR SISTEMA DE VENTILAÇÃO ACIONADO POR TURBINA OU COMPRESSOR INTEGRADO QUE PERMITA A VENTILAÇÃO PELO EQUIPAMENTO SEM NECESSIDADE DE AR COMPRIMIDO. POSSUIR OS SEGUINTES		UNIDADE			3	4										**7**

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 126 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			MODOS DE VENTILAÇÃO OU MODOS VENTILATÓRIOS COMPATÍVEIS: VENTILAÇÃO COM SUPORTE DE PRESSÃO; VENTILAÇÃO COM FLUXO CONTÍNUO, CICLADO A TEMPO E COM PRESSÃO LIMITADA OU MODO VOLUME GARANTIDO PARA PACIENTES NEONATAIS; VENTILAÇÃO EM DOIS NÍVEIS; VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA; PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA NAS VIAS AÉREAS – CPAP; MODALIDADE/FERRAMENTA ADAPTATIVA QUE MELHORE A SINCRONIA/ADAPTAÇÃO PACIENTE VENTILADOR (SENDO ALGUM DOS MODOS NAVA, PAV+, SMARTCARE, ASV, AMV TODOS OS MÓDULOS, SOFTWARES E RESPECTIVOS ACESSÓRIOS. BOTÃO GIRATÓRIO PARA CONTROLE DOS PARÂMETROS OU CONTROLE VIA TELA TOUCHSCREEN. VENTILAÇÃO EM BACK UP NO MÍNIMO NOS MODOS ESPONTÂNEOS; SISTEMA DE CONTROLES: POSSUIR CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS COM AS FAIXAS: PRESSÃO CONTROLADA E PRESSÃO DE SUPORTE DE NO MÍNIMO ATÉ 60CMH20; VOLUME CORRENTE DE NO MÍNIMO ENTRE 02 A 2000ML; FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA DE NO MÍNIMO ATÉ 100RPM; TEMPO INSPIRATÓRIO DE NO MÍNIMO ENTRE 0,3 A 5,0 SEGUNDOS; PEEP DE NO MÍNIMO ATÉ 45CMH20; SENSIBILIDADE INSPIRATÓRIA POR FLUXO DE NO MÍNIMO ENTRE 0,5 A 2,0IPM; FLO2 DE NO MÍNIMO 21 A 100%. EXP% (ETS) 5 A 70%. TERAPIA DE ALTO FLUXO ATÉ 50LPM. SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO: TELA COLORIDA DE NO MÍNIMO 12 POLEGADAS TOUCHSCREEN COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO; MONITORAÇÃO DE VOLUME POR SENSOR PROXIMAL PARA PACIENTES NEONATAIS E DISTAL PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS E ADULTOS SEM A NECESSIDADE DE USO DE																

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 127 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126O-01200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			LINHAS/TUBOS/CABOS AUXILIARES, SENDO OBRIGATORIAMENTE AUTOCLAVAVEIS; VÁLVULA EXALATÓRIA PROTEGIDA INTERNA AO EQUIPAMENTO. SENSORES DE FLUXO PROXIMAIS E DISTAIS AUTOCLAVÁVEIS (CASO NÃO POSSUA SENSORES DE FLUXO AUTOCLAVÁVEIS DEVERÁ SER ENTREGUE 400 SENSORES DE CADA CATEGORIA DE PACIENTE). PRINCIPAIS PARÂMETROS MONITORADOS / CALCULADOS: VOLUME CORRENTE EXALADO, VOLUME CORRENTE INSPIRADO, PRESSÃO DE PICO, PRESSÃO DE PLATÔ, PEEP, PRESSÃO MÉDIA DE VIAS AÉREAS, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA TOTAL E ESPONTÂNEA, TEMPO INSPIRATÓRIO, FIO2 COM MONITORAÇÃO PRO SENSOR PARAMAGNÉTICO OU ULTRASSÔNICO OU GALVÂNICO, RELAÇÃO I:E, RESISTÊNCIA, COMPLACÊNCIA, PRESSÃO DE OCLUSÃO E AUTO PEEP. APRESENTAÇÃO DE CURVAS PRESSÃO X TEMPO, FLUXO, VOLUME X TEMPO, LOOPS PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME E APRESENTAÇÃO DE GRÁFICOS COM AS TENDÊNCIAS NO MÍNIMO PARA PEEP, COMPLACÊNCIA, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, VOLUME EXPIRATÓRIO E RESISTÊNCIA DAS VIAS AÉREAS. SISTEMA DE ALARMES COM PELO MENOS: ALARME DE ALTA PRESSÃO INSPIRATÓRIA, ALTO E BAIXO VOLUME MINUTO, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, ALTA/BAIXA FIO2, APNEIA, PRESSÃO DE O2 BAIXA, FALHA NO FORNECIMENTO DE GÁS, FALTA DE ENERGIA, BAIXA CARGA DA BATERIA E PARA VENTILADOR SEM CONDIÇÃO PARA FUNCIONAR, OU SIMILAR. RECURSO DE NEBULIZAÇÃO INCORPORADO AO EQUIPAMENTO OU DISPOSITIVO QUE EXECUTE A MESMA FUNÇÃO; TECLA PARA PAUSA MANUAL INSPIRATÓRIA E EXPIRATÓRIA.																

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 128 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126001200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			ARMAZENAR NA MEMÓRIA OS ÚLTIMOS PARÂMETROS AJUSTADOS; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 30MIN; O VENTILADOR DEVERÁ CONTINUAR VENTILANDO O PACIENTE MESMO COM A FALTA DE OXIGÊNIO EM CASO DE EMERGÊNCIA E ALARMAR INDICANDO O GÁS FALTANTE. VÁLVULA EXPIRATÓRIA UNIVERSAL. ACOMPANHAR NO MÍNIMO OS ACESSÓRIOS: UMIDIFICADOR AQUECIDO, JARRA TÉRMICA, BRAÇO ARTICULADO, PEDESTAL COM RODÍZIOS, 1 CIRCUITO PACIENTE PEDIÁTRICO/ADULTO, 1 CIRCUITO PACIENTE NEONATAL/PEDIÁTRICO, 1 VÁLVULA DE EXALAÇÃO OU DISPOSITIVO QUE EXECUTE A MESMA FUNÇÃO, MANGUEIRAS PARA CONEXÃO DE OXIGÊNIO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V																
144	EXCLUSIVO ME/EPP	VÍDEO LARINGOSCÓPIO COM LÂMINAS REUTILIZÁVEIS - KIT DE LÂMINAS TAM: 1,2,3,4 E 5	VÍDEO LARINGOSCÓPIO COM CÂMERA 2.0 POSSIBILITANDO NÍTIDA VISÃO DA ESTRUTURA DA GLOTE. LÂMINAS REUTILIZAVEIS. 01 UNIDADE PRINCIPAL (DISPLAY E CABO). 02 LÂMINAS CURVA MACINTOSH. 01 ESTOJO RÍGIDO PARA TRANSPORTE. 01 CARREGADOR DE BATERIA BIVOLT COM CABO USB. COMPRAR COM O KIT DE LÂMINAS: LÂMINAS CURVAS DE 5 DIFERENTES TAMANHOS: VL1; VL2; VL3; VL4 E VL5.DESENVOLVIDAS PARA INTUBAÇÃO DE PACIENTES INFANTIS, ADULTOS, OBESOS E COM VIAS DE DIFÍCIL ACESSO, PROCESSO DE LIMPEZA POR ESTERILIZAÇÃO OU IMERSÃO ANTI MICROBIANA.	VLSCOPE – SCOPE MEDICAL	UNIDADE				1											**1**
145	EXCLUSIVO ME/EPP	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - DIGITAL	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO DIGITAL. MATERIAL BASE FERRO FUNDIDO, TIPO ADULTO, CAPACIDADE 150 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FRAÇÕES 100G, PLATAFORMA COM TAPETE	WELMY OU SIMILAR	UNIDADE				1				5						**6**

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 129 de 154

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126001200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
			ANTIDERRAPANTE. RÉGUA ANTROPOMETRICA ATÉ 2 METROS. GARANTIA: 1 ANO																
146	EXCLUSIVO ME/EPP	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - DIGITAL	BALANÇA PEDIÁTRICA, ELETRÔNICA, CAPACIDADE PARA 15KG, FRAÇÕES DE 5G, CONCHA ANATÔMICA PARA ACOMODAR O BEBÊ, 220 VOLTS. BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - DIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 16 KG, DIMENSÕES DA CONCHA MÍNIMO 540 X290 (MM)	WELMY	UNIDADE				1										1
147	EXCLUSIVO ME/EPP	BALANÇA DIGITAL ANALÍTICA	CAPACIDADE DE 2.200 GRAMAS, CALIBRAÇÃO EXTERNA, RESOLUÇÃO DE 0,01G. TENSÃO: 220V OU BIVOLT. HOMOLOGADA PELO INMETRO. REGISTRO NO INMETRO		UNIDADE			2											2
148	EXCLUSIVO ME/EPP	PAR TORNOZELEIRA/CANELEIRA DE 1 KG - 2 UND DE 1KG	MATERIAL EM NYLON, PREENCHIDO COM AREIA, AJUSTÁVEL COM VELCRO - 2 UND DE 1KG		KIT		12		1		2	5		2					22
149	EXCLUSIVO ME/EPP	PAR TORNOZELEIRA/CANELEIRA DE 2 KG - 2 UND DE 2KG	MATERIAL EM NYLON, PREENCHIDO COM AREIA, AJUSTÁVEL COM VELCRO - 2 UND DE 2KG		KIT		12					5		2					19
150	EXCLUSIVO ME/EPP	PAR TORNOZELEIRA/CANELEIRA DE 3 KG - 2 UND DE 3KG	MATERIAL EM NYLON, PREENCHIDO COM AREIA, AJUSTÁVEL COM VELCRO - 2 UND DE 3KG		KIT		5				1	5		2					13
151	EXCLUSIVO ME/EPP	SUPORTE PAREDE PARA BOLA SUÍÇA - KIT COM 3 SUPORTES	KIT DE 3 SUPORTES PARA BOLAS SUIÇAS, DE PAREDE. DIÂMETRO: 38CM. TUBO DE AÇO DE 16MM DE DIÂMETRO, BRANCO		KIT						3	4							7
152	EXCLUSIVO ME/EPP	TAPETE ATIVIDADE 2,00 X 1,80 INFANTIL DUPLA FACE TÉRMICO	TAPETE TÉRMICO, DUPLA FACE 2,00X1,80CM TÉRMICO INFANTIL, DUPLA FACE COM ESTAMPA VARIADA. ACOMPANHA SACOLA DE CARREGAR		UNIDADE						1								1
153	EXCLUSIVO ME/EPP	TATAME (100 X 100 X 4CM) PRETO	PLACA DE E.V.A. DE ALTA DENSIDADE E DURABILIDADE. COR: PRETO MEDIDAS: LARGURA: 100 CM COMPRIMENTO: 100 CM ESPESSURA: 4 CM		UNIDADE						20								20

ITEM	COTAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	SIMILAR OU EQUIVALENTE	UND	EMENDA 11924138000126001200.000	ACADEMIAS DA SAÚDE	HMM/UTI	UPA	ALTO CUSTO	NICE	CAPS	APS	MEC	EMENDA 1230-06	EMENDA 1240-01	EMENDA 990.000	CER	TOTAL
154	EXCLUSIVO ME/EPP	TATAME (50 X 50 X 4 CM) PRETO	PLACA DE E.V.A. DE ALTA DENSIDADE E DURABILIDADE. COR: PRETO MEDIDAS: LARGURA: 50 CM COMPRIMENTO: 50 CM ESPESSURA: 4 CM		UNIDADE						10								10

Observações:
***Os equipamentos deverão possuir no máximo doze meses de fabricação quando da entrega.**
*** Garantia de 1 ano quando não especificado no item.**
*** Potência elétrica de 220V.**

4.2. Considerando a tensão de energia das unidades solicitantes ser de 220 volts, todos os itens ofertados deverão ser compatíveis com a rede de energia utilizada, custos adicionais para compatibilização dos produtos, se for o caso, será suportado unicamente pela contratada.

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 130 de 154

5. JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO

5.1. A aquisição de materiais e equipamentos de fisioterapia e reabilitação, médico-hospitalares e de laboratório de análises clínicas justifica-se pela necessidade de assegurar condições adequadas para a prestação dos serviços públicos de saúde no Município de Mineiros/GO, proporcionando suporte à realização de procedimentos assistenciais, terapêuticos, diagnósticos e de reabilitação, em conformidade com os princípios da universalidade, integralidade e equidade que norteiam o Sistema Único de Saúde (SUS).

5.2. A disponibilidade de materiais e equipamentos apropriados é indispensável para garantir a continuidade, a qualidade, a segurança e a eficiência dos atendimentos prestados à população. Esses recursos possibilitam a realização adequada de procedimentos de fisioterapia e reabilitação, a assistência médico-hospitalar e a execução de exames laboratoriais, contribuindo para a prevenção, o diagnóstico, o tratamento e o acompanhamento das condições de saúde dos usuários da rede pública municipal.

5.3. A aquisição também visa atender às necessidades das unidades de saúde, mediante a reposição de materiais, a ampliação da capacidade operacional dos serviços e, quando necessário, a substituição de equipamentos danificados, desgastados ou tecnologicamente obsoletos, de modo a reduzir o risco de interrupções nos atendimentos e assegurar condições adequadas de funcionamento das unidades contempladas.

5.4. A ausência ou insuficiência desses materiais e equipamentos pode comprometer a realização de procedimentos, ocasionar atrasos nos atendimentos, prejudicar a precisão e a confiabilidade dos exames laboratoriais e limitar a oferta de serviços de fisioterapia e reabilitação, com impactos diretos na assistência prestada aos usuários do SUS.

5.5. A presente aquisição encontra respaldo no dever constitucional do Estado de garantir o direito à saúde, conforme estabelecido nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, bem como nas diretrizes de organização do Sistema Único de Saúde previstas no artigo 198, especialmente quanto à integralidade da assistência. Fundamenta-se, ainda, na necessidade de observância dos princípios da eficiência e da continuidade da prestação dos serviços públicos, assegurando a adequada aplicação dos recursos públicos e a manutenção da capacidade de atendimento da rede municipal de saúde.

5.6. Dessa forma, a aquisição dos materiais e equipamentos pretendidos mostra-se necessária para suprir as demandas identificadas pela Secretaria Municipal de Saúde, manter o funcionamento adequado dos serviços, aprimorar as condições de trabalho dos profissionais e contribuir para a oferta de atendimento seguro, eficiente e resolutivo à população de Mineiros/GO.

6. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA.

6.1. Os objetos deverão ser entregues no **ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 8ª AVENIDA, Nº 71, SETOR MINEIRINHO, MINEIROS-GO, CEP 75.830-016** ou em outro local previamente designado, em perfeitas condições de uso e em conformidade com as especificações descritas neste Termo, em até 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir da data da ordem de fornecimento, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 131 de 154

6.2. Após a formalização do Contrato, a CONTRATADA deverá detalhar o processo de entrega dos equipamentos e utensílios e o processo de instalação quando requisitado;

6.3. Nos processos de entrega e de instalação quando requisitado, o equipamento deverá constar o contato (telefone/e-mail) do responsável da CONTRATADA por realizar o recebimento, a instalação e o detalhamento técnico quanto às necessidades de pré-instalação dos equipamentos, instruindo quanto às instalações de rede elétrica, aterramento, dimensões do local, temperatura, umidade e outros, bem como todas as demais condições físicas pertinentes à instalação dos equipamentos;

6.4. O simples recebimento de volumes lacrados, sem a devida conferência conjunta pela CONTRATADA e CONTRATANTE do conteúdo destes, não caracteriza a entrega dos equipamentos;

6.5. A CONTRATADA deverá encaminhar, quando da entrega dos equipamentos, os Manuais de Operação, e os Manuais de Serviço do Fabricante quando requisitado, em formato digital, devendo o Manual de Operação e de Serviço serem obrigatoriamente em português. O Manual de Serviço deve compreender: esquemas (tipo diagramas de bloco ou similar), relação das placas/módulos e suas respectivas funções, lista de códigos de erros e possíveis soluções, e rotinas de manutenção preventiva quando aplicável;

6.6. As caixas contendo os equipamentos deverão ser abertas por representante da CONTRATADA, juntamente com representante da CONTRATANTE. Podendo a CONTRATADA autorizar a abertura destas caixas apenas por representante da CONTRATANTE, ou seja, sem a presença de representante da CONTRATADA;

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 132 de 154

6.7. A CONTRATANTE receberá os equipamentos e, após a devida análise da sua conformidade formal com as especificações e condições deste Termo de Referência, emitirá e atestará o TERMO DE RECEBIMENTO, sendo este o documento que oficializa a entrega dos equipamentos;

6.8. A instalação dos equipamentos, quando requisitada, deverá ser feita pela CONTRATADA, com agendamento prévio entre as partes, em local indicado pela CONTRATANTE, sem ônus adicional posterior ao processo de aquisição, mediante o acompanhamento de representante da CONTRATANTE;

6.9. A instalação dos equipamentos, quando requisitada, compreende a movimentação vertical e/ou horizontal dos equipamentos pelos acessos normais do hospital até o local de instalação, a montagem dos equipamentos, a realização de testes operacionais, configuração de presets e ajustes que coloquem os equipamentos em pleno funcionamento, além da realização, quando requisitado, da Calibração (Englobando todos os instrumentos e/ou parâmetros passíveis de calibração), Qualificação (Instalação, Operação e Desempenho), Treinamento Operacional e/ou Treinamento Técnico para os profissionais da CONTRATANTE;

6.10. Após a entrega, a Secretaria de Saúde terá 07 (sete) dias úteis para examinar o pedido entregue, visando avaliar as características de cada item (quantidade e qualidade do produto ou especificações dos serviços), exceto quando o aceite depender de laudo ou parecer técnico.

6.11. A CONTRATADA, mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação dos equipamentos e utensílios, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, aqueles em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta.

6.12. O recebimento e o aceite dos materiais e equipamentos não excluem a responsabilidade civil da CONTRATADA por vícios de qualidade ou quantidade, defeitos ou desconformidades com as especificações técnicas estabelecidas no Edital e em seus anexos, ainda que constatados posteriormente, assegurando-se ao MUNICÍPIO o direito de exigir as medidas cabíveis para a correção das irregularidades, a substituição dos produtos ou outras providências legalmente aplicáveis, nos termos da legislação vigente.

6.13. Todos os itens constados deste termo de referência, deverão ser entregues sem violação de embalagem, sem deterioração ou qualquer outro fator que possa comprometer o uso ou a qualidade dos mesmos, e de acordo com as normas sanitárias em vigor no país. Em todos os materiais/equipamentos deverão constar dados de identificação e procedência, fabricação, validade e número de lote e número de Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (ou ato que o isente).

6.14. Os equipamentos e utensílios deverão atender à legislação a eles pertinente.

7. FORMA E PRAZO PARA PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a partir de cada remessa entregue, devidamente atestada pelo recebedor autorizado, acompanhada de Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota de Empenho, após o aceite dos respectivos objetos, ser entregue no departamento de compras da Secretaria de Saúde de Mineiros-GO.

7.2. Os preços dos itens deverão ser fixos, somente podendo ser reajustados quando houver majoração oficial dos valores, comprovados nos autos e após o vencimento da validade da proposta apresentada pela Contratada, mediante requerimento formalizado, protocolado e instruído de documentos fiscais que comprovem os preços vigentes antes e depois da majoração.

7.3. A empresa deverá fornecer as informações bancárias para recebimento dos pagamentos, constando número de conta, agência e outros necessários para o crédito dos valores, que será feito eletronicamente.

7.4. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A Contratada obrigar-se-á:

8.1.1. Entregar os equipamentos no local e prazo designados e em estrita conformidade com as especificações e exigências constantes do presente Termo de Referência;

8.1.2. Permitir a fiscalização dos serviços referente à entrega, por parte do Município;

8.1.3. Fornecer os produtos/equipamentos de acordo com as exigências e determinações da legislação pertinente à matéria;

8.1.4. Executar a entrega dentro dos padrões estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde - SMS, de acordo com as especificações, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas;

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 133 de 154

8.1.5. O equipamento deverá ser acondicionado conforme padrão do fabricante, devendo garantir a proteção durante o transporte e estocagem, bem como constar identificação do equipamento e demais informações exigidas na Legislação;

8.1.6. Substituir, às suas expensas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, após notificação formal, os produtos entregues em desacordo com as especificações, conforme anexos e com as respectivas propostas, ou que apresente vício de qualidade (que apresentem problemas na utilização);

8.1.7. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do empenho;

8.1.8. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade da entrega, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

8.1.9. A falta de quaisquer dos objetos não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste termo de referência e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas;

8.1.10. Comunicar imediatamente a contratante sobre qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros, julgáveis necessários para o perfeito cumprimento da ARP;

8.1.11. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

8.1.12. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura;

8.1.13. Indenizar terceiros e/ou ao próprio Município mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

8.1.14. Manter a regularidade fiscal e trabalhista durante a vigência da Ata de Registro de Preços, bem como apresentando, por ocasião da contratação, os documentos elencados Capítulo VI, Seção II, artigos 87 e 88 da lei 14.133/2021, quais sejam, certidões negativas de débito para com as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, bem como em relação ao FGTS e de Débito Trabalhista;

8.1.15. Arcar com todas as despesas relativas ao fornecimento, tais como fretes e/ou transportes.

8.1.16. Arcar com todas as consequências de erro pelo representante da empresa encarregado de participar da Seção Pública de Lances, de forma que a Contratante não é obrigada a aceitar pedido de cancelamento ou desistência de itens cotados, por alegação da empresa de falha ou erro de funcionário na cotação.

8.1.17. Comunicar a SMS, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis que antecedem o prazo de vencimento da entrega dos materiais, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.

8.1.18. Cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referência, de forma que os materiais/equipamentos a serem entregues estejam em perfeito estado e dentro das normas técnicas estabelecidas pelos órgãos reguladores.

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 134 de 154

8.1.19. Reparar, corrigir, remover as suas expensas, objetos que apresentem vícios, defeitos, falhas ou incorreções resultantes de sua utilização, prazo de validade em desacordo, no período máximo de 05 (dias) úteis, contados do recebimento da notificação que lhe for entregue oficialmente, sem ônus para a Contratante.

8.1.20. Assumir toda a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação da presente licitação.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, quantidade, local e demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;

9.2. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada às dependências do Órgão contratante, prestando-lhes os esclarecimentos pertinentes;

9.3. Comunicar/Notificar à empresa Contratada sobre possíveis irregularidades observadas fornecimento dos materiais adquiridos, para imediata correção e/ou substituição;

9.4. Rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor;

9.5. Efetuar o pagamento à Contratada, nas condições estabelecidas;

9.6. Fiscalizar a entrega dos itens, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer entrega que não esteja de acordo com as condições e exigências estabelecidas neste Termo.

10. DA EXECUÇÃO

10.1. A ARP decorrente deste termo deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as normas da Lei n° 14.133/2021 e Decretos municipais n° 03 e 04, ambos de janeiro de 2024, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

10.2. Os materiais entregues deverão, obrigatoriamente, obedecer às exigências e especificações constantes da Anvisa e ABNT, quando for o caso, bem como a toda legislação que os rege.

10.3. A entrega dos materiais/equipamentos ora contratados será acompanhada e fiscalizada por representante da Contratante, com atribuições específicas bem como representante designado da Contratada.

10.4. A fiscalização exercida na prestação dos serviços não exclui a responsabilidade da Contratada, por quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência deste, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.

10.5. Em caso de necessidade, o quantitativo estipulado poderá ser alterado de acordo com a normativa vigente e as necessidades verificadas pelo Contratante.

11. DA GARANTIA

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 135 de 154

11.1. A licitante ao apresentar suas propostas, fica obrigada a oferecer GARANTIA com duração mínima de 12 (doze) meses para os equipamentos e utensílios, prevalecendo em caso de divergência, aquele previsto na descrição dos itens;

11.2. Garantir assistência técnica pós-venda de fácil acesso.

11.3. A licitante vencedora deverá apresentar quando da entrega dos objetos, como forma de comprovação da garantia mencionada no subitem 11.1, documento equivalente;

11.4. No caso de os produtos apresentarem defeitos e, consequentemente serem substituídos, a garantia será contada a partir da nova data de entrega;

11.5. O ônus de substituição/correção de defeitos apresentados pelos objetos ou substituição dos mesmos, será suportado exclusivamente pela contratada.

12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1. As despesas correrão por conta da Dotação Orçamentária, que somente será exigida no ato da formalização do contrato ou outro instrumento hábil, isto posto que na licitação para registro de preço não é necessário indicar a dotação orçamentária, segundo art. 17°do Decreto Federal nº 11.462, de 31 de março de 2023, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços (SRP):

> Art. 17. A indicação da disponibilidade de créditos orçamentários somente será exigida para a formalização do contrato ou de outro instrumento hábil.

12.2. Os recursos orçamentários necessários ao pagamento das obrigações decorrentes da presente licitação serão por meio de recursos próprios do município de Mineiros-GO, verba estadual, verba federal e recursos de emenda.

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. A CONTRATADA que infringir as normas constantes deste contrato ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

I. Advertência nos casos de inexecução parcial que não acarretem prejuízos significativos para a Administração.

II. Multas nos seguintes casos e percentuais:

a) Multa por inexecução parcial, injustificada, da Ata de Registro de Preços: de 1% (um por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preços;

b) Multa por inexecução total injustificada da Ata de Registro de Preços: Caracterizada pela verificação da não entrega do produto após 30 (trinta) dias: de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento), sobre o valor total da Ata de Registro de Preços.

III. Impedimento de licitar e contratar com o Município de Mineiros:

a) Dar causa à inexecução parcial ou total da Ata de Registro de Preços que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo: até 03 (três) anos;

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 136 de 154

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos seguintes casos:

a) Apresentar declaração ou documentação falsa a execução do contrato;

b) Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

c) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

d) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; e,

e) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

13.2. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo específico que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário/contratado, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133/2021.

13.3. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133/2021 ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846/2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos no Decreto Municipal nº 03/2024.

13.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

13.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade poderão ser aplicados cumulativamente com a sanção de multa.

13.6. Na aplicação das sanções serão considerados a natureza e a gravidade da infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a Administração Pública, e a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

14. DA RESCISÃO E PENALIDADES

14.1. Este(a) contrato/ARP poderá ser rescindido pelo CONTRATANTE, independentemente de notificação ou interpelação judicial, atendido o disposto nos arts. 137 a 139 da Lei nº 14.133/2021.

14.2. Qualquer tolerância das partes quanto ao descumprimento das cláusulas do presente contrato/ARP constituirá mera liberalidade, não configurando renúncia ou novação do Contrato ou de suas cláusulas que poderão ser exigidos a qualquer tempo.

14.3. Os eventuais casos omissos serão resolvidos de acordo com as normas fixadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, pelas regras da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações, os princípios do Direito Administrativo e Constitucional, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do Direito Privado, de acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021 e demais dispositivos aplicáveis.

15. DA VALIDADE

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 137 de 154

15.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços (ARP) será de **12 (doze) meses** contados de sua publicação no *Diário Oficial dos Municípios de Goiás*, nos termos do Art. 107 da NLLC n° 14.133/2021.

15.1.1. O contrato decorrente da ARP terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas, podendo, ainda, ser alterado em conformidade com o art. 124 da Lei n° 14.133/2021.

16. DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS

16.1. O acompanhamento da contratação fica a cargo da Secretária Municipal de Saúde, a Sra. **Cinara Stock Soares Cardoso**, designado "Gestora dos Contratos", atendendo o disposto no art. 4º, inciso XX, da Instrução Normativa 12/2014 do TCM.

16.2. A fiscalização e acompanhamento decorrente deste Termo de Referência, ficará a cargo da servidora a Sra. **Raidalva Gonzaga da Silva**, inscrita no CPF sob o n° 009.734.871-60, neste ato nomeada pela Gestora dos Contratos, especialmente designada para este fim, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021 e art. 3º, XXI da IN 10/2015 TCM/GO, que será substituído, na sua ausência, por um dos Superintendentes da Secretaria Municipal de Saúde.

16.3. A presença da fiscalização no local da entrega não atenua nem diminui a responsabilidade da Contratada no que diz respeito a qualquer ocorrência, atos irregulares ou omissões verificadas no desenvolvimento dos trabalhos a ele relacionados.

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 138 de 154

17. DO FORO

17.1. Fica eleito o foro da Comarca de Mineiros (GO), prevalecendo sobre qualquer outro, por mais especializado que seja para dirimir quaisquer divergências decorrentes da execução do presente objeto.

Mineiros-GO, 20 de outubro de 2026.

CINARA STOCK SOARES CARDOSO
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RAIDALVA GONZAGA DA SILVA
FISCAL / ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

JHONATHAN MICHAEL MORAES DE OLIVEIRA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA SAÚDE

PREFEITURA DE MINEIROS
Uma cidade cada vez melhor.

ANEXO II

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº **073/2026**
PROCESSO Nº **2026031930**
ARP Nº _____/_____

O **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MINEIROS/GO,** inscrito no CNPJ sob o nº 11.924.138/0001-01, situado à Av. Ino Rezende n° 1.148-1.254 – Setor Cruvinel, Mineiros/GO – Paço Municipal II, Ipê Shopping, neste ato representado por sua Gestora, Sra. **Cinara Stock Soares Cardoso**, Secretária Municipal de Saúde, assim designada pelo Decreto n° 001/2026, órgão do **Município de Mineiros-GO**, inscrito no CNPJ/MF sob nº 02.316.537/0001-90, assistidos juridicamente pelo Procurador Geral do Município de Mineiros, Dr. Celismar Ferreira Borges Alves, inscrito na OAB nº 22.399, com fundamento no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/_____, Processo nº XXXXXXXX,** regido pelos Decretos Municipais n° 03 e 04, ambos de janeiro de 2024, com aplicação subsidiária da Lei nº 14.133/2021, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, e conforme Termos de Homologação e Adjudicação contido nos autos, Resolve lavrar nesta data e de comum acordo a presente **ATA** para **REGISTRO DOS PREÇOS,** conforme as cláusulas seguintes:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Termo de Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA/REABILITAÇÃO, MÉDICO-HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA para atender as unidades de saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Mineiros-GO,** conforme condições, quantitativos e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

Parágrafo Primeiro: A presente Ata de Registro de Preços constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, com característica de compromisso para futura e eventual contratação.

Parágrafo Segundo: Registra-se o preço das **PROMITENTES CONTRATADAS:**

Nome:
CNPJ:
Endereço:
CEP:
Telefone:
E-mail:
Representante Legal:
Nome:
CPF:

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 139 de 154

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA SEGUNDA: As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária prevista no orçamento municipal para o exercício de 2026, e serão devidamente informadas quando da efetiva contratação, conforme previsto no Decreto Municipal nº 04/2024.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

CLÁUSULA TERCEIRA: **OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

3.1. A Contratada obrigar-se-á:

a. Efetuar a entrega dos objetos, em perfeitas condições, em estrita observância das especificações exigidas no Termo de Referência, **em até 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir da data da ordem de fornecimento**, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, no endereço:

- **ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

  Endereço: **AV. 8ª AVENIDA, Nº 71, SETOR MINEIRINHO, MINEIROS-GO, CEP 75.830-016;**

  OBSERVAÇÃO: ou em outro local previamente designado, de acordo com a necessidade da Contratante.

b. Nos processos de entrega e de instalação quando requisitado, o equipamento deverá constar o contato (telefone/e-mail) do responsável da CONTRATADA por realizar o recebimento, a instalação e o detalhamento técnico quanto às necessidades de pré-instalação dos equipamentos, instruindo quanto às instalações de rede elétrica, aterramento, dimensões do local, temperatura, umidade e outros, bem como todas as demais condições físicas pertinentes à instalação dos equipamentos;

c. A instalação dos equipamentos, quando requisitada, deverá ser feita pela CONTRATADA, com agendamento prévio entre as partes, em local indicado pela CONTRATANTE, sem ônus adicional posterior ao processo de aquisição, mediante o acompanhamento de representante da CONTRATANTE;

d. A instalação dos equipamentos, quando requisitada, compreende a movimentação vertical e/ou horizontal dos equipamentos pelos acessos normais do hospital até o local de instalação, a montagem dos equipamentos, a realização de testes operacionais, configuração de presets e ajustes que coloquem os equipamentos em pleno funcionamento, além da realização, quando requisitado, da Calibração (Englobando todos os instrumentos e/ou parâmetros passíveis de calibração), Qualificação (Instalação, Operação e Desempenho), Treinamento Operacional e/ou Treinamento Técnico para os profissionais da CONTRATANTE;

e. Entregar os objetos sem violação de embalagem, sem deterioração ou qualquer outro fator que possa comprometer o uso ou a qualidade dos mesmos, e de acordo com as normas sanitárias em vigor no país. Em todos os materiais/equipamentos deverão constar dados de

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 140 de 154

identificação e procedência, fabricação, validade e número de lote e número de Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (ou ato que o isente).

f. O simples recebimento de volumes lacrados, sem a devida conferência conjunta pela CONTRATADA e CONTRATANTE do conteúdo destes, não caracteriza a entrega dos equipamentos;

g. A CONTRATADA deverá encaminhar, quando da entrega dos equipamentos, os Manuais de Operação, e os Manuais de Serviço do Fabricante quando requisitado, em formato digital, devendo o Manual de Operação e de Serviço serem obrigatoriamente em português. O Manual de Serviço deve compreender: esquemas (tipo diagramas de bloco ou similar), relação das placas/módulos e suas respectivas funções, lista de códigos de erros e possíveis soluções, e rotinas de manutenção preventiva quando aplicável;

h. As caixas contendo os equipamentos deverão ser abertas por representante da CONTRATADA, juntamente com representante da CONTRATANTE. Podendo a Contratada autorizar a abertura destas caixas apenas por representante da Contratante, ou seja, sem a presença de representante da CONTRATADA;

i. Considerando a tensão de energia das unidades solicitantes ser de 220 volts, todos os itens ofertados deverão ser compatíveis com a rede de energia utilizada, custos adicionais para compatibilização dos produtos, se for o caso, será suportado unicamente pela contratada;

j. Permitir a fiscalização dos serviços referente à entrega, por parte do Município;

k. Fornecer os equipamentos de acordo com as exigências e determinações da legislação pertinente à matéria, e possuir no máximo doze meses de fabricação quando da entrega, possuir garantia de 1 ano quando não especificado no item;

l. Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as especificações, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas;

m. A embalagem deverá ser acondicionada conforme padrão do fabricante, devendo garantir a proteção durante o transporte e estocagem, bem como constar identificação do produto e demais informações exigidas na Legislação;

n. Não há quantidade mínima para pedido pela Contratante, portanto a Contratada deverá efetuar a entrega na quantidade solicitada sob pena de aplicação de penalidades.

o. Substituir, às suas expensas, **no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis**, após notificação formal, os produtos entregues em desacordo com as especificações, conforme anexos e com as respectivas propostas, ou que apresente vício de qualidade (que apresentem problemas na utilização);

p. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato;

q. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade da entrega, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

r. A falta de quaisquer dos itens não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste Termo de Referência e não a

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 141 de 154

eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas;

s. Comunicar imediatamente a contratante sobre qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para o perfeito cumprimento do contrato;

t. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

u. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura;

v. Indenizar terceiros e/ou ao próprio Município mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

w. Manter a regularidade fiscal e trabalhista durante a vigência da Ata de Registro de Preços, bem como apresentando, por ocasião da contratação, os documentos elencados Capítulo VI, Seção II, artigos 87 e 88 da lei 14.133/2021, quais sejam, certidões negativas de débito para com as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, bem como em relação ao FGTS e de Débito Trabalhista;

x. Arcar com todas as despesas relativas ao fornecimento, tais como fretes e/ou transportes;

y. Arcar com todas as consequências de erro pelo representante da empresa encarregado de participar da Seção Pública de Lances, de forma que a Contratante não é obrigada a aceitar pedido de cancelamento ou desistência de itens cotados, por alegação da empresa de falha ou erro de funcionário na cotação.

z. Comunicar a SMS, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis que antecedem o prazo de vencimento da entrega dos materiais, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.

aa. Cumprir fielmente o que estabelece o Termo de Referência, Edital e Ata de Registro, de forma que os materiais a serem entregues estejam em perfeito estado e dentro das normas técnicas estabelecidas pelos órgãos reguladores.

bb. Reparar, corrigir, remover as suas expensas, objetos que apresentem vícios, defeitos, falhas ou incorreções resultantes de sua utilização, prazo de validade em desacordo, no período máximo de 05 (dias) úteis, contados do recebimento da notificação que lhe for entregue oficialmente, sem ônus para a Contratante.

cc. Manter endereço, telefones, e-mails e outros meios de comunicação sempre atualizados, devendo comunicar de forma imediata ao Contratante quaisquer mudanças ou alterações feitas nestes.

dd. Assumir toda a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação da presente licitação.

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 142 de 154

CLÁUSULA QUARTA: <u>OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:</u>

a) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o prazo estabelecido.

b) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada às dependências do Órgão contratante, prestando-lhes os esclarecimentos pertinentes;

c) Exercer a fiscalização do fornecimento por servidores especialmente designados, na forma prevista pela Lei n. 14.133/2021.

d) Comunicar/Notificar à empresa Contratada sobre possíveis irregularidades observadas na prestação dos serviços fornecidos, para imediata correção;

e) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor.

f) Fiscalizar a entrega dos itens, tendo o prazo de 07 (sete) dias úteis para processar a conferência dos objetos entregues, visando avaliar suas características (quantidade, qualidade e especificações), e informar a contratada do aceite ou eventual substituição do(s) objeto(s) entregue(s) em desacordo com as especificações, exceto quando o aceite depender de laudo ou parecer técnico.

g) A CONTRATANTE receberá os equipamentos e, após a devida análise da sua conformidade formal com as especificações e condições deste Termo de Referência, emitirá e atestará o TERMO DE RECEBIMENTO, sendo este o documento que oficializa a entrega dos equipamentos;

h) Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial da Ata;

i) Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

CLÁUSULA QUINTA: DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1 A ARP deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as normas da Lei n° 14.133/2021 e Decretos municipais n° 03 e 04, ambos de janeiro de 2024, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

5.2 Os materiais entregues deverão, obrigatoriamente, obedecer às exigências e especificações constantes da Anvisa e ABNT, quando for o caso, bem como a toda legislação que os rege.

5.3 A entrega dos materiais ora contratados será acompanhada e fiscalizada por representante da Contratante, com atribuições específicas bem como representante designado da Contratada.

5.4 A fiscalização exercida na prestação dos serviços não exclui a responsabilidade da Contratada, por quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 143 de 154

material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência deste, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.

5.5 Em caso de necessidade, o quantitativo estipulado poderá ser alterado de acordo com a normativa vigente e as necessidades verificadas pelo Contratante.

DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA SEXTA: O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **12 (doze) meses** contados de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios de Goiás (DOM), podendo ser prorrogado nos termos do Art. 84 da NLLC n° 14.133/2021. Em havendo a prorrogação contratual, adotar-se-á para correção, o índice oficial INPC ou outro que venha a substituí-lo.

PARÁGRAFO ÚNICO: O contrato decorrente da ARP terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas, podendo ser prorrogado e alterado em conformidade com os arts. 107 e 124 da Lei n° 14.133/2021.

DO REGISTRO DOS PREÇOS

CLÁUSULA SÉTIMA: O preço registrado, a quantidade e o prestador dos serviços constantes desta, encontram-se discriminados na tabela abaixo:

ITEM	EMPRESA/CNPJ	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL

Parágrafo Primeiro: O valor total da presente Ata é de R$ ___ (_____).

CLÁUSULA OITAVA: DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1 Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observando os seguintes requisitos:

a. Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

b. Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

c. Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

d. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 144 de 154

e. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

f. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até (90) noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

g. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços, conforme previsto no parágrafo único do art. 7° do Decreto Municipal n° 04/2024.

h. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 8.1.

8.2 Dos limites para as adesões

a. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes, conforme art. 86 §4°, Lei n° 14.133/2021.

b. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

c. Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 8.2.

8.3 A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 8.2, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.4 Vedação a acréscimo de quantitativos

a) É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

DA CONTRATAÇÃO

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 145 de 154

CLÁUSULA NONA: Observados os critérios e condições estabelecidos no edital do Pregão Eletrônico n° XXX/XXXX, o MUNICÍPIO e/ou órgãos participantes, visando alcançar a quantidade de bens pretendida, poderá contratar concomitantemente com um ou mais fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se a capacidade de fornecimento das detentoras, e obedecida a ordem de classificação das propostas e os preços registrados.

CLÁUSULA DÉCIMA: O Registro de Preços efetuado não obriga o MUNICÍPIO a firmar as contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para o objeto, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A contratação junto a cada fornecedor registrado será formalizada pelos órgãos integrantes da Administração Direta ou Indireta do Poder Executivo, mediante a assinatura de contrato.

DO PAGAMENTO À CONTRATADA

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O MUNICÍPIO ou os órgãos municipais pagará à CONTRATADA, pelos fornecimentos dos objetos, de valor registrado nesta Ata de acordo com a quantidade de produto efetivamente entregue, **em até 30 (trinta) dias a partir de cada remessa entregue** devidamente atestada pelo recebedor autorizado, mediante apresentação da nota fiscal e documentos fiscais correlatos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O pagamento será efetuado através de crédito em conta bancária, exclusivamente em nome da contratada, mediante apresentação do documento fiscal competente, juntamente com os documentos pertinentes.

Parágrafo Primeiro: O documento fiscal deverá estar acompanhado dos seguintes documentos:

a) Certidão Negativa de Débitos Estadual, Municipal e Federal;

b) Certificado de Regularidade do FGTS emitido pela Caixa Econômica Federal;

Parágrafo Segundo: O documento fiscal não aprovado pelo MUNICÍPIO ou pelos órgãos municipais será devolvido à CONTRATADA para as devidas correções, passando a contar novos prazos previstos nesta Cláusula, a partir da data de sua reapresentação e consequente aprovação.

Parágrafo terceiro: A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao sistema de cadastro de fornecedores da Prefeitura para verificação da situação da contratada em relação às condições de habilitação e qualificação exigidas também no processo licitatório, cujo resultado será impresso e juntado aos autos do processo.

DAS ALTERAÇÕES, ATUALIZAÇÕES DOS PREÇOS REGISTRADOS E DO CANCELAMENTO

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 146 de 154

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

a) Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

b) Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

c) Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

c.1) No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação- INPC, ou outro que venha a substituí-lo.

c.2) No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

I. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

a) Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará quando houver, os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

b) Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

c) Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

II. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

a) Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

b) Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 147 de 154

deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

c) Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado sua habilitação conforme edital.

d) Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

e) Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado, nos termos legais.

f) O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

a) Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

b) Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

c) Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462/2023; ou

d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

d.1) Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

e) O cancelamento de registros nas hipóteses previstas será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

f) Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva (quando houver), observada a ordem de classificação.

g) O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

g.1) Por razão de interesse público;

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 148 de 154

g.2) A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

g.3) Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

DAS ALTERAÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: As condições relativas à garantia prestada são as estabelecidas no Termo de Referência.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Municipal vigente a Contratada que:

a) Não executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

b) Pelo atraso injustificado, pela inexecução total ou parcial do objeto;

c) Ensejar o retardamento da execução do objeto;

d) Fraudar na execução da ata;

e) Comportar-se de modo inidôneo;

f) Cometer fraude fiscal;

g) Não mantiver a proposta.

h) A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

I. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

II. Multa não inferior a 5% (cinco por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação;

III. Impedimento de licitar e contratar com o Município de Mineiros/GO pelo prazo de até 3 (três) anos, observado o disposto no art. 156, §4º, da Lei n.º 14.133/2021.

IV. Declaração de inidoneidade nos termos e prazos do art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021, para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 149 de 154

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

i) Também fica sujeito às penalidades do art. 155, III e IV da Lei nº 14.133/2021, a Contratada que:

I. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

III. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

j) A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133/2021 e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

k) A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

l) As penalidades serão registradas no Cadastro Municipal.

m) As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo de 05 (cinco) dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Administração Municipal.

o) Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, quando exigida, a Contratada responderá pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, cobrada judicialmente.

p) A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da infração cometida pela Contratada e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não impedindo que a Administração rescinda unilateralmente o cancelamento da Ata.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA VIGÉSIMA: O presente *Termo de Ata* poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 104 da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: É admissível a fusão, cisão ou incorporação da *Contratada* com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições da ata; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da *Administração* à continuidade da ata.

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 150 de 154

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à *Contratada* o direito à prévia e ampla defesa.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: A *Contratada* reconhece os direitos da *Contratante* em caso de rescisão administrativa prevista no art. 104 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: O *Termo de Rescisão* será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
c) Indenizações e multas.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: Os casos omissos serão decididos pela Contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas federais de licitações, contratos administrativos e subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais das atas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, nos Diários Oficiais pertinentes, no prazo previsto na Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA: A fiscalização e acompanhamento desta Ata de Registro de Preços ficarão a cargo do(a) servidor(a) Sr.(ª) _____**,** inscrito no CPF nº. _____**,** o qual competirá todas as atribuições competentes a função, neste ato nomeada pela **Gestora dos Contratos Sra. Cinara Stock Soares Cardoso,** Secretária Municipal de Saúde de Mineiros/GO, designado pelo Decreto nº 001/2026, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021.

Parágrafo Primeiro: A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego do fornecimento inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante.

Parágrafo Segundo: O fiscal da contratação anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da ata, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis, (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).

Parágrafo Terceiro: O fiscal da contratação informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 151 de 154

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA: Fica eleito o foro da Comarca deste Município, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução desta ATA, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente Ata em vias de igual teor e forma.

Mineiros, __ de _____ de XXXX.

CONTRATANTE
XXXXXXXXXXXXXXXX

CONTRATADA
CNPJ nº. XX.XXX.XXX/XXXX-XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CPF/MF n° xxxxxxxxx-xx
Fiscal da Ata

TESTEMUNHAS:

1) _____ 2) _____

CPF: CPF:

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 152 de 154

PREFEITURA DE MINEIROS
Uma cidade cada vez melhor.

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÕES UNIFICADAS - (LEI 14.133/2021)

DATA
NOME DA EMPRESA
MUNICIPIO DE MINEIROS/GO
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO **Nº XXX/2026**

Empresa (RAZÃO SOCIAL), sito à (ENDEREÇO COMPLETO), inscrita no CNPJ sob Nº (NÚMERO), neste ato representado pelo Sr.(a) (NOME DO REPRESENTANTE LEGAL), inscrito no CPF Nº (NÚMERO DO CPF),

DECLARA para os devidos fins que:

1.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no Artigo 3° da Lei Complementar Nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus Artigos 42 a 49, quando a empresa for classificada como ME/EPP.
1.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.
1.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias, **SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.**
1.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
1.5. Que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo, **SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.**
1.6. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do Artigo 7°, XXXIII, da Constituição. **SOB PENA DE INABILITAÇÃO.**
1.7. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP Nº 2, de 16 de setembro de 2009.
1.8. Que não possui em sua cadeia produtiva empregado executando trabalho degradante ou forçado observando o disposto nos incisos III e IV do Art. 1º e no inciso III do Art. 5º da Constituição Federal.
1.9. Que não há impedimento de participação no que pertine ao art. 9º da **Lei 14.133/2021**.
1.10. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da previdência social, art. 63, IV, da **Lei 14.133/2021, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.**
1.11. Que não está cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal.
1.12. Que a proposta apresentada é plenamente exequível, assegurando o integral cumprimento do objeto licitado, em estrita observância às condições estabelecidas no Edital e em seus respectivos anexos.
1.13. Que não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

Estou ciente que a declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição, sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e no edital do referido pregão eletrônico.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(ANEXAR A PROCURAÇÃO QUANDO FOR O CASO)

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 153 de 154

PREFEITURA DE MINEIROS
Uma cidade cada vez melhor.

ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

DATA:
Ref.: PREGÃO ELETRONICO Nº XXX/2026

RAZÃO SOCIAL:	**CNPJ:**
ENDEREÇO:	**COMPLEMENTO:**
CEP:	**MUNICÍPIO/ESTADO:**
TELEFONE FIXO:	**TELEFONE WHATSAPP:**
REPRESENTANTE LEGAL:	**CPF:** **RG:**
E-mail vendas/proposta:	**E-mail Empenho:**
E-mail Contrato/ARP:	

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO DOS PRODDUTOS	UNIDADE	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL

VALOR TOTAL GERAL DA PROPOSTA: R$ ..... (VALOR POR EXTENSO)

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, a contar da data da Adjudicação dos itens no certame;

PRAZO DE ENTREGA: em até 45 (quarenta e cinco) dias contados a partir da data da ordem de fornecimento, de acordo com a necessidade da Secretaria de Saúde.

- Declaramos sob as penas da lei, estar de acordo com todos os termos deste Pregão e que os itens ofertados atendem às necessidades do município de Mineiros;

- Declaramos que os preços acima contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos pelo proponente na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos (despesas fiscais), encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, lucro etc.

_____

(Assinatura e identificação do representante legal da Proponente)
CNPJ da Proponente

Digitally Signed by WAXIENE GOUVEA NAVES:03123098133-AC SAFEWEB RFB v5
Date: 09/11/2026 13:56:32
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 154 de 154