

**FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE COMPRA DE MATERIAIS**

**Gerência Demandante:** Gerência de Suprimento  
**Área Solicitante:** Gerência de Material Medico Hospitalar  
**Nome do Solicitante:** Leniria Pereira  
**Ramal:** 31834653  
**E-mail:** gmmh.hse@irh.pe.gov.br

**Número SEI do Pedido:** 0030308307.000014/2025-70 **Data:** 18.02.2024

( X ) Material de consumo (medicamentos e insumos hospitalares)  
( ) Material permanente (bem móvel que pelo uso tem durabilidade superior a 02 (dois) anos e fará parte do acervo patrimonial do HSE).  
( ) Outros:  
TIPO: ( ) Abastecimento/Estoque/Adesão ( X ) Situação Emergencial

#### Justificativa:

Considerando se tratar de Material Médico Hospitalar padronizado, a presente aquisição emergencial se fundamenta pela necessidade de promover a continuidade do abastecimento do Núcleo de Almoxarifado HSE-PE, que abastece o Núcleo da Farmácia, setores ambulatoriais e assistenciais do Hospital dos Servidores do Estado PE.

No caso, a hipótese de Processo Emergencial por Dispensa de Licitação, é justificada pela necessidade de providência rápida e eficaz para debelar ou, pelo menos, minorar as consequências lesivas aos beneficiários do Sistema SASSEPE, atendidos no Hospital dos Servidores de Estado PE, assistidos no ambulatório ou internados na Clínica Médica, na Clínica Cirúrgica, na UTI, na Oncologia.

Os materiais solicitados, são determinantes para o tratamento assistencial adequado, proporcionando subsídios necessários para tratamento clínico e para as cirurgias, de forma contínua e indispensável à manutenção e prestação de assistência aos pacientes do Hospital dos Servidores de Estado PE. Ressalta-se que os materiais solicitados fazem parte do Plano de Trabalho proposto, desta forma a presente aquisição visa atender as necessidades dos Setores de Internamento e do Centro Cirúrgico, de modo a dar continuidade e seguridade a assistência prestada pelos profissionais de saúde no HSE-PE.

Vale salientar que os materiais solicitados, encontram-se em situação crítica, conforme planilha de acompanhamento diário do NALM-HSE, e memória de módulo Estoque do Sistema LA.Vite, e que suas faltas ocasionariam prejuízo aos atendimentos dos pacientes ambulatoriais, clínicos e cirúrgicos do HSE-PE.

Com o intuito de prezar pela maior economicidade e eficiência, assim como, de prestar um serviço de qualidade aos usuários do SASSEPE, solicitamos a aquisição dos materiais abaixo elencados, ante à necessidade de abastecer **EMERGENCIALMENTE**, tendo em vista a **CRITICIDADE** na qual encontram-se nossos estoques. Assim, por tais razões, é que se faz necessária a urgente compra dos materiais abaixo descritos, conforme relatório de Justificativa. Salientamos que a memória utilizada para o cálculo está disponível em Nota Técnica, bem como, anexo do sistema L.A.Vite.

Os materiais solicitados emergencialmente, possuem Processo Licitatório Ordinário, conforme SEI:

0030308307.000044/2024-03, 0030308307.000082/2022-96, 0030308307.000124/2024-51.

#### Objetivo:

Prover as condições necessárias para atender a demanda no período de 06(seis) meses, sendo necessário **formalização de contrato** com todas as empresas, podendo assim, o contrato ser prorrogado por mais 06(seis) meses, com morte súbita contratual. Suprindo o estoque, prezando pela maior economicidade e eficiência, bem como a prestação de um serviço de qualidade aos usuários do SASSEPE.

**Exigências:**

As especificações estão compostas no descritivo do E-fisco. As amostras dos insumos serão solicitadas quando, a avaliação por meio de Catálogo/Ficha Técnica com descrição e imagens do item apresentar-se insuficiente para definição do parecer técnico desta unidade. Os insumos serão cotados por **ITENS**.

<b>ITEM</b>	<b>CÓD. E-FISCO</b>	<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO</b>	<b>UNID.</b>	<b>QUANT.</b>
01	375641-6	BOCAL AUTOCLAVÁVEL PARA ENDOSCOPIA - EM PLÁSTICO RESISTENTE, TAMANHO ADULTO, FORMATO UNIVERSAL, PARA USO EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Unidade	45
02	457310 - 2	CESTO - EM INOX, PARA EXTRAÇÃO DE PÓLIPOS NA COLONOSCOPIA. TIPO CATAPÓLIPOS.	Unidade	75
03	300993 - 9	ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL - CERDAS DE NYLON, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL, 5 MM X 30 CM, PARA MATERIAIS DE MICRO LÚMEN, AUTOCLAVÁVEL, PACOTE COM NO MÍNIMO 03 UNIDADES, EMBALAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES.	Unidade	45
04	565603 - 6	ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL - EM AÇO INOX, FLEXÍVEL, CILÍNDRICA, ESPIRALADA, COMPRIMENTO 230,00 CM, ESCOVA 5,0 MM X 2 CM, CANAL DE TRABALHO 2,6 MM - 4,00 MM, REUTILIZÁVEL, PARA LIMPEZA DE ENDOSCÓPIOS FLEXÍVEIS.	Unidade	20

05	357539 - 0	INJETOR DE ESCLEROSE - CATETER EM TEFLON COM PONTA AFILADA E SISTEMA DE MANOPLA COM TRAVAMENTO MÍNIMO E MÁXIMO, AGULHA EM AÇO INOX, DESCARTÁVEL, UTILIZADO EM ESCLEROSE COLONOSCÓPICA, AGULHA 0,7MM X 4,0MM, DIÂMETRO 2,3MM, COMPRIMENTO DE 230CM, APRESENTAÇÃO CONFORME DECRETO-LEI 79094/77 MS, INSTRUÇÕES DE USO DO EQUIPAMENTO, CERTIFICADO DA LIGA AISI, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO, ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO-LEI 79094/77 MS, CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS, GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO.	Unidade	130
06	570559 - 2	DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL - À BASE DE HIPOCORITO DE SÓDIO ESTABILIZADO A 4% COM AÇÃO ANTIMICROBIANA, PARA ARTIGOS SEMICRÍTICOS E NÃO CRÍTICOS, SEM ODORE, NÃO IRRITANTE, ATOXICO, DILUIÇÃO DE 5ML POR LITRO DE ÁGUA, TEMPO MÍNIMO DE CONTATO 15 MINUTOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO.	Galão	35
07	188578 - 2	EMBALAGENS DESCARTÁVEIS PARA ESTERILIZAÇÕES - SMS 100% POLIPROPILENO COM POROSIDADE CONTROLADA, GRAMATURA LEVE, TIPO NÃO-TECIDO, EMBALAGEM EM FOLHAS, ATOXICA, HIPOALERGÊNICA, MALEÁVEL, RESISTENTE À RUPTURA E ESTOURO, NA MEDIDA DE (100X100)CM, INCINERÁVEL E RECICLÁVEL, ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE ÓXIDO DE ETILENO, GÁS FORMALDEÍDO, VAPOR SATURADO OU PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, ACONDICIONADO EM CAIXA.	Unidade	12000
08	494028 - 8	EMBALAGENS DESCARTÁVEIS PARA ESTERILIZAÇÕES - EM SMS 100% POLIPROPILENO COM POROSIDADE CONTROLADA, GRAMATURA 50G/M <sup>2</sup> , TIPO NÃO-TECIDO SSMMS, ATOXICA, HIPOALERGÊNICA, MALEÁVEL, RESISTENTE À RUPTURA E ESTOURO, EM FOLHAS MEDINDO 120,00 X 120,00CM, ESTÉRIL.	Unidade	3000

09	188577 - 4	EMBALAGENS DESCARTÁVEIS PARA ESTERILIZAÇÕES - SMS 100% POLIPROPILENO COM POROSIDADE CONTROLADA, GRAMATURA LEVE, TIPO NÃO-TECIDO, EMBALAGEM EM FOLHAS, ATOXICA, HIPOALERGÊNICA, MALEÁVEL, RESISTENTE À RUPTURA E ESTOURO, NA MEDIDA DE (75X75)CM, INCINERÁVEL E RECICLÁVEL, ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE ÓXIDO DE ETILENO, GÁS FORMALDEÍDO, VAPOR SATURADO OU PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, ACONDICIONADO EM CAIXA.	Unidade	6500
10	192680 - 2	DRENO PENROSE - DRENO PENROSE 20 TAMANHO N.1, CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL, FORMATO TUBULAR, UNIFORME, EM TODA A SUA EXTENSÃO, COM PAREDES FINAS E MALEÁVEIS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Unidade	160
11	374905 - 3	ESCOVA CIRÚRGICA - COM DUPLA FACE, SENDO CORPO DE PLÁSTICO, CERDAS MACIAS COM SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA A 2% PARA ANTI-SEPSIA, EMBALAGEM EXTERNA COM DESCRIÇÃO DO PRODUTO, MARCA COMERCIAL, FABRICANTE E VALIDADE.	Unidade	9000
12	535816 - 7	FITA MICROPOROSA - 12,00 MM X 20,00 CM, ESTÉRIL.	Unidade	1850
13	535817 - 5	FITA MICROPOROSA - 2,5 MM X 20 CM, ESTÉRIL	Envelope	1215
14	535815 - 9	FITA MICROPOROSA - 50,00 MM X 13,00 CM, ESTÉRIL	Unidade	850
15	75634-2	AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA DESCARTÁVEL - EM AÇO INOX, TIPO QUINCKE, BISEL TRIPLO TRANSLÚCIDO, 26G 3 1/2, TRANSLÚCIDO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER AO ART. 31 DA LEI 8078/90, PORT. CONJ. N.1 DE 23/01/96 - M. SAÚDE.	Unidade	550

16	156277 - 0	CATETER NASAL - ANATÔMICO, FLEXÍVEL, ATOXICO, ESTÉRIL, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL, COM SUSTENTAÇÃO NO PAVILHÃO AURICULAR, COM ADAPTADOR NASAL ANATÔMICO (CÂNULA NASAL), INFANTIL PARA OXIGENOTERAPIA (TIPO ÓCULOS), EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.	Unidade	100
17	404995 - 0	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA C/BALÃO E C/FENESTRA - TIPO SHILEY N.08, ACABAMENTO ARREDONDADO, FORMATO ANATÔMICO, COM DIÂMETRO INTERNO 7,00MM E DIÂMETRO EXTERNO 9,60MM, ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO, OBTURADOR MALEÁVEL DE EXTREMIDADE ARREDONDADA.	Unidade	20

Local da entrega:	( X ) Almoxarifado ( ) Farmácia
Responsável pelo acompanhamento do processo	Leniria Pereira da Silva

Desde já agradeço  
Atenciosamente,

Leniria Pereira da Silva  
Mat. 12410-9  
Coordenadora Administrativa NALM-HSE



Documento assinado eletronicamente por **Leniria Pereira Da Silva**, em 18/02/2025, às 16:12, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.pe.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **62962739** e o código CRC **727B3E06**.

## INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E BEM-ESTAR DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Rua Henrique Dias, s/n, - Bairro Boa Vista, Recife/PE - CEP 50070-140, Telefone:

