

DEMANDA N° 01/2026

DE: Danielle Vieira Nunes Portilho

Presidente da Comissão de Planejamento designada para elaboração do Estudo Técnico Preliminar, Protocolo **39833/2025**

2

PARA: José Severino Adriano Neto

Departamento de Licitações e Contratos – Secretaria Municipal de Saúde

PARECER TÉCNICO – PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2026

Manifestando inicialmente a satisfação em cumprimenta-lo, venho por meio deste emitir Parecer Técnico a respeito das marcas vencedoras do Pregão Eletrônico n° 002/2026, processo administrativo N° 59.588/2025, para aquisição de MATERIAL HOSPITALAR e correlatos para uso no controle de glicemia, através de Pregão Eletrônico, sistema registro de preço, do tipo menor preço por item, destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Jataí:

Item 11 – Considerando, que conforme Edital “4.1.4. Para o item de número 11 a definição de marca se justifica pelo fato da padronização do aparelho glicosímetro já utilizado no município”, a marca Accu-Chek Active é padronizada no município, portanto, a marca vencedora **MEDSING**, **não atende** as especificações do Edital, pois as tiras reagentes para aferição de glicemia capilar precisam ser compatíveis com os glicosímetros Accu-Chek Active padronizados;

Item 5 – Considerando que o município já tem padronizada a Caneta reutilizável para aplicação de Insulina, modelo HFZSQ-II, marca Globalx U, a qual é o modelo compatível com os carpules de insulinas humanas NPH e Regular, disponibilizadas pela Regional de Saúde, portanto, a marca vencedora **MEDINJECT EASY**, **não atende** as especificações do Edital;

Item 4 – A marca vencedora **VENPER**, **atende** as especificações do Edital;

Item 12 – A marca vencedora **VENPER**, **atende** as especificações do Edital;

Item 15 – A marca vencedora **VENPER**, **atende** as especificações do Edital;

Item 2 – A marca vencedora **ROCHE**, **atende** as especificações do Edital;

Item 14 – A marca vencedora **ABBOTT**, **atende** as especificações do Edital;

2

Atenciosamente,

Município de Jataí, 02 de fevereiro de 2026.

Danielle Vieira Nunes Portilho – CRF/GO: 15471
Presidente da Comissão de Estudo Técnicos Preliminar