

ANÁLISE DAS AMOSTRAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO "e-PAL": 0011/2023-e
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA: 0040/2023

PROPONENTE: A A Z SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME
CNPJ: 17.238.455/0001-42

Analizamos as marcas/modelos dos itens abaixo com amostras apresentadas através de catálogo, prospecto e/ou ficha técnica:

ITEM	MARCA/MODELO	RESULTADO DA ANÁLISE DA AMOSTRA
3	SUPERMEDY / ANEL TONIFICADOR PARA PILATES	Não atende as especificações do item conforme edital. A amostra apresentada não comprova ser de plástico ABS ou EVA ou Polipropileno.
41	ARKTUS / ELETRODO AUTOADESIVO 5X5CM	Não atende as especificações do item conforme edital. A amostra apresentada não comprovou ser fabricado em Hidrogel.
42	ARKTUS / ELETRODO AUTOADESIVO 5X10CM	Não atende as especificações do item conforme edital. A amostra apresentada não comprovou ser fabricada em Hidrogel.

Fraiburgo, 06 de julho de 2023.



Andressa Maria Viero
Responsável pela conferência da amostra
CINCATARINA



Letícia Mittanck Nordt
Responsável pela conferência da amostra
CINCATARINA



Rodrigo Grisa
Responsável pela conferência da amostra
CINCATARINA

Inovação e Modernização na Gestão Pública