



Solicitação de Cotação

Nº Processo de Compra: 13223/2026

Período: 09/02/2026 - 12:08:00 à 16/02/2026 - 16:00:00

Nº Modalidade de Compra: DISPVLR 96/2026

Modalidade de Compra: DISPENSA POR VALOR

Contato na Fundação

Nome: Sirleiny Melo Dos Santos

Telefone:

E-mail: sirleiny.melo@fundepes.br

Tipo Frete: CIF

Local de Entrega: Av. Lourival Melo Mota, Nº S/N - Campus A.C. Simões, Tabuleiro do Martins, Maceió, Alagoas, CEP: 57072970

Telefone: 82996201741

Observação:

Nº Item	Descrição	Quant.	Unidade
1	Descrição: Equipamento eletrônico destinado à medição e monitoramento contínuo de nível d'água e temperatura, projetado para aplicações em ambientes submersos e condições adversas, como poços de monitoramento, aquíferos, corpos hídricos superficiais e subterrâneos. O equipamento deve possuir sensor de nível do tipo piezoresistivo, com construção robusta em material resistente à corrosão, adequado para uso prolongado em ambientes agressivos. Deve apresentar faixa de medição de nível compatível com profundidades de até, no mínimo, 30 metros, com elevada precisão e resolução, garantindo confiabilidade nos dados coletados. O sistema deve permitir também a medição de temperatura da água, dentro de faixa operacional compatível com ambientes naturais, com resolução e exatidão adequadas para estudos ambientais e hidrológicos. O equipamento deve dispor de memória interna para armazenamento de grande volume de medições, permitindo registros automáticos em intervalos configuráveis, com taxa de amostragem de até uma leitura por segundo. A alimentação deve ser realizada por bateria interna de longa duração, adequada para operação contínua por vários anos sem necessidade de substituição frequente. Deve possuir interface de comunicação digital, preferencialmente via conexão USB ou equivalente, para transferência segura dos dados registrados a sistemas computacionais. Suas dimensões e peso devem ser compatíveis com instalação em tubos de monitoramento padrão, facilitando a implantação em campo. O equipamento deve ser fornecido com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e ser compatível com aplicações de monitoramento ambiental, gestão de recursos hídricos, estudos hidrogeológicos e projetos de pesquisa científica. Especificações técnicas Memória Interna: 2 MB (120.000 medições) Sensor Piezoresistivo Cerâmico Opção de Sinal de Saída: USB Peso: 0,137 kg Material: Titânio Bateria: 3,6 V com durabilidade de 10 anos Taxa de registro: Máximo 1 por segundo Diâmetro da Sonda: 2,62 cm Comprimento da Sonda: 14,43 cm Temperatura Faixa de medição: 0°C a 50°C Precisão: 0,3°C Resolução: 0,01°C NÍVEL: Faixa de medição: 0 a 9m, 0 a 30 m ou 0 a 76m Precisão: 0,05% de 0 a 50°C Resolução: 0,01% FS Produto/Serviço: sensor de nível do tipo piezoresistivo	4,00	Unidade

Condições para Fornecimento:



FUNDEPES - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO DE EXTENSÃO E PESQUISA
CNPJ N 12.449.880/0001-67

Endereço: Avenida Fernandes Lima, 4789, Bairro do Farol, sala J, Galeria Avenida FL, CEP 57.082-160, Maceió-AL.

Para participar deste processo de cotação, é imprescindível ao fornecedor da **FUNDEPES** o respeito aos seguintes critérios:

- **Incluir o frete (CIF) e todos os impostos.**
- **Garantia do prazo de validade da proposta.**
- **Garantia do tempo de entrega do(s) produto(s)/serviço(s).**
- **Garantia da qualidade do(s) produto(s)/serviço(s) dentro da(s) especificação(ões) técnica(s) descrita(s).**
- **Garantia de entrega da quantidade de produto(s)/serviço(s) cotado(s).**
- **Respeito ao período de garantia do(s) produto(s)/serviço(s), caso venha a fornecê-lo(s).**
- **Dados bancários e condições de pagamento**

Além da proposta, deverão ser encaminhados os seguintes documentos:

- o Cartão do CNPJ
- o Certidão Negativa de Débitos (CND) Conjunta da Receita Federal
- o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)
- o Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
- o Certidão de Regularidade Fiscal Estadual e Municipal.
- o Consulta Consolidada do TCU.