

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90123/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Aspirador cirúrgico			
Descrição Detalhada: Aspirador Cirúrgico Modelo: Elétrico Móvel, Pressão De Vácuo: Cerca De 750 MmHg, Fluxo De Aspiração: De 31 A 49 Lpm, Tipo Frasco: 2 Frascos Em Plástico, Volume: Cerca De 4 L X 4 L, Componentes: Sistema Antitransbordamento, Filtro Bacteriológico, Adicionais: Acionamento Por Pedal			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	240	Quantidade Mínima Cotada:	240
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Botucatu/SP (240)		

2 - Fixador P/ Dispositivo Médico			
Descrição Detalhada: Fixador P/ Dispositivo Médico Aplicação: P/ Cateter / Sonda, Material: Base Adesiva De Não Tecido, Dimensões: Cerca De 8,0 X 9,0CM, Embalagem: Embalagem Individual			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	12000	Quantidade Mínima Cotada:	12000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Botucatu/SP (12000)		

3 - Fixador p/ dispositivo médico			
Descrição Detalhada: Fixador P/ Dispositivo Médico Aplicação: P/ Cânula Traqueostomia, Material: Tira Tecido Sintético E Algodão, Característica: Acolchoada, Componente: C/ Velcro Ajustável, Tamanho: Adulto, Tipo Uso: Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	3000	Quantidade Mínima Cotada:	3000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Botucatu/SP (3000)		

4 - Pasta Condutora			
Descrição Detalhada: Pasta Condutora Tipo: Para Polissonografia			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	120	Quantidade Mínima Cotada:	120
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Pote 1,00 KG	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Botucatu/SP (120)		

**5 - Adjuvante p/ estomia**

**Descrição Detalhada:** Adjuvante P/ Estomia Aplicação: Intestinal / Urinária, Tipo: Protetor De Pele Periestomia, Material: Resina Sintética, S/ Álcool, Aspecto Físico: Pó, Apresentação: Frasco, Esterilidade: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12000

**Quantidade Mínima Cotada:** 12000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Grama

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (12000)

**6 - Eletrodo**

**Descrição Detalhada:** Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização Cardíaca - Ecg, Modelo: De Superfície, Tipo: Adesivo, Material Sensor: Prata/Prata Clorada, Adicional 1: C/ Gel Condutor, Tamanhos: Adulto, Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento, Esterilidade: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20000

**Quantidade Mínima Cotada:** 20000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (20000)

**7 - Pá para desfibrilador**

**Descrição Detalhada:** Pá Para Desfibrilador Aplicação: Externa, Tamanho: Adulto, Apresentação\*: Par, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica, Esterilidade: Reutilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 90

**Quantidade Mínima Cotada:** 90

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (90)

**8 - Fixador P/ Dispositivo Médico**

**Descrição Detalhada:** Fixador P/ Dispositivo Médico Aplicação: P/ Tubo Endotraqueal, Material: Tira Tecido Sintético E Hidrocolóide, Característica: Acolchoada, Componente: C/ Velcro Ajustável, Componente Adicional: C/ Presilha De Fixação, Tamanho: Adulto, Tipo Uso: Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (40)

**9 - Fixador P/ Dispositivo Médico**

**Descrição Detalhada:** Fixador P/ Dispositivo Médico Aplicação: P/ Tubo Endotraqueal, Material: Tira Algodão, Característica: 2 Bandas Acolchoadas, Componente: C/ Velcro Ajustável, Tamanho: Infantil, Tipo Uso: Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (10)