

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90152/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Ligadura elástica

Descrição Detalhada: Ligadura Elástica Aplicação: P/ Varizes Esôfago / Hemorroidas, Material: Látex Natural, Dimensões: Cerca De 4,0 X 1,5 X 2,0 MM, Componente Adicional: C/ Conjunto Aplicador Completo, Tipo Uso*: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (500)

2 - Sistema extrator

Descrição Detalhada: Sistema Extrator Material: Polímero, Tipo: Balão, Calibre: Cerca De 7FRENCH, Comprimento: Cerca De 200CM, Adicionais: C/ Canal Auxiliar P/ Fio Guia, Compatível: C/ Canal Endoscópico De 2,8mm, Aplicação: Cálculos Biliares, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (120)

3 - Balão dilatação

Descrição Detalhada: Balão Dilatação Aplicação: Esofágico, Material: Polímero, Dimensão Balão: 8 A 16 X 80MM, Diâmetro Do Cateter: Cerca De 2MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 200CM, Acessórios: Ponta Flexível Atraumática, Adicionais: P/ Canal Mínimo De 2,8 mm, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (40)

4 - Balão dilatação

Descrição Detalhada: Balão Dilatação Aplicação: Esofágico, Material: Polímero, Dimensão Balão: 8 A 16 X 80MM, Diâmetro Do Cateter: Cerca De 2MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 200CM, Acessórios: Ponta Flexível Atraumática, Adicionais: P/ Canal Mínimo De 2,8 mm, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240 **Quantidade Mínima Cotada:** 240

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (240)

5 - Balão dilatação

Descrição Detalhada: Balão Dilatação Aplicação: P/ Estenoses Do Esôfago, Píloro E Colón, Material: Polímero, Dimensão Balão: 10 X 55MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 240CM, Compatível: Compatível C/ Canal Endoscópico De 2,8mm, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (15)

6 - Balão dilatação

Descrição Detalhada: Balão Dilatação Aplicação: Biliar, Material: Polímero, Dimensão Balão: 4 A 8 X 40MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 180CM, Acessórios: Duplo Lúmen, Adicionais: P/ Canal Mínimo De 2,8mm, Compatível: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (120)

7 - Reanimador manual

Descrição Detalhada: Reanimador Manual Material Balão: Silicone, Capacidade Balão: Cerca 2,0L, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone, Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 60 Cmh2o, Componente 2: Reservatório De O2 Em Plástico C/ Válvula, Componentes 3: Entrada De O2 E Extensor Pvc, Tamanhos: Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (300)

8 - Reanimador manual

Descrição Detalhada: Reanimador Manual Material Balão: Silicone, Capacidade Balão: Cerca 250ML, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone, Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 40 Cmh20, Componente 2: Reservatório De O2 Em Plástico C/ Válvula, Componentes 3: Entrada De O2 E Extensor Pvc, Tamanhos: Neonatal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (150)

9 - Aspirador para rede de gases

Descrição Detalhada: Aspirador Para Rede De Gases Aplicação: Vácuo, Tipo Frasco: Frasco De Vidro Graduado, Volume: Cerca De 500 MI, Tipo Uso: Esterilizável, Componentes: Com Vacuômetro, Adicionais: Tampa De Rosca E Sistema Antitransbordamento, Conexões: Com Conectores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (400)

10 - Bolsa ventilação pulmonar

Descrição Detalhada: Bolsa Ventilação Pulmonar Material Bolsa: Silicone, Volume: Cerca De 2,0L, Tamanho: Adulto, Adicional: C/ Conector

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (10)

11 - Balão dilatação

Descrição Detalhada: Balão Dilatação Aplicação: Biliar, Material: Polímero, Dimensão Balão: 8 X 30MM, Diâmetro Do Cateter: Cerca De 2MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 200CM, Acessórios: Duplo Lúmen, Adicionais: P/ Canal Mínimo De 2,8mm, Compatível: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (60)

12 - Balão dilatação

Descrição Detalhada: Balão Dilatação Aplicação: P/ Estenoses Do Esôfago, Píloro E Colón, Material: Polímero, Dimensão Balão: 12 X 55MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 240CM, Adicionais: P/ Canal Endoscópico De 2,8mm, Compatível: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (120)

13 - Sistema coletor para dreno de tórax

Descrição Detalhada: Sistema Coletor Para Dreno De Tórax Tipo: Selo D'Água, Modelo Recipiente: Frasco Rígido, Graduado, Material: Polímero Transparente, Volume: Cerca De 1000ML, Vedação: Tampa Rosqueável 2 Vias, Extensor: Extensor C/ Clamp, Conector P/ Dreno, Componentes: Alça De Transporte / Fixação, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (100)

14 - Dreno cirúrgico

Descrição Detalhada: Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico, Material: Pvc, Calibre: 28FRENCH, Comprimento: Cerca De 50CM, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (100)

15 - Filtro

Descrição Detalhada: Filtro Uso Médico Tipo: Base Plástico, Compatibilidade: Compatível Com Aspirador Ultrassônico, Componente: Membrana P/Coleta E Separação De Resíduos, Tamanho: 20CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 480

Quantidade Mínima Cotada: 480

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (480)

16 - Peça equipamento médico

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Médico Material: Silicone, Tipo 2: Diafragma, Compatível: Compatível C/ Equipamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (15)