

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90145/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Laço de captura

Descrição Detalhada: Laço De Captura Aplicação: Retirada Corpo Estranho, Material: Platina, Uso: Uso C/ Cateter 3fr, 150cm E Fio Guia 0,021", Diâmetro: 2 A 4MM, Comprimento: 175CM, Tipo: Laço Duplo, Vertical E Horizontal, Acessórios: C/ Rotor, Características: Radiopaco, Baixo Perfil, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (10)

2 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Endoprótese Vascular Periférica Tipo: Stent Recoberto, Material Plataforma: Liga Metálica, Diâmetro: Cerca De 5 X 20 A 120MM, Sistema Entrega: Auto Expansível, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (30)

3 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 3,5 Até 6MM, Comprimento Balão: Cerca De 51 A 100MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Acima De 101CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,035??, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (400)

4 - Filtro cardiovascular

Descrição Detalhada: Filtro Intravascular Uso: Veia Cava, Durabilidade: Temporário, Via Implante: Jugular Ou Femural, Materia Prima: Ligas De Níquel E Titânio, Formato: Tulipa, Diâmetro Filtro: 25 A 30MM, Sistema Entrega: Pré-Montada Em Bainha Introdutora 6fr, Componente 1: Kit C/ Dilatador E Fio Guia, Componentes 2: C/ Cateter Extrator, Componentes Adicionais: Baixo Perfil, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (10)

5 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Aramada E Extensão C/ Torneira, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 90 Cm, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta, Diâmetro Fio Guia: 0,038", Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (300)

6 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica Material: Semi Complacente, Revestimento: Paclitaxel, Diâmetro Balão: Cerca De 4,0 Até 7MM, Comprimento Balão: Cerca De 51 A 100MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Acima De 101CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,035??, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (35)

7 - Espiral aneurisma

Descrição Detalhada: Espiral Neurovascular Aplicação: Embolização Arterial Ou Venosa, Material: Platina, C/ Fibras Sintéticas Espaçadas, Diâmetro: Cerca De 10MM, Comprimento: 14CM, Voltas: Cerca De 5 Voltas, Componente I: Compatível C/ Fio De Liberação 0,035", Componente II: Compatível C/ Ressonância Magnética, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (130)

8 - Cateter p/ intervenção

Descrição Detalhada: Cateter P/ Intervenção Tipo De Cateter: Guia, Tipo Material: Polímero Aramado, Tipo Ponta: Ponta Reta, Atraumática, Calibre Externo: Cerca De 8FRENCH, Comprimento: Cerca De 100CM, Aplicação: Angiográfico, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 380

Quantidade Mínima Cotada: 380

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (380)