

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90174/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Endoprótese Vascular Periférica Tipo: Stent Recoberto, Material Plataforma: Liga Metálica, Diâmetro: Cerca De 5 X 20 A 80MM, Sistema Entrega: Expansível Por Balão, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (30)

2 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 10,5 Até 14MM, Comprimento Balão: Cerca De 26 A 50MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Acima De 101CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,035??, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (20)

3 - Microcateter

Descrição Detalhada: Microcateter Aplicação: P/ Infusão / Embolização, Modelo: Único Lúmen, Material: Polímero Compatível C/ Dmso, Hidrofílico, Tipo Ponta: Destacável, Diâmetro Interno Ponta Distal: Cerca De 1 Fr, Comprimento Total Do Cateter: Cerca De 160CM, Radiopacidade: Radiopaco, Fio Guia: P/ Fio Guia Até 0,010", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 85 **Quantidade Mínima Cotada:** 85

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (85)

4 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Aplicação: Ultrassonografia Intracoronariana, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 3 Fr X 150CM, Ponta: Transdutor Cerca De 40 Mhz, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (25)

5 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Aplicação: Ultrassonografia Intracoronariana, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 3 Fr X 150CM, Ponta: Transdutor Cerca De 40 Mhz, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (10)

6 - Endoprótese Coronária

Descrição Detalhada: Endoprótese Coronária Tipo: Stent Recoberto, Material Plataforma: Liga Metálica, Dimensão: Cerca De 2,5 X Até 30 Mm, Espessura Haste: Haste Maior Que 120MICROM, Modelo: Permanente, Expansível Por Balão, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (5)