

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90188/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cateter Multipolar Terapêutico

Descrição Detalhada: Cateter Multipolar Terapêutico Material: Polímero Radiopaco, Modelo: Quadripolar, Tipo Curva: Unidirecional, Tamanho Ponta: Cerca De 4MM, Diâmetro Cateter: Cerca De 5FRENCH, Comprimento: Cerca De 110CM, Adicionais: C/ Manopla, Opcionais: Sensor De Temperatura, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Compatibilidade: Compatível C/ Gerador De Radiofrequência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Quantidade Mínima Cotada: 15
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (15)

2 - Cateter Balão P/ Angioplastia Coronariana

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Coronariana Material: Não Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,0 A 6,0MM, Comprimento Balão: Cerca De 30MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Cerca De 140CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 500
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Quantidade Mínima Cotada: 500
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (500)

3 - Microbalão

Descrição Detalhada: Microbalão Aplicação: Oclusão / Remodelamento, Material: Elastômero, Tipo: Alta Complacência, Diâmetro: Cerca De 4 A 7MM, Comprimento Balão: Até 20MM, Componente: Montado Em Cateter Cerca De 155CM, Revestimento: Hidrofílico, Característica Adicional: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Quantidade Mínima Cotada: 15
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (15)

4 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Endoprótese Vascular Periférica Modelo: Venoso, Tipo: Stent Não Farmacológico, Material Plataforma: Liga Metálica, Diâmetro: Cerca De 12 X 40 A 150MM, Sistema Entrega: Auto Expansível, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Quantidade Mínima Cotada: 15
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (15)

5 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 3,5 Até 6MM, Comprimento Balão: Cerca De 151 A 200MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Acima De 101CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,018??, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (200)

6 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Ablação Hepática - Rfa, Percutânea, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Agulha, Material Ponteira: Metálica, Comprimento Haste: Cerca De 25CM, Adicional 2: C/ Sistema De Resfriamento Interno, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (12)

7 - Material especial cardiovascular

Descrição Detalhada: Material Especial Cardiovascular Aplicação*: Sistema Rotacional P/ Aterectomia, Componente 1: Ogiva Com Ponta De Diamante, Tamanho: 2 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (5)

8 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Aplicação: Reentrada, Material: Polímero, C/ Revestimento Hidrofílico, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 120CM, Ponta: Ponta Metal, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (5)