

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90204/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Trefina / Trepano Oftalmológico

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Receptora, Método: S/ Sistema A Vácuo, Diâmetro: 7,5MM, Material Lâmina: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (30)

2 - Trefina / Trepano Oftalmológico

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Receptora, Método: S/ Sistema A Vácuo, Diâmetro: 7,75MM, Material Lâmina: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (40)

3 - Trefina / Trepano Oftalmológico

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Doadora, Método: S/ Sistema A Vácuo, Diâmetro: 8,25MM, Adicional: C/ Receptáculo, Material Lâmina: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (30)

4 - Trefina / Trepano Oftalmológico

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Doadora, Método: C/ Sistema A Vácuo, Diâmetro: 8,25MM, Adicional: C/ Seringa, Extensor E Receptáculo, Material Lâmina: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (40)

**5 - Lente contato**

**Descrição Detalhada:** Lente Contato Material: Silicone Hidrofílico, Tipo: Gelatinosa, Modelo: Esférica, Características Adicionais: Descartável, Uso Prolongado, Esterilidade: Estéril, Diâmetro: 13,5 A 15MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1200

**Quantidade Mínima Cotada:** 1200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (1200)

**6 - Trefina / Trepano Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Receptora, Método: S/ Sistema A Vácuo, Diâmetro: 7,25MM, Material Lâmina: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (15)

**7 - Trefina / Trepano Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Receptora, Método: S/ Sistema A Vácuo, Diâmetro: 8,0MM, Material Lâmina: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (40)

**8 - Trefina / Trepano Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Doadora, Método: S/ Sistema A Vácuo, Diâmetro: 8,0MM, Adicional: C/ Receptáculo, Material Lâmina: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (15)