



UNCISAL

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS

Transformada pela Lei nº 6.660 de 28 de dezembro de 2005

Campus Gov. Lamenha Filho, Rua Jorge de Lima, 113.

Trapiche da Barra, cep 57.010.300 - Maceió/AL.

PROCESSO E:41010.0000030369/2025

530

CONSOLIDAÇÃO DOS VALORES ESTIMADOS

Valor Total
R\$ 8.950,00

Observação: fonte da pesquisa - Art. 5º, inciso I - Portal
compras.gov.br do Decreto nº 90.383/2023 e art. 23 da Lei nº
14.133/2021

| ITEM | CÓD CATMAT | Descrição | Unidade de Compra | DEMANDA | PREÇO REFERENCIAL | VALOR ESTIMADO | STATUS | METODO DE ESTIMATIVA | PREÇO F1 | Número do Pregão e UASG | PREÇO F2 | Número do Pregão e UASG | PREÇO F3 | Número do Pregão e UASG |
|------|---------------|---|----------------------|---------|----------------------|----------------|-----------|-------------------------|--------------|---|--------------|---|--------------|---|
| 1 | 625457 | <p>Descrição Catmat: Autoclave Para Esterilização. Tipo: Horizontal De Bancada. Funcionamento: Gravitacional. Agente: Vapor Saturado Sob Pressão. Capacidade: De 26 A 45L. Abastecimento De Água: Manual. Ciclos Mínimos: Teste E Básicos. Painel Controle: C/ Visor E Ajuste Digital. Número De Portas: 1 Porta. Componente: C/ Dispositivos De Segurança. Registro Do Ciclo: C/ Memória De Dados</p> <p>Descrição Complementar: dispositivo eletromecânico que impeça o funcionamento da máquina se a porta não estiver fechada corretamente. sistema que verifique os parâmetros de temperatura e pressão durante o ciclo, assegurando que os mesmos estejam dentro dos padrões para esterilização, abortando o ciclo automaticamente caso não esteja dentro dos padrões.</p> <p>dispositivo/componente que impeça o superaquecimento da câmara. sistema que atue caso ocorra uma pressão superior a de trabalho. válvula de segurança /anti-vácuo. sistema automático de abertura e travamento da porta. 220v ac. possui diferentes programas de esterilização: instrumental embalado. instrumental desembalado. plásticos e algodão. kit cirúrgico e tecidos. líquidos. secagem extra. tipo vapor saturado ou pré-vácuo. registro da anvisa ativo. deverá ser fornecido os acessórios para que o equipamento possa ser utilizado sem restrições. deve ser apresentado os laudos de qualificação/validação térmica do aparelho e preventivas, demonstrando que o equipamento estará apto para uso e sem risco para o operador ou usuário final dos esterilizados, pacientes</p> | UNIDADE | 1 | R\$ 8.950,00 | R\$ 8.950,00 | Exclusivo | MEDIANA | R\$ 8.490,00 | ID DA COMPRA 18016005901112025 - N° DO ITEM 03 - UASG 180160 DATA 10/11/2025. | R\$ 8.950,00 | ID DA COMPRA 98476706000852025 - N° DO ITEM 04 - UASG 984767 DATA 14/08/2025. | R\$ 9.900,00 | ID DA COMPRA 98349505900502025 - N° DO ITEM 03 - UASG 983495 DATA 15/07/202 |