

TERMO

1. DO OBJETO

1.1. O presente termo tem por objeto o **Registro de Preços** para a aquisição de **MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS (ALICATE, ASPIRADOR, AGULHA - PARTE 15) DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE – ATENÇÃO HOSPITALAR E ESPECIALIZADA**, conforme especificações estabelecidas neste instrumento.

1.2. Os itens objeto do presente termo são caracterizados como de natureza comum e simples, em face de sua homogeneidade de característica do produto, conforme o **Art. 6º, XXV da Lei Federal nº 14.133/2021**.

Item	Igesp	Descrição	Especificação	Unidade	Estimado para 12 meses
1.	461895-5	AGULHA DE REVERDIN RETA 23CM	AGULHA DE REVERDIN RETA 23CM Confeccionado em aço inox AISI 420/410 ou 304 de alta qualidade, com acabamento com polimento fosco ou polimento anti-reflexivo, uso cirúrgico, comercializado não estéril, autoclavável. Garantia mínima de 10 anos.	unidade	30
2.	461894-7	AGULHA DE REVERDIN CURVA 23CM	AGULHA DE REVERDIN CURVA 23CM Confeccionado em aço inox AISI 420/410 ou 304 de alta qualidade, com acabamento com polimento fosco ou polimento anti-reflexivo, uso cirúrgico, comercializado não estéril, autoclavável. Garantia mínima de 10 anos.	unidade	30

3.	461465-8	ALICATE BETHUNE (PARA OSSO) 34CM	ALICATE BETHUNE (PARA OSSO) 34CM Confeccionado em aço inox AISI 420/410 ou 304 de alta qualidade, com acabamento com polimento fosco ou polimento anti-reflexivo, uso cirúrgico, comercializado não estéril, autoclavável. Garantia mínima de 10 anos.	unidade	11
4.	461466-6	ALICATE CORTA PLACA 22CM	ALICATE CORTA PLACA 22CM Confeccionado em aço inox AISI 420/410 ou 304 de alta qualidade, com acabamento com polimento fosco ou polimento anti-reflexivo, uso cirúrgico, comercializado não estéril, autoclavável. Garantia mínima de 10 anos.	unidade	10
5.	340681-4	AMASSADOR DE FASCIA	AMASSADOR DE FASCIA Confeccionado em aço inox AISI 420/410 ou 304 de alta qualidade, com acabamento com polimento fosco ou polimento anti-reflexivo, uso cirúrgico, comercializado não estéril, autoclavável. Garantia mínima de 10 anos.	unidade	5
6.	442350-0	PONTA ASPIRADOR CUSHING 4,0MM	PONTA ASPIRADOR CUSHING 4,0MM Confeccionado em aço inox AISI	unidade	22

			420/410 ou 304 de alta qualidade, com acabamento com polimento fosco ou polimento anti-reflexivo, uso cirúrgico, comercializado não estéril, autoclavável. Garantia mínima de 10 anos.		
7.	462749-0	ASPIRADOR DE MASTOIDE (GROSSO)	ASPIRADOR DE MASTOIDE (GROSSO) Confeccionado em aço inox AISI 420/410 ou 304 de alta qualidade, com acabamento com polimento fosco ou polimento anti-reflexivo, uso cirúrgico, comercializado não estéril, autoclavável. Garantia mínima de 10 anos.	unidade	5
8.	461488-7	ASPIRADOR DE SAIO MAXILAR (6X20X4CM)	ASPIRADOR DE SAIO MAXILAR (6X20X4CM) Confeccionado em aço inox AISI 420/410 ou 304 de alta qualidade, com acabamento com polimento fosco ou polimento anti-reflexivo, uso cirúrgico, comercializado não estéril, autoclavável. Garantia mínima de 10 anos.	unidade	7
9.	461515-8	ASPIRADOR FRAZIER RETA COM PONTA DE ASPIRAÇÃO 1,0MM (APROX. 16-18CM)	ASPIRADOR FRAZIER RETA COM PONTA DE ASPIRAÇÃO 1,0MM (APROX. 16-18CM) Confeccionado em aço inox AISI 420/410 ou 304 de	unidade	12

			alta qualidade, com acabamento com polimento fosco ou polimento anti-reflexivo, uso cirúrgico, comercializado não estéril, autoclavável. Garantia mínima de 10 anos.		
10.	461516-6	ASPIRADOR FRAZIER RETA COM PONTA DE ASPIRAÇÃO 1,5MM (APROX. 16-18CM)	em aço inox AISI 420/410 ou 304 de alta qualidade, com acabamento com polimento fosco ou polimento anti-reflexivo, uso cirúrgico, comercializado não estéril, autoclavável. Garantia mínima de 10 anos.	unidade	12
11.	461520-4	ASPIRADOR FRAZIER RETA COM PONTA DE ASPIRAÇÃO 2,0MM (APROX. 18-20CM)	em aço inox AISI 420/410 ou 304 de alta qualidade, com acabamento com polimento fosco ou polimento anti-reflexivo, uso cirúrgico, comercializado não estéril, autoclavável. Garantia mínima de 10 anos.	unidade	12
12.	461532-8	ASPIRADOR FRAZIER	ASPIRADOR FRAZIER RETA COM	unidade	17

		RETA COM PONTA DE ASPIRAÇÃO 2,5MM (APROX. 18-20CM)	PONTA DE ASPIRAÇÃO 2,5MM (APROX. 18-20CM) Confeccionado em aço inox AISI 420/410 ou 304 de alta qualidade, com acabamento com polimento fosco ou polimento anti-reflexivo, uso cirúrgico, comercializado não estéril, autoclavável. Garantia mínima de 10 anos.		
13.	461533-6	ASPIRADOR FRAZIER RETA COM PONTA DE ASPIRAÇÃO 3MM (APROX. 18-20CM)	ASPIRADOR FRAZIER RETA COM PONTA DE ASPIRAÇÃO 3MM (APROX. 18-20CM) Confeccionado em aço inox AISI 420/410 ou 304 de alta qualidade, com acabamento com polimento fosco ou polimento anti-reflexivo, uso cirúrgico, comercializado não estéril, autoclavável. Garantia mínima de 10 anos.	unidade	17
14.	461534-4	ASPIRADOR FRAZIER RETA COM PONTA DE ASPIRAÇÃO 3,5MM (APROX. 18-20CM)	ASPIRADOR FRAZIER RETA COM PONTA DE ASPIRAÇÃO 3,5MM (APROX. 18-20CM) Confeccionado em aço inox AISI 420/410 ou 304 de alta qualidade, com acabamento com polimento fosco ou polimento anti-reflexivo, uso cirúrgico, comercializado não estéril, autoclavável. Garantia mínima de 10	unidade	17

			anos.		
15.	461535-2	ASPIRADOR FRAZIER RETA COM PONTA DE ASPIRAÇÃO 4MM (APROX. 18-20CM)	ASPIRADOR FRAZIER RETA COM PONTA DE ASPIRAÇÃO 4MM (APROX. 18-20CM) Confeccionado em aço inox AISI 420/410 ou 304 de alta qualidade, com acabamento com polimento fosco ou polimento anti-reflexivo, uso cirúrgico, comercializado não estéril, autoclavável. Garantia mínima de 10 anos.	unidade	17
16.	461536-0	ASPIRADOR FRAZIER RETA COM PONTA DE ASPIRAÇÃO 4,5MM (APROX. 18-20CM)	ASPIRADOR FRAZIER RETA COM PONTA DE ASPIRAÇÃO 4,5MM (APROX. 18-20CM) Confeccionado em aço inox AISI 420/410 ou 304 de alta qualidade, com acabamento com polimento fosco ou polimento anti-reflexivo, uso cirúrgico, comercializado não estéril, autoclavável. Garantia mínima de 10 anos.	unidade	17
17.	461537-9	ASPIRADOR FRAZIER RETA COM PONTA DE ASPIRAÇÃO 5MM (APROX. 18-20CM)	ASPIRADOR FRAZIER RETA COM PONTA DE ASPIRAÇÃO 5MM (APROX. 18-20CM) Confeccionado em aço inox AISI 420/410 ou 304 de alta qualidade, com acabamento com polimento fosco ou polimento anti-	unidade	17

			reflexivo, uso cirúrgico, comercializado não estéril, autoclavável. Garantia mínima de 10 anos.		
18.	461538-7	ASPIRADOR FRAZIER RETA COM PONTA DE ASPIRAÇÃO 6MM (APROX. 18-20CM)	ASPIRADOR FRAZIER RETA COM PONTA DE ASPIRAÇÃO 6MM (APROX. 18-20CM) Confeccionado em aço inox AISI 420/410 ou 304 de alta qualidade, com acabamento com polimento fosco ou polimento anti-reflexivo, uso cirúrgico, comercializado não estéril, autoclavável. Garantia mínima de 10 anos.	unidade	17
19.	437683-8	ASPIRADOR FRAZIER ÂNGULO 90° COM PONTA DE ASPIRAÇÃO 2,5MM	ASPIRADOR FRAZIER ÂNGULO 90° COM PONTA DE ASPIRAÇÃO 2,5MM Confeccionado em aço inox AISI 420/410 ou 304 de alta qualidade, com acabamento com polimento fosco ou polimento anti-reflexivo, uso cirúrgico, comercializado não estéril, autoclavável. Garantia mínima de 10 anos.	unidade	17
20.	461490-9	ASPIRADOR FRAZIER ÂNGULO 90° COM PONTA DE ASPIRAÇÃO 4,0MM	ASPIRADOR FRAZIER ÂNGULO 90° COM PONTA DE ASPIRAÇÃO 4,0MM Confeccionado em aço inox AISI 420/410 ou 304 de alta qualidade,	unidade	17

			com acabamento com polimento fosco ou polimento anti-reflexivo, uso cirúrgico, comercializado não estéril, autoclavável. Garantia mínima de 10 anos.		
21.	461492-5	ASPIRADOR FRAZIER ÂNGULO 90° COM PONTA DE ASPIRAÇÃO 5,0MM	ASPIRADOR FRAZIER ÂNGULO 90° COM PONTA DE ASPIRAÇÃO 5,0MM Confeccionado em aço inox AISI 420/410 ou 304 de alta qualidade, com acabamento com polimento fosco ou polimento anti-reflexivo, uso cirúrgico, comercializado não estéril, autoclavável. Garantia mínima de 10 anos.	unidade	17
22.	461493-3	ASPIRADOR FRAZIER CURVO (ANGULADO) COM PONTA DE ASPIRAÇÃO 1,0MM (APROX. 16-18CM)	ASPIRADOR FRAZIER CURVO (ANGULADO) COM PONTA DE ASPIRAÇÃO 1,0MM (APROX. 16-18CM) Confeccionado em aço inox AISI 420/410 ou 304 de alta qualidade, com acabamento com polimento fosco ou polimento anti-reflexivo, uso cirúrgico, comercializado não estéril, autoclavável. Garantia mínima de 10 anos.	unidade	17
23.	461494-1	ASPIRADOR FRAZIER CURVO (ANGULADO)	ASPIRADOR FRAZIER CURVO (ANGULADO) COM PONTA DE	unidade	17

		COM PONTA DE ASPIRAÇÃO 1,5MM (APROX. 16-18CM)	ASPIRAÇÃO 1,5MM (APROX. 16-18CM) Confeccionado em aço inox AISI 420/410 ou 304 de alta qualidade, com acabamento com polimento fosco ou polimento anti-reflexivo, uso cirúrgico, comercializado não estéril, autoclavável. Garantia mínima de 10 anos.		
24.	461495-0	ASPIRADOR FRAZIER CURVO (ANGULADO) COM PONTA DE ASPIRAÇÃO 2,0MM (APROX. 18-20CM)	ASPIRADOR FRAZIER CURVO (ANGULADO) COM PONTA DE ASPIRAÇÃO 2,0MM (APROX. 18-20CM) Confeccionado em aço inox AISI 420/410 ou 304 de alta qualidade, com acabamento com polimento fosco ou polimento anti-reflexivo, uso cirúrgico, comercializado não estéril, autoclavável. Garantia mínima de 10 anos	unidade	27

2. DA JUSTIFICATIVA

Considerando a demanda encaminhada pelo Centro de abastecimento de insumos e medicamentos (CADIM/SES) Nº 4695/2024 onde, o CADIM é responsável pela dispensação de materiais de forma periódica as unidades assistidas pela rede hospitalar estadual. Dentre os insumos padronizados e dispensados para a unidade, consta o subgrupo de instrumentais cirúrgicos, que poderem uma validade e durabilidade longa, não possuem uma rotina regular anual para aquisição, pois possuem garantia de fábrica de 10 anos e a substituição só acontece por desgaste de uso dos mesmos ou quebra que a garantia não possui a cobertura. Os instrumentais cirúrgicos de maneira ampla, são utilizados para procedimentos cirúrgicos

ou para auxiliar procedimentos ambulatoriais para garantir a precisão e segurança dos procedimentos, aumentam a segurança do paciente submetidos aos procedimentos. Sua disponibilidade e qualidade impactam diretamente no sucesso das cirurgias e na recuperação dos pacientes. Desta forma solicito o registro de preço dos itens para atendimento da demanda deste órgão. Cujas a motivação fundamenta-se que os itens serão utilizados para realização de procedimentos inerentes a rotina assistencial. Atualmente não possui processos ativos pois os últimos ocorreram entre 2021 e 2022, e com o desgaste natural já existe a necessidade de novas aquisições e manter um registro de preço ativo para futuras demandas. Portanto, justifica-se na forma e em conformidade com a Lei nº 14.133, a necessidade de intenção de possíveis contratações com o objetivo do abastecimento da rede estadual de saúde da atenção hospitalar do Estado de Sergipe. Considera-se a necessidade do atendimento e assistência a população que faz uso do Sistema Único de Saúde – SUS, respeitando os direitos preconizados nas diretrizes do SUS e na Constituição Federal, cabendo a Secretaria de Saúde do Estado de Sergipe a obrigatoriedade de disponibilizar para os usuários atendidos pelo SUS, materiais médico-hospitalares ou correlatos de saúde para uma assistência integralizada e satisfatória.

3. DAS CARACTERÍSTICAS

3.1. Características gerais do objeto

Os **Materiais** deverão ser de qualidade, sendo aplicadas todas as normas e exigências do Código de Defesa do Consumidor, deverão ainda, conter especificações das características peculiares de cada item e, quando for o caso possuir em suas embalagens unitárias, especificações de peso, medida, quantidade, cor, orientações de empilhamento, período de garantia de no mínimo 10 anos, prazo de validade e demais informações que se fizerem necessárias para o perfeito manuseio e transporte dos mesmos.

Das características peculiares para instrumentais cirúrgicos os mesmos deverão ser: Aço Inox (AISI-304, AIS 420) com acabamento com polimento fosco, isto é, polimento anti-reflexivo de modo a garantir à equipe cirúrgica que os reflexos da luminosidade proveniente dos focos cirúrgicos não interfiram no campo operatório e assegurem, aos cirurgiões, estabilidade do campo visual e conforto; para os instrumentais de diérese devem ter corte preciso com tratamento térmico adequado, de modo que a dureza alcançada no processo de fabricação seja específica para a finalidade, propiciando corte absoluto, sem esmagamento; já os instrumentais de suturas deverão ter acabamento delicado nas pontas, precisos quanto à apreensão das agulhas, segundo Normas ISO 7151 e DIN 58.298 - Partes 02 e 03, sem rebarbas, isentos de pontos cortantes para não seccionar o fio. Quando se tratar de modelos com wídia, estas deverão ser de Tungstênio com Cobalto ou Níquel; os clamps e pinças vasculares devem apresentar ranhuras atraumáticas específicas, proporcionando desempenho de alta exatidão, sem

nenhum comprometimento dos tecidos vasculares durante o procedimento cirúrgico; todas as peças deverão atender aos testes de função segundo Normas ISO 7741 e 7151 e DIN 58.298; e o acabamento de todos os instrumentais deverá se apresentar isento de fissuras, manchas, rebarbas e pontos cortantes. Medidas aproximadas quando houver a possibilidade, estarão descritas nas especificações dos itens que couber a variação permitida.

O prazo de validade no mínimo deve ser igual ou superior a 75% da validade total do insumo, contados a partir da data da entrega na CADIM. Caso, seja autorizado previamente a entrega com data a menor, essa deverá ser solicitada previamente ao órgão e com envio da carta de compromisso de troca.

3.2. Requisitos da contratação

3.2.1 Sustentabilidade

3.2.1.1 O licitante arrematante deverá atender no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental. Destaca-se, as recomendações contidas no Capítulo III, DOS BENS E SERVIÇOS, com ênfase no art. 5º da Instrução Normativa nº 01/2010 STI/MPOG, bem como, o Decreto nº 7.746/2012 que estabelece critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e a Lei nº 12.305/2010 que institui a política de resíduos sólidos, no que couber.

3.2.2. Da exigência de amostra

3.2.2.1 O licitante arrematante ao ser diligenciado durante a fase de análise técnica deverá encaminhar a amostra, se solicitado, para possíveis esclarecimentos técnicos a fim de elucidar qualquer dúvida, em relação se o item atende o objeto licitado.

3.2.3 Subcontratação

3.2.3.1 Não é admitida a subcontratação do objeto do presente processo.

3.2.4 Garantia da contratação

3.2.4.1 Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

4. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

4.1 Considerando a demanda encaminhada pelo Centro de abastecimento de insumos e medicamentos (CADIM/SES) DFD via edoc nº4678/2024 onde, o Centro de Abastecimento e Distribuição de Insumos e Medicamentos (CADIM) é responsável pela dispensação de materiais de forma periódica às 17 unidades assistidas pela rede hospitalar estadual. As pinças cirúrgicas são instrumentais utilizados em procedimentos médicos para manipular tecidos, segurar materiais ou retirar corpos estranhos. Visto isso, para manter o atendimento nas unidades é necessária a aquisição. Sendo necessário manter continuidade aos procedimentos prestados justifica-se na forma em conformidade com a Lei nº 14.133, a necessidade de intenção de possíveis e eventuais contratações com o objetivo do abastecimento da rede estadual de saúde gerida pelo Estado de Sergipe. Tendo

em vista o princípio da economicidade que objetiva a minimização dos gastos públicos, sem comprometimento dos padrões de qualidade solicitamos o andamento deste processo ainda que os itens apresentados no termo de referência apresentem Atas vigentes, porém com validades diferentes e acima de 150 dias. Considera-se a necessidade do atendimento e assistência a população que faz uso do Sistema único de Saúde – SUS, respeitando os direitos preconizados nas diretrizes do SUS e na Constituição Federal, cabendo a Secretaria de Saúde do Estado de Sergipe a obrigatoriedade de disponibilizar para os usuários atendidos pelo SUS, materiais médico-hospitalares ou correlatos de saúde para uma assistência integralizada e satisfatória. Nesse sentido, em conformidade com a Lei nº 14.133/21, justifica-se aqui a necessidade da abertura de processo para promover a aquisição dos materiais médico-hospitalares descritos e especificados no ETP e Termo de Referência, para manter o atendimento nas unidades, tendo em vista que o abastecimento destas ocorre de forma contínua e uniforme ao longo de todo o período da contratação e sem interrupções, para que não haja prejuízo assistencial às unidades assistidas por esta secretaria.

Diante do exposto, e da necessidade plena da rede estadual dispor do referido insumo é mister a celeridade na aquisição dos referidos itens a fim de evitar o desabastecimento da rede e a desassistência de pacientes, conforme noticiado pelo DFD do CADIM.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

5.1. A motivação pela escolha do Sistema de Registro de Preço (SRP) para este processo licitatório se dá pelas características do objeto (enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei nº 14.133/2021), não sendo possível a definição previa do quantitativo a ser demandado pela Administração, frente as flutuações dos números de atendimentos das unidades pertencentes a Rede Estadual de Saúde de Sergipe

O critério de julgamento das propostas será o de menor preço por item. A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da homologação do pregão eletrônico e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, conforme a Lei Federal nº 14.133/21, Seção V do Art 84.

Considerando a análise das possíveis alternativas disponíveis e que atendam à necessidade da área requisitante, considerando a viabilidade técnica e econômica, a solução que se mostrou mais vantajosa é a realização de procedimento licitatório na modalidade Pregão eletrônico pelo sistema de registro de preços, para aquisição de materiais de consumo, de acordo com especificações comuns de mercado capazes de atender aos requisitos estipulados.

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

6.1 Documentação técnica

6.1.1 Os licitantes deverão atender as exigências, conforme a Portaria do Ministério da Saúde 2814 de 1998 que regulamenta a exigência de certificações de boas práticas da ANVISA em licitações públicas, a RDC nº 497/2021 do Ministério da Saúde que dispõe sobre os procedimentos administrativos para concessão das Certificações inerentes a medicamentos e correlatos de saúde, e a Lei 14.133/21 que regulamenta as normas para licitações e contratos da Administração pública e dá outras providências.

6.1.2 Apresentação da Licença de Funcionamento Estadual ou Municipal, da sede do licitante. Ficará a cargo do proponente, provar que o produto objeto da licitação não está sujeito ao regime da Licença de Funcionamento.

6.1.3 Apresentação da Licença Sanitária Estadual ou Municipal do licitante; Ficará a cargo do proponente, provar que o produto objeto da licitação não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.

6.1.4 Comprovação da Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do licitante;

6.1.5 Certificado de Registro dos Produtos ATIVO emitido pela Secretaria de Vigilância Sanitária ou pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), ou cópia da publicação no D.O.U;

6.1.6 Para os produtos que não são registrados e sim cadastrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) esta condição deverá ser comprovada através da dispensa de registro publicado no DOU;

6.1.7 No caso de Isenção de Registro, o fabricante e/ou distribuidor deverá apresentar declaração ou carta que o desobriga a efetivar o referido registro do produto;

6.1.8 Sugere-se que as cópias apresentadas já venham autenticadas por cartório, com vistas à agilização dos procedimentos de análise da documentação ou com cópia da publicação D.O.U.;

6.1.9 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e/ou compatível, em características, e/ou quantidades e/ou prazos, através da apresentação de atestado(s) fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprovem o atendimento do objeto desta licitação;

6.1.10 Apresentar laudos de cumprimento das normas ISO/ABNT (**ISO 13485, NBR ISO 7153-1, NBR ISO 13402:1997, NBR 13851:1997, NBR 13916:1997** ou as suas versões atualizadas quando houver.

6.1.11 O licitante deverá atender no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental. Destaca-se, as recomendações contidas no Capítulo III, DOS BENS E SERVIÇOS, com ênfase no art. 5º da Instrução Normativa nº 01/2010 STI/MPOG, bem como, o Decreto nº 7.746/2012 que estabelece critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e a Lei nº 12.305/2010 que institui a política de resíduos sólidos, no que couber.

6.2 Critérios de Amostra

O licitante arrematante ao ser diligenciado durante a fase de análise técnica deverá encaminhar amostra, se solicitado, para possíveis esclarecimentos técnicos a fim de elucidar qualquer dúvida, em relação se o item atende ao descritivo solicitado e

que seja compatível com o edital. As amostras caso sejam requeridas deverão ser apresentadas no setor da COORDENAÇÃO ESTRATÉGICA DE COMPRAS - CGEC. Situada na Avenida Augusto Franco, 3150. Centro Administrativo da Saúde, Ponto Novo. CEP 49097-670, das 07h:30min às 12:00hs e das 14:00hs às 17 h:30 min, no prazo máximo de 5 DIAS corridos contadas a partir da data da diligência, sob pena de desclassificação. Deverão ser apresentados com o nome da empresa, número do processo e número do item, deverá ser entregue em embalagens contendo a data e o nº do lote de fabricação, o prazo de validade para uso e outras informações, de acordo com a legislação pertinente, quando for o caso. Para elaboração dos pareceres técnicos a partir dos resultados dos testes em amostras sob responsabilidade do Técnico de referência (TR) e poderão subsidiar avaliações dos insumos em processos licitatórios futuros, compondo o cadastro de materiais. Por se tratarem de produtos para saúde após a análise do produto o mesmo será descartado.

7. GESTÃO DA CONTRATAÇÃO

7.1 A fiscalização da presente contratação será exercida pelo(a) servidor(a) (Fernanda Alves Santos- xxx.827.295-xx) da Diretoria de Vigilância em Saúde conforme designado no Documento de Formalização de Demanda;

7.2 Caberá ao setor demandante, quando for o caso, designar fiscal técnico no momento da formalização da demanda, em conformidade com o Capítulo VI da Execução dos Contratos da Lei nº 14.133/2021.

8. EXECUÇÃO DO OBJETO

8.1. A entrega dos itens ocorrerá mediante agendamento prévio no **CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE – ANEXO CADIM (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS)**, situado à AVENIDA AUGUSTO FRANCO, 3150, BAIRRO PONTO NOVO. CEP 49097-670. Das 7:30h às 12:00h e das 14:00h as 17:30h.

8.2. O prazo para entrega do item ao CADIM deverá ser de 15 dias CONSECUTIVOS contados a partir da data de assinatura do empenho e/ou instrumentos equivalentes pelo Secretário e envio em conjunto com a ordem de fornecimento, podendo ser fracionada conforme necessidade da Secretaria Estadual de Saúde.

8.3 Após o recebimento do Empenho e/ou Ordem de Fornecimento, o fornecedor tem o prazo de 48 horas (quarenta e oito horas) para sinalizar qualquer divergência ou impossibilidade de fornecimento, após esse período, subentende-se a aceitação do faturamento e entrega do pedido.

8.4 Os materiais deverão ser de qualidade, sendo aplicadas todas as normas e exigências vigentes para o objeto seguindo o Código de Defesa do Consumidor e INMETRO ou similares como as NR's ou ABNT's, deverão ainda, conter especificações das características peculiares de cada item e, quando for o caso, possuir em suas embalagens unitárias, especificações de peso, medida, quantidade, cor, orientações de empilhamento. Dependendo do produto cada fabricante poderá possuir algumas características peculiares e as mesmas deverão ser sinalizadas durante o processo.

8.5 Caso o produto seja perecível com validade determinada, o prazo de validade no mínimo deverá ser igual ou superior a 75% da validade total do insumo, contados a partir da data da entrega na CADIM. Caso seja, autorizado previamente a entrega com data a menor, essa deverá ser solicitada previamente ao órgão, e com envio da carta de compromisso de troca, protocolada para o CADIM.

9. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

9.1. A vigência da contratação será de até 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, podendo ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, conforme prevê o art. 84 da Lei nº. 14.133/2021.

10. SELEÇÃO DO FORNECEDOR E CRITÉRIO DE JULGAMENTO

10.1. O fornecedor será selecionado por meio de procedimento licitatório na modalidade **Pregão, na forma eletrônica, por meio do sistema de Registro de Preços**, adotando-se o critério de julgamento de menor preço.

Aracaju, 26 de janeiro de 2026

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocs Sergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: KHGO-0QZE-KU7V-OI6Y



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/03/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- Tais Azevedo de Aragao ***57299*** COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE COMPRAS - SES Secretaria de Estado da Saúde 26/01/2026 10:08:36 (Docflow)