

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este termo de referência tem por objetivos:

- a) Caracterizar o objeto a ser contratado;
- b) Estabelecer método de planejamento gerencial das atividades;
- c) Estabelecer nível de qualidade desejado para a contratação;
- d) Estabelecer os critérios de entrega, pagamento e demais condições a serem observadas durante o cumprimento do contrato.

1. OBJETO:

Aquisição de Materiais Laboratoriais para o Laboratório do Hospital Municipal visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações deste termo de referência.

2. JUSTIFICATIVA:

Os produtos específicos de uso laboratorial serão utilizados na realização de exames bioquímicos que são solicitados aos pacientes pelos médicos do SUS que atendem no município. A compra de tais produtos visa atingir princípios da eficiência e da economicidade uma vez que a não realização desse no município acarretaria em um custo elevado em uma clínica particular de outro município além de considerável custo com transporte dos pacientes. Realizar os exames no próprio município significa ainda, além dos fatores supracitados, garantir a adesão ao tratamento uma vez que a dificuldade de locomoção para outro município acabava por desmotivar o paciente. Deixar determinados tratamentos em saúde a cargo do próprio cidadão seria expô-lo a risco, quase certo, de complicações e agravos.

3. ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS:

FICHA	AÇÃO	DOTAÇÃO	FONTE	ELEMENTO/SUBELEMENTO
357	Manut.do Serv.de Assistência Hospitalar	4.16.10.302.137.2.031	1.07.000	339030/35

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	15,0000	15,0000	UN	01325	ASLO TEST COM CONTROLE - KIT	0,0000	0,0000
00002	2,0000	2,0000	UN	14705	BILIRRUBINAS DIRETA E TOTAL - KIT DESTINADO À DETERMINAÇÃO DE BILIRRUBINAS DIRETA E TOTAL NO SORO, COM R2 PRONTO PARA O USO. METODOLOGIA: DIMETILSULFÓXIDO - DMSO • SENSIBILIDADE: 0.17 MG/DL • LINEARIDADE DE: 15 MG/DL APRESENTAÇÃO: RBD 1X50ML + RBT 1X50ML + RNITRITO 1X5ML - KIT - (SIMILAR A BIOTECNICA)	0,0000	0,0000
00003	6,0000	6,0000	UN	14666	CALIBRADOR - MULTICALIBRADOR PARA BIOQUIMICA (SIMILAR ANALISA) - KIT	0,0000	0,0000
00004	2,0000	2,0000	UN	14719	CALIBRADOR MULTI TURBIDIMÉTRICO - 1X1ML, DESTINA-SE À CALIBRAÇÃO DE MÉTODOS QUANTITATIVOS EM ENSAIOS TURBIDIMÉTRICOS DE A-1- GLICOPROTEINA; COMPLEMENTO C3; COMPLEMENTO C4; FERRITINA; IMUNOGLOBULINA A - IGA; IMUNOGLOBULINA G - IGG; IMUNOGLOBULINA M - IGM E TRANSFERRINA. APRESENTAÇÃO: 1X1ML. - KIT - (SIMILAR A BIOTECNICA)	0,0000	0,0000
00005	1,0000	1,0000	UN	10718	CÂMERA NEUBAUER DUPLA MELHORADA - ESPELHADA - NEW OPTICS	0,0000	0,0000
00006	3,0000	3,0000	CX	13613	CANETA MARCADOR PARA RETRO PROJETO - PONTA MÉDIA 2.0mm - PILOT - CX COM 12 UNIDADES	0,0000	0,0000
00007	7,0000	7,0000	UN	07504	COLESTEROL ENZIMÁTICO LÍQUIDO - (SIMILAR BIOTECNICA) - KIT	0,0000	0,0000
00008	2.000,0000	2.000,0000	UN	01327	COLETOR DE URINA COM TUBO CÔNICO INTEGRADO - CADA UM VEM COM FRASCO P/ COLETA E TUBO CÔNICO P/ TRANSPORTE	0,0000	0,0000
00009	2,0000	2,0000	UN	04398	CONTROLE MULTIPARÂMETROS DE TRÊS NÍVEIS PARA MONITORIZAÇÃO DA PRECISÃO E EXATIDÃO DOS CONTROLES DE GLÓBULOS SANGÜÍNEOS DE HEMATOLOGIA (SIMILAR ABXMONITROL 16) - KIT	0,0000	0,0000

Prefeitura Municipal de Jandaia

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Rua Beraldo Caetano Gomes, nº187 Qd15 Lt9A, Centro Jandaia – Goiás

E-mail: secretariamunicipaldesaudejnd@gmail.com

Fone: (64) 99223-8522

00010	2,0000	2,0000	UN	14720	CONTROLE TURBIDIMÉTRICO MULTIPARÂMETROS MÉDIO – 1X1ML, DESTINA-SE AO USO COMO CONTROLE DE PRECISÃO EM MÉTODOS QUANTITATIVOS DE ENSAIOS TURBIDIMÉTRICOS DE: ALFA-1-GLICOPROTEÍNA; COMPLEMENTO C3; COMPLEMENTO C4; FERRITINA; IMUNOGLOBULINA A – IGA; IMUNOGLOBULINA G – IGG; IMUNOGLOBULINA M – IGM E TRANSFERRINA. APRESENTAÇÃO: 1X1ML - KIT - (SIMILAR A BIOTECNICA)	0,0000	0,0000
00011	2,0000	2,0000	UN	01329	CORANTES PARA HEMATOLOGIA PANOTICO - KIT	0,0000	0,0000
00012	6,0000	6,0000	UN	07403	CREATININA CINÉTICA (SIMILAR BIOCTENICA) - KIT	0,0000	0,0000
00013	10,0000	10,0000	UN	07503	GLICOSE ENZIMÁTICA LÍQUIDA - (SIMILAR BIOTECNICA) - KIT	0,0000	0,0000
00014	2,0000	2,0000	UN	01334	GRUPO SANGUÍNEO E FATOR RH: 01 ANTI - A; 01 ANTI - B; ANTI - D - KIT	0,0000	0,0000
00015	2,0000	2,0000	UN	14700	KIT DESTINADO À CALIBRAÇÃO DE MÉTODOS QUANTITATIVOS EM ENSAIOS BIOQUÍMICOS. FRASCO COM NO MÍNIMO 5 ML APRESENTAÇÃO: CAL 1X5 ML - KIT - (SIMILAR A BIOTECNICA)	0,0000	0,0000
00016	2,0000	2,0000	UN	14704	KIT DESTINADO À DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE ENZIMÁTICA DA ALFA-AMILASE NO SORO, PLASMA (HEPARINA), URINA, LÍQUIDO ASCÍTICO E PLEURAL MÉTODO CINÉTICO COLORIMÉTRICO – GALG2 REAÇÃO: CINÉTICO CONTÍNUA APRESENTAÇÃO: R1:4X15ML LINEARIDADE SORO: NO MÍNIMO DE 1200 U/L LINEARIDADE URINA 2000 U/L - KIT - (SIMILAR A BIOTECNICA)	0,0000	0,0000
00017	2,0000	2,0000	UN	14721	KIT DESTINADO À DETERMINAÇÃO DA FERRITINA NO SORO MÉTODO TURBIDIMÉTRICO IMUNOTURBIDIMÉTRICO REAÇÃO DE TEMPO FIXO KIT COM NO MÍNIMO: 50 TESTES DE 1 ML APRESENTAÇÃO: RDIL 1X40 ML + RLAX 1X10 ML + CAL 1X3 ML LINEARIDADE NO MÍNIMO DE 585 µg/L. - KIT - (SIMILAR A BIOTECNICA) FORNECER KIT COM CALIBRADOR INCLUSO. CONTROLE E CALIBRADOR. (NÃO VEM CONTROLE INCLUSO)	0,0000	0,0000
00018	2,0000	2,0000	UN	14710	KIT DESTINADO À DETERMINAÇÃO DA GLICOSE NO SORO, PLASMA LÍQUOR E URINA MÉTODO ENZIMÁTICO - GOD REAÇÃO PONTO FINAL APRESENTAÇÃO: 1-R1 1X250 ML + STD 1X4 ML LINEARIDADE NO MÍNIMO DE SORO E URINA 800 mg/dl LINEARIDADE LÍQUOR 740 mg/dL - KIT - (SIMILAR A BIOTECNICA)	0,0000	0,0000

Prefeitura Municipal de Jandaia

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Rua Beraldo Caetano Gomes, nº187 Qd15 Lt9A, Centro Jandaia – Goiás

E-mail: secretariamunicipaldesaudejnd@gmail.com

Fone: (64) 99223-8522

00019	2,0000	2,0000	UN	14717	KIT DESTINADO À DETERMINAÇÃO DA URÉIA NO SORO, PLASMA E URINA MÉTODO CINÉTICO TEMPO FIXO ENZIMÁTICO UV REAÇÃO CINÉTICA APRESENTAÇÃO: R1 4X40 ML + R2 4X10 ML + STD 1X4 ML LINEARIDADE NO MÍNIMO DE 200 mg/dL. - KIT - (SIMILAR A BIOTECNICA)	0,0000	0,0000
00020	2,0000	2,0000	UN	14703	KIT DESTINADO À DETERMINAÇÃO DE ÁCIDO ÚRICO NO SORO, URINA E LÍQUIDO SINOVIAL. MÉTODO ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO - TRINDER REAÇÃO: PONTO FINAL APRESENTAÇÃO: R1 2X100 ML+SDT 1X4 ML LINEARIDADE NO MÍNIMO DE 20 mg/Dl - KIT - (SIMILAR A BIOTECNICA)	0,0000	0,0000
00021	2,0000	2,0000	UN	14708	KIT DESTINADO À DETERMINAÇÃO DE CREATININA PRESENTE NO SORO, PLASMA E URINA MÉTODO: ENZIMÁTICO PAP REAÇÃO ENZIMÁTICA PONTO FINAL/CRESCENTE APRESENTAÇÃO:1- R1: 1X 40 ML / R2: 1X 10 ML LINEARIDADE NO MÍNIMO DE 80 mg/dL - KIT - (SIMILAR A BIOTECNICA)	0,0000	0,0000
00022	2,0000	2,0000	UN	14712	KIT DESTINADO À DETERMINAÇÃO DE POTÁSSIO NO SORO. MÉTODO ENZIMATICO UV REAÇÃO DOIS PONTOS APRESENTAÇÃO: R1 1X60 R2 1X20 - STD1 1X3 E STD2 1X3 LINERARIDADE: 10 mmol/L. - KIT - (SIMILAR A BIOTECNICA)	0,0000	0,0000
00023	2,0000	2,0000	UN	14713	KIT DESTINADO À DETERMINAÇÃO DE SÓDIO NO SORO. MÉTODO ENZIMATICO UV REAÇÃO: DOIS PONTOS APRESENTAÇÃO: R1 1X60 R2 1X20 STD1 1X3 E STD2 1X3 LINEARIDADE NO MÍNIMO DE 195 mmol/L 180 mmol/L. - KIT - (SIMILAR A BIOTECNICA)	0,0000	0,0000
00024	1,0000	1,0000	UN	14718	KIT DESTINADO À DETERMINAÇÃO DE ZINCO NO SORO E PLASMA MÉTODO ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO REAÇÃO PONTO FINAL VOLUME: R1 1X40 ML + R2 1X10 + STD1 1X4 LINEARIDADE NO MÍNIMO DE 1000 µg/dL 819,73 µg/dL - KIT - (SIMILAR A BIOTECNICA)	0,0000	0,0000
00025	2,0000	2,0000	UN	14716	KIT DESTINADO À DETERMINAÇÃO DOS TRIGLICÉRIDES NO SORO E PLASMA (EDTA) MÉTODO ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO - GPO - TRINDER REAÇÃO PONTO FINAL APRESENTAÇÃO: R1 5X100 ML + STD 1X4 ML LINEARIDADE NO MÍNIMO DE 800 mg/dL. - KIT - (SIMILAR A BIOTECNICA)	0,0000	0,0000
00026	2,0000	2,0000	UN	14706	KIT DESTINADO À DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA ATIVIDADE ENZIMÁTICA DA CREATINA QUINASE SUBUNIDADE B (CK-MB) EM SORO MÉTODO CINÉTICO UV - IFCC REAÇÃO: CINÉTICA CONTÍNUA APRESENTAÇÃO: R1 1X40 ML + R2 1X10 ML + CONTROL 1X1 ML LINEARIDADE NO MÍNIMO DE	0,0000	0,0000

Prefeitura Municipal de Jandaia

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Rua Beraldo Caetano Gomes, nº187 Qd15 Lt9A, Centro Jandaia – Goiás

E-mail: secretariamunicipaldesaudejnd@gmail.com

Fone: (64) 99223-8522

					600 U/L 550 U/L - KIT - (SIMILAR A BIOTECNICA)		
00027	2,0000	2,0000	UN	14709	KIT DESTINADO À DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA ATIVIDADE ENZIMÁTICA DA GAMA GT NO SORO PLASMA (EDTA)E URINA MÉTODO CINÉTICO COLORIMÉTRICO REAÇÃO CINÉTICA CONTÍNUA CRESCENTE APRESENTAÇÃO: R1 2X40 ML + R2 2X10 ML LINEARIDADE NO MÍNIMO DE 250 U/L 270 U/L - KIT - (SIMILAR A BIOTECNICA)	0,0000	0,0000
00028	2,0000	2,0000	UN	14724	KIT DESTINADO À DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA HEMOGLOBINA A1C (HBA1C) NO SANGUE HUMANO MÉTODO TURBIDIMÉTRICO IMUNOTURBIDIMÉTRICO REAÇÃO DE PONTO FINAL / CRESCENTE APRESENTAÇÃO: 1-R1 1X15 ML + R2 1X5 ML + RHML 1X50 ML + CONTROL 1X0,5 ML INTERVALO OPERACIONAL: 3% A 15%. - KIT - (SIMILAR A BIOTECNICA) (NÃO VEM CALIBRADOR INCLUSO)	0,0000	0,0000
00029	2,0000	2,0000	UN	14711	KIT DESTINADO À QUANTIFICAÇÃO DA FRAÇÃO HDL DO COLESTEROL PRESENTE NO SORO MÉTODO DIRETO SEM PRECIPITAÇÃO SUFRATANTE SELETIVO/DIRETO REAÇÃO PONTO FINAL/CRESCENTE APRESENTAÇÃO: R1 1X90 ML + R2 1X30 ML + CAL 1X1 ML LINEARIDADE NO MÍNIMO DE 200 mg/dL - KIT - (SIMILAR A BIOTECNICA)	0,0000	0,0000
00030	8,0000	8,0000	UN	14701	KIT DESTINADO AO USO COMO CONTROLE NORMAL DE PRECISÃO DE MÉTODOS QUANTITATIVOS EM ENSAIOS BIOQUÍMICOS FRASCO COM NO MÍNIMO 5 ML APRESENTAÇÃO: CAL 1X5 ML - KIT - (SIMILAR A BIOTECNICA)	0,0000	0,0000
00031	8,0000	8,0000	UN	14702	KIT DESTINADO AO USO COMO CONTROLE PATOLÓGICO CONTROLE DE PRECISÃO DE MÉTODOS QUANTITATIVOS EM ENSAIOS BIOQUÍMICOS. FRASCO COM NO MÍNIMO 5 ML APRESENTAÇÃO: CAL 1X5 ML - KIT - (SIMILAR A BIOTECNICA)	0,0000	0,0000
00032	2,0000	2,0000	UN	14707	KIT DETERMINADO À DETERMINAÇÃO DE COLESTEROL NO SORO MÉTODO ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO TRINDER REAÇÃO: PONTO FINAL APRESENTAÇÃO: 1-R1 1X250 + STD 1X4 LINEARIDADE NO MÍNIMO DE 800 mg/dL - KIT - (SIMILAR A BIOTECNICA)	0,0000	0,0000

Prefeitura Municipal de Jandaia

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Rua Beraldo Caetano Gomes, nº187 Qd15 Lt9A, Centro Jandaia – Goiás

E-mail: secretariamunicipaldesaudejnd@gmail.com

Fone: (64) 99223-8522

00033	2,0000	2,0000	UN	14715	KIT PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA ATIVIDADE DA TGO NO SORO E PLASMA (EDTA E HEPARINA) MÉTODO CINÉTICO UV – IFCC REAÇÃO: CINÉTICA CONTÍNUA APRESENTAÇÃO: R1: 4X40 ML R2: 4X10 ML LINEARIDADE NO MÍNIMO DE 440 U/L. - KIT - (SIMILAR A BIOTECNICA)	0,0000	0,0000
00034	2,0000	2,0000	UN	14714	KIT PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA ATIVIDADE DA TGP NO SORO E PLASMA (EDTA E HEPARINA) MÉTODO CINÉTICO UV – IFCC REAÇÃO: CINÉTICA CONTÍNUA APRESENTAÇÃO: R1: 4X40 ML R2: 4X10 ML LINEARIDADE NO MÍNIMO DE 350 U/L. - KIT - (SIMILAR A BIOTECNICA)	0,0000	0,0000
00035	8,0000	8,0000	UN	01339	LATEX FR COM CONTROLE - KIT	0,0000	0,0000
00036	4,0000	4,0000	UN	14699	LÍQUIDO DE SISTEMAS, A SER UTILIZADO JUNTAMENTE COM A SOLUÇÃO DE LIMPEZA. APRESENTAÇÃO: 250ML - KIT - (SIMILAR A BIOTECNICA)	0,0000	0,0000
00037	4,0000	4,0000	UN	11195	M-30 D DILUENT - SOLUÇÃO DILUENTE PARA CONTAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE CELULAS SANGUINEAS EM ANALISADORES HEMATOLÓGICOS (DIATON-LMG) - 20 LITROS	0,0000	0,0000
00038	1,0000	1,0000	UN	08768	MICROPIPETA MONOCAL VOLUME FIXO 1.000 UL (SIMILAR A KACIL)	0,0000	0,0000
00039	1,0000	1,0000	UN	08767	MICROPIPETA MONOCAL VOLUME FIXO 100 UL (SIMILAR A KACIL)	0,0000	0,0000
00040	1,0000	1,0000	UN	08763	MICROPIPETA MONOCAL VOLUME FIXO 25 UL (SIMILAR A KACIL)	0,0000	0,0000
00041	1,0000	1,0000	UN	13614	MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME FIXO 10 uL - KACIL	0,0000	0,0000
00042	1,0000	1,0000	UN	10713	MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME FIXO 20 uL- KACIL	0,0000	0,0000
00043	1,0000	1,0000	CX	13825	PARATEST – COLETOR DE FEZES – PRONTO P/ USO - CX COM 200 unidades.	0,0000	0,0000
00044	22,0000	22,0000	UN	01345	PCR TEST COM CONTROLE - KIT	0,0000	0,0000
00045	2,0000	2,0000	UN	14722	PCR ULTRANSENSÍVEL – 1X50ML, KIT DESTINADO À QUANTIFICAÇÃO DE BAIXAS CONCENTRAÇÕES DE PROTEÍNA C- REATIVA (PCR) NO SORO. COM CALIBRADOR E CONTROLE INCLUSO NO KIT. METODOLOGIA: TURBIDIMÉTRICO; • SENSIBILIDADE: 0,49 MG/L; • LINEARIDADE DE: 5,82 MG/L; APRESENTAÇÃO: RDIL 1x40ML + RLAX 1x10ML + CALIBRADOR 1x2ML + CONTROLE 1x1ML. - KIT - (SIMILAR A BIOTECNICA)	0,0000	0,0000
00046	4,0000	4,0000	CX	01348	PONTEIRA AMARELA UNIVERSAL VOL C200 - CX COM 1.000 unidades	0,0000	0,0000
00047	4,0000	4,0000	CX	04396	PONTEIRA AZUL UNIVERSAL VOL C500 - CX COM 500 unidades	0,0000	0,0000

Prefeitura Municipal de Jandaia

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Rua Beraldo Caetano Gomes, nº187 Qd15 Lt9A, Centro Jandaia – Goiás

E-mail: secretariamunicipaldesaudejnd@gmail.com

Fone: (64) 99223-8522

00048	2,0000	2,0000	UN	14723	SET DE CALIBRAÇÃO DE HBA1C – 4X0,5ML, DESTINASE À CALIBRAÇÃO DE HBA1C EM ENSAIOS TURBIDIMÉTRICOS. APRESENTAÇÃO: 4X0,5ML. - KIT - (SIMILAR A BIOTECNICA)	0,0000	0,0000
00049	4,0000	4,0000	UN	14698	SOLUÇÃO DESTINADA À LIMPEZA DE ANALISADORES BIOQUÍMICOS AUTOMÁTICOS E SEMI AUTOMÁTICOS, REMOVENDO OS RESÍDUOS QUE PERMANECEM EM TUBULAÇÕES, MANGUEIRAS E CUBETAS DE FLUXO CONTÍNUO APÓS A UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO. CONTENDO: TAMPÃO CARBONATO, ESTABILIZANTE, DETERGENTE E CONSERVANTE. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 250 ML. KIT (SIMILAR A BIOTECNICA)	0,0000	0,0000
00050	1,0000	1,0000	CX	07508	TESTE RÁPIDO BHCG - 50 UNIDADE -KIT (SIMILAR EBRAM) - CX COM 100 TESTES.	0,0000	0,0000
00051	6,0000	6,0000	CX	01372	TESTE RÁPIDO DE DENGUE - KIT - CX COM 20 TESTES	0,0000	0,0000
00052	6,0000	6,0000	CX	14668	TESTE RÁPIDO HBsAg - KIT - CX COM 20 TESTES	0,0000	0,0000
00053	6,0000	6,0000	CX	14667	TESTE RÁPIDO HEPATITE C - HCV - KIT - CX COM 20 TESTES	0,0000	0,0000
00054	6,0000	6,0000	CX	07405	TESTE RÁPIDO HIV TRI LINE (SIMILAR BIOCLIN) - KIT - CX COM 20 TESTES	0,0000	0,0000
00055	2,0000	2,0000	CX	07510	TESTE RÁPIDO PARA CHIKUNGUNYA - KIT - CX COM 25 TESTES	0,0000	0,0000
00056	2,0000	2,0000	CX	07511	TESTE RÁPIDO PARA ZIKA - KIT - CX COM 10 TESTES	0,0000	0,0000
00057	6,0000	6,0000	CX	07509	TESTE RÁPIDO VDRL PARA DETECCAO SIFILIS (SIMILAR ALERE) - KIT - CX COM 20 TESTES	0,0000	0,0000
00058	10,0000	10,0000	CX	01376	TIRA REATIVA PARA URANÁLISE - KIT - CX COM 150 TIRAS	0,0000	0,0000
00059	3,0000	3,0000	UN	07505	TRIGLICÉRIDES ENZIMÁTICO LÍQUIDO - (SIMILAR BIOTECNICA) - KIT	0,0000	0,0000
00060	3,0000	3,0000	CX	07507	TROPONINA I – EIC (DETERMINACAO QUALITATIVA DA TROPONINA I POR IMUNOCROMATOGRAFIA (SIMILAR ANALISA) - KIT - CX COM 20 TESTES.	0,0000	0,0000
00061	300,0000	300,0000	UN	14665	TUBO PARA COLETA DE SANGUE Á VACUO - 4ML EDTA K3	0,0000	0,0000
00062	300,0000	300,0000	UN	14664	TUBOS BD VACUTAINER, FLUORETO/EDTA - 4ML (PARA DOSAGEM DE GLICOSE E LACTATO NO PLASMA)	0,0000	0,0000
00063	800,0000	800,0000	UN	07500	TUBOS DE COLETA À VACUO – 9ML – COM GEL SEPARADOR	0,0000	0,0000
00064	3,0000	3,0000	UN	07506	URATO ENZIMÁTICO LÍQUIDO (SIMILAR BIOTECNICA) - KIT	0,0000	0,0000
00065	6,0000	6,0000	UN	07402	UREIA CINETICA LÍQUIDA (SIMILAR BIOCTECNICA) - KIT	0,0000	0,0000
TOTAL GERAL							0,00

Prefeitura Municipal de Jandaia

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Rua Beraldo Caetano Gomes, nº187 Qd15 Lt9A, Centro Jandaia – Goiás

E-mail: secretariamunicipaldesaudejnd@gmail.com

Fone: (64) 99223-8522

4. FORNECIMENTO:

4.1. O fornecimento será efetuado em “remessa única”, com prazo de entrega não superior a 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso.

4.2. Os bens deverão ser entregues no departamento de compras com o seguinte endereço: Av. JK de Oliveira centro Jandaia-Go, no horário das 8h às 17h, ou em local especificado pelo mesmo.

5. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:

5.1. O objeto será recebido provisoriamente no Departamento de Compras na Av. JK de Oliveira centro Jandaia-Go, no horário das 8h às 17h.

5.2. O recebimento provisório, após verificação de conformidade e consequente aceitação, será considerado definitivo em até _10 (dez) dias, contados do recebimento provisório. (*Não preencher se a forma de recebimento for definitiva.)

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- A contratada obriga-se a:
- Efetuar a entrega do objeto licitado ou dispensado de licitação, em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância às especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia.
- O objeto licitado ou dispensado deve estar acompanhado, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português, e da redação da rede de assistência técnica autorizada.

Prefeitura Municipal de Jandaia
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Rua Beraldo Caetano Gomes, nº187 Qd15 Lt9A, Centro Jandaia – Goiás
E-mail: **secretariamunicipaldesaudejnd@gmail.com**
Fone: **(64) 99223-8522**

- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), implicando na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, o prazo máximo de 3 (três) /dias, o objeto com avarias ou defeitos.
- Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação.
- Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecedem a data da entrega, quaisquer motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
- Manter-se durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como com as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

OU

- Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar quaisquer das prestações a que se está obrigada, exceto nas condições autorizadas no termo de referência ou na minuta do contrato.
- Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia ou quaisquer outros que incidam ou venham a incidir na execução do objeto.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

- A contratante obriga-se a:
- Receber provisoriamente o objeto, disponibilizando local, data e horário.

Prefeitura Municipal de Jandaia
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Rua Beraldo Caetano Gomes, nº187 Qd15 Lt9A, Centro Jandaia – Goiás
E-mail: **secretariamunicipaldesaudejnd@gmail.com**
Fone: **(64) 99223-8522**

- Verificar, minuciosamente, no prazo fixado a conformidade do objeto recebido provisoriamente com as especificações constantes no termo de referência, para fins de aceitação e recebimento definitivos.
- Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, por meio de servidor designado para tanto (fiscalizador).
- Efetuar o pagamento no prazo e condição previstos.

8. MEDIDAS ACAUTELADORAS:

7.1. Visando prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação, em caso de risco iminente, a Administração adotará como medida acauteladora, a retenção do pagamento até que cesse o risco iminente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

9. DA PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO (QUANDO FOR O CASO):

9.1 O presente contrato terá vigência de **xxxxx** passando a vigorar a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, a critério do CONTRATANTE, por iguais e sucessivos períodos até o limite de sessenta meses.

Parágrafo único. A prorrogação da vigência do contrato deverá ser sempre precedida de pesquisa para verificar se as condições oferecidas pela CONTRATADA continuam vantajosas para a CONTRATANTE. O contratante deverá se manifestar quanto ao interesse em aditar até 30 (trinta) dias antes do término.

10. DO EMPENHO (QUANDO FOR O CASO):

10.1 Será enviado ao departamento de contabilidade a ordem de compra / serviço para empenho na data de sua emissão, quando não houver contrato;

10.2 Caberá a empresa exigir ou não documento / comprovante do empenho da ordem de compra / serviço;

Prefeitura Municipal de Jandaia
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Rua Beraldo Caetano Gomes, nº187 Qd15 Lt9A, Centro Jandaia – Goiás
E-mail: **secretariamunicipaldesaudejnd@gmail.com**
Fone: **(64) 99223-8522**

11. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO E DISPOSIÇÕES GERAIS:

11.1 Nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

12. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

12.1. Em caso de transgressão das regras contidas no edital, a contratada estará sujeita às sanções administrativas contidas na Lei nº 14.133/2021.

Jandaia, 02 de setembro de 2024.

NAILLA DINIZ BARROS DOMIINGUES
GESTORA DE CONTRATOS
Sec. de Saúde

Prefeitura Municipal de Jandaia
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Rua Beraldo Caetano Gomes, nº187 Qd15 Lt9A, Centro Jandaia – Goiás
E-mail: secretariamunicipaldesaudejnd@gmail.com
Fone: **(64) 99223-8522**