

2ª ALTERAÇÃO EDITAL PE 013/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO 147/2026

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO APOIO E À CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MACAÚBAS, PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME AS DISPOSIÇÕES DO CONVÊNIO Nº 050/2025.

Visando enquadrar as especificações dos itens licitados, procedeu-se com a seguintes inclusão de informação no Edital :

6. DOS ITENS, ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO DE REFERÊNCIA:

15	CAMARA DE VACINA	CONTROLE DE TEMPERATURA - INDICAÇÃO NO PAINEL DA TEMPERATURA ATRAVÉS DE UM SENSOR IMERSO EM SOLUÇÃO GLICEROL QUE SIMULA A TEMPERATURA EXATA DO PRODUTO ARMAZENADO E NÃO DO AR DO GABINETE. TEMPERATURA PRÉ-AJUSTADA ENTRE 2°C A 8°C, PERMITINDO ALTERAÇÃO SE NECESSÁRIO. EM CASO DE DESLIGAMENTO OU QUEDA DE ENERGIA O SISTEMA RESTABELECE OS PARÂMETROS PRÉ-SELECIONADOS. HOMOGENEIZAÇÃO DA TEMPERATURA - SISTEMA DE CIRCULAÇÃO INTERNA POR AR FORÇADO COM VENTILADORES QUE MANTÊM A TEMPERATURA HOMOGENÊA EM TODA A CÂMARA. PAINEL DE FÁCIL ACESSO E VISUALIZAÇÃO - PAINEL EXTERNO COM DISPLAY LCD LUMINOSO E SAÍDA USB, POSSIBILITANDO A FÁCIL VISUALIZAÇÃO DAS MUDANÇAS DE TEMPERATURA. POSSUI MÓDULO PROTETOR DE BATERIA E OS AJUSTES DOS PARÂMETROS SÃO REALIZADOS POR MEIO DE SENHA. CONFIRA NA ABA OPCIONAIS AS DIFERENTES POSSIBILIDADES DE UPGRADE. ILUMINAÇÃO - LUZ INTERNA DE LED RESISTENTE A UMIDADE DO AMBIENTE COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO PELA ABERTURA DA PORTA. MEMÓRIA COM REGISTROS CRIPTOGRAFADOS - MEMÓRIA PARA REGISTRO DAS TEMPERATURAS DE MOMENTO (MÁXIMA E MÍNIMA) E DE TODOS OS EVENTOS DA CÂMARA COM DATA E HORA, CONFORME INTERVALO PROGRAMADO. OS RELATÓRIOS (CRYPTOGRAFADOS) PODEM SER BAIXADOS PELA SAÍDA USB NO PAINEL. EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA, NÃO HÁ PERDA DE DADOS E NOVOS DADOS CONTINUAM SENDO REGISTRADOS. ALARMES SONOROS, VISUAIS E ESCRITOS NO PAINEL - ACIONAMENTO DOS ALARMES QUANDO A CÂMARA TRABALHA EM TEMPERATURAS FORA DO PROGRAMADO (MÁXIMA OU MÍNIMA), PORTA ABERTA, FALTA DE ENERGIA E BATERIA BAIXA (QUANDO POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL). BAIXO CONSUMO E ULTRA SILENCIOSO - COMPRESSOR HERMÉTICO DE ALTO RENDIMENTO E RÁPIDA RECUPERAÇÃO DA TEMPERATURA INTERNA, ISENTO DE VIBRAÇÕES E ECOLOGICAMENTE CORRETO (LIVRE DE CFC E COM GÁS R134A). DEGELO AUTOMÁTICO - DEGELO OCORRE AUTOMATICAMENTE SEM INTERRUPTÃO DO TRABALHO OU PERDA DA TEMPERATURA. PORTA DE ALTA RESISTÊNCIA - POSSUI FECHAMENTO AUTOMÁTICO, VEDAÇÃO POR PERFIL MAGNÉTICO, PUXADOR ANATÔMICO E SISTEMA ANTIEMBAÇANTE EM MODELOS COM VIDRO DUPLO OU TRIPLO. LIMPEZA E DURABILIDADE - GABINETE INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL QUE GARANTE ASEPSIA, EVITA A CORROSÃO E FACILITA A MANUTENÇÃO DA CÂMARA.	08	UNID	17.873,00	142.984,00
----	------------------	---	----	------	-----------	------------

OBSERVAÇÃO : Fica esclarecido que o ITEM 15 (CAMARA DE VACINA) refere-se a uma câmara para conservação de vacinas **COM CAPACIDADE DE 280** (duzentos e oitenta) litros.

Em virtude das alterações do edital, a abertura de propostas do Pregão Eletrônico – Registro de Preços – PE 013/2026, fica redesignado conforme datas abaixo :

ABERTURA DAS PROPOSTAS:

- **Abertura das propostas:** dia 11/08/2026 , às 08:30 h..

*** Demais informações constantes no Edital PE 16/2026 e seus anexos, permanecem inalteradas.**

Alterações disponíveis nos endereços eletrônicos : www.licitacoes-e.com.br, e <https://www.pmmacaubas.transparenciaoficialba.com/diariooficial/>

Macaubas, Bahia, em 28 de Julho de 2026.

ARLEN DE JESUS SANTOS
Secretário Municipal de Saúde
Decreto Municipal nº 67/2025