

|                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>DE:</b> COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC. | <b>DATA:</b> 26/07/2024 |
| <b>PARA:</b> Setor de Licitações do CISAMREC                                                                                                                                                                                             |                         |
| <b>ASSUNTO:</b> Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024                                                                   |                         |

**RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS REFERENTE AOS ITENS 202 E 205 DO PE Nº 007/2024 MEDIANTE O PA.015.CISAMREC.2024:**

Anteriormente em análise de amostras realizada em 10/06, os itens 202 e 205 foram aprovados, todavia, à época não foi atendido que os itens precisavam atender a **NBR 14056** e foram aprovados. Em revisão a análise foi conferido a decisão e realizado o peso das ataduras para conferência com a norma, o que ficou constatado que os itens **não atendem a norma**, uma vez que, atadura de crepom de 6cm, segundo a norma, precisa conter peso de 13,3g e o produto fornecido tem 7g, e a atadura de crepom de 12cm, segundo a norma, precisa conter o peso de 26g, todavia, a fornecida possui apenas 12g, conforme fotos anexas, portanto, os itens fornecido pela empresa SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA não atende ao descritivo, sendo esses itens, **REPROVADOS**:

ITEM 202 -



ITEM 205 -

