

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 06/08/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2024 MEDIANTE O PA.015.CISAMREC.2024

Abaixo segue relação de itens analisados minuciosamente, conforme descritivo e em anexo (ANEXO I) as fotos da análise dos itens reprovados. Após análise chegamos aos pareceres por empresa, itens e marcas dos produtos.

Item	Descrição	Unid	Empresa	Marca/Modelo	Aprovado/Reprovado	Motivo
3	Avental descartável. Características: avental de manga longa, punho de malha ou elástico e abertura posterior, com tiras para amarrar na cintura, confeccionado em TNT (100% polipropileno) gramatura mínima 30g/m 2, cor branca, tamanho único, não estéril. Deve ser confeccionado de material de boa qualidade, atóxico, hidro/hemorrepelente, hipoalérgico, com baixo desprendimento de partículas. Apresentar junto à proposta ficha técnica do produto.	Unid.	ALFALAGOS LTDA	FORTCLEAN - NOBRE	REPROVADO	O PRODUTO APRESENTADO RASGA COM FACILIDADE E NÃO ATENDE AO DESCRITIVO (GRAMATURA MÍNIMA).
82	Lençol hospitalar descartável em papel. Características: Picote 70 cm x 50 m. 100% fibras naturais (celulose). De boa qualidade, premium, absorvente e resistente. Cor BRANCA sem manchas. Rolo com 50 metros.	Unid	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DESCARBOX NATURAL	REPROVADO	O PRODUTO APRESENTADO NÃO ATENDE AO DESCRITIVO (NÃO É A COR BRANCA).

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 06/08/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

186	Lanceta P/coleta de sangue capilar, lam, ret.1.6 a 2.0mm, indicada para “Teste do Pezinho”. Lanceta auto-retrátil acionada por gatilho, estéril, descartável, confeccionada em plástico rígido, com design ergonômico, sistema de ativação por botão que proporcione aderência estável durante o manuseio (acionamento do dispositivo com o polegar) para a segurança do profissional de saúde no ato da punção, e melhor desempenho no procedimento, evitando recoleta. Deve atender às especificações de segurança do trabalho conforme NR nº 32. O dispositivo perfuro cortante deve conter o formato de lâmina protegida por capa plástica, com design ergonômico e deve atingir a profundidade de 1,6mm a 2,0mm, e largura entre 1,5mm e 2,00mm na punção cutânea do calcâneo (Teste do Pezinho). Considerando o Manual Técnico do Ministério da Saúde/Triagem Neonatal Biológica, essa especificação garante a obtenção de alto fluxo de sangue com volume mínimo de 260 microlitros até 500 microlitros, permitindo assim o preenchimento adequado de todos os campos de coleta do papel-filtro com uma única punção. As lancetas deverão ser de uso único com validade de 60 meses. Caixa com 200 unidades. Possuir registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.	Caixa com 200 unidades (pedido por caixa)	BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	DESCCLASSIFI- CADO	DESCCLASSIFICADO	LICITANTE NÃO APRESENTOU AMOSTRA.
-----	--	---	--	-----------------------	------------------	--------------------------------------

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 06/08/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

201	Otoscópio com Iluminação halógena por Fibra Ótica. Iluminação halógena; Possuir engate com sistema de rosca, cabo em metal cromado para duas pilhas C (médias) comuns, recoberto por capa antiderrapante. Ter cabeçote com lâmpada halógena, regulador de alta e baixa luminosidade. Alimentação através de duas pilhas C. Deverá acompanhar: 05 espéculos sendo: 01 jogo com 04 espéculos reutilizáveis nos tamanhos 2,5mm - 3mm - 4mm e 5mm (Esterilizáveis em autoclave ou solução para esterilização) + 01 especulo padrão de 04mm; 01 lâmpada halógena reserva. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto/catálogo e registro na ANVISA/MS.	Unid	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	SF	APROVADO	PRODUTO ATENDE AO DESCRITIVO.
202	Ataduras de Crepom 6cm. Características: Confeccionadas com tecido 100% algodão cru ou misto, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm², possuindo elasticidade horizontal mínima de 50%. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. Tamanho: 06 cm de largura 1.80 m de comprimento (em repouso).De acordo com a NBR 14056. Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto e registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.	Unid	ALFALAGOS LTDA	AMED - EDUARDA	APROVADA	O PRODUTO ATENDE AO DESCRITIVO.

Durante a realização da análise técnica do material, foram avaliados todos os requisitos obrigatórios, conforme especificações editalícias, bem como a qualidade, segurança e eficácia dos materiais.

Deste modo, como membros da comissão técnica, no uso das atribuições que nos conferem, nos posicionamos pela **aprovação** dos itens 201 e 202, vez que atende ao solicitado em edital, e **reprovação** dos itens 3, 82, uma vez que não atende (diverge) ao solicitado conforme motivo

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 06/08/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

já explicado a cima. E o item 186 pela **desclassificação**.

Seguindo resultado da análise acima para cada item, o Setor de Licitações do CISAMREC pode dar prosseguimento ao PE.007/2024 com a habilitação para os itens aprovados e desclassificação para os itens que formam reprovados.

Criciúma, 06 de agosto de 2024.

TAISE LAZZARIN DAROS
Farmacêutica do Município de Turvo

LILIANA DIMER
Enfermeira do Município de Criciúma

RAVENA PAVEI JACINTO
Enfermeira do Município de Treviso

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 06/08/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	



INGRID ZANELATO

Enfermeira do Município de Urussanga



JANETE DE FÁTIMA DOS SANTOS BORDIN

Enfermeira do Município de Morro da Fumaça

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 06/08/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

ANEXO I

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 06/08/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

ITEM 3 -



DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 06/08/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	



DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 06/08/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

ITEM 82 –

